



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E BRENDSHME
AGJENCIA E BLERJEVE TË PËRQENDRUARA

Nr. _____ Prot.
2018

Tiranë, më ____.

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Për: **Lotin II. “Blerje e aparatit për analizimin e tensionit të shpimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave”**

Operatori ekonomik “NOVAMAT” shpk me adresë: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur”

Numri i referencës së lotit: **REF-82159-08-06-2018**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Loti II. “Blerje e aparatit për analizimin e tensionit të shpimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave”, me fond limit 1.480.000 (një milion e katërqind e tetëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

Afati i lëvrimit: 45 ditë nga lidhja e kontratës.

Publikime të mëparshme: *jo* Buletini i Njoftimeve Publike *nr. 32 datë 13 Gusht 2018*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

- | | |
|--|---|
| 1) NOVAMAT shpk
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>
Vlera: 1.222.222 (një milion e dyqind e njëzet e dymijë e dyqind e njëzet e dy) lekë (pa TVSH) <i>(me numra dhe fjalë)</i> | K81615002O
<i>numri i NIPT-it</i> |
| 2) KRIJON shpk
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i>
Vlera: 1.330.000 (një milion e treqind e tridhjetë mijë) lekë (pa TVSH) <i>(me numra dhe fjalë)</i> | K12023001A
<i>numri i NIPT-it</i> |
| 3) ALMedical shpk
<i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | K21511002I
<i>numri i NIPT-it</i> |

Vlera: **1.350.000** (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë (pa TVSH) (me numra dhe fjalë)

Është skualifikuar ofertuesi i mëposhtëm:

1. Operatori ekonomik "ALMedical" shpk me numër K21511002I me ofertë ekonomike **1.350.000** (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë pa TVSH.

"Ofertuesi nuk plotëson specifikimet teknike të pajisjes laboratorike aparat për analizimin e tensionit të shpimit, të përcaktuara në shtojcën 10 të DT, sepse të dhënat teknike të katalogut të paraqitur në gjuhën shqipe nuk janë në përputhje me të dhënat teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor për këto pajisje, si dhe në katalogun e përkthyer nuk evidentohen disa nga të dhënat kryesore të pajisjes si "Rezolucioni i matjes së temperatures 0.8-1.2°C" dhe "Temperatura e magazinimit -20 ... 55 °C". Më konkretisht, ofertuesi ka paraqitur aparat me "konsum të energjisë 140 VA" ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar "70-80 VA"; me "tregim të temperaturës së mostrës së vajit 5-50°C" ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar "0 ... 99 °C"; me "temperaturë ambienti +5 - 60°C" ndërsa në specifikimet teknike është kërkuar "-5 ... 45 °C".

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatorin ekonomik "NOVAMAT" shpk me adresë: Rruga "Ismail Qemali", Pallati Samos Tower, kt.8, Nr 41, Njesia Nr.05, Tiranë, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **1.222.222** (një milion e dyqind e njëzet e dymijë e dyqind e njëzet e dy) lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë autoritetit kontraktor, Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, menjëherë nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **15.09.2018**

Ankesa: **Po.**

Ka patur ankesë nga operatori ekonomik "KRIJON SHPK", me nr.916 prot. datë 21.09.2018. Me anë të shkresës nr.916/1prot. datë 25.09.2018 "Kthim përgjigje", Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave mori vendim dhe njoftoi ofertuesin ankimues mbi **mospranimin e ankesës**. Në përfundim të afatit ligjor të ankimit **pranë Komisionit të Prokurimit Publik nuk është paraqitur asnjë ankesë nga ofertuesit për këtë Lot.**

**TITULLARI I ORGANIT QENDROR BLERËS
DREJTOR I PËRGJITHSHËM**

