



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr. ____ / Prot.

Tiranë, më ____ / ____ / 2018

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data] 27.07.2018

Për: **Montal sh.p.k me NIPT NIPT J62009007F, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë**

* * *

Procedura e prokurimit: **“Blerje materiale të implantueshme për shërbimin e Hemodinamikës së QSUT, SU “Shefqet Ndroqi” dhe Spitalit Rajonal Shkodër” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj)”, i ndarë në lote :**

- Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH
- Lot. 2 “Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total për njësi 566,863 lekë pa TVSH
- Lot. 3 “Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total për njësi 614,730 lekë pa TVSH
- Lot. 4 “Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total për njësi 2,522,540 lekë pa TVSH
- Lot. 5 “Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total për njësi 292,400 lekë pa TVSH
- Lot. 6 “Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total për njësi 5,086,000 lekë pa TVSH
- Lot. 7 “Blerje Stenta te medikuara” me fond limit total për njësi 712,950 lekë pa TVSH
- Lot. 8 “Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta te medikuara për restenoze” me fond limit total për njësi 6,338,970 lekë pa TVSH

Procedurë e hapur me mjete elektronike-mallra me nr reference REF-67458-05-07-2018

Ref sipas loteve:

LOT1 - REF-67463-05-07-2018

LOT2 - REF-67465-05-07-2018

LOT3 - REF-67467-05-07-2018

LOT4 - REF-67469-05-07-2018

LOT5 - REF-67472-05-07-2018

LOT6 - REF-67474-05-07-2018

LOT7 - REF-67476-05-07-2018

LOT8 - REF-67478-05-07-2018

Fondi limi në total (Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë marrëveshjes kuadër për të gjitha lotet): 158,529,940 (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e pesëqind e njëzet e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet) lekë pa TVSH, i ndarë në lote:

1. **“Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total 14,661,580 lekë pa TVSH;**
2. **“Blerje set per pergatitjen per koronarografine angioplastike” me fond limit total 23,368,350 lekë pa TVSH;**
3. **“Blerje ballona, kateter guide dhe gida angioplastike” me fond limit total 47,490,890 lekë pa TVSH;**

4. **“Blerje drug eluting balloon catheter-kateter ballon i medikuar” me fond limit total 13,413,600 lekë pa TVSH;**
5. **“Blerje stenta te pamedikuara” me fond limit total 11,871,500 lekë pa TVSH;**
6. **“Blerje coronary stent graft system - graft stente koronare” me fond limit total 5,606,000 lekë pa TVSH;**
7. **“Blerje stenta te medikuara” me fond limit total 35,779,050 lekë pa TVSH;**
8. **“Blerje drug-eluting stent for restenosis- stenta të medikuara për restenoze” me fond limit total 6,338,970 lekë pa TVSH;**

Data e zhvillimit të tenderit: 11.06.2018

Kohëzgjatja e kontratës: **12 muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [14.05.2018] [19]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët **X**, ofertaekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kane qenë pjesëmarrës në **Lot 1. “Blerje katetere koronare diagnostike” me fond limit total për njësi 98,788 lekë pa TVSH të kësaj** procedure këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. OES Distrimed sh.p.k NIPT K31520054N,
Vlera 41,885 lekë pa TVSH

2. Montal sh.p.k NIPT J62009007F
Vlera 62,375 lekë pa TVSH

3. Euromed NIPT K71718012P
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. Euromed NIPT K71718012P
Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike

2. OES Distrimed sh.p.k NIPT K31520054N,

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në katalogun e paraqitur referuar prodhuesit SP MEDICAL për artikullin nr.66, nuk gjendet e përcaktuar specifika CURVE – J, (Forma J), por ofrohet vetëm varianti, Distal tip form Angled, Straight, Reshapable, kjo vjen në mospërputhje me specififikimet teknike të përcaktuara në shtojcën 10 të DST dhe formularit të ofertës të paraqitur nga ana juaj ku konkretisht ne specififikimet teknike për këtë artikull duhet të jenë Diagnostic Hydrophilic guideëire 0.035(0.89mm) curve -J radius 3cm,180-200cm.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave më datë 14.06.2018 në lidhje me këtë mospërputhje ndërmjet katalogut dhe formularit të ofertës, për artikullin nr.66, i ka kërkuar Kërkesë për Sqarim.

Operatori ekonomik më datë 18.06.2018 ka dërguar përgjigje për sqarimin ku sqaron se....

Korfirmojmë se artikulli nr. 66 i ploteson specififikimet pasi specifikimi Angled shpreh te njejtin specifkim me ate te kerkuar ne DST ..curve -J radius 3cm" qe guida te jete e kthyer.

KVO vlerëson se argumentimi i dhënë nga ana juaj nuk qëndron pasi fjala angled përkthehet (me kënd) pra nuk nuk nënkupton specifikisht formën J sic kërkohet në specififikimet teknike të DST.

Gjithashtu në argumentimin e dhënë nga OES DISTRIMED citohet se referuar katalogut te

prodhuesit SP Medical Danimarke, konfirmohet se ne katalog ka nje shenim "Customized products on request - Produkte te personalizuar sipas kerkeses", qe njedhimisht nenkupton qe cdo specifikim qe nuk tegohet ne katalogun e pergjithshem mund te plotesohet me kerkese te vecante.

KVO vlereson se ky argumentim nuk qendron dhe vjen ne kundertshtim me pikën 8 të kriterëve të vecanta të DST ku ..“Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në .ëëë.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)”.

Pra, del qartë se është detyrim i operatorit ekonomik të paraqesë katalogët konform specifikimeve teknike të kërkuara për artikujt për të cilat ka nevojë autoriteti kontraktor, me qëllim vlerësimin dhe trajtimin e barabartë e në të njëjtat kushte të operatorëve ekonomik të paraqitur në këtë procedurë.

Për të gjitha arsyet që dhamë më lartë sqarimi i dhënë nga operatori ekonomik nuk pranohet pasi nuk vërteton përputhshmërinë e specifikimeve teknike të artikullit 66 të markuara në katalogët e prodhuesit SP MEDICAL, me ato që janë kërkuar në DST.

- Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar në katalogun e paraqitur referuar prodhuesit SP MEDICAL për artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68, në katalogun origjinal të prodhuesit, në specifikimet teknike gjatësia e majës fleksibel është 4.5 cm,(Distal flexible length Standard 4,5 cm flexible tip), gjë e cila nuk është e pasqyruar në katalogun e përkthyer.

KVO i ka kërkuar operatorit sqarime për këtë mospërputhje ndërmjet katalogut, specifikimeve teknike të kërkuara dhe formularit të ofertës, për artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68.

Operatori ekonomik ka dhënë sqarim duke devijuar kërkesën e KVO dhe argumenton mos përktimin e specifikimit "Distal .flexible length Standard.i 4.5cm .flexible tip" për artikujt nr. 63, 64, 67, 68 duke përktyer vetëm specifikimet teknike të kërkuara në DST. Në përshkrimin e artikujve nr. 63, 64,67, dhe 68 nuk ka asnjë kerkese në lidhje me Distal flexible length. Specifikimi „7cm,, nuk sqarohet se ciles pjese te guides angiografike i perket dhe si e tille eshte konsideruar nje shifer pa kuptim e vendosur pas gjatesise se guides.

KVO vlereson se sqarimi i dhënë nga operatori ekonomik nuk qëndron pasi sipas legjislacionit të prokurimit publik ka pasur të drejtën që brenda afateve të caktuara të kërkonte sqarime në lidhje me cdo paqartësi.

Gjithashtu ju vëmë në dijeni se vetë operatori juaj ekonomik artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68 i ka paraqitur në formularin e ofertës dhe merr përsipër t'i ofrojë me specifikimet e kërkuara në DST, ku ndër të tjera është edhe specifikimi “7 cm”.

Në katalogun origjinal të paraqitur nga ju janë markuar me ngjyrë të verdhë këto specifika :

Length 30 – 450 cm ;

Distal tip form Straight tip J-tip radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Dimensions Ø 0.018” / 0,46 mm; Ø 0.021” / 0,53 mm Ø 0.025” / 0,63 mm Ø 0.028” / 0,71 mm
Ø 0.032” / 0,81 mm Ø 0.035” / 0,89 mm Ø 0.038” / 0,96 m

Distal flexible length Standard 4,5 cm flexible tip.

Në dokumentat standarte artikujt me nr.63, nr.64, nr.67, nr.68 kanë këto specifikime teknike:

PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guideëires (Maje në formë J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .035 in 260 cm 7 cm

PTFE-coated J curve - J radius 3 mm exchange guideëires (Maje në formë J e veshur me PTFE me rreze 3 mm) .038 in 260 cm 7 cm

PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .035 in 260 cm 7 cm

PTFE-coated straight flexible tip - (Maje e drejte e veshur me PTFE) .038 in 260 cm 7 cm

Në katalogët e prodhuesit SP MEDICAL evidentohen të gjitha karakteristikat e kërkuara edhe përmasat, përvec specifikes 7 cm, e cila në katalogun tuaj është 4.5 cm, kjo vjen në kundërshtim me kriterin ku thotë se specifikimet teknike të materialeve duhet të jenë të markuara dhe të përkthyer.

Përkthimi duhet të jetë identik dhe jo i shtrembëruar, pasi e bën përmbajtjen të pavlefshme.

Për të gjitha arsyet e përmendura më sipër artikujt nr.63, nr.64, nr.67, nr.68, nuk janë në përputhje me specifikimet e kërkuara.

- Operatorit ju kërkua sqarim edhe në lidhje me prodhuesin Aesculap-Bbraun më datë 18.06.2018, në mesazhet e sistemit të brendshëm elektronik dhe OE ka dërguar sqarimet e nevojshme po në sistemin elektronik më datë 19.06.2018, sqarimi i dhënë u mor parasysh nga KVO,

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave konstaton se oferta e dhënë nga operatori ekonomik OES DISTRIMED nuk përmbush të gjithë kriteret e kërkuar në dokumentet e tenderit referuar listës së kërkesave të tenderit të shpallur në sistemin elektronik të APP në mbështetje të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik” kreu VII neni 66, pika 3, kjo ofertë skualifikohet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Montal sh.p.k me NIPT NIPT J62009007F, Adresa Rr. Dervish Hima, Kompleksi “3 Kullat”Kulla 3 A 9/2 Tiranë** se oferta e paraqitur me një vlerë të përgjithshme prej **62,375** lekë pa TVSH, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 10 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar).

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 27.06.2018

Ankesa: Po ka pasur nga operatori ekonomik OES DISTRIMED, i është kthyer përgjigje, ka kaluar dhe afati i ankimit.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Arian Kraja

Punoi ;Miratoi : J.Duro

Datë : __.07.2018

Kopje : 3 (tre)