



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
KLINIKA STOMATOLOGJIKE UNIVERSITARE
TIRANË

Nr. _____ prot.

Tiranë, me ____/____/2023

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 1
(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

Drejtuar: **DELTA DENT , me numer NIPT J62904255P**

Adresa: Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga “ Bogdani” pallati 14, Ap 14 Tirane

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e hapur e thjeshtuar”** me mjete elektronike.

Numri i procedurës / referenca e Lotit: R84420-10-19-2023

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: “FV aparatura stomatologjike “ per nevoja te KSU”per vitin 2023

- 3D Scanner extraoral 1 cope , levrimi brenda 10 diteve nga data e levrimit te mallit ne magazinën e KSU -se.
- Njesi Portative Kirurgjikale 1 cope, levrimi brenda 10 diteve nga data e levrimit te mallit ne magazinën e KSU -se.
- Motor implanter Kirurgjikal 5 cope , levrimi brenda 10 diteve nga data e levrimit te mallit ne magazinën e KSU -se

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

¹ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim x

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

TRIMED SHPK NIPT K5161203J

Vlera 5 678 910 (pesemilione gjashtëqind e shtatëdhjetë tetë mijë e nëntëqind e dhjetë) leke pa tvsh

DELTA DENT NIPT J62904255P

Vlera 5790000 (pesemilione shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) lek

BAT TECHNOLOGJIES NIPT M2181500J

Vlera 5 750 000 (Pesemilione shtatëqind e pesëdhjetë mijë) leke

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

- **OPERATORIN BAT TECHNOLOGJI** Perveç ofertes ekonomike nuk kishte dorezuar ne sistem asnje dokument tjetër.
- Operatorin **TRIMED SHPK** per aresyet e poshtme:
 - a. Autorizimi prodhuesi i paraqitur nga kompania Shanghai Carejoy Trade Co., LTD si distributor i kompanise prodhuese Zhengzhou Victory Medical Instrument Co., Ltd. nuk permban te dhena te plota te prodhuesit si: tel, email, website te nevojshem per Autoritetin tone per te verifikuar vertetesine e ketij dokumenti. Dokumentit të paraqitur, i mungojnë elementet ligjore për tu konsideruar si i vlefshëm. Nga verifikimi i autorizimit të paraqitur, evidentohet mungesa e elementëve thelbësorë për vlefshmërinë e veprimit juridik të Autorizimit për përfaqësim.
 - b. Kompania Shanghai Carejoy Trade Co., LTD eshte e emeruar nga kompania prodhuese Zhengzhou Victory Medical Instrument Co., Ltd, te shperndaje promovoje dhe mbeshtese produktet FUSSEN ne Shqiperi. Nga verifikimi konstatohet se Fussen eshte Kompani prodhuese per Pajisje Imazherike dhe nuk prodhon motor Implantesh kirurgjikal per te cilen ka autorizuar Kompanine Shanghai Carejoy Trade Co., LTD te shperndaje promovoje dhe mbeshtese produktet FUSSEN ne Shqiperi. Jo vetëm që autorizimi i paraqitur nuk plotëson elementet ligjore për tu konsideruar i vlefshëm, por edhe në rast se do ti plotësonte, autorizimi nuk është për artikujt që OE ka paraqitur në këtë procedurë, pasi FUSSEN, nuk prodhon motor implantesh kirurgjikal. **Për sa më sipër, OE nuk plotëson kërkesat e DST në pikë 2.3 Kapaciteti teknik ku kërkohet që:**

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.2 Operatori ekonomik duhet te paraqes autorizim prodhuesi ose distributori te autorizuar per mallrat e kerkuara. Ne rast se do te paraqitet autorizim nga distributori duhet te provohet lidhja midis prodhuesit dhe distributorit. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: tel, fax, email, website, kjo e nevojshme per AK ne rast verifikimi nga ana e tij.

Per Artikullin 1 – 3D Scanner Extraoral Bazuar ne Specifikimet Teknike te artikullit 1 kerkuar nga Autoriteti Kontraktor sipas DST se publikuar dhe Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet

Kerkohet nga AK ne **Karakteristikat e Gjeneratorit me Rreze-X**, *Shperhapja maksimale e nxehtesise ne ajrin e ambientit jo me shume se 33W ne menyre te vazhdueshme.*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk Specifikohet***

Kerkohet nga AK ne **Karakteristikat e Tubit me Rreze-X**, *Filtrimi: jo me e vogel se 2.5 mm eq. Al*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Tubi me rreze -X , Tub CEI I markuar nga OE ka filtrim te qenesishem 0.5 mm Al eq***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik**

Fusha e Imazhit 6.4 x 140 mm (per te rritur) dhe 6.4 x 120 mm (per pediatrike)

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk Specifikohet fusha e imazhit***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik**

Madhesite përfundimtare të imazhit (piksel): "L size : 2900 x 1400

M size : 2765 x 1400

S size : 2490 x 1400

XS size : 2180 x 1200"

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk Specifikohet madhesia përfundimtare e imazhit, ne faqen 6 te dokumentit Trimed_-_Autorizime+Katalog+Iso+Ce-_Noterizime+_Perkthime-_Pjesa_2 ku eshte markuar panel I sheshte per Ceph specifikohet formati I imazhit 30 X 24 cm qe nuk ben pjese ne madhesite e imazhit te kerkuar ne specifikimet e AK.***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik** *Rezolucioni I detektorit (Lp/mm): 5.0*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk Specifikohet rezolucioni I dedektorit, specifikim kyc ne percaktimin e cilesise se imazhit te kerkuar nga AK***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik** Shkalla Gri: 16384 - 14 bits

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***gama dinamike 16 bit (64000 nivele gri)***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik** Distanca midis pikës fokale dhe sensorit: 563mm

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Ne faqen 6 te dokumentit Trimed_- _Autorizime+Katalog+Iso+Ce-_Noterizime+_Perkthime-_Pjesa_2 ku eshte markuar fokusimi distanca e sensorit 512.5 mm dhe Fokusi distanca e qendres se rrotullimit 377 mm gje qe nuk permbush kerkesat e AK.***

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Modaliteti Panoramik** Ekzaminimet radiologjike: Panoramike e plote (full panoramic) panoramike me segmente (Segmented panoramic), Maxillary sinus, Lateral TMJ x 2, Lateral TMJ x 4

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk specifikohen te gjitha ekzaminimet e kerkuara me siper***

Kerkohet nga AK ne paragrafin **Modaliteti Panoramik** Koha e ekspozimit nga 2 ne 14 sekonda

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Ne faqen 9 te dokumentit Trimed_- _Autorizime+Katalog+Iso+Ce-_Noterizime+_Perkthime-_Pjesa_2 ku eshte markuar kohe ekspozimi panoramike standarte per te rritur 15 sekonda dhe panoramike standarte per femije 14.8 sekonda***

Kerkohet nga AK: *Rregullimi i lartësisë së kolonës te behet ne menyre te motorrizuar.*

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk specifikohet***

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Modaliteti 3D** Shkalla Gri: 16384 - 14 bits

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet se pajisja e ofertuar nga OE Trimed ka ***gama dinamike 16 bit (64000 nivele gri)***

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Modalitetin 3D** Ekzaminimet radiologjike per: Nofulla e plotë, e sipërme ose e poshtme Molar i plotë, i sipërm ose i poshtëm; Sinusi maksilar; okluzione dhe dhembe te fokusuar.

Shkalla Gri: 16384 - 14 bits

Zmadhimi: 1.4

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet se pajisja e ofertuar nga OE: Ne faqen 11 te dokumentit-Trimed_- _Autorizime+Katalog+Iso+Ce-_Noterizime+_Perkthime-_Pjesa_2

specifikohet dhe eshte markuar vetem zgjerimi I imazheve 1.28; 1.25; 1.27; dhe 1.10 ne projektionin e planit sagittal mesatar ne LL (Latero-Lateral), por I pamatshem ne projektionin AP(Anteroposterios) dhe I padisponueshem ne Programin Karpus qe gjithashtu nuk permbushin specifikimet e kerkuara nga AK

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Modaliteti 3D Madhesi të tjera Voxel në rindërtim (μm): 150 – 300**

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet: ***Nuk specifikohet rindertimi per madhesi te tjera Voxel***

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Pajisja duhet te kete te perfshire krahun Cefalometrik me modalitete si me poshte:**

Me teknologjine e sensoreve CMOS

Referuar katalogut te paraqitur nga OE konstatohet se: ***Ne faqen 11 te dokumentit Trimed_- _Autorizime+Katalog+Iso+Ce-_Noterizime+_Perkthime-_Pjesa_2 ku eshte markuar panel dixhital I sheshte per Ceph***

Scintilator Csi, Vihet re se produkti qe keni ofertuar nuk ploteson kerkesat e AK madje tipi I sensorit qe perdor perkthyer nga juaj si ***“Panel i sheshtë me një shkrepje, silikoni amorf”*** njohur si teknologjia a-Si eshte teknologji e vjeter dhe nuk permbush kerkesat e AK per teknologjine me te re te sensoreve CMOS

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Pajisja duhet te kete te perfshire krahun Cefalometrik me modalitete si me poshte: E afte per te kryer ekzaminime radiologjike per: Lateral; Frontal AP or PA; Oblique; Submento-vertex me opsion per Carpus me kohe ekspozimi jo me shume se: 2.9 to 11 s.**

Rezulton se pajisja e ofertuar nga OE ***ofron si proceduura ekzaminimi ne modalitetin Cefalometrik : LL CEPH 30 X 24; AP CEPH; Carpus me kohe ekspozimi 15; 14.8; 8.4; 8; 12.1;12.1;12.8; 12.1; 4.0 (sekonda)***

Kerkohet nga AK ne specifikimet per **Pajisja duhet te kete te perfshire krahun Cefalometrik me modalitete si me poshte: Madhesia e pikselit (μm):100 dhe Rezolucioni I sistemi (Lp/mm): 5**

Rezulton se pajisja e ofertuar nga OE ***modalitetin Cefalometrik ofron dimensioned e pikselit (125 μm) dhe nuk percakton rezolucionin*** sipas specifikimeve teknike te kerkuara nga AK

Për sa më sipër, AK në hartimin e specifikimeve teknike mbajnë në vëmendje faktin se specifikimet teknike duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të

rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar të artikullit, në përputhje me nenin 36 të LPP dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara.

Në VKM 285/2021 ‘Për miratimin e rregullave të prokurimit publik’ e ndryshuar, **Neni 40 ‘Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave’ parashikon që Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, nga interpretimi telologjik (qëllimi i normës juridike) kërkesa për për plotësimin e specifikimeve teknike të produktit i shërben autoritetit kontraktor për krijimin e një panorame të qartë mbi përputhshmërinë e produktit/eve dhe specifikimeve teknike të ofruara nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës me produktin/produktet e kërkuara nga autoriteti kontraktor. Kriteret kualifikuese dhe specifikimet teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor janë të detyrueshme për t’u përmbushur nga të gjithë ofertuesit ekonomikë pjesëmarrës në një procedurë prokurimi. Autoriteti kontraktor do të konsiderojë një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit. Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se zotërojnë reputacionin, besueshmërinë, makineritë, pajisjet dhe përvojën e duhur, për të zbatuar kontratën objekt prokurimi, pra në këtë kuadër operatori ekonomik duhet të dorëzojë të gjithë dokumentacionin e ofertës në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit nga autoriteti kontraktor, në sistemin elektronik të prokurimeve, në mënyrë që edhe vlerësimi të bëhet në përputhje me këtë dokumentacion. Referuar dokumentacionit të dorëzuar nga OE, siç pasqyrohet më sipër, OE nuk vërteton se artikulli i ofertuar, përmbush të gjitha specifikimet teknike të kërkuara në dokumentet e tenderit. Për këtë arsye, si dhe në zbatim të Nenit 82 të VKM 285/2021, ku parashikohet se: *Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme, kjo ofertë është e pavlefshme.***

- I.** Në analizë të thelluar dhe krahasimore të kontratave të dorëzuara nga ana e operatorit ekonomik Trimed Shpk., për plotësimin e kriterit kualifikues lidhur me furnizimet e ngjashme ka dorëzuar në procedurën e prokurimit dy kontrata si në vijim:
1. Trimed_shpk_-_Kontrata_Furnizimi+_Vertetim_Realizimi+_Fatura.__Dexa
 2. Trimed_shpk_-_Kontrata_Furnizimi+_Vertetim_Realizimi+_Fatura.__EKG...

Kontrata e parë është me palë Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ofertuesin, dhe objekti i kontratës është: *Pajisje për matjen e densitometrisë kockore – DEXA.*

Kontrata e dytë është me palë Qendren e Urgjencave Kombetare dhe Ofertuesin, dhe objekti i kontratës është: PROJECT “Promoting eHealth in cb Areas by Stimulating local Economies” CONTRACT TITLE “SUPPLIES FOR INFARCT.NET”, me artikuj:

- PC+ Dual Screen Monitor
- Touchecg System Cod Articolo KTCH300N

- ECG200+CARDIOLINE Dotazione Standard
- Tablet Microsoft Surface Go 3

Të gjithë artikujt por në asnjë rast nuk dëshmon se disponon eksperiencën e nevojshme dhe ka kryer furnizime të ngjashme për pajisje stomatologjike, e cila referuar specifikimeve teknike të mallrave objekt-prokurimi ndryshe nga materialet mjekësore të paraqitura nga operatori ekonomik Trimed shpk., në fokusin e saj ka si komponent kryesor: në kontratën e parë densitetin kockor, deh në kontratën e dytë, pajisje monitorimi pacienti si ecg, pra eHealth. Në të dyja rastet, furnizimet nuk janë natyrë stomatologjike, kjo pasi komponentët e sipërcituar të cilët karakterizojnë kontratën objekt - prokurimi kërkojnë ekspertizë dhe eksperiencë të ndryshme nga ato të dëshmuara nga ofertuesi me anë të kontratave të sipërcituara, pasi dhe vetë metodologjia e funksionalitetit të tyre është e ndryshme, referuar specifikimeve teknike të përcaktuara nga autoriteti kontraktor. Krahasueshmëria e kontratave nëse janë të ngjashme nuk ka të bëjë vetëm me natyrën e kontratës referuar një analize të përgjithshme dhe sipërfaqësore, nëse ajo është një kontratë furnizimi mallra, por si autoriteti kontraktor në momentin e vlerësimit të ofertave, por edhe operatori ekonomik në momentin e hartimit të ofertës duhet të mbajë në konsideratë të gjithë komponentët që karakterizojnë kontratën duke iu referuar qëllimit (ratio legis) të kërkesës për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Për këtë arsye, OE ofertues, nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në DST, pika **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale.**

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **DELTA DENT**, me numer **NIPT J62904255P**, me adrese: **Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga “ Bogdani” pallati 14, Ap 14 Tirane**, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 5 790 000 (pesemilion e shtatqindenedhjetemije)leke, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Klinika Stomatologjike Universitare me adrese; Rruga e Dibres , prane Spitalit Universitar “ Nene Tereza” Tirane, Tel/Fa 003554375265, Znj. Teuta Lako, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 3 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se, nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”.

Ankesa pas Njoftimit te Fituesit (Paraprak)

PO

JOx

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*)_____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (*vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë*)_____

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

ANIS THODHORJANI