



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Nr. _____ prot.

Tiranë, më _____.____.2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT

Subjektit: Bashkimit të operatorëve ekonomik “Biometric Albania” sh.p.k me NUIS: J61827062E dhe “Almedical” me NUIS K21511002I

Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 25, TIRANE

Procedura e prokurimit: “*Procedurë e hapur*”

Numri i referencës së procedures: REF-42400-11-06-2019

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje të pasijeve mjekësore laboratorit për Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë”

Publikime të mëparshme: Nuk ka.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: *çmimi më i ulët X*,

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë, këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. Bashkimit të operatorëve ekonomik “Biometric Albania” sh.p.k me NUIS:J61827062E dhe “Almedical” me NUIS K21511002I .

Vlera: 22 499 700 (njëzetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e shtatëqind) Lekë pa Tvsh.

2. “Fedos” sh.p.k” NUIS: K01514009I

Vlera: 28 900 000 (njëzetë e tetë milion e nëntëqind mijë) Lekë pa Tvsh

3. “Krijon”sh.p.k, NUIS K12023001A

Vlera: *nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.*

4. “Montal”” sh.p.k NUIS J62009007F

Vlera: *nuk ka paraqitur ofertë ekonomike*

5. “O.E.S Distrimed” sh.p.k NUIS K31520054N

Vlera: 31 918 999 (tridhjet e nje milion e nëntëqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë)Lekë pa Tvsh.

Janë skualifikuar ofertuesit si mëposhtë:

1. “FEDOS” sh.p.k” NUIS: K01514009I

2. “KRIJON”sh.p.k, NUIS K12023001A

3. “MONTAL”” sh.p.k NUIS J62009007F

4. “O.E.S Distrimed” sh.p.k NUIS K31520054N

Arsyet e skualifikimit përkatësisht:

1. Operatori ekonomik “FEDOS” sh.p.k me NUIS K01514009I, me ofertë ekonomike 28 900 000 (njëzetë e tetë milion e nëntëqind mijë) Lekë pa Tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
 - Për artikullin 1 Real Time Quantitative Thermal Block (RT - PCR) kemi kërkuar që paisja te mundesoje ndriçim uniform te termo-bloku me teknologjine e ndriçimit tunel ndërkohë paisja e ofertuar *eshte pa teknologjine e ndriçimit tunel.*
 - Për artikullin 13 Spektrofotometër FTIR kemi kërkuar që paisja te kete rezolucion 1,5 nm, nderkohe paisja e ofertuar *është 2 nm*
 - Për artikullin 14 Franz Diffusion Cell kemi kërkuar që paisja te jete me tregues e kontrollues digital të shpejtësisë 200-800 rpm, nderkohe paisja e ofertuar *eshte me shpejtesi 400-2000 rpm*
 - Për artikullin 15 Aparat për zbërthimin e tabletave, kemi kërkuar që paisja te jete *disintegration tester*, nderkohe paisja e ofertuar *eshte dissolution tester.*
 - Për artikullin 16 Aparat për matjen e thërmimit të tabletave, kemi kërkuar që paisja te jete *friability tester*, nderkohe paisja e ofertuar *eshte disintegration tester*
2. Operatori ekonomik “Krijon” me Nuis K120223001A nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST).
3. Operatori ekonomik “Montal” me Nuis J62009007F nuk ka paraqitur ofertë ekonomike, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST).
4. Operatori ekonomik “O.E.S Distrimed” me Nuis K31520054N dhe me ofertë ekonomike 31 918 999 (tridhjet e nje milion e nëntëqind e tetëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë)Lekë pa Tvsh, nuk kualifikohet sepse nuk ka plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara sipas Dokumentave Standarte të Tenderit (DST), konkretisht:
 - Për artikullin 14 Franz Diffusion Cell kemi kërkuar që paisja te jete me tregues ekontrollues digital të shpejtësisë 200-800 rpm, nderkohe paisja e ofertuar *eshte me shpejtesi 400-2000 rpm*
 - Për artikullin 15 Aparat për zbërthimin e tabletave kemi kërkuar që: koha 1min deri 99 orë, 59 min, 59 sec., nderkohe paisja e ofertuar *eshte: koha nga 1s - 23h 59min 59s.*
 - Për artikullin 16 Aparat për matjen e thërmimit të tabletave, kemi kërkuar që qartësia e matjes te jete 1 revolution, nderkohe paisja e ofertuar nuk shprehet fare sa *eshte qartesia e matjes.*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë : Bashkimin e operatorëve ekonomik “Biometric Albania” sh.p.k me NUIS:J61827062E dhe “Almedical” me NUIS K21511002I , me adresë TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6,ap 2, me vlerë të përgjithshme prej, 22 499 700 (njëzetë e dy milion e katërqind e nëntëdhjetë e

nëntë mijë e shtatëqind) Lekë pa Tvsh, është identifikuar si oferta më e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë “*Universitetit të Mjekësisë, Tiranë*”, me adresë “*Rruga e Dibrës, Nr. 371, 1005-Tiranë*”, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar (në rast se ka), siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “*Për prokurimin publik*”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datën 14.01.2020

Ankesa: Nuk ka pasur.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Andi MAHILA

