



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

"Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote" – Marrveshje kuader me disa operatore ekonomike (nje OE per secilin lot) ku te gjitha kushtet jane te percaktuara per nje periudhe 12 mujore.

Fondi limit i Marrveshjes kuader: **129,345,350.00** (Njëqind e njëzetë e nëntë milionë e treqind e dyzetë e pesë mijë e treqind e pesëdhjetë) **Lekë pa TVSH**

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut**
Adresa **Rruga Lord Bajron, Laprakë, Tiranë**
Tel/Fax **+355 4 2389927**
E-mail **qktgj@shendetesia.gov.al,**
Pergjegjesi per prokurim: **Martil Sula**
Nr. Cel: **0698977950**

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror

Institucion i pavarur

Njesie qeverisjes vendore

Tjetër

X

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po

Jo

X

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit_REF-54662-03-19-2020

Loti Nr. 1 - REF-54664-03-19-2020

Loti Nr. 2 - REF-54666-03-19-2020

Loti Nr. 3 - REF-54668-03-19-2020

Loti Nr. 4 - REF-54670-03-19-2020

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje

Qira

Leasing

Blerje me këste

Një kombinim i tyre

X

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

X

Jo

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorëekonomikëX

Të gjitha kushtet janë të përcaktuaraPoX Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

Kjo lloj marrëveshje kuadër aplikohet për arsyet e mëposhtme:

1. Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër, specifikimet e sakta teknike, kushtet e rëndësishme të lëvrimin si dhe sasitë e pritshme të kërkuara.
2. Nga përvoja e prokurimit të këtyre materialeve në vite, cmimet e tregut kanë rezultuar të jenë të qendrueshëm dhe nuk ndryshojnë në funksion të momentit apo vendit të lëvrimin.
3. Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE (ku jo të gjitha kushtet do të ishin të përcaktuara) do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimin. Lidhja e MK me një OE të vetëm, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për sigurimin e mallrave në kohë, sigurimin e një rezerve dhe furnizimin në kohën e kërkuar nga AK. Gjithashtu siguria për kontratat që parashikohet të lidhen i jep mundësi OE të ulë kostot e ofertës.
4. Marrëveshja kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara nuk konsiderohet kontratë. Kjo do të thotë që AK nuk kanë mekanizma detyruese për OE të shpallur të suksesshem për pjesëmarrjen e tyre në minikonkurse dhe rrjedhimisht në lidhjen e kontratave pas zhvillimit të tyre. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellin dështime në furnizimin me këto materiale në kohën e duhur, duke patur impakt direkt tek pacienti.
5. Nga eksperiencat e mëparshme të prokurimit të këtij objekti, ka rezultuar se numri i OE lokal pjesëmarrës ka qenë i kufizuar. Marrëveshja me kushte jo të përcaktuara do të kërkonte kualifikimin e tre OE gjë e cila rrezikon realizimin e kësaj procedure prokurimi.
6. Duke qenë se Shqipëria është një treg i vogël dhe mallratobjekt i MK janë mallra importi, pra nuk ka prodhim vendas, me qëllim garantimin e furnizimeve në afatet kohore të përcaktuara, MK me një OE të vetëm fitues do të garantonte sigurinë e furnizimeve sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër: 1 (nje) OE per cdo lot (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kerkesave të AK, me operatorin ekonomik të shpallur të suksesshëm.
-----	--	---

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:
QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT**

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **129,345,350.00** (Njëqind e njëzetë e nëntë milionë e treqind e dyzetë e pesë mijë e treqind e pesëdhjetë) **Lekë pa TVSH**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është:nuk aplikohet**
3. Burimi i Financimit _Buxheti i Shtetit
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **"Blerje kite reagente, serume ABO dhe reagent/aksesore të tjera të nevojshme për QKTGj e ndare në 4 lote"** - Marrëveshje kuadër me disa operatore ekonomike (një OE për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të percaktuara për një periudhë 12 mujore

Loti Nr.1 – *“Reagente dhe aksesore të nevojshme për testimin në laboratorin e agjenteve infektiv”*

Fondi limit për Lotin nr.1: 98,349,000.00 (Nëntëdhjetë e tetë milionë e treqind e dyzetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.2 - *“Reagente dhe aksesore të tjera të nevojshme për testimin në laboratorin e imunohematologjisë”.*

Fondi limit për Lotin nr.2: 28,481,850 (Njëzetë e tetë milionë e katërqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.3 – *“Serume dhe reagente të ndryshme”*

Fondi limit për Lotin nr.3: 1,022,600 (Një milionë e njëzetë e dy mijë e gjashtëqind) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.4 – *“Blerje Kyveta për Hemoglobinometer, solucione për Cell Counter dhe të reagente të ndryshme”*

Fondi limit për Lotin nr.4: 1,491,900 (Një milionë e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind) Lekë pa TVSH.

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.9.1.Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatjanëmuaj: 12 ose ditë: 365 (nga nënshkrimi I Marrëveshjes Kuadër (jo mëshumë se (4) vjet) Ose duke filluar nga // (dd/mm/vvvv) Përfunduar më // (dd/mm/vvvv)
--

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit tëkontratës/marrëveshjes kuadër:

QENDRA KOMBETARE E TRANSFUZIONIT TE GJAKUT

2.11 Ndarja në LOTE:

Po X Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Loti Nr.1 – “Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin ne laboratorin e agjenteve infektiv”

Fondi limit per Lotin nr.1: 98,349,000.00 (Nëntëdhjetë e tetë milionë e treqind e dyzetë e nëntë mijë) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.2 - “Reagente dhe aksesore te tjere te nevojshme per testimin ne laboratorin e imunohematologjise”.

Fondi limit per Lotin nr.2: 28,481,850 (Njëzetë e tetë milionë e katërqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.3 – “Serume dhe reagente te ndryshem”

Fondi limit per Lotin nr.3: 1,022,600 (Një milionë e njëzetë e dy mijë e gjashtëqind) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”

Fondi limit per Lotin nr.4: 1,491,900 (Një milionë e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind) Lekë pa TVSH.

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Dokumentat Standarde të Tenderit

Po Jo X

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo X

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës¹: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

X

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët **X**

Për efekt krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet mbi bazën e vlerës totale të ofruar për secilin lot (çmim për njësi x sasi të pritshme).

Kontratat bazuara në MK do të lidhen mbi bazën e çmimeve për njësi të ofertës së shpallur të suksesshme dhe sasive që do të nevojiten për periudhat që do të përcaktohen nga AK.

Kujdes:

Vlera e pritshme e kontratave nuk duhet të kalojë fondin limit të MK për lot.

Në të kundërt oferta do të refuzohet.

Shënim:

- Marreveshja Kuader do të lidhet me vlerën e Fondit Limit të secilit lot të përcaktuar në këto DST.

- Me mbarimin e Fondit Limit ose afatit, perfundon dhe Marreveshja Kuader për secilin lot.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;

ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;

iii) marzhimë i ulët i fitimit, të shprehur në për qindje.

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **14/04/2020**(dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **14/04/2020**(dd/mm/vvvv) Ora: **11:00**

Vendi: www.app.gov.al

Informacioni mbi ofertat paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip	<input checked="" type="checkbox"/>	Anglisht
Tjetër	_____	

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

	Po	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nëse Po	Monedha	_____	Çmimi	_____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë.

Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **20/03/2020**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri **Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut**

Adresa **Rruga Lord Bajron, Laprakë, Tiranë**

Tel/Fax **+355 4 2389927**

E-mail qktgj@shendetesia.gov.al,

Pergjegjesi per prokurim: **Martil Sula**

Nr. Cel: **0698977950**

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur

3. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-54662-03-19-2020

Loti Nr. 1 - REF-54664-03-19-2020

Loti Nr. 2 - REF-54666-03-19-2020

Loti Nr. 3 - REF-54668-03-19-2020

Loti Nr. 4 - REF-54670-03-19-2020

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër_ "Blerje kite reagente, serume AB0 dhe reagent/aksesore te tjere te nevojshem per QKTGj e ndare ne 4 lote" - Marrveshje kuader me disa operatore ekonomike (nje OE per secilin lot) ku te gjitha kushtet jane percaktuara per nje periudhe 12 mujore.

Loti Nr.1 – *“Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin ne laboratorin e agjenteve infektiv”*

Fondi limit per Lotin nr.1: 98,349,000.00 (*Nëntëdhjetë e tetë milionë e treqind e dyzetë e nëntë mijë*)
Lekë pa TVSH.

Loti Nr.2 - *“Reagente dhe aksesore te tjere te nevojshme per testimin ne laboratorin e imunoematologjise”*.

Fondi limit per Lotin nr.2: 28,481,850 (Njëzetë e tetë milionë e katërqind e tetëdhjetë e një mijë e tetëqind e pesëdhjetë) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.3 – *“Serume dhe reagente te ndryshem”*

Fondi limit per Lotin nr.3: 1,022,600 (Një milionë e njëzetë e dy mijë e gjashtëqind) Lekë pa TVSH.

Loti Nr.4 – *“Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”*

Fondi limit per Lotin nr.4: 1,491,900 (Një milionë e katërqind e nëntëdhjetë e një mijë e nëntëqind) Lekë pa TVSH.

5.Fondi limit i Marrveshjes kuader: 129,345,350.00 (Njëqind e njëzetë e nëntë milionë e treqind e dyzetë e pesë mijë e treqind e pesëdhjetë) **Lekë pa TVSH**

6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj duke filluar nga data e nënshkrimit të Marrveshjes kuader

7.Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:date 14.04.2020 ora 11:00

8.Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:date 14.04.2020 ora 11:00

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertesduhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të

përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit

1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.

1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**

a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).

b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)

_____ ,

_____ ,

_____ .

c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.

d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, tëmbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.

“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____“

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit

kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursimidis operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
 - a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet sëbashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëmrinë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karbonisi dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhimë i ulët i fitimit, tëshprehurnëpërqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes se çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomishtë më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketëçdo kriterdhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Nëçdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

Dokumentat Standarde të Tenderit

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min k1}$ Vlera e mëe ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max k1}$ _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit

ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85\% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

- 4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.
- 4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- i. garanci bankare
 - ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjëlloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertën në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimin

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Dokumentat Standarde të Tenderit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo tëgjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku tëgjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr	Përshkrimi i mallrave	Njesia	Sasia Totale e planifikuar per 12 muaj	Çmimi Njësi pa TVSH	Çmimi Total	Origjina Kompania prodhuese/Vendi i prodhimit	Afati

Dokumentat Standarde të Tenderit

	Çmimi Total pa TVSH						
	TVSH (%)						
	Çmimi Total me TVSH						

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin mekarburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehurnëpërqindje është më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehurnëpërqindje	Afati i levrimit

Dokumentat Standarde të Tenderit

--	--	--	--

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;

Dokumentat Standarde të Tenderit

4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet nëdokumentacionin e ofertës,ështëi autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruarofertën nëinteres të Ofertuesit;
5. Për qëllim tëkësajdeklarate dhe ofertëssë paraqitur,unë kuptoj që fjala “konkurrentë”nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, tëndryshëm ngaOfertuesi,të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik,që:
 - a) paraqesin njëofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratësdhe/ose tëFtesës për Ofertë,të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) ështënjëofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojnënjëofertënpërgjigje, të Njoftimit të Kontratësdhe/ose tëFtesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatiturofertën e tij në mënyrë të pavarur,pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërëmarrëveshje apo pa rënë dakordme asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtëprocedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentetbashkangjitur,në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqete konsultimit,komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Nëveçanti,pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), tëpërmendur më lart,nuk ka pasur konsultime,komunikime,kontratëapo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat,faktorët ose formulat e përdorurapër llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës përofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime,komunikime,marrëveshjeapo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë,sasinë,specifikimet apo dërgesa tëveçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit tëmësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohurame qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, nëçdo mënyrëqoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave,shpalljes fitues dhelidhjes së kontratës,vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar përPërfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktornë Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisësiç përkufizohet në Dokumentat Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....[Jep
adresën e saktë]

Përpara

.....
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

Dokumentat Standarde të Tenderit

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATËMBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË
Mbi konfliktin e interesave

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediaeve), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr.9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1,2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[*Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP¹.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomiksi më sipër.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimine ofertës, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 4;
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:

Sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

Xhiroja mesatare vjetore gjate tre viteve te fundit (2017,2018,2019) te kete nje vlere sa 40% i fondit limit i lotit apo shumes se loteve per te cilat konkurron . Per kete operatori ekonomik duhet te paraqese vertetim nga administrata Tatimore per xhironë realizuar gjate tre viteve te fundit.

Shenim : Per efekt te perlllogaritjes se vleres se kerkuar sipas ketij kriteri,40% do te aplikohet mbi vleren e fondit limit te parashikuar sipas vleres se pritshme te kontratave te lotit/loteve per te cilat ofertohet, Kur konkurohet per me shum se 1lot, 40% do te aplikohet mbi shumen e totale te vleres se pritshme te kontratave per lotet qe konkurohet

Kujdes: kriteret e mesiperme jane te vlefshme per te kater lotet ndersa per kriteret e vecanta, Pika 2.3 Kapaciteti teknik Ofertuesi duhet te dorezoje dokumentacionin si me poshte:

Per Lotin Nr. 1 – “Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin ne laboratorin e agjenteve infektiv”

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

a. Furnizime te meparshme te ngjashme ne nje vlere prej 40%e vleres se fondit limit te lotit apo shumesse loteve per te cilat konkurron, te realizuara gjate tre viteve te fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si deshmi per pervojen e meparshme kerkohen vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimore e shitjes ,ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

Ne rastin e pervojesse meparshme kerkohen vertetime te leshuara nga nje ent publik ose fatura tatimorete shitjes,ku shenohen datat,shumat dhe sasite e mallrave te furnizuara.

Shenim : Per efekt te perlllogaritjes se vleres se kerkuar sipas ketij kriteri,40% dote aplikohet mbi vleren e fondit limit te parashikuar sipas vleres se pritshme te kontratave te lotit/loteve per te cilat ofertohet,Kur konkurohet per me shume se 1 lot,40% do te aplikohet mbi shumen totale te vleres se pritshme te kontratave per lotet qe konkurohet

b.Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

c.Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregëtim të kite-reagente /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose deklarate konformiteti CE (Aty ku eshte e aplikueshme) sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC/ ose 98/34 EC/ ose/ ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre (Dokumentat duhet te jene te perkthyer dhe te noterizuara).

e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar

(Dokumentat duhet të jene të perkthyer dhe të noterizuara).

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës (Dokumentat duhet të jene të perkthyer dhe të noterizuara).

f. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specififikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT (Dokumentat duhet të jene të perkthyer dhe të noterizuara).

g. Operatorët ekonomike duhet të paraqesin një vetedeklarim ku të deklarohet që skadenca e mallrave do të jete sipas kushteve të përcaktuara në specififikimet teknike.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Per Lotin Nr. 2 – “*Reagente dhe aksesore të tjere të nevojshme për testimin në laboratorin e imunohematologjise*”.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

a. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% e vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së lotëve për të cilat konkuron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore e shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojes së mëparshme kërkohen vërtetimet leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim : Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% dote aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas vlerës së pritshme të kontratave të lotit/lotëve për të cilat ofertohej, kur konkurohet për më shumë se 1 lot, 40% do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurohet

b. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

c. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregëtim të kite-reagente /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e konformitetit CE ose deklaratën e konformitetit CE

(Aty ku është e aplikueshme) sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC/ ose 98/34 EC/ ose/ ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre (Dokumentat duhet të jenë të perkthyer dhe të noterizuar).

e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar (Dokumentat duhet të jenë të perkthyer dhe të noterizuar).

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës (Dokumentat duhet të jenë të perkthyer dhe të noterizuar).

f. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT (Dokumentat duhet të jenë të perkthyer dhe të noterizuar).

g. Operatorët ekonomike duhet të paraqesin një vetedeklarim ku të deklarohej që skadenca e mallrave do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Per Lotin Nr. 3 – “*Serume dhe reagente të ndryshëm*”

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

a. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% e vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së lotëve për të cilat konkuron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vertetimet të leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore e shitjes, ku shihen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme kërkohen vertetimet të leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shihen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim : Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% dote aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas vlerës së pritshme të kontratave të lotit/lotëve për të cilat ofrohet, Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, 40% do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurohet

b. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

c. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregëtim të kite-reagente

/ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose deklarate konformiteti CE (Aty ku është e aplikueshme) sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC/ ose 98/34 EC/ ose/ ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre (Dokumentat duhet të jene te perkthyer dhe te noterizuara).

e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar (Dokumentat duhet të jene te perkthyer dhe te noterizuara).

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës (Dokumentat duhet të jene te perkthyer dhe te noterizuara).

f. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT (Dokumentat duhet të jene te perkthyer dhe te noterizuara).

g. Operoret ekonomike duhet të paraqesin një vetedeklarim ku të deklarohet që skadenca e mallrave do të jete sipas kushteve të përcaktuara në specifikimet teknike.

i. Ofertuesi duhet të paraqesi një deklarate nga prodhuesi që artikujt e kërkuar, janë tregëtuar në një nga vendet e BE, SHBA, Kanada ose Japonise.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Per Lotin Nr. 4 – *“Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”*

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

a. Furnizime të meparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% e vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkuron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si deshmë për përvojën e meparshme kërkohen vërtetime të leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore e shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së meparshme kërkohen vërtetimet leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Shënim : Për efekt të përlogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 40% dote aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas vlerës së pritshme të kontratave të lotit/loteve për të cilat ofertohej, Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, 40% do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së

Dokumentat Standarde të Tenderit

prishme te kontratave per lotet qe konkurohet

b.Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST)

c.Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregetim të kite-reagente /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose deklarate konformiteti CE (Aty ku eshte e aplikueshme) sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC/ ose 98/34 EC/ ose/ ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre (Dokumentat duhet te jene te perkthyer dhe te noterizuar).

e. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga kompania prodhuese ose nga Distributor të Autorizuar nga prodhuesi, për këtë procedurë prokurimi, për tregëtimin e artikujve të ofruar (Dokumentat duhet te jene te perkthyer dhe te noterizuar).

Shënim: Në rastin e distributorit të autorizuar të provohet lidhja me prodhuesin nëpërmjet dokumentacionit përkatës (Dokumentat duhet te jene te perkthyer dhe te noterizuar).

f. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, artikujt dhe specifikimet teknike të tyre duhet të markohen me ngjyrë të ndezur sipas numrit rendor të përcaktuar në formularin e ofertës. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT (Dokumentat duhet te jene te perkthyer dhe te noterizuar).

g.Operatorët ekonomike duhet te paraqesin nje vetedeklarim ku te deklarohet qe skadenca e mallrave do te jete sipas kushteve te percaktuara ne specifikimet teknike.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të paraqitura nga ofertuesit

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti

Shtojca10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Loti Nr.1 – “Reagente dhe aksesore te nevojshem per testimin ne laboratorin e agjenteve infektiv”

Reagente dhe aksesore te tjere te nevojshem per testimet ne Laboratorin e Agjenteve Infektive per agjente

infektive dhe bilanc/testime biokimike me analizatorin **ARCHITECTci8200** dhe **ARCHITECT i2000SR**.

Nr.	Emri i produktit	Njesia	Sasia
1	HBsAg	teste	37 000
2	Anti HCV	teste	35 000
3	HIV Ag/Ab (combo)	teste	35 000
4	Sifiliz TP	teste	35 000
5	CMV IgG	teste	100
6	CMV IgM	teste	100
7	ALT	teste	30 000
8	Ferritin	teste	10 000
9	Cholesterol	teste	10 000
10	Trigliceride	teste	10 000
11	Proteine Total	teste	10 000
12	Kreatinemi	teste	10 000

Specifikimet teknike te kiteve per agjentet infektive jane si me poshte:

Të përgjithshme

- 1- Kitet duhet te jene te pershtatshem per perdorim me aparaturen plotesisht automatike, testime per agjente infektive dhe ato biokimike ne te njejten moster mbi te njejten platforme, ne ARCHITECHT **ci8200** dhe ARCHITECHT **i2000SR** (ato imunologjike).
- 2- **Mosparaqitja e specifikimeve teknike në dokumentet e paraqitura nga OE eshte kusht skualifikues.**
- 3- Afati i skadences per **kitet e testimeve per agjentet infektive** (mikroparticelat, konjugatin, kalibratoret e diluentin) dhe **per testimet biokimike** te jete te pakten mbi 4 muaj nga data e marjes ne dorezim (levrimet te tyre).
- 4- Afati i skadences per te gjithë reagentet dhe aksesoret e tjeresi:sol. Tretese (Pre-trigger sol dhe trigger sol)dhe sol. Shpelaresh (bufferat), te jete mbi 6 muaj nga koha e marjes ne dorezim.
- 5- Gjithe itinerari i transportit deri ne marjen ne dorezim te seteve te perbere nga sa me siper (kite reagentesh, kalibratore dhe kontrole) duhet te behet ne kushte temperature te monitoruar (2-8°C) e ne pozicionin vertikal.
- 6- Brenda kesaj vlere te perfshihet edhe mirembajtja e aparaturave (**ARCHITECT ci8200 dhe ARCHITECT i2000SR**).

Kitet e testimit per HBsAg.

1. Kitet e testimit ARCHITECT – HbsAg (ose ekuivalent) , jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te antigenit siperfaqesor te hepatitit B ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet mbi 99.91% dhe nje sensitivitet 100%.
3. Ndjeshmeria mesatare analitike duhet te jete 0.019-0.020 IU/L
4. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
5. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Kitet e testimit per anti- HCV.

1. Kitet e testimit ARCHITECT – anti-HCV (Ose ekuivalent), jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te antikorpeve te hepatitit C ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet te pergjithshem 99.60% dhe nje sensitivitet jo me pak se 99.10%.
3. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
4. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Kitet e testimit per HIV Ag/Ab combo

1. Kitet e testimit ARCHITECT – HIV Ag/Ab combo (ose ekuivalent), jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te njekoheshem, te antigenit HIV p24 dhe antikorpeve te viruseve te imunodeficiencies humane te tipit1 dhe/ose te tipit 2 ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet mbi 99.5% dhe nje sensitivitet 100%.
3. Sensitiviteti analitik duhet te jete < 50pg/ml, per antigenin p24 HIV1
3. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
4. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Kitet e testimit per Sifiliz

1. Kitet e testimit ARCHITECT – Syphilis TP (ose ekuivalent), jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te antikorpeve te Treponema Pallidium (TP) ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet mbi 99.00% dhe nje sensitivitet 100%.
3. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
4. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Kitet e testimit per CMV (IgM)

1. Kitet e testimit ARCHITECT – CMV IgM (ose ekuivalent), jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te antikorpeve (IgM) te Citomegalovirusit ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet mbi 99.5%.
3. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.

4. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Kitet e testimit per CMV (IgG)

1. Kitet e testimit ARCHITECT – CMV IgG (Ose ekuivalent), jane imunoassay me microparticela kemiluminishente per detektimin kualitativ te antikorpeve (IgG) te Citomegalovirusit ne plazmen dhe serumin human.
2. Kitet duhet të kenë një specificitet mbi 99.10% dhe nje sensitivitet 100%.
3. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
4. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Specifikimet teknike të kiteve për testimet biokimike të jenë si më poshtë:

Kitet duhet te jene te pershtatshme per perdorim me aparaturen plotesisht automatike ARCHITECT **ci8200**.

ALT/GPT

- Kitet duhet te jene te pershtatshem per percaktimin sasior te nivelit te alanine amino-transferazes (ALT/GPT) ne plasmen dhe/apo serumin human, nepermjet aparatures apo sistemit ARCHITECT **ci8200 (ose ekuivalent)**.
- Te kete nje kufi detektimi (Limit of Detection - LOD) prej min. 2U/L.
- Dhe nje kufi apo limit detektimi sasior (Limit of Quantitation – LOQ) prej te pakten 5.1U/L.
- Lineariteti te jete ne kufijte e jo me lart se 942 U/L.

Ferritine

- Kitet duhet te jene te pershtatshem per percaktimin sasior te nivelit te ferritines ne plasmen dhe/apo serumin human, nepermjet aparatures/sistemit ARCHITECT **ci8200 (Ose ekuivalent)**.
- Te kete nje sensitivitet analitik ≤ 1.5 ng/ml.
- Kitet duhet te kene nje kufij saktësie < 10 %CV (koeficient te variabilitetit).

Cholesterol

- Kitet duhet te jene te pershtatshem per percaktimin sasior te nivelit te kolesterolit ne plasmen dhe/apo serumin human, nepermjet aparatures/sistemit ARCHITECT **ci8200 (Ose ekuivalent)**.
- Te kete nje kufi detektimi (Limit of Detection - LOD) prej min. 5mg/dl (0.13mmol/L).
- Dhe nje kufi apo limit detektimi sasior (Limit of Quantitation – LOQ) prej te pakten 6.2mg/dl
- Lineariteti te jete ne kufijte e min.7mg/dl e jo me lart se 705 mg/dl (18.26mmol/L).

Trigliceride

- Kitet duhet te jene te pershtatshem per percaktimin sasior te nivelit te triglicerideve ne plasmen dhe/apo serumin human, nepermjet aparatures/sistemit ARCHITECT **ci8200 (ose ekuivalent)**.
- Te kete nje kufi detektimi (Limit of Detection - LOD) prej min. 5.0 mg/dL (0.06 mmol/L).
- Dhe nje kufi apo limit detektimi sasior (Limit of Quantitation – LOQ) prej te pakten 6.2mg/dl
- Lineariteti te jete ne kufijte e min.7mg/dl e max. jo me lart se 1420 mg/dl (0.08mmol/L -16.05mmol/L).

Proteina totale

- Kitet duhet të jene të pershtatshem për percaktimin sasior të nivelit të proteinave totale në plasmen dhe/apo serum human, nepermjet aparatures apo sistemit ARCHITECHT **ci8200 (ose ekuivalent)**.
- Të ketë një kufi detektimi (Limit of Detection - LOD) prej min. 0.5g/dl dhe një kufi apo limit detektimi sasior (Limit of Quantitation – LOQ) prej të pakten 0.76gr/dl (7.6gr/L).
- Lineariteti të jete në kufijte e 0.8gr/dl - 18.4 g/dl.

Creatinina

- Kitet duhet të jene të pershtatshem për percaktimin sasior të nivelit të kreatinines në plasmen dhe/apo serum human, nepermjet aparatures/sistemit ARCHITECHT **ci8200 (Ose ekuivalent)**.
- Lineariteti të jete në kufijte e 0.20 mg/dL e jo më lart se 37.00 mg/dL (17.7-3270.8µmol/L) me ±10% ose ±0.1mg/dL.
- Të ketë një kufi detektimi (Limit of Detection - LOD) prej min. 0.05mg/dl (4.5µmol/L).
- Dhe një kufi apo limit detektimi sasior (Limit of Quantitation – LOQ) prej të pakten 0.10mg/dL(8.8µmol/L).

Afati i levrimit : Sipas kërkesave të Autoritetit kontraktor

Duke filluar menjëherë pas lidhjes së Marrëveshjes Kuader me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj.

Shënim: Të gjithë artikujt (kite/reagente) e përmendur më sipër do të jene të pershtatshem dhe në përputhje me aparaturat e përmendura por do të pranohet EKUIVALENTI i çdo artikulli që është në përputhje me specifikimet teknike dhe është i pershtatshem me aparaturat e mësipërme që disponon QKTGj.

Loti Nr. 2- *“Reagente dhe aksesore të tjera të nevojshme për testimin në laboratorin e imunoematologjisë”.*

Reagente dhe aksesore të tjera të nevojshme për testimet në Laboratorin Imunoematologjisë për aparat MP-Reader (Lyra) dhe Swing (twin sampler) – Banjo (reader) ose ekuivalent

Nr.	Emri i produktit	Njesia	Sasia
1	ID-karta me xhel për Pacientet	karta	18816
2	ID-karta me xhel për Dhuruesit	karta	720
3	MP-Grup ABO për dhuruesit	MP	2 220
4	ID-karta konfirmuese për dhuruesit	karta	1440
5	ID-Karta me xhel (LISS/COOMBS)	karta	864

Dokumentat Standarde të Tenderit

6	ID-Karta me xhel neutral	karta	240
7	ID-Karta per Rh fenotip + C ^{w+} ,K.	karta	144
8	ID-Karta per Du, Coombs anti-IgG	karta	192
9	ID-Karta per profilin antigenik I	karta	48
10	ID-Karta per profilin antigenik II	karta	48
11	ID-Karta per profilin antigenik III	karta	48
12	ID- test sera per profilin antig.III	6 x 1.4ml	2
13	Mikropjata per Rh fenotip dhe K	MP	660
14	ID-Karta me xhel per DCT-pozitiv	karta	60
15	ID-Panele qelizore I-II-III	panel 3x10ml	8
16	ID-Pool qelizash	panel 3x10ml	12
17	ID-Panel 11-qelizor	panel 11x4ml	12
18	Sete për Kontrollin e Cilësisë (Basic).	set	10
19	Sete per mirmbajtjen e Aparateve te percaktimit te grupeve te gjakut.	set	3

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE ID-KARTAVE ME XHEL, REAGENTEVE DHE AKSESOREVE TE TJERE TE NEVOJSHEM PER TESTIMET NE LABORATORIN E IMUNOHEMATOLOGJISE.

Të përgjithshme

- 1- Te gjithë reagentet me origjine humane duhet te jene prej materiali baze (gjak dhe produkte te tij) te testuar, qe rezulton negativ per anti-HIV, anti-HCV dhe HBsAg.
- 2- Per te gjithë reagentet qe ofrohen duhet te paraqiten specifikimet teknike te tyre (kataloge, flete shoqeruese te ID kartave me xhel dhe reagenteve).
- 3- **Mosparaqitja e specifikimeve teknike në dokumentet e paraqitura nga OE eshte kusht skualifikues.**
- 4- Afati i skadences per **ID kartat me xhel dhe Mikropjatat** te jete te pakten mbi 6 muaj nga data e marrjes ne dorezim (levrimet te tyre).
- 5- Afati i skadences per te gjithë **Reagentet, sol. Holluese (Diluentet)**dhe **sol. Shplaresë/Tretesit** te jete mbi 10 muaj nga koha e marrjes ne dorezim.
- 6- Afati i skadences per gjithë panelet me **Reagent qelizor** te jete deri ne 4 jave nga koha marrjes se tyre ne dorezim.
- 7- Levrimi i kartave me xhel dhe mikropjateve te behet sipas kerkeses se institucionit dhe afateve respektive te skadencave. Levrimi i reagenteve qelizore dhe paneleve te tjere

qelizor do të behet cdo muaj, sipas afateve perkatese te skadences apo kerkeses se institucionit.

- 8- Amballazhi shishe qelqi me tape me/pa pikatore.
- 9- Etiketa duhet te jete e qendrueshme ndaj lageshtires se frigoriferit. Shkrimi te jete i qendrueshem deri ne fund te skadences.

ID-Karta me xhel, për përcaktimin e kombinuar të grupit të gjakut ABO/RhD me të dy metodat, për PACIENTET.

1. ID-kartat duhet te permbajne **anti-A**(linja qelizore A5), **anti-B** (linja qelizore G^{1/2}) dhe **anti-D**[linja qelizore LHM 59/20 (LDM3) +175-2]me baze monoklonale.
2. ID-kartat duhet te permbajne edhe 2-mikrotubula me xhel neutral per qelizat **A₁** e **B** per metoden indirekte.
3. Të ketë gjithashtu edhe një mikrotubul per kontrollin negativ (Ctl).
4. Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
5. Reagentet qelizor A1 dhe B te jene suspensione eritrocitar 0.8%, në flakone 10ml.
6. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira, hemolize apo precipitime.
7. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

ID-Karta me xhel, për përcaktimin e kombinuar të grupit të gjakut ABO me dy metodat dhe përcaktimin e dyfishtë të RhD, për DHURUESIT.

1. ID-kartat duhet te permbajne **anti-A**(linja qelizore A5), **anti-B** (linja qelizore G^{1/2}) **anti-DVI+**(linja qelizore ESD-1M, 175-2) dhe **anti-DVI-**[linja qelizore LHM 50/3 (LDM1)/ TH-28/RUM-1]me baze monoklonale.
2. ID-kartat duhet te permbajne edhe 2-mikrotubula me xhel neutral per qelizat **A₁** e **B** per metoden indirekte.
3. Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
4. Reagentet qelizor A1 dhe B te jene suspensione eritrocitar 0.8%, në flakone 10ml.
5. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira, hemolize apo precipitime.
6. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel (LISS/COOMBS), që përmbajnë AHG-polispecifike.

- 1- Kartat ID duhet të jene të pershtatshme për t'u përdorur për:
 - Kontroll antittrupash
 - Identifikim antittrupash
 - Pajtueshmeri
 - Test Coombs Direkt.
- 2- ID-kartat duhet të kene 6-mikrotubula me permbajtje xheli, ne te cilin te jete shtuar AHG-polispecifike (me **anti-IgG** origjine animale dhe **anti-C3d** monoklonale, linja qelizore C139-9).
- 3- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza

ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.

4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel neutral.

1- ID Kartat me xhel, duhet te jene te pershtatshme per t'u perdorur per:

- Kontroll / Identifikim antittrupash
- Pajtueshmeri
- Metoden indirekte te percaktimit te grupit.
- Percaktimin e titrit te imunizimit (sipas hollimeve perkatese).

2- ID-kartat duhet te kene 6-mikrotubula me suspension xhel neutral, te afta per te kapur reaksionet nga antitrupat reaktive me tekniken enzimatike dhe ate me saline.

3- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.

4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Mikropjata me reagentë të thatë (gati për përdorim) për përcaktimin e grupit të gjakut ABO (A, B, AB, DVI-, DVI+, ctl/A1, B) per dhuruesit:

1- Mikropjata duhet te permbaje anti-A:linja qelizore/profili Birma-1, anti-B: linja qelizore LM306/686 (LB-2), anti-AB: ES131 (ES-15), anti-DVI- : TH-28 (IgM), anti-DVI+: MS-201/MS-26 (IgM/IgG), nj kontroll negativ (ctl – vetem buffer pa reagent) dhe dy gropa per qelizat A1 e B per metoden indirekte.

2- Rreagentet duhet te jene te vendosur ne menyre te thate ne mikropjate.

3- Reagentet qelizor A1 dhe B te jene te suspension eritrocitare 0.8%, ne flakone 10 ml .

4- Mikropjata te jete me kapacitet per 12 testime.

5- Cdo mikropjate te jete e pajisur me bar-code per identifikimin e tyre.

6- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Mikropjata me reagentë të thatë (gati për përdorim) për përcaktimin e fenotipit Rh (Anti-C, Anti-c, Anti-e, Anti-E) dhe Kell:

1- Mikropjata me reagentet (antitrupat) monoklonale dhe nje kontroll negativ (ctl) per percaktimin e fenotipit Rh (**Anti-C, Anti-c, Anti-e, Anti-E**) dhe Kell.

2- Reagenti duhet te jete i vendosur ne gjendje te thare ne mikropjate.

3- Seria e qelizave te jete si me poshte:

Anti-C linja/profili qelizore **MS-24**

Anti-c linja/profili qelizore **MS-33**

Anti-E linja/profili qelizore **MS-260**

Anti-e linja/profili qelizore **MS-63**

Anti-K linja/profili qelizore **MS-56**

Ctl - kontrolli negativ vetëm Buffer pa reagent.

4- Mikropjata te jete me kapacitet per 16 testime (2 testime/rresht, per 8 rreshta).

5- Cdo mikropjate te jete e pajisur me bar-kode per identifikimin e tyre.

6- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

ID-Karta me xhel, për konfirmimin e grupit të gjakut ABO, për DHURUESIT.

1. ID-kartat duhet te permbajne **anti-A**:linja qelizore LM297/628 (LA-2), **anti-B**: linja qelizore LM306/686 (LB-2) dhe **anti-DVI+**: linja qelizore ESD-1M, 175-2, me baze monoklonale.
2. ID-kartat duhet te testojne dy persona me nje karte, per te njejtat gjera si me siper.
3. Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
4. Pamja e jashtme: reagentet duhet te jete pa turbullira, hemolize apo precipitime.
5. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel, për përcaktimin e profilit të plotë të fenotipit të Rh, përfshirë këtu C^w dhe Kell.

1. ID-kartat duhet te permbajne antitropa humane, perkatesisht: **anti-C, anti-C^w (opsionale), anti-c, anti-E, anti-e** dhe **anti-K**, ne secilen prej mikrotubave te saj.
2. Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
3. Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel, që përmbajnë AHG me anti-IgG për përcaktimin e D^{weak}.

- 1- ID-kartat me xhel duhet te jene me nga 6-mikrotubula, ne te cilet te jete shtuar anti-globulina humane, anti-IgG (origjine animale). Mund te perdoret edhe per qellime te tjera si: direkt/indirekt coombs test (kontroll/identifikim antitrupash e pajtueshmeri).
- 2- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
- 3- Reagenti per konfirmimin e D^{weak} me ane te ICT, te permbaje anti-D, IgG- monoklonale (linja/profili qelizor ESD1).
- 4- Reagenti duhet te jete i pershtatshem per perdorim ne mikrotubat me xhel te kartes ID.
- 5- Pamja e jashtme: Reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 6- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel , për përcaktimin e profilit antigenik (I).

- 1- ID-kartat me xhel duhet te jene me nga 6-mikrotubula, ne te cilat te jene suspenduar anti-trupat korespondues te meposhtem:
 - antitrupat monoklonal **anti-P₁**(linja qelizore 650)
 - antitrupat monoklonal **anti-Le^a**(linja qelizore LM112/161)
 - antitrupat monoklonal **anti-Le^b**(linja qelizore LM129/181)

- antitruapat **anti-Lu^a** human
 - antitruapat **anti-Lu^b** human
- 2- Të ketë gjithashtu edhe një mikrotubul per kontrollin negativ (Ctl).
 - 3- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
 - 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel , për përcaktimin e profilit antigenik (II).

- 1- ID-kartat me xhel duhet te jene me nga 6-mikrotubula, ne te cilat te jene suspenduar anti-truapat korespondues te meposhtem:
 - antitruapat **anti-k** human
 - antitruapat **anti-Kp^a** human
 - antitruapat **anti-Kp^b** human
 - antitruapat monoklonal **anti-Jk^a**(*linja qelizore MS-15*)
 - antitruapat monoklonal **anti-Jk^b**(*linja qelizore MS-8*)
- 2- Të ketë gjithashtu edhe një mikrotubul per kontrollin negativ (Ctl).
- 3- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Karta me xhel , për përcaktimin e profilit antigenik (III) + ID-reagent.

- 1- ID-kartat duhet te jene me nga 6-mikrotubula [dy te paret me xhel-neutral dhe kater te tjeret me anti-globuline humane polispecifike (me **anti-IgG**origjine animale dhe **anti-C3d** monoklonale *linja qelizore C139-9*)].
- 2- ID- test sera reagent në të cilet të jene prezent antitruapat korespondues te meposhtem:
 - antitruapat monoklonal **anti-M**[*linja qelizore LM-110/140 (LM-1)*]
 - antitruapat monoklonal **anti-N**(*linja qelizore 1422 C 7*)
 - antitruapat **anti-S** human
 - antitruapat **anti-s** human
 - antitruapat **anti- Fy^a**human
 - antitruapat **anti- Fy^b**human
- 3- Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje, pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.
- 4- Pamja e jashtme: Reagentet duhet te jene pa turbullira apo precipitime

ID-Karta me xhel për diferencimin e llojit të antitrupeve në DCT-pozitiv.

- 1 - Në mikrotubulat e kartes duhet të kete prezence të 5-reagenteve të ndryshem AHG-monospecifike si: **anti-IgG**, **anti-IgA**, **anti-IgM**, **anti-C3c**(*të gjithë me origjine animale*) dhe **anti-C3d**(*monoklonale, linja/profili qelizor C139-9*).
- 2 - Të kete dhe nje mikrotubul te gjashte per kontrollin negativ.
3. Pamja e jashtme e ID-kartave duhet te jete me xhelin transparent, pa plasaritje/tharje,

pa buleza ajri apo solucioni te shperndara neper tubula dhe te mos kete carje ose demtime te tjera te fletes vulosese te sigurise.

4 - Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

ID-Panele 3-qelizore për kontroll të antitropave të parregullt. (Antibody screening)

ID-Panele qelizore I-II-III (anti-globuline humane):

1. Paneli 3-qelizor per identifikimin e antitropave te parregullt te pacientet duhet te jete me origjine humane .
2. Qelizat e perdorura ne kete panel duhet te jene nga dhurues unik/te vetem, grup O.
3. Te kene nje perqendrim 0.8% ($\pm 0.1\%$) e te jene te pershtatshme per t'u perdorur ne ID-kartat respektive me xhel.
4. Të ketë gjithmone brënda qeliza me karakteristikat e meposhtme:
 - Dy qeliza RhD pozitive (CCDee, C^{w+}, ccDEE) dhe nje tjetër RhD negativ(cc.ee)
 - Doze te dyfishte per Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, M, S dhe s.
 - Te pakten nje qelize pozitive per K, Le^a, Le^b, P₁ dhe N.
5. Pamja e jashtme duhet te jete e paster pa trubullime, pa hemolize apo koagula.
6. Sasia duhet te jete sipas kerkeses.

ID-Pool qelizash për kontroll të antitropave të parregullt.

1. Pool-i qelizor per identifikimin e antitropave te parregullt te pacientet duhet te jete me origjine humane.
2. Qelizat e perdorura ne kete pool duhet te jene nga dhurues unik/te vetem, grup O.
3. Të kenë një perqendrim 0.8% ($\pm 0.1\%$) e te jene te pershtatshme per t'u perdorur në ID-kartat respektive me xhel.
4. Të ketë gjithmone brënda qeliza me karakteristikat e mëposhtme:
 - Dy qeliza RhD pozitive (CCDee, ccDEE) dhe nje tjetër RhD negativ(cc.ee)
 - Doze të dyfishte per Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, M, S dhe s.
 - Të pakten një qelize pozitive për K, Le^a, Le^b, P₁ dhe N.
5. Pamja e jashtme duhet te jete e paster pa trubullime, pa hemolize apo koagula.
6. Sasia duhet te jete sipas kerkeses.

ID-Panel 11-qelizor, për identifikimin e antitropave anti – eritrocitare.

Kërkohen ID-DiaPanele per identifikimin e antitropave anti-eritrocitare me sinjifikance klinike. Këto panele duhet të jene te zgjedhura ne menyre te tille qe te sigurojne nje shperndarje optimale te antigeneve per identifikimin e anti-trupave antieritrocitare.

ID-Panele te jene te pershtatshme per identifikimin e antitropave vetem me metoden AHG (anti-globuline humane). Kushtet të jenë si me poshte:

1. Të jene suspensione eritrocitare te pershtatshme per t'u perdorur me ID- kartat respektive me xhel.
2. Pamja e jashtme e tyre duhet te jete e paster pa trubullime, hemolize apo koagula.

3. Sasia duhet te jete nga 1 panel me intervale mujore levrimi, sipas kerkeses.

Komplete (Set) për Kontrollin e Cilësisë (Basic).

Kërkohet të behet kontrolli i instrumentave apo teknikave manuale te perdorura per percaktimin e grupit te gjakut (direkt/indirekt), skrinimit per antitropa, me mostra gjaku me grup gjaku te njohur dhe antitropa te identifikuar paraprakisht. Këto kontrolle duhet të realizohen ne intervale te rregullta, mundesisht para fillimit te cdo dite pune.

1. Mostrat e kontrollit duhet të permbajne të pakten dy komplete me suspensione të gjakut human me një Hct15% ±2 dhe prezence të antitropave të mëposhtem:
 - Mostra 1, psh: **gupi A RhD negativ, K pozitiv dhe të ketë anti-B dhe anti-D** (me një vlerë të anti-D, të paktën 0.05 IU/ml).
 - Mostra 2, psh: **grupi B RhD pozitiv, CcD, Ee dhe të ketë anti-A dhe anti-Fy^a**.
2. Pamja e jashtme e tyre duhet te jete e paster pa trubullime, hemolize apo koagula.
3. Sasia duhet te jete nga 1 set me intervale te levrimit, sipas kerkeses.

Afati i levrimit : Sipas kërkesavetë Autoritetit Kontraktor.

Duke filluar menjehere pas lidhjes se Marreveshjes Kuader me afat 12 (dymbedhjete) muaj

Shenim: Te gjithë artikujt (kite/reagente) e permendur me siper do te jene te pershtatshem dhe ne perputhje me aparaturat e permendura por do te pranohet EKUIVALENTI i cdo artikulli qe eshte ne perputhje me specifikimet teknike dhe eshte i pershtatshem me aparaturat e mesiperme qe disponon QKTGj.

Loti Nr. 3 – “Serume dhe reagente te ndryshem”

LISTA E ARTIKUJVE PER SERUME ABO E RhD DHE TE TJERA

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Anti – A 10 ml	Flakon	420
2	Anti – B 10 ml	Flakon	420
3	Anti – AB 10 ml	Flakon	320
4	Anti – D (IgM) 10 ml	Flakon	250
5	Anti - D (IgM + IgG) 10 ml	Flakon	250
6	Antiglobuline humane 10 ml	Flakon	30
7	Anti - C 5 ml	Flakon	20
8	Anti - c 5 ml	Flakon	20
9	Anti - E 5 ml	Flakon	20
10	Anti - e 5 ml	Flakon	20
11	Anti - K 5 ml	Flakon	20
12	Anti - M 2 ml	Flakon	1
13	Anti - N 2 ml	Flakon	1
14	Anti - S 2 ml	Flakon	1
15	Anti – s 2 ml	Flakon	1
16	Anti - Le ^a 2 ml	Flakon	1

Dokumentat Standarde të Tenderit

17	Anti - Le ^b 2 ml	Flakon	1
18	Anti Jk ^a 2ml	Flakon	2
19	Anti Jk ^b 2ml	Flakon	2
20	Panele qelizore ±3%, AHG 3 x 10ml	Panele	10
21	Anti -Lu ^b 2ml	Flakon	1
22	Anti -Fy ^a 2 ml	Flakon	1
23	Anti - Fy ^b 2ml	Flakon	1
24	Anti -Kp ^a 2 ml	Flakon	1
25	Anti- Kp ^b 2ml	Flakon	1
26	Anti- P1 2ml	Flakon	1

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE REAGENTEVE TE PERCAKTIMIT TE GRUPEVE TE GJAKUT E TESTIMEVE TE TJERA.

Të përgjithshme

- 1- Te gjithë reagentet me origjine humane duhet te jene prej materiali baze (gjak dhe produkte te tij) te testuar qe rezulton negativ per anti-HIV, anti-HCV dhe HBsAg.
- 2- Per te gjithë reagentet qe ofrohen duhet te paraqiten specifikimet teknike te tyre, ku te shprehet qarte edhe titri i antitropave per cdo flakon reagentesh (kataloge/flete shoqeruese te reagenteve).
- 3- **Mosparaqitja e specifikimeve teknike në dokumentet e paraqitura nga OE eshte kusht skualifikues.**
Afati i skadences **mbi 1-vit** duke filluar nga data e levrimit te tyre.
- 4- Te jene ne perdorim ne nje nga vendet e BE-se, Canada, SHBA ose Japoni, si dhe te kene aprovimin me marken CE.
- 6- Amballazhi shishe qelqi me tape pikatore.
- 7- Etiketa duhet te jete e qendrueshme ndaj lageshtires se frigoriferit. Shkrimi te jete i qendrueshem deri ne fund te skadences.

Reagentët për përcaktimin e grupeve ABO

- 1- Reagentet Anti-A, Anti-B, Anti-AB duhet te kene karakteristikat e meposhteme (te permbledhura ne table), persa i takon: llojit/tipit te reagentit, titrit perkates, aviditetit apo shpejtesise se reaksionit, intesitetit e specificitetit te reagimit.

Emeri Reagentit	Lloji i reagentit	Njesia	Lloji i qelizave	Titri	Shpejtesia ne sec.	Intensiteti	Specificiteti
Anti-A	Monoklonal	fl.10ml	A ₁	≥1:256	3-4 sec	3+	Poz
			A ₂	≥1:128	5-6 sec	2+/3+	Poz
			A ₂ B	≥1:64	5-6 sec	3+/4+	Poz
			B	---	---	---	Negativ
			O	---	---	---	Negativ

Dokumentat Standarde të Tenderit

Anti-B	Monoklonal	fl.10ml	B	≥1:256	3-4 sec	4+	Poz
			A ₁ B	≥1:128	5-6 sec	2+/3+	Poz
			A ₁	---	---	---	Negativ
			O	---	---	---	Negativ
Anti-A,B	Monoklonal	fl.10ml	A ₁	≥1:256	3-4 sec	4+	Poz
			B	≥1:256	3-4 sec	4+	Poz
			A ₂	≥1:128	5-6 sec	3+	Poz
			A _x	---	---	---	Negativ
			O	---	---	---	Negativ

- 2- Reagentet duhet te jene per perdorim ne pllake, tuba dhe mikropjate.
- 3- Reagentet anti-A dhe anti-B duhet te jene me ngjyre, ndersa anti-AB mund te jete dhe pa ngjyre.
- 4- Reagenti anti-B duhet te mos aglutinoje eritrocitet me tipar B' të fituar.
- 5- Pamja e jashtme: Reagentet duhet te jene pa turbullira apo precipitime.

Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për percaktimin e grupit Rh D

- 1- Kërkohen dy lloje reagentesh anti-D, te cilet duhet te kene karakteristikat, sipas tabelës me poshte, persa i takon:llojit/tipit te reagentit, titrit perkates, aviditetit apo shpejtesise se reaksionit, intesitetit e specificitetit te reagimit.

Emeri Reagentit	Lloji i reagentit	Njesia	Lloji i qelizave	Titri	Shpejtesia ne sec.	Intensiteti	Specificiteti
Anti-D (IgM)	Monoklonal (Blend)	fl.10ml	O +	IS	5-10 sec	3+	Poz
			R1r ose R1R2	1:64 – 1:128			
			O + R1r ose R1R2	37°C x 30min 1:128 – 1:256			
			Rh- negativ (ICT)	---	---	---	Negativ
Anti-D (IgM +	Monoklonal (Blend)	fl.10ml	O +	IS	10-20 sec	3+	Poz
			R1r ose R1R2	1:32 – 1:64			
			O + R1r ose R1R2	37°C x 30min 1:128 – 1:256			

Dokumentat Standarde të Tenderit

IgG)			Rh- negativ (ICT)	---	---	---	Negativ
------	--	--	-------------------------	-----	-----	-----	---------

- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne pllake, ne tub dhe mikropjate dhe të mundësojë identifikimin e Dvariant, me metodën e hematoglutinimit indirekt me antiglobulinë e gjithashtu të D parcial (D_{vi}) në tub, me metoden e hematoglutinimit direkt.
- 3- Pamja e jashtme e reagentit duhet te jete pa turbullira apo precipitime.

Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Reagentët per percaktimin e sistemit Rh (Anti-C, Anti-c, Anti-e, Anti-E):

- 1-Reagentet per percaktimin e sistemit Rh (**Anti-C, Anti-c, Anti-e, Anti-E**) duhet te jene **IgM monoklonale**.
- 2-Reagenti duhet te jete per perdorim ne pllake, tub dhe mikropjate.
- 3-Titri i reagenteve jo me pak se **1:32** (per reagent me qeliza testuese homozigte).
- 4-Pamja e jashtme: Reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 5- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët per percaktimin e antigeneve te sistemit Kell (anti-K, Anti-Kp^a/Kp^b)

- 1- Reagentet per percaktimin e sistemit Kell, duhet te jene **IgM monoklonale** per anti-K, dhe **IgM monoklonale/poliklonale** per Anti-Kp^a/Kp^b.
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba dhe mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për përcaktimin e sistemit MNS (anti-M, Anti-N, anti S, anti-s)

- 1- Reagentet per percaktimin e antigeneve te sistemit MNS,duhet te jene **IgM - Monoklonale / poliklonale**
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për përcaktimin e antigeneve te sistemit Lewis (anti-Le^a,anti-Le^b)

- 1- Reagentet per percaktimin e antigeneve te sistemit Lewis, duhet te jene **IgM-Monoklonale**.
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për përcaktimin e antigeneve te sistemit Kidd (anti-Jk^a, Anti-Jk^b)

- 1- Reagentet per percaktimin e Ag. te sistemit **Kidd** duhet te jene **IgM monoklonale**.

- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: Reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur.

Reagentët për percaktimin e antigeneve te sitemit Lutheran (anti-Lu^b)

- 1- Reagentet per percaktimin e antigeneve te sistemit Lutheran, duhet te jene **IgM - Monoklonale / poliklonale**
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për percaktimin e antigeneve te sitemit Duffy (anti-Fy^a,anti-Fy^b)

- 1- Reagentet per percaktimin e antigeneve te sistemit Duffy, duhet te jene **IgM - Monoklonale / poliklonale**
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagentët për percaktimin e antigenit P (anti-P₁)

- 1- Reagentet per percaktimin e antigenit te sistemit P, duhet te jene **IgM-monoklonal**
- 2- Reagenti duhet te jete per perdorim ne tuba, mikropjate.
- 3- Pamja e jashtme: reagenti duhet te jete pa turbullira apo precipitime.
- 4- Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Reagent Antiglobulinë Humane

- 1 - Të jete reagent qe perdoret per te kryer testin direkt dhe indirekt te Coombs-it.
- 2 - Të jete antiglobuline polispecifike qe permban anti-IgG me origjine animale dhe anti-C3d monoklonale (AHG - polispecifike / me anti-C3d monoklonale).
- 3 - Reagenti mund te jete me ngjyre ose pa ngjyre.
- 4 - Sasia e kerkuar eshte bashkangjitur

Panele 3 – qelizore per kontrollin e antittrupave te parregullt (Antibody screening)

Kërkohen suspensione eritrocitare qe te bejne identifikimin e antittrupave me metoden e antiglobulines humane.

Për metodën e Antiglobulines Humane duhet te permbushen kriteret e meposhteme:

1. Të jenë suspensione eritrocitare 2%-4% ne shishe nga 10ml secila.
2. Qelizat e perdorura ne kete panel duhet te jene te zgjedhura ne menyre te tille qe te sigurojne nje shperndarje optimale te antigeneve per zbulimin e antittrupave anti – eritrocitare te sistemit Rhesus dhe te sistemeve te tjera me sinjifikance klinike. Te kete gjithmone brënda nje dhurues qe te jete pozitiv per C^w.

Dokumentat Standarde të Tenderit

3. Te jene te pershtatshme per t'u perdorur ne sistemin "type and screen".
4. Pamja e jashtme duhet te jete e paster pa trubullime apo koagula
5. Sasia duhet te jete 10 panele (nga 1 panel/cdo muaj).

Etiketimi

Të gjithë reagentet duhet te jene te etiketuar dhe në të të përfshihen:

- Emri i reagentit dhe sasia
- Nr. lotit te prodhimit
- Data e prodhimit dhe skadences
- Kushtet e ruajtjes
- Emri i kompanise dhe marka CE.

Afati i levrimit : Sipas kerkesavete Autoritetit Kontraktor.

Duke filluar menjehere pas lidhjes se Marreveshjes Kuader me afat 12 (dymbedhete) muaj

Loti Nr. 4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”

CELL COUNTER tip ABX MICROS 60,

Matja e hemoglobines me hemoglobinometer tip HEMO-CUE

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	ABX Minotrol 16, control (niveli N)	2 X 2.5ml	5
2	ABX Mindil LMG	bidon 10L	20
3	ABX Miniclean	bidon 1 L	13
4	ABX Minilyse LMG	bidon 1 L	12
5	ABX Minocclair	Bidon 0.5L	2
6	Kuveta (low Hb)	cope	100
7	Kuveta hemocue Hb 301	cope	10 000

SPECIFIKIME TEKNIKE PER SOLUCIONET E NDRYSHME

Solucione për Cell Counterin (ABX- Minotrol) ose ekuivalent

1. Sol hollues – Diluent, me paketim mbrojtës ndaj drites, me volum maksimal 10L
2. Sol shplares (paketim 1 liter)
3. Sol. Shkaterues i eritrociteve (lizues eritrocitar, me paketim 1liter)
4. Sol koncentrat per pastrim (paketim 0.5 litra)

Per solucionet per Cell Counterin (ABX –Minitrol), skadence do te jete jo me pak se 6 muaj nga data e levrimit, me perjashtim te artikullit 1 qe e ka skadencen me te shkurter.

Kuvetat për Hb

Kuvetat duhet te jene te pershtatshme per te bere matjen e vlearve te hemoglobines (ne kandidatet qe paraqiten per te bere nje dhurim gjaku), me aparatet-HemoCue (aktualisht ne perdorim).

Dokumentat Standarde të Tenderit

Kerkesat sipas modelit dhe sasive perkatese te tyre jane:

- HemoCue Hb301 10 000 cope

Per Hemocue Hb301, skadenca te jete jo me pak se **12 muaj** nga data e levrimit.

Afati i levrimit: Sipas kerkesavete Autoritetit Kontraktor.

Duke filluar menjehere pas lidhjes se Marreveshjes Kuader me afat 12 (dymbedhete) muaj

Shenim: Te gjithë artikujt (kite/reagente) e permendur me siper do te jene te pershtatshem dhe ne perputhje me aparaturat e permendura por do te pranohet EKUIVALENTI i cdo artikulli qe eshte ne perputhje me specifikimet teknike dhe eshte i pershtatshem me aparaturat e mesiperme qe disponon QKTGj.

Shtojca11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktorë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I
KONTRATAVENËMARRËVESHJENKUADËR**

Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01		
02		
03		
...		

Shenim: Kontratat do të lidhen sipas Marrëveshjeve kuader me OE të shpallur të suksesshem. Sasite dhe afatet do të përcaktohen sipas nevojave të AK brenda afatit 12 mujor të Marrëveshjes kuader.

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë nërastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatërihapjes sëprocesit tëmini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti Nr.1 – “REAGENTE DHE AKSESORE TE TJERE TE NEVOJSHEM PER TESTIMET NE LABORATORIN E AGJENTEVE INFEKTIVE”

Nr. Rendor	Emri i produktit	Njesia	Sasia
1	HBsAg	teste	37 000
2	Anti HCV	teste	35 000
3	HIV Ag/Ab (combo)	teste	35 000
4	Sifiliz TP	teste	35 000
5	CMV IgG	teste	100
6	CMV IgM	teste	100
7	ALT	teste	30 000
8	Ferritin	teste	10 000
9	Cholesterol	teste	10 000
10	Trigliceride	teste	10 000
11	Proteine Total	teste	10 000
12	Kreatinemi	teste	10 000

Loti Nr. 2 - “REAGENTE DHE AKSESORE TE TJERE TE NEVOJSHEM PER TESTIMET NE LABORATORIN E IMUNOHEMATOLOGJISE”

Nr. Rendor	Emri i produktit	Njesia	Sasia
-------------------	-------------------------	---------------	--------------

Dokumentat Standarde të Tenderit

1	ID-karta me xhel per Pacientet	karta	18816
2	ID-karta me xhel per Dhuruesit	karta	720
3	MP-Grup ABO per dhuruesit	MP	2 220
4	ID-karta konfirmuese per dhuruesit	karta	1440
5	ID-Karta me xhel (LISS/COOMBS)	karta	864
6	ID-Karta me xhel neutral	karta	240
7	ID-Karta per Rh fenotip + C ^{w+} ,K.	karta	144
8	ID-Karta per Du, Coombs anti-IgG	karta	192
9	ID-Karta per profilin antigenik I	karta	48
10	ID-Karta per profilin antigenik II	karta	48
11	ID-Karta per profilin antigenik III	karta	48
12	ID- test sera per profilin antig.III	6 x 1.4ml	2
13	Mikropjata per Rh fenotip dhe K	MP	660
14	ID-Karta me xhel per DCT-pozitiv	karta	60
15	ID-Panele qelizore I-II-III	panel 3x10ml	8
16	ID-Pool qelizash	panel 3x10ml	12
17	ID-Panel 11-qelizor	panel 11x4ml	12
18	Sete për Kontrollin e Cilësisë (Basic).	set	10
19	Sete per mirmbajtjen e Aparateve te percaktimit te grupeve te gjakut.	set	3

Loti Nr. 3 – “Serume dhe reagente te ndryshem”

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Anti – A 10 ml	Flakon	420
2	Anti – B 10 ml	Flakon	420
3	Anti – AB 10 ml	Flakon	320
4	Anti – D (IgM) 10 ml	Flakon	250
5	Anti - D (IgM + IgG) 10 ml	Flakon	250
6	Antiglobuline humane 10 ml	Flakon	30
7	Anti - C 5 ml	Flakon	20
8	Anti - c 5 ml	Flakon	20
9	Anti - E 5 ml	Flakon	20

Dokumentat Standarde të Tenderit

10	Anti - e 5 ml	Flakon	20
11	Anti - K 5 ml	Flakon	20
12	Anti - M 2 ml	Flakon	1
13	Anti - N 2 ml	Flakon	1
14	Anti - S 2 ml	Flakon	1
15	Anti - s 2 ml	Flakon	1
16	Anti - Le ^a 2 ml	Flakon	1
17	Anti - Le ^b 2 ml	Flakon	1
18	Anti Jk ^a 2ml	Flakon	2
19	Anti Jk ^b 2ml	Flakon	2
20	Panele qelizore ±3%, AHG 3 x 10ml	Panele	10
21	Anti -Lu ^b 2ml	Flakon	1
22	Anti -Fy ^a 2 ml	Flakon	1
23	Anti - Fy ^b 2ml	Flakon	1
24	Anti -Kp ^a 2 ml	Flakon	1
25	Anti- Kp ^b 2ml	Flakon	1
26	Anti- P1 2ml	Flakon	1

Loti Nr. 4 – “Blerje Kyveta per Hemoglobinometer, solucione per Cell Counter dhe te reagente te ndryshem”

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	ABX Minotrol 16, control (niveli N)	2 X 2.5ml	5
2	ABX Mindil LMG	bidon 10L	20
3	ABX Miniclean	bidon 1 L	13
4	ABX Minilyse LMG	bidon 1 L	12
5	ABX Minoclair	Bidon 0.5L	2
6	Kuveta (low Hb)	cope	100
7	Kuveta hemocue Hb 301	cope	10 000

Afatet e lëvrimit: sipas kerkesave te AK brenda afatit 12 mujor te Marrveshjes kuader

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR¹

[Vendi dhe data]

Dokumentat Standarde të Tenderit

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006“Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Dokumentat Standarde të Tenderit

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]*

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës nëprocedurë këta ofertues me vlerat përkatëse tëofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera _____

(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janëskualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë *[emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]* se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej *[shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra[_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.*

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit,brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimittë këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në

Dokumentat Standarde të Tenderit

klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatoren e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*
2. _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____ / Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____
(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

KUSHTET E PËRGJITHSHME **Mallrat – Tender i Hapur**

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontraktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi, tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.

Dokumentat Standarde të Tenderit

- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t’i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në

Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtojë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor ngapërgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojine specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për

përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.

- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilesinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitesit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.
- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atijqë të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e

përcaktuar në kontratë.

- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të parashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet,

me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.

- 14.2 Në Autoriteti Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.

- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlerat taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.

23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.

23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbrësë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.

23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.

23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjene afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Ne rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontrates.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjene Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për

mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.

28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.

29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..

29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

- 33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

1.1 Autoriteti Kontraktor është _____

1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.

5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontrates.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TËNJOFITIMIT TËKONTRATËS SËNËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po

Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po

Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate menenkontraktim:

Po

Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi **pikë**

etj. **pikë**

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po

Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po

Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera _____ *(me TVSH)* Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ *me Tvsh* Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: Autoriteti Kontraktor

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).

Emriplotëiankimuesit (julumshypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni
(dukepërfshirëedheprefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirëedheprefiksin
e zonës)

E-mail

Emridhepozicioniizyrtarittëautorizuarqëplotësonankesën (julum, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirëprefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Dokumentat Standarde të Tenderit

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet
Kontraktore qëdo të përdorin marrëveshjen kuadër)

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontrate
- Formularine Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularine çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t'i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor

Dokumentat Standarde të Tenderit

vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuar dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR
(KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)
PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të

Dokumentat Standarde të Tenderit

kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'u udërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kritereve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.