



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETESISË DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI RAJONAL LEZHË

Nr. _____ Prot.

Date 26.05.2020

Lënda: **Njoftim i Kontratës**

Drejtuar: **AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
TIRANË**

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe
Adresa Lagja : Varosh
Tel/Fax 021523421
E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al
Adresa e Internetit srlezhe.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Ardiana Barbullushi
Adresa Lezhë
Tel/Fax 0693953050
E-mail ardianabarbullushi@yahoo.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: KERKESE ME PROPOZIM

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Riparim dhe mirembajtje të paisjeve mjekesore Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 1 vjeçar (12 muaj) ”.

4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58877-05-26-2020

5. Fondi limit: 2,583,000.00 (dy milion e pesëqind e tetëdhjetë e tre mijë) leke pa TVSH

Duke qenë se objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e cmimeve për njësi në total është: **1,961,000 (një milion e nentëqind e gjashtëdhjetë e një mijë) lekë pa TVSH.**

Nr	Emertimi i pajisjes	Modeli	Vendndodhja	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi per njesi pa TVSH
1	Aparat anestezie	Medec BENELUX Neptune	salla op.	Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i aparateve te anestezie 1. Kontrolli parametrave te punes 2. Kontroll ,riparim i rrugeve te gazeve 3. Kontroll ,riparimi i elektrovalvulave 4. Kontrolli per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit 5. Kontroll,riparim i sistemit te komprimimit 6. Kalibrim i sensorit te oksigjenit. 7. Kontroll i gjendjes se pergjithshme fizike dhe amortizimit teknik	cope	2	75,000
2	Inkubator	Bertochi GB 35 BR neonatologj		Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i inkubatoreve 1. Profilaksi e dhomes se pacientit 2. Verifikim i inkubatoreve ne nje process pune 3. Verifikim i funksioneve te alarmeve te temp.mbinxehjes ,lageshtuesit te ajrit 4. Kalibrimi i analizatorit te oksigjenit 5. Kontroll i panelit qendror te komandimit.	cope	1	35,000
3	Elektrobisturi	ALSA Excell 250 MCDs	salla op.	Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional 1. Testim dhe kolaudim i pajisjes pas servisit. 2. Kontroll per rrjedhje elektrike te bllokut qendror te komandimit. 3. Kontroll i bllokut te frekuences se larte. 4. Kontroll i parametrave teknike te aparatit. 5.Zevendesim I fishes se pacientit	cope	2	40,000
4	Spektofotometer	SLIM ,SEAC	Laborator	1. Kontroll ,riparim i sistemit te memorjes 2. Kontroll i bllokut te sistemit optik 3. Kontroll i sistemit hidraulik dhe kalibrim i tij. 4. Profilaksi e sistemit optik dhe atij hidraulik 5. Kontroll i parametrave teknike te aparatit	cope	1	75,000
5	Koagulometer	Clot 2 S	Laborator	6. Kontroll ,riparim i sistemit te memorjes 7. Kontroll i bllokut te sistemit optik	cope	1	82,000

				<p>8. Kontroll i sistemit hidraulik dhe kalibrim i tij.</p> <p>9. Profilaksi e sistemit optik dhe atij hidraulik</p>			
6	Gazanalizator	OPTIMEDICAL OPTI3-CCA	Laborator	<p>Mirembajtje preventive dhe funksionale e elektrolitmetrit:</p> <p>1. Kontroll i te gjithë parametrave funksionale te pajisjes</p> <p>2. Kontroll i softwarit te aparatit.</p> <p>3. Kalibrim i parametrave me testet e kerkuara nga prodhuesi. Teste te thata dhe serum me vlera te vendosura nga prodhuesi per kalibrim e sensoreve optik.</p> <p>4. Kontroll i bombules se gazit dhe zevendesim nqs eshte i nevojshem</p> <p>5.Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve</p>	cope	1	75,000
7	Monitor pacienti	Fukuda Denkshi	Urgjence	<p>Mirembajtje preventive dhe funksionale e monitorit:</p> <p>1. Kontroll i te gjithë parametrave funksionale te pajisjes</p> <p>2. Kontroll i kablllove te pacientit</p> <p>3. Kontroll i softwarit te aparatit.</p> <p>4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve dhe zevendesim I fishave te pacientit SP)2 dhe fishave te ECG</p>	cope	1	50,000
8	Autoklave	Hirayama HRM-242 II	Urgjence	<p>Kontroll i parametrave teknike</p> <p>1.Kontroll i valvules se sterilizimit</p> <p>2.Kontroll i sistemit logjik te komandimit</p> <p>3.Kontroll i pompes se ujit Profilaksi e pergjithshme</p> <p>4.Kontroll i sensorit te nivelit te ujit</p>	cope	1	40,000
9	ECG	EDAN	PATOLGJ I poliklinike, urgjence	<p>1.Kontroll i parametrave te punes</p> <p>2.Kontroll dhe zevendesim i qarkut te ushqimit</p> <p>3.Kontroll i fishave te pacientit</p> <p>4.Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitiviteti elektrik dhe zevendesim I fishave te pacientit</p>	cope	3	35,000
10	Defibrilator	Zoll Rseries ALS	urgjence	<p>Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional te defibrilatoreve :</p> <p>1. Kontroll i te gjithë parametrave funksionale te pajisjes</p> <p>2. Kontroll i kablllove te pacientit</p> <p>3. Kontroll i funksioneve te alarmeve dhe rikthim ne pune</p>	cope	2	40,000

11	Defibrilator	Marquete Hellige	urgjence	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional te defibrilatoreve : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve	cope	1	40,000
12	Defibrilator	life Point	salla op.	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional te defibrilatoreve : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve	cope	1	40,000
13	Defibrilator	mindray	reanimacion	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional te defibrilatoreve : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve	cope	1	40,000
14	Monitoriacenti	Marquete Hellige	urgjence	Mirembajtje preventive dhe funksionale e monitorit: 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i softwarit te aparatit. 4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve dhe zevendesim I fishave te pacientit SP)2 dhe fishave te ECG	cope	1	40,000
15	Magneto terapi		fizioterapi	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve dhe rikthim ne pune	cope	1	35,000
16	Autoklave	Gemy TC-612	Qendra e sterilizimit	Kontroll i parametrave teknike 1. Nderrim guarnicionesh 2. Kontroll i valvules se sterilizimit 3. Kontroll i sistemit logjik te komandimit 4. Kontroll i pompes se ujit Profilaksi e pergjithshme 5. Kontroll i sensorit te nivelit te ujit 6.Lidhja dhe istalimi i autokllaves me paisjen e ujit te deminalizuar	cope	1	70,000
				1. Inspektim llampes dhe kohes se ndricimit			

17	X-ray portabel	toshiba	radiologji	<p>2. Inspektimi i kutise se kasetes</p> <p>3. Inspektimi i tubit x ray</p> <p>4. Kontroll i siguresave ,kablove lidhes</p> <p>Kontroll i parametrave te sigurise teknike</p>	cope	1	48,000
18	Nebulizator	Infinium medical	kartonatore	<p>Mirembajte preventive mbi funksionimin e tij</p> <p>1. Pastrim i filtrit dhe kalibrimit te ajrit</p> <p>2. Pastrim dhe sterilizim i pjeseve atomizuese</p> <p>3. Inspektim i pergjithshem per kontrollin e parametrave teknike</p> <p>4. Kontroll i sistemit te komandimit</p>	cope	1	40,000
19	Endogastroskop	Olimpus	patologji	<p>Kontroll i parametrave Teknike te Aparatures</p> <p>1. Profilaksi e sistemit optic</p> <p>2. Kontroll i valvulave te ajrit dhe ujit</p> <p>3. Kontroll i burimit te drites</p> <p>4. Kontroll ,pastrim I filtrave te aspiratorit</p>	cope	1	90,000
20	Aparat fototerapie	Bertochi GB 57	neonatologji	<p>Kontroll i pergjithshem funksional te aparatit</p> <p>Kontroll vjetor,testim dhe kolaudim i aparatit</p>	cope	1	36,000
21	Krevat ngrohes	Bertochi Gb 51 Br	neonatologji	<p>Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i krevateve ngrohes</p> <p>1. Verifikim i krevat ngrohes ne nje proces pune</p> <p>2. Verifikim i funksioneve te alarmeve temp. mbinxehjes ,</p> <p>3. Kalibrimi i tij</p>	cope	1	48,000
22	Krevat ngrohes	LR 90	neonatologji	<p>Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i krevateve ngrohes</p> <p>1. Verifikim i krevat ngrohes ne nje proces pune</p> <p>2. Verifikim i funksioneve te alarmeve temp. mbinxehjes ,</p> <p>3. Kalibrimi i tij</p> <p>4. Zevendesim i llampes nese eshte e nevojshme</p>	cope	1	46,000
23	holter presioni	LabiTech	kardiologji	<p>1. Kontroll i vales me stimulues vale te ECG</p> <p>2. Rikonfigurimi i softit ne se eshte i nevojshem</p> <p>3.Profilaksi e pergjithshme e sistemit nderlidhes</p> <p>zevendesim I fishes se pacientit</p>	Cope	1	52,000

24	holter ritmi	LabiTech	kardiologji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i vales me stimules vale te ECG 2. Rikonfigurimi i softit ne se eshte i nevojshem 3. Profilaksi e pergjithshme e sistemit nderlidhes 4. Kontroll I pergjith dhe zevendesimi I fishave te sigurise se pacientit 	cope	1	52,000
25	biciklete		kardiologji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i parametrave te punes 2. Kontroll dhe zevendesim i qarkut te ushqimit 3. Kontroll i fishave te pacientit 4. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitiviteti elektrik 	cope	1	55,000
26	ECG	preme dick	kardiologji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i parametrave te punes 2. Kontroll i sitemit mekanik 3. Kontroll i mekanizmi te sistemit te shpejtesise 4. Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitiviteti elektrik 	cope	1	40,000
27	Monitor pacienti	PHILIPS MP40	reanimacion	<p>Mirembajtje preventive dhe funksionale e monitorit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kabllave te pacientit 3. Kontroll i softwarit te aparatit. 4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve 5. Zevendesim i manshetave te demtuar 	cope	2	35,000
28	Monitor pacienti	MINDRAY	reanimacion	<p>Mirembajtje preventive dhe funksionale e monitorit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kabllave te pacientit 3. Kontroll i softwarit te aparatit. 4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve 5. Zevendesim i manshetave te demtuar 	Cope	2	35,000
29	Monitor pacienti	EDAN	Urgjence, karton ditor, ortopedi	<p>Mirembajtje preventive dhe funksionale e monitorit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kabllave te pacientit 3. Kontroll i softwarit te aparatit. 4. Kontroll i Sensoreve dhe parametrave te alarmeve 5. Zevendesim i manshetave te demtuar 	Cope	4	34,000

30	ECG	EDAN 12 kanalshe	urgjence	<p>1.Kontroll i parametrave te punes</p> <p>2.Kontroll dhe zevendesim i qarkut te ushqimit</p> <p>3.Kontroll i fishave te pacientit</p> <p>4.Kalibrim i sinjalit elektrik dhe sensitiviteti elektrik</p> <p>5.Zevendesim I</p>	cope	1	35,000
31	Aparat anestezie	General elektrik 9100 C NXT	salla op. Mater	<p>Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional i aparateve te anestezie</p> <p>1. Kontrolli parametrave te punes</p> <p>2. Kontroll ,riparim i rrugeve te gazeve</p> <p>3. Kontroll ,riparimi i elektrovalvulave</p> <p>4. Kontrolli per detektimin e rrjedhjeve para dhe pas servisit</p> <p>5. Kontroll,riparim i sistemit te komprimimit</p> <p>6. Kalibrim i sensorit te oksigjenit.</p> <p>7. Kontroll i gjendjes se pergjithshme fizike dhe amortizimit teknik dhe zevendesim I sensorit te ajrit dhe oksigjenit</p>	cope	1	55,000
32	Inkubator	COBAMS	neonatologj	<p>Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i inkubatoreve</p> <p>1. Profilaksi e dhomes se pacientit</p> <p>2. Verifikim i inkubatoreve ne nje process pune</p> <p>3. Verifikim i funksioneve te alarmeve te temp.mbinxehjes ,lageshtuesit te ajrit</p> <p>4. Kalibrimi i analizatorit te oksigjenit</p> <p>5. Kontroll i panelit qendror te komandimit.</p>	cope	3	40,000
33	ap fizioterapie	Iskra medical MEDIA MULTI	sherbimi fizioterapi	<p>Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i ap.te fizio</p> <p>1. Zevendesim I fishave te pacientit</p>	cope	1	45,000
34	llampe qendrore	model Skylux	salla op.	<p>Zevendesim I llampes skylux HSB-3S 40W/24V</p>	cope	5	35,000
35	Respirator	drager savina	urgjence	<p>Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i ap.respirator</p> <p>1. kontroll I parametrave teknike</p>	cope	1	85,000

				Kontrolli i sistemit te aspirim ventilimit Kalibrim I aparatures			
36	Respirator	General electric	reanimacion	Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional i ap.respirator 1. kontroll I parametrave teknike 2.Kontrolli i sistemit te aspirim ventilimit 3.Kalibrim I aparatures	cope	1	40,000
37	Elektrobisturi	s 900 c	maternitet	Kontrolli i pergjithshem profilaktik dhe funksional 1. Testim dhe kolaudim i pajisjes pas servisit. 2. Kontroll per rrjedhje elektrike te bllokut qendror te komandimit. 3. Kontroll i bllokut te frekuences se larte. 4. Kontroll i parametrave teknike te aparatit. 5.Zevendesim I fishes se pacientit	cope	1	38,000
38	Defibrilator	pri medik	ambulanc e	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional te defibrilatoreve : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve dhe rikthim ne pune	cope	2	40,000
39	monitori I Rzf	corometrics	obsetrike	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit dhe zevendesim I 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve dhe rikthim ne pune	cope	1	47,000
40	monitor I Rzf	sinohero	obsetrike	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional zevendesim I sondes US 2. Kontroll i kablllove te pacientit	cope	1	43,000
41	Magneto terapi		fizioterapi	Kontroll i pergjithshem profilaktik dhe funksional : 1. Kontroll i te gjithe parametrave funksionale te pajisjes 2. Kontroll i kablllove te pacientit 3. Kontroll i funksioneve te alarmeve dhe rikthim ne pune	cope	1	35,000

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 muaj nga data nënshkrimit i Marrveshjes Kuader.



7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/06/2020, Ora: 09:00

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 08/06/2020, Ora: 09:00

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Leon KAZA