

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Pershkrimi dhe sasia e mallrave: **sipas listes bashkelidhur dokumentacionit te tenderit**

Ofertuesi duhet te plotesoje tabelen me çmim per njesi, prodhuesin dhe origjinen per sejcilin mall (pajisje spitalore) te ofruar.

Pervec specifikimeve teknike te percaktuara ne table ofertuesi duhet te paraqese:

1. Te gjithë mallrat e ofruara duhet te jene produkte te çertifikuara me normen **C.E.** Certifikata CE te mallrave (pajisjeve spitalore) te jete e perkthyer ne shqip dhe e noterizuar.
2. Mallrat ne momentin e dorezimit duhet te shoqerohen me çertifikaten e Origjines (originale ose fotokopje e noterizuar).
3. Prodhuesit e mallrave te jene te certifikuar me ISO. (originale ose fotokopje e noterizuar)
4. Instalimi dhe venia ne pune e pajisjeve spitalore (mallit) do te kryhet me shpenzimet dhe nga shitesi ne perputhje me standartet nderkombetare te referuara me sipër, duke ju pershtatur edhe sistemeve aktuale qe perdoren ne Institucionin tone. Shitesi duhet te marre persiper plotesimin e pajisjeve spitalore me aksesoret dhe pjeset e konsumushme te nevojshme (sipas normativave te prodhuesit) per te siguruar punen me ngarkesen e parashikuar gjate periudhes nje vjecare te garancise, kjo ne funksion te qellimit per te cilen do perdoret pajisja spitalore.
5. Te paraqese listen e pjeseve te nderrimit, aksesoreve dhe pjeseve te konsumueshme te paisjes qe shoqerojne pajisjen spitalore.
6. Te zhvilloje kurse trajnimi per inxhinierin dhe teknikun klinik si dhe perdoruesin e pajisjeve spitalore (te specifikohen llojet e kurseve qe ofrohen).
7. Te siguroje, me pelqimin e dy paleve, pjese nderrimi dhe aksesore per pajisjen spitalore (mallin) edhe pas perfundimit te afatit te garancise, me çmime konkurruese me tregun.
8. Pajisja spitalore (malli) te shoqerohet me manuale perdorimi,(ku te konfirmohet se eshte e dedikuar per perdorim spitalor) ne gjuhen angleze 1(nje) cope si dhe 1(nje) manual servisi ne gjuhen angleze.
9. Pajisja spitalore (malli) te kete minimumi 1 (nje) vit garanci.

10. Ofertuesi, ne daten dhe oren e zhvillimit te tenderit duhet te paraqese kataloget originale te paisjeve qe ofron, ne katalog specifikimet teknike te kerkuara nga ana jone te jene te markuara.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:
Bashkelidhur DST-ve

Afatet e lëvrimit: nga momenti i lidhjes se kontrates deri ne 30 dite kalendarike.

**OBJEKTI : BLERJE
PAJISJE SPITALORE**
(KARROCE PACIENTI, SHTRAT
LINDJE, KARRIKE RROTULLUSE,
MBAJTESE SERUMI)

fondi limit: 975.000 leke pa
TVSH

Public Health Sector

nr.	pajisja	specifikimet teknike	çmimi	sasia	vlera,leke (pa TVSH)	prodhuesi	origjina	modeli
1	karroce pacienti		leke njesi					
		Per perdorim Spitalor. Me krah statike te forte dhe material antindryshk		4				
		Te kete 4 rrota, nga te cilat 2 te vogla te rrotullueshme ne aks dhe 2 te medha statike.						
		Me 2 mbajtese kembesh te rrotullueshme.						
		Pesha e maksimale e mbajtjes jo me pak se 100 kg. Pesha e karroces 15 - 18 kg.						
		Tapiceria e ndenjeses dhe e shpines sfunxher i veshur me inkelit.						
		Ndenjesja dhe e shpina te jene te zmontueshme per larje.						
		materialet perberes te karroces ti rezistojne ujit dhe detergjenteve lares						

		materialet me perberje metalike te jene antindryshk								
2	shtrat lindje			3						
		Shtrat per lindje dhe procedura obstetrikale te jete elektrik dhe i komandueshem me telekomande								
		te jete i ndare ne tre seksione								
		pjesa e pasme e levizshme, me pozicion te rregullueshem nepermjet telekomandes rregullimi te jete linear deri min ne 70 grade								
		pjesa e poshtme e levizshme e rregullueshme per pozicion Tredelenburg (deri ne 12 grade) rregullimi te jete elektrik linear								
		pjesa e kembave: e perkulshme dhe e heqshme								
		dyshek sfungjeri, me tre seksione, trashesia jo me pak se 80mm, mbulesa me material komfortabel, fleksibel dhe rezistent ndaj agjenteve higienizues								
		lartesi me rregullim elektrik ne diapazon min. 550-900mm								
		rrota antistatike me sistem qendror frenimi								
		doreze/shufer per shtyrje								
		amortizatore goditjesh gjate levizjeve gjeresia e shtratit jo me pak se 850mm, gjatesia jo me pak se 1920mm								
		Aksesore:								
		mbajtese kembesh (1 cift), me veshje materiali te gomuar, me lidhese per fiksim kembesh, konstrukcion me cerniere sferike per pozicionim kendor te rregullueshem, lartesi e rregullueshme								
		mbajtese anesore te pacientit ne te gjithë seksionin e shpines(1 cift)								
		bacinele inoksi me fiksuesin perkates (1 cope)								
		Stende infuzionit me fiksues lartesi te rregullueshme (1 cope)								
		materialet me perberje metalike te jene antindryshk								
		220V AC, 50Hz								
		3	karrike rrotulluse per salla operacioni	e pershtatshme per tu perdorur ne salla te operacionit nga		6				
				stafi mjekesor						
te kete ndenjese te veshur me material i cili mund te lahet										
te kete lartesi te ndryshueshme rreth 50-60cm										
te jete i mbeshetur mbi rrota antistatike										
materialet me perberje metalike te jene										

		antindryshk						
4	mbajtese serumi(stativ)	-me bazament te levizshem, mbi 5 rota antistatike.		20				
		-me bosht teleskopik alumini ose celik antindryshk						
		-me 2 varese						
		Te jete i regjistrueshem persa i perket lartesisë.						
		Lartesia maksimale te jete 190 cm±10cm.						



Public Health Sector