

## Shtojca 8

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Ekzaminimet mamografike kryhen nga njesia levizese me tip makine mamografike Helianthus te kompanise prodhuese Metaltronica S.p.A. dhe ka specifikimet e pergjithshme si me poshte:

*Mamography Unit me X-Ray tube dhe Direct Conversion Amorphous Selenium detector 24x30cm format me jo Isocentric (HELIANTHUS).*

- Modeli i kerkuar i pergjigjes nga ana e OE lidhur me leximin e imazheve duhet te paraqesi të informacionin si më poshtë:
  1. Emrin dhe mbiemrin e personit
  2. Rrethi sipas kodit te vendosur ne Databasen e njesise.
  3. Mosha
  4. Data e kryerjes se mamografise ne terren
  5. Konkluzionet lidhur me gjetjet radiologjike
  6. Kategorizimi sipas sistemit radiologjik BI-RADS te miratuar nga American College of Radiology
  7. Rekomandime lidhur me ekzaminime/ndjekje te metejshme
- Përgjigjet e leximit të mamografive duhet të jenë të nënshkruara nga mjeku që i ka lexuar dhe OE përkatës
- Përgjigjet e leximit duhet të dorëzohen edhe me CD pranë AK
- Imazhet e kryera ( nga njesite mobile te mamografise) nga AK do t'i vihen ne dispozicion OE per t'u lexuar cdo muaj. Përgjigjet e leximeve të imazheve do te dorezohen ne ISHP jo me vone se 1 muaj nga data e dorezimit te imazheve nga AK, nepermjet proces verbaleve perkatese.

Public Health Sector