

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Nr	Emërtimi	Njesia
1*	Stepler rrethor i harkuar intraluminal njeperdorimesh, gjatesia totale e punes - (420-520) mm, Standart ose konik; Polikarbonat jo-reflektiv, diameter 25-26mm ; 28-29 mm; 30-32 mm;	Cope
2*	Stepler preres linear i rikarikueshem nje perdorimesh, 2mm; 60-62mm 90 grade ri-karikim per te shmangur para-prerjen Kartrixhe te ri-karikueshem me celes sigurie, Siguresse per shkrepjen/goditjen	Cope
3*	Kartrixh mbushes per Stepler preres linear i rikarikueshem njeperdorimesh 2mm; 60-62mm	Cope
4*	Stepler preres linear i rikarikueshem njeperdorimesh, 2mm; 80-82mm, 90 grade ri-karikim per teshmangur para-prerjen Siguresse per shkrepjen/goditjen	cope
5*	Kartrixh mbushes per Stepler preres linear i rikarikueshem njeperdorimesh 2mm;80-82mm	Cope
6*	Stepler preres linear i rikarikueshem njeperdorimesh, 2mm ; 100-102mm 90 grade ri-karikim per teshmangur para-prerjen Siguresse per shkrepjen/goditjen	Cope
7*	Kartrixh mbushes per Stepler preres linear i rikarikueshem njeperdorimesh 2mm;100-102mm	Cope
8*	Stepler preres transvers linear njeperdorimesh Permasa 3.0mm ; 4.5 mm, Me 38 kapese/staples/4rreshta Stepler i drejte, prerje transverse /lineare, gjatesi 39-40mm. Kyc sigurie per kartrixhin(Kartrixh ka Kapese njeperdorimeshe karikuese per steplerin Permasa 3.0 mm ; 4.5mm) Sinjal zanor per paragoditjes/shkrepjes Fiksues Manual ose automatik per kapjen e indit Hapja e Staplerit 1.5mm / .5mm Koke 9mm qe akomodon kartrixh me 4 rreshta kapesesh dhe thika prerese	Copë
9*	Stepler linear i rikarikueshem njeperdorimesh GJATESI 30-32 MM Permasa e kapeseve -1.5mm Celes sigurie per shkrepjen/goditjen	Copë
10*	Kartrixh me 13 kapese per Stepler linear i rikarikueshem 30-32 MM LENGTH ; Permasa e kapeseve -1.5mm	Kartrixh
11*	Stepler linear i rikarikueshem njeperdorimesh GJATESI 90-92 MM ;Permasa e kapeseve -2.0mm Celes sigurie per shkrepjen/goditjen	Copë
12*	Kartrixh me 37 kapese per Stepler linear i rikarikueshem njeperdorimesh me gjatesi 90-92 MM ;Permasa e kapeseve -2.0mm	Kartrixh
13*	Stepler kompakt rrethor per Kirurgji rektale dhe e kolones e niveleve shume te uleta; anastomoze e rektumit Diameter 27-29mm Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 19-20MM Kartrixh me 24 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope
14*	Stepler kompakt rrethor per Kirurgji rektale dhe e kolones niveleve shume te uleta;anastomoze e rektumit Diameter 31-32 mm. Stepler i shkurter i drejte gjatesi 340-345mm resektim anterior super i ulet.Permasa e kapeses 4mm x 5mm ; diameter preres 23-24mm, Kartrixh me 28 kapese. Indikator zanor dhe vizual.	cope
15*	Aplikator klipash shumeperdorimesh per kirurgji, gjatesi 280-285mm Per klip M/L/XL	cope
16*	Aplikator* per endoskopi me gjatesi shafti 16-17cm dhe me katrihx* artikular me tre rrjeshta kapesesh me lartesi te ndryshme 3mm; 3.5mm; 4mm	cope
17*	Aplikator klipash shumeperdorimesh per endoskopi diam. 10-12 mm, gjatesi 300-320 mm Per klipXL	cope
18*	Forcep shumeperdorimesh per heqjen e klipave	Copë
19*	Klip ligature titani me dhembe paralel dysh/dopjo.Hapesire ndermjet dhembeve	Klipa

	per te kompresuar dhe grep/lak per te shmangur spostimin aksial.M/L Kartrixh me 6 klipa, ose ekuivalent me te	
20*	Klip ligature titani me dhembe paralel dysh/dopjo.Hapesire ndermjet dhembeve per te kompresuar dhe grep/lak per te shmangur spostimin/levizjen.XL / Kartrixh me 4 klipa, ose ekuivalent me te	Klipa
21*	Aplikator fiksimi i rikarikueshem per mesh, artikulation deri ne 65 grade, goditje deri ne 60 fiksuese spirale te absorbueshmeose ekuivalent me te	Copë
22*	Aplikator shumeperdorimesh pneumatik me multi-shkrepje klipash Shkrepje pneumatike automatike e klipave Aplikator M/L me diam. 10 mm dhe gjatesi pune jo me pak se 370 mm. Karikim automatik per goditjet e shume fishte te klipave. ose ekuivalent me te	Copë
23*	Klip titani Ligature Titan nje perdorimesh Profili I brendshem I klipit te kete sipërfaqe te dhembzuar per kontakt optimal me enet e gjakut. Dhembet e klipit te evitojne rreshkitjen/spostimin. Medium-Large per aplikator klipi 10 mm Kartrixh me 8 klipa titani.CilinderCO2. ose ekuivalent me te	Set Kartrixh+cyl inders
24*	Vaj mjekesor per mirembajtje dhe lubrifikim te instrumentave. Validuar per sterilizim me avull, si dhe sterilizim te nxehte deri ne 180 °C. Te perfshije 2 pershtates.	Copë
25*	Stapler lekure nje-perdorimesh per mbylljen e plageve Koke kendore me 35 kapeses celiku; dimensionet e kapeses gjeresi 6.9 mm x lartesi 3.6 mm.	Copë
26*	Ngjites per varicet esofageale dhe gastrike. Perberje n-butyl-2-cyanoacrylate i ngjyrosur. Ampule x 0.5 ml temp ambienti	Copë

Materialet mjekesore Stapler duhet te kene skadence te pakten 2/3 e kohes ndermjet dates se prodhimit dhe asajt te skadences.

