

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

1	2	3	4
Nr	Përshkrimi i Mallrave / Shërbimeve	Specifikimet teknike	Sasia
1	Pllake kerciri anatomike auto kompresive per vida 4.5 mm	Pllaka duhet te kete gjatesi nga 100 mm deri ne 330 mm me nje devijacion +/- 5%	5
2	Pllake femuri anatomike auto kompresive per vida 4.5 mm	Pllaka duhet te kete gjatesi nga 118 mm deri ne 330 mm me nje devijacion +/- 5%	5
3	DHS / DCS	Pllake DHS / DCS jo locking me kende 90, 130, 135, 140, 145, dhe 150°, me gjatesi variable nga 48 mm deri 370 mm me devijacion +/- 5%.	5
4	Pllake fibule	1/3 Tubulare me gjatesi te ndryshme nga 70 mm deri ne 140 mm, me devijacion +/- 5%	5
5	Pllake radiusi dhe ulne	Pllake anatomike Radiusi dhe Ulnë me gjatesi nga 92 mm ne 242 mm per vida 3.5 mm me devijacion +/- 5%. Pllake anatomike distavale volare e majte dhe e djathte me gjatesi 55 mm deri 77 mm me devijacion +/- 5%. Pllake distale ekstra artikulare e majte dhe e djathte me gjatesi 47 mm dhe 67 mm me devijacion +/- 5%	5
6	Vida autofilatante	Vida kortikale auto-filetante 3.5 mm me gjatesi nga 8 mm – 120 mm	50
7	Vida autofilatante	Vida kortikale auto-filetante 4.5 mm me gjatesi nga 12 mm – 150 mm	100
8	Vida autofilatante	Vida Spongiotike auto-filetante 6.5 mm me gjatesi nga 25 mm – 140 mm	10
9	Vida autofilatante	Vida maleolare auto-filetante 4.5 mm me gjatesi nga 20 mm – 120 mm	5