

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Parametrat Teknik

Reagente

- Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate
- Ndarje me pjesezananomanjetike, e shpejtdheeficente
- Substrate tepedoruraNaOH, H2O2.
- Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.

Performanca

- Deri ne 180 Teste/ore
- I programuar te punoje 24 ore/dite
- Koha per rezultatin e pare 17 min
- Random, Batch dhe STAT

Menyrat e Operimit Ngarkimi i Serumeve

- Deri ne 40 Pacientenjekohsisht
- Ngarkim i vazhdueshem
- Lexim me barcode i serumeve
- Lidhje LIS

Ngarkimi i Reagenteve

- Dhomefrigoriferike per serumet
- Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve
- Lexim**RFID** i te gjithëinformacioneve te Reagenteve.

Reagentet

- Dhomefrigoriferike per reagentet.
- Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtimit ngaperdoruesi (asnjepergatitje)

- Reagentetekene te inkorporuarkalibratore**LOW dhe HIGH**sidhekontrolli te perfshihetbrengakitit.

- RFID ruan te gjithë info e reagentit
- Kalibrimi pare me 10pika per reagentet.
- Stabilitet i kalibrimitderi ne 4 jave.
- Detektim i kloteve (Clot Detection)
- Deteklim i nivelit te likuideve
- Auto-Diluim

Vecori te tjera

- Temperatura e inkubimit 37 C

Sistemi i operimit

- Windows 7

Nderlidhja

- Ekran me prekje
- Komunikim i dyanshem me LIS permes protokollit ASTM

Paneli i Testeve

- Markerat Tumoral
- Paneli i Tiroideve
- Fertilitet
- Torch
- EBV
- Infektive
- Metabozmi i Kockave
- Imunoglobulina
- Prenata Screening i plote (Bashke me Software)
- Anemi
- Semundje Infektive
- Metabolizmi i Glyko
- Funksioni i veshkave
- Monitorim Droge
- Fibroza Hepatike
- Monitorimi i Inflamacioneve



Public Health Sector

Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Sasia e mallit te kerkuar te jete ne perputhje me listen e mallrave

Afatet e l vrimitt:

Afati i levrimit te mallit te jete 30 (tridhjete) dite.

