

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Afati i skadences (per te gjitha lotet e njejte): Data e skadences ne diten e levrimit te mallit duhet te jete jo me e vogel se ½ e kohes ndermjet dates se prodhimit dhe asaj te skadences.

LOTI 1 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË DIALIZE PËR MAKINAT FRESENIUS fondi limit **3,565,500** (tre milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia
1*	Solucion bikarbonati	Bikarbonat pluhur 600-800g me kartrixh kompatibel per makinat Fresenius.	cope
2*	Dezinfektante per aparat dialize	Dezinfektant, kompatibel per makinat Fresenius per dezinfektim, pastrim, dekalcifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize.	trajtim
3*	Solucion acidi	~ 4 litra/trajtim (per dialize me bikarbonat me makine Fresenius; koncentrimi 1+44; te jete produkt kompatibel per makinat Fresenius).	trajtim
4	Kripe NaCl per zbutes uji	Ne tableta per impiant trajtimi te ujit dializues Fresenius AquaB1250.	kg
5*	Filter uji dializues	Diasafe PLUS (ose ekuivalent), produkt kompatibel per makinat Fresenius.	cope

** Solucionet e acidit do te vijne sipas nevoja te Sherbimit per perqendrimit e K+ dhe Ca++

LOTI 2 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË DIALIZE PËR MAKINAT HOSPAL fond limit **10,088,800** (dhjetë milion e tetëdhjetë e tete mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia
1*	Solucion bikarbonati per dialize	Bikarbonat pluhur 600-800g, me kartrixh kompatibel per makinat Hospal.	cope
2*	Dezinfektante per aparat dialize	Dezinfektant kompatibel per makinat Hospal per dezinfektim, pastrim, dekalcifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize.	trajtim
3*	Solucion acidi	3,5 litra/trajtim (per dialize me bikarbonat me makinat Hospal; koncentrimi 1+44; te jete produkt kompatibel per makinat Hospal).	trajtim
4	Minikap		cope
5	Pershtates te tranfer setit	Pershtates kateteri polikarboni, Zgjatues per Minicap	cope
6	Adaptor	Locking Titanium	cope
7	Kateter Tenchof	Per dialize peritoneale	cope
8*	Kateter femoral i drejte	Dopio lumen KIT Vessel dilatators 12F/14F 150mm	cope

** Solucionet e acidit do te vijne sipas nevoja te Sherbimit per perqendrimit e K+ dhe Ca++

LOTI 3 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË PËR DIALIZË TË VAZHDUESHME fond limit **1,528,000** (një milion e pesëqind e njëzet e tetë mijë) lekë pa TVSH.

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia
-----	----------	---------------------	--------

1*	Solucion bikarbonati per dialize te vazhdueshme	5 Litra. Solucion bikarbonati per dialize te vazhdueshme per makine Hosal Prizma, kompatibel per makinen Hosal Prizma.	cope
2*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon	Koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 20 ml/ore mmHg; sipërfaqja efektive 0.8-1 m ² ; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 70 ml; diapazoni i rrjedhjes se gjakut 100-400 ml/min; kompatibel per makine Hosal Prizma.	cope
3*	Set linje arterio-venoze me monitorim volumi gjaku	Kompatibel per makine dialize model Hosal Prizma	komplet

LOTI 4 FILTRA, LINJA. AGE HEMODIALIZE

fond limit 18,732,500 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia
1*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon Adult	Adult. Me flux te larte; sipërfaqe efektive mbi 1.70 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 55 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 105 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope
		Filter Adult. Me flux te larte; sipërfaqe efektive mbi 1.3 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope
2*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon Pediatrik	Me fluks te larte; sipërfaqe efektive mbi 0.6 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 20 ml/ore mmHg; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 35 ml; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope
		Filter Pediatrik. Me fluks te larte; sipërfaqe efektive 0.2-0.3 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 7 ml/ore mmHg; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 20 ml TMP max 600 mmHg	cope
3*	Set linja arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize Fresenius. Vellimi mbushes jo me shume se 165ml, I pajisur me filtra hidrofobik per cdo linje monitorimi presionin arterial/venoz. I pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, dhe i pajisur me segment te vecante per pompen arteriale (te pershtateshme per sistemt e monitorimit te paisjeve Fresenius). Sterilizimi Beta (paDEHP)	komplet
4*	Set linja arterio-venoze	Pediatrik. Kompatibel per makine dialize Fresenius Vellimi mbushes jo me shume se 120ml, I pajisur me filtra hidrofobik per cdo linje monitorimi presionin arterial/venoz. I pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, dhe i pajisur me segment te vecante per pompen arteriale (te pershtateshme per sistemt e monitorimit te paisjeve Fresenius). Sterilizimi Beta (paDEHP)	komplet
5*	Set linje arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize Hosal. Me sterilizim Gamma, materiali PVC (medical grade). Kartixhe e pajisur me mikrofilter ne dhomen venoze me apertur te pershtateshem per aparatun per te evituar mundesin e koagulimit ne linje. Volumi I gjakut brenda kartixhes gjate trajtimit te jete jo me shume se 110ml.	komplet

6*	Age fistula arterioze	Age fistule arterioze 16G	cope
7	Age fistula venoze	Age fistule venoze 16G	cope

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

LOTI 1 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË DIALIZE PËR MAKINAT FRESENIUS
fondi limit 3,565,500 (tre milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e pesëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia
1*	Solucion bikarbonati	Bikarbonat pluhur 600-800g me kartrixh kompatibel per makinat Fresenius.	cope	2,300
2*	Dezinfektante per aparat dialize	Dezinfektant, kompatibel per makinat Fresenius per dezinfektim, pastrim, dekalçifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize.	trajtim	2,900
3*	Solucion acidi	~ 4 litra/trajtim (per dialize me bikarbonat me makine Fresenius; koncentrimi 1+44; te jete produkt kompatibel per makinat Fresenius).	trajtim	2,100
4	Kripe NaCl per zbutes uji	Ne tableta per impiant trajtimi te ujit dializues Fresenius AquaB1250.	kg	3,000
5*	Filter uji dializues	Diasafe PLUS (ose ekuivalent), produkt kompatibel per makinat Fresenius.	cope	5

** Solucionet e acidit do te vijne sipas nevoja te Sherbimit per perqendrimit e K+ dhe Ca++

LOTI 2 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË DIALIZE PËR MAKINAT HOSPAL
fond limit 10,088,800 (dhjetë milion e tetëdhjetë e tete mijë e tetëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia
1*	Solucion bikarbonati per dialize	Bikarbonat pluhur 600-800g, me kartrixh kompatibel per makinat Hospal.	cope	4,400
2*	Dezinfektante per aparat dialize	Dezinfektant kompatibel per makinat Hospal per dezinfektim, pastrim, dekalçifikim te saj. Kompleti te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize.	trajtim	4,700
3*	Solucion acidi	3,5 litra/trajtim (per dialize me bikarbonat me makinat Hospal; koncentrimi 1+44; te jete produkt kompatibel per makinat Hospal).	trajtim	4,700
4	Minikap		cope	68000
5	Pershtates te tranfer setit	Pershtates kateteri polikarboni, Zgjatues per Minicap	cope	150
6	Adaptor	Locking Titanium	cope	10
7	Kateter Tenchof	Per dialize peritoneale	cope	10

8*	Kateter femoral i drejte	Dopio lumen KIT Vessel dilators 12F/14F 150mm	cope	250
----	--------------------------	-----------------------------------------------	------	-----

****Solucionet e acidit do te vijne sipas nevoja te Sherbimit per perqendrimin e K⁺ dhe Ca⁺⁺**
LOTI 3 SET SOLUCIONI DHE AKSESORË PËR DIALIZË TË VAZHUESHME
fond limit 1,528,000 (një milion e pesëqind e njëzet e tetë mijë) lekë pa TVSH.

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia
1*	Solucion bikarbonati per dialize te vazhdueshme	5 Litra. Solucion bikarbonati per dialize te vazhdueshme per makine Hospal Prizma, kompatibel per makinën Hospal Prizma.	cope	400
2*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon	Koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 20 ml/ore mmHg; siperfaqja efektive 0.8-1 m ² ; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 70 ml; diapazoni i rrjedhjes se gjakut 100-400 ml/min; kompatibel per makine Hospal Prizma.	cope	40
3*	Set linje arterio-venoze me monitorim volumi gjaku	Kompatibel per makine dialize model Hospal Prizma	komplet	40

LOTI 4 FILTRA, LINJA. AGE HEMODIALIZE

fond limit 18,732,500 (tetëmbëdhjetë milion e shtatëqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind) lekë pa TVSH

Nr.	Emertimi	Specifikime teknike	Njësia	Sasia
1*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon Adult	Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.70 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 55 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 105 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope	7,000
		Filter Adult. Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope	200
2*	Filtra Polysulfon ose Polyethersulfon Pediatrik	Me fluks te larte; siperfaqe efektive mbi 0.6 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 20 ml/ore mmHg; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 35 ml; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti (sieving coefficient) i albumines jo me shume se 0.002 (per Q _b =300ml/min, Q _f =60ml/min) TMP max 600 mmHg	cope	140
		Filter Pediatrik. Me fluks te larte; siperfaqe efektive 0.2-0.3 m ² ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 7 ml/ore mmHg; volumi mbushes i gjakut jo me shume se 20 ml TMP max 600 mmHg	cope	100
3*	Set linja arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize Fresenius. Vellimi mbushes jo me shume se 165ml, I pajisur me	komplet	2,250

		filtra hidrofobik per cdo linje monitorimi presionin arterial/venoz. I pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, dhe i pajisur me segment te vecante per pompen arteriale (te pershtateshme per sistemt e monitorimit te paisjeve Fresenius). Sterilizimi Beta (paDEHP)		
4*	Set linja arterio-venoze	Pediatrik. Kompatibel per makine dialize Fresenius Vellimi mbushes jo me shume se 120ml, I pajisur me filtra hidrofobik per cdo linje monitorimi presionin arterial/venoz. I pajisur me gote venoze per minimizimin e koagulimit, dhe i pajisur me segment te vecante per pompen arteriale (te pershtateshme per sistemt e monitorimit te paisjeve Fresenius). Sterilizimi Beta (paDEHP)	komplet	250
5*	Set linje arterio-venoze	Adult. Kompatibel per makine dialize Hospal. Me sterilizim Gamma, materiali PVC(medical grade). Kartixhe e pajisur me mikrofilter ne dhomen venoze me apertur te pershtatshem per aparatn per te evituar mundesin e koagulimit ne linje. Volumi I gjakut brenda kartixhes gjate trajtimit te jete jo me shume se 110ml.	komplet	3,200
6*	Age fistula arterioze	Age fistule arterioze 16G	cope	4,800
7	Age fistula venoze	Age fistule venoze 16G	cope	4,800

Afati i levrimit deri me 25.12.2017,

- 15% e sasise se secilit material mjekesor duhet te levrohet menjehere brenda 15 diteve nga hyrja ne fuqi e kontrates.
- pjesa tjeter te levrohet maksimumi brenda dates 25.12.2017 dhe sipas kerkesave te Sherbimit Farmaceutik dhe Repartit te Dializes.

