

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

### SPECIFIKIMET TEKNIKE PER PAJISJET MJEKESORE

#### 1. Banak me rafte dhe 2 kanata

Përmasat: 150 x 35 x 65 cm

Banaku përbëhet nga suprina e madhe 150x35 cm. Në pjesën e poshtme do të ketë dy kapakë prej materiali MDF, që mbyllen me çelës. Dollapi brenda këtyre dy kapakëve do jetë i ndarë në dy pjesë me anë të një sergjieni me lartësi të regjistrueshme. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

#### 2. Dollap infermieror

Përmasat: 80 x 45 x 210 cm

Skeleti dhe kanati do jetë prej materiali MDF me trashësi 1.8 cm. Sergjenët do jenë prej materiali MDF me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanatit të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Kanati të mbyllen me kyç. Pjesa e brendshme të ndahet në pesë hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Të jetë i paisur me këmbëza që na japin mundësi nivelimi. Dorezat e kanatit dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

#### 3. Komodina

Përmasat: 60 x 40 x 80 cm

Materiali i përdorur do jetë MDF me trashësi 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të elementëve përbërës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Ato duhet të jenë të paisura me një sertarë në pjesën e sipërme dhe pjesën mbajtëse të sendeve që mbyllet me kapake. Komodina qëndron mbi 4 këmbë metalike me lartësi 7 cm nga toka dhe të paisura me mekanizëm regjistruar. Dorezat e kanateve dhe aksesoret e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Nuk pranohen bojrat me bazë plumbi.

#### 4. Tavolinë e madhe infermiere (Përmasat: 150 x 90 x 65 cm)

Suprina MDF me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me plane të të njëjtit material dhe trashësi të suprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Aksesoret që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues.

Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

## 5. Tavoline pacienti

Përmasat: 80 x 80 x 72 cm

Suprina MDF me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të suprinës të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Mbështetet në 4 këmbë të paisura me këmbëza niveluese. Ato lidhen me njëra tjetrën me traversa të po të njëjtit material. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

## 6. Karrige te thjeshte pacienti

Karriket të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku ? 18 të harkuar me lyerje elektrostatische. Shpinorja dhe ndenjësja në pjesën e brendshme kanë një kompesatë të kurbuar. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skeleton metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkure ekologjike. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

## 7. Krevat spitalor manual

- Strukture anësore mbajtëse metalike me mbyllje metalike
- Pjesa e sipërme e krevatit e përbere nga shufra çeliku me hapësirën e veshur me pluhur epoksi për të qenë anti korrodivë.
- Korniza e krevatit e përbere prej çeliku me fortësi të mesme.
- Rrota të mbuluara me frenë.
- Dimensionet 180x70x65cm
- Me tre funksione të ndryshme me levizje manuale, shpina 70o gjunjet 30o
- Me mbajtëse anësore të levizshme.
- Dysheqe spitalor ,me mbulesë fleksible, rezistente ndaj ujit, trashësi jo më pak se 8mm.

## 8. Krevat spitalor i thjeshte

- Strukture anësore mbajtëse metalike me mbyllje metalike
- Pjesa e sipërme e krevatit e përbere nga shufra metalik
- Korniza e krevatit e përbere prej çeliku me fortësi të mesme.
- Rrota të mbuluara me frenë.
- Dimensionet 180x70x50 cm
- Me tre funksione të ndryshme me levizje manuale, shpina 70o gjunjet 30o
- Me mbajtëse anësore të levizshme.
- Dysheqe spitalor ,me mbulesë fleksible, rezistente ndaj ujit, trashësi jo më pak se 8mm.

## 9. Monitor pediatrik

- Monitor pediatrik i parametrave vital
- Ekрани te pakten 10 « me ngjyra ,me prekje (touchscreen )
- Te shfaq te pakten 5 vale ECG(3/6 lead ) resp.SpO2,NIBP,Temp
- Te jete i pershtatshem per perdorim pediatrik.
- Bateria te kete te pakten 3 ore rregjistrim te pavarur nga energjia elektrike.
- Te kete memorie te pakten 100 ore rregjistrim te te gjithë parametrave.
- Te kete te gjithë aksesoret per te filluar pune : Fishe ECG, fisje SpO2 pediatrik, bateri te inkorporuar, etj.
- Aparatura duhet te jete e re dhe e teknologjise se fundit.

## 10. Stativa serumi

Specifikimet teknike per stativ per mbajtese serumi:

- -lartesi e rregjistrueshme 1.60-2.42 cm
- -I perbere nga dy pjese:  
Pjesa e sipërme tubo inox diam. 27mm, trashesi 1.6 mm. telat mbajtes te serumeve inox me diam 4mm.  
Pjesa e poshtme e perbere nga tubo me diam 32 mm dhe trashesi 2 mm, nga nje bazament me diam. 30 cm, me trashesi 5mm, me tre rrota, e lyer me pjekje gri metalizato RAL 9006.
- -pesha 6.8 kg.

Public Health Sector

## 11. Shtrat vizite pediatrik

- Krevatvizite per femije
- I pajisur me 2 seksionetendara, shpina she trupi
- Me levizjemekanike te pjeses se shpines per nje konfort te pacientit
- Me mbulese materiali per larje dhe desinfektim
- Permasat 180x60x68 cm

## 12. Shiringe elektrike

- Shiringe elektrike per injeksionte vazhdueshem dhe mikro me ekran LCD
- Te njohi madhesine e shiringes automatikisht,
- Shkalla e rrezes së diapazonit të infuzionit është të paktën 0.1 deri në 1200 ml/orë me një rritje minimale prej jo më shumë se 0.1 ml/orë
- Volumi I infuzuar te jete nga 0.1-9999 ml
- Sistemi I sigurise KVO me 0.1ml/ore

- Vetetestim te sistemit,
- 8 Nivele per okluzionin
- Alarme per lajmerim te keqfunktionimit,
- Saktësia e shkallës së infuzionit nuk është më e madhe sesa +/-2%
- me llogaritje automatike te dozimit ne baze te peshes, gjatesise etc,
- me porte rs232 per alarm te infermieres
- Me bateri te zgjasi minimum 4 ore

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

### Loti I

#### Blerje pajisje mjeksore

**Fondi limit 1,078,983**

Nr.	Emertimi i artikullit	Njesia	Çmimi per njesi (pa TVSH)	Sasia	Vlera pa
1	Shiringa elektrike	cope		2	
2	Monitor pediatrik	cope		3	
<b>Vlera pa tvsh</b>					
<b>Tvsh</b>					
<b>Vlera me tvsh</b>					

### Loti II

#### **Blerje pajisje spitalore** **921,017**

**Fondi limit**

Nr.	Emertimi i artikullit	Njesia	Çmimi per njesi (pa TVSH)	Sasia	Vlerame
1	Banak ne rafte dhe dy kanata Përmasat(gjeresi x gjatesi x lartesi): 150 x 35 x65 cm	cope		1	
2	Tavoline infermierore (gjeresi x thellesi x lartesi): 150x90x65	cope		1	

<b>3</b>	Dollap infermieror Përmasat(gjeresi x thellesi x lartesi): 210 x 45x80 x cm	<b>cope</b>		<b>3</b>
<b>4</b>	Krevat spitalor manual+stativa serumi+dyshek+mbulese spitalore . Përmasat(gjeresi x thellesi x lartesi): 180 x 90 x 65cm	<b>cope</b>		<b>6</b>
<b>5</b>	Krevat spitalor te thjeshte Përmasat(gjeresi x thellesi x lartesi): 180 x 90 x 65cm	<b>cope</b>		<b>7</b>
<b>6</b>	Tavoline pacienti Përmasat(gjeresi x thellesi x lartesi): 80 x 80 x 65 cm	<b>cope</b>		<b>2</b>
<b>7</b>	Karrike pacienti te thjeshte	<b>cope</b>		<b>10</b>
<b>8</b>	Stativa serumi	<b>cope</b>		<b>5</b>
<b>9</b>	Komodina pacienti	<b>cope</b>		<b>12</b>
<b>10</b>	Shtrat vizitash 180x70x70	<b>cope</b>		<b>2</b>
	Vlera pa tvsh tvsh Vlera me tvsh			

Afatet e lëvrimnit:

Me lidhjen e kontrates deri ne 10 dite

