

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

NR.	EMERTIMI I ARTIKULLIT	Spezifikime teknike	NJESIA
1	Sol Acidi	3.5 litra(per dialize bikarbonat me makine Hospital Integra/Innova)	trajtime
2	Sol Bicarbonat	Bikarbonat pluhur 600-800g (te jete me kartrixh kompatibel per makine Hospal Integra/Innova)	cope
3	Set linje arteriale+venoze	Kompatibel per makine dialize model Hospal Innova	komplet
4	Filtra polysulfan 170	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2</sup> -1.7m <sup>2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope
5	Filtra polysulfan 140	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2</sup> -1.7m <sup>2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope
6	Age Fistule arteriore	Age fistule arterioze	cope
7	Age Fistule venoze	Age fistule venoze	cope
8	Dezifektant per aparat dialize	Dezinfektim, pastrim, dekalcifikim te makines Hospal Integra dhe Innova. Komplet i perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize. Lloji I dezinfektantit te jete kompatibel dhe I pranuar nga programet e dezinfektimit te m	trajtime
9	Kripe Nacl,zbutes uji	Ne tableta per impiant trajtimi te ujit dializues Hospal	kg
10	Kateter femunal adult	Per adulte	cope

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

NR.	EMERTIMI I ARTIKULLIT	Specifikime teknike	NJESIA	Sasia
1	Solucion acidi	3.5 litra(per dialize bikarbonat me makine Hospital Integra/Innova	trajtime	4900
2	Sol Bicarbonati per dialize	Bikarbonat pluhur 600-800g (te jete me kartrixh kompatibel per makine Hosal Integra/Innova)	cope	5000
3	Set linje arteriale+venoze	Kompatibel per makine dialize model Hosal Innova	komplet	5000
4	Filtra polysulfan 170	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2-1.7m2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope	3450
5	Filtra polysulfan 140	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2-1.7m2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coefficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope	1550
6	Age Fistule arteriore	Age fistule arterioze	cope	3500
7	Age Fistule venoze	Age fistule venoze	cope	3000
8	Dezifektant per aparat dialize	Dezinfektim, pastrim, dekalcifikim te makines Hospital Integra dhe Innova. Komplet te perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize. Lloji I dezinfektantit te jete kompatibel dhe I pranuar nga programet e dezinfektimit te m	trajtim	4000
9	Kripe Nacl,zbutes uji	Ne tableta per impiant trajtimi te ujit dializues Hosal	kg	2000
10	Kateter intravaskular dopio lumen	Per adulte	cope	5

Afatet e lëvrimit:

NR.	EMERTIMI I ARTIKULLIT	Spezifikime teknike	NJESIA	Afati I levrim
1	Sol Acidi	3.5 litra(per dialize bikarbonat me makine Hospital Integra/Innova	trajtime	Deri me 31.12.2017
2	Sol Bicarbonat	Bikarbonat pluhur 600-800g (te jete me kartrixh kompatibel per makine Hosal Integra/Innova)	cope	Deri me 31.12.2017
3	Set linje arteriale+venoze	Kompatibel per makine dialize model Hosal Innova	komplet	Deri me 31.12.2017

4	Filtra polysulfan 170	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2</sup> -1.7m <sup>2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coeficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope	Deri me 31.12.2017
5	Filtra polysulfan 140	Me flux te larte; siperfaqe efektive mbi 1.3 m <sup>2</sup> -1.7m <sup>2</sup> ; koeficienti i ultrafiltrimit jo me pak se 45 ml/ore mmHg, volumi mbushes i gjakut jo me shume se 85 ml, ; koeficienti i (sieving coeficient) Beta2-microglobulines te jete jo me pak se 0.80 dhe koeficienti i	cope	Deri me 31.12.2017
6	Age Fistule arteriore	Age fistule arterioze	cope	Deri me 31.12.2017
7	Age Fistule venoze	Age fistule venoze	cope	Deri me 31.12.2017
8	Dezifektant per aparat dialize	Dezinfektim, pastrim, dekalçifikim te makines Hospal Integra dhe Innova. Komplet i perfshije sasine e nevojshme per dezinfektim te ftohte per cdo trajtim dialize. Lloji I dezinfektantit te jete kompatibel dhe I pranuar nga programet e dezinfektimit te m	trajtime	Deri me 31.12.2017
9	Kripe NaCl,zbutes uji	Ne tableta per impiant trajtimi te ujit dializues Hospal	kg	Deri me 31.12.2017
10	Kateter femunal adult	Per adulte	cope	Deri me 31.12.2017