

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

### Per Protoksidin e Azotit :

Permbajtja e N <sub>2</sub> O jo me pak se	99.5%
Permbajtja e NO jo me shume se	0.0001%
Permbajtja e NO <sub>2</sub> jo me shume se	0.0001%
Permbajtja e H <sub>2</sub> O jo me shume se	0.4mg/l
Permbajtja e NH <sub>3</sub> jo me shume se	0.001%
Permbajtja e CO <sub>2</sub> jo me shume se	0.01%
Permbajtja e CO jo me shume se	0.001 %
Permbajtja e halogjeneve dhe H <sub>2</sub> S jo me shume se	0.0001%
Permbajtja e PH <sub>3</sub> e AsH <sub>3</sub>	mungojn(0%)
Permbajtja e acideve dhe bazave	mungojn(0%)
Permbajtja e lendeve oksiduese dhe reduktuese	mungojn(0%)

-Paketimi i Protoksidit te azootit te behet me bombolat e shitesit.

-Shitesis ka per detyre te mirembaje,kolaudoje dhe riparoje bombolat me shpenzimet e veta ne perputhje me rregulloren perkatese te miratuar nga inspektoriati shteteror i eneve nen presion.

-Protoksidi i azotit do te jete ne bombola mbi te cilat do te jete e stampuar pesha neto e bomboles.

-Transporti dhe shkarkimi i bombolave te kryhet nga firma deri brenda ne magazinën e spitalit.

-Cdo furnizim do te shoqerohet me flete analize.

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Artikulli	Njesia	Sasia
1	ProtoksidAzoti	kg	4645

**Afatet e levrimit: Menjehere pas nenshkrimit te kontrates deri me date 31.12.2017**

Furnizimi do te kryhet menjehere pas nenshkrimit te kontrates sipas kerkeses se Autoritetit

Kontraktor

Transportimi dhe shkarkimi i mallit eshte pergjegjesi e shitesit