



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr.2073 / \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë, më \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2020

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

[Data]

Për: OE: **Montal Sh.p.k NIPT J62009007F**, Adresë: Tiranë, "Dervish Hima", 3 kullat K.3, AP 9/2.

\* \* \*

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- mallra- **prokurim me mjete elektronike.**

**Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020**

**Lot. 3 REF-58406-05-18-2020.**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **"F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës" me fond limit në total 91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzet e dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote:**

**LOT. 3 "F.V Pajisje radiologjike"** me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH;

Data e zhvillimit të tenderit: **04.08.2020.**

Kohëzgjatja e kontratës: **Lot 3 – Kohëzgjatja e Kontrates: Brenda 90 diteve nga data e lidhjes se kontrates.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta  ekonomiksht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

**LOT. 3 "F.V Pajisje radiologjike"** me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH;

- 1. BNT ELECTRONICS shpk** – me **NIPT J61817047D** dhe ofertë ekonomike **15,373,710** (pesëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Zhan D'ark", Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë.
- 2. Montal shpk** - me **NIPT J62009007F** dhe ofertë ekonomike **16,545,000** (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë.
- 3. Saer Medical dhe Health & Light shpk** - **përfaqësuar nga Saer Medical**, me **NIPT K31610086D** dhe ofertë ekonomike 17,400,000 (shtatëmbëdhjetë milion e katërqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germenji, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë.
- 4. OES Distrimed shpk** - me **NIPT K31520054N** dhe ofertë ekonomike **18,100,000** (tetëmbëdhjetë milion e një qind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë.

5. **MEDFAU shpk** – me **NIPT J93610823R** dhe ofertë ekonomike **18,685,000** (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Kavajë, Lagja 5.
6. **FEDOS shpk** - me **NIPT K01514009I** dhe ofertë ekonomike **19,990,000** (nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Nderresa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë.
7. **BIOMETRIC ALBANIA shpk** - me **NIPT J61827062E** dhe ofertë ekonomike **20,970,000** (njëzet milion e nëntëqind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë.
8. **ALBAPHOTO shpk** - me **NIPT K86618008S** dhe ofertë ekonomike **22,000,000** (njëzet e dy milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga "Kolë Idromeno", Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër.
9. **LINEAR shpk** - me **NIPT L01714002F** dhe ofertë ekonomike **23,866,000** (njëzet e tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajes", Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **BNT ELECTRONICS shpk** – me **NIPT J61817047D** dhe ofertë ekonomike **15,373,710** (pesëmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e dhjetë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Zhan D'ark", Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë.
2. **MEDFAU shpk** – me **NIPT J93610823R** dhe ofertë ekonomike **18,685,000** (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Kavajë, Lagja 5.
3. **LINEAR shpk** - me **NIPT L01714002F** dhe ofertë ekonomike **23,866,000** (njëzet e tre milion e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga e "Kavajes", Pallati "Speed", Kati Perdhe, Hyrja Nr.4, Njesia Bashkiake Nr.10, Tiranë.

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si mëposhtë:

- **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE BNT ELECTRONICS shpk – me NIPT J61817047D, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:**

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht:

### **1. Pika 2.3, Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

Sipas pikës **2.3.7** në KVK kërkohet Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga MSHMS. OE ka ngarkuar në SPE dokumentin *Autorizim\_per\_tregtim\_te\_pajisjeve\_mjekesore*, i cili rezulton me afat vlefshmërie deri më 30.06.2020. Ndërkohë kjo procedurë prokurimi është hapur më datë 04.08.2020, pra OE ka patur kohën e mjaftueshme për të ngarkuar në SPE autorizimin për tregtim të pajisjeve mjekësore të vlefshëm.

2. Në Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”*, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 3, **2.3.8.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. *(Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë:

**2.1.** Është kërkuar në DST *Anoda të jetë prej Tungstenit ose më mirë për të zvogëluar dozën me përqendrim afërsisht 0,1-0,3 mm dhe filtrim me material Al ose ekuivalent.* Në katalogun e paraqitur nga ky OE *1.\_Katalog\_Mamografi*, specifikimi teknik lidhur me materialin e Anodës dhe materialin për filtrimin e rrezeve X nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog. Gjithashtu, OE ka paraqitur dhe dokumentin *MSH\_oferte\_teknike\_Loti\_3*, ku i referohet plotësisht të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të pajisjeve, dhe për specifikimin teknik të lartpërmendur përcakton vërtet fokusin 0.1mm/0.3mm, pa përmendur materialin e Anodës dhe materialin për filtrimin e rrezeve X.

**2.2.** Është kërkuar në DST *Me pajisje zmadhimi: jo më pak se 1,5X.* Në katalogun e paraqitur nga ky OE *1.\_Katalog\_Mamografi*, ky specifikim nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog. Gjithashtu, OE ka paraqitur dhe dokumentin *MSH\_oferte\_teknike\_Loti\_3*, ku i referohet plotësisht të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të pajisjeve, dhe për këtë specifikim ka deklaruar N/A, pra që nuk aplikohet faktor zmadhimi. Si rrjedhojë, nuk plotëson kërkesën sipas DST.

**2.3.** Është kërkuar në DST *Distanca nga burimi tek imazhi 65-66 cm*, ndërsa në katalogun e paraqitur nga ky OE *1.\_Katalog\_Mamografi*, rezulton SID(source to image distance)  $\geq 600$ mm, e cila është një vlerë dysheme që nuk garanton kërkesën sipas DST.

**2.4.** Është kërkuar në DST *Ëorkstation: Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë me 2 monitore LCD min 19” me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e imazheve. Duhet të përfshihet CD / DVD regjistruar.* Në katalogun e paraqitur nga ky OE *1.\_Katalog\_Mamografi*, rezulton Hard disc 500GB, duke mos plotësuar kështu kërkesën sipas DST.

**2.5.** Është kërkuar në DST *Workstation: I pajisur me Ups 1000VA.... Sistem operativ Windows 7/10 ose më mirë ose sisteme operative ekuivalente.* Në katalogun e paraqitur nga ky OE *1.\_Katalog\_Mamografi*, këto specifikime teknike nuk janë markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjenden në katalog. OE ka paraqitur dhe dokumentin *MSH\_oferte\_teknike\_Loti\_3*, ku i referohet plotësisht të specifikimeve teknike për modelet e ofruara të pajisjeve, dhe për specifikimet teknike të sipër cituara ka deklaruar Ok, por duke qënë se OE në këtë rast nuk është vetë prodhues, por nënkontraktor i autorizuar nga prodhuesi, deklarimi në ofertën teknike nuk krijon besueshmëri për plotësimin e specifikimeve për UPS dhe sistemin operativ për Workstation.

## Devijim i vogël

Në specifikimet teknike të grafisë dixhitale është kërkuar *Permasat e suprinës së tavolinës min 74-75cm x 210-220cm.* Në katalogun e paraqitur nga ky OE rezulton me suprinë 2000mm x 745mm, ose 200cm x 74.5cm. Devijimin prej 10 cm në gjatësinë e tavolinës KVO e vlerëson si devijim të vogël që nuk ndikon në funksionalitetin e pajisjes.

**Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “BNT ELECTRONICS” shpk.**

- **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MEDFAU shpk – me NIPT J93610823R, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:**

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht me Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “Udhëzime për operatorët ekonomikë” ku përcaktohet se: *“Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme”*, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 3, **2.3.8.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. *(Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë është kërkuar në DST:

*Anoda të jetë prej Tungstenit ose më mirë për të zvogëluar dozën me përqendrim afërsisht 0,1-0,3 mm dhe filtrim me material Al ose ekuivalent.*

*Kapaciteti i nxehtësisë jo më pak se 300 kHU.*

Në katalogun e paraqitur nga ky OE për pajisjen e mamografisë *kat\_mamograf*, rezulton *Heat storage capacity (anode)- 120,000 J; 162,000 HU*, ose *120 kJ; 162 kHU*. Pra, kapaciteti i nxehtësisë së anodës për modelin e aparatit të mamografisë së ofruar nga ky OE nuk plotëson minimumin e kërkuar në DST.

**Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE “MEDFAU” shpk.**

- **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga LINEAR shpk- me NIPT L01714002F, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:**

1. Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuar në DST, konkretisht,

#### **Pika, 2.3.1 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Për të përmbushur kriterin e mësipërm OE ka ngarkuar në SPE Furnizime\_te\_ngjashme, në të cilin janë ngarkuar dokumenta të cilat nuk përmbushin KVK nr. 2.3.1, për arsye së kanë të bëjnë me mirmbajtjen e pajisjeve mjekësore dhe jo me objektin e kesaj procedure prokurimi F.V. pajisje mjekësore për spitalet dhe pajisje hotelerie mjekësore.

**1.2** Pika 2.3.7 Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga MSHMS. OE ka ngarkuar në SPE dokumentin *Autorizim\_per\_tregtim\_te\_pajisjeve\_mjekesore*, i cili rezulton me afat vlefshmërie deri më 30.06.2020. Ndërkohë kjo procedurë prokurimi është hapur më datë 04.08.2020, pra OE ka patur kohën e mjaftueshme për të ngarkuar në SPE autorizimin për tregtim të pajisjeve mjekësore të vlefshëm.

**2.** Në specifikimet teknike të aparatit të mamografisë është kërkuar *Workstation: I pajisur me Ups 1000VA*. Në katalogun e paraqitur nga ky OE *Katalog\_Mamografi*, rezulton *UPS (furnizimi me energji të pandërprerë) 650 VA*, duke mos plotësuar kërkesën sipas DST.

**3.** Në specifikimet teknike të dy pajisjeve të këtij loti, Mamografi dixhitale dhe Radiografi dixhitale është kërkuar që secila prej pajisjeve të jetë e pajisur me printer për printimin e filmave. Konkretisht, për mamografinë: *Te jete pajisur me printer per printimin e filmave: Rezolucioni i printerit të jetë min 300dpi*. Dhe për grafinë dixhitale: *Printer dixhital dry; Printer i thatë mjekësor (Dry printer), se paku 300 dpi; Dry Printer duhet te kete teknologjine lazer dhe jo termik; Duhet te printoje se paku 70 filma/ore 35x43cm; Duhet te printoje ne 3 formate filmash; Formatet e printimit 35x43, 26x36 dhe 20x25 cm; Te furnizohen edhe 5 pako filma per secilin format.*

Në katalogët e ngarkuar nga ky OE në SPE *Katalog\_Mamografi* dhe *Katalog\_X-Ray*, nuk gjenden në asnjërin prej katalogëve specifikimet për printerin, sipas kërkesës në DST.

***Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE LINEAR shpk.***

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [**“Montal Sh.p.k, me NIPT J62009007F”**, Adresë: Tiranë, ”Dervish Hima”, 3 kullat K.3, AP 9/2,] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [**16,545,000 (gjashtëmbëdhjetë milion e pesëqind e dyzet e pesë mijë) Lekë pa TVSH**]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP ] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_5\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **20.08.2020**.

Ankesa: PO

I. Ankesat pas vlerësimit:

1. BOE “Saer Medical” shpk & “Health & Light” shpk, ankesa me Nr.2073/97 Prot., me datë 24.08.2020.

- Kthim pergjigje me shkresen Nr. 2073/104 Prot., date 31.08.2020.
2. “BNT Electronics” shpk, ankesa me Nr.2073/98 Prot., me datë 27.08.2020.  
Kthim pergjigje me shkresen Nr.2073/106 Prot., datë 31.08.2020.

- II. Ankesa ne KPP per procesin e vleresimit:
- 1- BOE “Saer Medical” shpk & “Health & Light” shpk
  - 2- “BNT Electronics” shpk

Përgjigje KPP, vendimin Nr. 440/2020, Datë 09.09.2020.

\* \* \*

## **TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Gelardina Prodani**