



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE

Nr.2073 / _____ Prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2020

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: OE: **OES Distrimed shpk** NIPT **K31520054N** Adresë: Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë.

* * *

Procedura e prokurimit: Procedure e hapur- mallra- **prokurim me mjete elektronike.**
Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020
Lot. 2 REF-58404-05-18-2020.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **"F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës"** me fond limit në total **91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote:**

LOT. 2 "F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike" me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH.

Data e zhvillimit të tenderit: 30.07.2020

Kohëzgjatja e kontratës: **Lot 1 – Kohezgjatja e Kontrates: Brenda 45 diteve nga data e lidhjes se kontrates.**

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X, oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

LOT. 2 "F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike" me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH.

1. **OES Distrimed shpk** - me NIPT **K31520054N** dhe ofertë ekonomike **17,100,000** lekë (shtatëmbëdhjetë milion e një qind mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë.
2. **BIOMETRIC ALBANIA** shpk- me NIPT **J61827062E** dhe ofertë ekonomike **19,670,000** (nëntëmbëdhjetë milion e gjashtë qind e shtatëdhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia bashkiake nr 2, rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, shkalla 1, kati 6, ap 25, Tiranë.
3. **ALBAPHOTO shpk**- me NIPT **K86618008S** dhe ofertë ekonomike **20,000,000** (njëzet milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga "Kolë Idromeno", Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër.
4. **MSE shpk**- me NIPT **L82001005A** dhe ofertë ekonomike **20,710,000** (njëzet milion e shtatëqind e dhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, Kashar, Tiranë.

5. **Montal shpk** - me NIPT **J62009007F** dhe ofertë ekonomike **20,979,000** (njëzet milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Dervish Hima, 3-Kullat, K-3, Ap 9/2, Tiranë.
6. **FEDOS shpk** - me NIPT **K01514009I** dhe ofertë ekonomike **22,000,000** (njëzet e dy milion) lekë pa tvsh. Adresa: Njesia Administrative Nr.2, Rruga Manol Konomi, Ndertesa Nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Tiranë.
7. **Saer Medical dhe Health and Light shpk - përfaqësuar nga Saer Medical**, me NIPT **K31610086D** dhe ofertë ekonomike 24,500,000 (njëzet e katër milion e pesëqind mijë) lekë pa tvsh. Adresa: Rr. Themisokli Germezi, pallati në Krahë të RTSG, Kati 1-rë, Tiranë.
8. **MEDFAU shpk – pa ofertë ekonomike**

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **ALBAPHOTO shpk-** me NIPT **K86618008S** dhe ofertë ekonomike **20,000,000** (njëzet milion) lekë pa tvsh, Adresa: Rruga "Kolë Idromeno", Nd. 89, H.3, Ap.30, Shkodër.
2. **MSE shpk-** me NIPT **L82001005A** dhe ofertë ekonomike **20,710,000** (njëzet milion e shtatëqind e dhjetë mijë) lekë pa tvsh, Adresa: Njesia Administrative Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Kilometri i 8, Rruga Paralele, Ndertese private me zone kadastrale 2105, ,Kashar, Tiranë.
3. **MEDFAU shpk – pa ofertë ekonomike**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Referuar, dokumentacionit të dorëzuar në sistem nga OE e sipërcituar, KVO konstaton si mëposhtë:

- Shoqëritë **ALBAPHOTO shpk dhe MSE shpk** nuk plotësojnë specifikimet teknike sipas DST.
- OE **MEDFAU shpk** nuk ka dorëzuar ofertë ekonomike.

Rrjedhimisht ofertat e këtyre shoqërive rezultojnë si jo të plota dhe të parregullta.

- **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga OE ALBAPHOTO shpk- me NIPT K86618008S, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:**

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht me Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit "Udhëzime për operatorët ekonomikë" ku përcaktohet se: *"Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme"*, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 2, **2.3.8.** Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. *(Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).*

1. Për artikullin nr.1 Eko e përgjithshme:

1.1 Në specifikimet teknike për Modalitetin Power Doppler është kërkuar “*Korrigjimi i këndit i rregullueshëm të paktën në diapazonin $\pm 90^\circ$* ”. Në katalogët e paraqitur nga OE “te_dhenat_teknike_te_ekove”, “katalogu_i_ekove” dhe “katalogu_i_printerave_te_ekove”, ky specifikim nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog.

1.2 Në specifikimet teknike është kërkuar:

Sonda dhe aksesori të përfshirë:

- *Sond abdominale me shkallë frekuence min. $2\div 5$ MHz*
- *Sondë gjinekologjike me shkallë frekuencë min. $4\div 10$ MHz.*
- *Sondë kardiake me shkallë frekuencë min. $2\div 4$ MHz.*

Në katalogët e paraqitur nga OE “te_dhenat_teknike_te_ekove”, “katalogu_i_ekove” dhe “katalogu_i_printerave_te_ekove”, specifikimi teknik lidhur me shkallën e frekuencës për sondat e kërkuara nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog.

2. Për artikullin nr.2 Video gastro-kolono-skopi:

2.1 Në specifikimet teknike për Videoprocesorin është kërkuar “*Memorje jo më të vogël se 500 GB*”. Në katalogun e paraqitur nga ky OE “katalogu_me_specifikimet_teknike_te_endoskopise”, rezulton “*Memorja e brendshme 4GB*” dhe “*Memorja e jashtme USB (2GB)*”, duke mos plotësuar kështu minimumin e përcaktuar në DST.

2.2 Në specifikimet teknike për Burimin e dritës është kërkuar “*Jetëgjatësia jo më pak se 25000 orë pune*”. Në katalogët e paraqitur nga OE, ky specifikim nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog.

2.3 Në katalogët e paraqitur nga ky OE lidhur me artikullin nr.2 Video gastro-kolono-skopi: “katalogu_me_specifikimet_teknike_te_endoskopise” dhe “katalogu_i_makines_larese_te_endoskopise”, nuk janë markuar dhe nuk gjenden specifikimet teknike për: Pompën e aspirimit, Monitorin, Insuflatorin dhe Kullën mbajtëse.

2.4 Në specifikimet teknike për Videogastroskopin dhe Videokolonoskopin, në katalogun e paraqitur nga ky OE “katalogu_me_specifikimet_teknike_te_endoskopise”, nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog specifikimi “*Zmadhimi jo më pak se 8 herë*”. Vetëm në specifikimet teknike të sistemit videoprocesor-burim drite përcaktohet Zmadhimi x 1.00- x 2.00 (me hap 0.05), por as kjo nuk plotëson minimumin e kërkuar në DST.

2.5 Në specifikimet teknike për Pajisjen e dezinfektimit është kërkuar “*Me fluks te pakten 1L/min dhe kohe riqarkullimi prej te pakten 90 minuta.*”. Në katalogun e paraqitur është përcaktuar “*Koha e dezinfektimit 1 min- 1 hr*”, duke mos plotësuar kështu minimumin e kërkuar në DST.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE ALBAPHOTO.

- **Nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar nga MSE shpk - me NIPT L82001005A, KVO vlerëson dhe vendos si më poshtë:**

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të kësaj shoqërie rezultoi se ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e kërkuar në Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim (KPK).

Dokumentacioni i paraqitur për plotësimin e kriterëve të vecanta për kualifikim (KVK) rezulton jo i plotë dhe nuk është në përputhje me të gjitha kërkesat e përcaktuara në DST, konkretisht me Kreun II, seksioni I të dokumentave të tenderit “*Udhëzime për operatorët ekonomikë*” ku përcaktohet se: “*Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme*”, konkretisht Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, për lotin 2,

2.3.8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknike për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjesët që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST).

1. Për artikullin nr.2 Video gastro-kolono-skopi:

1.1 Në specifikimet teknike për Pajisjen e dezinfektimit është kërkuar “Me fluks të pakten 1L/min dhe kohe riqarkullimi prej të pakten 90 minuta.”. Në katalogun e paraqitur është përcaktuar “Koha integrale me alarm- lejon që koha e kontaktit dezinfektues të monitorohet me saktësi”, por nuk përcaktohet sa zgjat procesi.

1.2 Në specifikimet teknike për Monitorin është kërkuar “Ndriçimi mbi 700 cd/m²”. Në katalogun e paraqitur nga OE rezulton “Ndriçimi (specifikimi i panelit) 300 cd/m² (tipike)”, duke mos plotësuar kështu minimumin e kërkuar në DST.

1.3 Në specifikimet teknike për Videogastroskopin dhe Videokolonoskopin, në kataloget e paraqitur nga ky OE “Katalog_____1” dhe “Katalog_____2”, nuk është markuar sipas përcaktimeve në LPP dhe nuk gjendet në katalog specifikimi “Zmadhimi jo më pak se 8 herë”.

Për sa më sipër, KVO në unanimitet vendosi për skualifikimin e ofertës së OE MSE shpk.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [**OES Distrimed shpk** **NIPT K31520054N** Adresë: Adresa: Bulevardi ”Bajram Curri”, Tiranë.] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [**17,100,000 lekë (shtatëmbëdhjetë milion e një qind mijë) lekë pa tvsh**]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [autoritetit kontraktor përfitues/MSHMS /Drejtoria e Prokurimeve, Koncesioneve dhe PPP] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda ____5_____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t’i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.08.2020

Ankesa: JO

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Gelardina Prodani

