



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
QËNDRA KOMBËTARE E TRANSFUZIONIT TË GJAKUT

Rr. Lord Bajron, Laprake, Tirane, Tel&Fax. +355 4 2389927, 2389900 e-mail: qktgj@shendetesia.gov.al

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më _____. _____. 2021

Shtojca 14

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 01.04.2021]

Për: **“FEDOS” SHPK** [Rruga: Manol Konomi, Ndërtesa nr. 14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Njesia Administrative Nr. 2, Tiranë]

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e Hapur”**

Numri i referencës së procedurës/lotit: [REF-86694-02-11-2021]

Loti Nr. 2 “Filtër Deleukocitarë.” Fondi limit për lotin nr. 2: 3,450,000 (tre milion e katërqind e pesëdhjetë mijë) lek pa TVSH. REF-86700-02-11-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër me një operator ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, e ndarë në 4 lote: **“Blerje qese gjaku, filtra deleukocitarë, sete dhe materiale të ndryshme mjeksore për QKTGj e ndare në 4 lote”** - Marrëveshje kuadër me disa operatorë ekonomikë (një OE për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara për një periudhë 12 mujore.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [REF-86700-02-11-2021]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara :

1. “FEDOS” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

K01514009I

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: **3,200,000** [tre milion e dyqind mijë] **Lekë pa TVSH.**

2. “ISOMETRIC” SHPK

Emri i plotë i shoqërisë

L92207009A

numri i NIPT-it

Vlera totale e ofertuar: **2 760 000** [dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë] **Lekë pa TVSH.**

3. “BIOMETRIC ALBANIA” SHPK

J61827062E

Vlera totale e ofertuar: 0 [0] Lekë pa TVSH.

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. "BIOMETRIC ALBANIA" SHPK

J61827062E

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme :

Nuk ka paraqitur oferte ekonomike dhe dokumentacion

2. "ISOMETRIC" SHPK

L92207009A

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme :

- Nuk plotëson specifikimin teknik lidhur me performancën e filtrimit pasi në specifikimet teknike është kërkuar që performanca e filtrit të jetë e tillë që numri residual i leukociteve të jetë $<5 \times 10^4$ për filtrin e laboratorit.

Bazuar në DST për Lotin 2 "Filtra deleukocitar për QKTGJ" shtojca 8, pika 2 "Kriteret e vecanta të kualifikimit", nën pika 2.3 "kapaciteti teknik", gërma f kërkohen të paraqiten katalogë teknike për të gjithë artikujt e ofruar. Në katalogë, **artikujt dhe specifikimet teknike të tyre** duhet të markohen me ngjyrë të ndezur.

Në katalogët e paraqitur nga OE "Isometric" është paraqitur dhe markuar me ngjyrë të ndezur si performance filtrimi $< 2 \times 10^5$, për filtrin e laboratorit dhe kjo nuk plotëson specifikimin teknik të kërkuar për performancën e filtrimit të filtrit të laboratorit, pasi rezulton disa herë më shumë leukocite residuale.

- Nuk ka paraqitur certifikatë CE të specifikuar për produktin filtra apo deklaratë konformiteti për filtrat bedside dhe laboratorit të ofruar, sipas kërkesës së Direktivës 93/42/EEC Anexi II klasa MDD.

Bazuar në DST për Lotin 2 "Filtra deleukocitarë për QKTGJ" shtojca 8 pika 2 "Kriteret e vecanta të kualifikimit" nën pika 2.3 "kapaciteti teknik" gërma d kërkohet "operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikata konformiteti ose deklaratë konformiteti CE ose FDA (aty ku është e aplikueshme) sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42/EEC ose ekuivalent, të vlefshme për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre (dokumentat duhet të jenë të gjitha të përkthyer dhe të noterizuara).

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë "**FEDOS**" SHPK me nr. Nipti **K01514009I** [Rruga: Manol Konomi, Ndërtesa nr.14, Hyrja 2, Apartamenti 2, Njesia Administrative Nr. 2, Tiranë], se oferta e paraqitur: **3,200,000** [tremilion e dyqind mijë] **Lekë pa TVSH**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut, Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin

përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [/], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **23.03.2021**.

Ankesa: **Jo** (nëse ka) ka marrë përgjigje në datë:

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Kristo Raca

Koncept: M.Bici