

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

15.09.2021

Drejtuar: Euromed shpk, Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri.

Procedura e prokurimit: **Blerje Paisje Mjekesore per Orl dhe Pneumologjine**

Procedura e prokurimit/lotit: **REF-04054-08-27-2021**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës:

Nr	Pershkrimi I artikullit	Njesia	Sasia
1	<p>Sistem video otofaringoskop</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem me cilesi te larte pamje High resolution• Te kete deri ne 18.000 piksel per nje qartesi optimale te pamjes• Te mundesoje fokusim te pamjes• Te kete diameter te jashtem deri ne 4 mm• Te kete thellesi te pamjes 2 , 5 - 5 0 m m• Te kete drejtimin e shikimit 0 °• Te kete gjatesine e pjeses punuese 185 mm• Te jete e pajisur me fiber optike me diameter deri ne 4.8 mm dhe gjatesi 1.8 metra• Te jete e pajisur me burimin e drites LED me fuqi te larte• Minimumi 60.000 Ore perdorimi• Fuqia e drites 10.000Klux• Te jete ne gjendje te emertoje 2 lloj ndricimi te bardhe te forte dhe ndricim dite• Te jete e pajisur me filtra jeshile dhe te verdhe	cope	1

	<ul style="list-style-type: none"> • Te jete e pajisur me ventilator te dyfishte dhe me shpejtesi automatike • Te kete dalje per konektore Storz ose te tjere 		
2	<p>Spirometer spitalor me software</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPIROMETER PER PERDORIM PNEUMOLOGJIK DHE ALERGOLOGJIK • Me Display LCD minimum 5.5 inch me ngjyra dhe touch screen • Me Interface USB, Bluetooth me Frekuence: 2402-2480 MHz, me tolerance: 20 ppm • Kohezgjatja e baterise te pakten 1.5 ore pune • Me Flow/volume sensor Bi-directional turbine • Me sensor semiconductor Temperature (0-45°C) • Menyra e dedektimit me rreze infra te kuqe • Parametrat spirometrike • FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, • FEF75-85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, • FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ • FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, • FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT, • Volumi maksimal I matjes 10 L • Me Flow rate 0 ± 16 l/s; Volume 0 to 10 l • Me saktesi matje 	cope	1

	<p>volumi+/- 3% or 50 mL• Me saktesi matje rrjedhje (BTPS): Flow 5% or 200 ml/s; Volume: 3% or 50ml; PEF: 10% or 300ml/s (ATS/ERS)• Me rezistence dinamike per <1.47 hPa (<1.5 cmH20) / (l/s) at 14 l/s• Me Memorje rregjistrimi te pakten 3,000 teste spirometrike me grafika. • No. I manovrave per pacient 8 FVC, 8 VC, 8 MVV</p>		
3	<p>Drite mjeku per ORL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete e pajisur me mbajtese per vendosje ne koke me bateri. • Te kete ndricimin minimum 10.000 Lux. • Me Drite te bardhe LED te fokusueshme nga Diameter 40-200 mm. • Intensiteti I drites LED 6000°K, 140 lumen • Distanca e punes 400 mm/200 mm • Permasat e rrethit te drites max Ø: 200 mm/120 mm min Ø: 40 mm/30 mm. • Me bateri te Rikarikueshme minimum 90 min 	cope	1

4	<p>Aspirator Veshi • Te jete I pershtatshem per aspirimin gjate procedurave te ORL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete me fuqi te larte dhe me piston per nje funksion te qete • Te jete me pompe per nje rrjedhje ajri deri ne 45 litra /min • Te jete me rregullues vakumi : 0÷ - 0.85 bar (0÷ -85 kPa) • Te jete e pajisur me shishe te autoklavueshme 1000 cc me valve mbrojtese • Te jete e pajisur me 99% Antibacterial hydrophobic filter • Te jete e pajisur me Setin e tubave te sterilizueshem 	cope	1
5	<p>Otoskop • Otoskop 3.5 V me drite Halogjen ose LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete I pajisur regjistues te zmadhimit te pamjes per vizualizim maksimal. • Te kete pamje te qarta me Kontrast te larte. • Te jete I lehte per comfort te mjekut. • Te jete I pajisur me fibra optike per qartesi te drites e te pamjes. • Te kete opsionin e berjes se testit pneumatic. • Te jete me bateri 3.5 V per nje autonomi me te madhe te mjekut. 	cope	1
6	<p>Lente egzaminuese 3 pasqyra • Te jete e pajisur me 3 pasqyrat per egzaminimin e fundusit dhe dhomes anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendet e pasqurave 60°/ 66 ° / 76° • Zmadhimi I pamjes . 1.06x • Zmadhimi I spotit te lazerit .94x • Diameter Kontakti 15 mm 	cope	1
7	<p>Kanjula Aspirimi veshi • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Rosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te kete permasat Ø 3 mm (16.1 cm) • Te jete e pajisur me adaptor tip luer dhe valvul per gishtin 	cope	9

8	Kanjula Aspirimi hunde • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Rosen • Te kete permasat \varnothing 4 mm (18 cm). • Te jete e pajisur me guiden metalike te brendshme	cope	10
9	Shiringa Lavazhi • Te jete prej metali/xhami me nje kapacitet min 100ml. • E pajisur me te pakten 2 kanjula . • Te kete pershkallezim 100 cc - 14 x \varnothing 4.7 cm • Te jete e pajisur me 2 canjula Konike dhe ovale	cope	3
10	Sistem Irigim aspirim veshi me sensor presioni • Sistem per larjen, irrigim/aspirim te veshit • Te jete e montueshme direkt ne lavamanin e dedikuar • Te jete e pajisur me sensor te temperatures per te treguar nese arin 90Grade • Te jete e pajisur me rregullator fluksi per nje rrjedhje uniforme te ujit • Te kete rrjedhjen e ujit 7.5 l/min • Te kete presionin e ujit 40–100 Psi (275 kPa–690 kPa) • Te kete presionin e ujit prej veshit 10–13 Psi (69 kPa–90 kPa)	cope	1
11	Pasqyre Laringu • Te kete diametrin ne diapazonin 10-24 mm. • Me doreze metalike te drejte min 13 cm	cope	15
12	Spekulum hunde • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Killian/Hartmann • Te kete permasat 14/50 cm.	cope	15
13	Spekulum veshi • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Hartmann • Te kete diametrat 4-6 mm.	cope	15
14	Spatula metalike • Spatul gjuhe celik	cope	10

	inoksidant model Mayo- 17 cm		
15	Gershere Veshi • Te kete permasat 6-8 cm. • Te kete majen prerese minimum 4 mm	cope	3
16	Pinca Bajonete • Te jete model Lucae me permasat 14 cm • Material I sterilizueshem celik inoksidant	cope	3

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto X

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. Operatori ekonomik Euromed Nipt K71718012P Vlera **2,039,700**

(dy milion e tridhjetë e nentemije e shtateqind leke) leke pa tvsh.

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: **NUK KA**

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Euromed shpk** me Adrese: Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, Prane Marternitetit te ri...se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **2,039,700 (dy milion e tridhjetë e nentemije e shtateqind) leke pa tvsh.** pikët totale të marra është identifikuar si oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik’.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 14.09.2021

Titullari i autoritetit kontraktor

Hane HAKORJA
