



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E SHËNDETËSISË  
DHE MBROJTJES SOCIALE  
SPITALI RAJONAL “MEMORIAL” FIER

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Fier, më 04. 10. 2021

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT**

Drejtuar: BOE O.E.S DISTRIMED shpk. me NIPT K31520054N Adresë: Tiranë, ”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2 dhe MONTAL sh.p.k me NIPT J62009007F Adrese: Tiranë, ”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2-me vlere oferte 18,672,100 (tetembedhjetë milion e gjashtëqind e shtatedhjetë e dy mijë e njeqind ) lekë pa TVSH

Procedura e prokurimit/lotit: **“Blerje materiale mjekimi për shërbimin e hemodinamikës për nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier - Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj”**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-04376-09-01-2021

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Blerje materiale mjekimi për shërbimin e hemodinamikës për nevojat e Spitalit Rajonal “Memorial” Fier - Marrëveshje Kuadër me një operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 12 muaj” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave në total 18,683,250 (tetembedhjetë milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e tre mijë e dyqind e pesëdhjete) lekë pa TVSH Lekë**

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti):

Buletini i Njoftimeve Publike : Buletini Nr.132 Date 07.09.2021

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlere përkatëse të ofruara:

1. BOE O.E.S DISTRIMED shpk. me NIPT K31520054N Adresë: Tiranë, ”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2 dhe MONTAL sh.p.k me NIPT J62009007F Adrese: Tiranë, ”Dervish Hima” 3 kullat K.3 AP 9/2-me vlere oferte 18,672,100 (tetembedhjetë milion e gjashtëqind e shtatedhjetë e dy mijë e njeqind ) lekë pa TVSH.

2. OE: BIOMETRIC ALBANIA SHPK me NIPT J61827062E Adrese : Rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, Tirane , me vlere 17,740,000 pa tvsh (*shtatembedhjetë milion e shtateteqind e dyzet mije*) leke pa TVSH.
3. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE: BIOMETRIC ALBANIA SHPK me NIPT J61827062E Adrese : Rruga Vllazen Huta, pallati Vila Park, Tirane , me vlere 17,740,000 pa tvsh (*shtatembedhjetë milion e shtateteqind e dyzet mije*) leke pa TVSH.
2. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L

per arsytet e meposhtne:

**Nga shqyrtimi i bërë nga KVO u konstatua se:**

I. **OE BIOMETRIC ALBANIA**-me vlere oferte 17,740,000 pa tvsh,nuk ploteson kriteret e kualifikimit, nuk ploteson specifikimet teknike konkretisht si me poshte:

1. Ne shtojcen 5 eshte kerkuar nga sherbimi I hemodinamikes:

*Drug-eluting stents covered with cytostatic drugs: serolimus, everolimus, biolimus or zotarolimus. Obligatory characteristics: architecture for flexibility, cobalt or platinum alloy, crossing profiles under 0.049 inch, thickness strut under 0.0038 inch, tested in multicentric studies for their efficacy and with American FDA or CE approvals) (Stente te veshura me medikamente citostatike: serolimus, everolimus, biolimus ose zotarolimus. Karakteristika te detyrueshme: arkitekture fleksibile, material kobalt ose platinum, me profil kalueshmerie nen 0.049 inch, dhe trashesine e trutit nen 0.0038 inch, te provuar ne studime multicentrike, per efikasitet dhe te aprovuara nga FDA amerikane ose Komun.Europian CE)*

Nga verifikimi i dokumentacionit te paraqitur ne SPE rezulton se ne katalogun *Katalog\_\_Life\_Vascular* specifikimi , *crossing profiles under 0.049 inch*, nuk plotesohet pasi eshte ofruar profil kalueshmerie nga 0.043 inch deri 0.051 inch. Meqenese diametrat me te medhenj qe ofrohen nga modeli Angiolite eshte 4.0 mm dhe 4.5mm atehere edhe profili i kalueshmerise (crossing profile) eshte 0.051 inch dhe eshte jashte limitit te kerkuar nga specialistet e sherbimit te hemodinamikes. Rrjedhimisht nuk ploteson specifikimet teknik per artikujt 70,71,72,73,74,7 5.

2. Ne shtojcen 7, pika 2.3 Kapaciteti teknik: eshte kerkuar:

*6. Operatori ekonomik duhet te paraqese Çertifikate konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC, (të përditësuar), per te gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuar ose certifikate FDA, te perkthyer dhe te noterizuar.*

Ne permbushje te ketij kriteri OE Biometric Albania ka paraqitur dokumentin *Brosmed\_Auto\_Dekl\_ISO\_CE\_DoC* ku nga verifikimi i Certifikatave rezulton

qe per artikujt nr 4,5,6,9,38,39 eshte paraqitur certifikata CE me nr regjistrimi HD 60147078 0001. Ne deklaratat e konformitetit CE te paraqitura nga OE rezulton qe keta artikuj mbulohen nga Certifikata CE me nr regjistrimi HD 2054277-1. Nisur nga kjo pasaktesi u be edhe verifikimi online i certifikates me nr regjistrimi HD 60147078 0001 nga ku rezulton se kjo certifikate nuk eshte e vlefshme fakt ky i konfirmuar edhe nga prodhuesi nepermjet deklaratave te konformitetit.

Verifikimi u krye online ne faqen <https://www.certipedia.com/>

Rezultati i kerkimit:

<https://www.certipedia.com/certificates/60147078?locale=en>

Invalid Certificate

Certificate Holder: BrosMed Medical Co., Ltd.

This certificate is no longer valid.

3. Ne shtojcen 7 , pika 2.3 Kapaciteti teknik: eshte kerkuar:

*4.Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent ISO 13485 "Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjeksore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesit e artikujve të ofruar. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.*

Nga verifikimi i dokumentacionit te parqitur nga OE BIOMETRIC ALBANIA per prodhuesin Brosmed rezulton te jete paraqitur certifikata ISO 13485 me numer SX 60147076 0001 per artikujt 4,5,6,9,38,39.

Nisur nga problematika e ketij prodhuesi me certifikatat jo te vlefshme u be verifikimi edhe i kesaj certifikate nga ku rezulton se certifikata ISO 13485 me numer SX 60147076 0001 nuk eshte e vlefshme.

Verifikimi u krye online ne faqen <https://www.certipedia.com/>

Rezultati i kerkimit:

<https://www.certipedia.com/certificates/60147076?locale=en>

Invalid Certificate

Certificate Holder: BrosMed Medical Co., Ltd

4. Ne shtojcen 5, per artikullin nr 4 eshte kerkuar:

*4.Pressure tubing made of polyethylene Male-female, length 100 cm, tubing diameter 1 x 2 mm (Tuba presioni me material polietileni mashkull-femer, gjatesi 100 cm, diameter tubi 1x2mm)*

Nga verifikimi i deklarates se orgjines rezulton se artikulli numer 4 eshte ofruar nga prodhuesit Brosmed dhe Merit nga ku rezulton se asnjeri nga prodhuesit nuk ploteson specifikimet teknike. Prodhuesi merit e ka te deklaruar ne katalogun e tij se diametri i brendshem eshte 1.8mm. Prodhuesi Brosmed nuk ploteson specifikimet e diametrit pasi ka ofruar tub me diamter te jashtem 3.0 mm. Dokumenti deklarate e prodhuesit brosmmed per plotesimin e specifikimeve nuk meret ne vleresim pasi ne kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3 kapaciteti teknik pika 9 eshte percaktuar qe

dokumentacioni qe OE duhet te paraqesin ne permbushje te specifikimeve teknike eshte katalogu me te dhenat teknike dhe jo ne forma shkresore. Per me teper kjo forme deklarimi nuk meret parasysh duke qene se prodhuesi Brosmed nuk ka certifikate te vlefshme CE per kete artikull.

5. Ne shtojcen 5, per artikullin nr 9 eshte kerkuar:

*9 .Hemostasis Y-connector: 50% of quantity with pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-80%; 50% of quantity without pressure monitoring line (no side arm), push click-20%, push pull-7, screw type-10% ( Lidhes tip Y per hemostaze: 50% te sasise me linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty terhiq 80%; 50% tjeter te sasise pa linje anesore per monitorimin e presionit, shty kercit 20%, shty -terhiq 70%, shtrengim me filetim 10%)*

Nga verifikimi i deklarates se orgjines rezulton se ky artikull eshte ofruar nga prodhuesi Merit dhe Brosmed, ku nga verifikimi i katalogut te prodhuesit Merit rezulton se ky prodhues nuk i ploteson te gjitha specifikimet teknike. Nuk e ofron ne te gjitha opsionet e kerkuara. Pasi mungon opsioni *push click, screw type*.

Prodhuesi Brosmed nuk ploteson te gjitha specifikimet e ketij artikulli pasi nuk ofron opsionin push klik. Dokumenti deklarate e prodhuesit Brosmed per plotesim specifikimesh nuk meret ne vleresim pasi ne kriteret e vecanta te kualifikimit pika 2.3 kapaciteti teknik pika 9 eshte percaktuar qe dokumentacioni qe OE duhet te paraqesin ne permbushje te specifikimeve teknike eshte katalogu me te dhenat teknike dhe jo ne forma shkresore. Per me teper kjo forme deklarimi nuk meret parasysh duke qene se prodhuesi Brosmed nuk ka certifikate te vlefshme CE per kete artikull.

II. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L , nuk ka paraqitur asnje oferte ekonomike ne sistemin elektronik si edhe nuk eshte paraqitur ditën e hapjes se ofertave per te sjelle mostrat prane Autoritetit Kontraktore.

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë BOE : **O.E.S DISTRIMED shpk. me NIPT K31520054N** Adresë: Tiranë, "Dervish Hima" 3 kullat K.3 AP 9/2 dhe **MONTAL sh.p.k me NIPT J62009007F** Adrese: Tiranë, "Dervish Hima" 3 kullat K.3 AP 9/2-me vlere oferte 18,672,100 (*tetembedhjetë milion e gjashtëqind e shtatedhjetë e dy mijë e njeqind* ) lekë pa TVSH / totali i pikëve të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, "Për Prokurimin Publik".

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR**

**Rudina Degjoni**

