



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDËTËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE UNIVERSITARE "NËNË TEREZA" TIRANË
DREJTORIA JURIDIKE

Nr. _____ Prot.

Tiranë më, _____.2021

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Drejtuar: **Shoqërisë “MONTAL” Shpk**
Adresa: Tiranë, Dervish Hima-3kullat K.3, Ap9/2.

* * *

Procedura e prokurimit: **“Procedurë e Hapur Mbi Kufirin e Lartë Monetar” - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomikë (me një OE fitues për secilin lot) ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, me afat 12 muaj.**

Numri i referencës së procedurës/lotit: **Nr. Ref. Procedures baze: REF-04459-09-02-2021, Nr. Ref. Loti 11 - “Pajisje te proves kardiake”: REF-04487-09-02-2021**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Furnizim Vendorsje te Aparaturave Mjekesore per Spitalin e Ri te Ndertuar ne QSUT me Kredi te CEB (Kontributi i Qeverise Shqiptare)”, per vitin 2021, të ndarë në lote (12 lote gjithsej), konkretisht per lotin:**

- **Loti 11 – “Pajisje te proves kardiake”**

Fondi limit: Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (në total për të gjith lotet-12 lote) është: **158.031.554,5 Lekë** (njëqind e pesëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e një mijë e pesëqind e pesëdhjetë e katër presje pesë) **Lekë pa TVSH** dhe **189.637.865,4 Lekë** (njëqind e tetëdhjetë e nëntë milion e gjashtëqind tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë presje katër) **Lekë me TVSH**, / Vlera e pritshme e kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër (**per lotin 11 - “Pajisje te proves kardiake”**): **10,648,437.5** (dhjete milion e gjashtëqind e dyzet e tete mije e katerqind e tridhjete e shtate presje pese) **lek pa TVSH** dhe **12,778,125** (dymbedhjete milion e shtateqind e shtatedhjete e tete mije e njeqind e njezet e pese) **lek me TVSH**.

Shumatorja e çmimeve për njësi (per lotin 11) është: 10,648,437.5 (dhjete milion e gjashtëqind e dyzet e tete mije e katerqind e tridhjete e shtate presje pese) **lek pa TVSH** dhe **12,778,125** (dymbedhjete milion e shtateqind e shtatedhjete e tete mije e njeqind e njezet e pese) **lek me TVSH**, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit, për një periudhë kohore për 12 mujore nga nënshkrimi i MK;

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike [Nr. 132] [Date 07.09.2021]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim **X**

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot (**Lotin 11 – “Pajisje te proves kardiake”**), kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. “MONTAL” Shpk

J62009007F

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **2,990,000** (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **2,990,000** (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,588,000** (tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) **lekë me TVSH**.

2. “O.E.S DISTRIMED” Shpk

K31520054N

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **3,110,000** (tre milion e njëqind e dhjetë mijë) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **3,110,000** (tre milion e njëqind e dhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,732,000** (tre milion e shtatëqind e tridhjetë e dy mijë) **lekë me TVSH**.

3. “SAER MEDICAL” Shpk

K31610086D

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **3,400,000** (tre milion e katërqind mijë) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **3,400,000** (tre milion e katërqind mijë) **lekë pa TVSH** dhe **4,080,000** (katër milion e tetëdhjetë mijë) **lekë me TVSH**.

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

I. Operatori Ekonomik “O.E.S DISTRIMED” Shpk, me NIPT K31520054N.

Per arsyet e mëposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik: Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

1. Lloji i Pajisjes: Tapet (Ergometri)

- **Filter per frekuencat e uleta (LPF) 20, 40, 100, 150Hz ose ne diapazonin 25-150 Hz me te pakten 3 intervale frekuencash.**
- **Impedenca > 10 MOhm**
- **Frekuenca e kampionimit te pakten 15000 kampion/sekonde**
- **Funksion stres test te vleresimit te matjeve:**
- **Funksion per realizimin e kardiografive vektoriale**
- **Kontroll manual ose automatik i ergometrit nga kompjuteri**
- **Kontrolli i modulit te kryesor te Ergometrit**
- **Mundesia e kryerjes se EKG baze me vete-interpretim**
- **Raporte te ndryshueshme te parapergatitura**

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si më sipër nuk përcaktohen në katalog.

2. Lloji i Pajisjes: Biciklete (Ergometri)

- Alarm automatik per aritmine
- Filter per frekuencat e uleta (LPF) 20, 40, 100, 150Hz ose ne diapazonin 25-150 Hz me te pakten 3 intervale frekuencash.
- Impedenca > 10 MOhm
- Protokolle te perpiluar paraprakisht te ushtrimeve testuese te stresit
- Frekuenca e kampionimit te pakten 15000 kampione/sekonde per cdo elektrode
- Kontroll manual ose automatik i ergometrit nga kompjuteri
- Kontrolli i modulit te kryesor te Ergometrit
- Mundesia e kryerjes se EKG baze me vete-interpretim
- Raporte te ndryshueshme te parapergatitura
- Funksioni i identifikimit per pacemaker
- Funksion per stres test te vleresimit te matjeve:
- Funksion per realizimin e kardiografive vektoriale
- Sistem frenimi elektromagnetik
- Protokolle te programueshme

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si më sipër nuk përcaktohen në katalog.

3. Lloji i Pajisjes: Tavoline per Tilt Test (E motorrizuar)

- Të dy kontrollet mund të rregullohen nga telekomanda e dorës me dy funksione. (unloaded/ load)
- Tavolina me anim motor duhet të ketë perafersisht 6 -7 ° / sek shpejtësi në ngarkim (load)
- Duhet të ketë lehtësi per ta ulur deri në lartësinë e karrocave

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si më sipër nuk përcaktohen në katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se: **“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.**

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **O.E.S DISTRIMED Sh.p.k me NIPT K31520054N, për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

II. Operatori Ekonomik “SAER MEDICAL” Shpk, me NIPT K31610086D.

Per arsyet e meposhtme:

Nga shqyrtimi i ofertës ekonomike të paraqitur dhe vlerësimi/verifikimi i dokumentacionit, i operatorit ekonomik: Nuk i plotëson specifikimet teknike për kualifikim.

1. Lloji i Pajisjes: Tapet (Ergometri)

- Filter per frekuencat e larta (HPF). 0.01 Hz

Specifikimi nuk përmbushet pasi frekuenca më e lartë që është në katalog është 0.15 Hz.

- Filter per frekuencat e uleta (LPF) 20, 40, 100, 150Hz ose ne diapazonin 25-150 Hz me te pakten 3 intervale frekuencash.

Specifikimi nuk përmbushet pasi frekuenca më e ulët që është në katalog nuk është pjesë e intervalit 25, 35, 45 Hz.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përmbushen nga OE.

2. Lloji i Pajisjes: Biciklete (Ergometri)

- Filter per frekuencat e larta (HPF). 0.01 Hz

Nuk e përmbush si kriter pasi në katalogun e paraqitur vlera për frekuencat e larta është 0.05 Hz.

- Frekuenca e kampionimit te pakten 15000 kampione/sekonde per cdo elektrode

Nuk e përmbush si kriter pasi në katalogun e paraqitur vlera për frekuencën e kampionimit është 8000 Hz.

- E pershtatshme per gjatesi trupore 120-200cm

Nuk e përmbush si kriter pasi në katalog shprehet për gjatësi më të larta se 140 cm.

- Pajisur me ekran LCD / ekuivalent

Nuk përmbushet si specifikim pasi produkti i paraqitur në katalog parametrat i shfaq te monitori i konsolës.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përmbushen nga OE.

3. Lloji i Pajisjes: Tavoline per Tilt Test (E motorrizuar)

- Tabela duhet të anojë aferisht 90 gradë

Nuk e përmbush si kriter pasi vlera e këndit të animit në katalog është 87 gradë.

- Treguesi i këndit të animit perafersisht nga 0-90 grade.

Nuk e përmbush si kriter pasi vlera e këndit të animit në katalog është 87 gradë.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknik si mësipër nuk përmbushen nga OE.

1. Lloji i Pajisjes: Tapet (Ergometri)

- Impedenca > 10 MOhm

Nuk e përcakton në katalog

- **CMRR>100dB**

Nuk e përcakton në katalog

- **Funksion per realizimin e kardiografive vektoriale**

Nuk e deklaron në katalog

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohen në katalog.

2. Lloji i Pajisjes: Biciklete (Ergometri)

- **Rezolucioni jo me shume se 5uV**

Nuk e përcakton në katalog

- **Impedenca>10 MOhm**

Nuk e përcakton në katalog

- **Sistem frenimi elektromagnetik**

Nuk e përcakton në katalog

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohen në katalog.

3. Lloji i Pajisjes: Tavoline per Tilt Test (E motorrizuar)

- **Tavolina me anim motor duhet të ketë perafersisht 6 -7 ° / sek shpejtësi në ngarkim (load)**

Nuk e përcakton në katalog

Referuar katalogut të paraqitur nga OE në përmbushje të pikës d) tek 2.3 Kapaciteti Teknik, konstatohet se specifikimet teknike si mësipër nuk përcaktohen në katalog.

Referuar katalogut të paraqitur nga OE i mësipërm, nuk përmbushen specifikimet teknike të kërkuara në DST për të cilën operatori ekonomik duhet të plotësojë specifikimet teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që të merret në konsideratë nga KVO si ofertë e e vlefshme.

Mbështetur në nenin 92/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, ku përcaktohet se:

“Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji”.

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave vendosi të refuzoj ofertën e Operatorit Ekonomik **SAER MEDICAL Sh.p.k me NIPT K31610086D për arsye se nuk përmbush specifikimet teknike sipas DST.**

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. “MONTAL” Shpk

J62009007F

Vlera ofertuar:

Me ofertën me vlerë/ shumatoren e çmimeve për njësi: **2,990,000** (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH**, dhe vlerë të pritshme të kontratave që mund të lidhen gjatë Marrëveshjes Kuadër: **2,990,000** (dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë mijë) **lekë pa TVSH** dhe **3,588,000** (tre milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetë mijë) **lekë me TVSH**.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Enkelejdi JOTI