



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 10.03.2022]

Drejtuar: [“MONTAL” Shpk, me adrese: Rruga Dervish Hima, 3 kullat, k.3, Sh.1, Ap.9/2, Tirane]

Procedura e prokurimit: PROCEDURËN E HAPUR E THJESHTUAR

Fondi limit: 2.900.000,00 (Dy milion e nentëqind mijë) Leke pa TVSH

Numri i referencës së procedurës: REF-16794-12-30-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **Blerje aparat anestezie për shërbimet mjeksore ne SUT**

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. “ MONTAL ” SHPK

J62009007F

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Oferta ne total: 2.175.000,00 (Dy milionë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë Pa Tvsh.

2. “ BIOMETRIC ALBANIA ” SHPK

J61827062E

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Oferta ne total: 2.277.000,00 (Dy milionë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë Pa Tvsh.

3. “ O.E.S DISTRIMED ” SHPK

K31520054N

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Oferta ne total: 2.572.000,00 (Dy milionë e pesëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë Pa Tvsh.

4. “ FEDOS ” SHPK K01514009I
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ne total: 2.750.000,00 (Dy milionë e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) lekë Pa Tvsh.

5. “ T B S 96 ” SHPK K71407001F
Emri i plotë i shoqërisë numri i NIPT-it

Oferta ne total: 1.785.000,00 (Një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e pesë mijë) lekë Pa Tvsh.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

“ T B S 96 ” SHPK me nipt K71407001F

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

Operatori ekonomik nuk ploteson kapacitetin teknik: Katalogu i paraqitur nepermjet file-it me emertimin “KATALOGU.pdf” eshte nje dokument qe nuk lidhet ne asnje menyre me prodhuesin e deklaruar Northern Medical. specifikimet e paraqitura nga OE i perkasin modelit ATLAS N7 ne faqen e prodhuesit dhe jo modelit N5 te deklaruar nga OE.Pajisja ATLAS N5 eshte e pajisur vetem me dy sirtare nga 3 qe kerkohen.Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk eshte e pajisur me tregues grafik te gazeve O2, N2O dhe Ajër por eshte e pajisur vetem me tregues dixhital.Nuk specifikohet sistemi i evakuimit te gazeve anestetike.Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk e disponon funksionin me dalje të dedikuar 100% O2 me matje dhe kontroll fluksi, as ne menyre opsionale. Pajisja qe e disponon kete funksion nga i njejti prodhues eshte modeli ATLAS N7 i cili nuk eshte ofruar.Pajisja e ofruar nuk mundeson konfigurimin e pauzes inspiruese dhe nuk mundeson rregullimin e saj ne intervalin 5-50%.Sipas te dhenave te paraqitura nga OE, sensori i Oksigjenit i perdorur eshte modeli PSR-11-77-CT4 i cili eshte nje sensor galvanometrik dhe jo paramagnetik sic kerkohet ne DST. Ne DST eshte kerkuar qarte qe sensori O2 duhet te jete me qeliza te pazevendesueshme per te ulur kostot e mirembajtjes. Nderkohe sensori i ofruar galvanometrik ka nevojte te zevendesohet vazhdimisht. Pajisja e ofruar nuk realizon matjen e % perqendrimit alveolar MAC i cili eshte nje parameter thellesor per dozimin e anestezise!Nuk eshte ofruar seti me shume perdorime per respirim automatik dhe manual. - Faza: Kriter i pergjithshem

Besnik Hekuran Velia: Katalogu i paraqitur nepermjet file-it me emertimin “KATALOGU.pdf” eshte nje dokument qe nuk lidhet ne asnje menyre me prodhuesin e deklaruar Northern Medical. Ne fakt, specifikimet e paraqitura nga OE i perkasin modelit ATLAS N7 ne faqen e prodhuesit dhe jo modelit N5 te deklaruar nga OE.Pajisja ATLAS N5 eshte e pajisur vetem me dy sirtare nga 3 qe kerkohen.Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk eshte e pajisur me tregues grafik te gazeve O2, N2O dhe Ajër por eshte e pajisur vetem me tregues dixhital.Nuk specifikohet sistemi i evakuimit te gazeve anestetike.Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk e disponon funksionin me dalje të dedikuar 100% O2 me matje dhe kontroll fluksi, as ne menyre opsionale. Pajisja qe e disponon kete funksion nga i njejti prodhues eshte modeli ATLAS N7 i cili nuk eshte ofruar.Pajisja e ofruar nuk mundeson konfigurimin e pauzes inspiruese dhe nuk mundeson rregullimin e saj ne intervalin 5-50%. Sipas te dhenave te paraqitura nga OE, sensori i Oksigjenit i perdorur eshte modeli PSR-11-77-CT4 i cili eshte nje sensor galvanometrik dhe jo paramagnetik sic kerkohet ne DST. Ne DST eshte kerkuar qarte qe sensori O2 duhet te jete me qeliza te pazevendesueshme per te ulur kostot e mirembajtjes. Nderkohe sensori i ofruar galvanometrik ka nevojte te zevendesohet vazhdimisht.Pajisja e ofruar nuk realizon matjen e % perqendrimit alveolar MAC i cili eshte nje

parameter thelbesor per dozimin e anestezise. Nuk eshte ofruar seti me shume perdorime per respirim automatik dhe manual. - Faza: Vleresim Teknik

Martil Petref Sula: 1. Kontrata e ngjashme eshte per pajisje defibrilimi te cilat nuk deshmojne se operatori ekonomik ofertues ka eksperiencen e nevojshme ne lidhje me pajisjet respiratore ku perfshihet objekti i kontrates se shpallur i cili ka te beje me pajisje anestezie.

2. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit sipas Shtojcës Nr.8 nuk është i plotësuar sakte sipas kërkesave të LPP.

3. Pajisja e ofruar ATLAS N5 rezulton të jetë e dedikuar për Kafshët dhe jo për Njerëzit.

4. Në lidhje me Specifikimet Teknike OE nuk përmbush pikat si më poshtë:

- Katalogu i paraqitur nepermjet file-it me emertimin “KATALOGU.pdf” eshte nje dokument qe nuk lidhet ne asnje menyre me prodhuesin e deklaruar Northern Medical. Ne katalog nuk ka asnje reference dokumenti, logo prodhuesi apo nenshrkim dhe vule ne rastin e nje autodeklarate nga prodhuesi qe te provoje vertetesine e te dhenave teknike te paraqitura. Gjithashtu nuk eshte paraqitur asnje pamje vizuale e produktit te ofruar. Per me teper, Autorizimi i prodhuesit nuk cileson modelin e produktit te ofruar nga prodhuesi per te cilin operatori ekonomik eshte i autorizuar. Per te gjithë arsyet e mesiperme, rezulton e nevojshme verifikimi i ekzistences te produktit te ofruar dhe specifikimeve perkatese ne faqen e prodhuesit te meposhtme:

<https://en.northernmeditec.com/product/218.html>

- Nga verifikimi i mesiperme rezulton qe produkti i ofruar me model ATLAS N5 ekziston por te dhenat teknike te deklaruar nga prodhuesi ne faqen e tij zyrtare ndryshojne nga ato te paraqitura nga operatori ekonomik nepermjet dokumentit “KATALOGU.pdf”. Ndryshimet ne specifikime perfshijne madhesine e ekranit, numrin i sirtareve, prania e daljes të dedikuar 100% O2 me matje dhe kontroll fluksi, funksione te cilat rezultojne ndryshe ne dokumentin e dorezuar nga operatori ekonomik cka e ben te dyshimte vertetesine e dokumentacionit te paraqitur nga OE.

- Nga verifikimet e kryera nga ana e KVO rezulton se specifikimet teknike te paraqitura nga OE i perkasin modelit ATLAS N7 ne faqen e prodhuesit dhe jo modelit N5 te deklaruar nga OE!

- Ndër të tjera në kërkesa e AK në Specifikimet Teknike kërkohet:

1. Montuar në karrocë me të paktën tre sirtarë, dhe të paktën dy pozicione për vaporizatorë, sipërfaqe pune dhe e pajisur me rrota me frena.

Pajisja ATLAS N5 eshte e pajisur vetem me dy sirtare nga 3 qe kerkohen.

2. Përzjerës gazi për O2, N2O dhe Ajër, diapazoni minimal: 0.2 - 10 L/min me tregues dixhital numerik dhe grafik të fluksit për çdo gaz. Tregues dixhital për fluksin total në rrugët e frymëmarrjes.

Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk eshte e pajisur me tregues grafik te gazeve O2, N2O dhe Ajër por eshte e pajisur vetem me tregues dixhital.

3. Të përfshihet sistem i evakuimit të gazeve anestetike dhe sistem eliminimi i CO2 në funksionim me qark të mbyllur. Të garantohet zëvendësimi i përthithësit të CO2 pa ndërprerje të ventilimit.

Nuk specifikohet sistemi i evakuimit te gazeve anestetike

4. Të jetë i pajisur me dalje të dedikuar 100% O2 me matje dhe kontroll fluksi.

Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk e disponon kete funksion as ne menyre opsionale. Pajisja qe e disponon kete funksion nga i njejt prodhues eshte modeli ATLAS N7 i cili nuk eshte ofruar.

5. Pauzë inspiruese (TIP: TINSP): 5-50%

Pajisja e ofruar ATLAS N5 nuk mundeson konfigurimin e pauzes inspiruese dhe nuk mundeson rregullimin e saj ne intervalin 5-50%.

6. In/ex O2 me sensor paramagnetik O2 (pa qeliza O2 të zëvendësueshme), N2O, CO2 numerik dhe formë vale, Agjente Anestetike përfshirë % Isofluran dhe % Sevofluran, % përqendrimit alveolar.

Sipas te dhenave te paraqitura nga OE, sensori i Oksigjenit i perdorur eshte modeli PSR-11-77-CT4 i cili eshte nje sensor galvanometrik dhe jo paramagnetik sic kerkohet ne DST. Ne DST eshte kerkuar qarte qe sensori O2 duhet te jete me qeliza te pazevendesueshme per te ulur kostot e mirembajtjes. Nderkohe sensori i ofruar galvanometrik ka nevojte te zevendesohet vazhdimisht.

Pajisja e ofruar nuk realizon matjen e % përqendrimit alveolar MAC i cili eshte nje parameter thelbesor per dozimin e anesteze!

7. Të përfshihet set i plotë respirimi adult me shumë përdorime i përshtatshëm për respirim automatik dhe manual.

Nuk eshte ofruar seti me shume perdorime per respirim automatik dhe manual. - Faza: Kriter i pergjithshem

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*“MONTAL” Shpk, me adrese: Rruga Dervish Hima, 3 kullat, k.3, Sh.1, Ap.9/2, Tirane*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej [2.175.000,00 (Dy milionë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë) lekë Pa Tvsh] / totali i pikëve të marra [_nuk aplikohet_] është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Edlira BODE