



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE E MBROJTJES SOCIALE
QENDRA SPITALORE “XHAFERR KONGOLI” ELBASAN

Nr. _____ Prot

Elbasan, më 05.08.2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: “Fedos Uppsala” Shpk

Adresa: Tiranë, Rruga "George W. Bush", Ndërtesa Nr.5, Hyrja 5, Apartamenti 17, 1017

Procedura e prokurimit/lotit: **Procedure e Hapur**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **REF-33019-06-15-2022**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **“Blerje tuba per marrjen e kampioneve te gjakut dhe material konsumi per laboratorin ”**

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1 “Fedos Uppsala” Shpk

L92119028Q

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera e ofertes 14,187,480 (katërmbëdhjetemilion e njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e tetëdhjetë) leke pa tvsh

2. *Gamma shpk*

K31510153H

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera e ofertes 7,700,000 (shtatemilion e shtateqindmije) leke pa tvsh

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

2. *Gamma shpk*

K31510153H

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera e ofertes 7,700,000 (shtatemilion e shtateqindmije) leke pa tvsh

Perkatesisht per arsyet e meposhtme:

Nuk ka plotesuar kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit kerkuar ne DST si me poshte:

1- Per artikujt me nr.3,7,8,9,10,11,13 OE ka paraqitur vetem Deklaraten e Konformitetit nga kompania APTACA nderkohe qe keto produkte I perkasin klasit te II. Per produktet e klasit te Iia dhe Iib Operatori duhet te paraqese edhe Certifikaten CE te produkteve leshuar nga nje trup I pavarur Notifikues.

2- Per artikulli nr.12 nuk eshte paraqitur Certifikata CE. Deklarata e Konformitetit e paraqitur nga OE I perket direktives 2004/22/EC referuar Komitetit European, kjo direktive ka qene e vlefshme deri ne 20 Prill te Vitit 2016 dhe eshte zevendesuar me Direktiven 2014/32/EU. Te dyja direktivat e lartepemendura (2004/22/EC dhe 2014/32/EU) I perkasin certifikimit te Instrumentave matese dhe jo Pajisjeve Mjekesore apo me specifikesht artikullit nr.12.

3-Per artikullin nr.14 dhe nr.25 (Kompania Rays) produkti me kodin 3015 dhe 3013, mungon Certifikata CE. Produkti age i perket klasit te II dhe Per produktet e klasit te Iia dhe Iib Operatori duhet te paraqese edhe Certifikaten CE te produkteve leshuar nga nje trup I pavarur Notifikues.

- 4- Certifikata ISO e Kompanise Skgmed nuk eshte e vlefshme.
- 5- Per artikullin nr.24 dhe nr.26, mungon Certifikata CE. Deklarate e konformitetit e paraqitur nge OE eshte vetem per tubat me vakum dhe jo per aget. Aget duket qene se jane Klas II, OE duhet te kishte dorzuar edhe Certifikaten CE.
- 6- Per artikullin nr.5 OE nuk ploteson specifikimin teknik “per transport dhe ruajtje te mostrave te urines deri ne **48 ore**”
- 7- Artikulli nr.6 qe eshte ofertuar nga OE **eshte kontenitor per Urinen (gote urine)** dhe jo kontenitor per seleksionimin e sekrecioneve te lengeta bronkiale”.
- 8-Artikulli nr.16 dhe nr.17 nuk plotesojne specifikimet teknike, pasi nuk eshte percaktuar koha e koagulimit.
- 9- Artikulli nr.21 kerkohet te jete me permasa 8 /10ml pra 8 ose 10ml. Produkti I ofruar nga OE eshte 9ml.
- 10- Per artikullin nr.23 nuk plotesohet specifikimi teknik I permasave te tubit “13x75”.
- 11-Autorizimi i distribucionit I leshuar nge SC Sanguis per kompanine LDS, skadon me 31/12/2022, periudhe e cila eshte perpara perfundimit te Marreveshjes kuader.
- 12-Per artikujt me nr.7,9,10, nuk plotesohen specifikimet teknike: *Kit steril I pershtatshem per ruajtjen e mostrave te sekrecioneve konjuktivale, uretrale, te veshit dhe te likideve te tjera biologjike te kavitateve te trupit.*
- 13- *Ne piken 2.3.8 te Kriteve te Kualifikimit theksohet se Operatori Ekonomik ne katalogun e paraqitur duhet te markoje me ngjyre te verdhe te ndezur specifikimet teknike. OE nuk ka markuar specifikimet, por vetem kodin e artikujve te ofertuar.*
14. *Nuk ka paraqitur kataloget ne gjuhen shqipe sipas shtojces 7 pika i*

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë operatori ekonomik “Fedos Uppsala”
Shpk

Adresa; Tiranë, Rruga "George W.Bush", Ndërtesa Nr.5, Hyrja 5, Apartamenti 17, 1017

se oferta e paraqitur me vlerë totale prej 14,187,480 (katërmbedhjetemilion e njeqind e tetedhjetë e shtatemije e katerqind e tetedhjetë) leke pa tvsh

është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR

Agron GAXHO