



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK

DOKUMENTAT STANDARDE
TË PROCEDURËS SË HAPUR
MALLRA ¹

OBJEKTI I PROKURIMIT: “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e sp.Lezhe”.

FONDI LIMIT NE TOTAL: 66,666,666.67 (gjashtedhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë pike 67) leke pa TVSH

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nentëqind) leke pa TVSH.

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katërmbedhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) leke pa TVSH.

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 18,626,893.67 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë mijë e tetëqind e nentëdhjetë e tre pike 67) leke pa TVSH

REF-83640-01-06-2021

¹

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

I NJOFTIMI I KONTRATËS

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe
Adresa Lagja : Varosh
Tel/Fax 021523421
E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al
Adresa e Internetit srlezhe.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Rajmonda Huba
Adresa Lezhë
Tel/Fax 0699160691
E-mail rajmondahuba@yahoo.com

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo

Seksioni 2. Objekti i kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83640-01-06-2021

1	Loti 1-F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë	REF-83643-01-06-2021
---	---	----------------------

2	Loti 2- F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë	REF-83645-01-06-2021
3	Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë	REF-83647-01-06-2021

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër: ___
(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

2.6	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
-----	--	--

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: Spitali Rajonal Lezhe

2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

1. Fondi limit total: **66,666,666.67 (gjashtedhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë pike 67) leke pa TVSH.**
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, _____.
3. Burimi i Financimit: **BUXHETI I SHTETIT**
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : **“F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e sp.Lezhe”.**

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tete mijë e nentëqind) leke pa TVSH.

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katërmbedhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e teteqind e shtatëdhjetë e tre) leke pa TVSH.

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 18,626,893.67 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë mijë e teteqind e nentëdhjetë e tre pike 67) leke pa TVSH.

2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **40 ditë nga data e lidhjes se kontrates**

ose

duke filluar nga / / me përfundim në / /

2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

Kohëzgjatja në muaj: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ose ditë: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
Ose duke filluar nga <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv)
Përfunduar më <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (dd/mm/vvvv)

2.10 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: Spitali Rajonal Lezhe

2.11 Ndarja në LOTE:

Po **X** Jo

Nëse po,

2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tete mijë e nentëqind) leke pa TVSH.

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katërmbedhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e teteqind e shtatëdhjetë e tre) leke pa TVSH.

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 18,626,893.67 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë mijë e teteqind e nentëdhjetë e tre pike 67) leke pa TVSH

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga në

2.14 Do të pranohen variantet:

Po Jo

2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:

Po Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: _____

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

Shenime te tjera

2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.

3.2 Sigurimi i Ofertës²: (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

² Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është _____ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 _____ Lekë

Loti 2 _____ Lekë

Seksioni 4 Procedura

4.1 Lloji i procedurës: E Hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar _____

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar _____

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë

etj. pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **05/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **09:00**

Vendi: **SPITALI RAJONAL LEZHE**

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al

4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **05/02/2021** (dd/mm/vvvv) Ora: **09:00**

Vendi: **SPITALI RAJONAL LEZHE**

Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.

4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 180 (e shprehur në ditë)

4.6 Gjuha (-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip Anglisht
Tjetër _____

Seksioni 5 Informacione plotësuese

5.1 Dokumenta me pagesë (i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo

Nëse Po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomikë. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **07/01/2021**

Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe
Adresa Lagja : Varosh
Tel/Fax 021523421
E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al
Adresa e Internetit srlezhe.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Rajmonda Huba
Adresa Lezhë
Tel/Fax 0699160691
E-mail rajmondahuba@yahoo.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E HAPUR

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-83640-01-06-2021

1	Loti 1-F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë	REF-83643-01-06-2021
2	Loti 2- F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë	REF-83645-01-06-2021
3	Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë	REF-83647-01-06-2021

3. **Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër:** “F.V pajisje hotelerie dhe mjekesore per maternitetin e sp.Lezhe”.

Loti 1 - F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë

Loti 2 - F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë

Loti 3 F.V Pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë.

5. Fondi limit : 66,666,666.67 (gjashtedhjetë e gjashtë milion e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtedhjetë e gjashtë pike 67) leke pa TVSH.

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”, me fond limit: 33,388,900.00 (tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë e tetë mijë e nentëqind) leke pa TVSH.

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë, fond limit: 14,650,873.00 (katërmbëdhjetë milion e gjashtëqind e pesëdhjetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) leke pa TVSH.

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë”, me fond limit: 18,626,893.67 (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzetë e gjashtë mijë e tetëqind e nentëdhjetë e tre pike 67) leke pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Brenda 40 (dyzetë) diteve nga data e lidhjes se kontrates.

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 05/02/2021 Ora: 09:00.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 05/02/2021 Ora: 09:00.

II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
 - a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
 - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)
_____,
_____,
_____.
 - c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
 - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
 - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitive Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitive të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit _.
“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv _____ orës _____”

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, www.app.gov.al.

Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4. Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.
- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
 - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

3.1 Kriteret e përzgjedhjes

(Opsioni 1) Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.

(Opsioni 2) Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____	Pikët e kriterit që vlerësohet
$V_{min k1}$	Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet
$P_{max k1}$	Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet
O_{k1}	Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Sqarim: Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se $\pm 2\%$ e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

3.3 Ofertat anomalisht të ulëta

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta
M_O – Mesatarja e Ofertave të vlefshme
n – Numri i Ofertave të vlefshme
Z_M – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

Vlera e Ofertës që vlerësohet <Z_M..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

3.4. Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës

4.1 Njoftimi i fituesit

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

4.2 Sigurimi i kontratës

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
i. garanci bankare

- ii. garanci sigurimi

Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.

4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Shënim: Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike

Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje

Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër

Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit

Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 10: Specifikimet teknike

Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit

Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor

Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

Shtojca 1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
Çmimi Neto)					
TVSH (%)					
Çmimi Total					

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën ____ (kërkuar në dokumentat e tenderit)

Shtojca 2

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE

Emri i Ofertuesit _____

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje	Afati i levrimit

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 2/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË

Për paraqitje Oferte të Pavarur

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: _____; nga Autoriteti Kontraktor: _____; me objekt: _____; me fond limit: _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik _____, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: _____ që:
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
- a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

Shtojca 3

[Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit]

FTESA PËR OFERTË

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).

Vendi i Dorëzimit të Mallit

(jepni një përshkrim të shkurtër)

Malli duhet të dorëzohet brenda datës _____

Oferta duhet të paraqitet

.....

[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

Shtojca 4.

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospëmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 5

LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 6

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e _____ të personit juridik _____ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të lëvrimit të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthorta që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari _____, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

Vula

Shtojca 8

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilesinë _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik _____ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

_____ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP³.

- Operatori ekonomik _____ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik _____ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik _____ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.

³ Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Nënshkrimi i ofertuesit _____

Vula _____

Shtojca 8/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë _____ nga Autoriteti Kontraktor _____ me objekt _____ me fond limit _____.

Unë i nënshkruari _____ me cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

Data e dorëzimit të deklaratës _____

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënues për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënues me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT (për lotet 1,2)

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;**Jo**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 "Per Sistemin e menaxhimit të cilesise per pajisjet mjeksore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/t e artikujve të ofruar.

Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Certifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregtim të pajisjeve mjekësore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ose nga distributori i autorizuar

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 "Për pajisjet mjekësore".

8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertes dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe në pjeset që kanë lidhje me specifikimet teknike të kërkuara në DST)

9. Deklarate për përmbushjen e afatit të garancisë. (minimumi 2 vjet garanci, përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbeje të reja dhe origjinale).

10. Duhet të paraqitet vetëdeklarata:

- Që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.
- Për furnizimin sipas kërkesës së AK, me pajisje të reja, sipas prodhuesit të deklaruar në oferte.
- Për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST
- që merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.

11. Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij jo me pak se 2 (dy) inxhiniere biomedikale ose elektronik ose informatik ose elektrike ose mekatronike te trajnuar per servis pajisjesh mjekesore.

Per kete duhet te paraqese:

- Diplomat perkatese

- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020 ku të figurojnë emrat e tyre

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 1:**

Defibrilator
Monitore pacienti
Makina anestezie
Pajisje ventilimi/respirimi
Elektrobisturi
Pajisje neonatologjie (fototerapi, radiante)

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 2 :**

Pajisje ekografie
Pajisje endoskopike / histeroskopike

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 3:**

Pajisje Hotelerie

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara

○ **CERTIFIKATAT E CILËSISË**

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Kriteret e veçanta të kualifikimit LOT. 3

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1

- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;**Jo***
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:

- sipas Kriteve të Përgjithshme të Kualifikimit

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).

3. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive", të lëshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, për tregtim dhe/ose prodhim të mobiljeve, për artikujt e mobilimit të ofertuar.

Ne rastin kur ofertuesi nuk është prodhues, të paraqesë edhe Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, për prodhuesin e deklaruar të pajisjeve të mobilimit të ofertuar, të lëshuar nga

organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise.

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

4. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 13485:2016 ose ekuivalent, "Per Sistemin e menaxhimin te cilesise per pajisjet mjekësore", e vlefshme, për prodhuesit e artikujve Nr. 2, 3,4,5 dhe 7 Certifikatat të jenë te leshuar nga organizmat e vleresimit te konformitetit te cilat jane te akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

5. Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikate konformiteti CE (sipas direktivave përkatëse MDD 93/42 EEC) për artikujt 2, 3,4,5 dhe 7, të përkthyer dhe të noterizuar.

6. Ne rastin kur nuk eshte prodhues, Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, të përkthyer dhe te noterizuar.

7. Kërkojen të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertës dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

8. Duhet te paraqitet vetëdeklarata:

- Per furnizimin sipas kerkeses se AK, me pajisje te reja, sipas prodhuesit te deklaruar ne oferte.
- Për përmbushjen e afatit të garancisë për 1 vit
- Që merr persiper të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.

9. Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi 1 (një) mjet transporti mallrash, me kapacitet transportues të paktën 1 (një) ton me qëllim transportin e mallit, të cilin duhet ta ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira, dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës, si më poshtë:

a) Dokument që vërteton pronësinë ose qiramarrjen, si më poshtë:

➤ Dokumentacioni që vërteton pronësinë:

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

➤ Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:

- Kontratë qiraje.

b) Leje qarkullimi e mjetit;

c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore;

- d) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve;
- e) Certificate për transport mallrash (e detyrueshme vetëm për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton);

10. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se është prodhues i mobiljeve të drurit:

- a) Duhet te kete jo më pak se 20 (njetet) punonjes, nga të cilët te pakten 1 (nje) punonjes, duhet të jete i punësuar si Inxhinier perpunim Druri/ Dizajni i Mobiljeve dhe Interierit, i pajisur me kontrate te vlefshme, i perfshire ne listepagese. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:
 - Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore;
 - Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për Tetor 2020 - Dhjetor 2020.
 - Diplomë dhe kontratë pune e vlefshme e punonjësit Inxhinier Druri/ Mobiljesh.
- b. Duhet te jete i certifikuar per sistemin e menaxhimit te sigurise ne pune dhe per sistemin e menaxhimit te mjedisit. Per kete te paraqese:
 - Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, sipas standardit ndërkombëtar ISO 18001 ose ISO 45001 ose ekuivalente të tij. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.
 - Çertifikatë që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit, sipas standardit ndërkombëtar ISO 14001 ose ekuivalente të tij. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

11. Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se nuk është prodhues i mobiljeve të drurit duhet të ketë të punësuar për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020, një staf punonjësish prej minimalisht 10 (dhjete) persona. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:

- Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore;
- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Tetor 2020 - Dhjetor 2020.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara

○ **CERTIFIKATAT E CILËSISË**

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

Shtojca 10

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

KUJDES

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Lot 1 - F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neonatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”,

1. Monitor pacienti

Te jete I pershtatshem per te rritur, femije dhe neonat
Ekran I sheshte me rezolucion te larte, min 12.1 inch, me rezolucion 800x600
SpO2 algoritem me rezistence ndaj levizjeve
Parametrat Standart : 3/5-lead ECG, RESP, SpO2, NIBP,
Te kete memorie te brendeshme
Te ofroje mundesine e rishikimit deri ne 500 trende NIBP
Te jete I pajisur me funksionin e ngrirjes se formave valore deri ne 720s
Interval matje ECG 15-350 bpm
Menyrat e operimit: Automatik, manual dhe I vazhdueshem
Intervali I matjes se RR 0-150rpm
Aksesoret e perfshire:
Sensor gishti SpO2, adult, 2.5m, shumepdorimesh

Sonde Temperature
Bateri e rikarikueshme
Tub NIBP
Elektroda ECG, adult, njeperdorimshe
Manshete NIBP, E9, Adult, 27-35cm, shumeperdorimeshe
Kabell EKG

2. Monitor pacienti multiparametral

Ekran me prekje me ngjyra, të paktën 30 cm
Rezolucioni I ekranit të paktën 800x600 piksel
Shfaqje e njëkohshme e të paktën 10 formave të valëve
Paraqitja e ekranit me konfigurim nga përdoruesi
Parametrat në dispozicion:
EKG - 3 dhe 5 kanale
Ventilimi mat vlerat dhe format e valëve nga njësia e anestezisë
Presion – Volum dhe Rrjedhje- Volum nga njësia e anestezisë
SpO2 - saturimi me oksigjen
NIBP - presion jo-invaziv
Temperatura
Analiza e aritmisë
Analiza e segmentit ST për të gjitha kanalet
Llogaritë si I dozes së ilaçeve dhe shfaqja e tabela vetëitimit
Shfaqja e trendevegrafike dhe tabelave për të gjithë parametrat e matur për të paktën 120 orë
Te shfaqje të paktën 200 matje të NIBP te rregjistruara
Te shfaqje të paktën 50 ngjarje alarmi rregjistruara
Alarmet, një dritë alarmi e vendosur në majë të një monitori
Funksioni I parandalimit të alarmeve false fiziologjike me statusin e bllokimit të alarmit për SpO2 gjatë matjes së NIBP në të njëjtin krah si SpO2
Bateri e integruar lijon që lejon monitorin të funksionojë pa energji qendrore për të paktën 300 minuta
Ndërfaqe e integruar për lidhje dhe mbledhjen e të dhënave nga njësia e anestezisë
Ndërfaqja USB dhe dalja VGA për ekran shtesë
Dorëzimi me aksesoret e mëposhtëm: kablllo ECG - 3 kanales, linje matëse presioni dhe 3dalje në madhësi të ndryshme, kablllo dhe sensor gishti përdorshëm për matjen e SpO2, sensori I temperatures së ripërdorshme

3. Tavoline operatore obst gjinek

Tavolina duhet te jete me te pakten 4 segmente duke perfshire edhe pjesen e kembeve
Te jete e komandueshme me telekomande
Mbulese antistatike, higjenike, e padjegshme, rezistente ndaj ujit
Pjesa e dyshekut duhet te jete e perbere me tre shtresa per nje rehati maksimale te pacientit
Pjesa e kurrizit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme.
Kolona e tavolines jane prej celik inox.
Tavolina te jete radiolucente ndaj rrezeve X
I pajisur me shina anesore per aksesoret
Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten: 220 cm x 56 cm

Te kete levizje Trendelenburg / Reverse Trendelenburg elektrikisht te rregullueshme te pakten $-30^{\circ}/30^{\circ}$

Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 595-1035mm

Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: $30^{\circ}/-90^{\circ}$

Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme $20^{\circ}/-20^{\circ}$

Pjesa e shpines (lart/poshte) te pakten $80^{\circ}/-45^{\circ}$

Pjesa e kembeve te pakten $30^{\circ}/-80^{\circ}$

Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione

Pesha maksimale 360 Kg

Aksesoret: bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale),

Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke, Perde

Anestezie

4. Set anestezie

Sistem I perbere nga makina e anestezise dhe monitor pacienti.

Makina e anestezise e pershtatshme per ventilim neonatal pediatric dhe adult.

Montuar në karrocë me paktën tre sirtarë dhe sipërfaqe shkrimi tërheqëse, në rrota që mund të bllokohen në pozicion duke përdorur frenat

Koncept operative bazuar në ekran me një çelës qendror rrotullues për të gjitha funksionet operacionale dhe çelësa të forte të ndarë për funksionet kryesore

Ekran me ngjyra TFT, tëpaktën 10 "

Çelësa të forte të ndarë për aktivizimin e të gjitha mënyrave të disponueshme të ventilimit

Të paktën gjashtë çelësa shumë funksionale të forte për qasje të drejtpërdrejtë në funksionet kryesore dhe parametrat kryesorë të rregullueshëm

Furnizimirezervëbaterisëpërtëpaktën 45 min

Blender gazi për O₂, N₂O dhe Air, diapazoni minimal: 0 - 10 L / min

Funksioni I Integruar anti-hipoksik me furnizim minimal me oksigjen prej 23 vol.% O₂ në përzjerje me oksid azoti (N₂O)

Lidhjet për furnizimin me gaz qendror, matja e presionit me mates të integruar në panelin e përparmë të njësisë bazë

I azhurnuar përfurnizimin me gaz nga cilindrat e gazit për O₂ dhe N₂O me mates të presionit të integruar në panelin e përparmë të njësisë bazë

Ventiluesi drejtuar në mënyrë elektrike dhe I kontrolluar në mënyrë elektronike me ventilim automatic akoma I mundshëm edhe në rast të dështimeve të furnizimit me energji elektrike dhe gaz

Mënyrat e ventilimit:

Manual, spontan

Ventilimi I kontrolluar nga vëllimi

Update për ventilim të kontrolluar nga presioni

Update për ventilim të kontrolluar nga vëllimi me sinkronizim dhe mbështetje presioni - SIMV / PS

Upgrej dohet për ventilim të mbështetjes së presionit - PSV

Parametrat e ventilimit të rregullueshëm në intervalin minimal të mëposhtëm:

Volumi Tidal: 20-1400 ml

Frekuenca e frymëmarrjes: 4-60 bpm

PEEP: 0-20 mbar

I: E: 1: 4-4: 1

Paузë inspiruese (TIP: TINSP): 0-50%

Trigger: 2-15 L / min

Pinsp: 5-60 mbar

Rrjedha maksimale inspiruese: min. 75 L / min

Monitorimi i ventilimit I integruar në njësinë bazë për shfaqjen e parametrave të mëposhtëm:

Volumi minute dhe volumi Tidal

Frekuenca e frymëmarrjes

Presioni I pikut, presioni ne alveola, presioni mesatar, PEEP

Sistemi I frymëmarrjes kompakte I cili mund të montohet në anën e majtë dhe të djathtë të pajisjes, vëllimi total I sistemit të frymëmarrjes pa absorber , tuba dhe balon jo më e madhe se 800 ml

I apgrejdushem për ngrohës shtesë të sistemit të frymëmarrjes

Thithës CO2 I ripërdorshëm, me min. vëllimi prej 1300 ml

I upgrejdushem per kartrixha te disponueshëm të absorbimit të CO2 të shkëmbyeshëm gjatë ventilimit, me min. vëllimiprej 1300 ml

Valvul e integruar e shkëputjes së gazit të freskët

Dy porta vaporizatori, të ndërthurura

Modul I integruar I monitorimit të gazit për O2, CO2, N2O, Halotani, Enflurani, Izoflurani, Sevoflurani dhe Desflurani

Sensori O2 paramagnetik (pa qeliza O2 tëzëvendësueshme)

Kthimi I mostrës së gazit në sistemin e frymëmarrjes

AGSS – Sistemi I pastrimit të gazit anestetik

Pajisje e integruar thithëse bronkiale me dyshish edhe mbajtëse kateteri

Ndër faqja për lidhje me monitorin e shenjave vitale të ofruara

Të dorëzohet me të gjitha aksesoret e nevojshëm, përfshirë:

Tubat e furnizimit me gaz qendror 3 m

Mbajtës krahu I kthyeshëm për monitorin e shenjave vitale dhe modulën e monitorimit të gazit

Set I frymëmarrjes së pacientit, një përdorimi vetëm, 25 copë.

5. Llampe operatore

Kllapa horizontale, krahu i rregullueshëm nga lartësia (vetë-mbajtës në çdo pozicion), dy gimbale dhe njësi ndriçimi e balancuar në peshë, e asimetrike, e balancuar në peshë, me pezullim plotësisht të gimbalar

Forma e trupit të ndriçuesit kompakt, aerodinamik në formë ylli, për kushte optimale të rrjedhës në funksionimin e rrjedhës laminare, të mbyllura nga spërkatja dhe pluhuri.

Teknologjia e lidhjes e montuar në skemë pa lidhje të dukshme me vidë. Dorezë sterilizuese e krijuar në mënyrë ergonomike.

Pjesa e sipërme e njësisë së ndriçimit konveks me sipërfaqe të lëmuara dhe tranzicion të njëtrajtshëm të formës, si dhe menaxhim termik të optimizuar.

Njësia e ndriçuesit është e mbyllur plotësisht. Kjo mundëson dezinfektimin e lehtë dhe të shpejtë të fshirjes.

Sistemi i lenteve optike prodhon ndriçim me thellësi të lartë dhe rezolucionin më të madh të mundshëm të hijes. Madhësia e fushës së ndriçuar është me diametër të ndryshueshëm dhe mund të përshtatet me madhësinë e fushës operative. Madhësia e fushës mund të rregullohet pa ndonjë pjesë mekanike të lëvizshme. Operacioni funksional mund të kryhet në mënyrë sterile përmes dorezës së ndriçuesit qendror ose përmes ekranit të funksionimit në ndriçues.

Trupi i ndriçuesit ka disa elementë të kapjes për pozicionim të shpejtë dhe të rehatshëm nga persona jo sterilë. Këto janë të integruara në gjeometrinë e njësisë së ndriçuesit për të parandaluar turbulencën në rrjedhën laminare.

Në mënyrë ideale, ndriçuesi mund të pajiset me shtesat e mëposhtme opsionale:

- Pajisjet me panelin e kontrollit të murit

- sistemi i integruar në qendër i kamerës në njësinë e ndriçuesit

Përveç kësaj, sistemi i mbështetjes në mënyrë ideale mund të jetë i pajisur opsionalisht me deri në 4 pozicione të boshtit për të akomoduar krahët shtesë shtesë ose adaptorët, të tilla si transportuesit e kamerës, transportuesit e ekranit të sheshtë ose transportuesit e pajisjeve.

Gjatësia horizontale: min. 800 mm

Gjatësia e krahut: min. 900 mm

Rregullimi i lartësisë së trupit të llambës: min. 1100 mm

rrezja e lëvizjes: min. 1,600 mm

Llamba mund të rrotullohet lirshëm në të gjitha nyjet

Lartësia e pastrimit të skajit të poshtëm në dorezën sterile min. 2.000 mm

Klasa e mbrojtjes së sistemit mbështetës min. IP 30

Diametri i trupit të llambës maks. 70 cm

Pjesa e poshtme e trupit të llambës me sipërfaqe të lëmuar të rrafshët për të zvogëluar turbulencën në rrjedhën laminare

Të paktën 2 doreza për pozicionimin e llambës

Elementet e dorezës të optimizuara për rrjedhën e integruar në gjeometrinë e trupit të llambës dhe panelin e kontrollit

Materiali i trupit të llambës duhet të jetë material plastik rezistent ndaj ndikimit me rezistencë të lartë me sipërfaqe të strukturuar imët

Klasa e mbrojtjes së trupit të llambës min. IP 42

Sisteme LED me performancë të lartë me karakteristika të ndryshme të bardha lejojnë dhënie natyrale të ngjyrave të orientuara nga drita e ditës.

Temperatura e ngjyrës mund të ndryshohet në mënyrë të riprodhueshme duke ruajtur vlera të tjera fotometrike

Në një distancë prej 1 m arrihet një ndriçim prej 160,000 luks me një diametër të fushës së ndriçuar 18 cm.

Kjo mund të rritet në 27 cm.

Madhësia e fushës së dritës me fokus 18-27 cm

Ndriçimi i thellësisë L1 / L2 sipas EN 60601-2-41 me dritë të fokusuar min. 370/630 ose 250/290 mm (me intensitet ndriçimi 20% ose 60%)

Dorezë shumëfunktionale, e sterilizueshme, për funksionimin e rregullimit të fushës së dritës

Temperatura homogjene dhe konstante e ngjyrave pa hije ngjyrash në të gjithë fushën e ndriçuar Ekuivalente e rrezatimit fotometrik $\geq 285 \text{ lm / Watt}$

Indeksi i pasqyrimin të ngjyrave $Ra \geq 98$

Diametri i fushës së dritës në 50% të ndriçimit maksimal (d50) duhet të jetë së paku gjysma më i madh ($\geq 50\%$) se diametri i fushës së dritës në 10% të ndriçimit maksimal (d10) $d50 \geq 0,5 \times d10$

6. Defibrilator me monitor

Duhet te jete I pajisur me nje monitor LCD me ngjyra

Rezolucioni I monitorit duhet te jete 7 inç 800x480pixels

Defibrilator me forme pulsi Bipolar

Përzgjedhja e energjisë: 5-360 Xhaul

Monitorimi EKG: I...III dhe aVR... aVF

Diapazoni i Kufijve alarmit të rrahjeve të zemrës duhet të jete 30-300bpm

Te jete i pajisur me printer

Defibrilatori duhet të jete i pajisur me karte memorie

Duhet të ofroj shpejtesi të ndryshme për levizjen e imazhit

7. Elektrobisturi monopolare dhe bipolar

Elektrobisturia duhet të jete e pajisur me një monitor LCD për kontrollin e funksionalitet të paisjes

Paisja duhet të kete një monitor dixhital për paraqitjen e vlerës së energjisë që do të aplikohet

Te jete i pershtatshëm për tu përdorur si njësi qendrore me:

- Bipolar

- Monopolar

Paisja duhet të realizoj aktivizimin automatik të Bipolarit

Te realizoje vet-kontroll automatik

Alarmet të jene të dedektueshme nga ana vizuale dhe audio

Te jete i pershtatshëm për procedurën e prerjes dhe koagulimit

Te jete i pajisur me daljet e pershtatshme për lidhjen me Argon Plazma dhe Thithesin e tymrave

Fuqia maksimale prerese në operativitetin me Monopolar duhet të jete 250W

Fuqia maksimale prerese në operativitetin me Bipolar duhet të jete 120W

Frekuenca e punës në operativitetin Monopolar duhet të jete 425kHz

Frekuenca e punës në operativitetin Monopolar duhet të jete 525kHz

Te ofroj mundësi të prerjes në nivele të ndryshme rregullimi

Te kete një sistem për erroret

Te jete kompakt dhe lehtësisht i transportueshëm në sallat operatorë

Furnisizimi kryesor në hyrje të jete: 100-240V

8. Kolposkop

"Sistemi LED i ndriçimit me ftohje riprodhon një pamje origjinale të indeve

Sistemi i përparuar dhe i shpejtë i fokusimit automatik siguron imazh të qartë

Kontrolli i kapjes në distancë dhe paraqitja e tastierës për përdorimin për një funksionim të lehtë

Filtri elektronik i gjelbër rrit shfaqjen e imazhit vaskular pa kompromis të ndriçimit

Kohëmatësi i provës së reagimit të acidit acetik dhe jodit për të kapur imazhin e duhur dhe të saktë

Shfaqja në kohë reale e zmadhimit

Software i fuqishëm për shfaqjen e imazhit dhe menaxhimin e të dhënave

Mundësia për tu lidhur me printerin e jashtëm

Printer

Rregullimi i këndit

Kapni Imazhe

Sistemi i vlerësimit R-way TM

Socket USB

Lidhës S-Video"

9. Inkubator për neonate me servo kontroll

Duhet te jete i pajisur me monitor LCD me ngjyra me prekje per kontrollin e parametrave

Permasat e dyshekut duhet te jene 38x65x2.8 cm

Tredelenburg: $\pm 12^\circ$

Pajisja duhet te kete kontrollin e temperatures per ekstremitetet

Diapazoni I matjes se alarmit te tempratures duhet te jete: $\pm 0.5 - 1$

Rezolucioni i ekranit duhet te jete 1%Rh

Lageshtuesi Servo duhet te kete nje diapazon matje 0-100%

Duhet te jete i pajisur me nje rezervuar me kapacitet 1 L

Diapazoni i Kontrollit te temperatures se Ajrit: $20^\circ - 39^\circ$

Diapazoni i Kontrollit te temperatures se Lekures: $34^\circ - 38^\circ$

Pajisja duhet te keni nje system te caktuar per monitorimin e temperatures se bebeve.

Shkalla e gabimit nuk duhet te jete me e madhe se 1.9%

Gabimi I matjes se temperatures nuk duhet te jete me I madh se 0.2°

10. Aparature CPAP per neonate me lageshtues

Mikser oksigjeni dhe gazi ajri

Rregullimi I saktë I përzierjes së gazit perms dy mates vetërrjedhës për:

Diapazoni I rregullimit maksimal të terapisë së rrjedhës se lartë deri në 15 L / min

Diapazoni I rregullimit minimal të terapisë së rrjedhës se ulët deri në 6 L / min

Rregullimi I përqendrimit të O₂ në përzierjen e gazit në intervalin 21-100%

Furnizimi me ajër dhe oksigjen nga shpërndarja qendrore e gazrave mjekësorë, tuba lidhës të paktën 3 m të gjatë

Strehim I mikserit metalik të gazit

Alarm I integruar në rast të ndërprerjes së furnizimit të njërës prej gazrave

Alarm I integruar për rënie të presionit në sistem

Kllapa për montim në shinën mjekësore

Lagështuesi I gazit të frymëmarrjes

Nxeh dhe lagështon gazin inspirues

Mënyra e veprimtimit invasive dhe jo invazive

Kontrolli dhe monitorimi automatic I nivelit të temperatures dhe lagështisë

Furnizimi me energji elektrike për rrjetin 220 V / 50 Hz

Karrocë me shina për montimin e pajisjeve

Shtyllë e rregullueshme tërheqëse në diapazonin minimal prej 1000 mm

CPAP I rregullueshëm në diapazonin minimal prej 4,5 derinë 10 cm H20

Aksesorë

Set I disponueshëm për PAP (presion pozitiv i rrugëve të frymëmarrjes) I përbërë nga:

Qark inspirues ngrohes

Qarku ekspirues me mbajtes uji

Dhoma flluskë CPAP

Dhoma e lagështimit

Valvulë sigurie

Tub oksigjeni

Kanjula, të paktën 3 madhësi të ndryshme

Maskë, të paktën 3 madhësi të ndryshme

Fiksim për ndërfaqen, të paktën 3 madhësi të ndryshme

11. Njesi reanimimi per beba (radiant)

Permasat duhet te jene te pakten:

Gjeresia: 63 cm

Thellesia: 110

Lartesia: 176

Permasat e dyshekut duhet te jene te pakten 70cm x 55cm

Krevati duhet te kete nje kend levizje tilt jo me te vogel se $\geq 10^{\circ}\text{C}$

Duhet te masi temperature ne nje diapazon 18-42 $^{\circ}\text{C}$

Tensioni I furnizimit 100-240 VAC 50-60

Duhet te jete I pajisur me nje system inteligjent per heshtjen e alarmit

Duhet te jete I pajisur me nje sistem alarimi per funksionetsi : Temperature e larte, temperature e ulet, Sensor i lidhjes, kontrolli i bebit

Pajisja duhet te kete nje sirtar per kasetat e X-RAY ne rast kur do te jete I nevojshem per ekzaminimet X-RAY.

12. Pajisje Fototerapie

Permasat duhet te jene te pakten:

Gjeresia: 224mm

Thellesia: 82mm

Lartesia: 528.5mm

Te jete i pajisur me ekran LCD monokolor rreth 6 cm

Jetegjatesia e llampes duhet te kete jo me pak se 50,000 ore pune

Te kete te pakten 4 llampa te bardha ekzaminimi

Gjatesia e vales duhet te jete ne nje diapazon 440-460 nm

Te kete intensitet te rregullueshem ne 5 nivele 35–110 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$

13. Krevat ngrohes

Sistemi përbëhet nga një njësi kontrolli, një pllak ngrohese, një dyshek dhe një fole bebi

Kontroll elektronik i temperatures së dyshekut nepermjet njesise se kontrollit.

Temperatura te jete e rregullueshmene diapazonin 35 në 38 $^{\circ}\text{C}$

Saktësia e temperatures te jete $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Pisja duhet te kete nje sistem alarimi per temperaturene rastet kur arrin nje vlere prej $39.5 \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Kapaciteti I ngrohjes: Rreth 4-5 $^{\circ}\text{C}$ nëorë

Furnizimi i paisjes te mund te behet npermej lidhjes me rrjetin elektrikosenjëbateri

Njesia e kontrollit te jete e pajisur me nje ekran per paraqitjen e velrave te temp se matur
Dysheku mbushet te kete nje kapacitet mbushes me ujë afërsisht. 4.5 L.

Foleja e bebii e ripërdorshme e mban fëmijënte perqendruar ne nje pozicion.

Pllaka ngrohjes:

Tensioni: 24 volt AC.

Kërkesat e energjisë: 110-240 V AC ose 110-120 V AC.

Njësia e Kontrollit:

Fuqia / frekuenca kryesore: 110-240 V AC ,50/60 Hz.

Fuqia e baterisë: 24 V DC, 12 V DC (me kapacitet të kufizuar të ngrohjes)

Alarmi dëgjimor: Niveli i zërit 55 dB.

14. Dyshek fototerapie

Pajisja duhet te jete e pershtatshme qe te perdoret dhe pa syze mbrojtese.

Permasat duhet te jene te pakten:

Gjeresia 30 cm

Thellesia 68 cm

Lartesia 20 cm

Permasat e dyshekut duhet te jene 58cm x 29cm

Diapazoni i matjes se temperatures 25-42°C

Niveli i zhurmes jo me shume 55dBA

Duhet te jete i pajisur me uje

I pajisur me llambe LED

Duhet te jete I pajisur me nje ekran me LCD 3.1inch

Rrezatimi Spektral 420-480mm

Kohezgjatja e llambes duhet te jete jo me pak 20,000 ore

Intensiteti i llampes duhet te jete me i madh se 60 $\mu\text{w} / \text{cm}^2 / \text{nm}$

Duhet te shfaqet parametrat baze si: Temperatura e larte, temperature e ulet, Perfundimi i terapise, shkeputja e sondes se lekures, perfundimin e terapise

15. Elektrobisturi e avancuar bipolare ultrasonike ose ekuivalentin e saj

- Njesi qendrore inteligjente qe te kete aftesine per njohur automatikisht dorezat ne perdorim.
- Te ofroje mundesine e teknologjise se adaptimit te fluksit te energjise sipas trashesise se indit.
- Te jete kompakt dhe te jete lehtesisht i transportueshem neper salla operatore, duke mos zene hapësire.
- Te jete i pershtatshem per tu perdorur si njesi qendrore unike me
 - a) dorezat ultrasonike
 - b) dorezat bipolare te avancuara.
- Siguresat kryesore – T5AL 250V (5 Amp, trup qelqi, 5x20 mm permasa e paketes, sasia 2)
- Grada e mbrojtjes ndaj goditjes elektrike – Tipi CF
- Klasi i mbrojtjes nga goditja elektrike - Class 1
- Mbrojtja ndaj agjenteve te jashtem ne pajisje te mbyllur – IP21
- Furnizim kryesor ne hyrje – 100-240V, 50/60 Hz, 500 VA

- Furnizimi ne dalje:
 - a) dalje per pajisje ultrasonike: 150 VAC RMS maksimum 35 vat ne vazhdimesi, 30-80 kHz
 - b) dalje per pajisje bipolare: bipolar, nuk kerkoet elektrode neutri, 100 VAC RMS maksimum, 200 vat maksimum, 300-490 kHz.
- Kushtet e ambientit te operimit te pajisjes:
 - a) Temperatura e ambientit 15°C -27°C
 - b) Lageshtira: 10%-90% jo kondesuese
 - c) Niveli i Presionit Atmosferik: 700hPa-1060hPa
- Kushtet e ruajtjes dhe transportit:
 - a) Temperatura: -35°C-54°C
 - b) Lageshtira: 10%-90% jo kondesuese
 - c) Niveli i Presionit Atmosferik: 700hPa-1060hPa
- Pesha - Gjenerator 5.9 kg
- Dimensionet – Gjeneratori: 35.0 cm x 35.5 cmx 13.6 cm

16. Autokllave

"Kapaciteti i Autoklaves duhet te jete jo me i vogel se 23L
Autoklava duhet te jete e pajisur me nje ekran LCD per shfaqjen e paramterave dhe erreveve
Duhet te jete e pajisur me butona per aksesim te shpejte te menuse se paisjes
Paisja duhet te jete e pajisur me printer te inkorporuar
Te kete nje porte USB, ne menyre qe te mund te behet nxjerrja e te dhenave
Te ofroje mundesine e regjistrimit te procedures se sterilizimit dhe printimin e rezultateve
Te jete konform direktivave MDD 93/42/CE"

17. ECG

Te jete I pajisur me monitor 5.7 inch LCD me prekje per leximin e te dhenave dhe te monitorimin e trendevevalore.
Regjistrimi I tëdhënavenë ECG te jete deri ne 200 ECG dhe mundesi per t 'I transferuar ne USB
Të jetë lehtësisht I transportueshëm.
Të ketë paraqitje dixhitale në ekran të 12 kanaleve ECG.
Aparatura ECG duhet të ketë dy mënyra funksionimi: Automatike dhe Manuale.
Të jetë I pajisur me printer termik (montuarnëaparaturë).
Printeri duhet të punojë me letër thermal A4 format.
Te ofroje matje automatike te ECG dhe interpretimin e testeve ne baze te te dhenave CSE/AHA/MIT
Te ofroje mundesine e zgjatjes se printimit nese eshte dedektuar artimi
Të funksionojë me 220v-50HZ.
Të ketë bateri të rikarikueshme
Të ketë certifikatat e sigurisë nga autoritetet CE ose FDA
Të jetë pajisur me të gjithë aksesorët e nevojshëm: kablllo pacientësh, kapëse për elektroda

18. Shiringe elektrike

Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.10-999.9ml
Koha e infuzionit: 1 min – 95 h 59 min

Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50-1500ml/h

Saktesia $\pm 2\%$

Numri eventeve te pakten 1500

Kohe zgjatja e baterise: 10 ore ne 5 ml/h

Shkalla e KVO: 0.1-5.0ml/h

Te perfshihet librari medikamentesh per te shmangur gabime ne administrimin e tyre.

Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit

Njesite e dozimit g, mg, μg , ng, U, mol.

Kapaciteti i Shiringave: 5-60 ml

Njohje automatike e madhesis se shiringes

Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme:

Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, fund infuzioni, bllokim i linjes,

keqfunksionim i brendshem, afrim i limitit te volumit, limiti I volumit, shkeputja e mekanizmit te drejtimit.

Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 120 ilace

19. Pompe infuzioni

Ushqimi; AC- 220V, 50Hz dhe bateri.

Monitor digital per tregimin e vlerave.

Infuzion KVO(per mbajtjen hapur te venes)

Sistemi i infuzionit: PERISTALTIK

Presioni i infuzionit i rregullueshem

Memorizim it e dhenave ne rast nderprerje e energjise

Bateri e integruar e rikarikueshme.

Kalim automatik ne regjim baterie ne rast nderprerje te energjise

Kohezgjatja e baterise ne regjim pune; jo me pak se 8 ore ne 25ml/h.

Karakteristikat

Fluksi : 0.1-1200 ml/ore

Vellimi i infuzuar : 0.1-9999 ml me rritje prej 0.1 ml-1ml

Koha e infuzionit: 1 min –59 minuta

Shpejtesia e bolusit: I rregullueshen deri ne 1500 ml/ore

Saktesia: $\pm 5\%$

KVO e rregullueshme 1 – 5.0 ml/ore

Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele

Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit

Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme:

Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks i ulet,

bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur.

Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 100 ilace

Numri eventeve te pakten 1500

20. Aspirator per neonate

Pompe vakumi me kapacitet afersisht 550 mm/Hg

Kapaciteti i thithjes mbi 10 L/min

Rezervuari: nje ene me volum 1 Liter

Aksesore:

Filter anti bakterial

21. Aspirator kirurgjikal

"Pompe vakumi me kapacitet 765 mm/Hg.

Kapaciteti i thithjes minimumi 60 L/min.

Rezervuari: 2 ene me volum minimumi 5 Litra te autoklavueshme, te mbrojtura nga mbi mbushja me kapak.

Aspiratori te jetë me rrota i lëvizshëm.

Aksesorë:

Tuba silikonit me gjatesi minimalisht 2m.

Filtra anti bakterial."

22. Monitor RZF bebit (KARDIOTOKOGRAF)

Të jetë pajisur me ekran me prekje te pakten 8.4 inch, I rrotullueshem ne kend 600.

Paraqitje ne ekran te formave valore dhe parametrave te monitorueshem: FHR, TOCO, FMOV,

Të shoqërohet minimalisht me 2 (dy) sonda (ku njëra prej tyre të shërbejë për TOCO)

Të mund të monitorojë rrahjet e zemrës dhe aktivitetin e mitrës

Të mund të ofroje opsionale monitorim e binjakëve bazuar në ultratinguj (valë)

Të paraqesë njoftime (alerts) për takikardi/bradikardi

Të mundësojë profiling automatic ose manual në lidhje me lëvizjen e fetusit (AFM ose MFM, automatic/manual fetal movement)

Të ketë të montuar si printer intermik për printimin automatic të parametrave fetalë si dhe informacion grafik.

Përcjellësit (transducers) të jenë rezistent ndaj ujit (lëngjeve)

Të ofrojë menaxhim automatik të kanalit

Përçuesit të mund të aplikohen në porta të ndryshme

Të mundësojë sistemin e verifikimit dhe alarmit (zanor/visual)

Të realizohet ruajtja e informacionit (back-up) minimum çdo 1 (një) orë.

Pajisja të mund të funksionojë në mënyrë autonome minimalisht në 12 orë

Të përfshijë të gjithë kabllot, konektorët, dhe aksesorët e nevojshëm përfshirë edhe letrën për printer

23. Llampe bakterioicide

Pajisje baktericide me 2 funksione:

1-me llamba te brendshme ultraviolet dhe ventilator per purifikim-sterilizim ajri nga bakteriet dhe sporet ne ambiente spitalore

2-me llambe te jashtme per dezinfektim te ambjentit ne te cilen do montohet

E destinuar per instalim mural.

Llamba e brendshme UV, me gjatesi vale 253-254 nm te vendosura ne dhome rrezatimi te mbyllur per mbrojtjen e personelit/pacienteve nga rrezatimi UV.

Energjia e rrezatimit UV mbi 100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$

Kapaciteti sterilizues : 90-110 m³

Efektiviteti i sterilizimit jo me pak se 90% per bakteriet.

Kapaciteti sterilizues i ajrit mbi 140 m³/ore

Ushqimi 220V / 50Hz

LOT 2 – F.V pajise mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë

1 Sistem Histeroskopie

I pershtatshem per tu perdorur per ekzaminim dhe nderhyrje intrauterine

Procesori I imazhit

Te marre dhe te procesoje imazhin e marre nga kamera endoskopike me nje chip

Te kryeje balancimin automatik te te bardhes

Te mund te kryeje permiresimin e imazhit nepermjet filtrave te integruar

Te kete aftesi ngrirjeje dhe zmadhimi te pamjes

Te kete mundesi te lidhet me nje tastiere

Te supportoje dalje DVI

Monitori

Ekran me prekje, me ngjyra TFT/LCD, madhesia mbi 18", rezolucioni Full HD

Burimi I drites

I pajisur me llampe LED per jetegjatesi te madhe, me temperature 5500-6000°K

Me ndricim te rregullueshem

Njesia e dokumentimit

E afte per regjistrimin e te dhenave te pacienteve. Me kapacitet te brendshem te pakten 40GB

E afte per krijimin e raporteve, perfshire I mazhet dhe filmimet e procedurave

E pajisur me dalje USB per ruajtjen e per transferimin e te dhenave te pacientit ne pajisje te jashtme.

Te mund te lidhet me printer USB per shtypjen e raporteve

Me dalje te integruar RJ45 per lidhje ne rrjet per eksportimin e te dhenave te pacienteve.

Koka e kameres

E pershtatshme per tu lidhur me videoprosesorin e mesiperm

Kamera HD, me dy butonat e programueshem

E fokusueshme, e sterilizueshme

Kablli optik

I pershtatshem per tu lidhur me videoprosesorin e mesiperm.

Me gjatesi te pakten 300cm dhe trashesi 3.5mm

I sterilizueshem me avull apo me gaz

Seti I Instrumentave

Teleskop 30°, me diameter me te vogel se 3 mm dhe gjatesi 30 cm, i autoklavueshem

Kellef operimi I brendshem me kanal pune per instrumenta 5 Fr. Me rubinet dhe dalje Luer-lock per irrigim.

(I pershtatshem per tu perdorur me teleskopin e mesiperm dhe kellefin e meposhtem)
Kellefi jashtem operimi me rrjedhjet e vazhdueshme (Continuous-Flow) jo me imadh se 5 mm.
Me rubinet dhe dalje Luer-lock per aspirim. (I pershtatshem per tu perdorur me kellefin e mesiperm)
Gershere jo te mprehta, me diameter 5 Fr. dhe gjatesirreth 35 cm
Pince per kapje dhe biopsi, me diameter 5 Fr. Dhe gjatesi rreth 35 cm
Electrode prerje bipolare me diameter 5Fr. Dhe gjatesi rreth 40 cm
Element punues bipolar aktiv bashke me kabell per rezektim
Furnizuar me elektro dabipolare per miomektomi dhe polipektomi, per disektim te septumit dhe per koagulim
Kellefi dyfishte per aspirim dhe irrigim, 26Fr per tu perdorur me elementin e mesiperm punues
Obturator per tu perdorur per kellefin e mesiperm.
Teleskop 12°, me gjatesi 30 cm, I autoklavueshem per rezektoskopin ne fjale
Pajisje irrigimi dhe aspirimi
Sistem irrigimi peristaltic dhe thithjeje per perdorim ne histeroskopi dhe laparoskop
gjinekologjike
Me sistem kontrolli te presionit intrauterin te irrigimit
Ekran me prekje per kontrollin elektronik te presionit dhe fluksit te irrigimit
Rregullimi i presionit te irrigimit histeroskopik te pakten 150mmHg
Rregullimi i fluksit te irrigimit histeroskopik te pakten 500ml/min
Rregullimi I presionit te thithjes te pakten -0.6bar
Ushqimi: 100 -240 VAC, 50/60 Hz
Te furnizohet me: kabllin e ushqimit
Set tubash irrigimi me histeroskopi, I sterilizueshem
Set tubash aspirimi, I sterilizueshem
Sistem thithjeje I rregullueshem, I pajisur filter hidrofobik dhe me dy shishe aspirimi te sterilizueshme, te pakten 2 litra
Karrele ndoskopie
I pajisur me 4 rrota antistatike me frena
I pajisur me te pakten 4 ndarje per pajisjet e endoskopise dhe sirtar
Me shperndares te integruar energjie per pajisjet e histeroskopise

2 Peshore Dixhitale per bebe

Peshore elektronike. Kapaciteti mates: jo me pak se 20Kg.
Ndjeshmeria: 10g per intervalin <10Kg dhe 20g per intervalin 10÷20Kg
Me afishues dixhital
Mates gjatesie deri ne 80cm me afishues dixhital.

3 Mates transkutan per bilirubinen

Per matje transkutane te bilirubines pa cpim (jo invazive)
Te jete i pershtatshem per te matur Bilirubinen ne neonate
Diapazoni i matjes min: 0-20 mg/dl
Perseritshmeria: $\leq \pm 0,8\text{mg/dl}$
Sistemi te komandohet nga ekran me prekje ose butona
Sistemi te kete mundesi te perdoret ne paciente menjehere pas lindjes.
Saktesia (gabimi): $\leq \pm 1.5\text{mg/dl}$

Te jete I validuar nga studime klinike per rezultate te krahasueshme me testimet laboratorike te gjakut.

Sistemi te funksionojte me bateri

Bateria te kete mundesi per te pakten 100 matje

Sistemi te funksionojte pa kerkuar materiale konsumi per matje

Perdorim i lehte dhe matje e shpejte

4 Eko obstrike gjinekeologjike per konsultorin

I pajisur me ekran LED me dimension minimal 21", me rezolucion te larte 1024x600 pix.

Nderfaqe kontrolli me lartesi te rregullueshme

Nderfaqe e pajisur me tastjere alfanumerike dhe me butona te dedikuar skanimi per cdo modalitet skanimi ekografik.

Teknologji e formimit te sinjaleve me te pakten 300,000 kanale dixhitale

Fushepamje ekografike maksimale deri ne te pakten 160 grade, ne vecanti per aplikimet gjinekologjike.

Brezi i frekuencave te funksionimit duke filluar nga 2MHz deri ne 18MHz ose me gjere.

Pajisur me te pakten 3 porta per sonda.

Thellesia e fushepamjes ekografike te garantohet nga 1 deri ne te pakten 32cm

Rifreskimi i imazhit me frekuence minimale prej 1200 imazhe/sekonde. Kontrolli dinamik minimal 260 dB.

Te perfshihen te gjitha modalitetet e skanimit ekografike meposhte:

Bi-Dimensional (2D)

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi.

Fuqia ultrasonike e rregullueshme.

Funksione filtrimi te ndryshme me te pakten 5 nivele per minimizimin e zhurmave dhe rritjen e cilesise se imazhit.

Doppler me Ngjyra.

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi dhe te pakten tete harta ngjyre.

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal 0.1 deri ne 25KHz

Filter automatik ndaj artefakteve te levizjes se eneve te gjakut me te pakten kater shkallezime.

Doppler Fuqie.

Mundesi zgjedhje per te pakten tre nivele frekuence funksionimi dhe te pakten tete harta ngjyre.

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal: 0.1KHz deri ne 20KHz.

Doppler Spektral i Pulsuar.

Perseritja e pulseve ne intervalin minimal: 1KHz deri ne 20KHz

Korrigjimi i kendit te kampionit jo me pak se $\pm 85^\circ$

Matja e shpejtesise duke filluar nga 1cm/s deri ne 1600cm/s.

Dallim automatik i spektrit dhe matje spektrale ne kohe reale.

Te perfshihet software per matjen automatike, ne kohe reale te parametrave doppler.

Modalitet Levizje

Fuqia ultrasonike e rregullueshme.

Mundesi zgjedhje per te pakten 5 harta gri

Mundesi shfaqe te imazhit ne modalitet levizje sebashku me imazh Bi-Dimensional

Modalitet 3D/4D

Skanim volumetrik tre-planar dhe 3D ne kohe reale (4D)

Software dhe funksione shtese qe duhet te perfshihen ne konfigurim:

- Pakete e plotes software per te gjitha matjet Obstetrike dhe Gjinekologjike
- Modalitet skanimi 3D dhe 4D ne kohe reale
- Funksion tomografik per shume plane paralele skanimi. Ndryshimi i prerjeve tomografike nga 0.5 deri ne 10mm.
- Software per uljen e artefakteve ultrasonike dhe per rritjen e kontrastit te imazhit

Sondat e perfshira:

- Sonde konvekse obstetrike 2D me interval frekuence minimale 2÷5 MHz dhe fushepamje 55°
- Sonde endokavitare gjinekologjike 2D me interval frekuence minimale 4÷9 MHz dhe fushepamje deri ne 160°.
- Sonde konvekse obstetrike volumetrike 3D/4D me interval frekuence minimale 2÷6 MHz. Fushepamja minimale 3D/4D: 80° x 70°.

Karakteristika te tjera dhe aksesore:

Database per pacientet dhe te dhenat e ekzaminimit me kapacitet minimal memorie 500GB.
Pergatitje raportesh me mundesi te perfshirjes se imazheve. Te perfshihet protokolli DICOM.
Pajisur me nderfaqje: USB, HDMI, VGA, Ethernet (import/export te dhenash), Audio.
Printer termik A6 bardh e zi i integruar
Furnizimi me energji: 220VAC/50Hz.

5 Eko obstetrike gjinekologjike portabel per urgjencen

Të jetë e përshtatshme për ekzaminimet abdominale, gjinekologjike, obstetrike, pediatrike me dy sonda dhe me aftesi skanimi 4D.

Pajisur me karrel me 4-rrota dhe me lartesi te rregullueshme.

Të ketë përpunim me te pakten 200.000 kanale dixhitale

Të ketë ekran me ngjyra, me teknologji LED dhe rezolucion minimal 1920 x 1024 pixel.

Madhësia e ekranit diagonal të jetë jo më pak se 15 inch.

Këndi i shikimit vertikal dhe horizontal të paktën 160° per ekzaminime endovaginale.

Pajisur me të paktën 3 porta për sondat konvekse, lineare, vellimi etj.

Thellësia e skanimit duhet të garantohet deri në 32 cm

Frame rate të jetë mbi 1700 fps

Diapazon i lartë dinamik deri ne 260 decibel.

Modalitetet e skanimit te jene si më poshtë:

Modaliteti B, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, Doppler Indor, Modalitet 3D/4D.

Modaliteti B

Te kete mundesi selektimi per te pakten 5 harta gri

Te perfshije funksionet e rregullimit te amplifikimit dhe diapazonit dinamik

Modaliteti Doppler me ngjyra (Color Doppler)

Ndryshimi i pjerresise se kendit nga 0 deri ne 20°

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz

Modaliteti Power Doppler

Funksion i rregullimit te amplifikimit

Te kete mundesi selektimi per te pakten 10 harta

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz

Modaliteti Doppler Spectral PW

Korrigjimi i këndit i rregullueshem te pakten ne diapazonin 0-90°

Frekuenca e skanimit te pulseve nga 0.3 deri ne 25KHz

Shkalla e shpejtesise nga 0.1cm/s deri ne 70m/s
Dritare kampionimi 1-15mm
Modaliteti Motion (levizje)
Funksion i rregullimit te amplifikimit
Të ketë mundësi selektimi për të paktën 5 harta te ndryshme
Modalitet skanimi 3D/4D
Mundesi skanimi per volum 3D dhe 4D
Mundesi skanimi volumetrike tomografike me 5-15 prerje
Distanca midis prerjeve tomografike 0.5 deri ne 40mm
Të përfshihen paketat e meposhtme ne menyre permanente:
Paketa e plotë e matjeve: Abdominale, gjinekologjike, obstetrike,pediatrike, pjesët e vogla.
Te perfshihet ne menyre permanente modaliteti i skanimit 3D/4D.
Te perfshihet software filtrimi per permiresimin e imazheve
Karakteristika të tjera:
Te kete memorie te pakten 256 GB me teknologji SSD ose ekuivalente.
Funksion raportimi me mundësi integrimi të imazheve.
Ndërfaqje: USB, HDMI, Ethernet, audio e integruar.
Te jete e pajisur me bateri te integruar
Furnizimi me energji: 220VAC/50Hz
Sonda dhe aksesore të përfshirë:
• Sonde abdominale me shkallë frekuence min. 2÷5 MHz dhe fushepamje minimale 55°.
• Sondë gjinekologjike me shkallë frekuencë min. 4÷10 MHz dhe fushepamje minimale 160°.
• Printer videobardh e zi i montuar ne karrel

6 Llampe anesore (mobile)

Llampe per procedura ekzaminimi mjekesor dhe kirurgji minore.
Llampe ekzaminimi LED .
Tub fleksibel mbi baze te levizshme me 5 rrota
Lartesi e rregullueshme
Llampe me hijezim te reduktuar
Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 50,000 ore
Diametri I satelitit jo me pak se 190 mm
Me doreze te sterilizueshme
Temperatura e ngjyres rreth 4500 K
Intensiteti ne 0.5 m mbi 100000 lux
Diametri i fushes se drites ne 50 cm largesi min 14 cm

7 Llampe ekzaminimi (spot)

Llampe ekzaminimi LED
Tub fleksibel mbi baze te levizshme me pese rrota
Lartesi e rregullueshme
Temperatura e ngjyres min. 4200 K
Intensiteti ne 0.5m: min 30000 Lux
Jetegjatesia e LED-it jo me pak se 50,000 ore

8 Set abrazio

Pincete kirurgjie fine 1x2 dhembe 23 cm
Pincete foerster e harkuar zigr. 24,5 cm
Speculum vaginal collin 85 x 30 mm
Speculum vaginal collin 100 x 35 mm
Speculum vaginal collin 110 x 40 mm
Speculum vaginal kallmorgen 90 x 40 mm
Valvula vaginale kallmorgen 90 x 37 mm
Speculum vaginal doyen 118 x 35 mm
Diverikator vaginal breisky 100 x 40 mm
Diverikator vaginal breisky 130 x 25 mm
Dilatator uterin hegar 3,0 mm
Dilatator uterin hegar 4,0 mm
Dilatator uterin hegar 5,0 mm
Dilatator uterin hegar 6,0 mm
Dilatator uterin hegar 7,0 mm
Dilatator uterin hegar 8,0 mm
Dilatator uterin hegar 9,0 mm
Dilatator uterin hegar 10,0 mm
Dilatator uterin hegar 11,0 mm
Dilatator uterin hegar 12,0 mm
Dilatator uterin hegar 13,0 mm
Dilatator uterin hegar 14,0 mm
Dilatator uterin hegar 3,5 mm
Dilatator uterin hegar 4,5 mm
Dilatator uterin hegar 5,5 mm
Dilatator uterin hegar 6,5 mm
Dilatator uterin hegar 7,5 mm
Dilatator uterin hegar 8,5 mm
Dilatator uterin hegar 9,5 mm
Dilatator uterin hegar 10,5 mm
Dilatator uterin hegar 11,5 mm
Dilatator uterin hegar 12,5 mm
Dilatator uterin hegar 13,5 mm
Dilatator uterin hegar 14,5 mm
Histerometer sims 33 cm, fleksibel
Pince per uterusin schroeder 25,5 cm
Pince per uterusin braun 26 cm
Pince schroeder e drejte 25 cm unc.e dyfishte
Kyrete novak 24,5 cm prej 4 mm
Kyrete uterine rixhide presese 30,5cm 6mm
Kyrete uterine rixhide presese 30,5cm 8mm
Kyrete uterine rixhide presese 31,5cm 12mm
Kyrete uterine rixhide presese 32cm 16mm
Kyrete uterine rixhide presese 32cm 20mm
Kyrete uterine rixhide presese 34cm 25mm
Kyrete uterine fleksibel presese 32cm 20mm

Kyrete uterine fleksibel presese 32cm 23mm
Kyrete uterine fleksibel jo-presese 31cm 9mm
Kyrete uterine fleksibel jo-presese 31cm 11mm
Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 15mm
Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 16mm
Kyrete uterine fleksibel jo-presese 32cm 19mm
Kyrete per aspirim 12 mm
Kyrete per aspirim 14 mm
Tas celiku inox 80 x 40 mm
Kontenitor microstop 60x30x11 cm
Kontenitor rrjete 480x250x60 mm

9 Set lindje

GERSHERE EPISIOTOMIE WALDMANN 18 CM	1
GERSHERE EPISIOTOMIESCHUHMACHER 15,5 CM	1
gershere . legature, crv, dent, 17 cm	1
PINCE ANATOMIKE STANDARTE 23 CM	1
PINCE TC OEHLER 18 CM E DHEMBEUAR	1
PINCE TC OEHLER 25 CM E DHEMBEUAR	1
PINCE BENGOLEA E HARKUAR 26 CM E DHEMBEUAR	1
PINCE KOCHER (OCHSNER) E HARKUAR 18,5 CM	2
PINCE ROBERTS 22 CM E HARKUAR	2
PINCE FOERSTER E DREJTE ZIGR. 25 CM	2
PORTAGE TC MAYO-HEGAR 18 CM	2
PORTAGE TC MAYO-HEGAR 24 CM	1
SPEKULUM VAGINAL DOYEN 118 X 35 MM	1
SPEKULUM VAGINAL DOYEN 120 X 47 MM	1
SPEKULUM VAGINAL DOYEN 85 X 60 MM	1
TAS CELIKU INOX 128 X 55 MM	1
BACIN.RENIF.ACCIAIO INOX 250X140X40 MM	1
KONTENITOR MICROSTOP 30X30X14 CM	1
KONTENITOR RRJETE240X250X60 MM	1

10 Stativa

Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.

11 Laringoskop adult

Set laringoskopik me fiber optike dhe llampe LED
Te perfshihen Lama McIntosh 2,3,4
Te jete me doreze me bateri
Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme

12 Laringoskop pediatrik

Set laringoskopik neonatal me fiber optike dhe llampe LED
Te perfshihen Lama McIntosh 0 (premature) dhe Miller 0, 1
Te jete me doreze me bateri
Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme

LOT 3 - "F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë"

1. Karrel instrumentash Kirurgjikal

Karrele prej materiale celik stainless (jo i ndryshkshem), me doreze per shtyrje, me 3 rafte dhe me rrota ne kater mbajteset. Dimensionet 70x50x80 cm, te suportoje peshe jo me te voges se 25 kg

2. KREMAT REANIMACIONI

Krevati duhet të sigurojë lëvizje të paktën në tre seksioneve të bazamentit të krevatit përkatesisht zonës së sipërme të krahërorit, pjesës së barkut dhe këmbëve, rregullim të lartësisë, pozicioneve vasculare te cilet kontrollohen nga minimum 3 motorë

Pozicionet të kontrollohen nga panelet e kontrollit të vendosura në anët e jashtme të kufizueseve anësore

CPR elektrike dhe karakteristikat e mbylljes së funksionit në kontrollin e mjekut (në anën e jashtme të kufizueseve anësore)

Kreu dhe fundi i këmbëve të krevatit jane prej polipropilenit (PP) i cmontueshem (opsion me panele me ngjyra)

Binarët e ndarjes plastike PP me lëvizje të butë me treguesin e këndit minumi 4 pjesë të pavarura dhe të ndashme ABS

Kornizë çeliku të veshur me pluhur elektrostatische antibakteriale ABS .

Me rrota me rrotullim 360 ° me sistem frenimi dhe bllokim te drejtimit
Adaptorë aksesorë në qoshe, mbajtëse serumi e rregullueshme me lartësi
Mbajtësit e qeseve të urinës dhe grepa rrip në të dyja anët
Aksesor plastike mbrojtës në qoshet
Opsionet alternative të ngjyrave për binarët anësorë

Dyshek me shkumë të dendur me mbulim antibakterial, të papërshkueshëm nga uji dhe me zippered

3. KRE VAT VIZITE GJINEKOLOGJIKE

Shtrat vizitash me përmasa gjatesi 172 cm, gjerësi 60 cm dhe lartësi 75 cm (nga pjesa e dyshekut ne pjesen e trupit deri ne toke).

Dysheku të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e kokës e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe lehtësisht të pastrueshëm, me përmasa 50 cm dhe gjerësi 60 cm.

Pjesa fikse e trupit dhe këmbëve me dimensione 122 cm dhe gjerësi 60 cm.

Në pjesen e poshtme të cdo kembe të ketë mbeshetëse plastike e cila ben kontaktin me tokën.

4. Krevat manipulime gjinekologjike

Krevat Ekzaminimi gjinekologjik me 3 ndarje

Mbeshetësja e kokës dhe kembëve te jete e rregullueshme

Permasat afersisht 60x180x80cm

Mbuluar me lekure sintetike ne pjesen e jashtme, lehtesisht e pastrueshme dhe qe duron nxehtesine

Strukture metalike e kromuar ne te kater kembet

Me mbajtëse kembesh dhe bacinele

Lëvizja e shpines , lëvizja lart-poshte, tredelenburg/reverse tredelenburg të kontrollohen ne menyre elektrike.

Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatisht

Pjeset e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme.

Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV.

Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit.

DIMENSIONET:

- Gjatësia e plotë: 210 cm
- Gjerësia e plotë: 101 cm
- Gjatësia: 48 cm
- Madhësia e dyshekut: 190 cm
- Gjerësia dyshek: 80 cm
- Kapaciteti Pështa: 180 kg

3. LEVIZJET KENDORE

- Lëvizja e pasme: 0 ° -60 °
- Lëvizja e pjeses se gjurit: 0 ° -30 °
- tredelenburg/reverse tredelenburg 0°-12°

4. DYSHEKU

- Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar,
- I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet

5. SISTEMI I LEVIZJES DHE FRENIMIT

Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 °

5. Krevat lindje

E ndare ne tre seksione: shpina, ndenjesja dhe kembet

Me tre motore per rregullim elektronik te lartesisë, shpines dhe pozicioneve

Tredelenburg/Reverese Trendelenburg.

Komandim nga nje panel kontrolli dhe/ose telekomande.

Pjesa e kembeve e zmontueshme lehtesisht.

Tredelenburg / Reverse Trendelenburg

Dyshek me tre seksione, me materiale antimikrobiale, rezistente ndaj ujit, te padjegeshme, te respirueshem, dhe lehtesisht te pastrueshem

Bazamenti / platforma e dyshekut prej materiali ABS.

Shina anesore (te zmontueshme) prej celiku inox ne seksionin e ndenjeses, destinuar per montim aksesoresh.

Pjesa e shtrirje (dysheku) i mbushur me shkume-gome per te ndjekur formen anatomike te trupit.

Amortizatore goditjesh gjate levizjeve.

Lartesia e shtratit e rregullueshme ne diapazonin 60 deri 85 cm

Siperfaqe e krevatit; gjatesia min 185 cm, gjeresia min 80 cm.

Seksioni i shpines i rregullueshem nga 0 ne 70 deg.

Tredelenburg i rregullueshem deri ne rreth +/- 6 deg.

Reverse Trendelenburg i rregullueshem deri ne rreth +/- 12 deg.

Funkcion CPR manual

Aksesore:

- Mbajtese kembesh (1 cift), me veshje materiali te gomuar, me lidhese per fiksime kembesh, me konstrukcion me cerniere sferike per pozicionim kendor te rregullueshem, dhe lartesi te rregullueshme
- Mbajtese anesore te pacientit (1 cift);
- Bacinele inoksi me fiksuesin perkates (1 cope);

6. BARRELE

Konstrukcion metalik me tuba celiku të lyster me boje elektrostatische me dimensione

60x220x22cm. Të garantojë qendrueshmëri në mbajtjen e peshes deri në 190 kg. doreza mbajtese në 4 cepat e saj.

7. Shtrat patienti

Lëvizja e prapme dhe lëvizja e këmbëve të kontrollohen nga 2 manivelat në fund të kembeve

Kokën dhe tabelat e këmbëve të jenë bërë prej plastike PP

c. 2 copa binarët anësor të shkrirë janë bërë prej alumini

d. 4 copa hedhjen sipërfaqe të jetë bërë nga ABS plastike

e. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht

f. Këmbët e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme.

G. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatikisht dhe i mbuluar me ABS plastike.

h. Sistemi kryq i frenave: Të ketë levat frenuese ne rrotat kryq te krevatit

j. Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV.

k. Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit.

- l. Lëvizja e pasme kontrollohet nga foleja e majtë.
- m. Lëvizja e këmbës kontrollohet nga fiksimi i duhur.
- n. Këmbët e zbërthyera mund të montohen lehtësisht.

2. DIMENSIONET:

- Gjatësia e plotë: 210 cm
- Gjerësia e plotë: 101 cm
- Gjatësia: 48 cm
- Madhësia e dyshekut: 190 cm
- Gjerësia dyshek: 80 cm
- Kapaciteti Pesha: 250 kg

3. LEVIZJET KENDORE

- Lëvizja e pasme: 0 ° -70 °
- Lëvizja këmbë: 0 ° -30 °
- Vaskulare
- Lëvizja e gjurit

4. DYSHEKU

- Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar,
- CNC prerë,
- I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet
- Shkumë densitet prej 28 kg / m³

SISTEMI I LEVIZJES DHE FRENIMIT

Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 ° me mekanizëm kryq të frenimit.

Te jete i pajisur me aksesori – Tryeze shtrati- i montueshem/cmontueshem tek mbajteset anesore

8. Krevat per bebe 120x70

Shtrati duhet te jete me permasa 120x70 duhet te jetë i fiksuar mbi një skelet metalik i ndërtuar me profile 30x30x2, i lyster me bojë me pjekje (rezistent ndaj gërvishtjeve dhe goditjeve), të ketë 4 këmbë dhe duhet të jetë i lëvizshëm në sajë të 4 rrotave (të cilat rrotullohen në mënyrë të pavarur në të gjitha drejtimet dhe të kenë mekanizëm frenues dhe bllokues) .

Lartësia e shtratit nga toka 65 cm. Platforma e shtratit duhet të jetë e përbërë nga dy pjesë, pjesa e kokës e lëvizshme me regjistrim mekanik dhe pjesa tjetër fikse. Platforma të jetë e përbërë nga një shtresë sfungjeri jo më pak se 5 cm dhe e veshur me lëkurë ekologjike (antibakterile dhe antialergjike) sipas standartit të CE, rezistente nga gërvishtjet, uji dhe e pastrueshme lehtësisht nga njollat.

9.Komodina pacienti

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 40 x 65 x 67 cm

Komodina te kete sirtar, dere, tavoline qe zgjatet mbi krevat,Dimensionet 40x65xh67 cm, Struktura te jete material druri,Pjesa e siperme te jete material MDF,Sirtar i

rreshqitshem, Tavoline te rrotullueshme, e zgjatshme me lartesi te rregullueshme ne lartesine afersisht 85/105 cm

Me kater rrota 2 prej te cilave me frena.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

10. Dollap pacienti

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të kete veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (bordura) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me çeles. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarjeqe formojne dy hapësira ne pjesen e poshme. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gervishtjes. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

11. Tavolinë pune e thjeshtë

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 75 cm

Syprina melaminë me trashësi 2.5 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah ndodhet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çeles. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

12. Tavolinë pune per dhomat e mjekeve(vizitave)

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 180 x 80 x 75 cm

Syprina melaminë me trashësi 32 mm. Veshje laminati me rezistencë te lartë kunder gërvishtjeve dhe njollave. Këmbët janë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës. Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC. Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide dhe të rëndë. Pjesa ballore është e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë. Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kabllave nga lart poshtë dhe anasjelltas. Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen

gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

13.Karrige e thjeshte

Karriket të jenë dizenuar me një stil modern. Me skelet metalik prej tubash çeliku me profil oval 30 x 15 mm me spesor jo më të vogël se 1.3 cm me lyerje elektrostatische. Në pjesën e brendshme ndodhet një material plastik i cilësisë së lartë. Shpinorja dhe ndenjësja janë material plastik i cilësisë së lartë. Në pjesën e mbrapme kanë një mbulesë prej polietileni. Montohen në skelet metalik me vida. Me mbushje gome sintetike me densitet të lartë. Tapiceria të jëtë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

14.Karrige stafi/personeli, mjeku pune

Karriket rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastik ngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karrikes të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jëtë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

15.Dollap për dosje per receptionin

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 80 x 45 x 180 cm

Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Sergjenët do jenë prej materiali melaminë me trashësi 2.5 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Xokula do të jetë 8 cm e lartë dhe prej të njëjtit material. Bordet anësore të skeletit, sergjenëve dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me celes. Pjesa e brendshme të ndahet në 5 (pesë) hapësira me sergjenë me mundësi regjistrimi sipas nevojës. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

16. Dollap per ambjentet e dhomave te mjekteve ,infermierise, depove etj

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm

Skeleti dhe kanatet duhet të jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të ketë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Në pjesën e brendshme duhet të jete I ndare ne dy pjese njera per te varur rroba dhe tjetra raft. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gërvishtjes. Dorezat e kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë

transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

17.Stola pritje tre vendeshe

14 cope te jene set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, me material inoks/kromuar dhe me ndenjësë inoks/kromuar të lyera metalizato, me mbajtëse anësore.

4 cope do te jene me material druri dhe i veshur me tapiceri me dimensione 45x120 dhe lartesi 45 cm.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

18.Banak për reception

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 250 x 70 x 110 cm

Banaku përbëhet nga syprina e madhe 250 x 70 cm mbi të cilën qendron syprina e vogël në lartësinë 38 cm me dimensione 250x 30 cm. E gjithë mobilja do të ndërtohet me material melamine 25mm. Ato kanë veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Anësorja dhe ballorja e banakut do të ndërtohet po me të njëjtin material. Në të njëjtin plan, në lartësinë 38 cm nga syprina e madhe vendoset syprina e vogël me dimensione 30 x 250 cm, e cila është pjesë e mbështetjes së klientit. Të gjithë elementët e banakut të receptionit të jenë të borduara me material plastik PVC. Pjesë e receptionit është dhe një sirtarierë e lëvizshme, specifikimet teknike të së cilës i kemi dhënë më vete. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

19.Dollap Farmacie

Konstruksioni i dollapit duhet të jetë prej material melamine me spesor jo më të vogël se 18 mm me ngjyre të përcaktuar në kushtet e lidhjes së kontrates, me dy kapakë me xham nga lartësia 85 cm e sipër si dhe me dy kapakë dollapi në pjesën e poshtme. Pjesa e sipërme të ndahet në 4 hapësira nëpërmjet 3 sergjenave, kurse pjesa e poshtme të ndahet në dy hapësira horizontale nëpërmjet 1 sergjeni. Sergjenet të jenë me melamine jo më të vogël se 18 mm.

Dimensionet 80x45x190 cm.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

20.Kosha per mbetje urbane

Kosh inoksi me volum mbi 8 L

21.Perde me mekanizem

Perde-roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibacterial.

Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

22.Dollap garderobe

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 90 x 55 x 200 cm

Skeleti dhe kanatet duhet te jenë prej materiali melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Materiali të kete veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Bordet anësore të skeletit dhe kanateve të jenë të veshura (borduara) me material plastik PVC. Kanatet të mbyllen me çeles. Në pjesën e brendshme të ketë tub për varjen e rrobave dhe ndarjeqe formojne dy hapësira ne pjesen e poshme. Të jetë i paisur me tapa plastike kunder gervishtjes. Dorezat e

kanateve dhe aksesorët e përdorur të jenë cilësorë. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

23. Dollap metalik garderober për në garderoben në bodrum

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 92 x 40 x 195 cm

Dollap metalik me dyer duhet të ketë strukturë prej çeliku të lyer që ti rezistojë korozionit dhe përkuljes. Dollapi duhet të sigurojë mbyllje me çelës. Hapësira e brendshme e dollapit ndahet në 5 hapësira. Sergjenët ndarës duhet të kenë përshtatje lartësie jo më shumë se 30 mm dhe të kenë aftësi mbajtëse jo më pak se 50 kg. Këmbët e dollapit duhet të kenë mundësi nivelimi. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

24. Raft metalik për kartotekën

Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 100 x 42 x 250 cm

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor 1.6 deri 1.8 mm. Materiali i përdorur për vendosjen (sergjenat) e dosjeve do të jetë llamarinë e zezë me spesor 1.2 mm. Rafti do të ketë dhe një platformë melamine me shinë që do të shërbejë për një shikim të shpejtë të dosjesve vend. Ngjyra e raftit do të jetë gri metalizato. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

25. Kolltuqe komplet (3+2+1)

Skelet druri, stil modern dhe tapiceri me lëkurë ekologjike. Mbushje me sfungjer cilësor. Modeli, seti, ngjyra, etj, do të përcaktohet nga Autoriteti Kontraktor në momentin e lidhjes së kontratës. Në komplet do të jenë një 3 vendësh një 2 vendësh dhe një kolltuk tek. Seti përfshin: Divani 3-vendësh: 200x90xH90 cm; Divani 2-vendësh: 170x90xH90 cm; Kolltuku: 120x90xH90 cm. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

26. Tavolinë mesje

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 110 x 55 x 45 cm

Materiali i përdorur do të jetë MDF e rimesuar. Syprina në pamjen ballore të saj do të jetë 10 cm. Këmbët e tavolinës përbëhen nga i njëjti material me atë të suprinës dhe janë të përmasave 10 x 10 x 35 cm. Ato montohen në skajet e suprinës së tavolinës dhe duhet të garantojnë një qëndrueshmëri të lartë, sidomos në pozicionin rrëshqitës. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimit të përdoruesve. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

27. Poltron pritje dyvendësh

Përmasat: Gjerësia: 186 cm, Thellësia: 95 cm, Lartësia: 94 cm

Të jetë me skelet druri. Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern. Me tapiceri prej lëkure ekologjike të një cilësie të lartë. Sfungjeri i përdorur të jetë cilësor. Të paktohen që të mos

dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

28.Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh

Përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi):200 x 90 x 75 cm

Plani i siperm, syprina, duhet te jete melamine 2.5 cm. Spesoret anesor jane material melamine. Tavolinaduhet te jete lehtesisht e çmontueshme. Montimi dhe zmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Tavolina të projektohet në një mënyrë që të minimizohet rreziku i dëmtimin të përdoruesve.Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

29.Karrige per sallën e mbledhjes.

Karriket rrotulluese të kenë shpinore të regjistrueshme me mekanizëm për ulje-ngritje me piston. Karrigia do të mbështetet mbi një bazament në formë ylli prej materiali plastik me 5 rrota në ekstremet e tyre. Rrotat të jenë me material plastikngarkesë-mbajtës. Krahët mbështetës të karrikes të jenë plastikë dhe ngarkesë mbajtës. Tapiceria të jetë në stof të cilësisë së parë ose lëkurë ekologjike. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve.Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës

30.Karrike per sallat operatore dhe te lindjes

Karriket kërkohen të jenë rrotulluese, me ndenjësë mundësisht të rrumbullakët, me shpinore të ulët rreth 15 cm mbi nivelin e ndenjësës, me nivelim të rregullueshëm për ulje ngritje, me mbajtëse rrethore metalikepër vendosjen e këmbëve dhe rrota të vendosura në këmbëzat për lëvizje. Lartësia minimale dhe ajo maksimale do të jenë 44-54 cm. Materiali i ndenjësës është me mbushje sfungjeri dhe veshje sintetike, pjesa tjetër material metalik. Karrigia të projektohet në mënyrë që të minimizojnë rrezikun e dëmtimit të përdoruesve.Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

31.Pasqyrë muri për tualet

Përmasa 80x 60 cm, të jenë me korniza druri. Xhami i pasqyres të jetë i cilesise së lartë.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve.Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit

32. Stola (pupa per hollat e pritjeve)

Përmasat: Gjerësia: 40 cm, Thellësia: 40 cm, Lartësia: 45 cm

Të jetë me skelet druri.Të jetë i dizenuar me linja të drejta të stilit modern.Te jete I veshur me tapiceri .Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.

33. Etazhier

Përmasat(gjerësi x thellësi x lartësi): 75 x 40 x 50 cm

Materiali i përdorur për këmbët do të jetë profil katror 30 x 30 x me spesor 1.6 deri 1.8 mm. Materiali i përdorur për pjesen e raftit (etazhierit) melamine me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës..Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit.

34. Pasqyre muri

3 nga pasqyrat do të jene rrethore me R=50 cm me strukture metalike.

1 nga pasqyrat do jete me dimesnion 65x190 me korniza druri. Xhami i pasqyres të jetë i cilesise së lartë.Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës. Montimi sipas kërkesave të AK-ve.Të paketohen që të mos dëmtohen gjatë transportit

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Afati i garancise: 1 (nje) vit për pajisjet e mobilimit,

Afati i garancise: 2 (dy) vjet për pajisjet mjekesore.

Në momentin e dorëzimit të pajisjeve, Kontraktori duhet t'a shoqërojë mallin me dokumentacionin përkatës që vërteton plotësimin e standardeve dhe specifikimeve teknike të kërkuara. Pajisjet duhet te jene te shoqeruara me manualet e perdorimit dhe manualet e servisit/sherbimit.

Shtojca 11

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mall:		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
Kuadër _____		
Kontrata Nr.	Titulli i Kontratës	Përshkrim i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Loti 1: “F.V paisje mjekesore per Sallen e Operacionit dhe Reanimacion adult dhe neunatal për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë ”.

Nr	Emertimi i pajisjes	Njesia	Sasia	CMIMI	VLERA PA TVSH
1	Monitor pacienti	cope	10		
2	Monitor pacienti multiparametral	cope	1		
3	Tavoline operatore obst gjinek	cope	2		
4	Set anestezie	cope	1		
5	Llampe operatore	cope	2		
6	Defibrilator me monitor	cope	3		
7	Elektrobisturi monopolare dhe bipolare	cope	1		
8	Kolposkop	cope	1		
9	Inkubator per neonate me servo kontroll	cope	2		
10	Aparature CPAP per neonate me lageshtues	cope	1		
11	Njesi reanimimi per beba (radiant)	cope	2		
12	Pajisje Fototerapie	cope	2		
13	Krevat ngrohes	cope	3		
14	Dyshek fototerapie	cope	2		
15	Elektrobisturi e avancuar bipolare ultrasonike ose ekuivalentin e saj	cope	1		
16	Autokllave	cope	2		
17	ECG	cope	2		
18	Shiringe elektrike	cope	2		
19	Pompe infuzioni	cope	3		
20	Aspirator per neonate	cope	1		

Dokumentat Standarde të Tenderit

21	Aspirator kirurgjikal	cope	1		
22	Monitor RZF bebit (KARDIOTOKOGRAF)	cope	4		
23	Llampe baktericide	cope	2		
	Shuma pa TVSH				
	TVSH				
	Shuma me TVSH				

Loti 2: F.V paisje mjekesore per Urgjencen dhe Konsultorin për Maternitetin e Ri në Spitalin Rajonal Lezhë.

Nr	Emertimi i pajisjes	Njesia	Sasia	CMIMI	VLERA PA TVSH
1	Sistem Histeroskopie	cope	1		
2	Peshore Dixhitale per bebe	cope	4		
3	Mates transkutan per bilirubinen	cope	1		
4	Eko obstrike gjinekeologjike per konsultorin	cope	1		
5	Eko obstrike gjinekologjike portabel per urgjencen	cope	1		
6	Llampe anesore (mobile)	cope	5		
7	Llampe ekzaminimi (spot)	cope	5		
8	Set abrazio	cope	3		
9	Set lindje	cope	5		
10	Stativa	cope	50		
11	Laringoskop adult	cope	2		
12	Laringoskop pediatik	cope	2		
	Shuma pa TVSH				
	TVSH				
	Shuma me TVSH				

Loti 3: “F.V pajisje hotelerie spitalore për Maternitetin e Ri në Sp Lezhë.

Nr	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Karrel instrumentash Kirurgjikal	Cope	10		
2	Krevat reanimacioni	Cope	5		
3	Krevat vizite gjinekologjike	Cope	5		
4	Krevat manipulime gjinekologjike	cope	4		
5	Krevat lindje	cope	3		
6	Barrele	Cope	3		
7	Shtrat pacienti	Cope	50		

Dokumentat Standarde të Tenderit

8	Krevat per bebe	Cope	20		
9	Komodine Pacienti	Cope	50		
10	Dollap pacienti	Cope	30		
11	Tavoline pune e thjeshte per stafin mjekesor	Cope	19		
12	Tavoline pune per dhomat e mjekeve dhe zyrave	Cope	12		
13	Karrige e thjeshte	Cope	113		
14	Karrige stafi/personeli, mjeku pune	Cope	34		
15	Dollap dosjesh per receptionin	Cope	4		
16	Dollap per ambientet e dhomave te mjekeve, infermierise, depove etj	Cope	25		
17	Stola pritje pacientesh tre vendeshe	Cope	18		
18	Banak per reception	Cope	2		
19	Dollap farmacie	Cope	21		
20	Kosha per mbetje urbane	Cope	25		
21	Perde me mekanizëm(grila)	ml	96		
22	Dollap garderobe per personelin mjekesor	Cope	13		
23	Dollap metalik garderobe per ne garderoberen ne bodrum	Cope	18		
24	Raft metalik për dosje (kartoteke)	Cope	20		
25	Kolltuqe komplet (3+2+1)	Cope	2		
26	Tavolinë mesi	Cope	7		
27	Poltron pritje dyvendësh	Cope	5		
28	Tavolinë e vecantë për sallë mbledhjesh	Cope	1		
29	Karrige per sallën e mbledhjes	Cope	10		
30	Karrige per sallat operatore dhe te lindjes	Cope	10		
31	Pasqyre muri per tualet	Cope	20		
32	Stola (pupa per hollat e pritjeve)	Cope	12		
33	Etazhier	Cope	1		
34	Pasqyre muri	Cope	4		
	Shuma pa TVSH				
	TVSH				
	Shuma me TVSH				

Afatet e lëvrimit: Brenda 40 diteve nga data e lidhjes se kontrates.

Shtojca 13

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR⁴

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s’kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< Emri >

Shtojca 14

[Shtojcë për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

⁴ Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

* * *

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

* * *

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 15

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit: _____

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti , kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Perkatësisht për arsytet e mëposhtme:

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera _____/Pikët totale të marra _____
(me numra dhe fjalë)

Etj. _____

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë _____

Ankesa: ka ose jo _____

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë _____

[Titullari i autoritetit kontraktor]

Shtojca 16

KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur

Neni 1: Qëllimi

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruarra me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

Neni 2: Përkufizime

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

- tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.
- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

Neni 3: Hartimi i Kontratës

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

Neni 4: Praktikrat e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 5: Informacioni Konfidencial

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

Neni 6: Pronësia Intelektuale

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

Neni 7: Origjina e Mallrave

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezultojnë një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës së shitësit (Kontraktuesit).

Neni 10: Pjesët e Këmbimit

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

Neni 11: Ambalazhimi

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe paketuar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe paketuar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

Neni 12: Testimet dhe Inspektimet

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës.
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

Neni 13: Kushtet e Dorëzimit

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.
- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

Neni 14 Transportimi i Mallrave

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoriteti Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e riskut.

Neni 15: Siguracioni

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave

- 16.1 Përpara pranimit, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoriteti Kontraktor ose agjentët e tij.

- 16.2 Autoriteti Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

Neni 17: Garancitë

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

Neni 18: Çmimi i Kontratës

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifin, duke përfshirë taksat dhe tarifin doganorë të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimin, ngarkimin, shkarkimin, udhëzimet, manualin dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

Neni 19: Afatet e Pagesës

19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.

19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare".

Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve

21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullorë, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22: Forca Madhore

22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim

ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.

- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shuma e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

- c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

Neni 26: Ndryshimi i Porosisë

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
 - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..
- 29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 30: Nënkontraktimi

- 30.1. Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.
- 30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

Neni 31: Transferimi i të Drejtave

- 31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

Neni 32: Sigurimi i Kontratës

- 32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.
- 32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

Neni 33: Baza Ligjore

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.

34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 35: Përfaqësimi i Palëve

35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.

35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

Neni 36: Lajmërimet

36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 37: Llogaritja e Afateve

37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

Shtojca 17

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

Neni 1: Përkufizime

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është _____
- 1.2 Kontraktuesi është _____

Neni 2: Sigurimi i Kontrates

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: _____
- _____
- _____

Neni 3: Fillimi i Zbatimit

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më _____. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

Neni 4: Inspektimet dhe Testimet

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: _____
- _____
- _____
- _____

Neni 5: Kushtet e Dorëzimit

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimin të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor _____ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

- 5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: _____

- 5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.
- 5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: _____

Neni 6: Kushtet e Pagesës

- 6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda _____ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vone që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.
- 6.2 Monedha e pagesës do të jetë _____. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

Neni 7. Pagesa Paraprake

- 7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë _____. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.
- 7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda _____ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.
- 7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: _____

Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to

- 8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës

- 9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

Shtojca 18

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit _____

2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”

Blerje	Qira	Leasing	Blerje me këste	Një kombinim i tyre
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit _____

2. Burimi i Financimit _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E Hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë
etj. pikë

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit

Po Jo

Seksioni 4 Informacion mbi kontratën

4.1 Numri i Kontratës: _____ Data e Kontratës //

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja e Internetit _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja e Internetit _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : _____

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____
Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

4.4 Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi □ □ / □ □ / □ □ □ □

Shtojca 18/1

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Fax _____
E-mail _____
Faqja në Internet _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër _____

4. Numri i referencës së procedurës/lotit _____

5. Fondi limit _____

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (*duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin*):

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____

7. Data e lidhjes së kontratës _____

7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit

Emri _____
Adresa _____
Nr. NIPT _____

Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 20

FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR

Ankesë drejtuar: *Autoriteti Kontraktor*

Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin
e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e
zonës)

Seksioni II. Informacion për Procedurën

1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

Data (viti/muaji/dita)

6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.

3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

Nr. Faks:

E-mail:

Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit

Shtojca 21

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) **PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr __

DATA:

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

- 1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t'i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:
- _____

Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

Nënshkrimet dhe Datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 22

DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR (KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME

Emri i Autoritetit Kontraktues,

Dhe

Emri i Kontraktuesit

Bien dakord si vijon:

Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin : < vendosni titullin > me numrin identifikues : <vendosni Numrin e Prokurimit>

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
Emri :		Emri:	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 23

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Fax _____

E-mail _____

Faqja në Internet _____

1. Lloji i procedurës: _____

2. Numri i Referencës: _____

3. Objekti i kontratës _____

4. Fondi limit _____

5. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,
neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

Etj. _____

6. Informacione shtesë

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.

