

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR

PROCEDURËN E HAPUR

MALLRA¹

“Blerje pajisje të teknologjisë së lartë për spitalet”, ndarë në 10 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 36 muaj” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave në total prej 259,380,166 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH, ndare në lote:

- **Lot1 - Aparat Anestezie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 122,429 Euro pa TVSH.
- **Lot2 - Respirator** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 20,895 Euro pa TVSH.
- **Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 319,574 Euro pa TVSH.
- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.
- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 132,415 Euro pa TVSH.
- **Lot6 Grafi portabel digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 78,560 Euro pa TVSH.
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 119,840 Euro pa TVSH.
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 98,781 Euro pa TVSH.
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 151,631 Euro pa TVSH.
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 1,171,900 Euro pa TVSH.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 2,588,882 Euro** pa TVSH.

REF-15515-08-06-2024

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor (në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjecare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

NJOFTIMI I KONTRATËS
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Seksioni 1: Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri:	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Adresa:	Rruga e Kavajës Nr.1001, Tirana, Albania.
Tel/Faks:	+355 4 2362-937.
E-mail:	info@shendetesia.gov.al
Adresa e ueb-faqes:	www.shendetesia.gov.al
Personi/at përgjegjës për prokurimin: (emri, e-mail)	Lorela Agalliu, Lorela.Agalliu@shendetesia.gov.al

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror	Institucioni i pavarur
X	<input type="checkbox"/>
Njësi e autoriteteve vendore	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/Ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta	Organ Qendror blerës
X	<input type="checkbox"/>
I deleguar	Të tjera
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4 Kontratë në bazë të një marrëveshje të posaçme midis Shqipërisë dhe një shteti tjetër:

Po Jo

1.5 Kontrate që bashkëfinancohet nga një organizatë ndërkombëtare ose një institucion financiar ndërkombëtar:

Po Jo

1.6 Kontratë e rezervuar :

Po	□	Jo	X
----	---	----	---

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Blerje pajisje të teknologjisë së lartë për spitalet”, ndarë në 10 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 36 muaj” me fond limit/vlera e pritshme e kontratave në total prej 259,380,166 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH, ndare në lote:

- **Lot1 - Aparat Anestezie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 122,429 Euro pa TVSH.
- **Lot2 - Respirator** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 20,895 Euro pa TVSH.
- **Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 319,574 Euro pa TVSH.
- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.
- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 132,415 Euro pa TVSH.
- **Lot6 Grafi portabel digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 78,560 Euro pa TVSH.
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 119,840 Euro pa TVSH.
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 98,781 Euro pa TVSH.
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 151,631 Euro pa TVSH.
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 1,171,900 Euro pa TVSH.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 2,588,882 Euro** pa TVSH.

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-15515-08-06-2024

Lot1 - Aparat Anestezie - REF-15522-08-06-2024

Lot2 - Respirator - REF-15524-08-06-2024

Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital - REF-15526-08-06-2024

Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike - REF-15528-08-06-2024

Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop - REF-15530-08-06-2024

Lot6 Grafi portabel digjitale - REF-15532-08-06-2024

Lot7 Sistem komplet Laparaskopi - REF-15534-08-06-2024

Lot8 Sistem komplet artroskopie - REF-15536-08-06-2024

Lot9 Mamografi Digjitale - REF-15538-08-06-2024

Lot10 CT Scan 64 slice - REF-15540-08-06-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): Pajisje mjekesore: 33100000-1

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik

Me disa Operatorë Ekonomikë (një OE të vetëm të suksesshëm për secilin lot)

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Lloji i procedurës është përzgjedhur në zbatim të nenit 42 Ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” të ndryshuar, si dhe në zbatim të nenit 47 të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar.

1.Lidhur me prokurimin e këtij objekti, janë të përcaktuara të gjitha kushtet kryesore të marrëveshjes kuadër të tilla si artikujt, specifikimet e sakta teknike, kushtet e rëndësishme të lëvrimin si dhe sasi të pritshme të mallrave të kërkuara.

2.Duke qenë se në këtë Marrëveshje Kuadër përfshihen shumë institucione përfituese, për arsye teknike dhe organizative, lëvrimi nga operatorë të ndryshëm ekonomikë nuk do të ishte i favorshëm, pasi jo vetëm mund të shoqërohej me vështirësi për mospërputhjen e artikujve që mund të funksionojnë sistematikisht, por shoqërohet edhe me kosto shtesë dhe vonesa të furnizimit, për kryerjen e procedurave të minikonkurimit.

3.Ndryshimi i OE në rast se kjo marrëveshje do të lidhej me disa OE (pra rrjedhimisht ku jo të gjitha kushtet do të ishin të përcaktuara) do të shkaktonte kosto shtesë, pasiguri dhe konfuzion për OE të suksesshëm, gjë që do të shoqërohej me rritjen e afateve të lëvrimin. Lidhja e MK me një OE, do të shoqërohej me mirëorganizimin e këtij të fundit për sigurimin e mallrave në kohën e kërkuar nga AK. Gjithashtu siguria për kontratat që parashikohet të lidhen i jep mundësi OE të ulë kostot e ofertës.

4.Marrëveshja kuadër me disa OE ku jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara nuk konsiderohet kontratë. Kjo do të thotë që AK nuk kanë mekanizma detyruese për OE të shpallur të suksesshem për pjesëmarrjen e tyre në minikonkurse dhe rrjedhimisht në lidhjen e kontratave pas zhvillimit të

tyre. Pasiguria dhe vonesat mund të sjellë deshtime në furnizimin me këto pajisje për strukturat shendetesore në kohën e duhur, duke patur impakt direkt tek pacienti.

5. AK është në gjendje të krijojë një ide të plotë dhe të saktë mbi të gjitha transaksionet që kryhen në bazë të MK-së, si dhe eliminon vështirësinë për të komunikuar dhe për të monitoruar autoritetet përfituese të përfshira.

6. Me qëllim garantimin e furnizimeve në afatet kohore të përcaktuara për secilin institucion përfitues si dhe duke marrë në konsideratë numrin e madh të këtyre të fundit, MK me një OE të vetëm fitues do të garantonte sigurinë e furnizimeve sipas kushteve të përcaktuara dhe brenda afateve të kërkuara duke sjellë stabilitet në menaxhimin e kontratave dhe të nevojave të AK.

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: _1 OE_ të vetëm për secilin lot __ (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontratat do të lidhen sipas kërkesave të AK, me operatorin ekonomik të shpallur të suksesshëm sipas loteve. Dhënia e kontratave do të bëhet nga AK/MSHMS palë në marrëveshje.
--	---	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfituese nga marrëveshja kuadër)

MSHMS

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: **në total për 10 lote prej 259,380,166 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.**

- **Lot1 - Aparat Anestezie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 122,429 Euro pa TVSH.
- **Lot2 - Respirator** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 20,895 Euro pa TVSH.
- **Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 319,574 Euro pa TVSH.
- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim të përgjithshëm + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.

- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 132,415 Euro pa TVSH.
- **Lot6 Grafi portabel digjitale** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 78,560 Euro pa TVSH.
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 119,840 Euro pa TVSH.
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 98,781 Euro pa TVSH.
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 151,631 Euro pa TVSH.
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit/vlera e prishme e kontratave 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 1,171,900 Euro pa TVSH.

Fondi limit/vlera e prishme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 2,588,882** Euro pa TVSH.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është _____**

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

4. Kodi Output: 1013001-2400007

5. Tipi:

Investime Kodi: 18BB173 Vlera: 311,256,199 lekë me TVSH

Shërbime Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 36 ose ditë: _____ (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____ / _____ / _____ (d/m/v)

mbaron më _____ / _____ / _____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

Nr	Lot/Emërtimi i pajisjeve	Njësia	Sasia	Vlera Totale e parashikuar pa TVSH	Ndarja në lote	Institucionet përfitues
1	Aparat Anestezie	copë	4	12,266,120	Loti 1	Spitali Dibër, Spitali Lushnje, Spitali Tepelenë, Spitali Pukë
2	Respirator	copë	1	2,093,520	Loti 2	Spitali Tropojë
3	Grafi-skopi stacionar digjital	copë	2	32,018,133	Loti 3	Spitali Korçë, Spitali Elbasan
4	Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike (Cmimi Echo dhe cmimi per cdo sonde)	copë	9	37,356,570	Loti 4	Spitali Kukës, SUOGJ Koco Gliozheni, Spitali Delvinë, Spitali Përmet, Spitali Gramsh, Spitali Devoll, Spitali Kuçovë, Spitali Has, Spitali Skrapar
5	Sistem komplet fibrobronkoskop	copë	2	13,266,667	Loti 5	Spitali Gjirokastër, Shefqet Ndroqi
6	Grafi portabel digjitale	copë	1	7,870,950	Loti 6	Spitali Mirditë
7	Sistem komplet Laparaskopi	copë	1	12,006,800	Loti 7	Spitali Vlorë
8	Sistem komplet artroskopie	copë	1	9,896,867	Loti 8	Spitali Memorial Fier
9	Mamografi Digjitale	copë	1	15,191,873	Loti 9	Mbretëresha Geraldinë
10	CT Scan 64 slice	copë	2	117,412,667	Loti 10	Spitali Shkodër, Spitali Sarandë

2.13 Ndarja në Lote:

Po

Jo

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

- **Lot1 - Aparat Anestezie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 122,429 Euro pa TVSH.

- **Lot2 - Respirator** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 20,895 Euro pa TVSH.
- **Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 319,574 Euro pa TVSH.
- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.
- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 132,415 Euro pa TVSH.
- **Lot6 Grafi portabel digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 78,560 Euro pa TVSH.
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 119,840 Euro pa TVSH.
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 98,781 Euro pa TVSH.
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 151,631 Euro pa TVSH.
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 1,171,900 Euro pa TVSH.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 2,588,882** Euro pa TVSH.

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

x një Lot,

x disa Lote,

x të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi – 10 lote.

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

- **PJESMARRJA NË MË SHUMË SE NJË LOT:**

- Nese nje operator ekonomik oferton ne me shume se 1 (një) lot te kesaj procedure prokurimi atehere ai duhet te zoteroje kapacitetet teknike, ekonomike financiare dhe kualifikimin profesional per te realizuar objektin e procedures se prokurimit, pra te gjitha loteve se bashku. Ne kete kuptim edhe kriteret e vecanta per kualifikim (si psh kontratat e ngjashme, xhiro., etj) duhet te plotesohen nga operatori ekonomik ne varesi te loteve qe ai konkuron.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **X** **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

Të gjitha.

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1Pranohet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po **Jo**

Nëse po, të specifkohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është **5,187,603** (pesë milion e njëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind e tre) lekë.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024: 51,778** Euro.

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

- Lot1 - Aparat Anestezie – 245,322 Lekë
- Lot2 - Respirator – 41,870 Lekë
- Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital – 640,363 Lekë
- Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike – 747,131 Lekë
- Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop – 265,333 Lekë
- Lot6 Grafi portabel digjitale – 157,419 Lekë
- Lot7 Sistem komplet Laparaskopi – 240,136 Lekë
- Lot8 Sistem komplet artroskopie – 197,937 Lekë
- Lot9 Mamografi Digjitale – 303,837 Lekë
- Lot10 CT Scan 64 slice – 2,348,253 Lekë

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date **06/08/2024:**

- Lot1 - Aparat Anestezie – 2,449 Euro
- Lot2 - Respirator – 418 Euro
- Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital – 6,391 Euro
- Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike – 7,457 Euro
- Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop – 2,648 Euro
- Lot6 Grafi portabel digjitale – 1,571 Euro
- Lot7 Sistem komplet Laparaskopi – 2,397 Euro
- Lot8 Sistem komplet artroskopie – 1,976 Euro
- Lot9 Mamografi Digjitale – 3,033 Euro
- Lot10 CT Scan 64 slice – 23,438 Euro

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor – IBAN: AL32 2121 1016 0000 0000 0058 9007

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:

- i. garancisë bankare
- ose
- ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 180 (njëqind e tetëdhjetë) (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: e hapur mbi kufirin e lartë monetar, mallra.

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po **Jo**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X (për lot)

Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: **06/09/2024** (d/m/v) ora **10:00**

Vendi: _____

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip Anglisht

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po Jo

Nëse po

Monedha _____ Çmimi _____

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.
- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

07/08/2024

FITESË PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Adresa Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë
Tel/Fax +355 4 2376178
E-mail info@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit www.shendetesia.gov.al

2. **Lloji i procedurës së prokurimit:** e hapur mbi kufirin e lartë monetar - prokurim me mjete elektronike - mallra.

3. **Numri i referencës së procedurës /Lotit:** REF-15515-08-06-2024

Lot1 - Aparat Anestezie - REF-15522-08-06-2024

Lot2 - Respirator - REF-15524-08-06-2024

Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital - REF-15526-08-06-2024

Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike - REF-15528-08-06-2024

Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop - REF-15530-08-06-2024

Lot6 Grafi portabel digjitale - REF-15532-08-06-2024

Lot7 Sistem komplet Laparaskopi - REF-15534-08-06-2024

Lot8 Sistem komplet artroskopie - REF-15536-08-06-2024

Lot9 Mamografi Digjitale - REF-15538-08-06-2024

Lot10 CT Scan 64 slice - REF-15540-08-06-2024

4. **Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër:** “Blerje pajisje të teknologjisë së lartë për spitalet”, ndarë në 10 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 36 muaj”.

5. **Fondi limit:** në total prej 259,380,166 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë milion e treqind e tetëdhjetë mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH.

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date 06/08/2024: 2,588,882 Euro pa TVSH.

ndarë në lote:

- **Lot1 - Aparat Anestezie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 122,429 Euro pa TVSH.
- **Lot2 - Respirator** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 20,895 Euro pa TVSH.

- **Lot3 - Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 319,574 Euro pa TVSH.
- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 372,857 Euro pa TVSH.
- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 132,415 Euro pa TVSH.
- **Lot6 Grafi portabel digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 78,560 Euro pa TVSH.
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 119,840 Euro pa TVSH.
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 98,781 Euro pa TVSH.
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 151,631 Euro pa TVSH.
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit/vlera e pritshme e kontratave 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH, fondi limit ne euro 1,171,900 Euro pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 36 muaj.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 06/09/2024 Ora:10:00

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër _____		
Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ky planifikim është i përafërt bazuar në nevojat që mund të ketë autoriteti/enti kontraktor dhe orientues për palët në proces.

Sipas nevojave dhe fondit të alokuar në Aparatin e MSHMS në total 260,000,000 Lekë pa TVSH ku ndarja e kontratave që do të lidhen sipas viteve është:

01- Viti 2024 - fondi i alokuar në Aparatin e MSHMS është 56,666,667 lekë pa TVSH

- **Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike** me fond limit 37,356,570 (tridhjetë e shtatë milion e treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Lot6 Grafi portabël digjitale** me fond limit 7,870,950 (shtatë milion e tetëqind e shtatëdhjetë mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë pa TVSH;
- **Lot8 Sistem komplet artroskopie** me fond limit 9,896,867 (nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH;

02- Viti 2025 - fondi i alokuar në Aparatin e MSHMS është 100,000,000 lekë pa TVSH

- **Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop** me fond limit 13,266,667 (trembëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH;
- **Lot7 Sistem komplet Laparaskopi** me fond limit 12,006,800 (dymbëdhjetë milion e gjashtë mijë e tetëqind) lekë pa TVSH;
- **Lot9 Mamografi Digjitale** me fond limit 15,191,873 (pesëmbëdhjetë milion e njëqind e nëntëdhjetë e një mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH

Shënim: Një skaner CT Scan 64 slice i parashikuar të blihet me fond të parashikuar 58,706,333.5 lekë pa TVSH

03- Viti 2026 - fondi i alokuar në Aparatin e MSHMS është 103,333,333 lekë pa TVSH - Buxheti i vitit 2026)

- **Lot1 Aparat Anestezie** me fond limit 12,266,120 (dymbëdhjetë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet) lekë pa TVSH;
- **Lot2 Respirator** me fond limit 2,093,520 (dy milion e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e njëzet) lekë pa TVSH;
- **Lot3 Grafi-skopi stacionar digjital** me fond limit 32,018,133 (tridhjetë e dy milion e tetëmbëdhjetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë pa TVSH;
- **Lot10 CT Scan 64 slice** me fond limit 117,412,667 (njëqind e shtatëmbëdhjetë milion e katërqind e dymbëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) lekë pa TVSH

Shënim: Një skaner CT Scan 64 slice i parashikuar të blihet me fond të parashikuar 58,706,333.5 lekë pa TVSH

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--|---|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <ol style="list-style-type: none"> a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet"). |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë

të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërën nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
- Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

- 10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave** Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatuar.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij , në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave 1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohej, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

$$MO = O1 + O2 + O3 + \dots + On / N$$

$$PR = 85 \% Mo$$

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 1/1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 7. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9 : Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 10 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

Shtojca 11- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 12 : Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraparak)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 1/1.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët]

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

c) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlere absolute është si më poshtë

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njësi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	
1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					

Datë _____	
-------------------	--

- **Shenim : Per Lot 4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike duhet te jepet Cmimi per Echo dhe cmimi per cdo sonde**

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

SPECIFIKIME TEKNIKE

- Specifikimet teknike të pajisjeve janë specifikimet minimale që duhet të plotësojnë këto pajisje. Janë të mirëpritura pajisje me specifikime më të mira.
- Të gjitha pajisjet duhet të jenë të certifikuara CE/FDA
- Të gjitha pajisjet e mëposhtme mjekësore, pjesët përbërëse dhe aksesoret e tyre duhet të jenë të reja, të prodhuara jo më shumë se 1 (një) vit më parë
- Të gjithë pajisjet duhet të shoqërohen me të gjithë informacionin e nevojshëm si broshura, manuale përdorimi, manual teknikë, etj
- Për të gjitha pajisjet duhet të kryhen trajnimet përkatëse për përdorimin e tyre
- Garancia e pajisjeve të jetë jo më pak se 1(një) vit

1 Aparat Anestezie

Të jetë e aplikueshme mbi pacientët: pediatrik, adult.

Të jetë e lëvizshme, e pajisur me 4 (katër) rrota ku të paktën 2 (dy) prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi.

Të jetë e pajisur me të paktën 2 (dy) sirtarë.

Të ketë panel me ekran me prekje (touch screen) me ngjyra me përmasë jo më pak se 8".

Të jetë i pajisur me sistem me 3 (tre) gaze mjekësorë, O₂, N₂O dhe Ajër dhe të jetë e kontrolluar me ventilator në mënyrë elektronike.

Të jetë e pajisur me kontrollues fluksi për secilin gaz me mundësi rregullimi në intervalet nga 0 deri në jo më pak se 10 L /min.

Matja e oksigjenit të jetë 100% me saktësi prej ± 3 vol % nëpërmjet sensorit.

Të shoqërohet me kapacitetin e dedikuar dhe të pavarur për lidhje me kanulën nazale në lidhje me përqendrimin O₂ me kontroll të rrjedhjes deri në jo më pak se 10 L / min.

Të jetë e pajisur me mekanizëm sigurie për përzierje O₂/N₂O në një vlerë minimale të paktën 25%.

Të jetë e pajisur me sistem monitorimi aktiv për aplikimin 'low-flow' dhe identifikimin e

miksimeve të tipit 'hypoxic', duke synuar konsumin minimal të agjentëve anestezike.
Të jetë i pajisur me të paktën 2 (dy) pozicione për instalimin e 2 (dy) vaporizatorëve.
Të ofrojë mundësinë e instalimit të paktën të vaporizatorëve Sevoflurane, Isoflurane.
Të paraqesë matje dhe vlera numerike në lidhje me MAC (Minimal Alveolar Concentration).
Paraqitja grafike të mundësojë të paktën 4 (katër) forma valore dhe të ofrojë mundësi konfigurimi nga ana e përdoruesit.
Paneli i punës të jetë me sipërfaqe prej të paktën 1000 cm².
Në konfigurim të përfshihen modalitetet e ventilimit: qark i hapur/ACGO, VC, PC, PRVC, SIMV-VC, Ventilim kardiak (bypass), CPAP/PSV.
Të shoqërohet me kanistrën absorbuese CO₂ e cila mund të zëvendësohet përgjatë punës pa ndërprerë ventilimin ndaj pacientit.
Ventilim manual me valvol sigurie të rregullueshme deri në max 70 cm H₂O.

Karakteristikat e ventilimit:

Rrjedhja e gazit të përfshijë rangjet nga 1 – 100 Litra/min.
Volumi tidal të përfshijë rangjet nga 5 deri në 1500 ml.
Rangu respirator të përfshijë vlerat nga 4 – 100 frymëmarrje / min.
Raporti I/E të përfshijë intervalin nga 1:8 deri në 2:1.
PEEP OFF, ON 4 deri në 30 cm H₂O.
Presioni inspirator të përfshijë rangun nga 5 deri max në 70 cm H₂O.
Valvola e emergjencës APL në ventilimin manual : të jetë max 70 cm H₂O.
Alarmi për presionin e lartë të përfshijë intervalet 12 deri në 100 cm H₂O.
Volumi për minutë 0.5 deri në 100 litra/min. ±1%
Alarmi APNEA: 30 s.
Të ofrojë matje në kohë reale të përqendrimit të oksigjenit ku të përfshihen vlerat në intervalin nga 0 deri në 100%, N₂O, CO₂ në vlerat nga 0 deri në 15%.
Të dedektojë dhe të paraqesë alarme në rastin e rrjedhjes apo humbjes së gazit në qarkun e pacientit.
Furnizimi me energji elektrike në 220 - 240 VAC 50/60 Hz.
Të shoqërohet me bateri të rikarikueshme për një aplikim autonom prej të paktën 90 minutave në rastin e shkoputjes së energjisë elektrike.
Të shoqërohet me të paktën 1 (një) set komplet të ripërdorshëm në lidhje me qarkun e frymëmarrjes së pacientit adult për ventilim automatik dhe manual.

2 Respirator

Respirator me funksione të avancuara për mbrojtjen e mushkërive për pacientë adult dhe pediatrikë.
Të ofrojë teknologji me sistem respirimi pneumatik, me besueshmëri dhe jetëgjatësi të lartë, me zhurmë të ulët, pa njësi motorrike të konsumueshme (turbinë).
Të jetë e pajisur me karrel me 4 (katër) rrota ku të paktën 2 (dy) prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi.
Të ketë ndërfaqe kontrolli me ekran me prekje (touch screen) me dimension të paktën 15".
Të jetë e pajisur me modul për monitorimin e oksigjenit.
Furnizimi me gaze mjekësore ajër dhe oksigjen në intervalin e përafërt të presionit në intervalin nga 3 deri në 6 atm.
Të ketë sistem elektronik i përzierjes së gazeve për të garantuar FiO₂ në intervalin e plotë nga 21 deri në 100% O₂.
Të ketë alarm zanor dhe vizual për volumin tidal, volumin minutë, FiO₂, presionin, APNEA, etj.
Të ketë portë inspirimi me filtër anti-mikrobial dhe me mundësi gjenerimi fluksi të pacientit

në intervalin nga 1 deri në 180 L/min

Të ketë portë ekspirimi e pajisur me valvol aktive respirimi me sensor fluksi dhe me enë për mbledhjen e lagështisë.

Të jetë i pajisur me sistem ngrohës elektrik për valvolën e ekspirimit/ ose të shoqërohet me elementët e nevojshëm për uljen e kondesimit në qarkun e pacientit.

Të mundësojë identifikim automatik të lidhjes së pacientit me respiratorin.

Të mundësojë regjistrimin e trendeve deri në jo më pak se 48 orw.

Të ofrojë paraqitje simultane për të paktën 4 (katër) forma valore: Fluks, Presion, kurba CO₂ dhe të paktën një kurbë spirometrie.

Të mundësojë kompensim elektronik deri në 100% për tubat endotrakeale dhe kanjulat e trakostomisë.

Të mundësojë kompensim të humbjeve në qark dhe të trigerit të fluksit.

Të përfshihen modalitetet e Respirimit:

- Kontroll Volumi,
- Kontroll presioni,
- Respirim i Sinkronizuar me pacientin SIMV me kontroll Volumi dhe kontroll Presioni,
- Respirim me dy nivele presioni,
- Respirim me dy nivele presioni me garanci Volumi ose Volume Control ose ekuivalent,
- Respirim jo-invaziv (NIV),
- Modalitet CPAP,
- Modalitet me lëshim presioni APRV,
- Modalitet me mbështetje Volumi.

Të ofrojë matjet spirometrike për parametrat:

- Presion mesatar,
- Presion maksimal,
- Plateau, PEEP inspirim/ekspirim,
- Volumi Tidal inspirim/ekspirim,
- Raporti Inspirim/Expirim,
- Volumi Minutë inspirim/ekspirim,
- komplanca dhe rezistenca.

Të përfshihen funksionet “Rapid Shallow breathing” RSB dhe Forca Inspiratore Negative (NIF)

Të ofrojë presionin e bllokimit P 0.1 dhe presionin e brendshëm PEEP

Të përfshihet funksion i avancuar për testimin e kapacitetit respirator spontantë pacientit me kohë të rregullueshme.

Të përfshihet paketë e avancuar llogaritjesh pulmonare për:

- presionin e pjesshëm alveolartë oksigjenit,
- indeksin e oksigjenimit,
- raportin e saturimit dhe fraksionit të oksigjenit të inspiruar,
- volumi i hapësirës së vdekur,
- ventilimi alveolar.

Saktësia e kontrollit të perzierjes Ajer/O₂ të ofrohet : ± 5% ose më mirë

Presioni inspirator i rregullueshëm të jetë të paktën në rangun nga 1 deri në 95 mbar.

Volumi tidal të jetë: afërsisht në rangun 30÷1500 mL ose më mirë.

Raport I/E i ndryshueshëm të jetë afërsisht nga 1:8 deri në 4:1 ose më mirë.

PEEP i rregullueshëm të jetë: afërsisht në rangun 4÷50 mbar ose më mirë

Frekuenca respiratore e rregullueshme në intervalin 4 deri në 100bpm

Trigger Fluksi të jetë në rangun nga 1 deri në 8 Litra/min.

Të mundësohet kryerja e procedurës së dedikuar për aspirim me kateter të mbyllur në rastet e pacienteve të infektuar me patogjenë.

Të ofrojë procedurë të dedikuar për aspirimin e pacienteve:

- Preoksigjenimi të mundësohet maksimumi 120 sekonda

-
- Pas Oksigjenim të mundësohet: maksimumi 120 sekonda
 - Faza e thithjes të mundësohet maksimumi 120 sekonda

Të ofrojë funksion inspirimi manual me aktivizim nga operatori.

Të përfshihet nebulizator me kontroll të sinkronizuar të shpërndarjes së gazit në fluksin inspirues.

Të jetë e pajisur me nebulizim e aktivizuar në sinkronizim me inspirimin.

Kohëzgjatja e nebulizimit të jetë të paktën deri në 30 min.

Të ofrojë procedurë për matjen automatike të PEEP tek pacienti i lidhur me respiratorin.

Furnizimi me energji të jetë 220 deri në 240 V/50Hz dhe i pajisur me bateritë integruar për të paktën 30 minuta autonomi në rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike.

Të jetë e pajisur me suport të artikulluar për fiksimin e qarkut të respirimit në afërsi të pacientit.

Të jete i pajisur me portë USB.

Të jetë i pajisur me ekran LCD me prekje (touchscreen) dhe me përmasë të paktën 15".

Të mundësojë kontroll dinamik të temperaturës dhe lageshtisë.

Të ofrojë modalitet Invazive me ngrohjen në intervalin e temperaturës në rangjet nga 35 deri në $40^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

Të mundësojë modalitet Jo-Invazive me ngrohje në intervalin e temperaturës në rangjet nga 30 deri në $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$.

Të jetë i përshtatshëm për qark respirator me një ngrohës dhe dy ngrohës.

Të mundësojë sistem mbrojtje ndaj temperaturave të larta.

Furnizimi me energji elektrike në 220 - 240 VAC 50/60 Hz.

Të shoqërohet me 10 (dhjetë) sete respiratore me një përdorim adulte me ngrohje dhe 10 (dhjetë) sete respiratorë me një përdorim pediatrik me ngrohje (depozitë uji + qark respirator).

3 Grafi-skopi stacionare digjitale

Aparat grafi – skopi i montuar në dyscheme me sistem i integruar imazherik grafi-skopi digjital.

Sistemi duhet të shoqërohet me UPS për të garantuar autonomi prej të paktën 10 min në rastin e ndërprerjes së energjisë elektrike. Nuk do të pranohen sisteme analogë me mekanizma konvertimi drejt ‘output-it’ digjital. Sistemi duhet të përmbajë:

Gjeneratorin e rrezeve X:

Të jetë me kapacitet në jo më pak se 50 kW.

Të jetë i aplikueshëm për radiografi dhe fluoroskopi (të vazhdueshme dhe të pulsuar).

Të mundësohet ekspozimi manual me të paktën 2/3 faktorë (kV, mAs dhe Sek).

Të mundësohet ekspozimi automatik me të paktën 1/2 faktorë (kV dhe mAs).

Të synohet performancë e lartë, optimizim dhe cilësi në imazh nëpërmjet aplikimit të dozave të ulëta.

Të suportojë intervalet në lidhje me radiografinë nga të paktën 40-150 kV, 10-800 mA dhe 0,001-5 sekonda ose më mirë për secilin rang aplikues.

Të suportojë intervalet në lidhje me fluoroskopinë në të paktën 40-125 kV dhe 0,5 – 10 mA ose më mirë për secilin rang aplikues.

Kapacitetet kv dhe mA të mund të rregullohen në mënyrë të automatizuar.

Tubin e rrezeve X:

Të ketë 2 (dy) spote fokale.

Kapaciteti i nxehtësisë në lidhje me anodën duhet të përballojë të paktën vlerën: 500 kHU

Kapaciteti maksimal i ekspozimit në kV të jetë afërsisht 500kV.

Të ketë sensorë për mbrojtje ndaj efektit ‘collision’ (fërkim) si dhe mbrojtje nga mbinxehja.

Kolimatorin:

Të suportojë aplikimin automatic dhe të motorizuar.

Të ketë tregues me dritë LED.

Përzgjedhja e filtrave shtesë të mund të bëhet në mënyrë të motorizuar, automatike apo edhe manual.

Tavolinë radiografie:

Të montohet në dysheme për të siguruar qendrueshmëri më të mirë.

Të mund të komandohet me panel komandimi të integruar / pedale (footswitch) si dhe të mund të komandohet në anën e operatorit / panelit të komandimit drejt lëvizjeve të motorizuara.

Të ketë material rezistent ndaj efektit 'collision' / gërryerje si dhe të mund të pastrohet me lehtësi.

Shtrati duhet të ketë të integruar stativin ('bucky' unit) për të realizuar radiografi dhe fluorosopi (ekzaminime toraksi dhe abdomen).

Të përballojë të paktën peshën prej 200 kg në lidhje me pacientin.

Përmasat e shtratis të jenë afërsisht 200 x 70 cm ose më mirë.

Të mundësojë lëvizje vertikale prej +90 gradë si dhe lëvizje trendenburg me 15 gradë.

Të shoqërohet me aksesore si mbështetëset e shpatullave, mbështetëset për duar, mbështetëse për këmbë si dhe rripa për pacientin.

Sipërfaqja e sipërme e tavolinës të jetë e lëvizshme (nga paneli i komandimit) në të katër drejtimet për një pozicionim të pacientit.

Detektori digjital:

Të jetë i tipit flat panel digjital.

Të garantojë cilësi të lartë në radiografi dhe fluoroskopi.

Madhësia e detektorit të jetë të paktën: 40cm x 40 cm.

Matrica e imazhit të jetë të paktën 2000 x 2000 piksela.

Madhësia e pixelit duhet të jetë afërsisht 140µm ose më mirë.

Të suportojë të paktën 30 fps (frame për sekondë) ose më mirë.

Panelin e kontrollit:

Njësia kompjuterike 'workstation' të ofrojë processor me kapacitet të fuqishëm (intel xeon ose më mirë), kapaciteti RAM të jetë jo më pak se 16 GB dhe të ketë SSD me të paktën 1 TB.

Të shoqërohet me 2 (dy) monitorë radiologjikë me përmasa të paktën 19".

Të paraqesë vlerat e rrezatimit (dozës) në monitorë

Të mundësojë pozicionimin e shtratis / pacientit

Të aplikojë parametrat rrezatues

Programet / aplikacionet pra komponenti software duhet të jetë me licencë pa afat.

Të suportojë paketën e plotë DICOM si dhe të mund të lidhet në rrjetin spitalor si dhe PACS-e

Të ketë ndërfaqe USB, HDMI / VGA, etj

Të mundësojë ruajtjen, përpunimin, rishikimin e imazheve si dhe manaxhimin e të dhënave të pacientëve

Të mundësojë eksportimin e media nëpërmjet USB, ose DVD, etj

Të ketë veshje plumbi për mjekun / operatorin

Printeri:

Të jetë i tipit 'dry Printer' me teknologji Laser

Të ketë rezolucion minimal 300 dpi ose më mirë

Të ketë kapacitet printimi: min 70 filma/orë për madhësinë e formatit 35cm x 43cm

Formatet e disponueshme të printimit të jenë 35x43cm; 26x36cm dhe 20x25cm

Të shoqërohet me të paktën 500 filma për çdo format printimi të kërkuar

4 Echo 3D/4D me aplikim të përgjithshëm + sondë lineare + sondë kardiake + sondë konvekse + sondë gjinekologjike

Njësia imazherike Eko 3D/4D të mundësojë aplikime të përgjithshme për pacientët (Gjinekologjike, Obstetrike, Abdominale, Kardiake, Vaskulare, Urologjike, Inde te buta Pediatrike dhe Muskuloskeletale).

Të shoqërohet me paketën 'software', databazën e manaxhimit të të dhënave për pacientët dhe imazhet.

Të mundësojë metodat e imazhit si 2D, 3D, 4D, M, CD - Color Doppler, PD - Power Doppler, PWD - Pulse Wave Doppler, CW – Continuous Wave, TDI – Tissue doppler imaging, etj

Të mundësojë opsionet e kombinuara si duplex dhe triplex (color-flow) në kohë reale.

Të mundësojë opsione si 'single mode', 'dual', 'quad', 'simultane' (triplex), modalitet zmadhimi, shkrim / lexim (read/write) etj

Të mund të aplikohet në disiplina të ndryshme mjekësore si kardiologji, radiologji, gjinekologji si opsione standarte me presetet e kaluara ne aparature dhe matjet përkatëse për radiologji, kardiologji dhe obstetri gjinekologji.

Të mundësojë reduktimin e zhurmave / artefakteve drejt një imazhi më të mirë.

Furnizmi me energji elektrike në 220 - 240 VAC 50/60 Hz.

Të ketë të paktën 4 (katër) porta për mundësi lidhje me sondat.

Të shoqërohet me printer monokrom termik të integruar.

Frekuenca e aparatit të mundësohet afërsisht në intervalin nga 1 deri me 15 MHz.

Të ketë thellësi imazhi në varësi të sondave dhe presetëve përafërsisht në intervalin nga 1.5± 0.5cm deri në 40±0.5cm ose më mirë.

Të ketë afërsisht 8 (tetë) pika fokusi të selektueshme.

Të mundësojë të paktën një " frame rate" në jo me pak se 1,400 fps (Hz) për një rezultat dhe imazh sa më cilësor

Të mundësojë post - procesim të imazheve në modalitete të ndryshme (psh: B-Mode, M-Mode, PW/CW, Color Doppler, 3D etj).

Të ketë kapacitete memorie brendshme/jashtme jo më pak se 1 TB ku të paktën 128GB të jetë SSD ose më mirë

Të jetë i pajisur me dalje HDMI, USB

Të shoqërohet me mekanizma (bateri e integruar / mekanizëm UPS) për autonomi në rastin e shkëputjes së energjisë elektrike të paktën për 30 min.

Të mundësojë raporte të editueshme ku mund të përfshihen imazhet dhe komentet e mjekut / operatorit si dhe të ofrojë mundësi printimi në letër me format A4.

Të ketë të përfshira matjet dhe pre setet për aplikime të përgjithshme si kardiake, abdominale, muskoseletale, gjinekologjike / obstetrike etj

Monitori i aparatit të jetë jo më pak se 21" LED me rezolucion të lartë të paktën 1.920 x 1080 pixel për një paraqitje sa më cilësore dhe të qartë të imazhit.

Të mund të lidhet në rrjetin spitalor duke suportuar mundësitë e lidhjes 'wireless', ethernet, DICOM etj për shkëmbimin dhe ruajtjen e të dhënave si dhe imazheve grafike

Të ketë të paktën 4 (katër) mbajtëse për sondat dhe 1 (një) për xhelin

Të jetë e pajisur me tastiere me orientim alfanumerik jo vetëm në panelin e komandimit por

gjithashtu edhe në ekranin me prekje (touch screen)

Të ketë të integruar ekran me prekje (touch screen) me madhësi ekrani jo më pak se 13" dhe me rezolucion HD ose më mirë

Të ketë opsionet si Auto EF (ejection fraction), 'Strain', Analize të Karotidespër "intima-media thickness", matje automatike të IMT, skanim panoramik etj

Të mundësojë matje automatike për çdo hap të matjeve ekokardiografike si septumit interventrikular, Diametri LV, Diametriimurit posterior, Diametri LA, Diametër Aorte, Volum LA dhe LV, në planet 2 Chamber sikursedhenë planet 4 Chamber. Matje automatikenë M Mode të Aortes, LA, LV, Spetumit, Murit posterior, Matje Automatike në doppler të Vmax dhe Velocity për valvolatmitrale, aortës, pulmonare etj

Të jetë e pajisur me opsionet për ekzaminimin Elastografik për gjirin, tiroiden, etj.

Të jetë e pajisur me opsionet për ekzaminimin Elastografik Searware tw heparit

Të jetë e pajisur me opsionet 3D/4D, Guidë për Biopsi në varwsi të sondave, EKG, Stress Echo etj

Të jetë e pajisur me opsionet për theksimin e ngjyrave

Të ketë të përshirë opsionin e 'software' për të zbuluar anatinë e ngadaltë dhe të dobët të rrjedhës së gjakut në inde (vizualizimi i rrjedhës me shpejtësi të ulët në mikrovaskulaturën e strukturave)

Të mundësojë matje të automatizuara

Të shoqërohet me sondë konvekse 2D,

- Me multi frekuencë në rangjet nga 2 deri në 5 MHz ose më mirë,
- të përshtatshme për ekzaminimin Elastografik Searware tw heparit.
- Të ketë teknologji të avancuar për depërtim dhe rezolucion maksimal.
- Fushëpamja të mundësohet në afërsisht $70^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
- Të ofrojë aplikime si Abdomen, OB-GYN, Urologji, Torakale, Intervencionuese, Muskuloskeletale dhe Pediatrike.

Të shoqërohet me sondë lineare 2D

- me multi frekuencë në intervalet nga 4 deri në 12 MHz ose më mirë.
- Të ketë teknologji të avancuar për depërtim dhe rezolucion maksimal.
- Fushëpamja të mundësohet afërsisht në 40 mm.
- Të ofrojë aplikime si Vaskulare, Muskuloskeletale, Tiroide, Intervencionuese dhe Pediatrike.

- Të shoqërohet me sondë kardiake 2D

- me multifrekuencë në rangjet nga 2 deri në 4 MHz ose më mirë.
- Të ketë teknologji të avancuar për depërtim dhe rezolucion maksimal.
- Fushëpamja të mundësohet afërsisht në $100^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
- Të ofrojë aplikime si Vaskulare, Kardiak, Toraks, Intervencionuese, Abdomen, Transcranial.

Të shoqërohet me sondë gjinekologjike 2D

- me multifrekuencë në rangjet nga 4 deri në 9 MHz ose më mirë.
- Të ketë teknologji të avancuar për depërtim dhe rezolucion maksimal.
- Fushëpamja të mundësohet afërsisht në $150^{\circ} \pm 10^{\circ}$.
- Të ofrojë aplikime si transvaginale (gjinekologjike), Urologji, Intervencionuese.

Të ketë 4 (katër) rrota për transport / pozicionim efikas ku të paktën 2 (dy) prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi

Të ketë sistem operativ me të paktën Windows 10 ose më mirë

Të shoqërohet me të gjithë programet e nevojshme mbi aplikimet mjekësore sipas kërkesave të operatorit.

Programet / aplikacionet si dhe sistemi operativ duhet të dorëzohet me versionin e tyre të

instalimit në USB apo media ekuivalente.

5 Sistem komplet fibrobronkoskop

Njësia e procesimit të imazhit (HD)

Të mundësojë marrjen dhe procesimin e imazheve HD nga kamerat endoskopike
E përshtatshme për t'u përdorur me endoskopë fleksibël, videolaringoskopë ose
videoendoskopë me një përdorim
Të ketë funksionalitetin 'white balancing'
Të mund të përmirësojë saktësinë e imazhit në përmjet filtrave të integruar
Të ketë funksionalitete si ndalim 'freeze' dhe zmadhim 'zoom'
Të mund të hidhen të dhëna nëpërmjet tastierës
Të ketë video 'output' përparaqitje digjitale të jashtme

Monitori:

Të jetë Full HD me paraqitje me ngjyra, tipi TFT / LCD ose më mirë me përmasë të paktën
17"
Raporti i kontrastit të jetë të paktën 1000 : 1
Të mund të pasqyrohet dhe rrotullohet imazhi

Burimi i ftohtë i dritës (cold light source):

Të jetë e pajisur me llampë LED për një jetëgjatësi më të madhe
Temperatura e ngjyrës të jetë në rangjet të paktën 5500 K ose më mirë
Të mundësojë kontrollin automatik dhe manual të dritës
Të jetë e përshtatshme për një aplikim performant dhe cilësor

Sistemi:

Duhet të krijojë skedarë për pacientin, të regjistrojë datën e ekzaminimit, të përfshijë imazhet
nga trajtimi si dhe regjistrime.
Të ketë memorie të brendshme si dhe porta USB për të mundësuar transferimin e të dhënave
në media të jashtme
Të ketë porta USB për mundësi lidhje me printer të jashtëm drejt printimit të të dhënave si
dhe imazheve në lidhje me pacientin
Të mund të integrohet në rrjetin spitalor nëpërmjet lidhjes 'ethernet' për shkëmbimin e të
dhënave në rrjetin spitalor

Kamera Endoskopike (HD)

Të mund të aplikohet me njësinë e mësipërme videoprocesuese
Të ketë rezolucion HD me të paktën 2 (dy) butona të programueshëm
Të mundësojë fokusim dhe të jetë e sterilizueshme

Fiberbronkoskop për adult:

Të mund të aplikohet për ekzaminime dhe terapi
Të ketë diametër të jashtëm jo më të madh se 6.5 mm
Gjatësia për aplikim të jetë të paktën 50 cm
Kanali i aplikimit të jetë jo më i vogël se 2.0 mm
'Tip Deflection' të jetë të paktën 180°/100°

Këndi i shikimit të mundësohet të paktën në 100°

Të jetë e sterilizueshme

Të shoqërohet me aksesorët e nevojshëm si pinceta (forceps) për kapje / biopsy, furcë pastrimi, testues rrjedhjeje, çante / valixhe mbajtëse

Kabulli:

Të jetë me fibër optike

Të jetë i përshtatshëm për lidhjen e pajisjes me burimin e dritës

Të ketë diametrin në intervalin afërsisht 3.5 mm

Të ketë gjatësi të paktën 2 m

Të jetë e autoklavueshme

Aspiratori kirurgjikal

Të ketë një kapacitet rrjedhjeje prej afërsisht 40 L / min

Të ketë një presion prej afërsisht 0.8 bar

Kapaciteti i enës të jetë të paktën 2 L e autoklavueshme dhe me mbrojtje nga mbirrrjedhja

Të operojë në 220 VAC / 50 Hz

Të shoqërohet me filter hidrofobik (hydrophobic) dhe antibakterial si dhe të ketë një set me tuba silikon.

Kulla endoskopike

Të ketë një dizajn kompakt dhe të jetë e përshtatshme për të mbajtur pajisjet e mësipërme

Të jetë me të paktën 4 (katër) ndarje.

Të mundësojë furnizim energjie elektrike

Të jetë me 4 (katër) rrota antistatike me mekanizëm frenimi

6 Grafi portabël digjitale

Sistemi grafi portative duhet të jetë totalisht digjitale dhe nuk duhet të jetë analoge me mekanizma konvertimi drejt 'output-it' digjital.

Të jetë njësi standarde (X-Ray) e transportueshme për terapi radiologjike në shtretërit e spitalit

Njësi e transportueshme me rreze X të tipit inverter me detektor portativ Wireless (pa tela) e përshtatshme për radiografi të përgjithshme të pacientëve adult dhe pediatrikë.

Të ketë 1 (një) njësi detektorit me i tipit 'Flat Panel'

Njësia e transportueshme X-ray duhet të jetë e tipit 'inverter type'

Voltazhi maksimal i tubit të jetë Max 125 kV ose më mirë

Rryma maksimale e tubit të jetë Max 300mA ose më mirë

Intervali mAs të jetë nga 0.1 deri në 300 mAs ose më mirë

Output-i të jetë max 30 KW ose më mirë

Tubi i rrezeve X:

Zona e madhe fokusimit të jetë brenda intervalit afërsisht nga 1.0 deri në 1.4 mm

Zona e vogël e fokusimit të jetë brenda intervalit afërsisht nga 0.3 deri në 0.7 mm

Të jetë me anodë rrotulluese si dhe me mundësi për pozicionimin e tubit

Lartësia e spotit fokal (focal spot) të jetë të paktën nga 70 cm deri në 180 cm ose më e mirë

Zgjatja e krahut horizontal të jetë max 650 mm ose më mirë

Rrotullimi i kolonës (aksivertikal) të jetë $\pm 90^\circ$ (180° në total) ose kënd më të gjerë

Rrotullim i rrethor (bushtit gjatësor) të jetë $\geq \pm 150^\circ$ ose kënd më I gjerë

Kapaciteti i nxehtësisë së anodës të jetë Max 140kHU ose më mirë

Kolimatori:

Të jetë i rregullueshëm manualisht, në boshtin gjatësor dhe bushtit tërthor

Të mundësojë filtrimin: $\geq 2\text{mm}$, alumin ose ekuivalent

Projektori të jetë me llampë halogjene / LED ose ekuivalente

Bateria e njësisë kryesore të jetë e ndërtuar me të paktën 6 orë ose më shumë autonomi pune në rastin e shkeputjes së energjisë elektrike

Dedektori Flat Panel

Të jetë e tipit Wireless, Të mundësojë komunikimin (lidhjen) Wireless

Të ketë bateri 'removable' dhe bllok ushqimi.

Të jetë i transportueshëm dhe me 'wireless', për afërsisht detektori të jetë me përmasë të paktën 14x17 inch

Të jetë detektor me panel të sheshtë (flat panel) silic amorf (ASi)

Shintilator ceziumi Iodide (CSi) dhe/ose silikon amorf

Marrja ose thellësia e imazhit ose më shumë konvertimi analog-dixhital prej 14 bit ose më mirë

Madhësia e pikselit të jetë ≤ 150 mikrometra

Kapaciteti mbajtës i peshës të jetë 100 kg ose më shumë

Të jetë rezistent ndaj pluhurit dhe ujit (IPx54) ose më mirë

Të ketë kapacitet të ruajtjes në njësinë kryesore.

Monitori të jetë i montuar në njësinë kryesore me madhësi të paktën 15" Full HD ose më shumë

Të ofrojë mundësi lidhje wireless, ose lidhje Ethernet me RJ45, ose ekuivalent dhe të paktën 2 (dy) porta USB për eksportimin e imazheve në formatet BMP, JPEG etj

Të mundësojë lidhje standarde DICOM, e pajtueshme me softuerin e shikimit e imazhit radiologjik, pas-përpunimit, ruajtjes dhe printimit

Të mundësojë kontrolle nëpërmjet ekranit me prekje (touch screen) dhe/ose knobeve të rregullueshme në njësinë kryesore

Të ketë treguesit dhe alarmet (vizuale dhe akustike) të rrezatimit

Të shoqërohet me telekomandën, e lidhur me kablo të palosshëm të paktën 3 metra e gjatë ose wireless

Të ketë 'software' përvizualizimin, pas-përpunimit bazë, ruajtjen dhe printimin e imazheve radiologjike të përfshira, me licencat për të gjitha programet kompjuterike të kërkuara dhe të instaluara.

Të jetë model kompakt i mundshëm për t'u futur në një ashensor standard, kur transportohet në katet e spitalit

Të jetë e pajisur me katër rrota ku të paktën dy prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi.

Të ketë sirtar ose mbajtës për detektor me panel të sheshtë (flat panel)

Të jetë sistem robust, i transportueshëm, për t'u lëvizur manualisht

Aksesorë:

1 (një) shtresë mbrojtëse pa plumb, me një trashësi ekuivalente prej 0.5 deri në 0.7 mm plumb, që garanton dobësimin 100% me parametrat e pajisjes

1 (një) shtresë ose mbrojtëse e qafës pa plumb, me trashësi ekuivalente prej 0.5 deri në 0.7 mm plumb, që garanton dobësimin 100% me parametrat e pajisjes

1 (një) syze mbrojtëse, me mbrojtje para dhe anësore. Mbrojtje frontale jo më pak se ekuivalenti i 0.7 mm plumb, mbrojtje anësore jo më pak se ekuivalenti i 0.5 mm plumb, të cilat garantojnë dobësimin 100% me parametrat e pajisjes.

2 (dy) memorie USB, me një kapacitet prej të paktën 32 [GB] secili për të ruajtur dhe transmetuar imazhe radiografike.

Të gjithë aksesorët standardë, materialet konsumuese dhe pjesët e nevojshme për funksionimin e pajisjeve, duke përfshirë të gjitha mjetet standarde dhe materialet e pastrimit dhe lubrifikimit, të përfshihen në ofertë.
Ofertuesit duhet të specifikojnë sasinë e çdo artikulli të përfshirë në ofertën e tyre (duke përfshirë artikujt që nuk janë specifikuar më lart).

7 Sistem komplet Laparoskopji

Sistemi video procesues:

Njësia e videoprocesimit të jetë Full HD si dhe të ketë sistem të integruar dokumentimi
Njësia e kontrollit të jetë me të paktën dy hyrje për kamerat
Videoprosesori FULL HD të suportoje disiplina të ndryshme mjekësore dhe të ketë një rezolucion 1080 P për lidhje të kamerave për laparoskopji, urologji, gastro-kolonoskopji, anestezi, bronkoskopji etj
Të mund të ndërrojë imazhet në kamera nëpërmjet butonave
Të ketë buton për ekuilibrimin automatik të ngjyrave (white balance) si dhe të ketë kontroll të ndriçimit
Të shoqërohet me teknika për përmirësimin e imazhit
Të ketë mundësi zmadhimi të imazhit
Të mundësojë editim të imazhit si rrotullim apo pasqyrim (flip)
Të mund të ruajë imazhet dhe të dhënat në memorien e brendshme
Të ketë USB për transferimin e të dhënave dhe imazheve si dhe filmimeve me rezolucion të lartë
Të ketë tastierë me orientim alfanumerik për hedhjen e të dhënave të pacientit
Të mund të lidhet me printer për printim të drejtpërdrejtë të informacionit
Të shfaqë parametra të ndryshëm aplikimi në ekran
Të ketë dalje HDMI/ ose DVI/ ose VGA për t'u lidhur me monitor si dhe regjistruar të jashtëm
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240 V AC, 50/60 Hz

Kamera laparoskopike:

Të jetë kompatibël me sistemin videoprocesues të paraqitur më sipër
Të mund të marrë imazhe progresive në formatin Full HD për një paraqitje 'output' sa më cilësore
Të jetë me fokus të rregullueshëm.
Të jetë e pajisur me konektor universal për laparoskopë
Të jetë lehtësisht e manovrueshme për një aplikim sa më komod me përmasa dhe peshë sa më të vogël
Gjatësia e kokës së kamerës të jetë jo më shumë se 10 cm
Të jetë e pajisur me butona për funksionalitete aplikimi
Të jetë e ripërdorshme, e sterilizueshme
Gjatësia e kabullit të jetë të paktën 3 m
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240 V AC, 50/60 Hz

Monitori mjekësor:

Të jetë i tipit Full HD i teknologjisë LCD/LED ose më mirë me madhësi të paktën 24"
Të jetë kompatibël me video-procesorin e imazhit të paraqitur më sipër
Raporti i kontrastit të jetë të paktën 1000:1
Të ketë një kënd të gjerë shikimi
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240V, 50/60 Hz

Të pozicionohet / montohet në karrelin / kolonën endoskopike

Burimi i dritës:

Të jetë i tipit LED ose më mirë

Të jetë i përshtatshëm për ndërhyrje laparoskopike, etj

Të jetë i pavarur ose i integruar me sistemin videoprosesor të paraqitur më sipër

Të ketë teknologji LED ose më mirë me jetëgjatësi të paktën 20,000 orë pune

Të jetë me ekran tregues për të monitoruar orët e punës së llampës si dhe për të paraqitur mesazhe funksionimi (errore etj)

Temperatura e ngjyrës të jetë jo më pak se 5500 K ose më mirë

Të mundësohet kontrolli i ndricimit në mënyrë manuale dhe të automatizuar

Të mund të komunikojë / aplikohet me procesorin e imazhit

Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240 V AC, 50/60 Hz

Kabulli:

Të jetë me fibër optike

Të jetë i përshtatshëm për lidhjen e pajisjes me burimin e dritës

Të ketë diametrin në intervalin afërsisht 4.5-5 mm

Të ketë gjatësi të paktën 3 m

Të jetë e autoklavueshme

Insufllatori me CO2 :

Të jetë i përshtatshëm për procedura laparoskopike me fluks të lartë

Të jetë me ekran me ngjyra, me prekje (touchscreen) me madhësi të paktën 6 inch për paraqitjen dhe vendosjen e parametrave të aplikimit.

Të suportojë fluksin të paktën në 45 L/min, (i rregullueshëm)

Të ofrojë modalitete aplikimi për pacientë adultë dhe pediatrikë

Të ketë monitorim të presionit abdominal të rregullueshëm përafërsisht në rangjet nga 1 deri në 30 mmHg ose më mirë

Të ketë mekanizëm / sistem sigurie ndaj presioneve mbi normë

Të jetë me tregues për fluksin e gazit dhe konsumin e tij

Të ketë mundësi lidhje me sistemin qendror të shpërndarjes së CO2 me presion të ulët dhe me bombul me presion të lartë

Të ketë alarme për presionin mbi normë të gazit, mungesë furnizimi etj

Të jetë e pajisur me tub furnizimi gazi 100 cm, bombulën dhe mbajtësen e saj

Të shoqërohet me set tubash insufllimi të sterilizueshëm, të ripërdorshëm

Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220 – 240 VAC, 50/60Hz

Elektrobisturi:

Të jetë me frekuencë të lartë 350 KHZ ose më shumë.

Të ketë gjenerator me frekuencë të lartë me një gamë të gjerë funksionalitetesh monopolare dhe bipolare në disiplina të ndryshme kirurgjikale në laparoskopi, gjinekologji, urologji, etj

Fuqia maksimale në modalitetin monopolar dhe bipolar të jetë afërsisht jo më pak se 300 W

Të jetë me dy dalje monopolare dhe dy dalje bipolare

Të ketë ekran me ngjyra me përmasa të paktën 7", të jetë me prekje (touchscreen) për shfaqjen dhe vendosjen e parametrave të punës

Të jetë me të paktën 10 programe të gatshme për procedura të ndryshme klinike si dhe të ketë mundësi shtimi programesh sipas kërkesave të mjekut / operatorit

Parametrat të mund të optimizohen duke njohur instrumentat në mënyrë të automatizuar

Të ketë modalitet për optimizim të parametrave për instrumentat bipolare
Të disponojë modalitet të posatshtëm për rezektim dhe vaporizim bipolar në ujë fiziologjik për aplikime urologjike dhe gjinekologjike sipas kërkesave të mjekut / operatorit
Fuqia maksimale në lidhje me rezektimin bipolar të jetë afërsisht 300 W ose më mirë
Fuqia maksimale në lidhje me vaporizimin bipolar të jetë afërsisht 300 W ose më mirë
Të jetë me monitorim të rrjedhjeve të rrymës HF dhe elektrodës neutrale
Të disponojë elektrodë neutrale shumë përdorimshme me material silikon dhe pedal për komandim
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar në 220 – 240 V AC dhe 50/60 Hz

Karrelli / kolona laparoskopike:

Të jetë e përshtatshme për pozicionimin e pajisjeve të endoskopisë dhe kamerës
Të ketë 4 (katër) rrota për transport dhe pozicionim sipas interesave të operatorit ku të paktën 2 (dy) prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi
Të ketë 4 (katër) plane me sipërfaqe të konsiderueshme për vendosjen e pajisjeve të përmendura më sipër si dhe një sirtar
Të jetë i pajisur me furnizues energjie për pajisjet e përmendura më sipër

8 Sistem komplet artroskopie

Sistemi videoprocesor:

Të ketë rezolucion HD për një 'output' sa më të qartë dhe cilësor
Të mundësojë balancimin e ngjyrës së bardhë, përmirësimin e ngjyrës së kuqe si dhe përmirësimin e imazhit
Të mundësojë reduktimin e pluhurit / tymit dhe zhurmës për një aplikim sa më të mirë
Të ketë kontroll të ndriçimit i cili të mund të rregullohet edhe në mënyre automatike, kontrasti të jetë dinamik
Të mundësojë kontrollin e burimit të dritës nga kamera
Parametrat e ndryshëm duhet të paraqiten në ekran
Të ketë mundësi lidhjeje HDMI ose VGA / DVI/ ekuivalente.
Të ketë mundësi zmadhimi
Të mund të lidhet në rrjetin spitalor si dhe të ketë ndërfaqe USB / ekuivalent për t'u lidhur me printer të jashtëm apo për të ruajtur raportet / të dhënat
Të mundësohen funksionalitetet si rrotullimi i imazhit apo pasqyrimi i tij
Të ketë tastierë me orientim alfanumerik për të marrë 'input-et' mbi të dhënat e pacientit
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar në rangjet 220 – 240 V AC, 50 / 60 hz

Kamera:

Kamera duhet të jetë kompatibël me sistemin videoprocesor si më sipër
Të mundësojë marrjen e imazhit të paktën në formatin Full HD ose më mirë për një 'output' sa më cilësor dhe të qartë
Të mundësojë fokusim të rregullueshëm
Të mundësojë zmadhim optik
Të shoqërohet me konektorë universalë për endoskopë
Të disponojë butona për aplikime dhe kontrolle të ndryshme
Kabulli të ketë gjatësinë përafërsisht 3 m për një aplikim komod dhe fleksibël
Të jetë e sterilizueshme

Monitori mjekësor:

Të jetë kompatibël me njësinë videoprocesor të paraqitur më sipër
Të jetë i tipit Full HD i teknologjisë LCD/LED ose më mirë me madhësi të paktën 21”
Imazhi / rezultati, ‘output-i’ duhet të paraqitet në të gjithë sipërfaqen e ekranit dhe jo në seksione të reduktuara të tij
Të mundësojë kënd të gjerë shikimi
Të jetë e vendosur në hapësirën përkatëse në karrelin / karrocën endoskopike si njësi e vetme
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar në rangjet 220-240 VAC, 50/60 hz

Burimi i dritës:

Të jetë i tipit LED ose më mirë me fuqi të paktën 175 W
Të ketë jetëgjatësi të paktën 25.000 orë pune
Të shoqërohet me matës të integruar të dritës në dalje
Ndricimi të mundësohet në mënyrë manuale dhe të automatizuar
Intensiteti i dritës të mund të rregullohet në mënyrë të vazhduar
Të mund të komandohet nëpërmjet butonave të kamerës
Të ketë mekanizëm mbrojtës kundër shkëlqimit për një aplikim cilësor
Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar në 220-240 V AC, 50 / 60 hz

Kabulli :

Të jetë me fibra optike
Të përshtatet për lidhjen e pajisjes me burimin e dritës
Të ketë gjatësi të paktën 3 m për një aplikim komod
Të mund të autoklavohet

Sistemi:

Të mund të regjistrojë videot dhe imazhet përgjatë aplikimit
Të suportojë lidhjet, standardet DICOM
Të mund të ruhen të dhënat dhe imazhet në DVD /ose USB/ose HDD/ ose LAN
Të suportojë formatet e imazheve si JPEG etj.
Të suportojë formatet e videove si MPEG-4 etj
Sistemi operativ të jetë të paktën Windows 10 / ekuivalent
Të disponojë aplikacion / software rishikimi të aksesueshëm në sisteme të ndryshme operative si Windows, IOS etj
Të komandohet nëpërmjet tastierës me orientim alfanumerik, mouse, kamerës /ose ekranit me prekje (touchscreen)
Raportet e gjeneruara të mund të printohen si dhe të eksportohen në formate të ndryshëm si PDF/ ekuivalent për një aksesim të lehtë
Të disponojë dalje USB dhe portë për mundësi lidhje Ethernet
Të disponojë paketën ‘software’, aplikacionet përkatëse me license shoqëruar me parametrizimet, kalibrimet dhe konfigurimet përkatëse

Karrel / karroca endoskopike

Të jetë e përshtatshme për pozicionimin e pajisjeve të endoskopisë dhe kamerës (moduleve përbërës)
Të ketë 4 (katër) rrota ku të paktën 2 (dy) prej tyre të jenë me mekanizëm frenimi
Të ketë të paktën 4 (katër) plane me hapësira / sipërfaqe të konsiderueshme për modulet përbërëse të sistemit si dhe 1 (një) sirtar me çelës (mekanizëm mbyllje)
Të jetë i pajisur me furnizues energjie për pajisjet / modulet përbërëse

Shaver për artroskopi:

Të disponojë të paktën 5 (pesë) mënyra oshilimi

Të mund të kontrollohet nga doreza dhe pedali

Doreza të mund të autoklavohet

Të shoqërohet me thikat e dedikuara për shaver

Të ketë mekanizëm mbrojtës nga mbingarkesa

Të mund të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240 V AC, 50/60 Hz

Doreza:

Të ketë shpejtësi të rregullueshme të paktën deri në 7000 rpm

Të disponojë të paktën 2 (dy) butona me funksionalitete si ndezje / fikje, mundësi parametrizimi etj

Të jetë e autoklavueshme

Kabulli të ketë gjatësinë prej të paktën 2.5 m për një aplikim komod

Të disponohet pedali për funksionalitete të ndryshme si inicim dhe ndalim, orietimi, shpejtësi etj

Të shoqërohet me aksesoret si te shaveri rezektor, the shaveri për prerjen e meninskut, prerje të shpejtë. Aksesoret të jenë kompatibël me mekanizmin e paraqitur.

Pompë thithjeje irrigimi artroskopie:

Të aplikohet në ndërhyrjet artroskopike, diagnostikuese, terapeutike etj

Të ketë funksion thithjeje të integruar në proceset e kontrollit.

Të mundësojë aspirim të vazhdueshëm përgjatë irrigimit

Të ketë kompensim të presionit hidrostatik

Të mundësojë funksion larës për irrigim të shpejtë dhe intensive të nyjeve

Thithja të mund të rregullohet në mënyrë automatike për të parandaluar kolapsin e nyjes

Të disponojë modalitetet manuale dhe automatike për aplikim

Fluksi i irrigimit të jetë i rregullueshëm afërsisht në intervalet nga 0 deri në 2 L/min

Fluksi i aspirimit të jetë i rregullueshëm afërsisht në intervalet nga 0 deri në 1 L/min

Të ketë presion afërsisht brenda intervalit nga 10 deri në 200 mmHg

Të funksionojë në rrjetin elektrik shqiptar 220-240 V AC, 50 / 60 Hz

Të shoqërohet me aksesoret përkatës duke përfshirë edhe një set tubash irrigimi

Instrumente dhe aksesore për sistemin e artroskopisë:

Sistemi të shoqërohet me komponentë si:

Artroskopë të autoklavueshëm me kënd afërsisht 30 gradë, gjatësi mbi 150 mm

Këllëf me fluks të lartëpërrartroskop me diametër afërsisht 5 mm përskopë me kënd afërsisht 30 gradë

Obturator pa majë për këllëfin operator me diametër afërsisht 5 mm, me mekanizëm bllokim të aksit, me bajonetë

Pincë me nofull të drejtë (M) me aks të drejtë me dorezë të tipit unazë

Shpues oval me nofull të drejtë, aksi drejtë me dorezë të tipit unazë

Sondë me kënd të paktën 60°

Pincë kapëse me shumë dhëmbëza, me nofull të drejtë, aks të drejtë, doreza të jetë kundër rrëshqitjes

Pincë shpuese e tipit 'duckbill' me aks të drejtë dhe me dorezë të tipit unazë

2 (dy) pinca shpuese të tipit 'duckbill' me akse të harkuara 1 (një) majtas, 1 (një) djathtas dhe me doreza të tipit unazë

Pincë kapëse e tipit 'shark', e drejtë me dorezë kundër rrëshqitjes

2 (dy) pinca shpuese të tipit 'Backbitter', 1 (një) me prerëse majtas, 1 (një) djathtas me akstë

drejtë, doreza të jetë e tipit me unaza
Ngritës menisku 1.3 mm, aksi drejtë dhe dorezat të jenë me unaza
Komponenti 'software' si sistemi operativ, aplikacione etj duhet të dorëzohen me versionet
e tyre të instalimit në media si USB / ekuivalente

9 Mamografi digjitale

Mamografia e integruar (sistem me rreze X), për ekzaminime digjitale FFDM (Mamografia dixhitale me terren / sipërfaqe të plotë) bazuar në teknologjinë Flat Panel për ekzaminim dhe diagnostikim.

Sistemi mamografi duhet të jetë totalisht digjital. Nuk do të pranohen sisteme analogë me mekanizma konvertimi drejt 'output-it' digjital.

Të ketë mbrojtje nga rrezatimi në përputhje me standardin e mbrojtjes EN60601-1-3. Duhet të përfshihet kolona mbështetëse.

Sistemi duhet të garantojë cilësinë dhe prodhimin / gjenerimin me cilësinë më të lartë të imazhit dhe duhet të ofrojë risi teknologjike

Struktura e mbrojtjes nga rrezatimi, duhet të përfshihet edhe gjeneratori me rreze X.

Tensioni i tubit të rrezeve x të jetë të paktën në intervalin nga 5 kV deri në 35 kV

Të jetë me aplikim njëfazor, të ketë frekuencë të lartë, të jetë e kontrolluar me mikroprocesor me fuqi të lartë, Gama e tensionit të jetë afërsisht në rangjet nga 20 KV deri në 35 KV

Të ketë mAs të përfshirë brenda intervalit 2 deri në 600 mA/s ose më mirë

Të ketë mbrojtje të tubit me rreze X nga mbingarkesa termike me një sensor aktiv të temperaturës të kontrolluar nga njësia qendrore.

Përzgjedhja e parametrave radiologjikë duhet të jetë automatike bazuar në densitetin e gjirit. Të mundësojë kompensimin automatik të tensionit

Të mundësojë aplikimin e dozës minimale për pacientin. Të ketë kolimator automatik, Tubi i rrezeve X të jetë i pajisur me llamba LED

Shpejtësia e rrotullimit të anodës të jetë jo më pak se 3000 rpm

Anoda duhet të jetë e tipit tungsten ose më mirë për të reduktuar dozën me përqendrimet afërsisht në intervalin nga 0,1 deri në 0,3 mm dhe filtër me Al ose material ekuivalent.

Kapaciteti i nxehtësisë të jetë jo më pak se 300 kHU

Kufiri i rrotullimit të 'gantry' të jetë përafërsisht: $0^\circ / +90^\circ$; $0^\circ / -150^\circ$ i motorizuar,

Të ketë rrotullim të motorizuar të krahut izocentrik.

Rregullimi i motorizuar i lartësisë për afërsisht në 75 cm, me sistem frenimi kompresimi elektromagnetik

Të jetë manual dhe i motorizuar me kode të ndryshme kompresimi.

Me pajisje zmadhimi: Kompresim jo më pak se 1.5X (madhësi dhe teknika të ndryshme)

Të mundësojë paraqitje digjitale të forcës së kompresimit, trashësisë, këndit, etj.

Kontrolli i motoritlart e poshtë të mundësohet nëpërmjet pedalit të këmbës,

Çelësat e rregullimit (adjustment keys) të jenë në të dy anët e kompresimit.

Detektori flat panel të jetë jo më pak se 23x30 cm

Detektori të jetë me të paktën 60% DQE

Madhësia e pikselit të jetë maksimumi 90 μ m

Performanca optimale e imazhit të jetë për të gjithë ekranin me rezolucion të plotë të gjoksit.

Të mund të përdoret AEC për imazhe optimale

Distanca nga burimi në imazh të jetë në intervalin deri në 69 cm.

Duhet të sigurojë lëvizje vertikale

Sistemi duhet të gjenerojë imazhe mundësisht duke përdorur madhësinë origjinale të pikselit (duhet të shmangët lidhja e pikselëve / pixel binning).

Njësia kompjuterike (workstation):

Të mund të instalohet në dhomën e diagnostikimit me 2 (dy) monitorë LCD me përmasa të paktën 19" me rezolucion Full HD ose më mirë dhe memorie jo më pak se 2 TB për

ruajtjen e imazheve. Duhet të përfshihet regjistruar CD/DVD.
Të ketë komponentin e plotë 'software' drejt ekzaminimit dhe menaxhimit të të dhënave të pacientëve si dhe imazheve grafike të gjeneruar nga sistemi mamografi
Të jetë i pajisur me mekanizëm drejt energjisë së vazhduar elektrike për të garantuar autonomi 30 minuta.
Të pajiset me printer për printimin imazheve radiologjike me rezolucion të paktën 300 dpi
Sistemi operativ të jetë Windows 10 ose më mirë
Të funksionojë në: 220-230Vac, 50/60Hz, (njëfazore)

10 CT Scan 64 Slice

Sistem CT Skaner për të gjithë trupit duke përfshirë mundësi ekzaminimi të zemrës, krahërorit, abdomen, neuro, muskuloskeletor dhe vaskular
Të përfshihen algoritmet e reduktimit të dozës si dhe algoritme efektive për reduktimin e artifakteve

Gantry :

Të ketë diametër: të paktën 70 cm ose më e gjerë
Këndi i animit të gantry të jetë të pakën: +/- 30 gradë mekanike ose 'virtuale'
Koha më e shpejtë e rrotullimit të dorezës (360°) të jetë 0,40 sekonda ose më e shpejtë
SFOV më i madh të jetë të paktën 45 cm ose më i madh
Të jetë përfshirë sistemi i komunikimit me dy drejtime me pacientin
Të ketë 'alignment laser'

Shtrati i pacientit:

Gjatësia e diapazonit të lirë të skanimit (free scan range) të jetë min 175 cm
Shpejtësia e lëvizjes gjatësore të jetë në intervalin prej përafërsisht nga 10 mm/s deri në 150 mm/s ose më mirë
Kapaciteti i ngarkesës që mund të përballojë shtrati të jetë jo më pak se 200 kg
Saktësia e pozicionimit të jetë përafërsisht 2 mm ose më pak

Gjeneratori dhe tubi i rrezeve - X:

Të ketë fuqi maksimale të paktën 70 kW (nominale)
Rangu i tensionit të tubit të jetë të paktën nga 80 kV deri në 135 kV
Numri i niveleve kV të përzgjedhshëm të jetë të paktën në 4 nivele
Kapaciteti efektiv i nxehtësisë së anodës të jetë min 5 MHU
Të mundësojë të paktën 55 sekonda skanimit të pandërprerë
Rryma më e lartë për tubin të jetë min 500 mA (në 120 kV)
Rryma e tubit të jetë me hap përafërsisht 10 mA ose më e vogël

Skanimi dhe sistemi i detektorit:

Numri 'rows' të detektorit të jetë 64 rreshta detektorit ose më shumë
Numri 'slice' të jetë 64 ose më shumë
Hapi më i lartë i disponueshëm (acquisitions) të jetë min 1,5
Numri i vlerave të disponueshme (pitch values) të jetë min 4
Trashësia më e vogël e 'slice' të jetë 0,625 mm ose më mirë
Shpejtësia e skanimit aksial të jetë të paktën nga 5 deri në 80 mm/s
Kolimacioni total aktiv Z të jetë përafërsisht nga 38 deri në 42 mm, ose më mirë (nëse ka më shumë rreshta detektorësh)

Të mundësojë 'Cardiac Gating Acquisition'

Të ketë teknikat e reduktimit të dozës

Të ketë algoritmet / programet e ruajtjes së dozës

Të ketë të përfshirë gjurmimin 'bolus', të mund të iniciojë skanimin automatikisht me injeksion 'bolus'

Të mundësojë të paktën deri në 60 sekonda skanim të pandërprerë

Rikonstruksionet:

Të mundësojë rindërtimin e imazheve monokromatike (monoenergjike) në rangun nga 80 keV në 135 keV

Matrica e rindërtimit të jetë min 512 x 512

Matrica e ekranit të jetë min 1024 x 1024

Shpejtësia e rindërtimit të jetë prej 35 FPS ose më e mirë

Rikonstruksioni më i hollë i slice të jetë të paktën 0,625 mm

Të mundësojë reduktimin e artefakteve metalikë

Të ketë filtrin e projekcionit nga pas FBP (filter back projection)

Të mundësojë korigjimi inteligjent të lëvizjes për përftimet kardiake

Rezolucioni më i lartë kohor i arritshëm (vlera më e ulët në ms) të jetë maksimumi 70 ms

Rezolucioni hapësinor në boshtin Z të jetë të paktën 0.45 mm

Të disponojë paketë gjithëpërfshirëse vaskulare:

- Të ketë protokollet për analizën vaskulare si vlerësimi i stenozës, okluzionit, anevrizmit.
- Të mundësojë rindërtim dhe navigim 3D (vizualizimi intravaskular).
- Të mundësojë njohje (detektim) të aterosklerozës:
- Të përfshihen licenca përkatëse

Të ketë paketën neurologjike:

- Të ketë protokollin e 'heqjes' së kockave për imazhe të enëve të gjakut (gjithashtu për pulmonologji dhe ekzaminime kardiake), dhe studime perfuzioni 4D (gjithashtu për organe të tjera).
- Të përfshihen licenca përkatëse.

Të disponojë paketën gjithëpërfshirëse të analizave onkologjike.

- Të mundësojë zbulimin dhe llogaritjen automatike e metastazave të mëlçisë dhe mushkërive,
- Llogaritja e vëllimit të mëlçisë,
- Llogaritja e Indeksit të dëmtimit të mushkërive.
- Analiza dhe krahasimi i tumoreve për ekzaminime në seri për të njëjtin pacient.
- Të shoqërohet me licencë përkatëse.

Të mundësojë përpunim të automatizuar CT kardiake, duke përfshirë:

- Llogaritjen e densitetit/sasisë së kalciumit në koronare,
- Analiza funksionale/anatomike dhe morfologjike e sistemit kardiak (koronarët dhe barkushja e majtë)
- Softueri i karakterizimit të pllakave koronare.
- Të shoqërohet me licencë përkatëse.

Të mundësojë vlerësim gjithëpërfshirës të imazheve CT të mushkërive, me segmentim automatik të mushkërive dhe rrugëve të frymëmarrjes:

- Analiza e nyjeve me vizualizim automatik, matje, raportim dhe ndjekje (follow up).
- Të shoqërohet me licencë përkatëse.

Software për zbulimin/vlerësimin e COVID-19 duhet të konsiderohet si një aset,

Vlerësimi automatik kardiak i fraksionit të ejeksionit, vëllimit të LV dhe RV:

Të shoqërohet me licencë

I gjithë 'software' duhet të disponohet me procedurën e raportimit, eksportit sipas formateve DICOM, pdf, rtf, etj., për të mundësuar transferimin e imazheve për tele-radiologji në të dhënat elektronike të shëndetit, në departamente të tjera mjekësore ose spitale të tjera.

Paneli i kontrollit

Monitori i parë të ketë kapacitetin Full HD, 19" (ose më mirë).

Të jetë ekran me ngjyra IPS të paktën 8-bit, kundër shkëlqimit (antiglare), mundësi DVI-D ose lidhje të ngjashme

Monitori i dytë të ketë kapacitetin 19" (ose më mirë), 3 megapiksel, ekran IPS me ngjyra të paktën 10-bit, kundër shkëlqimit (antiglare), mundësi DVI-D ose lidhje të ngjashme. Të jetë monitor i klasës mjekësore

Të ketë procesor AMD ose Intel me të paktën 4 bërthama ose me kapacitet më të mirë

Të ketë përafërsisht 16 GB DDR RAM ose më mirë

Kartë grafike të jetë e aftë për t'u lidhur në 2 ekrane njëkohësisht

Kapaciteti i ruajtjes të jetë 500 GB SSD ose më i mirë

Të mund të lidhet me lidhje Ethernet me një Gigabit

Të mundësojë arkivimi e DVD-ve me të dhënat e pacientit dhe imazheve grafike

Të ketë portë USB

Ndërfaqja e kontrollit të skanimit të përfshijë Intercom dhe altoparlant

Të disponojë paketën e plotë Dicom e përshtatshme për lidhje me zgjidhjet PACS/RIS në distancë dhe lokale

Funksionet e post-përpunimit të disponueshme në njësinë kompjuterike

Të paktën të jenë të disponueshme modalitetet / funksionet si:

Angio me MIP, SSD 3D, 3D VRT, (substraction) automatik i kockave, (volume rendering),
Heqja e kockave në kokë (bone removal in head)

Analiza Vessel, Vlerësimi i kalciumit kardiak, Sistemi nervor DSA, Perfuzioni i trurit,
Perfuzioni i trupit, Analiza e zorrës së trashë, Protokollat për testin e traumës (protokollet e gjithë trupit), që lejojnë përpunimin automatik të post-procesimit të imazhit sipas protokolleve të paracaktuara

Preferohet që të gjitha funksionet e analizës dhe ato të pas-përpunimit të jenë të disponueshme në kompjuterin e kontrollit

Stacion pune pas-përpunimi i ndarë (në dhomën e mjekut)

Workstation-i për përpunim të shoqërohet me 2 (dy) monitorë me përmasa 19" Full HD ose më mirë.

Të ketë kapacitet të paktën 16 Gb RAM ose më mirë.

Të ketë kapacitet 500 Gb SSD memorie të brendshme

të disponojë sistem regjistrimi DVD për të dhënat e pacientëve dhe imazhet grafike.

Monitori i parë të ketë përmasat të paktën 1,024 x 1,980 piksele dhe 19 inç (ose më mirë). Të jetë ekran me ngjyra IPS të paktën 8-bit. Të jetë (antiglare) kundër shkëlqimit, të ketë DVI-D ose të ngjashme

Monitori i dytë të ketë përmasat të paktën 19 inç (ose më mirë), 3 megapiksel, Të jetë ekran IPS me ngjyra të paktën 10-bit. Të jetë (antiglare) kundër shkëlqimit. Të ketë DVI-D ose të ngjashme. Të jetë monitor i klasës mjekësore

Të ketë procesor AMD ose Intel me të paktën 4 bërthama ose më mirë

Kapaciteti RAM të jetë të paktën 16 GB DDR RAM ose më mirë

Karta grafike të mund të lidhet me 2 ekrane njëkohësisht

Kapaciteti i ruajtjes të jetë të paktën 200 GB ose më i mirë

Të mundësojë lidhje Ethernet me një Gigabit

Të mundësojë regjistrim dhe arkivim të DVD-ve mbi të dhënat e pacientit dhe imazheve grafike

Paketat e pas-përpunimit dhe analizës, siç përshkruhen duhet të jenë të gjitha të disponueshme në këtë stacion pune (workstation)

Të mundësojë rindërtim direkt multiplanar, rindërtim vëllimi, perfuzion CT për shumë organe

Të përfshijë: përpunimin angio: MIP (Projeksioni me intensitet maksimal), MPVR (Vëllimi-MPR) dhe Vëllimi

Të mundësojë vlerësimin automatik kardiak i fraksionit të ejectionit, vëllimit të LV dhe RV.
Të shoqërohet me licensën përkatëse

DICOM 3.0 ose lidhje më e mirë:

Të ofrojë shërbimet 'storage', Ofruesi i klasës së shërbimit (service class provider), Përdorimi i klasës së shërbimit (service class user), Printim, Ruajtja (storage commitment), Lista e punës (worklist) së modalitetit, MPPS

Set i aksesorëve CT:

Të ketë set për fantomën QC

Të ketë jastëkë për pozicionimin e pacientit

Të ketë mbështetje për krahun e pacientit

Të ketë tray (table tray)

Injektor kontrasti, i lëvizshëm:

Injektor kontrasti të jetë me telekomandë me dy koka dhe me presion të lartë për t'u sinkronizuar me sistemin CT

Dy shiringa të mund të ngarkohen dhe përdoren njëkohësisht

Shpejtësia e rrjedhjes për çdo shiringë të jetë përafërsisht nërangun nga 0,1 deri në 10 mL/sek

Të ketë vëllimet e përshtatshme: 50 ml, 100 ml, 200 ml

Të disponojë cilësime / databazë të kontrastit dhe parametrat e pacientit, etj

Aksesorët që duhet të përfshihen:

I gjithë softueri duhet të jetë origjinal dhe zyrtarisht i licencuar, pa tarifa/abonime shtesë të kërkuara për funksionimin e pajisjeve dhe stacionit të punës diagnostikuese gjatë ciklit jetësor dhe aplikimit

Të gjitha kabllot, aksesorët, pajisjet e ndërlidhjes që lejojnë montimin e sistemit dhe që lejojnë sistemin të funksionojë në mënyrë korrekte dhe të sigurt me të gjitha funksionet e kërkuara

Të gjitha materialet dhe pajisjet e nevojshme për kryerjen e testeve dhe verifikimeve duhet të sigurohen nga ofertuesi gjatë instalimit

Lidhja elektrike duhet të jetë sipas standardeve shqiptare (përfshirë lidhjen trefazore për pajisjet kryesore dhe 220-240 V AC monofaz për stacionin e punës)

Gjuha për ndërfaqe dhe manuale në anglisht; dhe/ose në shqip

Të përfshihet një tavolinë me sipërfaqe të mjaftueshme për stacionin e punës

Rrjeti elektrik dhe mbrojtja:

Të funksionojë në 230-240 VAC, 50 Hz ose trefazore 380-415 VAC, 50 Hz me transformator të ofruar nga furnizuesi nëse tensioni është i ndryshëm.

Të mundësohet kompensimi automatik i tensionit të linjës prej të paktën $\pm 10\%$.

Mbrojtja nga mbirryma duhet të jetë me ndërprerës elektromagnetik.

UPS :

Të përfshihet UPS që ofron kapacitet rezervë të energjisë në lidhje me sistemin CT scan për rreth 10 minuta ose më mirë

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Lot/Emërtimi i pajisjes	Njesia	Sasia	Spitalet
1	Lot.1 Aparat Anestezie	cope	4	Spitali Diber, Spitali Lushnje, Spitali Tepelene, Spitali Puke
2	Lot2 Respirator	cope	1	Spitali Tropoje
3	Lot3 Grafi-skopi stacionar digjital	cope	2	Spitali Korce, Spitali Elbasan
4	Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike	cope	9	Spitali Kukes, SUOGJ Koco Gliozheni, Spitali Delvine, Spitali Permet, Spitali Gramsh, Spitali Devoll, Spitali Kucove, Spitali Has, Spitali Skrapar
5	Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop	cope	2	Spitali Gjirokaster, Shefqet Ndroqi
6	Lot6 Grafi portabel digjitale	cope	1	Spitali Mirdite
7	Lot7 Sistem komplet Laparaskopi	cope	1	Spitali Vlore
8	Lot8 Sistem komplet artroskopie	cope	1	Spitali Memorial Fier
9	Lot9 Mamografi Digjitale	cope	1	Mbreteresha Geraldine
10	Lot10 CT Scan 64 slice	cope	2	Spitali Shkoder, Spitali Sarande

Afatet e lëvrimit: 60 dite nga nënshkrimi i kontratës.

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfutur fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkm, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT – të njëjta për të gjitha lotet

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë: -

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare **2021, 2022, 2023**, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit/vlera e pritshme e kontratave të lotit apo shumës së loteve për te cilat oferton sipas tabelës së mëposhtme. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Nr	Lot/Emërtimi i pajisjes	Njesia	Sasia	Vlera e pritshme	Xhiro/Kontrata e ngjashme (lek)	Xhiro/Kontrata e ngjashme (euro)
1	Lot.1 Aparat Anestezie	cope	4	12,266,120	4,906,448	48,971
2	Lot2 Respirator	cope	1	2,093,520	837,408	8,358
3	Lot3 Grafi-skopi stacionar digjital	cope	2	32,018,133	12,807,253	127,830
4	Lot4 Echo 3D/4D me aplikim te pergjithshem + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike	cope	9	37,356,570	14,942,628	149,143

5	Lot5 Sistem komplet fibrobronkoskop	cope	2	13,266,667	5,306,667	52,966
6	Lot6 Grafi portabel digjitale	cope	1	7,870,950	3,148,380	31,424
7	Lot7 Sistem komplet Laparaskopi	cope	1	12,006,800	4,802,720	47,936
8	Lot8 Sistem komplet artroskopie	cope	1	9,896,867	3,958,747	39,512
9	Lot9 Mamografi Digjitale	cope	1	15,191,873	6,076,749	60,652
10	Lot10 CT Scan 64 slice	cope	2	117,412,667	46,965,067	468,760

2.3Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 40 % të vlerës së fondit të limit të lotit apo shumatores së fondit limit të loteve për të cilat oferton, **sipas tabelës në pikën 2.2.1.**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

3. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 2 të DST).

4. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 "Për Sistemin e menaxhimit të cilësisë për pajisjet mjekësore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për prodhuesin/distributorin zyrtar të autorizuar nga prodhuesi, në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

5. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015/ose/ ekuivalent, objekti i së cilës t'i përkasë fushës së aktivitetit të OE. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

6. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë konformiteti CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC ose MDR (EU) 2017/745, të përditësuara, për të gjithë artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre, ose certifikimin FDA.

7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, për lejimin e tregëtimit të artikujve të tij.

8. Operatori duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga MSHMS sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

9. Kërkohen të paraqiten katalogë teknikë për artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkua. Në katalogë, duhet të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), specifikimet teknike sipas DST. (Katalogët duhet të ngarkohen në www.app.gov.al së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. **Përshkrimi teknik duhet të jetë në gjuhën shqip ose anglisht**).

10. Deklarate për përmbushjen e afatit të garancisë. Kërkohet minimumi 2 vjet garanci, përfshirë blerjen dhe zëvendësimin e pjesëve të difektuara me pjesë këmbimi të reja dhe origjinale.

11. Vetëdeklarata:

- Që merr përsipër trajnimin e dy personave nga stafi përdorues për cdo pajisje.
- Për furnizimin sipas kërkesës së AK, me pajisje të reja, sipas prodhuesit të deklaruar në ofertë.
- Për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST.
- Që merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.

12. Ofertuesi duhet të ketë në stafin e tij inxhinier/ë:

inxhinier biomedikal ose elektronik ose informatik ose elektrik, të trajnuar për pajisjen/t objekt prokurimi për të cilën/at ofertën.

Per kete duhet te paraqese:

- Diplomen perkatese
- CV
- Kontrate pune
- Certifikata/ose deshmi trajnimi të tyre për pajisjen/t objekt prokurimi për të cilën/at ofertën.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me paraqitjen e formularit të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8 të DST.

Shenim:

Referuar pikës 1, të nenit 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, i **ndryshuar**, ku parashikohet : “*Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla*”, si dhe përcaktimet e pikës 6, të këtij neni, ku parashikohet: “**Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuar me origjinalin**”.

Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruar

○ **CERTIFIKATAT E CILËSISË**

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

Shënim për operatorët ekonomik:

Për Lot 4 Echo 3D/4D me aplikim të përgjithshëm + sonde lineare + sonde kardiake + sonde konvekse + sonde gjinekologjike duhet të jepet Çmimi për Echo dhe çmimi për çdo sonde.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none"> Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se, deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.</p>
<p>Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. <p>Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.</p> <p>Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).</p> <p>Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.</p>
<p>Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".</p> <p>Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.</p>

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none">Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.
<i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i>

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:	<u>Punonjës</u> Po [] Jo []

<p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraparak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*



Shtojca 9

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë *[emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit]* sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej *[vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]*, siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

_____ *e shprehur në shifra dhe në fjalë)*

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termat dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 15: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 17: Draftmarreveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 18: Draftmarreveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 14

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

1.1.1.1 "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.

1.1.1.2 "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.

1.1.1.3 "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.

1.1.1.4 "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.

1.1.1.5 "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.

1.1.1.6 "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.

1.1.1.7 "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.

1.1.1.8 "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.

1.1.1.9 "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

1.1.1.10 "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.

1.1.1.11 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.1.1.12 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

1.1.2 Palët e Kontratës

1.1.2.1 "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.

1.1.2.2 "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.

1.1.2.3 "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.

1.1.2.4 "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.

1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi

1.1.3.1 "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.

1.1.3.2 "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.

1.1.4 Mallrat

1.1.4.1 "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.

1.1.4.2 "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.

1.1.5 Përkufizime të tjera

1.1.5.1 "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.

1.1.5.2 "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".

1.1.5.3 "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".

1.1.5.4 "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.

1.1.5.5 "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.

1.1.5.6 Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndaluar" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënie ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penaliteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënie ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifën e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.

-
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve të Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.
- Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.
- Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

-
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuar në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.

-
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

-
- 22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

24.2

Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës**25.1 Njoftim për të korrigjuar**

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit**26.1**

Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në

mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 15

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikon e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 17

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj draftë marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

- 1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.
- 1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.
- 1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.
- 1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat**Për Kontraktorin****Për Autoritetin /Entin Kontraktor**

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 18

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 19: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 20: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 22 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 23: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 19**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përllogaritur e prokurimit

(Vlera e përllogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 20:

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p>

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 21

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi pikët

etj. pikë

ose

B) oferta ekonomisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

□□/□□/□□□□

Shtojca 22

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____**3. Objekti i kontratës** _____**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** _____**5. Fondi Limit**

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 23

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

