



REPUBLIKA E SHQIPERISE
AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK
MINISTRIA E SHENDETESISE DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

DOKUMENTAT STANDARDE TË TENDERIT PËR
PROCEDURËN E HAPUR MBI KUFIRIN E LARTE MONETAR
MALLRA¹

“Furnizim me paisje dhe aparatura mjekësore për SUT e ndarë në lote” e ndare ne 12 lote

Fondi limit ne total: 298,950,666.66 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) Lekë pa TVSH ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **3,000,006.70 (tre milionë e gjashtë pik shtatë)** Euro pa TVSH

REF-17694-09-02-2024

¹ Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash, Autoriteti /Enti kontraktor do t'i referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

NJOFTIME

NJOFTIMI PARAPRAK I INFORMACIONIT/ NJOFTIMI PERIDIOK I INFORMACIONIT

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor nëse aplikohet)

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor;

Emri _____

Adresa _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Njësi e autoriteteve vendore

Institucioni i pavarur

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

I deleguar

Organ Qendror blerës

Të tjera

1.4 Emri dhe adresa e personit të kontaktit:

Personi (at) përgjegjës për prokurimin: _____

Tel/faks _____

E-mail _____

1.5 Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP):

1.6 Lloji i procedurës së prokurimit: _____

1.7 Tipi i kontratës: _____

1.8 Fondi limit i përlogaritur për këtë kontratë/marrëveshje kuadër/Fondi limit i përlogaritur për këtë objekt siç është planifikuar në parashikimin buxhetor të Autoritetit/Entit Kontraktor

(në rastin e marrëveshjeve kuadër ose kontratave shumëvjeçare) :

1.9 Kohëzgjatja e përafërt e kontratës/marrëveshjes kuadër : _____

1.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër dhe/ose Lotit (eve), nëse përdoren:

1.11. Lloji i Marrëveshjes Kuadër, nëse është rasti:

1.12 Kohën e përafërt për zhvillimin e procedurës së prokurimit:

1.13 Informacion tjetër që konsiderohet i dobishëm nga autoriteti/enti kontraktor: _____

Seksioni 2: Objekti i Kontratës: “Furnizim me pajisje dhe aparatura mjekësore për SUT e ndarë në lote” e ndare ne 12 lote

- LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”
- LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”
- LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”
- LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”
- LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”
- LOTI 6 – “Furnizim me Trepanë Elektrike për Sallat Operatore”
- LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”
- LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”
- LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”
- LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjisë Maksilofaciale”
- LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”
- LOTI 12 – “Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore”

2.1 Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve) REF-17694-09-02-2024

Nr. / Loti	Nr. Reference
1	REF-17697-09-02-2024
2	REF-17699-09-02-2024
3	REF-17702-09-02-2024
4	REF-17705-09-02-2024
5	REF-17707-09-02-2024
6	REF-17709-09-02-2024
7	REF-17711-09-02-2024
8	REF-17713-09-02-2024
9	REF-17715-09-02-2024
10	REF-17717-09-02-2024
11	REF-17719-09-02-2024
12	REF-17721-09-02-2024

2.2 Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP) 33100000-1 Pajisje mjekësore

2.3 Lloji i “Kontratës Publike për furnizim”

Blerje	Marrje me qira	Blerje me këste	Një kombinim i këtyre
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.4 Kontrata në bazë të Marrëveshjes Kuadër:

Po X Jo

2.5 Lloji i Marrëveshjes Kuadër:

Me një Operator Ekonomik
 Me disa Operatorë Ekonomikë
 Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo

2.6 Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik:

Në rastin e Marrëveshjes Kuadër me një Operator Ekonomik, kur janë përcaktuar të gjitha kushtet, më poshtë të jepen arsyet e përzgjedhjes

Në zbatim të nenit 52/3 të ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, në nenin 64 të VKM-së nr.285 datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, përcaktohet se: “Kontratat e bazuara në marrëveshjet kuadër të lidhura me disa operatorë ekonomikë, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, duhet të akordohen brenda kufijve dhe kushteve të parashikuara në marrëveshjen kuadër. Meqenëse këto marrëveshje kuadër vlerësohen si kontrata, nuk lejohet të bëhen ndryshime të kushteve të tyre, pasi kjo do të konsiderohej shkelje e kontratës. Nëse nevojat e autoritetit kontraktor ndryshojnë, atëherë autoriteti kontraktor duhet të prokurojë një marrëveshje kuadër të re.

2.7 Marrëveshje Kudër me disa operatorë ekonomikë:

Numri i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër: 1 OE per secilin lot (Këtu, duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë, me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër)

2.8 Kushtet që duhet të zbatohen në rastin e rihapjes së konkurrimit:

	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	Nuk do të ketë rihapje të konkursit. Kontrata/ kontratat do të lidhen sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor të përcaktuara në pikën 2.9 të DT, me operatorin ekonomik të suksesshëm.
--	--	--

2.9 Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: (këtu duhet të listohen të gjitha autoritetet/entet kontraktore që do të jenë palë përfutuese nga marrëveshja kuadër)

Spitali Universitar i Traumes

2.10 Përshkrimi i shkurtër i kontratës / Marrëveshjes Kuadër

Fondi limit/vlera e prithshme e kontratës ne total: 298,950,666.66 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **3,000,006.70** (tre milionë e gjashtë pik shtatë) Euro pa TVSH.

- **LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”, me fond limit: 146,080,000** (njëqind e dyzet e gjashtë milionë tetëdhjetë mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **1,465,930.76** (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë pik shtatëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”, me fond limit: 24,626,666.67** (njëzet e katër milionë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **247,131.63** (dyqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e një pik gjashtë tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”, me fond limit: 30,343,333.33** (tridhjetë milionë e treqind e dyzet e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **304,499.08** (treqind e katër mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pik zero tetë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”, me fond limit: 37,953,333.33** (tridhjetë e shtatë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **380,866.37** (treqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik tridhjetë e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”, me fond limit: 13,513,333.33** (trembëdhjetë milionë e pesëqind e trembëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **135,607.96** (njëqind e tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatë pik nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 6 – “Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore”, me fond limit: 10,590,666.67** (dhjetë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **106,278.64** (njëqind e gjashtë mijë dyqind e shtatëdhjetë e tetë presje gjashtë katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”, me fond limit: 12,500,000** (dymbëdhjetë milionë pesëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **125,439.04** (njëqind e njëzet e pesë mijë e katërqind e tridhjetë e nëntë pik zero katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”, me fond limit: 3,810,000** (tre milionë e tetëqind e dhjetë mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,233.82** (tridhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre pik tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH.

- **LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”,** me fond limit: **3,600,000** (tre milionë e gjashtëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **36,126.44** (tridhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e gjashtë pik dyzet e katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale”,** me fond limit: **6,733,333.33** (gjashtë milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **67,569.83** (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pik tetëdhjetë e tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”,** me fond limit: **3,800,000** (tre milionë e tetëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,133.47** (tridhjetë e tetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre pik dyzet e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 12 – “Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore”,** me fond limit: **5,400,000** (pesë milionë katërqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **54,189.66** (pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.

2. Në rastin kur, objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është_**
NUK APLIKOHET

3. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit

4. Kodi Output: 1017138

5. Tipi:

Investime Kodi: 231 Vlera: **298,950,666.66**

Shërbime Kodi: _____ Vlera: _____

2.11 Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

Ose

Fillon më / / mbaron më / /

2.11.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:

Kohëzgjatja në muaj: 12 ose ditë: 365 (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër)

Ose fillon më _____/_____/_____ (d/m/v)

mbaron më ____/____/____ (d/m/v)

2.12 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës:

2.13 Ndarja në Lote:

Po **X** **Jo**

Nëse po,

2.14 Përshkrimi i shkurtër i Loteve:

(objekti dhe fondi limit për secilin Lot)

- **LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”, me fond limit: 146,080,000** (njëqind e dyzet e gjashtë milionë tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **1,465,930.76** (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë pik shtatëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”, me fond limit: 24,626,666.67** (njëzet e katër milionë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **247,131.63** (dyqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e një pik gjashtë tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”, me fond limit: 30,343,333.33** (tridhjetë milionë e treqind e dyzet e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **304,499.08** (treqind e katër mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pik zero tetë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”, me fond limit: 37,953,333.33** (tridhjetë e shtatë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **380,866.37** (treqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik tridhjetë e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”, me fond limit: 13,513,333.33** (trembëdhjetë milionë e pesëqind e trembëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **135,607.96** (njëqind e tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatë pik nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 6 – “Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore”, me fond limit: 10,590,666.67** (dhjetë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **106,278.64** (njëqind e gjashtë mijë dyqind e shtatëdhjetë e tetë presje gjashtë katër) Euro pa TVSH.

- **LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”,** me fond limit: **12,500,000** (dymbëdhjetë milionë pesëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **125,439.04** (njëqind e njëzet e pesë mijë e katërqind e tridhjetë e nëntë pik zero katër) Euro pa TVSH
- **LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”,** me fond limit: **3,810,000** (tre milionë e tetëqind e dhjetë mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,233.82** (tridhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre pik tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH.
- **LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”,** me fond limit: **3,600,000** (tre milionë e gjashtëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **36,126.44** (tridhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e gjashtë pik dyzet e katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale”,** me fond limit: **6,733,333.33** (gjashtë milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **67,569.83** (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pik tetëdhjetë e tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”,** me fond limit: **3,800,000** (tre milionë e tetëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,133.47** (tridhjetë e tetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre pik dyzet e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 12 – “Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore”,** me fond limit: **5,400,000** (pesë milionë katërqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **54,189.66** (pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.

2.14.1 Një ofertues mund të aplikojë për:

X një Lot,

X disa Lote,

X të gjitha Lotet.

Për secilin Lot duhet të paraqitet një ofertë e veçantë.

2.14.2 Numri maksimal i Loteve për ofertues:

Specifikoni numrin maksimal të Loteve që mund t'i jepen një ofertuesi: 12 (dymbëdhjetë)

2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t'i jepen ofertuesit:

Specifikoni kriteret për të përcaktuar Lotet që do të jepen, kur ofertuesi shpallet fitues i më shumë Loteve sesa numri maksimal i lejuar në pikën 2.14.2.

2.14.4 Kombinimi i Loteve në një kontratë/kontrata të përbashkëta (Kur të njëjtit ofertues mund t'i jepet më shumë se një Lot):

Po **Jo**

Nëse po, specifikoni grupin e Loteve që mund të kombinohen

2.15 Pranohen variantet:

Po **Jo**

2.15.1 Pranohet nënkontraktimi:

Po **Jo**

Nëse lejohet nënkontraktimi, specifikoni përqindjen e lejuar për nënkontraktim:

(nuk lejohet nënkontraktimi në një masë më të madhe se 50 % e vlerës së kontratës)

2.15.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të kryejë pagesa direkte tek nënkontraktori:

Po **Jo**

Shënime të tjera *(nëse vlerësohen të nevojshme nga autoriteti/enti kontraktor)*

2.16. Mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera:

Specifikoni nëse autoriteti/ enti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, për të cilin ofertuesi nuk lejohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Po **Jo**

Nëse po, të specifikohet detyra, puna, aspekte kritike, që nuk lejohet mbështetja:

2.17 Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) përdoren standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

2.18. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rast se standardet nuk janë të zbatueshme, merret një miratim paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike

3.1 Sigurimi i ofertës: (e zbatueshme në rastin e procedurave të prokurimit me një vlerë më të lartë se sa prokurimi me vlerë të vogël).

Në rastin e kontratave sektoriale, enti kontraktor, në bazë të diskrecionit të tij, mund të kërkojë sigurimin e ofertës edhe për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojcës 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është në total: **5,979,013.33 (pesë milionë e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë trembëdhjetë presje tre tre)** Leke Ose konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankës se Shqipërisë date 02.09.2024 është): **59,903.95** (pesëdhjetë e nëntë mijë nëntëqind e tre presje nëntë pesë) **Euro**

Në rastet e paraqitjes së ofertave për Lote të veçanta, vlera e sigurimit të ofertës për secilin Lot do të jetë si më poshtë:

Nr Loti	Lek	Euro
Lot 1	2,921,600.00	29,318.61
Lot 2	492,533.33	4,942.63
Lot 3	606,866.67	6,089.98
Lot 4	759,066.67	7,617.33
Lot 5	270,266.67	2,712.16
Lot 6	211,813.33	2,125.57
Lot 7	250,000.00	2,508.78
Lot 8	76,200.00	764.68
Lot 9	72,000.00	722.53
Lot 10	134,666.66	1,351.40
Lot 11	76,000.00	762.66
Lot 12	108,000.00	1,083.80

3.1.2 Autoriteti/ enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/ entit kontraktor AL32 2121 1016 0000 0000 0058 9007 *_(të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor)*

3.1.3 Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën e vlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën:
i. garancisë bankare
ose

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente **X**

3.2 Periudha e vlefshmërisë së ofertës: 180 (shprehur në ditë)

Seksioni 4: Procedura

4.1 Lloji i procedurës: Procedurë e Hapur mbi kufirin e lartë monetar

4.2. Është përdorur njoftimi paraprak / periodik i informacionit:

Po **Jo**

Nëse Po, numri i referencës është _____

4.2.1. Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po **Jo**

4.3 Procedurë e rishpallur:

Po **Jo**

Nëse është një procedurë e rishpallur, ju lutemi plotësoni të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së anuluar të prokurimit _____

b) Objekti i prokurimit të procedurës së anuluar të prokurimit _____

c) Fondi limit i procedurës së anuluar të prokurimit _____ (shuma , monedha)

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto**

Sipas rëndësisë:

çmimi pikët

_____ pikët

_____ pikët

_____ pikët

Autoriteti/ Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

OSE

B) **oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim**

Në rastin e marrëveshjes kuader, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasitë janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

4.5 Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:

Data: 04/10/2024 (d/m/v) ora 10:00

Vendi: www.app.gov.al.

Kur oferta kërkohet të paraqitet në mënyrë elektronike, ofertuesit duhet ta paraqesin atë në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP, www.app.gov.al.

Informacioni mbi ofertat e paraqitura në mënyrë elektronike i transmetohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë paraqitur oferta, me kërkesë të tyre.

4.6 Aplikohet shkurtimi i afatit për pranimin e ofertave, sipas parashikimeve në nenin 42, pika 6, të LPP (e aplikueshme për procedurat e prokurimit mbi kufirin e lartë monetar).

Po



Jo

Nëse po, argumentoni arsyet e shkurtimit të këtij afati:

4.7 Gjuha (ët) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip

X

Anglisht

X

Seksioni 5: Informacione shtesë:

5.1 Dokumente me pagesë (zbatohet vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po



Jo

X

Nëse po

Monedha

Çmimi

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së Dokumenteve të Tenderit (DT) tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomik të interesuar kanë të drejtë të konsultojnë DT përpara blerjes së tyre.

5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyra e blerjes së dokumenteve të tenderit (kur është e aplikueshme)

Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.

- Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softëerike.

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

02/09/2024

FTESE PËR OFERTË

(shënoni emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor) fton për paraqitjen e ofertave në procedurën për furnizimin e mallrave në vijim:

.....
.....
.....

(jepni një përshkrim të saktë të mallrave dhe sasisë konkrete të kërkuar:

Vendi i dorëzimit të mallrave: (jepni një përshkrim të shkurtër) _____

Koha e dorëzimit/lëvrimit: Mallrat duhet të dorëzohen brenda datës _____

Ofertat duhet të paraqiten në:

.....[jepni adresën e saktë]

Afati i fundit për pranimin e ofertave:

.....

[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret për përcaktimin e ofertës fituese _____

Forma e komunikimit:

Forma shkresore

Forma elektronike (e-mail, faks, etj.)

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor, për publikim në

Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri Spitali Universitar i Traumës
Adresa Rruga “Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë
Tel/Fax 04 453 2225
E-mail spitalitraumes@shendetesia.gov.al

Personat përgjegjës për prokurim

Gentian Halilaj

Email : gentian.halilaj@sut.gov.al

Edmond Papa

Email : edmond.papa@sut.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: – Procedure e hapur mbi kufirin e larte monetar

3. Numri i referencës së procedurës /Lotit: REF-17694-09-02-2024

Nr. / Loti	Nr. Reference
1	REF-17697-09-02-2024
2	REF-17699-09-02-2024
3	REF-17702-09-02-2024
4	REF-17705-09-02-2024
5	REF-17707-09-02-2024
6	REF-17709-09-02-2024
7	REF-17711-09-02-2024
8	REF-17713-09-02-2024
9	REF-17715-09-02-2024
10	REF-17717-09-02-2024
11	REF-17719-09-02-2024
12	REF-17721-09-02-2024

4. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: “Furnizim me paisje dhe aparatura mjekësore për SUT e ndarë në lote” e ndare ne 12 lote,

- LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”
- LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”
- LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”
- LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”
- LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”
- LOTI 6 – “Furnizim me Trepanë Elektrike për Sallat Operatore”
- LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”

- LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”
- LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”
- LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjisë Maksilofaciale”
- LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”
- LOTI 12 – “Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore”

5. Fondi limit i procedurës: 298,950,666.66 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **3,000,006.70** (tre milionë e gjashtë pik shtatë) Euro pa TVSH.

- **LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”, me fond limit: 146,080,000** (njëqind e dyzet e gjashtë milionë tetëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **1,465,930.76** (një milion e katërqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e tridhjetë pik shtatëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”, me fond limit: 24,626,666.67** (njëzet e katër milionë e gjashtëqind e njëzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **247,131.63** (dyqind e dyzet e shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e një pik gjashtë tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”, me fond limit: 30,343,333.33** (tridhjetë milionë e treqind e dyzet e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **304,499.08** (treqind e katër mijë e katërqind e nëntëdhjetë e nëntë pik zero tetë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”, me fond limit: 37,953,333.33** (tridhjetë e shtatë milionë e nëntëqind e pesëdhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **380,866.37** (treqind e tetëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik tridhjetë e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”, me fond limit: 13,513,333.33** (trembëdhjetë milionë e pesëqind e trembëdhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **135,607.96** (njëqind e tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatë pik nëntëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 6 – “Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore”, me fond limit: 10,590,666.67** (dhjetë milionë e pesëqind e nëntëdhjetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë pik gjashtëdhjetë e shtatë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **106,278.64** (njëqind e gjashtë mijë dyqind e shtatëdhjetë e tetë presje gjashtë katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”, me fond limit: 12,500,000** (dymbëdhjetë milionë pesëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **125,439.04** (njëqind e njëzet e pesë mijë e katërqind e tridhjetë e nëntë pik zero katër) Euro pa TVSH

- **LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”**, me fond limit: **3,810,000** (tre milionë e tetëqind e dhjetë mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,233.82** (tridhjetë e tetë mijë e dyqind e tridhjetë e tre pik tetëdhjetë e dy) Euro pa TVSH.
- **LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”**, me fond limit: **3,600,000** (tre milionë e gjashtëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **36,126.44** (tridhjetë e gjashtë mijë e njëqind e njëzet e gjashtë pik dyzet e katër) Euro pa TVSH.
- **LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale”**, me fond limit: **6,733,333.33** (gjashtë milionë e shtatëqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre pik tridhjetë e tre) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **67,569.83** (gjashtëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë pik tetëdhjetë e tre) Euro pa TVSH.
- **LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”**, me fond limit: **3,800,000** (tre milionë e tetëqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **38,133.47** (tridhjetë e tetë mijë e njëqind e tridhjetë e tre pik dyzet e shtatë) Euro pa TVSH.
- **LOTI 12 – “Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore”**, me fond limit: **5,400,000** (pesë milionë katërqind mijë) **Lekë pa TVSH** ose fondi limit në Euro (sipas kursit të këmbimit i datës 02.09.2024 nga BSH): **54,189.66** (pesëdhjetë e katër mijë e njëqind e tetëdhjetë e nëntë pik gjashtëdhjetë e gjashtë) Euro pa TVSH.

6. Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 (dymbëdhjetë) muaj duke filluar nga data e lidhjes se marrëveshjes kuadër.

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: **04.10.2024 Ora:10:00**

[Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

PLANIFIKIMI I

KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR

<input type="checkbox"/> Mallra:		
Numri i përafërt i kontratave të planifikuara për t'u dhënë në bazë të Marrëveshjes Kuadër		

Numri i kontratës	Titulli i kontratës	Përshkrimi i shkurtër i kontratës
01	_____	_____
02	_____	_____
03	_____	_____
...	_____	_____

Shënim: Ak do te nenshkruaje minimumi nje kontrate furnizimi per cdo OE te shpallur fitues (te ndare sipas loteve) përgjatë periudhës 12 mujore te Marrveshjes kuadër.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR NDRYSHIMIN E DOKUMENTAVE TË TENDERIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marreveshjes Kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit : _____

9. Justifikimi, argumentat përkatëse dhe referencat ligjore për nevojën e ndryshimit të dokumentave të tenderit:

10. Nëse shtyhet afati i fundit për pranimin e ofertave, të shënohet afati i ri i përcaktuar: _____

Shënim:

Këtij njoftimi duhet t'i bashkëngjitet shtojca e ndryshimeve në dokumentat e tenderit.

(Për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

NJOFTIMI PËR MODIFIKIMIN E MARRËVESHJES KUADËR/KONTRATËS GJATË ZBATIMIT

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Kontaktet e personit (ave) përgjegjës për prokurimin:

Emri _____
E-mail _____

3. Lloji i procedurës së prokurimit: _____

4. Lloji i kontratës /Marrëveshjes kuader: _____

5. Numri i referencës për procedurën / Lotin: _____

6. Objekti i kontratës / Marrëveshjes Kuadër : _____

7. Kodi sipas Fjalorit të Përbashkët të Prokurimit (FPP): _____

8. Fondi limit: _____

9. Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:

10. Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e mallrave:

11. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: _____

12. Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): _____

13. Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: _____

Dhe afati i ri (nëse është rasti): _____

14. Emri dhe adresa e operatorit/ëve Ekonomikë:

Emri _____

NIPT: _____

Adresa _____

Kontaktet _____

15. Data e nënshkrimit të modifikimit : _____

16. Burimi i financimit: _____

17. Informacion tjetër që vlerësohet i nevojshëm nga autoriteti/enti kontraktor _____

DOKUMENTAT E TENDERIT

Përmbajtja:

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë (Udhëzime)

Teksti në Seksionin I nuk mund të modifikohet nga Autoriteti/Enti kontraktor ose operatorët ekonomikë, përveç informacionit të plotësuar sipas Njoftimit të Kontrates.

Seksioni II: Shtojcat

Seksioni II përfshin Shtojcat, të cilët duhet të plotësohen nga Operatori Ekonomik dhe të paraqiten si pjesë e ofertës së tij, si dhe Shtojcat që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor si, specifikimet teknike, kriteret e përzgjedhjes së ofertuesve, sasia dhe grafiku i levrimit.

Seksioni III. Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Seksioni III përmban Kushtet e Përgjithshme dhe të Vecanta që do të zbatohen për të gjitha Kontratat, Formularin e sigurimit të kontratës, si dhe formularë që duhet të nënshkruhen nga të dy palët si, draftet e marrëveshjeve kuadër, sipas llojeve të tyre.

Seksioni IV: Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Seksioni IV përfshin formularët standard që përdoren nga operatorët ekonomikë, në procesin e ankimit pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik, si dhe njoftimet që duhet të plotësohen nga autoriteti/enti kontraktor në përfundim të procesit të prokurimit.

Seksioni I: Udhëzime për Operatorët Ekonomikë

A. TË PËRGJITHSHME

- | | |
|--|---|
| 1. Objekti i prokurimit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Objekti i procedurës së prokurimit, si dhe numri i kontratave (Loteve) dhe objektet e tyre përcaktohen në njoftimin e kontratës. 2. Përveç nëse specifikohet ndryshe më poshtë, përkufizimet dhe interpretimet në këto Dokumente të Tenderit do të jenë sipas përcaktimeve të Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPP). |
| 2. Operatorët Ekonomikë të përshtatshëm | <ol style="list-style-type: none"> a) Operator Ekonomik është çdo person fizik ose juridik ose ent publik apo grup personash/entesh, sipas Udhëzimeve për Operatorët Ekonomikë (këtu e më tej referuar si "Udhëzimet"). |

Në rastin e një bashkimi operatorësh ekonomikë (BOE):

- 1.1. të gjithë operatorët, anëtarë të këtij bashkimi do të kenë përgjegjësi të përbashkët dhe solidare;
- 1.2. BOE i bashkëlidh Ofertës së tij një marrëveshje ndërmjet palëve ku caktohet dhe autorizohet edhe Përfaqësuesi, i cili do të ketë autoritetin të përfaqësojë BOE gjatë procedurës së prokurimit dhe, në rast se BOE shpallet fituese e Kontratës, edhe gjatë zbatimit të Kontratës.

b) Operatori Ekonomik duhet të konsultohet me të gjitha udhëzimet, formularët, termat dhe specifikimet në Dokumentet e Tenderit. Mosdhënia nga operatori ekonomik e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në Dokumentet e Tenderit do të çojë në refuzimin e Ofertës.

3. Sqarimi i Dokumenteve të Tenderit

Ofertuesi i mundshëm mund të kërkojë sqarime për dokumentet e tenderit nga autoriteti/enti kontraktor, i cili duhet t'i përgjigjet çdo kërkesë për sqarim të dokumenteve të tenderit, të bërë nga çdo operator ekonomik, me kusht që kërkesa të jetë marrë jo më vonë se 6 ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave.

Autoriteti/Enti kontraktor duhet të përgjigjet brenda 3 ditëve nga depozitimi i kërkesës, në mënyrë që të bëjë të mundur dorëzimin e ofertës në kohë nga operatori ekonomik dhe, pa identifikuar burimin e kërkesës, duhet t'ua komunikojë sqarimin përkatës të gjithë operatorëve ekonomikë, që kanë tërhequr dokumentet e tenderit.

4. Ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit

1. Në çdo kohë para afatit të fundit për paraqitjen e ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i ndryshojë Dokumentet e Tenderit duke hartuar një shtojcë, me këto ndryshime.
2. Çdo shtojcë do të jetë pjesë e Dokumenteve të Tenderit dhe do të publikohet në të njëjtën mënyrë sc është bërë publikimi i Dokumentat ë Tenderit.
3. Nëse ndryshimi i Dokumenteve të Tenderit bëhet në gjysmën e parë të afatit për pranimin e Ofertave, autoriteti apo enti kontraktor mund të zgjasin afatin për pranimin e ofertave. Nëse dokumentet e tenderit ndryshohen në gjysmën e dytë

të afatit për paraqitjen e ofertave, autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin e fundit për paraqitjen e ofertave me të paktën 10 ditë për procedurat mbi kufirin e lartë monetar dhe me të paktën 7 ditë për procedurat nën kufirin e lartë monetar.

B. PËRGATITJA E OFERTAVE

1. **Shpenzimet e ofertimit** Operatori Ekonomik përballon të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe paraqitjen e ofertës së tij, dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk ka detyrime apo përgjegjësi për këto shpenzime, pavarësisht nga zhvillimi apo rezultati i procedurës.
2. **Gjuha e Ofertës** Oferta, si dhe të gjitha korrespondencat dhe dokumentet në lidhje me procedurën e prokurimit do të paraqiten në gjuhën/gjuhët e specifikuar në njoftimin e kontratës. Dokumentet mbështetëse dhe literatura e printuar që janë pjesë e Ofertës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse në gjuhën e specifikuar në njoftim.
3. **Dokumentet përbërëse të Ofertës** Oferta do të përmbajë të gjitha dokumentet mbështetëse siç kërkohet nga Autoriteti/Enti kontraktor.
4. **Formularët e tenderit dhe Listat Çmimeve** Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Ofertës në përputhje me formularin e paraqitur në Seksionin II: Të gjithë Formularët shoqëruar duhet të plotësohen pa ndonjë ndryshim; nuk do të pranohet asnjë zëvendësues. Të gjitha vendet bosh duhet të plotësohen me informacionin e kërkuar.

Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme dhe të printuar duhet të pajisen me inicialet ose të nënshkruhen nga Personi (at) e Autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i nënshkruar nga Personat e Autorizuar.
5. **Ofertat Alternative** Përveç nëse përshkruhet ndryshe në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit propozimet alternative ose kohët alternative për përfundimin, nuk do të merren parasysh.
6. **Çmimet**
 1. Çmimet e ofruara nga Operatori Ekonomik në Formularin e Ofertës do të jenë në përputhje me kërkesat e specifikuara në njoftimin e kontratës dhe dokumentat e tenderit.
 2. Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të dorëzohen, sasi të dhe çmimin e tyre.
 3. Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën sipas Njoftimit të Kontratës, duke përfshirë edhe tatimet dhe taksat që zbatohen, pa përfshirë TVSH-në. Nëse çmimet kuotohen në valutë të huaj siç përcaktohet në Njoftimin e Kontratës, atëherë ato duhet të konvertohen në Lekë shqiptare (Lekë) sipas kursit të këmbimit të caktuar nga Banka Qendrore e Shqipërisë në ditën e dërgimit për publikim të Njoftimit të Kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.

4. Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të Ofertës për të gjitha Mallrat pa TVSH. Vlera e TVSH-së, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të Ofertës.

Në rastin e një Marrëveshje Kuadër ku NUK përcaktohen të gjitha kushtet, çmimet për kontratat bazuar në Marrëveshjen Kuadër nuk janë të fiksuara, ato janë objekt i ndryshimit pas një mini – konkurrimi midis Operatorëve Ekonomikë, palë në Marrëveshjen Kuadër.

- 7. Monedhat** Monedha (at) e ofertave dhe monedha (at) e pagesës do të jenë siç specifikohet në njoftimin e kontratës.
- 8. Provueshmëria e Kualifikimeve të Operatorit Ekonomik** Për të provuar kualifikimet e tij për realizimin e Kontratës, Operatori Ekonomik do të japë informacionin e kërkuar në Seksionin II: Shtojcat.
- 9. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës**
1. Ofertat do të jenë të vlefshme për periudhën e specifikuar në Njoftimin e Kontrates pas afatit të paraqitjes së Ofertave të përcaktuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor; Oferta për një periudhë më të shkurtër nuk është e vlefshme dhe do të refuzohet.
 2. Sigurimi i Ofertës mund të paraqitet në njërin nga format e mëposhtme:
 - a) Pagesa nga ofertuesi, në vlerë monetare, në llogarinë e autoritetit/entit kontraktor
 - b) Garanci bankare
 - c) Garanci sigurimi

Dokumentet e mësipërme duhet të jenë të vlefshme gjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së Ofertës.
 3. Periudha e vlefshmërisë së Ofertës fillon nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së ofertave, Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund ta refuzojë këtë kërkesë me shkrim, pa humbur të drejtën për rimbursim të Sigurimit të Ofertës, kur ka një të tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së Ofertës njofton Autoritetin/Entin Kontraktor me shkrim dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti/Enti Kontraktor në lidhje me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së Ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti/Enti Kontraktor e refuzon Ofertën.
- Nëse autoriteti / enti kontraktor nuk i ka bërë një kërkesë me shkrim operatorit ekonomik për të zgjatur periudhën e vlefshmërisë së ofertës, sipas parashikimit të paragrafit të parë të kësaj pike, atëherë operatorit ekonomik nuk mund të penalizohet për këtë, pra sigurimi i ofertës së tij nuk konfiskohet.

- 10. Formati dhe Nënshkrimi i Ofertave** Në përgjigje të Njoftimit të Kontratës, çdo Operator Ekonomik paraqet ofertën sipas formularëve standard në këtë DT. Oferta nënshkruhet nga personi/personat përgjegjës të autorizuar për këtë qëllim.

D. PARAQITJA DHE HAPJA E OFERTAVE

- 11. Paraqitja e Ofertave**
- 11.1 Në procedurat e prokurimit që zhvillohen me mjete elektronike, operatorët Ekonomikë duhet të ngarkojnë ofertën e tyre në sistemin e prokurimit elektronik, sipas përcaktimeve në manualët përkatëse.
- 11.2 Lidhur me procedurat e prokurimit, që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të paraqesin vetëm ofertën origjinale të mbyllur në një zarf jotransparent, të vulosur dhe të firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: "Ofertë për Furnizimin e Mallrave; Njoftimi Nr. ___.
- “MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËM KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTAVE, JO PËRPARA - ----- d/m/v, në orën-----” .**
- 12. Afati i fundit për paraqitjen e Ofertave** Oferta duhet të paraqitet brenda afati të përcaktuar nga autoriteti/enti kontraktor. Nëse autoriteti/enti kontraktor zgjat afatin kohor për pranimin e ofertave, operatorët ekonomikë, mund të paraqesin ofertat e tyre brenda afatit të zgjatuar.
- Data e hapjes së ofertave do të jetë e njëjtë me afatin e fundit të paraqitjes së ofertave. Nëse për arsye objektive, të shkaktuara nga një situatë e paparashikuar nga autoriteti/enti kontraktor në kohën e fillimit të procedurës, është e pamundur të respektohet afati për hapjen e ofertave nga autoriteti ose enti kontraktor, arsyeja duhet të dokumentohet dhe të caktohet një datë e re për hapjen e ofertave.
- Ofertuesit ose përfaqësuesit e tyre të autorizuar, të cilët kanë paraqitur oferta, ftohen të marrin pjesë në hapjen e ofertave, nëse janë të interesuar. Mosparaqitja e tyre nuk pengon hapjen e ofertave.
- 13. Ofertat me vonesë** Autoriteti/Enti Kontraktor nuk merr në shqyrtim asnjë ofertë që vjen pas afatit të fundit për paraqitjen e tyre siç specifikohet në Njoftimin e Kontratës. Sistemi i prokurimit elektronik nuk lejon paraqitjen e ofertave që janë në tejkalim të afatit të fundit për paraqitjen e tyre.
- 14. Tërheqja, Zëvendësimi dhe Modifikimet**
1. Operatori Ekonomik mund ta tërheqë, zëvendësojë ose modifikojë ofertën e tij , në çdo kohë deri përpara afatit të fundit të pranimit të ofertave.
2. Në procedurat e prokurimit të cilat zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose tërheqin ofertat e tyre me kusht që modifikimi ose tërheqja të bëhet para skadimit të afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit/Entit Kontraktor me shkrim, para datës së afatit fundit për paraqitjen e ofertave. Zarfi që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet: "MODIFIKIM OFERTE" ose "TËRHEQJE OFERTE".

3. Asnjë ofertë nuk mund të tërhiqet, zëvendësohet ose modifikohet pas afatit të fundit për paraqitjen e ofertave.

15. Hapja e Ofertave Ofertat hapen pas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar për pranimin e ofertave në dokumentat e tenderit.

E. SHQYRTIMI I OFERTAVE

16. Konfidencialiteti Autoriteti/enti kontraktor duhet të ruajë konfidencialitetin sipas përcaktimeve të nenit 16 të LPP-së.

17. Sqarimi i ofertave 1. Autoriteti/Enti Kontraktor, gjatë procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, mund të kërkojë sqarime nga operatorët ekonomikë ofertues. Çdo sqarim i paraqitur nga Operatori Ekonomik që nuk i përgjigjet një kërkesë nga Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të merret në konsideratë. Nuk mund të kërkohet, ofrohet apo lejohet asnjë ndryshim në çmimet ose përmbajtjen e ofertave, përveç rasteve të konfirmimit të korigjimit të gabimeve aritmetike të konstatuara nga Autoriteti/Enti Kontraktor gjatë vlerësimit të ofertave.

18. Përgjegjshmëria e ofertave 1. Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e Dokumenteve të Tenderit pa devijime materiale, rezerva ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

- (a) "**Devijim**" është shmangia nga kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit;
- (b) "**Rezervim**" është përcaktimi i kushteve kufizuese ose mospranimi i plotë i kërkesave të specifikuara në Dokumentet e Tenderit; dhe
- (c) "**Mospranim**" është mosparaqitja e një pjesë ose e të gjithë informacionit ose dokumentacionit të kërkuar në Dokumentet e Tenderit.

2. Nëse një ofertë nuk i përgjigjet kërkesave të Dokumenteve të Tenderit, ajo refuzohet.

F. VLERËSIMI I OFERTAVE

19. Kualifikimi i Operatorit Ekonomik 1. Për një pjesë të kriterëve të pranimit të kërkuara në dokumentat e tenderit, Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit si një provë paraprake në formën e një deklaratë, ku shprehet se Oferta e tij është në përputhje me Kërkesat Teknike, kushtet dhe kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit.

2. Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e kërkuar për të gjitha kriteret për të cilat nuk lejohet vetdeklarim.

4. Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e Ofertës. Në rast të verifikimit të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, ose të Vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton të jetë e vërtetë, Operatori

Ekonomik është në kushtet e parashikuara në nenin 78, pika 1, gërma (a) të Ligji për Prokurimin Publik (LPP).

20. Konvertimi në valutë të vetme

1. Për qëllime vlerësimi dhe krahasimi, monedha (et) e Ofertës do të konvertohet në një monedhë të vetme siç specifikohet në Njoftimin e kontrates.

21. Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese

1. Autoriteti/Enti Kontraktor përcakton ofertën ekonomikisht më të favorshme në bazë të kriterëve të përcaktimit të ofertës fituese që janë përcaktuar në Njoftimin e Kontratës dhe në Dokumentet e Tenderit si më poshtë.

Opsioni 1) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, bazuar në kosto:

Lidhur me kriteret e vlerësimit, duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter, përkatësisht numri i pikëve për secilin kriter dhe mënyra se si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave janë objektive dhe shprehen në shifra. Në çdo rast, kur ka më shumë se një kriter, pesha specifike e kriterit të çmimit nuk duhet të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që mund të marrë një Ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën llogariten pikët e ofertuesve, në çdo rast duhet të jetë:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

P_o - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$ - janë pikët për secilin kriter të vlerësuar

Pikët për secilin kriter llogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1}/O_{k1}$$

P_{k1} _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} _____ Vlera më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Opsioni 2) – Oferta Ekonomikisht më e Favorshme, Bazuar në Çmim:

Kontrata do t'i jepet ofertuesit i cili ka ofruar çmimin më të ulët të ofertës.

SHENIM: Autoriteti/Enti Kontraktor do të zgjedhë vetëm një nga Opsionet si kriter i vlerësimit. Përdorimi i të dy opsioneve në DT e bën procedurën të pavlefshme.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor do t'i japë kontratën Operatorit Ekonomik, Oferta e të cilit ka rezultuar të jetë ekonomikisht më e favorshme.

22. Vlerësimi i ofertave dhe korigjimi i gabimeve aritmetike dhe ofertave anomalisht të ulëta

3. Autoriteti/Enti Kontraktor përdor si kritere vlerësimi një nga kriteret e përcaktuara në Njoftimin e Kontratës.

1. Autoriteti/Enti Kontraktor kontrollon ofertat e paraqitura nëse kanë gabime aritmetike. Nëse ofertat rezultojnë me gabime aritmetike, autoriteti/enti i korigjon këto gabimesi më poshtë:

- (a) Nëse ka një mospërputhje midis çmimit për njësi dhe çmimit total, që rezulton nga shumëzimi i çmimit për njësi me sasinë, çmimi për njësi do të mbizotërojë dhe çmimi total do të ndryshohet përkatësisht.
- (b) Nëse ka ndonjë mospërputhje në çmimin total, kur totali është shuma ose diferenca e nën-totaleve, çmimi nën-total mbizotëron dhe çmimi total korigjohet bazuar në të.
- (c) Nëse ka ndonjë mospërputhje midis fjalëve dhe numrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë. Përrjashtim nga ky rregull është situata kur shuma ka të bëjë me gabimin, i cili do të korigjohet sipas pikave (a) dhe (b) më lart, prandaj në këtë rast shuma në numër mbizotëron dhe ajo me fjalë do të korigjohet.
- (d) Nëse ekziston një mospërputhje midis fjalëve dhe shifrave, shuma me fjalë do të mbizotërojë, përveç nëse shuma e shprehur me fjalë lidhet me një gabim aritmetik, rast në të cilin shuma në shifra do të mbizotërojë në bazë të (a) dhe (b) më sipër.

Në çdo rast, Ofertat me gabime aritmetike refuzohen kur:

- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më shumë se 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar;
- vlera absolute e të gjitha korigjimeve është më pak se 2%, por korigjimi nuk pranohet nga ofertuesi.

2. Kur autoritetet /entet kontraktore vërejnë se oferta është anomalisht e ulët, i kërkojnë operatorit ekonomik të paraqesë brenda tre ditëve pune, shpjegime të çmimit ose kostove të propozuara në ofertë, në përputhje me nenin 93 të LPP-së dhe vlerësojnë informacionin e dhënë, në konsultim me ofertuesin dhe në përputhje me dispozitat e këtij neni.

- Në rast kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët kur zvogëlohet më shumë se 25% të fondit limit të përlllogaritur.
- Në rast kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 93 të LPP-së, oferta konsiderohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më pak se 85% e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, para se të marrë një vendim për kualifikimin e tyre ose jo, në përputhje me nenin 93 të LPP-së.

Në çdo rast, ofertuesi ka detyrimin të justifikojë dhe dokumentojë me prova me shkrim, shpjegime për elementin / elementet specifike të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 93 të LPP-së.

2.1 Formula që duhet zbatuar, për të vlerësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ekzistojnë tre ose më shumë oferta të vlefshme, është si më poshtë:

O - Oferta

MO – Mesatarja e ofertave të vlefshme

N - Numri i ofertave të vlefshme

PR (Zm) – Zbritje e mundshme

MO = O1 + O2 + O3 + ... On / N

PR = 85 % Mo

Vlera e ofertave të vlerësuara < .. PR rrjedhimisht oferta është anomalisht e ulët

3. Nëse një Operator Ekonomik nuk pranon korrigjimin e gabimeve aritmetike, ose nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim për të bindur Autoritetin/Entin Kontraktor, në rast të një oferte anomalisht të ulët, Oferta e tij do të refuzohet.

4. Procesi i hedhjes së shortit

Nëse dy ose më shumë oferta kanë të njëjtin çmim më të ulët ose kanë të njëjtat pikë, atëherë fituesi përcaktohet me short, në prani të ofertuesve. Ofertuesit njoftohen për datën dhe kohën e hedhjes së shortit. Mospjesëmarrja e ofertuesve gjatë procesit të hedhjes së shortit nuk përbën arsye për skualifikim.

D. DHËNIA E KONTRATËS

23. Njoftimi i Fituesit

1. Brenda afatit të vlefshmërisë së Ofertës, Autoriteti/Enti Kontraktor njofton Operatorin Ekonomik të suksesshëm se, Oferta e tij është pranuar, dhe është shpallur fituese.

24. Nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër/ Kontratës

1. Pas konfirmimit të fituesit/ve Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit, nënshkruan dhe fton Operatorin/ët e suksesshëm Ekonomik të nënshkruajë Marrëveshjen kuadër/Kontratën.

2. Autoriteti/Enti Kontraktor i kërkon fituesit një sigurim për realizimin e Kontratës. Shuma e mbulimit për realizimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së Kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, dorëzohet para nënshkrimit të Kontratës.

Sigurimi për realizimin e kontratës mund të paraqitet në një nga format e mëposhtme:

- a) garanci bankare
- b) garanci nga shoqëri sigurimi.

DH. ANKESAT

25. Procedura e ankesës

1. Çdo Operator Ekonomik, i cili ka interes për objektin e prokurimit dhe rrezikon të dëmtohet nga vendimmarrja e autoritetit/entit kontraktor mund të paraqesë ankesë njëkohësisht pranë autoritetit/entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik në lidhje me Dokumentet e Tenderit, kualifikimin, përzgjedhjen ose përcaktimin e ofertës fituese, sipas parashikimeve në LPP dhe aktet nënligjore.
2. Autoriteti/Enti Kontraktor mund t'i kërkojë Komisionit të Prokurimit Publik që të lëshojë masa të ndërmjetme për mospezullimin e procedurës së prokurimit.

E. ANULIMI I PROCEDURËS

26. Anulimi i procedurës

1. Autoriteti / Enti kontraktor publikon Njoftimin për Anulimin e Procedurës së Prokurimit, në të njëjtën mënyrë siç publikon Njoftimin e Kontratës, jo më vonë se 5 (pesë) ditë nga data e skadimit të afatit të fundit për paraqitjen e ankesave, ose dhënien e vendimit përfundimtar për ankimin.
2. Autoriteti/ enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur:
 - a) nuk është paraqitur asnjë kërkesë përkatëse në procedurat me faza;
 - b) nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë;
 - c) konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme;
 - d) për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor ka ndryshuar;
 - e) Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP;

Gjithashtu, Titullari i autoritetit/entit vendos anulimin e procedurës sipas përcaktimeve në nenin 19 te LPP dhe nenin 75 te VKM 285/2021.
3. Kur procedura e prokurimit publik anulohet në përputhje me shkronjën "d" të paragrafit 2, autoriteti/ enti kontraktor nuk duhet të shpallë një procedurë të re për të njëjtin objekt të prokurimit dhe me të njëjtat të dhëna.

SEKSIONI II: LISTA E SHTOJCAVE

Shtojca 1. Formulari i Ofertës

Shtojca 1/1. Formulari i Ofertës

Shtojca 2. Listat e Çmimeve të artikujve

Shtojca 3. Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4. Lista e Informacionit Konfidencial

Shtojca 5. Formulari i Specifikimeve Teknike

Shtojca 6. Formulari i Sasisë dhe Grafikut i lëvrimit

Shtojca 7. Formulari i Kriteve të Përzgjedhjes së Ofertuesve

Shtojca 8. Formulari Përmbledhës i Vetëdeklarimit

Shtojca 9 : Formulari i Njoftimit të skualifikimit

Shtojca 10 Formulari i Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

Shtojca 11- Formulari i Njoftimit të Fituesit (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 12 : Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Paraparak)

Shtojca 13: Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Në përfundim të afateve të ankimit)

Shtojca 1.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:*[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]*, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne *[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]*, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës *[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]*.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimit dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- **[Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];**

f) Çmimi total i Ofertës sonë, me TVSH, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 1/1.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, kur aplikohet si kriter vlerësimi oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmimin më të ulët]

FORMULARI I OFERTËS

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomik shënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sqarimet dhe Shtojcat e nxjerra.

b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi në të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.

c) Ne ofrojmë t'i furnizojmë Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), Mallrat për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në Listën e Çmimeve të Artikujve dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.

c) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:

1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
2. Njoftimin e Kontrates;
3. Kriteret e Përzgjedhjes;
4. Specifikimet teknike, grafikun e lëvrimin dhe sasinë e kërkuar;
5. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
6. Kushtet e Veçanta të Kontratës;
7. Listat e Çmimeve të Artikujve.

d) Norma e fitimit e shprehur në vlere absolute është si më poshtë

1	2	3
Nr.	Përshkrimi i mallrave	Norma e fitimit

Emri i përfaqësuesit të ofertuesit	
Nënshkrimi	
Vula	
Datë _____	

Shtojca 2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

LISTA E ÇMIMEVE TË ARTIKUJVE

Data: _____

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): _____

Monedha: _____

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë artikujt në Formularin e Sasisë dhe grafikut për Mallrat duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar në Listën përkatëse të Çmimeve për artikujt. Artikujt pa çmim do të konsiderohen si artikuj të paofruar dhe do të cojnë në refuzimin e ofertës.

Lista e Çmimeve

1	2	3	4	6	
Artikulli	Përshkrimi i mallit	Sasia	çmimi per njësi	Çmimi total për artikull (3 x 4X)	

1.					
2.					
3.					
4					
	Çmimi total (Mallrat)				_____
Çmimi Neto pa TVSH					
TVSH (%)					
Çmimi total me TVSH:					
Emri i përfaqësuesit të ofertuesit					
Nënshkrimi					
Vula					
Datë _____					

Shtojca 3.

[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr. Referencës në faqen e APP-se

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit/entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës se prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

Shtojca 4.

(Shtojce për tu paraqitur nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti)

Lista e Informacionit Konfidencial

(Shkruani informacionin që dëshironi të mbetet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet mbajtur konfidencial	Numri i faqeve dhe pikave në DST që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet e mbajtjes konfidencial të këtij informacioni	Afati i fundit për mbajtjen konfidencial të këtij informacioni

VËMENDJE

Çdo e dhënë që nuk është regjistruar si konfidenciale do të konsiderohet se për të është dhënë pëlqimi i mbajtësit të një informacioni të tillë dhe Autoriteti/Enti Kontraktor nuk do të jetë përgjegjës për nxjerrjen e këtij informacioni.

Nuk konsiderohet se përbën sekret tregtar informacioni që duhet të bëhet publik sipas ligjit, që ka të bëjë me një shkelje të ligjit ose që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare dhe parimeve të etikës tregtare. Konkreisht: Operatori ekonomik nuk mund të klasifikojë si konfidencial: çmimin e ofertës, listën e çmimeve, katalogun, informacionin lidhur me kriteret e përzgjedhjes së ofertës, dokumentet publike, fragmente nga regjistrat publikë dhe informacione të tjera që duhet të bëhen publike ose që nuk janë konfidenciale në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Përfaqësuesi i Ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

Shtojca 5.

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

SPECIFIKIME TEKNIKE per procedurën: “Furnizim me paisje dhe aparatura mjekësore për SUT e ndarë në lote” e ndare ne 12 lote, si me poshte:

Loti 1- Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë:

Nr	Emertimi	Sasia
1	Sistem i lëvizshëm me rreze X, për aplikime neurokirurgjikale	1
2	Sistem Neuroendoskopie kraniale dhe spinale	1
3	Krevat spitalor për pacientet ne shërbimin e neurokirurgjisë	20

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Sistem i lëvizshëm me rreze X, për aplikime neurokirurgjikale:

Sistem imazherie shumëdimensional kirurgjikal, i lëvizshëm për përdorim në procedurat spinale, ortopedike, kraniale.

Sistemi te përbehet nga dy pjesë te lëvizshme: Sistemi i përfutimit te imazhit dhe Stacioni mobile i shikimit.

Sistemi përfutimit te imazhit duhet te ketë sistem transporti te motorizuar me bateri që lejon lëvizjen dhe përdorimin në salla operacioni të ndryshme.

- Stacion vrojtimi i lëvizshëm ne karroce me monitor dixhital, jo me te vogël se 30".
- Sistemi te ketë Fluoroscopi ne 2D dhe skanim te shpejtë te imazhit ne 3D ne jo me shume se 13 sekonda.
- Sistemi te suportoje imazh volumetrik tre-dimensional me shfaqje të shpejtë ne ekran te rindertimit tre-dimensional me tre pamje ortogonale.
- Sistemi te jete i pajisur me mouse wireless dhe steril.
- Unaza e mbyllur ne forme "O" te mund te hapet ne forme "C" per nje aksesim me te lehte te pacientit, si dhe te mundësojë aksesim lateral te pacientit.
- Unaza e mbyllur ne forme "O" te mundesoje flouroskopi dy-dimensionale.
- Unaza e mbyllur ne forme "O" te mundesoje imazh ne 3D.
- Unaza te ketë mbulesa sterile për imazh intra-operativ ne mjediset sterile.
- Sistemi i pozicionimit te gantry duhet te jete plotësisht i motorizuar dhe me funksion memorizimi.

- Lëvizjet e motorizuar te gantry duhet te jene paktën: lart- poshtë, majtas-djathtas, para- mbrapa, tilt, lekundese izolekundese.
- Memoria te jete e programueshme dhe te mund te programohen deri ne 4 pozicione te gantry ne lidhje me pacientin.
- Unaza e mbyllur rrethore te mundësojë një imazh te plote prej 360 gradësh.
- Duhet te ketë një përfitim imazhi te paktën 30 fps
- Te regjistroje deri ne 390 imazhe me definicion standard ne 360 grade ne me pak se 15 sekonda.
- Te mund te regjistroje deri ne 760 imazhe ne 360 grade ne me pak se 30 sekonda. Imazhet te jene tre-dimensionale me definicion te larte.
- Te ketë drite lazer orientuese për te udhëzuar pozicionimin e pacientit brenda unazës.
- Te realizoje ndërthurjen jo me pak se 9 imazheve ne 2D, ne një imazh te vetëm.
- Te realizoje rindërtimin multiplanar ne mënyrën e punimit 3-dimensional.
- Gjeneratori i sistemit te ketë një fuqi maksimale jo me te vogël se 32 kW.
- Detektori me rreze X te jete me panel te sheshte jo me te vogël se 2048x1536.
- Te mund te transferoje te dhënat ne formatin DICOM
- Te mund te realizohet rruajtja e te dhënave ne CD ose USB flash drive
- Te ketë ndërfaqe për lidhjen me neuronavigatorin StealthStation
- Te ketë teknika skanimi për paciente ose për zona anatomike te vështira për tu skanuar.
- Te lejoje shikimet e drejtuara ortogonalisht përgjatë trajektoreve te dëshiruara.
- Te ketë rrotullim izo-centrik ne lidhje me imazhin lateral, te paktën ne diapazonin +/- 12°, ne mënyrën e punimit flouroskopike.
- Te mundësojë kolimimin vellimor 3D kranial/spinal
- Te jete i përfshirë printer
- Te ketë teknike skanimi te optimizuar për imazhin kranial.
- Te realizoje transferimin automatik tek sistemi i navigimit kur kryhet 3D
- Te realizoje regjistrimin automatik te pacientit kur përdoret me sistemin e navigimit.
- Te ketë shume fusha shikimi
- Te ketë software dhe protokoll dozimi per te optimizuar imazhin e lokalizuesve ne procedurat me kornize stereotaksi.
- Te shoqërohet me modulet dhe software e duhur për lidhjen me neuronavigatorin StealthStation
- Te përfshihen modulet dhe përditësimet/ përmirësimet e nevojshme te neuronavigatorit Stealthstation për tu lidhur sistemin e ofruar

Sasia: Cope 1

2. Sistem Neuroendoskopie kraniale dhe spinale

Neuroendoskop

Sistemi videoprocesor

- Njesia e videoprocesimit Full HD (1920x1080 pixel)
- Pajisur me teknika për përmirësimin e imazhit
- Funksion për reduktim te tymit
- Funksion për reduktim te zhurmës
- Rregullim automatik te ndriçimit
- Konstrast dinamik
- Përmirësim te ngjyrës se kuqe.
- Me kontroll te ndriçimit
- Mundësi zmadhimi te imazhit dixhital te paktën 1.5 here
- Te ketë kontroll te burimit te dritës nga kamera
- Shfaqje e parametrave ne ekran (on screen display)

-
- Vizualizim imazhi 4K ne kombinim me ekranin 4K
 - Dalje video te paktën: HD-SDI; 3G-SDI; DVI-D
 - Klasifikimi CF defibrillation safe

Kamera endoskopike

- Te jete kamera me sensor 3CMOS
- Kompatibel me sistemin video te ofruar me sipër
- E afte për marrje imazhesh progresive ne formatin Full HD 1920x 1080piksel
- Skanim progresiv 60Hz
- Me fokus te rregullueshem 15-27mm
- Te ketë zmadhim optik jo me pak se 2x
- Te ketë zmadhim digital jo me pak se 1.5x
- Me 4 butona lehtësisht te programueshem te paktën 8 funksione
- Gjatësia e kabllit te paktën 390 cm
- Mbajtëse kamere me te paktën 3 nyje fleksibel

Monitor mjekësor, 4K

- Kompatibel me video-procesorin e imazhit
- Teknologjia TFT-LCD
- Madhësia e ekranit te paktën 31"
- Rezolucioni te paktën 3840x2160 pixel
- Raporti 16:9
- Ndryçimi maksimal te paktën 350 cd/m²
- Kontrasti te paktën 1500:1
- Këndi i shikimit te paktën 175° H / 175° V
- Te ketë hyrje video: 4x BNC (3G SDI); display port; 2x DVI-D
- Te ketë dalje video: 4x BNC (3G SDI); DVI-D
- Furnizuar me bazament/mbajtëse për karrocën e endoskopise

Burimi i dritës LED

- I përshtatshëm për ndërhyrje endoskopike etj
- Teknologji LED me jetëgjatësi te paktën 30,000 ore pune
- Me matës te integruar te dritës ne dalje
- Te ketë ekran LCD te integruar jo me te vogël se 2 inc, për te treguar parametrat e burimit te dritës
- Temperatura e ngjyrës jo me pak se 5660K
- Fluksi i dritës jo me pak se 2500 lumen
- Kontroll manual dhe automatik i ndriçimit
- Rregullim i vazhdueshëm i intensitetit te dritës.
- Mundësi komunikimi/komandimi nga kamera
- Te ketë sistem mbrojtje kundra shkëlqimit verbues
- Klasifikimi CF defibrillation safe
- Ushqimi me energji elektrike: 100-240V AC, 5/600 Hz

Kabli i dritës me fibra optike

- I përshtatshëm për lidhjen e endoskopeve me burimin e dritës
- Diametri jo me shume se 5mm
- Gjatësia te paktën 350 cm

Sistem video Dokumentimi

- Regjistrim i videove dhe imazheve

-
- Te ketë mundësi lidhje ne network
 - Kompatibel me standardin DICOM 3.0
 - Mundësi ruajtje ne DVD, USB, HDD, LAN ose PACS server
 - Mundësi ruajtje automatike e backup ne HDD te brendshëm
 - Te ketë formate e imazheve JPEG, Bitmap, PNG, dhe video Mpeg-2 dhe MPEG-4 (AVC/H264)
 - Te ketë sistem operativ Windows
 - Te ketë software shikimi kompatibel me windows dhe Apple OS
 - Mundësi komandimi nëpërmjet kamerës, mousit, tastierës, ekranit touchscreen
 - Te ketë raporte te printueshme
 - Mundësi eksportim ne PDF te raporteve
 - Te ketë hyrje: 3G-SDI, HD-SDI
 - Te ketë dalje DVD-D dhe Display port
 - Te ketë jo me pak se 8 dalje USB dhe porte Ethernet
 - Te ketë remote control

Karroce endoskopike

- E përshtatshme për pozicionimin e pajisjeve te endoskopise dhe kamerës
- E lëvizshme, me rrota te kthyeshme me frena
- Te jete me konstrukcion modular
- Me 4 plane për vendosjen e pajisjeve dhe një sirtar me çelës
- Pajisur me furnizues energjie për pajisjet e ofruara
- Dimensionet e përafërta: 70 x 65 x 150 cm (+/-10%)
- Te ketë transformator izolimi te integruar

Seti i endoskopeve dhe instrumentave intraventricular

- Trokar intraventricular me 1 kanal, gjatësi 150mm diametër jo me te madh se 3.2mm, kanali i endoskopit jo me te vogël se 2.8mm – 1 cope
- Trokar intraventricular me 3 kanale, gjatësi 150mm diametër jo me te madh se 4.6mm, kanali i endoskopit jo me te vogël se 2.8mm, 2 kanale irrigimi/aspirimi– 1 cope
- Trokar intraventricular me 4 kanale, gjatësi 150mm dimeter jo me te madh se 6mm, kanali i endoskopit jo me te vogël se 2.8mm, kanali punës jo me i vogël se 2.2mm, 2 kanale irrigimi/aspirimi– 1 cope
- Endoskop intraventricular 0°, gjatësia 180mm, me diametër jo me te madh se 2.7mm – 1 cope
- Endoskop intraventricular 30°, gjatësia 180mm, me diametër jo me te madh se 2.7mm – 1 cope
- Mikro gërshërë me gjatësi jo me pak se 265mm, te mprehta – 1 cope
- Mikro gërshërë me gjatësi jo me pak se 265mm, te pa maje – 1 cope
- Pince biopsie me gjatësie jo me pak se 265mm – 1 cope
- Pince fiksimi dhe disektimi me gjatuesi jo me pak se 265mm – 1 cope
- Pince mikro kirurgjikale me gjatësi jo me pak se 265mm -1 cope
- Elektrode bipolare ne forme piruni me gjatësi pune jo me pak se 255mm -1 cope
- Elektrode monopolare me gjatësi jo me pak se 255mm – 1 cope
- Elektode monopolare ne forme grepi 90° - 1 cope
- Elektrode monopolare gjilpëre – 1 cope
- Elektode monopolare ne forme grepi 45° - 1 cope
- Elektode monopolare ne forme grepi 180° - 1 cope
- Kabell elektrobisturie per elektodat monopolare – 1 cope
- Kabell elektrobisturie për elektodat bipolare -1 cope
- Gershere fleksibel me gjatësi jo me pak se 250mm - 1 cope
- Pinca kaspe fleksibel me gjatësi jo me pak se 250mm - 1 cope

- Pinca biopsie fleksibel me gjatësi jo me pak se 250mm - 1 cope
- Introducer 19Fr - 1 cope
- Kanjule aspirimi me diametër jo me shume se 2mm, 0° - 1 cope
- Kanjule aspirimi me diametër jo me shume se 2mm, 45° - 1 cope
- Krah mbajtës me 3 nyje, përfshire mbajtësen e endoskopit 3-7mm dhe mekanizmin montues ne tavoline operacioni – 1 cope
- Kontenier sterilizimi për endoskopet dhe trokaret, përfshire mbajtëset për secilin endoskop – 1 set
- Kontenier sterilizimi për instrumentat dhe elektrodën, përfshire mbajtëset për secilin instrument/ elektrode – 1 set

Seti i endoskopeve dhe instrumentave spinal

- Trokar me diametër 13MM, gjatësi 75MM - 5 cope
- Dilator shufër përmasa 10X400MM - 1 cope
- Spekulum i shkurtër 45MM -1 cope
- Spekulum i gjatë 75MM -1 cope
- Retraktor Kocher-Langenbeck 35X8MM215MM – 2 pc
- Endoskop diametric 10MM këndi 30° gjatësia 330MM -1 cope
- Fiber optike diametric 4.8MM gjatësia 350cm - 1 cope
- Gershere grep diametri 5mm gjatësia 310MM -1 cope
- Gershere Metzenbaum te mesme, diametri 5 mm, gjatësia 310mm - 1cope
- Disektor Maryland me dhembe te kryqëzuar diametri 5 mm, gjatësia 310mm – 1 cope
- Disektor Overholt 90° diametri 10 mm, gjatësia 310mm – 1 cope
- Pince Heywood-Smith diametri 10 mm, gjatësia 310mm – 1 cope
- Pince kapse Nelson, 6x7 dhembe diametri 5 mm, gjatësia 310mm – 1 cope
- Sonde eksploruese diametri 10 mm, gjatësia 400mm – 1 cope
- Grep eksplorues diametri 5mm – 1 cope
- Doreze për elektrode monopolare 5mm – 1 cope
- Electrode ceramike me maje J – 1 cope
- Kabell elektrobisturie monopolare gjatësi 3.5m – 1 cope
- Portage e harkuar diametric 5mm, gjatësia 310mm -1 cope
- Aplikator klipash me vetembushje diametric 10mm gjatësia 370mm – 1 cope
- Klipe me ligimi M/L – kuti me 12 cope
- Shtytes nyjesh diametric 5mm, gjatësia 310mm – 1 cope
- Bisturi endoscoike rrethore diametric 5 mm – 1 cope
- Ronger i drejte 4mm gjatësia 320mm -1 cope
- Ronger i drejte 6mm gjatësia 320mm -1 cope
- Ronger i harkuar lart 4mm gjatësia 320mm -1 cope
- Ronger i harkuar lart 8mm gjatësia 320mm -1 cope
- Ronger Kerrison 4mm, 90° lart, gjatësia 310mm -1 cope
- Ronger Kerrison 2.5mm, 130° lart, gjatësia 310mm -1 cope
- Endo disektor 10mm – 1 cope
- Disektor kocke 4.5mm me kënd – 1 cope
- Kyrete endo e drejte 4.4x6.2x80mm gjatësia 310mm -1 cope
- Kyrete endo e drejte 5.2x7.3x80mm gjatësia 310mm -1 cope
- Kyrete endo e harkuar 4.4x6.2x80mm gjatësia 310mm -1 cope
- Kyrete endo e harkuar 5.2x7.3x80mm gjatësia 310mm -1 cope
- Kyrete drejtkendore 7x5mm gjatësia 310mm -1 cope
- Kyrete unaze diameter 6.4mm gjatësia 310mm -1 cope
- Çekiç me çarje - 1 cope
- Osteotome endo 8mm, këndi 10°, gjatësia e punës 80mm- 1 cope

- Osteotome endo 8mm, e drejte, gjatësia e punës 80mm- 1 cope
- Raspator gjerësia 8mm - 1 cope
- Resektor me kënd 120°- 1 cope
- Mbajtës grafiti gjatësia 330mm – 1 cope
- Instrument matës per graft kocke -1 cope
- Impaktor endo, I drejte gjatësia e punës 80mm, gjatësia totale 310mm -1 cope
- Kutitë mbajtëse endoskopi per sterilizim- 1 cope
- Kontenier sterilizimi I përberë nga 2 kosha mbajtës instrumentash, kontenieri, kapaku– 2 set
- Shtrese silikonit me përmasa DIN -2 cope

Sasia: Cope 1

3. Krevat spitalor për pacientet në shërbimin e neurokirurgjisë

- Shtrati duhet të ketë 4 motorë. Të jetë në gjendje të ofrojë lëvizje të rregullimit të ekzaminimit auto-kontural kardial vaskular pranë shtratit, këmbës, lartësisë dhe trendelenburgut.
- Pjesët metalike të shtratit duhet të jenë të veshura me material elektrostatik.
- Shtrati duhet të ketë tokëzim antistatik dhe pjesë ekuipotenciale për sigurinë e pacientit.
- Panelet anësore të përbërë duke përdorur lëndën e parë PP dhe teknologjinë e derdhjes me fryrje.
- Për të siguruar lartësinë dhe lëvizjet trendelenburg të shtratit, duhet të ketë sisteme rrëshqitëse të integruara në nënkornizë në një kënd 9° (+-1).
- Paneli i kontrollit të jashtëm të infermierit duhet të ketë 15 funksione (butona) ku të përfshihen: auto-kontur, kardiake, lartësia, trendelenburg 16°, reverse trendelenburg 16°, CPR elektronike, ndriçimi poshtë shtratit, treguesi ndezjes/fikjes
- Me tregues anësore të këndit për mbështetësen
- Paneli i kontrollit të brendshëm të pacientit duhet të ketë 9 funksione (butona) ku të përfshihen: rregullimi i mbështetëses së këmbës, auto-kontur, pozicioni i evakuimit të pacientit, rregullimi i lartësisë
- Shtrati duhet të jetë me bateri për të mundësuar lëvizjen gjatë transportit dhe duhet të jetë në gjendje të japë një sinjal zanor kur ngarkesa e baterisë është e ulët.
- Pjesa e pasme e krevatit duhet të kthehet automatikisht (regression)14.5cm.
- Pjesa e gjurit e krevatit duhet të kthehet automatikisht (regression)10.5cm.
- Duhet të jetë i pajisur me mbrojtëse kundër goditjeve në 4 cepat e pjesëve të kokës dhe këmbës së shtratit.

Specifikimet Teknike:

- Përmasat e krevatit duhet të jenë afërsisht: 99.5x220 + - 2 cm.
- Rregullimi i lartësisë së krevatit në mënyrë duhet të jetë: min 40 + - 2 cm dhe max 82 cm + - 2 (pa përfshirë dyshekun).
- Lartësia e panele anësore nga platforma e dyshekut të jetë afërsisht 38 cm.
- Platforma e dyshekut me përmasa afërsisht: 85x195cm.
- Lartësia e dyshekut 20 cm deri 25 cm
- Mbulesa e dyshekut duhet të lahet në maksimum 85°C.
- Kapaciteti mbajtës jo më pak se: 250 kg.
- Me funksion të zgjatjes së shtratit të paktën 20 cm
- Me sistem peshimi të pacientit dhe ruajtje të dhënash. Duhet të jetë i kalibrueshëm nga 4 skaje me kapacitet peshimi të paktën 1 kg dhe 250 kg dhe ndjeshmëri 0.1 kg.
- Shtrati duhet të ketë një sistem kyçje qendrore me 3 mënyra.
- 4 rrota të lëvizshme me diametër prej 150 mm.

- Duhet të ketë një mbajtës për kasetat e grafisë, me gjatësi të seksionit të rrëshqitjes për mbajtësen e kasetës duhet të jetë së paku 52 cm.
- CPR manuale. Duhet të ketë gjithsej 2 krahë CPR manuale në anën e djathtë dhe të majtë të shtratit.
- Duhet të ketë gjithsej 4 fole për mbajtëse serumi dhe stativ IV prej celiku.

Sasia: Cope 20

Pajisjet mjekësore të kërkuara më sipër duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda tre muajve ose nëntëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 2- Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore

Nr	Emertimi	Sasia
1	Sistem i lëvizshëm C-Arm me detektor me panel të sheshtë	3
2	Veshje plumbi për C-Arm	10

Specifikimet teknike:

1. Specifikime teknike për Sistem i levizshem C-Arm me detector me panel të sheshtë:

Sistem i levizshem C-Arm me detector me panel te sheshte

- Detektor i sheshte $\geq 25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm}$
- Tregues lazer i integruar ne detektor i cili prodhon nje kryq
- Madhesia e pikselit $\leq 185 \mu\text{m}$ jo me i madh
- Dixhitalizimi $\geq 16 \text{ bit}$ jo me i vogel
- Matrica $\geq 1500 \times 1400$ piksel
- Grilje $f_0 = 100 \text{ cm}$
- Mundesi per tre fusha aktive
- Resolucion ne monitor gjate grafise $\geq 2,5 \text{ lp/mm}$ pa zmadhim dhe $\geq 3.0 \text{ lp/mm}$ ne te gjitha fushat e tjera aktive
- Resolucion ne monitor gjate fluoroskopise $\geq 2,5 \text{ lp/mm}$ pa zmadhim dhe $\geq 3.0 \text{ lp/mm}$ ne te gjitha fushat e tjera aktive

Tensioni ushqyes i pajisjes

- Tensioni ne hyrje me nje faze 220V

Gjeneratori i rrezeve X

- Fuqia maksimale e gjeneratorit $\leq 15 \text{ kW}$
- Generator me frekuence te larte $\geq 50 \text{ Hz}$
- Diapazoni I kV 40 kV to 120 kV ose ekuivalent
- Imazh tek mA: $\geq 35 \text{ mA}$
- Fluoroscopi pulsuese mA: $\geq 15 \text{ mA}$
- Fluoroscopi e pulsuese $\geq 15 \text{ f/s}$

Llampa e rrezeve X

- Llampe me transformator te tensionit te larte me dy fokuse

-
- Tensioni 120 kV
 - Shperndarja e nxehtesise se anodes HU/min: $\geq 40,000$
 - Kapaciteti termik i anodes HU: $\geq 70,000$ HU
 - Filtrimi i rrezeve X sipas standardit (IEC 601) ≥ 3 mm Al
 - Matje e integruar e dozesh per afishimin e prodhimit doze siperfaqe ose vlere kerma ne ajer
 - Opsion qe per cdo pacient vlere e akumuluar te ruhet ne databazen e pacienteve
 - Kolimator me kolimim pa rrezatim (plumb)

Sistemi i C-arm

- Levizje orbitale $\geq 140^\circ$
- Pjerresim $\geq (\pm 200^\circ)$
- Levizja horizontale ≥ 20 cm
- Levizja vertikale ≥ 40 cm e motorizuar

Monitor sekondar i montuar ne C-ARM

- Monitor me prekje ≥ 10 inch
- Monitor me ngjyra me ndricim te larte

Afishues/ Monitore

- Monitor me ngjyra me ndricim te larte 2x19" (48 cm) ose nje monitor ≥ 40 "
- Diagonalja e ekranit ≥ 19 " (48 cm)
- Shfaqja e imazhit 1280x1024 (pixels)
- Ndricimi maksimal 650 cd/m²
- Raporti i kontrastit $\geq 700:1$
- Teknologjia e preferuar LED me ndricim te pasem
- Kendi i shikimit horizontal / vertikal $170^\circ / 170^\circ$ dhe te ketë mundësinë te beje lëvizje vertikale minimalisht 18 cm

Kareli i levizshem i monitoreve

- Mundesi per instalimin e dy monitoreve ose nje monitor ≥ 40 "
- Dalje USB per te dhenat: USB 2.0
- Lidhje LAN Gigabit
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz and 5GHz Band) WPA and WPA2, 802.1x (EAP-TLS-PEAP)
- Kabell fuqie ≥ 5 m

Hardware i PC

- Sistem operacional me 64 bit
- RAM ≥ 8 GB
- Karte grafike e nivelit profesional e performances se larte for sistemin e detektorit te rrezeve X
- Kapacitet ruajtes per $\geq 100,000$ imazhe ne hard disk, pavaresisht nga madhesia e matrices
- Te gjithet pacientet e ruajtur ne foldera te vecante
- Memorie HDD ≥ 1 TB

Administrimi i te dhenave te pacientit

- Mundesi (HIS/RIS) per marrjen e te dhenave te ekzaminimeve nga Spitali/radiologjia
- Regjistrim i pacientit te emergjences
- Administrim i studimeve dhe i te dhenave te imazhit
- Regjistrim i imazheve me filtrim dixhital
- Programe te dedikuara me doze te ulet
- "Filter shtese bakri ose alumini per reduktim te metejsheem te dozesh se pacientit"

Shfaqja e imazhit

- Shfaqje e imazhit 1k x 1k
- Diafragma dixhitale
- Zmadhim dixhital dhe zmadhim fiks
- Rrotullim dixhital i imazhit

- Zoom I detektorit
- LSH (Last Scene Hold)
- Invertim i imazhit horizontal dhe vertikal
- Invertim i imazhit Positiv/negativ
- Riluajtje e videove of scenes dhe funksion automatik i riluajtjes.

Perpunimi i imazhit

- Korrektim i metalit
- Filtrim për shfaqjen e imazheve me konture te theksuara
- Theksim i kontureve
- Reduktim i zhurmes
- Rregullim automatik dhe manual i kontrastit dhe ndriçimit
- Shenim R/L
- Matje te distances dhe te këndit

Programe dhe hardware te vecanta te kërkuara

- Digital Subtraction Angiography (DSA) te perfshihet
- Perfetim i imazhit ne Subtraction Angiography (SUB) dhe roadmap (ROAD)
- Teknike Roadmap per udhezim te lehte te kateterit, dilatacionit, dhe vendosjes se stenteve
- Perfetim i imazhit deri 30 f/s
- Mbivendosje grafike ne kohe reale
- Opsion i zhvendosjes se pikseleve
- Funksion i matjeve 2D: matje te kendeve dhe distancave.
- Shfaqje e ndryshimeve dinamike gjate injektimit te kontrastit
- Celes pedal per leshimin e rrezatimit
- Regjistruer CD / DVD per serite e imazheve dhe fluoroskopine ne regjistruer DVD
- DICOM Standard
- DICOM Printim

Garancia: Jo më pak se 1 (Një) Vit.

Sasia: 3 Copë

2. Specifikime teknike për Veshje plumbi për C-Arm

Përparse plumbi përberë nga:

- 1) Xhaketë plumbi, permasa L. Të dy anët e xhaketës për mbrojtje nga rrezet radioactive, shtresa e përparme mbrojtëse jo më pak se 0.50mm, shtresa e mbrapme mbrojtëse jo më pak se 0.25mm.
- 2) Fund plumbi, përmasa L. Të dy anët e fundit për mbrojtje nga rrezet radioactive, shtresa e përparme mbrojtëse jo më pak se 0.50mm, shtresa e mbrapme mbrojtëse jo më pak se 0.25mm.
- 3) Qafore plumbi për mbrojtjen nga rrezet radioactive, shtresa mbrojtëse jo më pak se 0.50mm, qaforja e përshtatëshme për përmasat 38-46, lartësia e qaforës 6 cm.

Sasia: 10 Copë

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes për C-Arm me detector me panel të sheshtë: Sipas kërkesave te AK

Loti 3- Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore

Nr	Emertimi	Sasia	Nr
1	Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore	copë	10
2	Aparat Elektrobisturie Bipolare te avancuar	copë	2

Specifikimet teknike:

1. Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore

- Sistem Modular për opsione Monopolare dhe Bipolare
- Ekran min 3.5” me komanda me prekje
- 100-300 programe ne memorie për ndërhyrje kirurgjikale te ndryshme
- Sistemi duhet të kontrollohet nga mikro-procesori dhe të rregullojë fuqinë për të marrë efektin e dëshiruar në ind.
- Sistemi duhet të ketë min 2 dalje monopolare, 2 dalje bipolare
- Sistemi duhet te mundësojë aktivizimi njëkohësisht te dy dorezave monopolare .
- Sistemi të ketë alarme audio vizuale dhe vete testim nga gjeneratori
- Sistemi do të ketë Treguesin e Gabimit audiovizuale dhe me tekst ne ekran .
- Sistemi te punoje me instrumente laparoskopike
- Sistemi te kete mundesi per mbylljebn e venave deri ne 7 mm.
- Te kete mundesine e kontrollit si nga doreza dhe nga pedali (me kembe)

Specifikime teknike

- Frekuenca Nominale Min 300-350 kHz
- Monopolar 300-350 W
- Bipolar 300-350 W
- Mono Cut 300-350 W
- Mono Coag 220-250 W
- Bipolar Cut 300-850W
- Bipolar Coag 300-350 W
- Ushqimi 220 – 240 V ± 10 % 50 / 60 Hz

Aksesoret:

- 1x celes komandimi me kembe me dy pedale
- 1x Kabell për Pllaka neutrale me kontakt standarde lidhjeje 25 mm
- 1x (Kuti 100 cope) Pllaka neutral shumeperdorimshe me kontakt standart 25 mm
- 5x Doreza thike monopolare me dy butona për prerje Koagulim ,për përdorimin e elektrodave 2,4 mm
- 1x elektrode lancet e drejte (Knife electrode, straight, shaft). 2.4 mm
- 5x Kablla lidhjeje Bipolar
- 5x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold te drejta të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-200 mm, 6-8 mm x 1-2 mm
- 3x Forceps bipolare jo-ngjitëse gold bayonet, të dizenuara posaçërisht me veti të veçanta termike duke siguruar një performancë optimale 195-000 mm, 6-8 mm x 1-2 mm

Sasia: Cope 10

2. Elektrobisturi me bipolar te avancuar

Duhet te ketë te paktën 2 dalje për lidhjen e instrumentave monopolar; te cilat te jene me konektor qe lejon komandimin nga handpiece.

- Duhet te ketë te paktën 1 dalje për lidhjen e elektrodës së tokzimit.
- Duhet te ketë te paktën 1 dalje për lidhjen e instrumenteve bipolar.
- Duhet te ketë te paktën 1 dalje te bipolari te avancuar për lidhjen e instrumentave per ngjitjen e eneve te gjakut deri ne 7 mm, nyjeve lifatike, dhe indeve bundle.
- Duhet te kete ekran me prekje, jo me te vogel se 7 inch.
- Ekran i duhet te kete komandat e parametrave per secilen nga dajet; komandat duhet te jene te vecanta per secilen nga dajet.
- Ne ekran duhet te tregohen ne menyre vizuale te gjitha mesazhet, erroret.
- Pajisja duhet te ruaje te gjitha konfigurimet e vendosura nga perdoruesi dhe ne rast se hiqet nga energjia elektrike.
- Pajisja te ketë një memorie jo me te vogël se 4GB
- Pajisja duhet te kete tone zanore te vecanta dhe me volum te rregullueshem per: prerje, koagulim, bipolar, ngjitje te eneve te gjakut.
- Pajisja duhet qe te pershtase parametrat ne varesi te llojit te indit. Ajo duhet ti pergjigjet ndryshimeve te indit me nje frekuence jo me te vogel se 400000 here ne sekond.
- Pajisja duhet te kete monitorim te kontaktit te elektrodës së tokzimit me pacientin.
- Pajisja duhet te beje njohje te instrumentave me ane te teknologjise RFID, dhe te beje autokonfigurim te parametrave ne varesi te instrumentit te lidhur.
- Pajisja te kete funksionojme me forme vale sinusoidale me frekuence jo me te vogel se 420Khz
- Pajisja duhet te tregojë ne ekran rrymen ne instrumentin bipolar
- Te kete mundesi te punoje ne autobipolar.
- Ne monopolar duhet te beje: prerje te paster, te perzier; koagulim fulgurim, spra, te bute;
- Fuqi maksimale ne prerje jo me vogel se 300W
- Ne monopolar te kete mundesi qe te rritet/ ulet fuqia direct nga kirurgu nepermjet dorezes se monopolarit
- Duhet te kete te pakten 3 shkalle fuqie ne bipolar nga 1- 90 W
- Ngjitja e eneve te gjakut te kete nje fuqi jo me te vogel se 350W
- Burimi ushqimit: 200-250V / 50-60Hz
- Pajisja duhet te shoqërohet me aksesoret e meposhtem:
- Elektroda e tokzimit -10 cope shumeperdorimeshe
- Kablli i elektrodës së tokzimit – 1 cope
- Doreze monopolare me 3 butona komandimi (prerje, koagulim, hemostaze me prerje) dhe me komandim te energjise me te pakten 4 nivele – 5 cope
- Kabell per lidhjen e instrumentave monopolar universal – 5 cope
- Pedal komandimi monopolar – 1 cope
- Elektroda me maje Maryland, njeperdorimshe, per mbylljen e eneve te gjakut - 23 cm dhe 37 cm i gjate, maja te jete me nanoveshje – 2 cope (nje 23 cm dhe nje 37 cm)
- Kabell per forcepsin bipolar – 5 cope
- Pedal komandimi per bipolar - 1 cope
- Forceps bipolar – 5 cope
- Kablli i ushqimit – 1 cope

Sasia: Cope 2

Loti 4- Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës

Specifikimet teknike:

Nr	Emertimi	Sasia
1	Ekografi A/ B SCAN Okulare	1
2	Green Laser	1
3	Yag Laser	1
4	OCT (Optical Coherence Tamography)	1
5	Topografi Corneale	1
6	Tonometër Aplanacioni	1

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Ekografi A/B SCAN Okulare për Shërbimin e Okulistikës

- Aparaturë me ultratinguj për diagnostikimin e syrit
- Me ekran me ngjyra me prekje me rezolucjon te pakten 1024 x 768 px
- Të kete mundesine qe te realizoje biometri edhe ne modalitein B ose (eko).
- Te mundesoje lidhjen me nje kompjuter te jashtem, printer me system operativ windows nepermjet wifi ose usb.
- Te jete I pajisur me pedale si dhe te mundesoje lishje me USB dhe Bluetooth mouse
- Te mundesoje dergimin dhe importimin e vidiove dhe imazheve ne formatin Dicom
- Te mundesoje perditesimin per funksionin Pakimetri

FUNKSIONI A SCAN SIPAS PARAMETRAVE TE MEPOSHTEM

E pajisur me sonde per matjen e lentes IOL me karakteristikat e me poshtme

- Frekuenca te pakten 11 Mhz
- Diametri I majes te jete minimumi 7mm
- Rezolucjoni elektronik te jete minimumi 0.03mm
- Thellesia e skanimit te jete minimumi 60 mm ose 1536 pika
- Menyrat e skanimit direkte dhe me zhytje
- Sonda te realizoje matjen nepermjet teknologjise laser
- Rregullimi I Gain 20 to 110 dB
- Koha e rregullimit te Gain 0 to 30 dB

Matjet e gjatesise aksiale te jete e rregulleshme ne drejtim te shpejtesise te kalimit te rrezes nga nje zone ne tjetren (dhoma anteriore e syrit, Vitrozi, Iol)

Me te pakten 5 menyra matje per katarakt, phakik, aphakik, PMMA, Akrilik dhe material silikoni per Pseudophakik etj

Te kete mundesi te realizoje matje ne modalitetin Manual, Automatik, Automatik+Rujatje te te dhenave

Te kete mundesi te realizoje matje automatike duke u bazuar ne minimumi 10 matje te gjatesise se syrit

Duhet te realizoje kalkulimin e lentes ne intervale 0.25D

Per nje llogaritje sa me te sakte te permbaje formulat:

Refractive: SRK-T, SRK-II, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS, Shammas regression, Double K/SRK-T (Dr. Aramberri's formula)

FUNKSIONI B SCAN SIPAS PARAMETRAVE TE MEPOSHTEM

E pajisur me sondë te tipit B per realizimin e Echo me parametrat e me poshtem

- Me Frekuenca te pakten 15 Mhz per te rritur me 30% rezolucjonin e imazheve
- Kendi I eksplorimit te pakten 50°
- Thellesia e eksplorimit te pakten 60mm
- Fokusi te pakten 24 mm
- Rezolucjoni aksial minimumi 115 µm
- Rezolucjoni Lateral minimumi 400 µm

- Frekuenca e marjes se imazheve (Frame Rate) mbi 16 Hz
- Niveli Gray te pakten 256
- Rregullimi I Gain 20 to 110 dB
- Koha e rregullimit te Gain 0 to 30 dB
- Te kete mundesi te ruaj video mbi 40 sec

Sasia: Cope 1

2. Green Laser per Sherbimin e Okulistikes

- Te jete laser fotokoagulator retinal I gjelber, I teknologjise se fundit
- Gjatesia e vales se funksionimit te jete 532nm, jeshile
- Te kete mundesi te percoje rrezet nepermjet Oftalmoskopit indirekt, Biomikroskopit ose sondave.
- Te jete I pajisur me Biomikroskop me 3 deri ne 5 zmadhime.
- Maksimumi I fuqise ne korne 1500 mW
- Madhesia e pikes 50-500 mikron
- Te jete I pajisur me ekran per selektimin e energjise dhe te parametrave te tjere
- Kohezgjatja e ekspozimit 10 ms deri ne te vazhduar
- Intervallet e perseritjes 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7s
- Menytrat e goditjes jane Single, Repeat, Painting, Continues
- Duhet te kete system ftohes peltier
- Duhet te jete I pajisur me pedale multifunkionale
- Duhet te perfshije aksesore si tavoline, mbulesa lazeri etj.

Sasia: Cope 1

3. Yag Laser per per Sherbimin e Okulistikes

- Duhet te jete laser Okulistik me teknologjine YAG per kapsulotomine dhe Iridotomine
- Duhet te kete gjatesi vale te pakten deri ne 1064 nm
- Te kete energjine nga 0.3 deri ne 10 mJ per pulsim, e vazhdueshme variable
- Kohezgjatja e pulsimit jo me pak se 4 ns
- Shpejtesia e Goditjes jo me pak se 3 shkrepe per sekonde per nje shpejtesi dhe eficence trajtimi
- Modaliteti i goditjes te jete I perzgjedhshem per 1, 2 dhe 3 impulse per goditje,
- Madhesia e pikes se goditjes jo me e madhe se 8 μ m
- Këndi i konit duhet te jete te pakten 16 gradë
- Kompensimi (Posterior) duhet te jete 100 deri në 350 μ m, vazhdimisht e ndryshueshme
- Rrezja e goditjes duhet te jete e kuqe 635 nm, me intensitet te rregullueshem
- Shpejtësia e përsëritjes duhet te jete deri në 3 Hertz
- Zmadhimi duhet te jete i optimizuar për vizualizimin e përmirësuar të segmentit të përparmë
- Duhet te kete ftohje me Ajer
- Përmasat duhet te jene jo me shume se Lartesi 57 x gjeresi 75 x thellesi 44 cm,
- Duhet te perfshije aksesoret standart si tavolina, ekran te levizshem, syze sigurie, shenjë sigurie per lazer, mbulesë kunder pluhurit
- Te mundesoje perditesimin me video kamera, tonometer etc
- Aksesore
- Te jet e perfshire lente per iridectomy

Sasia: Cope 1

4. OCT (Optical Coherence Tomography) Angiografi 3 Dimensionale

OCT /ANGIOGRAFI 3-dimensionale me kamerë të integruar retinale me ngjyra 45° / 35° me rezolucion prej të paktën 5M pikselë dhe blic të bardhë.

Pajisja duhet të funksionojë në modalitetin e domenit spektral me shpejtësi të lartë.

Shpejtësia e skanimit aksial të paktën 110,000 skanime A/sek. Cilësi ultra maksimale e imazhit (për të shmangur vonesat e fiksimit dhe imazhet e paqarta).

Burimi i dritës së bardhë dhe IR është të paktën 940 nm.

Furnizimi me energji elektrike: 220Vac/50Hz

RETINA

- Për të mundësuar një imazh total të retinës që lejon një imazh të gjerë dhe të thellë të retinës,
- lëngu koroid dhe qelqor edhe te pacientët me miopi të lartë
- Duhet të aktivizoni teknologjinë En-Face dhe pamjen totale (Fusha e plotë) e skanimit OCT.
- Aktivizo angiografinë (OCTA) për vizualizimin 3D jo-invaziv dhe përcaktimin e sasisë së enëve të gjakut të retinës
- Metodrat e imazhit të retinës: COLOR, B/W (Red - Free digital), IR (imazh direkt gjatë regjistrimit të tomogramës OCT).
- Rezolucioni i thellësisë aksiale $\leq 5\mu\text{m}$ (në inde)
- Rezolucioni anësor $\leq 15\mu\text{m}$ (në inde)
- Rezolucioni i tërthortë $\leq 15\mu\text{m}$ (në inde)
- Thellësia minimale e skanimit (depërtimi) prej të paktën 4,0 mm në opsionin standard
- Thellësia minimale e skanimit (depërtimi) prej të paktën 6,0 mm në opsionin total
- Gjerësia e skanimit 3,0-15,0 mm
- Gama dioptrike -15.0D deri +15.0D
- Diametri minimal i bebëzës për imazhe të paktën 2,0 mm (OCT)
- OCT /Modaliteti i montimit të imazhit me dy ose katër skanime 9x9 mm
- Madhësia e skanimeve të retinës 3x3 mm, 6.4x6.4mm, 9x9mm, 12x12mm
- Madhësia e skanimeve të diskut 6x6 mm
- Aktivizo fotografimin e fundusit në modalitetin me ngjyra, Bardh e Zi dhe Anasjelltas
- Rezolucioni i imazhit ≤ 5 Mega pixel
- Modaliteti i skanimit me ngjyra dhe pa të kuqe
- Fusha e shikimit 45 ° dhe 35 ° për nxënësit e vegjël
- Gama dioptrike -30.0D deri +30.0D
- Diametri i bebëzës për imazhe të paktën 4,0 mm normale ose të paktën 3,3 mm bebëzë e vogël
- Fotografi në natyrë
- Modaliteti me ngjyra me blic të bardhë
- Fotografi në natyrë me Infrared me ndriçim 940 nm

SEGMENTI ANTERIOR

- Aktivizo një imazh total të segmentit të përparmë për të kapur të gjithë dhomën e përparme në një skanim të vetëm Imazhe të jashtme IR për të mundësuar vlerësimin e gjëndrave meibomiane të qepallave të sipërme dhe të poshtme pa një pajisje të veçantë imazherike
- Përcaktoni trashësinë epiteliale, stromale dhe totale në seksione korneale 10 mm.
- Të analizojë dhe krahasojë trashësinë dhe numrin e epitelit për pacientin në vizita të ndryshme
- Për të lejuar imazherinë e pacientëve me katarakt.
- Të japë informacion për diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve me sy të thatë
- Rezolucioni anësor $\leq 18\mu\text{m}$ (në inde në opsionin standard)
- $\leq 38\mu\text{m}$ (në inde në opsionin total)

- Thellësia minimale e skanimit (depërtimi) prej të paktën 3,0 mm në opsionin total
- Thellësia minimale e skanimit (depërtimi) prej të paktën 6,0 mm në opsionin total
- Gjatësia e skanimit 2,0 mm deri në 18,0 mm

GLAUKOMA

- Kryeni teste të provuara të glaukomës që kombinojnë imazherinë dhe strukturore dhe vaskulare
- matjet
- Aktivizo fotografimin e fundusit dhe fotografimin e jashtëm me ngjyra.
- Duhet të aktivizoni raportin e glaukomës, një raport special që lejon zbulimin e defekteve që lidhen me perimetrin.
- Duhet të sigurojë segmentimin automatik të shtresës së retinës dhe analizën bazë makulare dhe papilare, analizën RNFL dhe GCL për të monitoruar gjendjet patologjike në glaukoma.
- Tabela me lëvizje elektrike me pika të brendshme të ndryshme fiksime që lejon ngritjen dhe uljen me anë të panelit dixhital të kontrollit dhe instalimin e kamerës OCT dhe kompjuterit. Me dimensione në intervalin 900x600x900 mm
- Kompjuter me softuer për rishikimin dhe analizimin e imazheve OCT dhe Fundus
- Mundësia e lidhjes së pajisjes me memorien DICOM MWL, DICOM
- Mundësia e softuerit të rishikimit të rrjetit - Deri në 10 stacione pune
- Pajisjet e ofruara janë të reja të teknologjisë së viteve të fundit dhe të prodhuara jo përpara vitit 2022.

Sasia: Cope 1

5. Topografi Korneale per sherbimin e Okulistikes

Apartura duhet te realizoje nje egzaminim shume te sakte te topografise korneale, aberrometrise korneale duke kombinuar placido disk me tomografine Scheimpflug qe ofron informacion edhe per pakimetrine, kurvaturen dhe fuqine dioptrike te dy siperfaqeve te kornese mbi nje diameter 12 mm.

Të gjitha matjet biometrike të dhomës së përparme të syrit duhet te llogariten duke perdorur shpejtesine 100 HR ne 25 seksione të kornesë. Perdorimi I shpejtesisi sherben per te minimizuar gabimet nga levizjet e syrit.

Pajisja duhet te kete te dhenat e meposhtme

- Burimet e drites - Led
- Topografia
- Rrathet Placido duhet te jene jo me pak se 22
- Pikat e matjes nga 42032 to 151232 per siperfaqen e perparme te kornese, 36400 to 145600 per siperfaqen e pasme te kornese
- Mbulimi Topografik jo me pak se 12mm
- Diapazoni I matjes se Dioptrive 15D to 70D
- Saktesia ne matje class A duke ju referuar UNI EN ISO 19980-2012
- Te jete e pajisur me tavoline dhe kompjuter

Ekzaminimet objektive ofrojnë duhet te ofrojne nje matje të sakte e diametrit të bebëzës në kushte drite skotopik, mezopik dhe fotopik.

Pajisja duhet te kete opsionin e Rratheve INTRASTROMAL qe te mundesoje korrektimin e difekteve refraktive si dhe disa forma te keratoconus. Pajisja duhet te mundesoje harten korneale te plote per evidentimin e keratokunusit qe mundeson nje plan mjekimi te sakte te tij.

Pajisja duhet te mundesoje hartat OPD/WFE si dhe pamje simultane PSF, MTF per nje analize sa me te sakte te aberracioneve korneale.

Pajisja duhet te mundesoje edhe analize te glaukomes neperment matjevete te kendit irido-korneal si dhe pakimetrise

Pajisja duhet te mundesoje edhe pupilografi, matje te pupiles ne kushte drite skotopik 0.04 lux dhe fotopik 50 lux per te percaktuar qendren dhe diametrin pupilar.

Pajisja duhet te mundesoje te dhena per gjendrat Meibomian dhe nje analize te tyre Kombinimi me placido disk duhet gjithashtu per te dhena te plota dhe analize te detajuar te gjendjes se lotit. Pajisja duhet te realizoje videokeratoskopi nepermjet nje drite te bardhe duke dhene detaje te shtreses yndyrore te lotit. Ne kete menyre pajisja duhet te ofroje nje analize te plote dhe te qarte per te gjykuar mbi semundjen e syrit te thate.

Pajisja nepermjet drites blu duhet te na jape te dhena edhe vendosjen e lenteve te forta per mjekimin e keratokonusit.

Sasia: Cope 1

6. Tonometer aplanacjoni per sherbimin e Okulistikes

- Te jete I muntueshme ne biomikroskop
- Te kryej matje te sakte te tensionit ocular
- Intervali I matjes 0-80 mmHG
- Deviacjoni I matjes <0.49 Nm
- Realizon matje te sakte ne temperature ne diapason nga 10

Sasia: Cope 1

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 5- Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL

Nr	Emertimi	Sasia
1	Kabine Audiometrie + Unit ORL për Shërbimin e ORL	1
2	Sete Veglash Mjekimi ORL për Shërbimin e ORL	15
3	Llambe Mikrokirurgjie ORL për Shërbimin e ORL	5
4	Termocauter Bipolar për Shërbimin e ORL	1
5	Mikroskop Kirurgjikal per ORL	1

SPECIFIKIME TEKNIKE:

1. Specifikime Teknike për Kabine Audiometrie + Unit OrL për Shërbimin e ORL

Kabine Audiometrie

- Kabine e izoluar per provat e Audiometrise
- Te jete me permasat 135x 135 x 217 cm (+/-10%)
- Te jete e ndertuar nga material izolues antizjarrit dhe xhamat e kabines dopio per nje izolim akustik sa me te larte deri ne 50 Db ne frekuencen 5 Khz
- Te jete e pershtatshme dhe te kete te gjitha lidhjet e nevojshme per tu lidhur me te gjitha llojet e Audiometrave ne treg
- Pjesa e brendshme e veshur me material absorbent dhe te larshem 100%

- Te jete e pajisur me ventilim te brendshem pa kompromentuar izolimin akustik
- Te jete e pajisur me dritare 65-70 x55-60cm dhe tavoline 85-90x 45-50 cm
- Te jete e pajisur me ndricim te brendshem LED min 50W
- Te jete konform normative se audiometrise ISO 8253-1 and ANSI S3.1
- Te jete konform Standardeve:
 - EN 60601-1:2006+AC:2010+A11:2011+A1:2013+AC:2014
 - EN 60601-1-6:2010+A1:2015
 - EN 62366:2008+A1:2015
 - EN ISO 14971:2019
 - EN 1041:2008+A1:2013
 - EN ISO 15223-1:2016

Unit ORL

- Sistem modular per egzaminimet ORL.
- Te jete I perbere nga skelet matal inoksi dhe panele me veshje epoksi elektrostatiqe
- Te jete I pajisur me systemin e fryrjes se ajrit te kontrolluar me nje limitator te presionit deri ne 2 Bar. Ky sistem te komandohet me ane te dores ose pedales.
- Te jete i pajisur me sistem vakumi thithes te kontrollueshem me fuqi min 70litra/min i kontrollueshem me manometer. Te kete nje kohe operimi te kontrolluat deri ne 30 minuta dhe nje kontenier minimum 1 liter
- Te jete e mbuluar me xham te temperuar te ngjyrosur
- Te kete permasat 90 x95x50 cm (+/-10%)
- Te kete nje siperfaqe te punimit ne parametrat 87cm x 47 (+/-5%)
- Te kete raftet qendrore ne parametrat 63 x 43,5 x 1,5cm (+/-5%)
- Te kete 4 sirtare me permasat si me poshte:
 - Sirtari 1 dhe 2 : 60,5 x 38 x 5cm (+/-5%) te pajisur me mbajtese metalike te instrumentave
 - Sirtari 3: 60,5 x 38 x 8cm (+/-5%)
 - Sirtari 4: 30 x 38 x 14cm (+/-5%)
- Te jete i pajisur me koshin per hedhjen e materialeve te perdorura
- Te jete i pajisur me pedale multifunkionale per kontrollin e vakumit dhe fryrjes se ajrit
- Te mundesojë vendosjen e monitorit si dhe vendosje raftes shtese nese është e nevojshme

Sasia: Cope 1

2. Sete Veglash Mjekimi ORL për Shërbimin e ORL

Seti i përberë nga instrumentat e mëposhtëm:

1. SHIRINGA LAVAZHI

- Te jete prej metali / xhami me nje kapacitet min 100ml.
- E pajisur me te pakten 2 kanjula .
- Te kete pershkallezim 100 cc - 14 x Ø 4.7 cm
- Te jete e pajisur me 2 kanjula Konike dhe ovale

2. SPECULUME HUNDE

- Material i sterilizueshem celik inoksidant tipologjia Killian/Hartmann
- Te kete 4 cope me permasat 14/22 cm,14/35 cm, 14/50 cm,14/75 cm.

3. SPECULUME VESHI

- Material i sterilizueshem celik inoksidant tipologjia Hartmann (ose Ekuivalent)
- Te jete set me 3 cope me diametrat 4,5,6 mm.

4. KANJULE NAZALE

- Material i sterilizueshem celik inoksidant tipologjia Rosen (ose Ekuivalent)
- Te jene 3 cope me permasat Ø 3 mm (18 cm),Ø 4 mm (18 cm).Ø 5 mm (18 cm).
- Te jete e pajisur me guiden metalike te brendshme

5. KANJULE VESHI

- Material i sterilizueshem celik inoksidant tipologjia Rosen (ose Ekuivalent)
- Te jene 2 cope me permasat: Ø 3 mm (16.1 cm) dhe Ø 1.5 mm (15.5 cm)
- Te jete e pajisur me adaptor tip luer dhe valvul per gishtin

6. PASQYRE LARINGU

- Te kete diametrin ne diapazonin 10-24 mm.

- Me doreze metalike te drejte min 13 cm
7. SPATULA METALIKE
- Spatul gjuhe celik inoksidant tipologjia Mayo- 17 cm
8. GERSHERE VESHI
- Te kete permasat 6-8 cm.
 - Te kete majen prerese minimum 4 mm
9. FORCEPS VESHI
- Te jete I tipit Hartman
 - Te kete permasat 90-11-0.6 cm.
 - Te kete majen prerese minimum 4 mm
10. PINCA BAJONETE
- Te jete tipologjia Lucae me permasat 14 cm
 - Material i sterilizueshem celik inoksidant
11. PASQYRE LARINGEALE
- 26 mm ne diametër

Sasia: Cope 15

3. Llambe Mikrokirurgjie ORL për Shërbimin e ORL

- Duhet të jetë llambë LED pa nxehtësinë e llampave tradicionalë halogjenë.
- Duhet të ketë temperaturë ngjyre prej 5,000 °Kelvin, që të sigurojë dritë të ndritshme, të bardhë, pa hije, duke i lejuar mjekut të shohë karakteristikat e indeve pa shtrembërim.
- Të funksionojë me baterinë e ringarkueshme të litiumit, në vend të burimit të drejtpërdrejtë të energjisë, por që të mund të përdoret edhe gjatë karikimit.
- Llambat duhet të jenë të lehtë, të rehatshëm dhe të përshtatshëm për të gjitha llojet e operacioneve, ORL ose aplikime dentare.
- Drita pulsuese treguese kur bateria të jetë e ulët.
- Të përshtatet me dylbi GIMA (kodet 30892-8, 30910-5) (ose ekuivalent)
- Dizajni të jetë i përshtatshëm për diagnostikimin në lëvizje.
- Të përfshihet dhe një kuti alumini mbajtëse për aparaturën, bateri litiumi të rikarikueshme minimalisht 7,4 V / 4,400 mAH dhe karikues.
- Drite e rregullueshme në 420 mm: 20-80 mm
- Ndriçimi në distancë pune 200 mm: = 75,000 lux
- Distanca e luhatjes: 12.5 mm
- Gama e këndit: vertikale + 25° e rregullueshme
- Pesha e llampës (duke përjashtuar shiritin e kokës) jo më shumë se 60 g
- Burimi i ndriçimit duhet të sjellë dritë jashtëzakonisht të ndritshme, LED 5 W, jetëgjatësi jo më pak se 20,000 orë
- Koha e funksionimit të baterisë duhet të jetë minimalisht 7 orë të vazhdueshme nëse bateria është plotësisht e ngarkuar (koha e karikimit: max 5 orë)
- Fuqia maksimale e hyrjes: 30 W
- Dalja e përshtatësit të rrymës: DC 12 +0,5 V, 1,5A

Sasia: Cope 5

4. Termocauter Bipolar për Shërbimin e ORL

- Pajisje elektrokirurgjike me frekuencë të lartë të përshtatshme për precizion mono dhe bipolar kirurgji dhe mikrokirurgji, pa ndryshime indore.
- Aparatura profesionale te mund te përdoret ne kirurgji te ndryshme si ORL, Urologji, Gastro, Gjinekologji, Kirurgji vaskulare etj
- Te jete e afte te të furnizojë gjithashtu fuqi operative HF për një kohë të programueshme 0.01 sek
- Te performoje CUT të pastër, BLEND me prerje koaguluese, prerje me prodhim të reduktuar të eschar të rritur, koagulim sipërfaqësor koagulim i detyruar, koagulim i thellë në mungese nekroze koagulim i bute, prerje bipolare, Koagulim dhe mbyllje, fluguration

- Te jete e pajisur me mikrokontrollues, për një siguri dhe kontroll absolut te fuqisë, kushteve te punës dhe funksionit
- Te jete e pajisur me elektroda neutrale dhe kontrolli i sigurisë së pacientit/pllakës te monitorohet vazhdimisht.
- Te mundësojë e funksione të daljes dhe kontrollit të shpërndarjes së fuqisë dalëse, me anë të dorezës, e cila te lejoje që të kryhet operacioni duke shmangur kirurgun të heqë sytë nga fusha operative.
- Te jete pajisur me software te zhvilluar për të ofruar një përvojë pune të thjeshtë, funksionale dhe intuitive.
- Te jete meekran me prekje qe te mund te , mund të personalizojë cilësimet e punës, të ndryshoni prerjen ose fuqinë e koagulimit dhe menaxhimin e çdo funksioni të pajisjes.
- Te mundësojë funksionin sipas specifikimeve te mëposhtme

Fuqia maksimale:

- PRERJE E PASTËR: 200 W - 300 Ohm
- PËRZIERJA: 150 W - 300 Ohm
- I PËRMIRËSUAR: 150 W - 300 Ohm
- KOAGU I DETYRUAR: 150 W - 200 Ohm
- KOAGU I BUTË: 100 W - 200 Ohm
- FULGURATION: 100 W - 1000 Ohm
- MBYLLJA BIPOLARE: 200 W - 50 Ohm
- KOAGU BIPOLAR: 120 W - 50 Ohm
- PRERJE BIPOLARE: 120 W - 50 Ohm
- Pulsi i fuqisë RF: koha e emetimit 10 ms - 30 sek, intervali: 1 - 30
- Frekuenca e punës: 360 KHz
- Kontrollat: Monitorimi i qarkut të pacientit/pllakës, Monitorimi i fuqisë në dalje, kontrolli i vetëkontrollit

Te jete e pajisur me aksesoret e mëposhtëm:

- Pllakë neutrale çeliku/gome Flex me kablllo
- Komplet i 10 elektrode bipolare standarde të shkurtra Ø 2,4 mm
- Kablllo rryme min 5 m
- Mbajtëse për dorezë dhe elektroda
- Elektrode e ripërdorshme
- Pedal këmbësh i papërshkueshëm nga uji

Sasia: Cope 1

5. Mikroskop Kirurgjikal per ORL

Përshkrimi i funksionit:

Mikroskopi operator per ORL qe përdoret për të zmadhuar anatominë e Strukurave ORL .

- Të jetë një mikroskop tip stereoskopik binokular me ndriçim të integruar LED.
- Të ketë zmadhim të motorizuar të paktën në raportet 1 : 6 për pamje sa me te qarta dhe me kontrast te larte.
- Koka e mikroskopit të lëvizë në diapazonin 45° për të mundësuar kirurgjinë ORL.
- Binokulari të lëvizë në diapazonin 0-210° për të mundësuar fokusimin ne kënde te ndryshme pa ndryshim te pozicionit te mjekut.
- Të jetë me fokus të motorizuar prej të paktën 40 mm
- Te jete e pajisur me kontrollat e zoomit dhe fokusit pranë dorezave lëvizëse për një kontroll te menjëhershëm.
- Te jete e pajisur me lenden e objektivit f=200 deri ne 400 mm te përshkallëzuar.
- Okularët të jenë kënd të gjerë me zmadhim 12 .5 X me rregullim të diopter.
- Të ketë të adaptorin e filtrit CO2 , filtrat lazer si dhe filtrat Jeshile

- Të ketë krah të balancuar për peshën dhe mundësimin e lëvizjes me frenat magnetike.
- Të jetë i pajisur me mekanizëm sigurie të ndalimit.
- Të ketë burim drite LED, me të paktën 50.000 ore pune
- Të ketë pedal komandimi me të për kontrollin e zoomit dhe fokusit
- Mikroskopi duhet të ketë observues monokular ose binokular për asistentin,
- Te jete i pajisur me beamspliter me adaptor per lidhjen me endoskopin per te mundesuar shfaqjen e pamjeve te mikroskopit ne monitorin e endoskopit per nje kirurgji komplekse
- Të jetë i pajisur me 4 rrota me frena antistatike.
- Te ketë krah të rrotullueshëm me lartësi maksimale jo me pak se 1700 mm dhe gjatësi jo më pak se 1300 mm.
- Mikroskopi duhet të jete I pajisur me kamera Automatike Full HD me sensor CMOS.
- Te jete i pajisur me tubin TV me diafragme $f = 54$ mm
- Te mundesoje adaptimin per kamerat DSLR
- Te jete I pajisur me softwerin per dokumentimin e videove HD/SD
- Të ketë ekran jo më të vogël se 22”, për paraqitjen e kirurgjise në kohë reale

Te shoqërohet me aksesoret e mëposhtëm:

- Set kapuçësh për dorezat
- Mbulesë pluhrash – 1 cope
- Te gjithë kabllot, aksesorët, adaptorët e nevojshëm për instalimin dhe lidhjen e gjithë sistemit

Sasia: Cope 1

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 6- Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore

Nr	Emertimi	Sasia
1	Trapan Elektrike për Sallat Operatore	4

SPECIFIKIME TEKNIKE

Specifikime teknike për Trapan Elektrike për Sallat Operatore

Qëllimi i përdorimit i sistemit të kërkuar është për sharrim, reaming dhe drill.

1. Pjesa motorrike: Kjo duhet të jete e përshtatshme dhe per lidhje me bateri si dhe me pjesën elektrike. Duhet të lidhet me pjesët e tjera për sharrim, drill dhe reamer.

Duhet të ketë një fuqi maksimale për drill afërsisht 1500 rpm, nje fuqi maksimale për sharrim 12500 rpm, një fuqi maksimale afërsisht 20 Nm.

Te jete ne mënyre përdorimi: perpara, mbrapa dhe oshilim.

Te kete nje buton per on/off.

Te jete i kanjuluar me diameter jo me pak se 4.0mm.

Peshe jo me e madhe se 800 gr me tolerance +/-5%.

Te jete material: Aluminium

2. Pjesët e sharrës: Duhet te jene 2 lloje : Njëra duhet te jete oschilante dhe tjetra duhet te jete reciprocating dhe te lidhen me pjesën motorrike.

3. Pjesa oshilante duhet te ketë shpejtësi 12500 rpm . Arku i lëvizjes oshilante 4.5 grade. Materiali te jete celik. Pjesa per reciprocating duhet te ketë shpejtësi 12500 rpm dhe arku i lëvizjes 3.8 mm. Materiali te jete çelik.

4. Pjesët për reamer: Duhet te jene me shpejtësi te ndryshme: 600 rpm me nje fuqi 9.5 Nm dhe 270 rpm me nje fuqi 20 Nm me nje tolerance +/-5%. Duhet te lidhen me pjesen motorrike.

Te kete perberje celiku

5. Pjesa per Drill: Duhet te kete nje shpejtesi 1500 rpm e nje fuqi 3.8 Nm dhe te jete e shoqeruar me çelësin e vet. Te jete e përshtatshme për vendosjen e puntove te ndryshme qe përdoren ne ortopedi.

Te ketë përbërje çeliku

6. Pjesa për vendosjen e shtizave Kirschner: Duhet te jete me një shpejtësi 1500 rpm me një fuqi 3.8Nm.

Te jete e kanjuluar dhe një diapason te vendosjes se shtizave 0.6 - 2.2 mm.

Te ketë përbërje çeliku

Sistemi elektrik dhe pjesa e kordes e sterilizueshme qe te lidhet me pjesën motorrike.

7. Bateritë te jene te tipit: Li-Ion me një kapacitet 28.8 Wh dhe te jene te shoqeruar me pjesen per karikim qe te kete deri ne 6 vende per karikim. Baterite te jene dy lloje te sterilizueshme ose aseptike(jo te sterilizueshme). Koha maksimale e karikimit te jete 60 min.

8. Kutia metalike e pajisur me vrima ku mund te futen gjithë material e mësipërme për sterilizim

9. Tehet e sharrës: Duhet te jene 90 mm te gjate +/-5%; Trashesia duhet te jet 1.27 mm +/-5% dhe gjerësia 20 mm +/-5%, te përshtatshëm për oschilim. Si dhe tehe te tjera te përshtatshëm per reciprocating me një trashësi 0.89 mm +/-5% gjeresi 13 mm +/-5% dhe gjatesi 76 mm +/-5% per prerje nga njëra ane dhe nga te dy.

Garancia: Jo më pak se 1 (Një) Vit.

Sasia: 4 Copë

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 7- Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë

SPECIFIKIME TEKNIKE

Nr	Emertimi	Sasia
1	Aparat Ultratinguj për Fizioterapinë	1
2	Magnetoterapi për Fizioterapinë	2
3	Tecar therapy për Fizioterapinë	1

4	Shortwave therapy për Fizioterapinë	1
5	Kriotherapy për Fizioterapinë	1
6	Traxion Cerevikal për Fizioterapinë	1
7	Aparat infraruzh për Fizioterapinë	2

Specifikime Teknike:

1. Specifikime Teknike për Aparat Ultratinguj për Fizioterapinë (Pajisje Ultratingulli)



Foto Ilustruese

- Permasat e Ekranit: Minimalisht 7” me prekje me ngjyra.
- Numri i kanaleve te pavarura: 1
- Numri i kokave te lidhur njekoheesisht: 2
- Frekuenca e modulimit: 10Hz – 150 HZ
- Frekuenca e aplikimit 1Hz dhe 3 Hz
- Modalitetet: vale e vazhdueshme , vale me pulse
- Duty Factor: 5-100%
- Intensiteti Maksimal per modalitetin e vazhduar: 2 W/cm²
- Intensiteti Maksimal per modalitetin me pulse: 3 W/cm²
- Dimensionet: 380 × 190 × 260 mm
- Pesha maksimale: 3 kg
- Tensioni (Voltazhi): 100-240 V AC, 50-60 Hz

Te përfshihen Aksesoret:

- Aplikator ultrazeri me siperfaqe: 5 cm²,
- Xhel (vellimi: 300 ml)

Dizajni te jete ergonomik. Te posedoje programin me protokollet e diagnostikimit fizioterapeutik dhe databazen e regjistrimit te pacienteve.

Sasia: Cope 1

2. Specifikime Teknike për Aparat Magnetoterapi për Fizioterapinë

Applicators:



Double-disc applicator



Multi-disc applicator



Linear applicator



Solenoid 30 cm



Solenoid 60 cm



Couch with magneto-therapy applicator



Foto Ilustruese

Karakteristikat:

- Fushe magnetike e fokusuar (FMF)
- Tipologjia e pulsive magnetike: kuadratike, eksponenciale, sinusode, trekendore
- Aplikatore komode ne pozicionim dhe te lehte
- Dimensioni I ekranit: Minimalisht 7" me ngjyra dhe prekje
- Numri i kanaleve 2 dhe 4
- Intensiteti i fushës magnetike maksimale: 128 mT (mili tesla)
- Brezi I frekuencave: 0-166Hz
- Dimensionet: 380 × 190 × 260 mm (+/- 10%)
- Pesha maksimale: 3Kg
- Tensioni (Voltazhi): 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Trolley (karroce suporti)
- Aplikatore për magneto terapine: (nga 1 ne disa disqe magnetike), aplikator rrethor (ring), Aplikator linear, Solenoid, Shtrat me aplikator Magneto terapie.

Sasia: Cope 2

3. Specifikime Teknike për Tecar therapy për Fizioterapinë

Karakteristikat:

- Ekрани: nga 5.5" ne 8.5"
- Fuqia maksimale: Elite 320W
- Frekuenca e procesimit: 480-520 Hz
- Menytrat e aplikimit te valeve: Te vazhdueshme dhe te pulsuara
- Aplikaret: Kacapive, Rezistive dhe Neutral
- 4 dimensione te elektrodave kapacitive: (20, 30, 50 70 mm)
- 4 dimensione te elektrodave resistive: (20, 30, 50,70 mm)
- Elektroda neutrale: (metalike 160x240 mm)
- Dimensionet: 320x190x280 mm (+/- 10%)
- Pesha: 5Kg
- Tensioni (Voltazhi): 100-240V AC, 50-60 Hz
- Dizajn ergonomik

Te përfshihen Aksesoret:

- 4 x Aplikatore kapacitive
- 4x Aplikatore resistive, 1 elektrode neutrale
- 1x krem
- 2x mbajttes aplikatoresh

Sasia: Cope 1

4. Specificime Teknike për Shortwave therapy për Fizioterapinë

Applicators for Microwave diathermy:



Applicators for Shortwave diathermy:



Foto Ilustruese

Karakteristikat:

- Dizajn ergonomik dhe i thjeshte ne përdorim.
- Protokolle terapie te gatshme
- Ekran me prekje minimalisht 5.7"
- Kanale inductive 1 ose 2
- Vala e aplikimit: e vazhduar dhe me pulse
- Fuqia: vale e pulsuar 200W (+/- 5%), vale e vazhduar 100W (+/- 5%)
- Frekuenca e pulseve: 50-1500 Hz
- Gjatësia e valëve e pulseve: 50-200 μ s
- Dimensionet: 560 x 980 x 560 mm (+/- 10%)
- Tensioni (Voltazhi): 230 V AC, 50-60 Hz/115 V AC, 50-60 Hz
- Aksesore: Trolley

Sasia: Cope 1

5. Specificime Teknike për Kriotherapy për Fizioterapinë

Karakteristikat:

- Pajisje e vetme e cila ofron trajtimin ne te tre strukturat e kembes.
- Precizion maksimal
- Dizajn ergonomic
- Kontroll ne distance (Remote control)
- Portabel
- Ekran minimalisht 7" TFT Led (ose ekuivalent) me prekje
- Temperature ftohese
- Tipi i ftohesit R452a
- Shpejtesia e qarkullit te ajrit: 1000 l/min (+/- 10%)
- Krioterapi dinamike
- Mansheta aplikimi për fizioterapi, ortopedi dhe mjekësi sportive
- Madhësi të ndryshme tubash për krioterapinë dinamike bazë dhe të avancuar aplikacionet

Sasia: Cope 1

6. Specificime Teknike për Traxion Cervikal për Fizioterapinë



Foto Ilustruese

Karakteristikat:

- Ekran me prekje minimalisht 5.7"
- Programet e trajtimit: minimalisht 17
- Forcave e tërheqjes: 0-100Kg
- Koha e terapisë: 1:00 – 99:59 min:sec
- Koha e pauzës: 1-999 sec
- Shpejtësia e tërheqjes: 1-12 Kg/s
- Aksesoret që përfshihen: Aplikator për zonën cervikale, lumbare, kyçi dhe kavijlen.

Krevati i traksionit (Parametrat)

- Shtrat elektrik i komandueshem me pult
- Numri i ndarjeve (seksioneve): 3
- Nr i motoreve: 1
- Pesha: 110 Kg (+/- 10%)
- Ngarkesa maksimale: 170 Kg (+/- 10%)
- Lartësia : Min 490mm – Max 970mm
- Këndi i lëvizshmërisë së kokës së krevatit: -30° - 55°
- Gjerësia standarte: 70cm

Sasia: Cope 1

7. Specifikime Teknike për Aparat infraruzh për Fizioterapinë

Dimensionet dhe specifikimet:

- Me dy koka ndriçuese, për të lejuar ndriçimin në dy pika të ndryshme të trupit në të njëjtën kohë.
- Priza: EU plug
- Tensioni: 220 V
- Fuqia e llambës: deri në 275 w
- Gjatësia e krahut: rreth 100 cm (+/-5%)
- Lartësia maksimale e llambës me krah të zgjatur plotësisht: 168 cm (+/-5%)
- Lartësia e qëndrimit: 70 cm (+/-5%)
- Diametri i bazës: 68 cm (+/-5%)
- Hapja maksimale e kapëses: 5 cm (+/-5%)
- Priza e llambës: E27
- Temperatura e ngjyrës: 2500 K
- Jetëgjatësia e llambës: 3000 H
- Fluksi i rrezatimit: 140
- Gjysmë gjerësi: 22 ± 4
- Vala infra të kuqe: 1300 nm
- Gjatësia e valës: 30-1000um
- Frekuenca: 36-42 kHz



- Thellësia e depërtimit infra të kuqe: 10 mm (valë e gjatë)

Foto

Ilustruese

Sasia: Cope 2

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 8- Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit

Nr	Emertimi	Sasia
1	Aparat Ekografie për Anestezinë Rajonale dhe për Trauma	1

SPECIFIKIME TEKNIKE:

Aparat Ekografie për Anestezinë Rajonale dhe për Trauma

Aplikimi kryesor do te jete per procedurat e anestezi-reanimacionit, përfshire aplikime muskuloskeletale, vaskulare, pjese te vogla, etj.

Specifikime teknike

Pajisja e ekografise duhet te jete e përshtatshme për transport intraspitalor, me bateri te integruar dhe me peshe te lehte. Bateria duhet te garantoje funksionim për te paktën 1 ore skanim.

E pajisur me karrel me rrota, me te paktën 2 porta te pavarura për sonda te ndryshme.

Ekran ekografik me prekje, me dimension minimal 15inch ±1inch. Ekranin duhet te jete i rregullueshem ne lartësi dhe ne kënd. Ekranin me prekje duhet te marre komanda te shumëfishta dhe duhet te funksionojë gjate përdorimit me doreza dhe me mbulesa te ekranit ne ambiente ne ambiente sterile.

Thellësia e skanimit nga 0 deri ne 40 cm ±5cm.

Rregullim dinamik i vazhdueshëm i fokusit.

Intervali i Frekuences se përsëritjes se pulseve PRF: 1KHz deri ne 20 KHz

Pajisur me protokolle ekzaminimi permanente me poshte:

E-FAST (Extended Focused Assessment with Sonography in Trauma). Protokoll ultrasonografik i projektuar për diagnostikimin e pacienteve ne gjendje shoku duke përfshire protokollin me poshtë:

- Identifikim dhe numërim i linjave-B te mushkërive duke llogaritur një vlerësim sasior te gjendjes se mushkërive.
- Matje dinamike e seksionit te Vena Cava Inferiore
- Vlerësim i out-put kardiak ne menyre ultrasonike
- Protokoll i dedikuar per ekzaminimin e mushkerive

- Protokoll i dedikuar per ekzaminimin e veshkave
- Protokoll per skanim panoramik
- Protokoll per perzgjedhjen e diametrit te kateterit ne baze te vazes se gjakut.
- Identifikim i ageve gjate funksionit per vendosjen e katetereve central venoz dhe anestezinë loco-rationale

Përfshihen modalitetet e skanimit: 2D, Modalitet Levizje me rregullim kendi, Doppler me ngjyra, Doppler fuqie, Doppler spektral PWD, Doppler spektral CWD, Doppler Indor, Imazheri harmonike ultrasonike.

Funksione dhe paketa te matjeve te perfshira ne menyre permanente:

- Pamje trapezoidale me sonden lineare
- Spatial compounding
- Matje Muskuloskeletale
- Matje kardiake
- Matje Urologjike

Sonde Lineare

Aplikimet: Muskuloskeletale, Bllokim i nervave (anestezi dhe analgjezi), vaskulare , pjese te vogla, toraks dhe pleurale.

Pajisur me 4 butona te pozicionuar ne trupin e sondes te cilet mund te konfigurohen me funksione te percaktuara nga perdoruesi per te mundesuar aplikimin pa prekjen e nderfaqes ekografike. Per shembull, funksion per perzgjedhjen e modalitetit te skanimit doppler me ngjyra, apo doppler spektral, funksione “freeze”, funksion per ndryshimin e amplifikimit, etj.

Frekuenca e perafert qe duhet te mbulohet nga banda e sondes: 3-13 MHz ± 1MHz

Fushepamja: 40mm±2mm

Sonde Konvekse

Aplikimet: Abdomen, kardiologji, muskuloskeletale, Bllokim i nervave (anestezi dhe analgjezi), periferike, urologji, etj.

Fushepamja: 70°±5°. Frekuenca e perafert qe duhet te mbulohet nga banda e sondes: 1-6 MHz ±0.5MHz.

Sasia: Cope 1

Pajisja mjekësore e kërkuar më sipër duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 9- Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme

Nr	Emertimi	Sasia
1	Elektro-Neuro/Miograf	1

SPECIFIKIME TEKNIKE

Elektro-Neuro/Miograf:

Sistem EMG stacionar i përberë nga karrel, njësi kompjuterike, amplifikator EMG, stimulator elektrik, stimulator optik, stimulator audio, panel kontrolli i dedikuar per EMG, Software i dedikuar per EMG, software për administrimin e te dhënave.

KARRELI EMG

Njësi e lëvizshme me rrota, e pajisur me transformator me izolim, me mbajtëse vertikale ekrani dhe sirtar për pozicionimin e tastierës dhe mouse. Te përfshihet krah mbajtës për montimin e amplifikatorit EMG dhe te stimulatorit elektrik. Përfshihet krah mbajtës per panelin e kontrollit. Te përfshihen kabllot e nevojshme te fuqise per lidhjen me rrjetin AC 220V/50Hz.

NJËSIA KOMPJUTERIKE

-Kompjuter me karakteristika minimale 3.0GHz CPU, 8Gb RAM, 500GB HDD, pajisur me porta USB dhe lexues/shkrues CD/DVD.

-Ekran me dimensione minimale 24 inch

-Përfshihet tastierë alfanumerike dhe mouse.

-Mundësi lidhje ne rrjet nëpërmjet portave ethernet ose wireless

AMPLIFIKATORI EMG

-Amplifikator EMG me izolim optik dhe me te pakten 6-kanale.

-Banda e sinjaleve nga sinjale 0.1 deri ne 20KHz

-Frekuenca e kampionimit ne çdo kanal deri ne te paktën 32 KHz ose me shume.

-Konvertimi Analog/Dixhital i sinjaleve EMG me te paktën 24 bit

-CMRR duhet te jete te paktën 100 dB

-IMRR duhet te jete te paktën 130dB

-Zhurma elektronike duhet te jete jo me shume se 0.3 μ Volt

-Impedenca elektrike ne hyrje për çdo kanal te paktën 10G Ω

-Kalibrim dhe kontroll automatik i impedences

-Kanale hyrëse dhe dalje për sinkronizim dhe aktivizim (trigger)

SISTEMI I STIMULIMIT

-Stimulatori Elektrik

-Stimulator me dy kanale

-Kontrolli i rrymës se stimulimit nga 0 deri ne 100mA me rezolucion 0.1 mA

-Kontrolli i kohës se stimulit nga 0.05 deri ne 1 ms

-Frekuenca e stimulimit nga 0.1 deri ne 100 Hz, 500Hz burst

-Zgjedhje e polaritetit te stimulit elektrik dhe percaktim i kohes aktive per stimuj periodike

PANELI I KONTROLLIT

-Panel kontrolli i dedikuar për ekzaminimet EMG, i pajisur me butona te posacem per rregullimin e parametrave te amplifikimit dhe te stimujve.

-Te ketë ekran ne panelin e kontrolli për te kontrolluar parametrat

SOFTWARE

-Databaze me te dhënat e pacienteve, regjistrimet e te dhënave numerike dhe grafike te EMG dhe përgatitje e raporteve mjekësore.

-Mundësi për transferimin e te dhënave ne memorie USB dhe CD/DVD.

-Identifikim automatik i pacienteve ekzistues

-Te ketë database te llojit GDPR

-Software EMG për protokollet e mëposhtme:

-Linja baze e rrotullueshme

-Ndjeshmëria e rregullueshme nga 0.5 μ V/ndarje deri ne 20 mV/ndarje

-Filtër për frekuencat e ulëta nga 20Hz deri ne 20kHz

- Filtër për frekuencat e larta nga 0Hz deri ne 3kHz
- Filtër për frekuencat e linjes 50 ose 60Hz
- Algoritëm për uljen e artifakteve
- Protokolle për ekzaminimet rutine EMG, NCV (motor, sensor, perzier), Vala-F, Vala-H, SSR, RR, EMG Makro, fibër teke, fibër teke e stimuluar, Monitorim EMG, QEMG analize multi-motor dhe tek-motor, analize modeli interference, RNS, përplasje, SEP, AEP etj.
- Set i plote aksesorësh për EMG/EP përshtirë:
- Një shirit tokëzimi + dhjetë age stimulimi koncentrike
- Set regjistrimi me elektroda ne forme unaze te rregullueshme dhe elektroda ne forme disku
- Set Stimulimi elektrik bipolar për stimulim sipërfaqësor
- 20 Elektroda Adezive sipërfaqësore me një përdorim

Sasia: Cope 1

Pajisjet mjekësore të kërkuara më sipër duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 10- Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale

Nr	Emertimi	Sasia
1	Motor sharrë kirurgjikale Maxilofaciale	1

SPECIFIKIME TEKNIKE:

Motor sharrë kirurgjikale Maxilofaciale

Njësia e komandimit

- Njësia e komandimit te jete e përshtatshme për prerjen, heqjen, shpimin dhe sharrimin e indeve, kockave të buta e të forta, si dhe biomaterialeve në procedurat kirurgjikale maxilofaciale, kraniofaciale etj.
- Njësia e komadimit te jete me ekran dixhital me ngjyra, me prekje;
- Madhësia e ekranit jo me e vogël se 21cm
- Mundësi për të rregulluar shpejtësinë e motorit, drejtimin e rrotullimit, sasinë e irrigimit dhe reagimin e pedalit të këmbës përmes ekranit me prekje;
- Mundësi për motor qe kontrollohet nga neuronavigatori
- Mundësi e lidhjes së njëkohshme te disa motorëve elektrike;
- Mundësi lidhje me neuromonitorin NIM Eclipse ose ekuivalent
- Te ketë te paktën dy pompa të integruara për irrigim
- Te ketë njohje automatike e motorit elektrike të lidhur.
- Te ketë mundësi për komandim te irrigimit ne distance
- Te ketë mundësi montimi ne stativ serumi
- Furnizimi me energji elektrike 220-240V 50/60Hz

Pedali komandimit

- Pedal komandimi shumëfunktionale
- Te kete te pakten 4 komadime të integruara për kontroll të lehtë të sistemit
- Pedal per komadimin e motorrit elektrik dhe gradim i shpejtesise
- Buton per perzgjedhjen e motorit te lidhur
- Buton per zgjedhjen e modalitetit start/stop ose modalitetit me shpejtesi te variushme

-Buton per përzgjedhjen e drejtimit te rrotullimit te motorrit para/mbrapa

Motor elektrik

-Motor elektrik për prerjen e kockave dhe biomaterialeve me prerje të vazhdueshme

-Te ketë shpejtësi te rregullueshme te pakten ne diapazonin 300 - 75,000rpm.

-Pesha e motorrit jo me shume se 90gr

-Mundësi për lidhjen e dorezave me gjatësi dhe forma të ndryshme

-Kabllloja e integruar e motorit me gjatësi jo me pak se 450cm

Mikrosharre

-Mikrosharre e pershtatshme per osteotomi

-Te jete e komandueshme nga pedali

-Pesha e mikrosharres jo me shume se 300g

-Te jete me gjatesi 20-21cm dhe diameter 2-2.5cm

-Te kete shpejtësi te gradueshme te pakten ne diapazonin 1500-14000 cpm

-Te kete mundësi per sharra me permasa te ndryshme

Aksesore te perfshire:

1. Zgjatues i motorit elektrik per freza 7-7.5 cm - 1cope
2. Freze me koke sferike me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 4-4.2mm - 1cope
3. Freze me koke sferike me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 5-5.2mm - 1cope
4. Freze me koke sferike me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 6-6.2mm - 1cope
5. Freze me koke sferike diamant me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 2-2.2mm - 1cope
6. Freze me koke sferike diamant me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 3-3.2mm - 1cope
7. Freze me koke sferike diamant me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 7-7.2mm - 1cope
8. Freze me koke sferike karbiti me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 2-2.2mm - 1cope
9. Freze me koke sferike karbiti me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 3-3.2mm - 1cope
10. Freze me koke sferike karbiti me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 7-7.2mm - 1cope
11. Punto shpuese e perdredhur me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 1.1mm - 1cope
12. Punto shpuese e perdredhur me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 1.2mm - 1cope
13. Punto shpuese e perdredhur me gjatesi 7-7.5 cm me diameter 1.5mm - 1cope
14. Sharre me gjatesi prerje 25-25.5mm trashesi 0.25-0.3mm – 1 cope
15. Sharre me aks zgjatues me gjatesi prerje 25-25.5mm trashesi 0.25-0.3mm – 1 cope
16. Kontenjer Sterilizimi per motorr sharre kirurgjikale – 1 cope
17. Furca pastrimi ne 3 permasa: e vogel, mesme , madhe – 1 cope per secilen permase
18. Kabell ushqimi -1 cope

Sasia: Cope 1

Pajisja mjekësore e kërkuar më sipër duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 11- Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale

Nr	Emërtimi	Sasia
1	Sistem Kamera endoskopie për aparat laparoskopie	1
2	Burim drite për laparoskopji	2

SPECIFIKIME TEKNIKE

3. Sistem Kamera endoskopie për aparat laparoskopie

Kompatibel me sistemin ekzistues te laparoskopise Karl Storz Image1

E afte për marrje imazhesh progresive ne formatin Full HD

Me fokus te rregullueshem

E pajisur me çiftues (c-mount) universal për laparoscope

Lehtësisht e manovrueshme me përmasa dhe peshe sa me te vogel.

Gjatësia e kokës se kamerës jo me shume se 10 cm

Pesha jo me shume se 140 gr.

Me dy butona lehtësisht te programueshem

E sterilizueshme

Gjatësia e kabllit te paktën 300 cm

Klasifikimi CF

Sasia: Cope 1

4. Burim drite për laparoskopie dhe endoskopie për aparaturën ekzistuese Karl Storz

I përshtatshëm për ndërhyrje laparoskopike dhe endoskopike.

Teknologji LED me jetëgjatësi te paktën 30,000 ore pune

Ndriçim konstant, i krahasueshëm me llampe Xenon 300 W

Me ekran tregues për orët e punës te llampes dhe mesazhe funksionimi

Temperatura e ngjyres 6000-6500K

Kontroll manual dhe automatik i ndriçimit

Mundësi komunikimi me sistemin ekzistues te kameres laparoskopike Karl Storz Image1

Punim i qete dhe me sistem ftohje

Ushqimi 220V AC, 50 Hz

Klasifikimi CF

Sasia: Cope 2 (një për laparoskopie dhe një për endoskopie)

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Loti 12- Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore

Nr	Emërtimi	Sasia
1	Frigoriferë për Medikamente ne temperature 2-6 grade	12
2	Aspirator kirurgjikal për Kirurgjinë	2
3	Monitor parametrash vital për shërbimin e gastrokopiesë	1

SPECIFIKIME TEKNIKE

1. Frigoriferë për Medikamente ne temperature 2-6 grade

- Tipi vertikal me diapazon temperature +2°C / +15 °C
- Brenda dhe jashtë te jete prej çeliku inoks
- Te ketë një vëllim te brendshëm prej 170 – 210 litra

- Izolim ne pjesët anësore prej 50 -60 mm dhe ne pjesën e pasme 70-80 mm
- Te ketë një dera frontale prej xhami, në pjesën e brendshme te ketë hapësirë për min 3 rafte
- Shkrirja te behet ne mënyrë automatike
- Te ketë ndriçim te brendshëm LED i cili te ndizet sa here te hapet dera .
- Niveli i zhurmës < 45 dBA
- Te komandohet me sistem elektronik
- Te ketë një ekran LED /LCD prej min 7” nga ku te afishohen te dhënat ne grafik dhe alarmet.
- Te ketë mundësi te regjistrojë te dhënat ne karte SD për te paktën një vit
- Te jete i pajisur me porte USB /karte SD dhe Porte RJ 45 për shkarkimin e te dhënave
- Te jete i pajisur me sonde PT 100.
- Alarme vizuale dhe akustike për luhatje të temperaturës dhe evente si: Dera e hapur- Temperaturë e larte/e ulet – Mungese energjie – probleme me kondesatorin/sonden.- probleme me pjesët e brendshme.
- Ushqimi 210-230V / 50-60 Hz

Sasia: Cope 12

2. Aspirator kirurgjikal për Kirurgjinë

- Te jete i përshtatshëm për aspirimin
- Pompë vakumi me kapacitet afërsisht 90 kPa (675mm/Hg)
- Kapaciteti i thithjes minimalisht 60 L/min
- Te jete me rregullues vakumi : 0-0,9 bar (0-90 kPa)
- Vakumi të jetë i kontrolluar dhe nga pedali
- Rezervuari: 2 enë me volum min 2 Litra secila (4 Lt min ne total) të autoklavueshme, me valvul sigurie dhe me kapak
- E lëvizshme, me rrota te kthyeshme me frena
- Aparatura ti përmbahet standarteve të klasës: IIA

Aksesoret:

- Te jete e pajisur me Setin e tubave te sterilizueshem me gjatësi minimalisht 2 m
- Te jete e pajisur me 99% Antibacterial hydrophobic filtër
- Ushqimi: 210-230V / 50-60 Hz

Sasia: 2 Copë

3. Monitor parametrash vital për shërbimin e gastrokopsisë

Monitor pacienti me aksesoret përkatës

Ekрани TFT/LCD min 12”, rezolucion 800 x 600

- Te afishoje min 8 formevale
- Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)
- Te ketë aftësi për dedektim për peacemake dhe ,analize aritmie

EKG • 3/5/12 lead

Formevala EKG prej 2-7-12 kanale

SpO2

- Diapazoni 0-100 %
- Rezolucioni 1 %
- Saktësia e matjes +/- 2% për (Adulte –Pediatrik) +/- 3 % (Neonate)

Shkalla e Pulsit

- Diapazoni i shkalles se pulsit : 30~254 rrahje/min
- Resolucioni: 1-2 rrahje/min
- Saktësia : ±2 rrahje/min

Temperatura

- Saktësia ± 0.1

-
- Diapazoni i matjes 5-50

NIBP

- Mënyra e matjes se monitorit : Oshilometrike automatike
- Mënyra e operimit: Manuale, automatike, e vazhduar
- Koha e matjes 20-40 s
- Rezolucioni 1 mmHg

Regjistrim i te dhënave grafike dhe parametrave: te paktën 120 orëve te fundit

Kalkulim për Hemodinamike, Dozën e Ilaçeve, Oksigjenimin, Ventilimin)

Ushqimi : AC 100-250 V, 50/60 Hz

Per : Adult, Pediatrik, Neonate

I pajisur me bateri i afte te operoje për min dy ore

Aksesore te përfshirë:

- Sensor SpO2, adult, shume përdorimesh
- Sonde Temperature
- Elektroda EKG, adult
- Manshete NIBP
- Kabell EKG

Sasia: Cope 1

Pajisjet mjekësore të kërkuara sa më sipër (te gjitha) duhet të plotësojnë detyrimisht këto kushte:

-Garanci: Jo më pak se 1 (Një) Vit duke filluar nga data e vendosjes ne funksion të pajisjes.

-Pajisjet mjekësore të jenë sipas standardeve CE ose FDA,

-Afati i furnizimit: Brenda dy muajve ose gjashtëdhjetë ditë duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës se furnizimit.

-Afati i vendosjes: Sipas kërkesave te AK

Shtojca 6

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Proceduren me Objekt: “**Blerje paisje mjekësore për SUT**”

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Loti 1- Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë	Njesia	Sasia
1	Sistem i lëvizshëm me rreze X, për aplikime neurokirurgjikale	copë	1
2	Sistem Neuroendoskopie kraniale dhe spinale	copë	1
3	Krevat spitalor për pacientet ne shërbimin e neurokirurgjisë	copë	20
Nr.	Loti 2- Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore	Njesia	Sasia
1	Sistem i lëvizshëm C-Arm me detektor me panel të sheshtë	copë	3
2	Veshje plumbi për C-Arm	copë	10
Nr.	Loti 3- Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore	Njesia	Sasia
3	Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore	copë	10
4	Aparat Elektrobisturie Bipolare te avancuar	copë	2
Nr.	Loti 4- Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës	Njesia	Sasia
1	Ekografi A/ B SCAN Okulare	copë	1
2	Green Laser	copë	1
3	Yag Laser	copë	1
4	OCT (Optical Coherence Tamography)	copë	1
5	Topografi Corneale	copë	1
6	Tonometër Aplanacioni	copë	1
Nr.	Loti 5- Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL	Njesia	Sasia
1	Kabine Audiometrie + Unit ORL për Shërbimin e ORL	copë	1
2	Sete Veglash Mjekimi ORL për Shërbimin e ORL	copë	15

3	Llambe Mikrokirurgjie ORL për Shërbimin e ORL	copë	5
4	Termocauter Bipolar për Shërbimin e ORL	copë	1
5	Mikroskop Kirurgjikal per ORL	copë	1

Nr.	Loti 6- Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore	Njesia	Sasia
1	Trapan Elektrike për Sallat Operatore	copë	4

Nr.	Loti 7- Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë	Njesia	Sasia
1	Aparat Ultratinguj për Fizioterapinë	copë	1
2	Magnetoterapi për Fizioterapinë	copë	2
3	Tecar therapy për Fizioterapinë	copë	1
4	Shortwave therapy për Fizioterapinë	copë	1
5	Kriotherapy për Fizioterapinë	copë	1
6	Traxion Cerevikal për Fizioterapinë	copë	1
7	Aparat infraruzh për Fizioterapinë	copë	2

Nr.	Loti 8- Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit	Njesia	Sasia
1	Aparat Ekografie për Anestezinë Rajonale dhe për Trauma	copë	1

Nr.	Loti 9- Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme	Njesia	Sasia
1	Elektro-Neuro/Miograf	copë	1

Nr.	Loti 10- Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale	Njesia	Sasia
1	Motor sharrë kirurgjikale Maxilofaciale	copë	1

Nr.	Loti 11- Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale	Njesia	Sasia
1	Sistem Kamera endoskopie për aparat laparoskopie	copë	1
2	Burim drite për laparoskopji	copë	2

Nr.	Loti 12- Furnizim me aparatura te ndryshme për shërbimet mjekësore	Njësia	Sasia
1	Frigoriferë për Medikamente ne temperature 2-6 grade	copë	12
2	Aspirator kirurgjikal për Kirurgjinë	copë	2
3	Monitor parametrash vital për shërbimin e gastroskopisë	copë	1

Afatet e lëvritimit:

Per Lotin 1- “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë” mallrat/paisjet duhet te furnizohen brenda tre muajsh (ose 90 dite) duke filluar nga data e nënshkrimit te kontratës se furnizimit sipas Marrveshjes kuadër per periudhën 12 mujore.

Te gjithë mallra/paisjet e loteve te tjera duhet te furnizohen brenda dy muajsh (ose 60 dite) duke filluar nga data e nënshkrimit te kontratës se furnizimit sipas Marrveshjes kuadër per periudhën 12 mujore.

Sqarim: Ak do te nënshkruaj ne fillim Marrveshjen kuadër me OE te shpallur fitues dhe me pas do te nënshkruhen kontratat sipas nevojave dhe fondeve ne dispozicion te Ak. Kontratat do te nënshkruhen brenda periudhës 12 mujore dhe afati i furnizimit (periudha dy mujore ose tre mujore per lotin Nr 1) do te filloje menjëherë me nënshkrimin e kontratave te furnizimit.

Shtojca 7

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULAR I I KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES/KUALIFIKIMIT

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PËRZGJEDHJES/ KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- a) është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- b) nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- c) nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- ç) personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortaku, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendimi i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- d) nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale; dh nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;
- e) ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet/Entet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti/EntiKontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit ose entit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Kriteret e përgjithshme dhe kriteret e veçanta të kualifikimit pika 2.1 dhe pika 2.2 do të jenë të njëjtat për të gjitha lotet.

II. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

2.1.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë “Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore”, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë, sipas Ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2021-2022-2023). Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë duhet të jetë në masën 40% të fondit limit/vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurren.

Shënim: Kur konkurrohet për më shumë se 1 lot, vlera 40% do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.*

*Shënim*Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor”.*

Kriteret e veçanta ”Kapaciteti teknik” do të jenë të ndara sipas loteve si më poshtë:

PER LOTIN:

• LOTI 1 – “Furnizim/vendosje për pajisje mjekësore të Shërbimit të Neurokirurgjisë”

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të vlerës së fondit limit/ vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Auto-deklarate për origjinën e mallit, ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese (të plotësohet dhe në shtojcën 1 – oferta ekonomike).

2.3.3 OE duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributor i autorizuar prej prodhuesit (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin), nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë pajisjet objekt i kësaj procedure prokurimi. Autorizimi duhet të jetë origjinal ose kopje e përkthyer dhe noterizuar.

2.3.4 Operatori ekonomik, duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE, FDA ose ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuara.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregetim të pajisjeve mjekësore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.6 Për të gjithë artikujt e kërkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi (*Specifikimet teknike*) të paraqiten katalogë, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pajisjet dhe aksesoret shoqërues (nëse aplikohet), në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë për çdo defekt të mundshëm teknologjik është për të paktën një vit duke filluar nga data e furnizimit.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën se do të trajnojë stafin mjekësor të SUT për përdorimin e aparaturave/pajisjeve mjekësore objekt prokurimi sipas manualit të prodhuesit.

2.3.9 Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë që ka të paktën **2(dy)* punonjës Inxhinierë/Specialistë** në stafin e vetë, të trajnuar për pajisjet mjekësore të cilët do të kryejnë

furnizimin dhe instalimin e pajisjeve mjekësore, të vërtetuar nëpërmjet: diplomës, certifikatës së trajnimit, CV-së, kontratës individuale të punës. Ky staf do të kryejë instalimin dhe vendosjen e aparaturave/pajisjeve mjekësore sipas kërkesave të AK.

Për këtë OE duhet të disponojë dokumentet e mëposhtme provuese për Inxhinierët/Specialistët e mësipërm:

- Diploma
- Certifikatat/dëshmitë e trajnimit për pajisjet, lëshuar nga kompania prodhuese ose ekuivalentet e këtyre certifikimeve lëshuar nga autoritete të autorizuar/certifikuara për dhënien e tyre;
- Kontratë pune/ shërbimi e vlefshme.
- Listepagesat e deklaruara ne organet tatimore (formularët E-sig 025) ne tre muajt e fundit nga data e zhvillimit te tenderit për inxhinieret bazuar në VKM nr 514 date 20.09.2017 “Për miratimin e listës kombëtare te profesioneve”.

PER LOTET :

- **LOTI 2 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për Sallat Operatore”**
- **LOTI 3 – “Furnizim me Aparat Elektrobisturie Bipolare për Sallat Operatore”**
- **LOTI 4 – “Furnizim/vendosje pajisje mjekësore për shërbimin e Okulistikës”**
- **LOTI 5 – “Furnizim/vendosje pajisje Mjekësore të Shërbimit ORL”**
- **LOTI 6 – “Furnizim me Trapan Elektrike për Sallat Operatore”**
- **LOTI 7 – “Furnizim me pajisje Mjekësore për Shërbimin e Fizioterapisë”**

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 40% të vlerës se fondit limit/ vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurren, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Auto-deklarate për origjinën e mallit, ku te përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese (te plotësohet dhe ne shtojcën 1 – oferta ekonomike).

2.3.3 OE duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributor i autorizuar prej prodhuesit (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin), nëpërmjet të cilit konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë pajisjet objekt i kësaj procedure prokurimi. Autorizimi duhet të jetë origjinal ose kopje e përkthyer dhe noterizuar.

2.3.4 Operatori ekonomik, duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE, FDA ose ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuara.

2.3.5 Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregetim të pajisjeve mjekësore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

2.3.6 Për të gjithë artikujt e kërkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi (*Specifikimet teknike*) të paraqiten katalogë, ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofertohej, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pajisjet dhe aksesoret shoqërues (nëse aplikohet), në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë për çdo defekt të mundshëm teknologjik është për të paktën një vit duke filluar nga data e furnizimit.

PER LOTET :

- **LOTI 8 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për shërbimin e anestezi-reanimacionit”**
- **LOTI 9 – “Furnizim/vendosje për Pajisje mjekësore të Shërbimit të Sëmundjeve të brendshme”**
- **LOTI 10 – “Furnizim/vendosje për Pajisje Mjekësore për Shërbimin e Kirurgjise Maksilofaciale”**
- **LOTI 11 – “Furnizim me pajisje mjekësore Kirurgjikale”**
- **LOTI 12 – “Furnizim me aparatura të ndryshme për shërbimet mjekësore”**

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

2.3.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë prej 20% të vlerës së fondit limit/ vlerës së pritshme të kontratave, të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2.3.2 Auto-deklarate për origjinën e mallit, ku të përcaktohet vendi i prodhimit dhe kompania prodhuese (të plotësohet dhe në shtojcën 1 – oferta ekonomike).

2.3.3 OE duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributor i autorizuar prej prodhuesit (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre me prodhuesin), nëpërmjet të cilit

konfirmohet se ofertuesi autorizohet të tregtojë pajisjet objekt i kësaj procedure prokurimi. Autorizimi duhet të jetë origjinal ose kopje e përkthyer dhe noterizuar.

2.3.4 Operatori ekonomik, duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE, FDA ose ekuivalent, të vlefshme, për të gjithë artikujt e ofruar sipas kategorizimit të tyre, të përkthyer dhe të noterizuara.

2.3.5 Për të gjithë artikujt e kërkuar sipas tabelës së pasqyruar në këto Dokumente Tenderi (*Specifikimet teknike*) te paraqiten katalogë, ku te përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme për secilin artikull (*pjesët e katalogut që përmbajnë emërtimin dhe specifikimet e detajuara teknike të artikullit që ofrohet, nëse nuk janë në gjuhën shqipe, të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen*). Operatori ekonomik duhet të markojë në katalogun përkatës produktet që ofron sipas numrit rendor (**te markuara sipas artikullit**) të përcaktuar në formularin e ofertës. Katalogët do pranohen vetëm në formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit.

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratën e garancisë për pajisjet dhe aksesoret shoqërues (nëse aplikohet), në të cilën duhet të saktësojë se periudha e garancisë për çdo defekt të mundshëm teknologjik është për të paktën një vit duke filluar nga data e furnizimit.

PER TE GJITHA LOTET

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Specifikimet sipas DST-se.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

(Shtojcë për tu paraqitur nga operatori ekonomik)

FORMULARI PËRMBLEDHËS I VETËDEKLARIMIT

I. Unë i nënshkruari _____ në cilësinë e _____ të operatorit ekonomik _____ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:

A. Pjesa I: Informacion në lidhje me Operatorin Ekonomik

Identifikimi	Përgjigja
Emri i operatorit ekonomik: (Ju lutemi renditni të gjithë operatorët ekonomikë nëse jeni një BOE. Ju lutemi tregoni rolin e operatorit ekonomik në BOE)	-----
Numri NIPT/et:	-----
Adresa postare: Qyteti / qyteti; Kodi postar	-----
Përfaqësuesi (emri):	-----
Telefoni:	-----
E-mail:	----- ---

B: DEKLARATË

Për nënkontraktorët dhe subjektet në kapacitetet, e të cilave do të mbështetet Operatori Ekonomik (nëse është e zbatueshme)

Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se: <ul style="list-style-type: none"> Informacione për nënkontraktorin

Emri i nënkontraktorit të propozuar	NIPT – i	Përqindja e nënkontraktimit	Mallrat/ shërbimet e lidhura me to për t'u nënkontraktuar

- Informacion mbi subjektet mbi kapacitetin, e të cilëve do të mbështetet operatori ekonomik

Emri (at) e subjekteve	NIPT-i	Lloji i kapacitetit për të cilin do të mbështetet operatori ekonomik	Specifiko konkretisht kapacitetin/et

Pjesa II: Shkaqet e përjashtimit

A: DEKLARATA PËR PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME TË KUALIFIKIMIT

Deklarata
<p>Operatori ekonomik është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>
<p>Operatori ekonomik nuk është dënuar për ndonjë nga veprat penale të parashikuara në nenin 76/1 të LPP-së ose ka qenë i dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së.</p> <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme</i> _____</p>

Personi / personat në cilësinë e anëtarit të organit administrativ, drejtorit ose mbikëqyrësit, si aksionar ose si ortak, ka ose kompetenca përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si më poshtë:

etj.

nuk janë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për ndonjë nga veprat penale të përcaktuara në nenin 76/1 të LPP-së ose kanë qenë të dënuar dhe ka kaluar një periudhë 5-vjeçare nga data e ekzekutimit të dënimit, nëse nuk është përcaktuar një periudhë tjetër nga gjykata, sipas parashikimeve të nenit 76 të LPP-së, etj.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

Ky informacion kërkohet për operatorët ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori Ekonomik ka paguar të gjitha detyrimet për taksat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi, ose ndodhet në një nga rastet e parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

Operatori ekonomik ushtron aktivitetin e tij në zbatimin e kërkesave ligjore në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme

Operatori ekonomik nuk është në listën e operatorëve ekonomikë të ndaluar për të fituar kontrata publike në përputhje me nenin 78 të LPP-së.

Operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë /kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____

B: DEKLARATA

Për Dorëzimin e Ofertave të Pavarura

Ne cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik, në mbështetje të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në mbështetje të Ligjit Nr. 9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se, deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga fitimi i kontratave publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
 - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
 - b) është një ofertues i mundshëm, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
 - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;
 - b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
 - a) çmimet ;
 - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
 - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
 - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t’u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

C: DEKLARATA

Mbi Konfliktin e Interesit

Deklarata
<p>Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se jemi të vetëdijshëm për sa vijon:</p> <p>Konflikti i interesit është një situatë e konfliktit midis detyrës publike dhe interesit privat të një zyrtari, në të cilën ai / ajo ka interesa private direkte ose indirekte që ndikojnë, ose që mund të ndikojë ose që duket se ndikojnë në kryerjen e padrejtë të detyrave dhe detyrimeve publike.</p>
<p>Në përputhje me nenin 21, paragrafi 1, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve siç parashikohen në Kapitullin III, Seksioni II, që janë absolutisht të ndaluara të përfitojnë drejtpërdrejt ose indirekt nga nënshkrimi i kontratave midis një pale dhe institucionit publik janë:</p> <ul style="list-style-type: none">- Presidenti i Republikës, Kryeministri, Zëvendës Kryeministri, Ministrat, ose Zëvendësministrat, Deputetët, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët dhe Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Apelit, Avokati i Popullit, Anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtarët e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, Anëtarët e Enteve Rregullatore (Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin; konkurrenca; telekomunikacioni; energjia elektrike; furnizimi me ujë; sigurimi; bonot; autoritetet e medias), sekretarët e përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar publik në çdo institucion publik pozicioni i të cilit është i barabartë me atë të Drejtorit i Përgjithshëm, drejtuesit e organeve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil. <p>Për nëpunësit civilë të nivelit të mesëm, sipas nenit 31 dhe zyrtarët sipas nenit 32 të kreut III, seksionit 2 të këtij ligji, ndalimi në paragrafin 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, siç përcaktohet këtu të zbatohet vetëm në rast të lidhjes së kontratave brenda fushës dhe territorit të institucionit dhe juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim do të zbatohet edhe kur pala në kontratë është një institucion varësie.</p> <p>Kur zyrtari është kryetar bashkie ose nënkryetar i një bashkie ose komune, ose kryetar i një këshilli rajonal, anëtar i këshillit përkatës, ose një zyrtar i lartë i menaxhimit të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave private të zyrtarit, specifikuar këtu, do të zbatohet vetëm në rastin e lidhjes së kontratave, nëse ka, me bashkinë, komunën ose rajonin ku zyrtari ushtron një detyrë të tillë. Ky ndalim do të zbatohet gjithashtu kur pala në kontratë është një institucion publik në varësi të kësaj njësie (neni 21, paragrafi 2, Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005).</p> <p>Ndalimet e parashikuara në nenin 21, paragrafët 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, do të zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin, d.m.th. bashkëshortin, bashkëjetuesin, fëmijët madhorë e prindërit e zyrtarit dhe të bashkëshortit dhe bashkëjetuesit.</p>
<p>Unë jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të parashikuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 "Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funkcioneve Publike", të ndryshuar, dhe aktet nënligjore të miratuara në bazë të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrolli i Pasurive, si dhe Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik".</p> <p>Në përputhje me to, unë deklaroj këtu se asnjë zyrtar publik, siç përcaktohet në Kapitullin III, Seksioni II të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk ka ndonjë interes privat, direkt ose indirekt, me personin juridik që unë përfaqësoj këtu.</p>

D: DEKLARATA

Për zbatimin e dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Deklarata
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:
<ul style="list-style-type: none">Operatori ekonomik _____ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.Operatori ekonomik _____ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH. <p><i>Sqarime nëse vlerësohet e nevojshme _____</i></p>

Pjesa III Kriteret e Përzgjedhjes/Kualifikimit

A: DEKLARATË

Në përputhje me specifikimet teknike dhe grafikun e realizimit të objektit të kontratës:

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, ne deklarojmë se plotësojmë të gjitha specifikimet teknike, siç udhëzohet në dokumentet e tenderit, dhe këtë e provojmë përmes certifikatave dhe dokumenteve të paraqitura me këtë deklaratë (nëse kërkohet nga Autoriteti/Enti Kontraktor), dhe marrim përsipër të realizojmë objektin në përputhje me Listën e mallrave dhe grafikun e lëvrimit të përcaktuar nga Autoriteti/Enti kontraktor.	Po [] Jo []

B: DEKLARATË

Për disponimin e punonjësve dhe makinerive të nevojshme (nëse kërkohen)

Deklarata	Përgjigje
Në cilësinë e operatorit ekonomik, deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:	<u>Punonjës</u> Po [] Jo []

<p>Unë kam punonjësit e nevojshëm si dhe mjetet dhe makineritë për ekzekutimin e kontratës, siç përcaktohet në dokumentet e tenderit, dhe e vërtetoj këtë me dokumentacionin përkatës, të cilin do ta paraqes në kopje origjinale ose të noterizuar nëse fitoj, ose nëse më kërkohen sqarime nga autoriteti/enti kontraktor.</p>	<p>Nëse, po, numri i punonjësve:</p> <hr/> <p>Profili i punonjësve</p> <hr/> <p><u>Makineri e mjete</u></p> <p>Po [] Jo []</p> <p>Nëse po, të listohen me të dhënat konkrete:</p> <hr/>
<p>Emri, Mbiemri _____</p> <p>Firma _____</p> <p>Vula _____</p> <p>Data e dorëzimit të deklaratës _____</p>	

Ju lutemi sigurohuni që:

- Secili pjesëmarrës i renditur në një bashkim operatorësh ekonomikë të paraqesë një Formular të veçantë të Vetëdeklarimit.
- Në rast se, operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, një Formular i veçantë i Vetëdeklarimit duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.
- Çdo vetdeklarim i pavërtetë/pasaktë nga ana e operatorëve ekonomikë jo vetëm që përbën shkak për skualifikimin nga procedura konkrete, por përbën shkak edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për të fituar kontrata publike deri në 3 vjet, sipas parashikimeve të ligjit për prokurimin publik.
- Operatorët ekonomikë që ofertojnë në procedurat e prokurimit të vetdeklarojnë në çdo rast informacionin e saktë që i korrespondon gjendjes së tyre faktike.

Në çdo rast, autoriteti/enti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik për sa më sipër.

- *Në çdo rast, përpara publikimit të njoftimit të fituesit paraprak dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor duhet t'i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.*
- *Informacioni i pasqyruar në formularin e vetëdeklarimit, i cili gjendet në një bazë të dhënash, ku autoriteti/enti kontraktor mund të aksesojë direkt këtë informacion dhe /ose dokumentin, duhet të shoqërohet me adresën përkatëse për këtë bazë të dhënash.*



Shtojca 9

Formulari i Njoftimit të Skualifikimit²

[Vendndodhja dhe data]

[Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor]

[Adresa e Ofertuesit]

I nderuar, Z. / Znj. <Emri i kontaktit >

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në procedurën e sipërpërmendur të prokurimit publik. Procedura u zhvillua në përputhje me Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes në bazë të kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në Njoftimin e Kontratës dhe dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informojmë se jeni skualifikuar pasi oferta e paraqitur nga ju është refuzuar për arsyen (et) e mëposhtme:

Nëse mendoni se autoriteti/enti kontraktor ka shkelur LPP-në ose RPP-në gjatë procedurës së prokurimit publik, ju keni të drejtë të inicioni një procedurë rishikimi pas publikimit të njoftimit të fituesit sipas parashikimeve të Kapitullin XIV të Ligjit të Prokurimit Publik.

Megjithëse nuk mund t'i përdorim shërbimet tuaja në këtë rast, ne besojmë se do të mbeteni të interesuar për iniciativat tona të prokurimit.

Me respekt,

Titullari i Autoritetit/Entit Kontraktor

²Ky njoftim do të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit të zhvilluara në rrugë shkresore

Shtojca 10

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit:

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, sasi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera

(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet e mëposhtme

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [*emri dhe adresa e ofertuesit fitues*], se oferta e paraqitur me vlerë totale prej _____ [*shuma përkatëse e shprehur me fjalë dhe shifra*] / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 11

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 3

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e Ofertuesit fitues]

Procedura e prokurimit/lotit

Numri i procedurës / referenca e Lotit: Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [Objekti, Sasitë dhe kohëzgjatja e kontratës] Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj ju informojmë se Ofertuesit e mëposhtëm kanë marrë pjesë në këtë procedurë me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-t Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it Vlera (e shprehur në shifra dhe fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë Numri i NIPT-it arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se, oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [_____]është identifikuar si oferta e suksesshme.

³ Ky Formular është i aplikueshëm nëse ka Ankime

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda _____ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose nuk dorëzon sigurimin e kontratës brenda afatit përfundimtar tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 83 të Ligjit nr. 162/2020 "Për prokurimin publik".

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraparak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i autoritetit /Entit kontraktor]

Shtojca 12

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR (PARAPRAK)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____
2. _____
3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se, në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë të mëposhtëm me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____
Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____
e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

arsyet

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si fitues (paraparak) të procedurës së prokurimit:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera / Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera e ofruar/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme)

e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

Shtojca 13

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/enti Kontraktor në rastin e Marrëveshjes Kuadër]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

(NË PËRFUNDIM TË AFATEVE TË ANKIMIT⁴)

[Data]

Drejtuar: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të suksesshëm]

1. _____

2. _____

3. _____

* * *

Procedura e prokurimit:

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: [shuma, objekti, kohëzgjatja e kontratës, etj.]

Publikimet e mëparshme (nëse aplikohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të kësaj bëjmë me dije se në këtë procedurë /lot kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë me vlerat përkatëse si më poshtë:

1. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

2. _____

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-it

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Etj. _____

Janë skualifikuar Operatorët ekonomikë e mëposhtëm:

⁴ Ky Formulari është i aplikueshëm nëse ka ankime

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it* _____ *arsyet*

* * *

Duke iu referuar procedurës së mësipërme, ju informojmë se operatorët ekonomikë të mëposhtëm janë identifikuar si të suksesshëm:

1. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

2. _____
Emri i plotë i shoqërisë _____ *Numri i NIPT-it*

Vlera/ Totali i çmimeve për njësi dhe vlera e pritshme e kontratave (nëse është e zbatueshme) _____

(e shprehur në shifra dhe në fjalë)

Totali i pikëve të marra _____

Etj. _____

Si pasojë, nga ju kërkohet të paraqiteni tek [emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor] brenda _____ ditëve nga data e marrjes të këtij njoftimi për të lidhur marrëveshjen.

Ankesa pas Njoftimit të Fituesit (Paraprak)

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

Ankesa pas Njoftimit të Anullimit të procedurës:

PO JO

Nëse Po (vendimi përfundimtar për trajtimin e ankesës/ave nr. datë) _____

[Titullari i Autoritetit /Entit Kontraktor]

Seksioni III Termet dhe Kushtet e Kontratës (TKK)

Ky Seksion përmban :

Shtojca 14: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 15: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 16: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 17: Draftmarreveshja ku përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 18: Draftmarreveshja ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet

Shtojca 14

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës (KPK)

Këto Kushte të Përgjithshme të Kontratës (KPK), së bashku me Kushtet e Veçanta dhe dokumentet e tjera të renditura në to, përbëjnë një dokument të plotë që shpreh të drejtat dhe detyrimet e palëve.

Neni 1 Dispozitat e përgjithshme

1.1 Përkufizimet

Në Kushtet e Kontratës ("këto Kushte"), të cilat përfshijnë Kushtet e Veçanta dhe këto Kushte të Përgjithshme, fjalët dhe shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime:

1.1.1 Kontrata

- 1.1.1.1** "Kontrata" do të thotë kontrata me shpërblim, e lidhur me shkrim, ndërmjet një apo më shumë operatorëve ekonomikë dhe një ose më shumë autoriteteve ose enteve kontraktore, që kanë si objekt kryerjen e punimeve, furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, në përputhje me LPP.
- 1.1.1.2** "Dokumentet e Kontratës" do të thotë dokumentet e renditura në Kontratë, përfshirë çdo ndryshim të saj.
- 1.1.1.3** "Çmimi i Kontratës" do të thotë çmimi që i paguhet Furnizuesit siç specifikohet në kontratë.
- 1.1.1.4** "Përfundimi" do të thotë përmbushja e të gjitha detyrimeve, me ose pa penalitet, nga Furnizuesi në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në Kontratë.
- 1.1.1.5** "Ndërprerje e Kontratës" do të thotë mosvijimi i ekzekutimit të Kontratës sipas përcaktimeve në Nenin 25.
- 1.1.1.6** "Specifikime teknike" do të thotë karakteristikat e Mallrave objekt kontrate dhe çdo shtesë dhe modifikim i këtyre karakteristikave në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.7** "Vizatimet" do të thotë vizatimet e Mallrave, siç janë përfshirë në Kontratë, dhe çdo vizatim shtesë dhe i modifikuar i lëshuar nga (ose në emër dhe për llogari të) Blerësit në përputhje me Kontratën.
- 1.1.1.8** "Katalog" do të thotë një "libër" që përmban listën e produkteve/mallrave përfshirë përshkrimet e cilësive/specifikimeve, si dhe mënyrën e përdorimit të tyre.
- 1.1.1.9** "Listat" do të thotë dokumenti (et) me titull Listat të plotësuara nga Furnizuesi dhe të dorëzuara me ofertën, siç janë të përfshira në Kontratë. Dokumente të tilla mund të përfshijnë Listat e Çmimeve të dhëna, Listat e tarifave dhe / ose çmimeve.

-
- 1.1.1.10** "Ofertë" do të thotë oferta ekonomike dhe të gjitha dokumentet e tjera që Furnizuesi ka dorëzuar me ofertën ekonomike, siç janë përfshirë në Kontratë.
- 1.1.1.11** "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.
- 1.1.1.12** "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.
- 1.1.2 Palët e Kontratës**
- 1.1.2.1** "Palë" do të thotë nënshkruesit e kontratës, në cilësinë e Blerësit dhe Furnizuesit sipas kontekstit.
- 1.1.2.2** "Blerës" do të thotë Autoriteti/Enti Kontraktor përfituesi i Mallrave objekt kontrate.
- 1.1.2.3** "Furnizues" do të thotë operatori (ët) ekonomik që furnizon Mallrat objekt kontrate.
- 1.1.2.4** "Nënkontraktor" do të thotë çdo subjekt i caktuar si nënkontraktor për ofrimin e një pjese të Mallrave ose Shërbimeve të Lidhura me to.
- 1.1.3 Datat, Testet, Periudhat dhe Përfundimi**
- 1.1.3.1** "Test i Pranimit" do të thotë testet (nëse janë të aplikueshme) të cilat janë specifikuar në Kontratë dhe që kryhen në përputhje me Specifikimet për qëllimin e pranimit të Mallrave.
- 1.1.3.2** "Ditë" do të thotë një ditë kalendarike.
- 1.1.4 Mallrat**
- 1.1.4.1** "Mallra" do të thotë të gjitha mallrat, lënda e parë, makineritë dhe pajisjet dhe / ose materialet e tjera që Furnizuesit duhet t'i furnizojnë Blerësit sipas Kontratës.
- 1.1.4.2** "Shërbime të Lidhura" do të thotë shërbimet e rastit të lidhura me furnizimin e Mallrave, siç janë sigurimi, transporti, instalimi, vënia në punë, trajnimi dhe mirëmbajtja fillestare ose ndonjë shërbim tjetër i kësaj natyre sipas Kontratës.
- 1.1.5 Përkufizime të tjera**
- 1.1.5.1** "Adresa e Blerësit" është adresa e specifikuar në KVK.
- 1.1.5.2** "Forca Madhore" është përcaktuar në Nenin 22 "Forca Madhore".
- 1.1.5.3** "Sigurimi i Kontratës" është sipas përcaktimeve të Nenit 10 "Sigurimi i Kontratës".
- 1.1.5.4** "Vendi i dorëzimit të Mallrave", do të thotë vendi i përcaktuar në KVK.
- 1.1.5.5** "E paparashikueshme" ose "E paparashikuar" do të thotë një ngjarje objektivist e pamundur të parashikohet në momentin e publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE.
- 1.1.5.6** Modifikimi i kontratës" është sipas përcaktimeve në Nenin 23.

1.1.5.7 "Legjislacioni në fushën e prokurimit" do të thotë LPP-ja, Rregullat e Prokurimit Publik dhe akte të tjera nënligjore në bazë dhe për zbatim të LPP –së siç specifikohet në KVK

1.1.5.8 "Praktikat e Ndalua" kanë kuptimin e përcaktuar në LPP.

1.2 Interpretimi

1.2.1 Interpretimi i Kontratës, përveç kur konteksti kërkon ndryshe:

(a) fjalët që tregojnë një gjini përfshijnë të gjitha gjinitë;

(b) fjalët që tregojnë njëjësin përfshijnë edhe shumësin dhe fjalët që tregojnë shumësin përfshijnë edhe njëjësin;

(c) dispozitat që përfshijnë fjalën "bie dakord", "rënë dakord" ose "marrëveshje" kërkojnë që marrëveshja të dokumentohet me shkrim;

(d) "i shkruar" ose "me shkrim" do të thotë i shkruar me dorë, i shkruar me makinë, printuar ose i bërë në mënyrë elektronike.

1.2.2 Inkotermat

(a) "Inkotermat" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.

(b) Përveçse kur nuk është në përputhje me ndonjë dispozitë të Kontratës, kuptimi i çdo termi tregtar dhe të drejtat dhe detyrimet e Palëve në të do të jenë siç përshkruhet nga Inkotermat.

(c) Inkotermat, kur përdoren, rregullohen nga rregullat e përshkruara në botimin aktual të Inkotermave, të specifikuar në KVK, dhe të publikuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

1.2.3 Modifikimi

Çdo modifikim i Kontratës i cili nuk kryhet me shkrim, dhe nuk përmban datën, apo nuk i referohet shprehimisht Kontratës dhe nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar rregullisht i secilës Palë është i pavlefshëm. Palët nuk mund të bëjnë modifikime të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet mbi bazën e të cilave është përzgjedhur Furnizuesi.

1.2.4 Heqja dorë

Çdo heqje dorë nga të drejtat, kompetencat ose mjetet ligjore të një Pale sipas Kontratës duhet të bëhet me shkrim, me datë dhe e nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Palës që bën këtë dorëheqje, dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën nga e cila po hiqet dorë.

1.2.5 Ndikimi i pavarur i dispozitave të kontratës

Nëse ndonjë dispozitë ose kusht i Kontratës është i ndaluar ose bëhet i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, një ndalim, pavlefshmëri apo pazbatueshmëri e tillë nuk ndikon në vlefshmërinë ose zbatueshmërinë e ndonjë dispozite dhe kushti tjetër të Kontratës.

1.3 Komunikimet

Kurdo këto Kushte parashikojnë dhënie ose lëshimin e miratimeve, certifikatave, pëlqimeve, përcaktimeve, njoftimeve, kërkesave dhe shlyerjeve këto komunikime do të jenë:

(a) me shkrim dhe të dorëzuara dorazi (kundrejt marrjes), dërguar me postë ose korrier, ose transmetuar duke përdorur ndonjë nga sistemet e rena dakord të transmetimit elektronik siç përshkruhet në KVK;

dhe

(b) dorëzuar, dërguar ose transmetuar në adresën për komunikimet e marrësit siç përshkruhet në KVK. Sidoqoftë:

(i) nëse marrësi njofton një adresë tjetër, komunikimet do të dorëzohen në përputhje me rrethanat; dhe

(ii) nëse marrësi nuk ka deklaruar ndryshe kur kërkon një miratim ose pëlqim, mund të dërgohet në adresën nga e cila është lëshuar kërkesa.

Miratimet, pëlqimet dhe përcaktimet nuk do të mbahen ose vonohen pa arsye.

1.4 Ligji dhe gjuha

Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Gjuha e Kontratës do të jetë ajo e deklaruar në KVK.

Gjuha për komunikime do të jetë ajo e deklaruar në KVK. Nëse aty nuk përcaktohet asnjë gjuhë, gjuha për komunikime do të jetë gjuha e përcaktuar e Kontratës.

Dokumentet mbështetëse dhe literatura e shtypur që janë pjesë e Kontratës mund të jenë në një gjuhë tjetër me kusht që ato të shoqërohen nga një përkthim zyrtar i fragmenteve përkatëse dhe, për qëllime të interpretimit të Kontratës, ky përkthim do të mbizotërojë.

Furnizuesi do të përballojë të gjitha kostot e përkthimit dhe të gjitha risqet e saktësisë së një përkthimi të tillë, për dokumentet e siguruar nga Furnizuesi.

1.5 Prioriteti i Dokumenteve

Dokumentet që formojnë Kontratën duhet të konsiderohen reciprokisht shpjeguese të njëri-tjetrit. Nëse në dokumente gjendet një paqartësi ose mospërputhje, Blerësi lëshon çdo sqarim ose udhëzim të nevojshëm.

1.6 Hartimi i Kontratës

1.6.1 Njoftimi i ofertës fituese në përfundim të afateve të ankimit do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.

1.6.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës.

1.7 E drejta e autorit

1.7.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, e drejta e autorit në të gjitha vizatimet, dokumentet dhe materialet e tjera që përmbajnë të dhëna dhe informacione të dhëna Blerësit nga Furnizuesi këtu do t'i mbeten Blerësit, edhe nëse ato i janë furnizuar Blerësit drejtpërdrejt ose përmes Furnizuesit nga ndonjë pale të tretë, përfshirë furnizuesit e materialeve.

1.8 Detaje Konfidenciale

Furnizuesi dhe personeli i Blerësit do të zbulojnë çdo informacion të tillë konfidencial dhe informacione të tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme për të verifikuar pajtueshmërinë e Furnizuesit me Kontratën dhe për të lejuar zbatimin e duhur të saj.

Secili prej tyre do t'i trajtojë të dhënat e kontratës në mënyrë konfidenciale, deri në masën e nevojshme për të kryer detyrimet e tyre përkatëse sipas Kontratës ose për të qenë në përputhje me ligjet në fuqi. Asnjë prej tyre nuk do të publikojë ose zbulojë të dhëna të veçanta të Mallrave të përgatitura nga Pala tjetër pa marrëveshjen paraprake të Palës tjetër. Sidoqoftë, Furnizuesit lejohen të zbulojnë çdo informacion publikisht të disponueshëm, ose informacion që kërkohet për të provuar kualifikimet e tij për të konkurruar në procedura të tjera.

Pavarësisht nga sa më sipër, Furnizuesi mund t'i sigurojë Nënkontraktorit (eve) të tij dokumente, të dhëna dhe informacione të tjera që merr nga Blerësi në masën e kërkuar që Nënkontraktori (ët) të kryejë punën e tij sipas Kontratës. Në rast të tillë, Furnizuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me Nënkontraktorin/ët një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit sikurse parashikohet në adresë të Furnizuesit sipas këtij neni.

1.9 Pajtueshmëria me ligjet

Gjatë realizimit të Kontratës Furnizuesi respekton ligjet në fuqi.

Nëse nuk përcaktohet ndryshe në Kushtet e Veçanta:

(a) Blerësi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që (i) autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Blerësit të sigurojë në emër të tij dhe (ii) janë të domosdoshëm për ekzekutimin e Kontratës, përfshirë ato që kërkojnë për përmbushjen e detyrimeve përkatëse si nga Furnizuesi ashtu dhe Blerësi sipas Kontratës;

(b) Furnizuesi siguron dhe paguan të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat nga të gjitha autoritetet lokale, shtetërore ose kombëtare ose ndërmarrjet e shërbimeve publike në vendin e Blerësit që autoritete ose ndërmarrje të tilla i kërkojnë Furnizuesit të sigurojë në emër të tij dhe që janë të nevojshme për kryerjen e Kontratës, duke përfshirë, pa u kufizuar, vizat për personelin e Furnizuesit dhe Nënkontraktorit dhe lejet e hyrjes për të gjitha pajisjet e importuara të Furnizuesit. Furnizuesi siguron të gjitha lejet, miratimet dhe / ose licencat e tjera që nuk janë përgjegjësi e Blerësit sipas pikës 1.9 (a) këtu dhe që janë të nevojshme për ekzekutimin e Kontratës. Furnizuesi do të dëmshpërblejë dhe zhdëmtojë Blerësin nga dhe kundër çdo dhe të gjitha detyrimeve, dëmeve, pretendimeve, gjobave, penalteteve dhe shpenzimeve të çfarëdo natyre që lindin ose rezultojnë nga shkelja e ligjeve të tilla nga Furnizuesi ose personeli i tij, duke përfshirë Nënkontraktorët dhe personelin e tyre, por pa cenuar Nenin 7.1.

1.10 Përgjegjësia e përbashkët dhe solidare

Nëse Furnizuesi është një bashkim i Operatorëve Ekonomikë, të gjithë këta Operatorë Ekonomikë do të jenë bashkërisht dhe solidarisht përgjegjës ndaj Blerësit për përmbushjen e dispozitave të Kontratës.

1.11 Inspektimet dhe Auditimi nga Blerësi

Furnizuesi i përgjigjet pyetjeve dhe i jep Blerësit çdo informacion ose dokument të nevojshëm për (i) hetimin e pretendimeve të Praktikave të Ndaluar, ose (ii) monitorimin dhe vlerësimin nga ana e Blerësit të Kontratës dhe për t'i dhënë mundësi Blerësit të shqyrtojë dhe adresojë çdo problematikë në lidhje me Kontratën.

Furnizuesi mban të gjithë dokumentacionin në lidhje me zbatimin e Kontratës në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 2 Praktikave të Ndaluar

2.1 Furnizuesi nuk do të autorizojë ose lejojë asnjë nga punonjësit ose përfaqësuesit e tij, të angazhohen në Praktikave të Ndaluar në lidhje me prokurimin, dhënien ose ekzekutimin e Kontratës.

2.2 Nëse Blerësi konstaton se dhënia e kontratës është bërë në kushtet e konfliktit të interesit dhe ky fakt nuk ka qenë i mundur të identifikohet më parë, i kërkon Komisionit të Prokurimit Publik të deklarojë kontratën absolutisht të pavlefshme.

Nëse Blerësi gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive informon organet kompetente.

Neni 3 Njoftimet

3.1 Çdo njoftim i dhënë nga njëra Palë tek tjetra, në përputhje me Kontratën, do të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në KVK.

3.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

Neni 4 Objekti i Furnizimit

- 4.1** Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura me to që do të furnizohen duhet të jenë sipas specifikimeve dhe kushteve të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.
- 4.2** Kushtet e kontratës nuk ndryshojnë nga ato të përshkruara në dokumentet e tenderit dhe në ofertën fituese, me përjashtim të rasteve kur Furnizuesi, për arsye objektive dhe të pavarura prej tij në kohën e ofertimit ofron, me të njëjtin çmim, kushte më të mira se ato të tenderuara.

Neni 5 Dorëzimi

- 5.1** Dorëzimi i Mallrave dhe Përfundimi i Shërbimeve të Lidhura me to do të jetë në përputhje me kërkesat e specifikuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 6 Përgjegjësitë e Furnizuesit

- 6.1** Furnizuesi do të jetë përgjegjës për furnizimin e të gjitha Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to të përfshira në Objektivin e Furnizimit në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Dokumentet e Tenderit.

Neni 7 Çmimi i Kontratës

- 7.1** Çmimi i kontratës do të jetë i pandryshueshëm përgjatë kohëzgjatjes së realizimit të Kontratës, përveç rasteve të parashikuara në Nenin 21.

Neni 8 Kushtet e Pagesës

- 8.1** Çmimi i Kontratës do të paguhet siç specifikohet në KVK.
Furnizuesi duhet të paguhet nga Blerësi për Mallrat e dorëzuara dhe Shërbimet e Lidhura me to të kryera, në përmbushjen e të gjitha detyrimeve të parashikuara në Kontratë.
- 8.2** Pagesat do të kryhen menjëherë nga Blerësi, jo më vonë se periudha kohore e specifikuar në KVK pas dorëzimit të një fature ose kërkesë për pagesë nga Furnizuesi, dhe pasi Blerësi ta ketë pranuar atë.
- 8.3** Nëse nuk përcaktohet ndryshe në KVK, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për publikim të njoftimit të kontratës.
- 8.4** Në rast të verifikimit të vonësave në kryerjen e pagesave nga ana e Blerësit, megjithëse Furnizuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

Neni 9 Tatimet, Taksat dhe Detyrimet e tjera

- 9.1** Për Mallrat e prodhuara jashtë vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, taksat e pullës, tarifën e licencës dhe detyrime të tjera të tilla të vendosura jashtë vendit të Blerësit.

-
- 9.2** Për Mallrat e prodhuara brenda vendit të Blerësit, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për të gjitha tatimet dhe taksat, detyrimet, tarifat e licencës, etj., të lindura deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara tek Blerësi.
- 9.3** Nëse në vendin e Blerësit, mund të jetë i disponueshëm për Furnizuesin ndonjë përjashtim, ulje, lejim ose favor tatimor, Blerësi duhet t'i krijojë mundësi Furnizuesit të përfitojë nga këto lehtësira.

Neni 10 Sigurimi i Kontratës

- 10.1** Furnizuesi, brenda afatit të caktuar nga Blerësi në njoftimin e fituesit, paraqet Sigurimin e Kontratës në shumën e specifikuar në KVK.
- 10.2** Në përputhje me Nenin 10.1, Sigurimi i Kontratës do të shprehet në monedhën e Kontratës dhe do të jetë në formën e përcaktuar nga Blerësi në KVK.
- 10.3** Shuma nga Sigurimi i Kontratës do t'i paguhet Blerësit si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga mospërbushja e detyrimeve sipas Kontratës nga ana e Furnizuesit.
- 10.4** Sigurimi i Kontratës do t'i kthehet Furnizuesit jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pas datës së përmbushjes së detyrimeve së Furnizuesit sipas Kontratës, përfshirë çdo detyrim garancie, përveç rasteve kur specifikohet ndryshe në KVK.

Neni 11 Nënkontraktimi

- 11.1** Nënkontraktimi nuk duhet të bëhet pa aprovimin paraprak me shkrim të Blerësit dhe jo më shumë se 50% të vlerës së kontratës.
- 11.2** Blerësi lejohet të bëjë pagesa drejtpërsëdrejti tek nënkontraktori për furnizimet që do të kryejë, me miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesit
- 11.3** Parashikimet e Nenit 2 zbatohen edhe për nënkontraktimin.

Neni 12 Specifikimet dhe Standardet

- 12.1** Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat dhe Shërbimet e Lidhura të jenë në përputhje me Kërkesat Teknike, siç specifikohet në Dokumentet e Tenderit.

Furnizuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Blerësi, me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Furnizuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Blerësin për të.

Kudo që bëhen referenca në Kontratë për kodet dhe standardet, në përputhje me të cilat do të ekzekutohet, shtesa ose versioni i rishikuar i kodeve dhe standardeve të tilla, do të jenë ato të specifikuar në kërkesat e dokumenteve të tenderit. Çdo ndryshim në cilindo kod dhe standard, gjatë ekzekutimit të Kontratës, do të zbatohet vetëm pas miratimit nga Blerësi dhe do të trajtohet në përputhje me Nenin 23 të këtyre kushteve dhe dispozitat e LPP-së për modifikimin e Kontratës, Neni 127.

Neni 13 Paketimi dhe Dokumentet

- 13.1** Furnizuesi siguron paketimin e mallrave siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e tyre gjatë transportit në destinacionin e tyre përfundimtar, siç përshkruhet në Kontratë. Gjatë transportit, paketimi duhet të jetë i tillë që t'i rezistojë ekspozimit ndaj temperaturave ekstreme, kripës dhe reshjeve dhe kushteve të magazinimit. Madhësia dhe peshat e kutisë së paketimit do të marrin parasysh, kur është e përshtatshme, largësinë e destinacionit përfundimtar të Mallrave.

-
- 13.2** Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në përputhje me kërkesat e veçanta siç parashikohen shprehimisht në Kontratë, përfshirë kërkesat shtesë, nëse ka, të specifikuara në KVK, dhe në çdo kërkesë tjetër nga Blerësi.

Neni 14 Siguracioni

- 14.1** Përveç nëse specifikohet ndryshe në KVK, Furnizuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruara ndaj humbjes ose dëmtimit të lidhur me prodhimin ose blerjen, transportin, magazinimin dhe dorëzimin, në përputhje me Inkotermat e zbatueshme ose në mënyrën e specifikuar në KVK.

Neni 15 Transporti

- 15.1** Përveçse kur përcaktohet ndryshe në KVK, përgjegjësia për organizimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e zbatueshme.

Neni 16 Inspektimet dhe testet

- 16.1** Furnizuesi do të kryejë me shpenzimet e veta dhe pa asnjë kosto për Blerësin, të gjitha testet dhe / ose inspektimet e tilla të Mallrave dhe Shërbimeve të Lidhura me to siç specifikohet në KVK.
- 16.2** Inspektimet dhe testet mund të kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, në pikën e dorëzimit, dhe / ose në destinacionin përfundimtar të Mallrave, ose në një vend tjetër në vendin e Blerësit siç përcaktohet në KVK. Nëse kryhen në ambientet e Furnizuesit ose Nënkontraktorit të tij, të gjitha lehtësitë dhe ndihma e arsyeshme, duke përfshirë aksesin tek vizatimet dhe të dhënat e prodhimit, do t'u dorëzohen inspektorëve pa pagesë për Blerësin.
- 16.3** Përfaqësuesit e caktuar të Blerësit kanë të drejtë të marrin pjesë në testet dhe / ose inspektimet e përmendura në Nenin 16.2, me kusht që Blerësi të përballojë të gjitha kostot dhe shpenzimet e tij të kryera në lidhje me një pjesëmarrje të tillë duke përfshirë, por pa u kufizuar, të gjitha shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.
- 16.4** Kurdoherë që Furnizuesi është i gatshëm të kryejë ndonjë test dhe inspektim të tillë, ai do t'i bëjë një njoftim të arsyeshëm paraprak, Blerësit, duke përfshirë vendin dhe kohën. Furnizuesi do të marrë nga çdo Palë e tretë përkatëse ose prodhues çdo leje ose pëlqim të nevojshëm për t'i mundësuar Blerësit ose përfaqësuesit të tij të caktuar të marrë pjesë në test dhe / ose inspektim.
- 16.5** Blerësi mund të kërkojë nga Furnizuesi të kryejë çdo test dhe / ose inspektim që nuk kërkohet nga Kontrata, por konsiderohet i nevojshëm për të verifikuar nëse karakteristikat dhe performanca e Mallrave përputhen me kodet dhe standardet e Specifikimeve Teknike sipas Kontratës. Blerësi do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Nëse një test dhe / ose inspektim i tillë pengon progresin e prodhimit dhe / ose kryerjen nga ana e Furnizuesit të detyrimeve të tjera të tij sipas Kontratës, Blerësi do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimit.
- 16.6** Furnizuesi do t'i sigurojë Blerësit një raport të rezultateve të çdo testi dhe / ose inspektimi të tillë.
- 16.7** Blerësi mund të refuzojë çdo Mall ose ndonjë pjesë të tij që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është në përputhje me Specifikimet. Furnizuesi do të ndreqë ose zëvendësojë Mallrat e refuzuar apo pjesë të tyre ose do të bëjë ndryshimet e nevojshme për të përmbushur specifikimet pa ndonjë kosto për Blerësin, dhe do të përsërisë testin dhe / ose inspektimin, pa asnjë kosto për Blerësin, pasi të njoftojë në përputhje me Nenin 16.4.

-
- 16.8** Furnizuesi bie dakord që ekzekutimi i një testi dhe / ose inspektimi i Mallrave ose ndonjë pjese të tyre, nuk e shkarkojnë Furnizuesin nga garancitë ose detyrimet e tjera sipas Kontratës.

Neni 17 Dëmet e likujduara

- 17.1** Dëmet e likujduara për dorëzimin e vonuar të mallrave do të llogariten me tarifat e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së Kontratës.
 - b) Për kontratat me periudhë zbatimi, jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.
 - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 e vlerës përkatëse të mbetur, nga çmimi i përgjithshëm i Kontratës, por jo më pak se 25% e vlerës së kontratës.

Neni 18 Garancia

- 18.1** Furnizuesi garanton që Mallrat nuk kanë defekte që vijnë nga ndonjë veprim ose mosveprim i Furnizuesit ose që vijnë nga skicimi, materialet dhe punimi nën përdorimin normal në kushtet që mbizotërojnë në vendin e destinacionit përfundimtar.
- 18.2** Blerësi përcakton në KVK kohëzgjatjen e vlefshmërisë së garancisë (nëse është rasti), pasi Mallrat, ose ndonjë pjesë e tyre sipas rastit, të jenë dorëzuar dhe pranuar në destinacionin përfundimtar të përshkruar në KVK.
- 18.3** Blerësi do të njoftojë Furnizuesin duke treguar natyrën e defekteve të tilla së bashku me të gjitha provat e disponueshme të tyre, menjëherë pas zbulimit të tyre, por jo më vonë se dhjetë ditë nga zbulimi. Blerësi do të sigurojë të gjitha mundësitë që Furnizuesi të inspektojë defekte të tilla.
- 18.4** Pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi duhet, brenda periudhës së specifikuar në KVK, të riparojë ose zëvendësojë me shpejtësi Mallrat ose pjesët e dëmtuara, pa ndonjë kosto për Blerësin.
- Nëse pas marrjes së njoftimit, Furnizuesi nuk arrin të rregullojë defektin brenda periudhës së specifikuar më sipër, Blerësi mund të kryejë rregullimet e nevojshme me shpenzimet e Furnizimit. Në çdo rast, Blerësi mund të vendosë që të njoftojë Furnizuesin për ndërprerjen e Kontratës.

Neni 19 Zhdëmtimi i Patentës

- 19.1** Furnizuesi dëmshpërblen dhe zhdëmton Blerësin dhe zyrtarët e tij nga dhe kundër padive, veprimeve ose procedurave administrative, pretendimeve, kërkesave, humbjeve, dëmeve, kostove dhe shpenzime të çdo natyre, përfshirë tarifat e avokatit dhe shpenzimet, të cilat Blerësi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që përndryshe ekzistonte në datën e kontratës për shkak të:

(a) instalimit të mallrave nga Furnizuesi ose përdorimit të mallrave në vendin e dorëzimit të Mallrave;

dhe

(b) shitjen në çdo vend të produkteve të prodhuara nga Mallrat.

Një zhdëmtim i tillë nuk aplikohet nëse Mallrat ose ndonjë pjesë e tyre përdoren përtej kushteve të kontratës ose përdorimi i tyre ose i një pjese të tyre bëhet në kombinim me ndonjë pajisje, impiant ose material tjetër që nuk është furnizuar nga Furnizuesi, në përputhje me Kontratën.

19.2 Nëse është nisur ndonjë procedurë apo ngritur ndonjë kërkesë kundër Blerësit që del nga çështjet e përmendura në Nenin 19.1, Blerësi do të njoftojë menjëherë Furnizuesin, dhe Furnizuesi mundet me shpenzimet e tij dhe në emër të Blerësit të ndërmarrë të gjitha veprimet për zgjidhjen e ndonjë procedure apo pretendimi të tillë.

19.3 Nëse Furnizuesi nuk e njofton Blerësin brenda tridhjetë (30) ditëve pas marrjes së një njoftimi të tillë, atëherë Blerësi do të jetë i lirë të kryejë të njëjtën gjë në emër dhe për llogari të tij.

Blerësi, me kërkesën e Furnizuesit, do ti japë Furnizuesit të gjithë ndihmën në dispozicion në kryerjen e procedurave të tilla dhe do të rimbursohet nga Furnizuesi për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kryera në këtë mënyrë.

Blerësi dëmshpërblen dhe zhdëmton Furnizuesin dhe punonjësit, dhe nënkontraktorët e tij nga dhe kundër çdo padie, veprimi apo procedure administrative, që Furnizuesi mund të pësojë si rezultat i çdo shkelje ose shkelje të pretenduar të ndonjë patente, modeli, skice të regjistruar, marke tregtare, të drejte autori ose një të drejte tjetër të pronësisë intelektuale të regjistruar ose që ekzistonte në datën e kontratës që lind nga ose në lidhje me çdo skicim, të dhënë, vizatim, specifikim apo dokument apo materiale të tjera të ofruara apo skicuara nga ose në emër të Blerësit.

Neni 20 Kufizimi i Përgjegjësisë

20.1 Me përjashtim të rasteve të neglizhencës së rëndë ose shkelje me dashje:

(a) Furnizuesi nuk do të jetë përgjegjës ndaj Blerësit, për ndonjë humbje apo dëm indirekt ose që ka si pasojë, humbje të përdorimit, humbje të prodhimit, ose humbje të fitimeve ose kostove të interesit, me kusht që ky përjashtim të mos zbatohet për asnjë detyrim të Furnizuesit për t'i paguar Blerësit dëmet e likujduara; dhe

(b) përgjegjësia e përgjithshme e Furnizuesit ndaj Blerësit, nuk duhet të kalojë Çmimin e Kontratës, me përjashtim të rasteve për koston e riparimit ose zëvendësimit të pajisjeve me defekt, ose çdo detyrim të Furnizuesit për të zhdëmtuar Blerësin në lidhje me shkeljen e patentës.

Neni 21 Ndryshime në aktet ligjore dhe nënligjore

21.1 Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Furnizuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

Neni 22 Forca madhore

22.1 Mos kryerja apo kryerja me vonesë nga ana e një Pale të ndonjë prej detyrimeve të saj sipas kësaj Kontrate nuk do të konsiderohet shkelje e kësaj Kontrate nëse një mospërmbushje apo vonesë e tillë vjen drejtpërdrejt për shkak të ndonjë ngjarje të Forcës Madhore.

-
- 22.2** Për qëllime të këtij neni, "Ngjarja e Forcës Madhore" do të thotë një ngjarje ose situatë përtej kontrollit të një Pale që nuk është e parashikueshme, është e pashmangshme dhe nuk shkaktohet nga neglizhenca ose mungesa e kujdesit nga njëra Palë. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, veprime të një Pale qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, luftërat ose revolucionet, zjarret, përmytjet, epidemitë/pandemitë, kufizimet e karantinës dhe embargo e mallrave.
- 22.3** Nëse ndodh një Ngjarje e Forcës Madhore, Pala e prekur do të njoftojë menjëherë Palën tjetër me shkrim për gjendjen e tillë dhe shkakun e saj. Në qoftë se nuk udhëzohet ndryshe nga Pala tjetër me shkrim, Pala e prekur do të vazhdojë të kryejë detyrimet e saj sipas Kontratës për aq sa është e arsyeshme e praktikueshme dhe do të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për realizimin që nuk pengohen nga Ngjarja e Forcës Madhore

Neni 23 Modifikimi i Kontratës

- 23.1** Palët mund të modifikojnë kontratën gjatë afatit të saj, vetëm nëse ndodhen në ndonjë nga rastet e parashikuara në LPP.
- 23.2** Blerësi mund t'i paraqesë kërkesë në çdo kohë Furnizuesit, të bëjë modifikime brenda objektit të përgjithshëm të Kontratës në një ose më shumë nga kushtet si vijon:
- (a) vizatimet, skicat ose specifikimet, ku Mallrat që do të furnizohen sipas Kontratës duhet të prodhohen posaçërisht për Blerësin;
 - (b) mënyra e dërgesës ose paketimit;
 - (c) vendin e dorëzimit; dhe
 - (d) Shërbimet e Lidhura që do të ofrohen nga Furnizuesi.
- 23.3** Kur modifikimi shoqërohet me rritje të vlerës së Kontratës, vlera totale e modifikimeve nuk duhet të tejkalojë 20% të vlerës së kontratës fillestare. Kur kryhen disa modifikime të njëpasnjëshme, ky kufizim duhet të aplikohet për vlerën e përgjithshme të të gjitha modifikimeve. Kur kontrata përmban një klauzolë të rishikimit të çmimit, baza për përlllogaritjen e vlerës maksimale të lejuar për modifikimet do të jetë vlera e kontratës me çmimin e përditësuar.
- 23.4** Asnjë modifikim i Kontratës nuk do të bëhet pa miratimin paraprak të Blerësit, shoqëruar me një marrëveshje me shkrim dhe të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i Furnizuesit dhe Blerësit.

Neni 24 Zgjatja e afatit

- 24.1** Nëse në çdo kohë gjatë ekzekutimit të Kontratës, Furnizuesi ose nënkontraktorët e tij hasin kushte që pengojnë dërgimin në kohë të Mallrave ose përfundimin e Shërbimeve të Lidhura në përputhje me Nenin 5, Furnizuesi njofton menjëherë Blerësin me shkrim për vonesën, kohëzgjatjen e mundshme dhe shkakun e saj. Sa më shpejt që të jetë e mundur pas marrjes së njoftimit të Furnizuesit, Blerësi vlerëson situatën dhe në bazë të diskrecionit të tij mund të zgjasë kohën e realizimit nga ana e Furnizuesit. Në këtë rast zgjatja miratohet nga Palët dhe reflektohet në modifikimin e Kontratës.

-
- 24.2** Me përjashtim të rastit të Forcës Madhore, siç parashikohet në Nenin 22, një vonesë nga Furnizuesi në kryerjen e detyrimeve të Dorëzimit dhe Përfundimit do ta bëjë Furnizuesin përgjegjës për pagesën e dëmeve të likujduara në përputhje me parashikimet në kontratë.

Neni 25 Ndërprerja e Kontratës

25.1 Njoftim për të korrigjuar

Nëse Furnizuesi nuk përmbush ndonjë detyrim sipas Kontratës, Blerësi mund ti kërkojë me Njoftim që Furnizuesi të ndreqë mospërmbushjen brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve.

25.2 Ndërprerja për mospërmbushje

Blerësi, pa cenuar ndonjë mjet tjetër ligjor në lidhje me shkeljen e Kontratës, mundet me anë të një Njoftimi me shkrim për mospërmbushje që i dërgohet Furnizuesit, ta përfundojë Kontratën në tërësi ose pjesërisht:

- (i) nëse Furnizuesi nuk ka përmbushur detyrimin edhe pas Njoftimit të bërë sipas pikës 25.1 të këtij neni;
- (ii) Nëse Furnizuesi nuk ka arritur të dorëzojë ndonjë ose të gjitha Mallrat brenda periudhës së specifikuar në Kontratë, ose brenda ndonjë zgjatjeje të dhënë nga Blerësi në përputhje me Nenin 24; ose
- (iii) Nëse provohet se Furnizuesi është angazhuar në Praktika të Ndaluara, siç përcaktohet në Nenin 2, gjatë konkurrimit për Kontratën apo ekzekutimit të saj.

25.3 Ndërprerja për paaftësi paguese

Blerësi ndërpret në çdo kohë Kontratën duke njoftuar Furnizuesin nëse Furnizuesi falimenton. Furnizuesi ndërpret në çdo kohë Kontratën nëse Blerësi nuk ka aftësi paguese. Në një rast të tillë, ndërprerja do të bëhet pa kompensim për Furnizuesin, me kusht që kjo ndërprerje nuk do të cenojë ose ndikojë në ndonjë të drejtë padie apo mjeti ligjor që ka lindur apo do të lindë më pas për Blerësin.

25.4 Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik

- a) Blerësi mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- b) Blerësi duhet të njoftojë me shkrim Furnizuesin për ndërprerjen.
- c) Blerësi duhet të paguajë Furnizuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Furnizuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Furnizuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

Neni 26 Kufizimet e Eksportit

- 26.1** Pavarësisht nga çdo detyrim sipas Kontratës për të përfunduar të gjitha formalitetet e eksportit, çdo kufizim eksporti që i atribuohet Blerësit, vendit të Blerësit ose përdorimit të mallrave ose shërbimeve që do të furnizohen, të cilat rrjedhin nga rregulloret tregtare nga një vend që furnizon ato mallra ose shërbime, dhe të cilat në mënyrë të konsiderueshme e pengojnë Furnizuesin për të përmbushur detyrimet e tij sipas Kontratës, do ta shkarkojnë Furnizuesin nga detyrimi për të ofruar dërgesa ose shërbime, gjithnjë me kusht që Furnizuesi të demonstrojë në

mënyrë të kënaqshme për Blerësin që i ka përfunduar të gjitha formalitetet në kohën e duhur, duke përfshirë aplikimet për leje, autorizime dhe licenca të nevojshme për dërgimin e mallrave ose shërbimeve sipas kushteve të Kontratës.

Neni 27 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 27.1** Blerësi dhe Furnizuesi do të bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore përmes bisedimeve të drejtpërdrejta çdo mosmarrëveshje që lind midis tyre gjatë ekzekutimit të Kontratës.
- 27.2** Nëse, palët nuk arrijnë të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre me një konsultim të tillë të ndërsjellë, atëherë secila Palë mund t'i njoftojë Palës tjetër për qëllimin e saj për të shkuar në Gjykatë.

Shtojca 15

Kushtet e Veçanta të Kontratës

Kushtet e mëposhtme të veçanta të Kontratës do të plotësojnë KPK. Nëse ka një konflikt, dispozitat e KVK do të mbizotërojnë mbi ato në KPK.

Neni 1 Dispozitat e Përgjithshme

1.1 Blerësi është: *[vendos emrin e Blerësit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

1.2 Furnizuesi është: *[vendos emrin e Furnizuesit]*

Adresa: _____

Telefoni: _____

Numri i faksit: _____

E-mail: _____

Të dhënat e mësipërme duhet të jenë të sakta për qëllime të komunikimeve gjatë zbatimit të kontratës.

1.3 Gjuha për komunikimet është *[specifiko gjuhën për komunikime]:*

Gjuha është: *[specifiko gjuhën]*

Neni 2 Sigurimi i Kontratës

2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga Furnizuesi për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

2.2 Monedha do të jetë: *[specifikoni monedhën]*

2.3 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë Furnizuesit sipas formularit të mëposhtëm

2.4 Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë:

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar.

Neni 3 Inspektimi dhe Testet

Inspektimet dhe testet do të jenë:

3.1 Inspektimi para dërgesës: [specifiko inspektimin dhe testet]

3.2 Pranimi përfundimtar: [specifiko inspektimin dhe testet]

Inspektimet dhe testet do të kryhen në: _____

4.1 Neni 4 Dorëzimi

Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë:

Dërgesat dhe dokumentet e tjera që duhet të sigurohen nga Furnizuesi janë:

(a) Kushtet e dorëzimit, datat dhe vendet e dorëzimit të mallrave dhe pjesëve të këmbimit do të përmbushen në përputhje me Grafikun e Dorëzimeve të parashikuar në këtë Kontratë.

(b) Furnizuesi do të njoftojë Blerësin _____ ditë para çdo dorëzimi të mallrave.

(c) Njoftimi i dorëzimit do të bëhet me shkrim, me faks, postë elektronike, etj. tek:

(ç) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, njoftimi i dorëzimit përfshin listën e dokumenteve të nevojshme për marrjen e mallrave dhe përshkruan dokumentet që do t'i jepen Blerësit.

(d) Nëse Blerësi i merr mallrat nga një palë e tretë, Furnizuesi do të dorëzojë të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e mallrave tek: _____

Neni 5 Çmimi i Kontratës

Çmimi i Kontratës është: _____

Neni 6 Kushtet e pagesës

6.1 (a) Pagesa e mallrave do të bëhet brenda _____ ditëve nga data e pranimi të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës për pagesë me shkrim, pavarësisht nga dita e ardhjes. Nëse nuk specifikohet, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

(b) Pagesa do të bëhet në monedhën _____. Nëse lihet e paplotësuar, pagesa do të bëhet në monedhën Shqiptare.

- 6.2** Të gjitha pagesat e shumave që i detyrohen Furnizuesit mund të bëhen vetëm në llogarinë bankare të Furnizuesit të detajuar në mënyrë të qartë në Kontratë.

Neni 7 Shërbimet në Lidhje me to

Kushtet e veçanta të mëposhtme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura

Neni 8 Paketimi dhe Dokumentet

Paketimi, shënjimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë paketave duhet të jetë: *[vendos detajet e kërkuara për shënjimin dhe dokumentacionin e paketimit]*

Neni 9 Siguracioni

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, mbulimi i sigurimit do të jetë si më poshtë *[specifikoni kërkesat e sigurimit]*

Neni 10 Transporti

Përgjegjësia për rregullimin e transportit të Mallrave do të jetë në përputhje me Inkotermat e specifikuar.

Nëse nuk është në përputhje me Inkotermat, përgjegjësia për transportin do të jetë si më poshtë: *[specifikoni organizimet e transportit, nëse ndryshojnë nga sa më sipër]*

Shtojca 16

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

* * *

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

Shtojca 17

Draft i Marrëveshjes Kuadër (Ku përcaktohen të gjitha kushtet)

PER PUNË / MALLRA/ SHËRBIME

[Përdorimi i kësaj drafte marrëveshje është i detyrueshëm për të gjithë autoritetet/entet kontraktore që do të përdorin Marrëveshjen Kuadër]

Nr . __

datë :

Kjo Marrëveshje është lidhur më [datë] ndërmjet [emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor], këtu e tutje referuar si "Autoriteti /Enti Kontraktor" dhe [emri dhe adresa e Kontraktorit] përfaqësuar nga [përfaqësuesi], këtu e më tej referuar si "Kontraktori".

Kontraktori, përmes ofertës së tij, me datë [data] pajtohet të furnizojë mallrat, siç specifikohet në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë Formular;
- Formularin e Deklarimit të Ofertës të paraqitur nga Ofertuesi;
- Specifikimet Teknike;
- Listën e Çmimeve të Artikujve.

Të gjitha këto dokumente janë të bashkangjitura, si pjesë integrale e kësaj marrëveshje.

Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i Marrëveshjes Kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat për dërgimin e mallrave / shërbimeve / punëve të mëposhtme.

[Përshkrim i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja Kuadër do të zbatohet duke dërguar ftesa për oferta tek Operatorët Ekonomikë, palë në marrëveshje sipas nevojave të Autoritetit/entit kontraktor.

1.3 Shumat e dhëna këtu janë vetëm për qëllime orientimi dhe NUK e detyrojnë Autoritetin/Entin Kontraktor t'i blejë ato. Autoriteti/Enti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në çmimet për njësi, për shembull nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara të specifikuar dhe / ose nëse Autoriteti/enti Kontraktor vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër:_____

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimet për njësi për punë / mallra / shërbime përshkruhen në Listen e Çmimit të Artikujve.

2.2 Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj Marrëveshje Kuadër.

Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktorin

Për Autoritetin /Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

Shtojca 18

Draft Marrëveshja Kuadër (Ku nuk përcaktohen të gjitha kushtet)

PËR PUNËT/ MALLRAT / SHËRBIMET

Emri i Autoritetit/Enti Kontraktor,

dhe

Emri i Kontraktorit

Bien dakord si më poshtë:

Të nënshkruajnë Marrëveshjen Kuadër për objektin: <shëno titullin> me numrin identifikues: <shëno numrin e prokurimit>

Neni 1 Objekti.

1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat që do të lidhen përmes procesit të Mini – konkurrimit vetëm midis Operatorëve Ekonomik që janë palë në këtë Marrëveshje Kuadër.

1.2 Kjo Marrëveshje Kuadër nuk është një kontratë në vetvete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen, bazuar në të.

1.3 Kontraktori është vetëm një prej palëve të Marrëveshjes Kuadër.

Neni 2 Detyrimet e Palëve

2.1 Autoriteti /Enti Kontraktor, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë Kontraktuesit një "Ftesë për Ofertë" sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime.

2.2 Kontraktori është i detyruar të paraqesë një Ofertë sa herë që kërkohet nga Autoriteti /enti Kontraktor.

Neni 3 Kontratat në zbatimin e Marrëveshjes Kuadër

1.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkurrimit.

Neni 4 Procesi i mini-konkurrimit

4.1 Procesi i mini-konkurrimit do të zhvillohet me të gjithë operatorët ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër, kurdoherë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime nga ana e Autoritetet/entet Kontraktore.

4.2 Autoriteti/Enti Kontraktor do të rihapë konkurrimin në të njëjtat kushte ose kushte të tjera të përcaktuara në Ftesën për Oferta, siç përcaktohet në Dokumentet e Tenderit.

4.3 Sa herë që ka nevojë për punë / mallra / shërbime, Autoriteti/Enti Kontraktor përgatit Ftesat për Oferta dhe i dërgon ato te të gjithë Operatorët Ekonomik, palë në Marrëveshjen Kuadër. Vlerësimi i Ofertave do të bazohet në kriteret e përcaktuara në Ftesën për Oferta.

Neni 5 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër _____

Firmat dhe Data _____

Për Kontraktorin

Për Autoritetin/Entin Kontraktor

Emri:		Emri:	
Pozicioni:		Pozicioni:	
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	

SEKSIONI IV

Ankimi dhe Njoftimet për mbylljen e procesit

Shtojca 19: Formulari i Ankesës pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 20: Formulari i paraqitjes së argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar pranë Autoritetit/Entit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Shtojca 21 : Njoftimi i Kontratës së nënshkruar

Shtojca: 22 : Njoftimi i kontratës së nënshkruar që publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 23: Formulari i anulimit te procedurës

Shtojca 19**FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE
KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik **Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit***Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomike)*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën**1. Numri i referencës së procedurës/Lotit***Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.*

2. Lloji i Procedurës

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë.

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

Kontratë e lidhur pa zhvilluar ndonjë nga
procedurat e prokurimit të parashikuara në
LPP

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

(Vlera e përlogaritur e kontratës/marrëveshjes kuadër) (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

(Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader).

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

(Data (viti/muaji/dita)

7. Data e publikimit te Njoftimit te Fituesit
(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

8. **Data e nënshkrimit të kontratës**
(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmërinë e kontratës)

Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

1. Baza ligjore (Shkelje ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ve ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

(Citoni kontratën për të cilën kërkon pavlefshmërinë)

- Tjetër

(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)

3. Rrethanat dhe faktet

Përshkruani rrethanat e faktit.

4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit kontraktor.

5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkoni)

6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:

7. Lista e informacionit konfidencial:

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Kujdes :Ankimuesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit te Prokurimit Publik.**

Shënim: Ankimuesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/ entin kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit

Administratori/ Përfaqësuesi i autorizuar

Shtojca 20:

**FORMULARI I PARAQITJES SË ARGUMENTAVE NGA OPERATORËT
EKONOMIKË TE INTERESUAR PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR
DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK**

Paraqitja e argumentave nga operatorët ekonomikë të interesuar drejtuar:

Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

Seksioni I. Identifikimi i Operatorit/ëve Ekonomikë/Bashkimit të operatorëve ekonomikë

Emri i plotë i Operatorit Ekonomik/Operatorëve Ekonomikë (ju lutem shtypeni)

Nuis/Nipt

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar / Posta

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

E-mail

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për dërgimin e këyre kundërshtimeve (ju lutemi shkruani)

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

Seksioni II. Informacion mbi procedurën

1. Numri i referencës së procedurës/Lotit

Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentet e tenderit.

2. Lloji i Procedurës

Procedurë e hapur

Procedurë e hapur e thjeshtuar

Procedurë e kufizuar

Procedurë konkurruese me negociim

Partneritet për inovacion

Dialog konkurrues

Procedurë me negociim me shpallje
paraprake të njoftimit

Procedurë me negociim pa shpallje
paraprake të njoftimit të kontratës

Shërbim Konsulence

3. Autoriteti /Enti Kontraktor

Emri i autoritetit/entit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

4. Vlera e përlogaritur e prokurimit

Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)

5. Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

Përshkrimi i shkurtër i punëve / mallrave / shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuader.

6. Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

Data (viti/muaji/dita)

7. Ankesa që po shqyrtohet:

(emri i Operatorit ekonomik që ka paraqitur ankesë për këtë procedurë prokurimi)

8. Data e Publikimit të Njoftimit të Fituesit

Data (viti/muaji/dita)

Seksioni III. Argumentat mbi ankesën e paraqitur nga Operatori/ët ekonomikë

1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

2. Deklaratë e hollësishme e argumenteve mbi ankesën e paraqitur

Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin argumentimet tuaja. Për çfarëdo arsye, specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ketyre srgumenteve. Përmendni seksionet përkatëse të Dokumenteve të Tenderit, nëse është e zbatueshme. Përdorni faqe shtesë nëse është e nevojshme.

3. Lista e informacionit konfidencial

Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.

Dërgojeni formularin e plotësuar të argumentimeve tuaja, si dhe të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit /Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**

<p>Shënim: Nëse operatorët ekonomikë të interesuar nuk kanë paraqitur argumentat e tyre që kundërshtojnë ankesën, sipas parashikimeve të LPP, nuk mund të ushtrojnë më pas të drejtën e ankimit për vendimin e dhënë lidhur me ankesën për këtë procedurë prokurimi.</p>

Nr. i faksit:

E-mail:

Nënshkrimi dhe vula e Operatorit /eve Ekonomikë

Shtojca 21

(Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti/enti kontraktor)

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar

Seksioni 1 Autoriteti/Enti Kontraktor

1.1 Emri dhe adresa e Autoritetit /Entit Kontraktor

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

1.2 Lloji i Autoritetit/Entit Kontraktor:

Institucion qendror

Institucion i pavarur

Njësia e Qeverisjes Vendore

Të tjera

1.3 Kategoria e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Autoritet/ent kontraktor që prokuron për nevoja të veta

Organ Qendror blerës

I deleguar

Të tjera

Seksioni 2. Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës / Lotit

2.2 Lloji i "Kontratave Publike për Mallra"

Blerje Qira Blerje me këste Një kombinim i këtyre

2. Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo

Nëse Po, lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me një Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomik

Të gjitha kushtet janë të vendosura Po Jo

2.4 Përshkrimi i shkurtër i kontratës

2. Fondi limit _____

3. Burimi i financimit _____

4. Objekti i Kontratës _____

2.5 Kohëzgjatja e Kontratës ose afati i përfundimit:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

Duke nisur dhe përfunduar në

2.6 Ndarja në LOTE:

Po Jo

Nëse po, numri i LOTEVE:

2.7 Kontrata me nënkontraktim:

Po Jo

Seksioni 3. Procedura

3.1 Lloji i procedurës: E hapur

3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në kosto

Sipas rëndësisë: Çmimi **pikët**

etj. **pikë**

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

3.3 Numri i ofertave të paraqitura:

Numri i ofertave të rregullta:

3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

Po Jo

3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), kur standardet nuk janë të zbatueshme, aprovimi paraprak merret nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit.

Po Jo

Seksioni 4 Informacion rreth Kontratës

4.1 Numri i kontratës: _____ **Data e kontratës**

4.2 Emri dhe adresa e Kontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e Kontratës (përfshirë shumë, opsione dhe nënkontraktime):

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit: _____

Vlera _____

(pa TVSH)

Monedha _____

Vlera _____

(me TVSH)

Monedha _____

4.4 Informacion Shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

□□/□□/□□□□

Shtojca 22

[Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

Formulari i Njoftimit të Kontratës së Nënshkruar**1. Emri dhe adresa e Autoritetit /Enti Kontraktor**

Emri _____

Adresa _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____**3. Objekti i kontratës** _____**4. Numri i referencës së procedurës / Lotit** _____**5. Fondi Limit**

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (përfshirë Lotet, opsionet dhe nënkontraktimin):Vlera _____
(me TVSH) Monedha _____

Vlera e nënkontraktimit _____ me TVSH Monedha _____

7. Data e nënshkrimit të kontratës

8. Emri dhe adresa e Kontraktorit / nënkontraktorit

Emri _____

Adresa _____

Numri i NIPT-it _____

(Shtojce për tu plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)

Shtojca 23

Formulari i Njoftimit të Anulimit

1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor

Emri _____
Adresa _____
Tel/Faks _____
E-mail _____
Ueb-faqe _____

2. Lloji i procedurës: _____

3. Numri i Referencës se procedurës/lotit:

4. Objekti i Kontratës _____

5. Fondi Limit _____

6. Arsyet e Anulimit:

Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;

Etj. _____

7. Informacion shtesë

Data e dorëzimit të këtij njoftimi

