



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**DOKUMENTAT STANDARDE**  
**TË PROCEDURËS SË HAPUR**  
**MALLRA <sup>1</sup>**

**“F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës”** me fond limit në total 91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote

LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore” me fond limit 33,298,580 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH;

LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike” me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH;

LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH;

LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.

**REF-58400-05-18-2020**

**I NJOFTIMI I KONTRATËS**

**Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri                                   Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  
Adresa                                Rruga e Kavajës, nr. 1001, Tiranë  
Tel/Fax                                +355 4 2376178  
E-mail                                 [anjeza.alliu@shendetesia.gov.al](mailto:anjeza.alliu@shendetesia.gov.al); [ervin.lani@shendetesia.gov.al](mailto:ervin.lani@shendetesia.gov.al);  
Faqja e Internetit                 www.shendetesia.gov.al

**1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

Institucion qëndror	Institucion i pavarur
<input checked="" type="checkbox"/>	
Njesi e qeverisjes vendore	Tjetër

**1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër**

Po                                    Jo                                    

**Seksioni 2. Objekti i kontratës**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020**

**Lot. 1 REF-58402-05-18-2020**

**Lot. 2 REF-58404-05-18-2020**

**Lot. 3 REF-58406-05-18-2020**

**Lot. 4 REF-58408-05-18-2020**

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”**

Blerje    Qira    Leasing    Blerje me këste    Një kombinim i tyre

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Po                                    Jo                                    

**2.4 Lloji i Marreveshjes Kuadër**

**Me një Operator Ekonomik**

**Me disa operatorë ekonomikë**

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po Jo**

**Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër.**

--

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .	
------------	--	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër**

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës në total 91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) Lekë pa TVSH, ndarë në 4 lote.
2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është \_\_\_\_\_.
3. Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër **“F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës”** ndarë në 4 lote

## Dokumentat Standarde të Tenderit

LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore” me fond limit 33,298,580 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH;

LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike” me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH;

LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH;

LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.

### 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj ose ditë **90**

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

#### 2.9.1. Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

<b>Kohëzgjatja në muaj:</b> ose ditë: (nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër (jo më shumë se (4) vjet)
<b>Ose duke filluar nga</b> // (dd/mm/vvvv)
<b>Përfunduar më</b> // (dd/mm/vvvv)

### 2.9 Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër:

#### LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore”

Nr	Spitali
1	Spitali Kukes

#### LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike”

Nr	Spitali
1	Spitali Kukes
2	Spitali Shkoder

## Dokumentat Standarde të Tenderit

3	Spitali Berat
4	Spitali Permet
5	Spitali Mallakaster

### LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike”

Nr	Spitali
1	Spitali Fier
2	Spitali Lezhe

### LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore”

Nr	Spitali
1	Spitali Kukes

#### 2.11 Ndarja në LOTE:

Po            X            Jo

*Nëse po,*

#### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i LOTEVE)

1. LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore” me fond limit 33,298,580 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH
2. LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike” me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH
3. LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH
4. LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

#### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (*nëse ka*):

Ose: nga në

**2.14 Do të pranohen variantet:**

Po Jo

**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po Jo **x**

**Nese do te lejohet nenkontraktimi**, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po Jo

**Shenime te tjera**

---

---

---

**2.15. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po Jo **x**

**2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po Jo **x**

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit sipas shtojcës 9.**

**3.2 Sigurimi i Ofertës<sup>1</sup>:** (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 4. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

#### **Seksioni 4 Procedura**

##### **4.1 Lloji i procedurës: E Hapur**

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po

Jo

**x**

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

##### **4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

###### **A) çmimi më i ulët X për lot**

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*





**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **19/05 /2020**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri **Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa Rruga e Kavajës Nr 1001 Tiranë  
Tel/Fax +355 4 2376178  
E-mail [anjeza.alliu@shendetesia.gov.al](mailto:anjeza.alliu@shendetesia.gov.al), [erwin.lani@shendetesia.gov.al](mailto:erwin.lani@shendetesia.gov.al);  
Faqja në Internet [www.shendetesia.gov.al](http://www.shendetesia.gov.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: e hapur - prokurim me mjete elektronike - mallra.**

**3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-58400-05-18-2020**

**Lot. 1 REF-58402-05-18-2020**

**Lot. 2 REF-58404-05-18-2020**

**Lot. 3 REF-58406-05-18-2020**

**Lot. 4 REF-58408-05-18-2020**

**4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “F.V pajisje mjekësore për spitalet si dhe pajisje hotelerie mjekësore për fazën e I-rë për Spitalin Kukës” ndarë në lote:**

1. LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore”
2. LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike”
3. LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike”
4. LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore”

**5. Fondi limit total 91,666,742 (nëntëdhjetë e një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e dyzetë e dy) Lekë pa TVSH ndarë në 4 lote:**

1. LOT. 1 “F.V Pajisje të ndryshme mjekësore” me fond limit 33,298,580 (tridhjetë e tre milion e dyqind e nëntëdhjetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë) lekë pa TVSH
2. LOT. 2 “F.V Pajisje mjekësore ekografike dhe endoskopike” me fond limit 26,200,000 (njëzet e gjashtë milion e dyqind mijë) Lekë pa TVSH
3. LOT. 3 “F.V Pajisje radiologjike” me fond limit 25,666,667 (njëzet e pesë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa TVSH
4. LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:** Brenda 90 diteve nga data e lidhjes së kontratës

**7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.06.2020 ora 10:00**

**8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 11.06.2020 ora 10:00**

## **II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË**

### **Seksioni 1. Hartimi i ofertës**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertes duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi (-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.4 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomik, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit
- 1.5 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.6 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
  - a) Formulari i Ofertës, plotësuar sipas Shtojcës 1 të DT ose Shtojcës 2 të DT (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje).
  - b) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, katalogje, kampione etj*)  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.
  - c) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas shtojcës 2/1.
  - ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 8.
  - d) (Opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet)Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës“, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose

gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjislacionin të punës në tërësi.

- 1.7 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.
- 1.8 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, të mbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për furnizimin e mallrave; Nr e Njoftimit \_.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv \_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_“**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

- 1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t’i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: “**MODIFIKIM OFERTE**” ose “**TËRHEQJE OFERTE**”.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri përpara përfundimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave, pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar mallrat që do të levrohen, sasinë dhe çmimin e tyre.
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në Formularin e Ofertës, çmimet totale të ofertës të të gjitha Mallrave, pa TVSH. Vlera e TVSH, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Në rastin e nje marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet NUK janë përcaktuar, çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara; ato janë objekt i

ndryshimit pas një mini-konkursi midis operatorëve ekonomikë, palë në marreveshjen kuadër.

- 2.5 Sigurimi i Ofertës, kur kërkohet, duhet të dorëzohet bashkë me ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet së bashku me ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

## 2.7 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

- 2.8 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së

## Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave

### 3.1 Kriteret e përzgjedhjes

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

Në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje, **çmimi më i ulët** bazohet në:

- i) çmimi i bursës, sipas Reuters lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri, i cili është publikuar në Buletinin e fundit të Njoftimeve Publike, para datës së dorëzimit dhe hapjes së ofertave;
- ii) elementet fiskale, përfshi akcizën, taksë karboni si dhe çdo taksë tjetër sipas legjislacionit në fuqi;
- iii) marzhi më i ulët i fitimit, të shprehur në përqindje.

*Vlera absolute e marzhit të fitimit nuk do të ndryshojë gjatë ekzekutimit të kontratës, në rast të luhatjes së çmimeve.*

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertës së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min k1}$  Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max k1}$  Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

$O_{k1}$  Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### 3.2 Korigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigoj ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronik mbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.2 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigojnë nga Autoriteti Kontraktor, si më mëposhtë:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik;

- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigojë shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigojë. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar*

### **3.3 Ofertat anomalisht të ulëta**

3.3.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me mallrat e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.3.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore

sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kur ka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta  
M<sub>O</sub> – Mesatarja e Ofertave të vlefshme  
n – Numri i Ofertave të vlefshme  
Z<sub>M</sub> – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85 \% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <ZM..... , si rrjedhim Oferta është Anomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.4.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

#### **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

##### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 14. Një kopje e këtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

##### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10 % e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 19 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:  
i. garanci bankare  
ii. garanci sigurimi

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore në rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**



#### 4.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:** Autoritetet kontraktore nuk duhet të ndërhyjnë për të bërë asnjë lloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Shtojca 1: Formulari i Ofertës ekonomike
- Shtojca 2: Formulari i Ofertës ekonomike, në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje
- Shtojca 2/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur
- Shtojca 3: Ftesa për Ofertë në rastin e Marrëveshjes Kuadër
- Shtojca 4: Formulari i Sigurimit të Ofertës
- Shtojca 5: Formulari i Informacionit Konfidencial
- Shtojca 6: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik
- Shtojca 7: Deklarata për konfliktin e interesit
- Shtojca 8: Deklaratë mbi përmbushjen e kriterëve të përgjithshme
- Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave Ligjore në marrëdhëniet e punës
- Shtojca 9: Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes
- Shtojca 10: Specifikimet teknike
- Shtojca 11: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër
- Shtojca 12: Sasia e mallrave dhe kushtet e lëvrimit
- Shtojca 13: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit
- Shtojca 14: Formulari i Njoftimit të Fituesit
- Shtojca 15 Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomike të suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër
- Shtojca 16: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës
- Shtojca 17: Kushtet e Vecanta të Kontratës
- Shtojca 18: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar
- Shtojca 18/1: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike
- Shtojca 19: Formulari i Sigurimit të Kontratës
- Shtojca 20: Formulari i Ankesës në Autoritetin Kontraktor
- Shtojca 21: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara
- Shtojca 23: Formulari i Njoftimit të Anulimit

### **Shtojca 1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik* ]

## **FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE**

Dokumentat Standarde të Tenderit

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total	Afati
<b>Çmimi Neto )</b>					
<b>TVSH (%)</b>					
<b>Çmimi Total</b>					

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

Shënim: Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_Leke\_ ( kërkuar në dokumentat e tenderit )

**Shtojca 2**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburant, gazoil, benzol dhe karburant per ngrohje]

**FORMULARI I OFERTËS EKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Marzhi ynë i fitimit i shprehur në përqindje është si më poshtë:

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<b>Nr</b>	<b>Përshkrimi i mallrave</b>	<b>Marzhi i fitimit i shprehur në përqindje</b>	<b>Afati i levrimit</b>

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula \_\_\_\_\_

**Shtojca 2/1**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s’kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.
6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):
  - a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).
7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:
- a) çmimet ;
  - b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;
  - c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,
  - d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.
8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).
9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

### Shtojca 3

[ Shtojcë për tu plotësuar nga autoriteti kontraktor në Marrëveshjen Kuadër gjatë rihapjes së

Dokumentat Standarde të Tenderit

*procesit të mini-konkursit]*

**FTESA PËR OFERTË**

*(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)*

fton për të paraqitur oferta në procedurën për furnizimin e mallrave të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

*(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratës dhe sasisë siç përkufizohet në Dokumentat e Tenderit (DT).*

Vendi i Dorëzimit të Mallit

*(jepni një përshkrim të shkurtër)*

Malli duhet të dorëzohet brenda datës \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

**Shtojca 4.**

*[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]*

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik kur kërkohet nga autoriteti kontraktor ]

## FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës ose ftesën për tender].

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]



**LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik, nëse është rasti]

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

**KUJDES**

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

**Shtojca 6**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik, që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e \_\_\_\_\_ të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

Përfaqësuesi i ofertuesit

Nënshkrimi

Vula

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**DEKLARATË**  
**Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejta ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësi të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohet në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediae), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me

## Dokumentat Standarde të Tenderit

përrjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

## DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.
- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.  
nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>1</sup>.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatorit ekonomik si më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Nënshkrimi i ofertuesit** \_\_\_\_\_

**Vula** \_\_\_\_\_

**Shtojca 8/1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE  
LIGJORE NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Në rastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 9**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

## 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT ( për lotet 1,2,3)

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);
- b. Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;
- c. Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;**Jo**
- ç. Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;
- d. Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;
- dh. Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës



*sipas Shtojces 8/1;*

*e. Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

## **2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- sipas Kritereve të Përgjithshme të kualifikimit

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.

## **2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës se fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).

3. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 /ose/ ekuivalent, ose ISO 13485 "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive për pajisjet mjeksore", /ose ekuivalent/, të vlefshme, për **prodhuesin/t** e artikujve të ofruar.

Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

4. Ofertuesi duhet të jetë i certifikuar ISO 9001:2015 për import, eksport, tregëtim të pajisjeve mjeksore /ose/ ekuivalent. Për këtë ai duhet të paraqesë certifikatën përkatëse, të vlefshme. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

5. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikata konformiteti CE ose CE sipas direktivës (MDD ose MDR) 93/42 EEC, të vlefshme, ose ekuivalent, për artikujt e ofruar, sipas kategorizimit të tyre.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

6. Operatori ekonomik duhet të paraqese autorizim nga kompania prodhuese për tregëtimin e artikujve të ofruar apo nga distributori i autorizuar nga prodhuesi ku ne cdo rast te dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin.
7. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Autorizim për tregtim të pajisjeve mjekësore, të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, sipas ligjit 89/2014 “Për pajisjet mjekësore”.
8. Operatori ekonomik duhet të paraqesë katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shenohet sipas numrit te artikullit ne Formularin e Ofertes dhe te markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe ne pjeset qe kane lidhje me specifikimet teknike te kerkuara ne DST)
9. Deklarate per permbushjen e afatit te garancise. (minimumi 2 vjet garanci, perfshirë blerjen dhe zevendesimin e pjeseve te difektuara me pjese kembimi te reja dhe origjinale).
10. Vetëdeklaratë:
  - Që merr përsipër trajnimin e dy personave (mjekë dhe teknikë) për cdo pajisje.
  - Per furnizimin sipas kerkeses se AK, me pajisje te reja, sipas prodhuesit te deklaruar ne oferte.
  - Për përmbushjen e afatit të garancisë sipas përcaktimeve në specifikimet teknike të DST
  - që merr përsipër të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.
11. Ofertuesi duhet te kete ne stafin e tij jo me pak se 2 (dy) inxhinierë inxhinierë biomedikale ose elektronik ose informatik te trajnuar per servis pajisjesh mjekesore.

Per kete duhet te paraqese:

- Diplomat perkatese
- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020 ku të figurojnë emrat e tyre
- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 1:**

Defibrilator
Monitore pacienti
Makina anestezie
Pajisje ventilimi/respirimi
Elektrobisturi

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Pajisje neonatologjie (fototerapi, radiante)
Pajisje radiologjie (dixhitale)

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 2 :**

Pajisje ekografie
Pajisje endoskopike

- Certifikata/ose deshmi trajnimi te tyre per pajisjet me poshte **PER LOT 3:**

Pajisje radiologjike
----------------------

*Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara*

### o CERTIFIKATAT E CILËSISË

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT LOT. 4 “F.V Pajisje hotelerie spitalore” me fond limit 6,501,495 (gjashtë milion e pesëqind e një mijë e katërqind e nëntëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH.**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

- Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1 ose Shtojcës 2 (në rastin e procedurave të prokurimit për furnizimin me karburante, gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje);*
- Deklarate për paraqitje oferte të pavaruar sipas Shtojcës 2/1;*
- Sigurimin e ofertës, (nëse është e zbatueshme) sipas Shtojcës 4;**Jo***
- Deklaratë mbi përmbushjen e specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 6;*
- Deklaratë mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*
- Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës sipas Shtojcës 8/1;*
- Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

**2.1. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë:**

- sipas Kriteve të Përgjithshme të kualifikimit

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të deklaratave të xhiros vjetore për tre vitet e fundit (2017-2018-2019). Vlera mesatare e xhiros së këtyre tre viteve duhet të jetë jo më e vogël se 40% e fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron.

**2.3 Kapaciteti teknik:**

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale:

1. Furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë jo më të vogël se 40% të vlerës së fondit limit të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron, të realizuara gjatë tre viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave të kësaj procedure prokurimi.

Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2. Operatori ekonomik duhet të vetëdeklarojë origjinën e mallit dhe kompaninë prodhuese (të plotësohet në shtojcën 1 të DST).

3. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive", të leshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, për tregtim dhe/ose prodhim të mobiljeve, për artikujt e mobilimit të ofertuar.

Ne rastin kur ofertuesi nuk është prodhues, të paraqesë edhe Certifikatë ISO 9001:2015 ose ekuivalente, për prodhuesin e deklaruar të pajisjeve të mobilimit të ofertuar, të leshuar nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Çertifikata të jetë brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

4. Ofertuesi duhet të paraqesë Certifikatë ISO 13485:2016 ose ekuivalent, "Per Sistemin e menaxhimit të cilësive për pajisjet mjekësore", e vlefshme, **për prodhuesit** e artikujve Nr. 1,

3,4,5,6,7,11,12 dhe Nr.19. Certifikatat të jenë të leshuar nga organizmat e vleresimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, brenda afatit të vlefshmerisë, në gjuhën shqipe ose të përkthyer dhe të noterizuara.

5. Ofertuesi duhet të paraqesë Çertifikate konformiteti CE ( sipas direktivave përkatëse MDD 93/42 EEC ) për artikujt 1,3,4,5,6,7,11,12 dhe Nr.19, të përkthyer dhe të noterizuar.

6. Në rastin kur nuk është prodhues, Ofertuesi duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi i mallrave ose nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, ku në çdo rast të dokumentohet lidhja e distributorit me prodhuesin, të përkthyer dhe të noterizuar.

7. Kërkohe të paraqiten katalogë teknikë për të gjithë artikujt e ofertuar ku të jenë të pasqyruara specifikimet teknike të kërkuara për secilin artikull. **Në katalogë, duhet të shënohet sipas numrit të artikullit në Formularin e Ofertës dhe të markohen me ngjyrë të ndezur (të verdhë), artikujt e ofruar.** (Katalogët duhet të ngarkohen në [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al) së bashku me dokumentacionin e kërkuar në këto DT. Përshkrimi teknik duhet të jetë i përkthyer në gjuhën shqipe)

8. Duhet të paraqitet vetëdeklarata:

- Për furnizimin sipas kërkesës së AK, me pajisje të reja, sipas prodhuesit të deklaruar në oferte.
- Për përmbushjen e afatit të garancisë për **1 vit**
- Që merr persiper të kryejë shërbimin e transportit, montimit si dhe vendosjen nëpër vende të të gjithë artikujve në vendin e dorëzimit.

9. Operatori ekonomik duhet të disponojë minimumi 1 (një) mjet transporti mallrash, me kapacitet transportues të paktën 1 (një) ton me qëllim transportin e mallit, të cilin duhet ta ketë në pronësi, huapërdorje ose me qira, dhe për të cilin duhet të paraqesë dokumentacionin përkatës, si më poshtë:

a) Dokument që vërteton pronësinë ose qiramarrjen, si më poshtë:

➤ *Dokumentacioni që vërteton pronësinë:*

- Çertifikata e pronësisë e lëshuar nga institucioni i autorizuar me ligj ose kontrata e shitblerjes ose kontrata e dhurimit ose çdo dokument tjetër me anë të të cilit fitohet e drejta e pronësisë sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë.

➤ *Dokumentacioni që vërteton marrjen me qira:*

- Kontratë qiraje.

b) Leje qarkullimi e mjetit;

c) Certifikatë e kontrollit teknik të mjeteve rrugore;

d) Policë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve;

e) Certifikate për transport mallrash (e detyrueshme vetëm për mjetet me kapacitet transportues mbi 1.5 ton);

10. Operatori ekonomik, në rast se është prodhues i mobiljeve të drurit:

a. Duhet të ketë jo më pak se 10 (dhjetë) punonjes, nga të cilët të paktën 1 (një) punonjes, duhet të jete i punësuar si Inxhinier perpunim Druri/ Dizajni i Mobiljeve dhe Interierit, i pajisur me kontrate të vlefshme, i përfshirë në listepagese. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

- Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore;
- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020.
- Diplomë dhe kontratë pune e vlefshme e punonjësit Inxhinier Druri/ Mobiljesh.

**b.** Duhet te jete i certifikuar per sistemin e menaxhimit te sigurise ne pune dhe per sistemin e menaxhimit te mjedisit. Per kete te paraqese:

- Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë, sipas standardit ndërkombëtar ISO 18001 ose ISO 45001 ose ekuivalente të tij. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.
- Çertifikatë që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit, sipas standardit ndërkombëtar ISO 14001 ose ekuivalente të tij. Çertifikata duhet të jetë në fuqi, e vlefshme në ditën e hapjes së procedurës dhe të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë.

**11.** Operatori ekonomik pjesëmarrës, në rast se nuk është prodhues i mobiljeve të drurit duhet të ketë të punësuar për periudhën Janar 2020 - Prill 2020, një staf punonjësish prej minimalisht 5 persona. Për stafin e punonjësve ofertuesi duhet të paraqesë:

- Vërtetim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore lëshuar nga administrata tatimore;
- Listëpagesat e deklaruara në organet tatimore për periudhën Janar 2020 - Prill 2020.

*Shënim: KVO rezervon të drejtën e verifikimit të të dhënave të deklaruara*

### o CERTIFIKATAT E CILËSISË

- Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë certifikatat e kërkuara të cilësisë sipas zërave të që merr përsipër të realizojë në akt marrëveshje.

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

## **Shtojca 10**

[ *Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

### **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

**Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

#### **KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, parametrat teknik etj:

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Specifikimi i Materialeve:

### Lot 1 - Pajisje mjekësore të ndryshme mjekësore

Nr.	Emertimi	Specifikimet
1	Aspirator Kirurgjikal	<p>Pompe vakumi me kapacitet afersisht 670 mm/Hg                      Kapaciteti i thithjes mbi 60 L/min                      Rezervuari: 2 ene me volum min 4 Litra te autoklavueshme, te mbrojtura nga mbi mbushja dhe me kapak                      Vakumi te jete i kontrolluar dhe nga pedali                      Aksesore:                      Tuba silikoni me gjatesi 2m                      Filter anti bakterial                      Aparatura i permbahet standarteve nderkombetare EN 10079-1</p>
2	Defibrilator me monitor	<p>Defibrilator Bi-Fazik me Pacer per arrestet kardiake akute dhe kronike                      Me karikues dhe bateri.                      Diapazoni i energjise: min 2- 360 J                      Koha e karikimit. 6 sec per fuqi 200J                      Monitor LCD me ngjyra; madhesia min 8".                      Mundesi Monitorim te formave valore: ECG 3/5 lead, SpO2, NIBP, IBP, etj.                      Mundesi e regjistrimit te valeve EKG .                      Menytrat e punes: Manuale, Pacer, AED dhe Monitorim.                      Te kete te instaluara funksionet per SpO2, NiBP, Temperature dhe mundesi shtimi per CO2 dhe IBP.                      Mundesi monitorimi te EKG nepermjet elektrodave te EKG ose te dorezave te shkarkimit.                      Tregues digjital ne ekran te gjendjes te baterise.                      Kapaciteti i baterise min 200 goditje dhe monitorim ECG                      Koha e karikimit te baterise 5 ore.                      Pajisur me printer termal                      Me karte memorie per mundesi rregjistrimi.                      Doreze te inkorporuar.                      Aksesoret: 1x kabell ECG me 3 lead, 1x Set pllakash te riperdorshme adulte dhe pediatrike, 1x Set pllakash nje-perdorimeshe adulte dhe pediatrike, 10x Elektroda ECG njepedorimshe, 1x kabell dhe Sensor SpO2 Adult, 1x Konektor dhe manshete NIBP Adult dhe pediatrik, 1x Sensor temperature Adult, 2x rulona leter termike per printer, 1x shishe xhel.</p>
3	Monitor pacienti	<p>Monitor Modular per ICU Adult me:                      a) modul hemodinamik per ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, IBP .                      b) porte per modul CO2                      Karakteristikat:                      Format e valeve: Deri ne 8                      Ekran i sheshte me prekje (touchscreen) TFT/LCD min 12", rezolucion 800 x 600                      Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)                      Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 120 ore                      Mundesi komunikimi ne rrjet (LAN)                      Moduli / Funksionet Hemodinamike                      ECG:                      EKG- 3/5 lead                      Diapazoni min 30-300 bpm. Saktesia ±5 bpm.                      Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.                      Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.</p>



## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Alarme vizuale dhe zanore.</p> <p>Respirim: Metoda: matje e impedences elektrike Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije) Saktesia : <math>\pm 5</math>rpm. Alarme per rrezen e matjes. SpO2 (Saturimi i oksigjenit) Diapazon 1-100%. Saktesi <math>\pm 2</math> ne rrezen 70-100%. NIBP( Presioni i gjakut jo Invaziv) Metoda: Oshilometri Automatike Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme. Diapazoni: min 10-270mmHg. Saktesi <math>\pm 5</math>mmHg. Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar. Mbrojtje ndaj presioneve te larta. Temperatura: 2 kanale-1sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C. Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: <math>\pm 1</math>°C. Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes. IBP (Presioni i gjakut invaziv) Mundesi matje me 2- kanale Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktesia e matjes: <math>\pm 5</math>%. Aksesore: Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me nje perdorim. Manshete NIBP Adult. Sensor SpO2 Adult me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik. Sonde temperature. Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore. Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njeperdorimesh) Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz. – Ose nga Bateria e integruar</p>
4	Monitor me kapnografi	<p>Monitor Modular per ICU Adult me:</p> <p>a) modul hemodinamik per ECG, RESP, SPO2, NIBP, TEMP, IBP . b) porte dhe modul CO2 i perfshire</p> <p>Karakteristikat: Format e valeve: Deri ne 8 Ekran i sheshte me prekje (touchscreen) TFT/LCD min 12", rezolucion 800 x 600 Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem) Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 120 ore Mundesi komunikimi ne rrjet (LAN) Moduli / Funksonet Hemodinamike ECG: EKG- 3/5 lead Diapazoni min 30-300 bpm. Saktesia <math>\pm 5</math> bpm. Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin. Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker. Alarme vizuale dhe zanore. Respirim: Metoda: matje e impedences elektrike Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije) Saktesia : <math>\pm 5</math>rpm. Alarme per rrezen e matjes. SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Diapazon 1-100%. Saktesi <math>\pm 2</math> ne rrezen 70-100%.  NIBP( Presioni i gjakut jo Invaziv)  Metoda: Oshilometri Automatike  Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.  Diapazoni: min 10-270mmHg. Saktesi <math>\pm 5</math>mmHg.  Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.  Mbrojtje ndaj presioneve te larta.  Temperatura:  2 kanale-1sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C.  Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: <math>\pm 1</math>°C.  Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.  IBP (Presioni i gjakut invaziv)  Mundesit matje me 2- kanale  Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktesia e matjes: <math>\pm 5</math>%.  Aksesore:  Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me nje perdorim.  Manshete NIBP Adult.  Sensor SpO2 Adult me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.  Sonde temperature.  Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore.  Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njeperdorimesh)  Ushqimi: Linje AC: 220V; 50Hz. – Ose nga Bateria e integruar  Modul Monitorimi CO2  Matje e nivelit te CO2 ne frymemarrjen e pacientit ne intervalin: 0÷99 mmHg .  Saktesia e matjes: <math>\pm 10</math>%  Set aksesore monitorimi per moduln e gazeve (10x linja monitorimi + 10x water trap)  Te jete kompatibel me Artikullin Nr.3</p>
5	Aparat anestezie	<p>Sistem i perbere nga 1) makine anestezie, 2) monitor pacienti  1) Makina e Anestezise  Makine anestezie e pershtatshme per ventilim NEONATAL, PEDIATRIK dhe ADULT.  Funksionim automatik me qark te mbyllur. E pershtatshme per funksionim me fluks te ulet.  E pajisur me dalje shtese per mundesi ventilimi me qark te hapur.  E pajisur me sistem thithje te CO2 ne qarkun e ventilimit. Mundesi zevendesimi te rezervuarit CO2 pa ndaluar ventilimin.  Sistem me 3 gaze mjekesore: O2, N2O dhe Ajer. Presioni i gazeve ne hyrje te pajisjes: 3-6 atm.  Me fluksimeter te dyfishte per cdo gaz mjekesor (ose fluksimeter elektronik) me mundesi rregullimi ne intervalet: 0-15.0 L/min per Oksigjen dhe Ajer dhe 0-10L/min per N2O.  Me sistem sigurie per te garantuar perzjerje O2/N2O me min. 23% O2.  Me 2 pozicione per vaporizatore. Te furnizohet me 1 vaporizator Isoflurane.  Me dalje te drejtperdrejte 100% O2 me fluksimeter te rregullueshem nga 0 deri ne te pakten 10 L/min (konektor per kanjule nazale)  Ventilatori dhe Ekran:  Ekran LCD me ngjyra dhe me prekje (touchscreen). Dimensioin minimal: 15".  Shfaqje simultane grafike ne ekran te formave te vales: Kurba Presion-Kohe. Kurba Fluks-Kohe.  Shfaqje grafike e nje prej kurbave te spirometrisë: Presion-Volum, Presion-Fluks, Fluks-Volum.  Shfaqje numerike e parametrave te ventilimit: Volum Tidal, Frekuenca e Respirimit, raporti I:E, Presion Inspirimit, Presioni Maksimal, PEEP, Volumi/minute, Volumi i Ekspirimit, %O2 gjate inspirimit.  Modalitetet e Ventilimit:  VCV, PCV, PS+APNEA, SIMV-VC, SIMV-PC</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Ventilim Manual me valvol sigurie te rregullueshme deri ne 70 cmH2O</p> <p>Karakteristikat e Ventilimit:</p> <p>Fluksi i gazit: 1-120 Litra/min</p> <p>Volumi Tidal: 20-1500ml ne modalitet VCV</p> <p>Volumi Tidal: 5-1500ml ne modalitet PCV</p> <p>Frekuenca e Respirimit:</p> <p>5-100 bpm per modalitet ventilimi te detyruar</p> <p>4-60bpm per modalitet ventilimi te sinkronizuar me pacientin</p> <p>Raporti Inspirim/Ekspirim: 2:1 deri ne 1:4 (me intervale 0.5)</p> <p>PEEP: OFF, ON: 4÷20 cmH2O</p> <p>Presioni i Inspirimit: 5÷60 cmH2O</p> <p>Koha a Inspirimit: 0.2÷5 sekonda</p> <p>Karakteristikat e Monitorimit:</p> <p>Volumi Tidal: 0-1500ml</p> <p>Presioni ne rruget e frymemarrjes: -10÷100 cmH2O</p> <p>Volumi/minute: 0÷90 Litra/min</p> <p>Alarmet:</p> <p>Alarm i ulet/larte per %O2 te inspирimit</p> <p>Alarm i ulet/larte per presionin e inspирimit</p> <p>Alarm i ulet/larte per volumin tidal dhe volumin/minute</p> <p>Alarm APNEA</p> <p>Detektim dhe Alarm per humbje te gazit ne qarkun e pacientit.</p> <p>Power Failure Alarm</p> <p>Aksesoret:</p> <p>1 cope - Qark pacienti i sterilizueshem per ventilim automatik dhe manual Adult 22mm+Ballon 2L</p> <p>1 cope - Qark pacienti i sterilizueshem per ventilim automatik dhe manual Pediatrik 15mm+Ballon 1L</p> <p>Furnizimi me energji:</p> <p>Rrjeti AC 220V/50Hz</p> <p>Bateri e integruar per kohezgjatje minimale prej te pakten 60 minuta.</p> <p>2) Monitor Pacienti</p> <p>Sistem Modular me a) modul hemodinamik, b) modul gazesh, c) modul sedacioni</p> <p>Kategorite e perfshira: te rritur, femije, porsalindur.</p> <p>Karakteristikat:</p> <p>Format e valeve: Deri ne 6</p> <p>Ekran i sheshte TFT/LCD min 12", rezolucion 800 x 600</p> <p>Komandimi i monitorit: Celes knob (i rregullueshem)</p> <p>Regjistrim i te dhenave grafike dhe parametrave: 72 ore</p> <p>a) modul hemodinamik</p> <p>ECG:</p> <p>EKG- 3/5 lead</p> <p>Diapazoni min 30-300 bpm. Saktesia ±5 bpm.</p> <p>Mbrojtje dhe sinkronizim me defibrilatorin.</p> <p>Zbulim te segmentit –ST. Me algoritem per aritmi dhe pacemaker.</p> <p>Alarmer vizuale dhe zanore.</p> <p>Respirimi:</p> <p>Metoda: matje e impedences elektrike</p> <p>Diapazon: 5-120rpm (te rritur); 5-150rpm (porsalindur/femije)</p> <p>Saktesia: ±5rpm. Alarmer per rrezet e matjes.</p> <p>SpO2 (Saturimi i oksigjenit)</p> <p>Diapazon 1-100%. Saktesi ±2 ne rrezet 70-100%.</p>
--	--	---

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>NIBP(Presioni i gjakut jo Invaziv)  Metoda: Oshilometri Automatike  Menyrat: manuale/automatike/vazhdueshme.  Diapazoni: min 10-270mmHg.  Tipi i matjes: sistolik, diastolik dhe mesatar.  Mbrojtje ndaj presioneve te larta.  Temperatura:  2 kanale-1sonde per matjen e temperatures ne diapazonin: 10-45°C.  Rezolucion: 0.1°C. Saktesia: ±1°C.  Pajisur me alarm per temperaturat jashte diapazonit te matjes.  IBP (Presioni i gjakut invaziv)  Mundesit matje me 2- kanale  Intervali i matjes: -40÷300 mmHg. Saktesia e matjes: ±5%.  Aksesore:  Konektor per EKG me 3-lead. Set 10x elektroda me nje perdorim Adult.  Manshete NIBP Adult.  Sensor SpO2 Adult me shume perdorime me kabell dhe konektor elektrik.  Sonde temperature Adult  Bateri e integruar e rikarikueshme per pune normale per 4 ore.  Set Monitorimi per presionin invaziv (Kabell + 5x transducer njeperdorimesh)  b) Moduli i monitorimit te gazeve te pacientit: O2, CO2, N2O, Agjente Anestetike  Shfaqje e Kurbes O2. Monitorim i FiO2, EtO2. Intevali i matjes: 0÷100 vol%.  Shfaqje e Kurbes CO2. Monitorim i FiCO2, EtCO2. Intevali i matjes: 0÷15 vol%.  Monitorim i N2O. Intevali i matjes: 0 ÷100 vol%.  Identifikim dhe matje e vol% se agjenteve anestetike. Sevoflurane, Isoflurane, Halothane, enflurane  0÷6 vol%. Desflurane 0÷18 vol%.  Aksesoret:  Set monitorimi per modulin e gazeve (10x linja monitorimi + 10x "water trap")</p>
6	Modul Sedatimi	<p>Modul kompatibel me monitoret e makinave te anestezise.  Per monitorimin e nivelit te thellesise se anestezise dhe dozimit nepermjet monitorimit te valeve cerebrale.  Amplifikim dhe perpunim i sinjalit EEG per shfaqjen e nje trendi grafik ku monitorohet niveli i zgjimit/pergjumesise (sedatimit) te pacientit nepermjet nje indeksi numerik. Perdorim i sensoreve me disa elektroda per marrjen e sinjalit.</p>
7	Laringoskop adult	<p>me bateri dhe lame McIntosh 2, 3, 4  Te jete me doreze me bateri  Te jete me llampa LED  Te gjitha materialet te jene celik inoxi</p>
8	Laringoskop pediatrik	<p>Set laringoskopik neonatal me fiber optike dhe llampe LED  Te perfshihen Lama McIntosh 00 (premature) dhe Miller 0, 1  Te jete me doreze me bateri  Te gjitha materialet te jene metalike te pa oksidueshme</p>
9	Respirator	<p>Karakteristika te pergjithshme:  Ventilator per Adulte, Pediatrik dhe Neonate i montuar ne karrel me rrota. Perfshire lageshtues.  I pajisur me ekran LCD me prekje (touchscreen) dhe ngjyra. Dimensioni minimal: 15".  Shfaqje simultane grafike ne ekran te minimalisht 4 forma vale, Presion, Fluks, Volum dhe nje Kurbe spirometrie (P-V, P-F, F-V)</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Shfaqje numerike e parametrave te ventilimit: Volum Tidal, Frekuenca e Respirimit, raporti I:E, Presion Inspirimi, Presioni Maksimal, PEEP, Volumi/minute, Volumi i Ekspirimit, FiO2, etj.</p> <p>I pajisur me sensor fluksi proksimal per neonate dhe sensor fluksi ekspirimi.</p> <p>I pajisur me Nebulizator te integruar ne pajisje me kontroll kohe. Diametri mesatar aerodinamik i grimcave <math>3\mu\text{m}\pm 10\%</math></p> <p>I pajisur me bateri te brendshme per te garantuar funksionim per te pakten 30÷60 minuta</p> <p>Monitorimi i FiO2 ne shkallen 10-100%. Sensor O2 me jetegjatesi te larte i cili nuk ka nevoje te zevendesohet.</p> <p>Mundesi opsionale per monitorim CO2.</p> <p>Modalitetet e Ventilimit dhe procedurat e perfshira: VC, VC-SIMV, VS, PC, PC-SIMV, SIMV-PRVC, APRV, BILEVEL, Apnea BACKUP.</p> <p>Te perfshihet modalitet ventilimi jo-invaziv NIV</p> <p>Perzjeresin elektronik te gazeve per nje FiO2 nga 0.21 – 1.0 me rregullim te vazhdueshem</p> <p>Procedure Ventilimi me 100%O2 per nje kohe te percaktuar</p> <p>Procedure Ventilimi manual ne rast urgjence</p> <p>Procedure Testimi i kapacitetit te pacientit per frymemarrje spontane</p> <p>Karakteristikat e Ventilimit (neonatal):</p> <p>Fluks i vazhdueshem i inkorporuar</p> <p>Rregullim i fluksit deri ne 20 litra ne minute</p> <p>Volumi Tidal Neonate: 2÷50mL (pesha minimale 0.5Kg).</p> <p>Volumi Tidal Pediatrik-Adult: 20÷2000 mL. Saktesia: <math>\pm 10\%</math>. (kompensim automatik i humbjeve ne qark).</p> <p>PEEP: 1÷50 cmH2O</p> <p>Frekuenca e Respirimit: 3÷150bpm (ne varesi te modalitetit te ventilimit)</p> <p>Raport I/E varibel dhe te invertueshem 1:9 deri ne 4:1</p> <p>Kontroll te vecante per Ti: 0.1÷10 sekonda, me alarm</p> <p>Trigger Fluksi dhe Presioni. 0.2÷9 Litra/h dhe (-10) ÷ (-0.25) cmH2O</p> <p>Presioni i Inspirimit: 1÷98 cmH2O</p> <p>Koha a Ekspirimit: 0.25÷29 sekonda</p> <p>Karakteristikat e Monitorimit:</p> <p>Fluksi i gazit: 0.1-30 Litra/min</p> <p>Volumi Tidal: 0.5-1000ml</p> <p>Presioni ne rruget e frymemarrjes: -20÷120 cmH2O</p> <p>Volumi/minute: 0÷90 Litra/min</p> <p>FiO2 ne shkallen 10-100%</p> <p>Regjistrim i trendit te parametrave (kurba dhe vlera numerike) te ventilimit per te pakten 48 ore.</p> <p>Alarmet:</p> <p>Alarm i ulet/larte per %O2 te inspirimit</p> <p>Alarm i ulet/larte per presionin e inspirimit</p> <p>Alarm i ulet/larte per volumin tidal dhe volumin/minute</p> <p>Alarm APNEA</p> <p>Detektim dhe Alarm per humbje te gazit ne qarkun e pacientit.</p> <p>Power Failure Alarm</p> <p>Aksesoret:</p> <p>Krah mekanik per fiksimin e qarkut te respirimit prane pacientit</p> <p>Mekanizem per montim lageshtuesi te jashtem.</p> <p>Lageshtuesi:</p> <p>Lageshtues i pershtatshem per t'u montuar ne shasine e ventilatorit neonatal te pershkruar mesiper.</p> <p>Sistem lageshtimi me dhome uji (chamber).</p> <p>Kontroll i temperatures se gazit ne qarkun e pacientit nepermjet ngrohjes</p> <p>Monitorim i temperatures se gazit nepermjet sensoreve te vendosur ne qarkun e pacientit.</p>
--	--	---

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz.</p> <p>Aksesoret:</p> <p>Te perفشihen 20 qarqe pacienti njeperdorimesh (10x neonatal dhe 10x adult) me rezistenca te integruara te pershtatshem per t'u perdorur sebashku me ventilatorin dhe lageshtuesin e mesiperem.</p>
10	Krevat kirurgjikal per salle operatore	<p>Tavoline me 4 segmente, koka, krahet, shpina, kembet. Pjesa e mesit me prerje te harkuar.</p> <p>Te jete e komandueshme me telekomande</p> <p>Mbulese antistatike , higjenike, e pa djegeshme, rrezistente ndaj ujit.</p> <p>Pjesa e kurrizit dhe lartesia e tavolines operatore e rregullueshme.</p> <p>Te gjitha pjeset e tavolines jane prej celik inox.</p> <p>I gjithë trupi i shtratit është radiolucent nga rrezet X.</p> <p>I pajisur me shina anesore per aksesoret</p> <p>Pjesa e mesit është me prerje te harkuar per nderhyrje gjinekologjike</p> <p>Permasat e shtratit te tavolines pa perfshire shinat anesore te pakten: 200 cm x 50 cm</p> <p>Te kete levizje Trendelenburg / Reverse Trendelenburg elektrikisht te rregullueshme te pakten -30°/ 30°</p> <p>Lartesia e rregullueshme ne menyre elektrike: afersisht 780-1000mm</p> <p>Pjesa e kokes (larte/poshte) e rregullueshme te pakten: 45°/-45°</p> <p>Trupi i shtratit, me shina anesore</p> <p>Perkulje anesore (majtas/djathtas) e rregullueshme, mbi 20°</p> <p>Pjesa e shpines (lart/poshte) te pakten 80°/-40°</p> <p>Mbeshtetja e krahut: 0-90°</p> <p>Pjesa e kembeve e ndare ne 2 seksione</p> <p>Pesha maksimale 180 Kg</p> <p>E pajisur me bateri te karikueshme te integruar per te pakten 50 operacione.</p> <p>Aksesoret: bllokues kembesh/mbeshtetes gjuri (1 pale), mbeshtetes i kraheve (1 pale), Mbeshtetes shpatulle (1 pale), Rrip per trupin, mbajtes serumi, mbeshtetes koke. Perde Anestezie.</p>
11	Nebulizator	<p>Nebulizator Profesional per perdorim spitalor</p> <p>Presion Max.: 350 kPa</p> <p>Niveli i zhurmës: 60 dBA</p> <p>Presion operativ: 0-130 kPa</p> <p>Sasia e ajrit të qarkulluar: 151/min</p> <p>Do shoqerohet me aksesoret e meposhtem:</p> <p>Maska e hundës (polypropylene)</p> <p>Maska e gojës (polypropylene) me valvul (silikoni);</p> <p>Maskë për fëmijë dhe të rritur</p>
12	Shiringe lavazhi set metalik	<p>Shiringe metalike 200cc me tre kanjula.</p> <p>E perbere nga material me cilesi te larte dhe e pershtatshme per lavazh.</p>
13	Otoskop profesional me ekran	<p>Video otoskop me kamera. Me ekran me dimension minimal 2 inch.</p> <p>Pajisur me porte video per lidhjen e ekraneve sekondare.</p> <p>Funksion per ngrirjen e imazhit.</p>
14	Lupe binokulare	<p>Me zmadhim 2.5-here.</p> <p>Distanca e punes 34cm</p> <p>Fushepamja 80mm</p>
15	Sharre kirurgjikale Ortopedike	<p>Doreza duhet te jete per perdorim elektrik (me bateri).</p> <p>Perdorimi i dorezes duhet te jete i dyfishte trapano elektrike / sharre oshiluese elektrike.</p> <p>Pesha e dorezes duhet te jete me e vogel se 1.3 kg duke perfshire baterite.</p> <p>Fuqia motorike jo me e vogel se 70w.</p> <p>Shpejtesia e rrotullimeve jo me e vogel se 620 rrot/min.</p> <p>Maksimumi i fuqise rrotulluse jo me i vogel se 6.5 Nm.</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Te furnizohet me dy (2 cope) baterite te rikarikueshme.          Formati I baterive: 9.6 V, 1.2 Ah.          Me kontenier per sterilizim dhe kontenier sterilizimi per baterite          Me karikues per baterite me hyrje 220V.          Te kete adaptorin i cili e kthen dorezen ne sharre oshiluese. (1 cope).          Minimalisht te furnizohet me sharrat e meposhtme:          1-Sharre me permasa: e gjate 90-91mm, trashesi 25.3-25.5mm, trashesia e prerjes 1.45–1.50mm (2 cope)          2- Sharre me permasa: e gjate 23-24mm, trashesi 14.0-15mm, trashesia e prerjes 0.58–0.6mm (2 cope)          2- Sharre me permasa: e gjate 48-49mm, trashesi 26-27mm, trashesia e prerjes 0.6–0.7mm (2 cope)</p>
16	Set Aparat AMBU	<p>Aparat Ambu Adult, me volum 1.5L dhe me valvol sigurie 60cmH<sub>2</sub>O, maske me madhesi Nr.5          Aparat Ambu Pediatrik, me volum 1L dhe me valvol sigurie 40cmH<sub>2</sub>O, maske me madhesi Nr.4</p>
17	Shiringe elektrike	<p>Volumi i infuzionit te pakten nga: 0.10-999.9ml          Koha e infuzionit: 1 min – 95 h 59 min          Administrimi i bolus manualisht ne intervalin 50-1200ml/h          Saktesia ±2%          Numri eventeve te pakten 1500          Kohe zgjatja e baterise: 10 ore ne 5 ml/h          Shkalla e KVO: 0.1-5.0ml/h          Te perfshihet librari medikamentesh per te shmangur gabime ne administrimin e tyre.          Pajisur me modalitet kontrolli te ndryshueshem gradual ose te paracaktuar ne 3 nivele          Pajisur me sistem dinamik per te sinjalizuar ndryshimin e presionit          Mundesi infuzioni per anestezi te plote          Njesite e dozimit g, mg, µg, ng, U, mol.          Kapaciteti i Shiringave: 5-60 ml          Njohje automatike e madhesise se shiringes          Alarme vizive dhe akustike per raste te ndryshme:          Rastet: bateri e ulet, afrimi i mbarimit te infuzionit, rritje e presionit, fund infuzioni, fluks i ulet, bllokim i linjes, keqfunksionim i brendshem, ajer ne sistem, kapak i hapur.          Te mundesoje integrimin e librarise se ilaceve per te pakten 120 ilace</p>
18	Elektrobisturi	<p>Elektrobisturi me dy dalje monopolare dhe nje dalje bipolare.          Diapazoni i fuqise: te pakten 1-280W          Te kryeje procedura te rezektoskopise bipolare ne solucion saline.          Mundesi memorizimi te pakten 10 programe          Mundesi kontrolli me celes kembe dhe me elektroda dore.          LED-bar per kontroll vizual te cilesise te kontaktit.          Alarme vizive te ndara me ngjyra dhe akustik ne perputhje me normen IEC 60601-2-2          Pajisja ka funksion me forme vale te pa moduluara (Pulse cutting mode) dhe funksione me forme vale te perzjera (Blend cutting mode)          Te kete mundesi per te funksionuar edhe me gaz Argoni          Aksesoret: 1x celes pedal-kembe, 1x Pllake tokzimi neutrale gome,shumeperdorimshe. 1x Elektrode thike monopolare, 1x elektrode lancet e drejte (Needle Shaft electrode). 1x Pince diatermie. 1x Elektrode me tel te harkuar (Loop electrode).</p>
19	Llampe operatore	<p>Llampe ndricimi kirurgjikale me baze per fiksim ne tavan dhe dy krahe te rrotullueshem te pakten 320°          E pajisur me dy koka (qendrore dhe satelit) e perbere nga Llamba LED          Kontroll iluminimi elektronik          Iluminimi ne 1 m per secilen koke: te pakten 130,000 lux          Diametri i fushes i rregullueshem elektronikisht ne afersisht 20 deri ne 30 cm</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Ngjyra temperatures (K): rreth 4,300, e ndryshueshme  indeksi i ngjyrave (Ra) te pakten 94  Energjia rrezes (mW/m<sup>2</sup>.lx): 3 ± 1  Nuk ka zevendesim llampe  Jetegjatesia e LED te pakten 40,000 ore  Disa ore operimi me batteri  Me doreze te sterilizueshme per rrotullimin, ndryshimin e lartesisë dhe kendit te llampes  Rrotullim horizontal  Artikulacion (nyje,lidhje) vertikale  Rrotullim vertikal  Fiksuesi i llampes ne tavan dhe mbulesa te jene te perfshira ne cmim  E pajisur me bateri per autonomi te pakten 2 ore dhe karikues automatik  Te punoje me 220 V, 50Hz</p>
20	Llampe ultraviolet	<p>Pajisje baktericide me llampa ultraviolet dhe ventilator per purifikim-sterilizim ajri nga bakteriet dhe sporet ne ambiente spitalore  E destinuar per instalim mural.  Llampa UV me gjatesi vale 253-254 nm te vendosura ne dhome rrezatimi te mbyllur per mbrojtjen e personelit/pacienteve nga rrezatimi UV.  Dhoma e sterilizimit UV e izoluar me siperfaqe reflektuese per mosekspozimin e jashtem te rrezatimit UV.  Energjia e rrezatimit UV mbi 65 µW/cm<sup>2</sup>  Efektiviteti i sterilizimit jo me pak se 90% per bakteriet.  Kapaciteti sterilizues i ajrit mbi 100 m<sup>3</sup>/ore  Niveli i zhurmes se pajisjes me pak se 35 dB  Ushqimi 220V / 50Hz</p>
21	Peshore dixhitale neonati	<p>Peshore elektronike. Kapaciteti mates: jo me pak se 20Kg.  Ndjeshmeria: 10g per intervalin &lt;10Kg dhe 20g per intervalin 10÷20Kg  Me afishues dixhital  Mbajtese per femije e cmontueshme.  Mates gjatesie deri ne 80cm me afishues dixhital.</p>
22	Peshore pacienti	
23	Aspirator per neonate	<p>Pompe vakumi me kapacitet afersisht 550 mm/Hg  Kapaciteti i thithjes mbi 15 L/min  Rezervuari: nje ene me volum 1 Liter e autoklavueshme, mbrojtje nga mbi mbushja dhe me kapak  Aksesore:  Tuba silikoni me gjatesi 2m  Filter anti bakterial</p>
24	Kardiotokograf	<p>Kardiototograf per binjake  Per perdorim te pergjithshem per rrahjet e zemres se fetusit, levizjet e fetusit ne menure automatike dhe kontraksionet e paralindjes. Aftesi interpretimi automatik dhe raportim te tij.  I pajisur me monitor me prekje min 7" LCD dhe printer termal.  Menyre e punes te jete dopler ultrasonik.  Me frekuence pune 1.0 Mhz.  Intesiteti: Me I vogel se 10 mW/cm<sup>2</sup>  Shkalla e detektimit te rrahjeve te zemres se fetusit minimumi 50-200 rrahje per minute.  Te kete memorie te brendshme me kapacitet ruajtje te pakten 48 ore.  Te kete mundesi lidhjeje WiFi dhe LAN me sistem qendror monitorimi.  Te kete dalje serial/usb per tu lidhur me kompjuter  Bateri e karikueshme e integruar per te pakten 2 ore pune autonomi.</p>



## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Aksesoret:  Karrel per vendosjen e Kardiotokografit dhe aksesoreve te tij - 1 cope  Sonda ultrasonike - 2 cope  Sonde Toko - 1 cope  Shenues ngjarjesh - 1 cope  Xhel - 1 cope  Rrip fiksues - 3 cope  Leter Printeri - 1 cope</p>
25	Ambu per neonate	<p>vellimi 250-500ml  te cmontueshem dhe te sterilizueshem  duhet te jene me limitues te presionit (rreth 30 cmH2O)  maskat duhet te jene transparente me jastek ajri dhe permasa neonatale, e sterilizueshme  Te jete e pajisur me rezervuarin dhe tubat lidhes per bombul O2</p>
26	Aparature Cpap per neonate me lageshtues	<p>Pajisja perbehet nga Njesia CPAP dhe Lageshtues  Njesia CPAP:  Pajisje per terapi nCPAP per neonate me kontroll dhe monitorim te %O2 ne intervalin: 21-100%  Perzjeres gazesh (Ajer dhe O2) i integruar ne pajisje.  Fluksimeter i integruar ne pajisje per flukse nga 1-15 Litra/minute  Te jete i pajisur me display LCD ku shfaqen parametrat e CPAP.  I pajisur me alarme per presionin e CPAP dhe %O2. I pajisur me sensor O2.  Presioni i gazeve ne hyrje te pajisjes: 3.5-6 atm.  Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz dhe bateri e integruar per te garantuar funksionim per te pakten 4 ore.  Lageshtues:  Lageshtues i pershtatshem per t'u perdorur ne kombinim me njesine CPAP te pershkruar mesiper.  Sistem lageshtimi me dhome uji (chamber).  Kontroll i temperatures se gazit ne qarkun e pacientit nepermjet ngrohjes ne intervalin: 30-40°C  Monitorim i temperatures se gazit nepermjet senseve te vendosur ne qarkun e pacientit.  Lageshtia minimale e garantuar: &gt;30mg/l  Furnizim nga rrjeti AC 220V/50Hz.  Aksesoret:  Te perfshihen sensoret e temperatures se lageshtuesit  Te perfshihet nje strukture metalike e levizshme me rrota ku do te montohen njesia CPAP dhe Lageshtuesi.  Te perfshihen 10 qarqe pacienti neperdorimesh neonatal (10mm) me rezistenca te integruara te pershtatshem per t'u perdorur sebashku me njesine CPAP dhe lageshtuesin e mesiper.</p>
27	Sistem mjekesor per salla	<p>E fiksuar ne tavan  Gjatesia e krahut horizontal jo me pak se 750mm  Per perdorim ne dhomen e operacioneve, reanimacion,  Kapaciteti ngarkues min 220 kg  Dalje per gazra mjekesore; Oksigjen x 2 ,Vakum x 1, Ajer x 1, N2O x 1, AGSS x 1.  Raft per pajisje 2 cp.  Sirtare per pajisje 1 cp.  Me dy shufra vertikale anesore per mbajtje pompash infuzioni etj.  Input elektrik 220v 50-60HZ  Rrotullimi 250 - 360 degrees  Priza Schucko 8 cope  Priza ekuipotenciale 8 cope  Lidhje me rrjetin 1 cp</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

28	Dyshek fototerapie	<p>Paisje per trajtimin fototerapik te te porsalindurit, lehtesisht e tansportueshme, teknologji LED e gjeneratorit te drites me fibra optike.</p> <p>Te jete i pajisur me dyshek me fibra-optike, me mbulese mbeshtjellese te bute, me siperfaqe te emetimit te drites 25x30cm te lidhur me gjeneratorin e drites me kabell optik 1.3-1.5m</p> <p>Diapazoni i rrazatimit optik: 430-490nm me intensitet maksimal ne 450±10nm.</p> <p>Rrezatimi spektral rreth 50 μW/cm<sup>2</sup>/nm-1 (±25%);</p> <p>Gjeneratori i drites LED te jete lehtesisht i montueshem ne stativ.</p> <p>Te siguroje nje nivel zhurme nen 45dBA ne distance 1m.</p> <p>Te furnizohet me nje set prej 20 mbulesash mbeshtjellese shume te buta per dyshekun fibro-optik.</p> <p>Te jete kompatibel per rrezatimin me rreze X.</p> <p>Ushqimi: AC: 230 V~ 50/60 Hz</p> <p>Paisja te jete e testuar dhe e certifikuar ne perputhje me direktivat e paisjeve mjekesore per pediatrie neonatale</p>
29	Llambe ngrohese me njesi reanimimi	<p>Sistem Ngrohës dhe reanimimi per neonate</p> <p>I pajisur me rezistence ngrohese 0÷500W. Modalitet funksionimi Manual dhe Automatik (servo mode).</p> <p>Te kete ekran per afishimin e temperatures dhe parametrave te tjere</p> <p>Te afishoje Apgar – timer (kronometer)</p> <p>Sistem i pajisur me nje porte per sensor temperature me vendosje siperfaqesore (ne lekure).</p> <p>Te kete mundesi manuale dhe automatike te kontrollit te temperatures ose nepermjet sensorit te temperatures</p> <p>Lartesi e rregullueshme e shtratit ne te pakten 3 nivele</p> <p>Modalitet Funksionimi Manual</p> <p>Ne modalitet Manual Intensiteti i energjise ngrohese duhet te rregullohet manualisht nga operatori ne te pakten 20 nivele energjie nga 0-100%.</p> <p>Modalitet Funksionimi Automatik</p> <p>Ne modalitet Automatik (servo), te kontrollohet energjia ngrohese ne menyre automatike sipas temperatures se deshiruar per pacientin (setpoint) dhe sipas informacionit te marre nga sensori i temperatures (feedback).</p> <p>Intervali i rregullimit te temperatures: 30÷38°C me rezolucion 0.1°C.</p> <p>Monitorim i temperatures se pacientit ne intervalin: 30°C÷42°C. Saktesia: ±0.1°C.</p> <p>Te jete i pajisur me llambe ndricimi per perdoruesin</p> <p>Dimensionet e peraferta te platformes se pacientit: 460 x 640 mm ±20mm</p> <p>Platforma duhet te mundesoje vendosjen e kasetave X-ray duke mos levizur pacientin.</p> <p>Platforma e pacientit duhet te mundesoje pozicionim horizontal ne kendet 0° ±15°.</p> <p>Mundesi rrotullimi te kokes se radiantit ±90° per te mundesuar vendosjen e pajisjeve te tjera (njesi portative x-ray, njesi fototerapie, etj.)</p> <p>Radianti te jete i pajisur me te pakten dy sirtare</p> <p>Aksesoret e perfshire:</p> <p>1x sonde temperature me shume perdorime.</p> <p>1x IV-pole per montim ne pjesen anesore te pajisjes.</p> <p>1x pole per montim shiringa infuzioni, perzjeres gazesh, etj.</p> <p>1x platforme me montim lateral per vendosjen e monitorit te pacientit apo njesise se reanimimit.</p>
30	Mates transkutan per bilirubinen	<p>Per matje transkutane te bilirubines pa cpim (jo invazive)</p> <p>Te jete i pershtatshem per te matur Bilirubinen ne neonate</p> <p>Diapazoni i matjes min: 0-20 mg/dl</p> <p>Perseritshmeria: ≤ ± 0,8mg/dl</p> <p>Sistemi te komandohet nga ekran me prekje ose butona</p> <p>Sistemi te kete mundesi te perdoret ne paciente menjehere pas lindjes.</p> <p>Saktesia (gabimi): ≤ ± 1.5mg/dl</p>

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>Te jete I validuar nga studime klinike per rezultate te krahasueshme me testimet laboratorike te gjakut.</p> <p>Sistemi te funksionoje me bateri te rikarikueshme</p> <p>Bateria e karikuar te kete mundesi per te pakten 100 matje</p> <p>Sistemi te funksionoje pa kerkuar materiale konsumi per matje</p> <p>Perdorim i lehte dhe matje e shpejte</p>
31	Pajisje fototerapie	<p>Njesi fototerapie me LED per trajtimin e foshnjeve te sapolindur. Lartesi e rregullueshme. Komande start dhe stop. Mundesi trajtimi te te porsalindurit ne menyre te lehte. Drite me intensitet te larte me disa nivele zgjedhjeje. Kendi horizontal i rregullueshem. Numerues i jetegjatesise se LED-it, konsum i ulet i energjise. Rrezatimi Optik UV me gjatesi vale: 460nm ±5nm.</p> <p>Rrezatim i rregullueshem ne intervalin e fuqise 25÷45 µw/cm2/nm.</p> <p>Pajisja duhet te furnizohet sebashku me mates (UV-meter) te nivelit te rrezatimit UV ne intervalin e gjatesise se valeve 400÷500nm dhe Rrezatim spektral: 1-100 µw/cm2/nm. Te perfshihet ne furnizim nje set syze UV per neonate.</p>
32	Dixhitalizues	<p>Karakteristika te pergjithshme</p> <p>Sistem CR – i pershtatshem per radiografi standarte analoge</p> <p>Dixhitalizues tavoline me të paktën një format kasete (Sistem skanimi per procesimin e jo me pak se 3 formate kasetash 35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm</p> <p>Te kete te perfshira formatet e kasetave 35 x 43, 24 x 30, 18 x 24 cm</p> <p>Kapaciteti i rezolucionit gjeometrik duhet të jetë së paku dy lloje të zgjedhshme - 5 piksela dhe 10 piksela / mm</p> <p>Rezolucion i kontrastit – 12 bit/piksel</p> <p>DICOM 3.0 – I pershtatshem nga ana softuerike dhe harduerike</p> <p>Kapaciteti: 60 kasete ne ore me format 35 x 43 cm me 5 piksela/mm ,47 kasete me format 18 x 24 ne ore me 10 piksela</p> <p>Konsola e kontrollit te CR</p> <p>Pajisja workstation e trajtimit te imazhit</p> <p>PC per kontrollin e sistemit CR</p> <p>Softueri per procesimin e imazhit X-ray:</p> <p>Kompatibiliteti i plotë i softuerit me standardet ndërkombëtare DICOM 3.0</p> <p>Procesim automatic dhe manual i imazheve X-Ray</p> <p>Inversion / Ndryshimi i ngjyres gri (negative/pozitive)</p> <p>Rregullimi i parametrave të imazhit (madhësi, kontrastit/ndricimit)</p> <p>Normalizim automatic i imazhit</p> <p>Shkallëzim manual dhe automatic</p> <p>Shënimi i ndryshimeve të densitetit të indeve</p> <p>Mundesi per printimin e imazheve te pacienteve te ndryshem ne te njetjin film</p> <p>Formatet e te dhenave te importuara dhe eksportuara - DICOM 3.0</p> <p>Printer i thatë mjekësor (Dry printer)</p> <p>Dry Printer, se paku 300 dpi</p> <p>Dry Printer duhet te kete teknologjine lazer dhe jo termik</p> <p>Duhet te printoje se paku 70 filma/ore 35x43cm</p> <p>Duhet te printoje ne 3 formate filmash</p> <p>Formatet e printimit 35x43, 26x36 dhe 20x25 cm.</p> <p>Te furnizohen edhe 5 pako filma per secilin format</p>

### LOT 2 – PAJISJE EKOGRAFIKE DHE ENDOSKOPIKE

## Dokumentat Standarde të Tenderit

### **1.EKO E PERGJITHSHME**

Të jetë e përshtatshme për ekzaminimet abdominale, gjinekologjike, obstetrike, vaskulare, kardiake, pediatrike, muskuloskeletale, urologjike, ortopedike, etj.

Të ketë përpunim dixhital.

Të ketë ekran me ngjyra, me teknologji LED dhe rezolucion minimal 1920 x 1024 pixel.

Madhësia e ekranit diagonal të jetë jo më pak se 21 inch.

Këndi i shikimit vertikal dhe horizontal të paktën 160°.

Pajisur me të paktën 4 porta për sondat konvekse, lineare, vellimi etj.

Të ketë panelin e komandimit ekran me prekje LCD, min 10", me rezolucion te larte.

Thellësia e skanimit duhet të garantohet deri në 32 cm

Frame rate të jetë mbi 1400 fps

Diapazon i lartë dinamik deri ne 220 decibel.

Modalitetet e skanimit te jene si më poshtë:

Modaliteti B, M-Mode, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler Indor, Modalitet i plote 3D/4D.

Modaliteti B

Te kete mundesi selektimi me ngjyra

Te perfshije funksionet e rregullimit

Modaliteti Power Doppler

Frame rate deri 150fpr

Modaliteti Doppler Spectral PW

Të ketë mundësi selektimi për minimumi 5 shkalle frekuencash.

Korrigjimi i këndit i rregullueshem te pakten ne diapazonin 0-70°

Kompensim dinamik i amplifikimit

Dritare kampionimi 1-15mm

Modaliteti Motion

Të ketë mundësi selektimi për të paktën 5 shpejtesi skanimit

Shpejtesi e rregullueshme ne kohe reale ose ne modalitet rishikimi

Constinuos wave doppler i aplikueshem me sondat kardiake

Dopler indor, imazh indor me ngjyra, matje shpejtesie e segmenteve kardiake

Të përfshihen paketat e mëposhtme:

Paketa e plotë e matjeve: Abdominale, gjinekologjike, obstetrike, vaskulare, kardiake, urologjike, pediatrike, pjesët e vogla,

Karakteristika të tjera:

Te kete memorie te pakten 500 GB.

Funksion raportimi me mundësi integrimi të imazheve.

Ndërfaqje: USB, HDMI, VGA, Ethernet, Audio.

Furnizimi me energji: 220VAC/50Hz

Sonda dhe aksesorë të përfshirë:

- Sond abdominale me shkallë frekuence min. 2÷5 MHz
- Sondë gjinekologjike me shkallë frekuencë min. 4÷10 MHz.
- Sondë kardiake me shkallë frekuencë min. 2÷4 MHz.
- Printer videobardh e zi
- Pajisje DVD-RW e integruar për lexim-shkrim.

### **2.VIDEO GASTRO-KOLONO SKOPI**

Sistem gastro fibroskopi i përbërë nga komponentet e mëposhtem:

Videoprosesor

Të kete minimum tre dalje video analoge dhe dixhitale HD te tipit DVI-D, 3G- SDI.

Memorie jo me te vogel se 500GB

Te kete menaxhim te file te pacientit

Te kete funksion per editimin dhe printimin e raporteve

Rregjistrim video HD dhe te kete mundesi rishikimi

Te kete rregullim automatik te drites

Te kete funksion automatik per balancimin e te bardhes

Te kete rregullim te kontrastit te imazhit dhe zmadhim elektronik

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Pajisur me tastjere per futjen e te dhenave, kontrollin e parametrave dhe USB per ruajte te dhenash.

Te kete mbrojtje te klasit 1 dhe shkalle mbrojtje CF

Ushqimi 2020V/50 Hz

Burimi i drites

I dizenuar për video gastro-kolonoskopi

Të jetë e pajisur me llampë LED

E kete indikator te jetegjatesise se llampes.

Jetegjatesia jo me pak se 25000 ore pune

Temperatura e ndricimit te jete jo me pak se 5600 grade Kelvin

Te kete funksion per nderrimin e endoskopit pa e fikur burimin e drites

Ushqimi 220V, frekuenca 50 Hz

Pompë Aspirimi

E destinuar per ekzaminime gastro-kolonoskopike.

Fluksi i aspirimit, mbi 25 Liter/minutë

Presioni i aspirimit të paktën 0.80 bar

Volumi i shishes së aspirimit të paktën 2 litra

Te kete mbrojtje te shkalles BF

Te jete e pajisur me filter antibakterial, shishe aspirimi me kapak dhe tubat lidhes.

Ushqimi 220V, frekuenca 50 Hz

Videogastrooskop

Diametri i tubit jo më i madh se 10 mm

Kanali i punës të jetë jo më i vogel se 2.8 mm

Fushëpamja minimalisht të jetë 140 gradë

Thellësia e fushës te pakten ne diapazonin 5-100 mm

Gjatësia e punës të jetë minimalisht 1100 mm

Përkulshmëria: poshte, jo me pak se 85°; lart, jo me pak se 200°; majtas dhe djathtas, jo me pak se 95°;

Zmadhimi jo me pak se 8 here

Të ketë një kanal të posaçëm për të futur ujë gjatë procedurës nëse është e nevojshme

Të jetë kompatibël me pajisjet e detajuara më lart

Te furnizohet se bashku me setin e aksesoreve standarte dhe valixhen e transportit.

Videokolonoskop

Diametri i tubit te jete me i vogel se 13 mm.

Diametri I pjeses fundore te jete me i vogel se 13mm.

Kanali I punes te jete minimalisht 3.7 mm.

Fushëpamja minimalisht te jete 160 grade .

Thellesia e fushes te jete nga jo me shume se 2mm deri ne jo me pak se 100 mm.

Gjatesia e punes te jete jo me pak se 1600 mm.

Perkulshmeria poshte/lart te jete jo me pak se 180/180 grade.

Perkulshmeria majtas/djathtas te jete jo me pak se 160/160 grade.

Me zmadhim jo me pak se 8 here.

Te jete kompatibel me pajisjet e specifikuara me lart.

Te kete butona te programueshem per jo me pak se kater funksione.

Të ketë një kanal të posaçëm për të futur ujë gjatë procedurës nëse është e nevojshme

Te mundesoje permiresimin e imazhit per vëzhgimin e indeve vaskulare, strukturat mukozale, etj ne kombinim me procesorin e imazhit video te specifikuar me lart.

Te furnizohet se bashku me setin e aksesoreve standarde dhe valixhen e transportit.

Monitor

Monitori të jetë i grades mjekesore, full HD me ngjyra me përmasat mbi 26” me rezolucion 1920x1080 pxl

Ndricimi mbi 850 cd/m2

Kontrasti jo me pak se 1000:1

Kendi i shikimit jo me pak se 175 grade

Hyrjet: DVI, 3G-SDI, Composite video, S-Video, RGBS, etj.

Remote 1x RS-232 .

Daljet video: DVI, 3G-SDI, Composite video, S-Video.

Ushqimi 220V/50 Hz.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Kulla mbajtëse

E pajisur me 4 rrota antistatike me frena.

Me shperndares te integruar me minimalisht 6 vende per kabell fuqie dhe çeles qendror.

Te jete i pajisur me te pakten 4 ndarje dhe nje sirtar me çeles.

Te jete e pajisur me krah per mbajtjen e monitorit dhe per mbajtjen e skopeve.

Pajisje dezinfektimi

E pershtatshme per pastrimin dhe dezinfektimin e video gastro-kolonoskopeve te mesiperm.

Te kete nje pajisje pompimi motorike te solucioneve lares / dezinfektues / shplares.

Me fluks te pakten 1L/min dhe kohe riqarkullimi prej te pakten 90 minuta.

Me kontenitor rrethor per larje-shplarje dhe dezinfektim.

Te jete e pajisur me kronometer per matjen e kohes se procesit te larje-shplarjes dhe dezinfektimit.

Sistem sinjalizimi akustik dhe viziv per ciklin e pastrimit.

Te jete e pajisur me te gjithë tubat per lidhjen e kanaleve te endoskopit.

Ushqimi 220V/50 Hz

### LOT 3 – PAJISJE RADIOLOGJIKE

#### 1.MAMOGRAFI DIXHITALE

Sistemi me rreze X të mamografisë së integruar, për ekzaminimet dixhitale FFDM (Full Field Digital Mammography) bazuar në teknologjinë e Flat Panel për ekzaminim dhe diagnostikim.

Mburoja e rrezatimit në përputhje me mbrojtjen standarde EN60601-1-3. Të përfshihet kolona mbeshtetëse.

Sistemi duhet të garantojë cilësinë më të lartë të imazhit dhe riprodhueshmërinë dhe duhet të ofrojë risi teknologjike

Struktura mbrojtëse ndaj rrezatimit të jete e perfshire

Gjenerator me rreze X me fuqi të pakten 5kW ne 35kV

Te kontrollohet me mikroprocesor një fazor, me frekuencë të lartë, me fuqi të lartë

Gama e tensionit: afërsisht 20-35 KV

Gama e mAs: 1 – 600 mA/s

Te kete mbrojtje te tubit te rrezeve X nga mbingarkesa termike me sensor aktiv temperature te kontrolluar nga njesia qendrore.

Përzgjedhja e parametrave radiologjikë të jete automatikisht bazuar në densitetin e gjirit

Kompensim automatic te tensionit

Doze minimale per pacientin

Kolimator automatik,

I pajisur me llambe Led

Tubi I rrezeve X

Shpejtesia e rrotullimitte anodes jo me pak se 3000 rpm

Anoda të jete prej Tungstenit ose me mire për të zvogëluar dozën me përqendrimë afërsisht. 0,1-0,3 mm dhe filtrim me material Al

Kapaciteti i nxehtësisë jo mëpak se 300 kHU

Rrotullimiti Gantry për afërsisht: 0 ° / + 90 °; 0 ° / -150 ° i motorizuar,

Rrotullim i motorizuar izocentrik i krahut

Rregullimi i lartësisë i motorizuar rreth 75 cm, me frena elektromagnetike

Sistemi I shtypjes

Manual dhe i motorizuar me kode të ndryshme kompresimi

Me pajisje zmadhimi: jo mëpak se 1,5X

Kompresimi (madhësi dhe teknika të ndryshme)

Afishim dixhital i forces së kompresimit, trashësisë, këndit, etj

Kontroll me motor lart ose poshtë me pedal te kembet,

Celesa rregulluese në të dyanët e ngjeshjes. Pajisje për rregullim të mirë

Paneli i sheshtë

Madhësia aktive e detektorit jo më pak se 24x30 cm

Detektor me të paktën 60% DQE të matur nën dozën 10mR.

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Madhësia e pikselit, maksimum 90 µm  
Perftim optimal i imazhit për të gjithë ekranin me rezolucion të plotë të gjirit  
Për imazhim optimal të përfshirë përdorimin e AEC  
Distanca nga burimi tek imazhi 65-66 cm  
Levizje vertikale min 45-125 cm  
Sistemi duhet të perftojë imazhe mundësisht duke përdorur madhësinë origjinale të pikselit (teshmange pixel binning)  
Workstation  
Të instalohet në dhomën e diagnostikimit me monitorë me 2 monitore LCD min 19" me rezolucion 1600x1200 dhe hard disk 2 TB për ruajtjen e imazheve. Duhet të përfshihet CD / DVD regjistruar.  
I pajisur me Ups 1000VA.  
Te jete pajisur me printer per printimin e filmave.  
Sistem operativ Windows 10 ose me mire ose sisteme operative ekuivalente.

### 2.GRAFI DIXHITALE

Aparat grafie i montuar ne dysheme  
Me gjenertaor me frekuence te larte  
Te jete i kontrolluar me mikroprocesor  
Te kete kontroll me KV, mA, kohe/ mAs  
te kete sistem mbrojtjeje per mbingarkesen e llampes  
Te jete i pajisur me qarqe vetë diagnostikimi me raportim kode-gabimi  
Te perbehet nga, Gjeneratori, Lampa rrezeve X, Kolona dhe mbajtësi i llampes, Kolimatori, Tavolina e radiografike, Bucky-it vertical, Dedektori dhe stacioni i punes.  
Sistemi i marrjes dhe perpunimit te te dhenave  
Gjenerator i frekuences se larte per diagnostikim te cilesise se larte te imazhit , Frekuenca jo me e vogel se 100 kHz  
Fuqia e gjeneratorit jo me e vogel se 50kW  
Rryma radiografike: minimalisht 600 mA@70kV  
Diapazoni mAs nga 0.5 deri ne 500 mAs  
Tensioni radiografik: nga 40 deri ne 150kV,  
Sistem vete diagnostikimi  
Kontroll me mikroprocesor  
Lampa e rrezeve X  
Voltazhi maksiamal i llampes 150kV  
Tekete 2 spotefokale  
Spoti fokal minimal 0.6  
Spoti fokal maksimal 1.2  
Sistem ftohes i llampes  
Kapaciteti i ruajtjes se nxehtesise se anodes jo me i vogel se 300 kHU  
E pajisur me filtrim alumini  
Mbajtësi i llampes dhe kolona e levizshme per llampen e rrezeve X  
Te kete levizje vertikale dhe horizontale te krahut te tubit, me frena elektrike  
Rrotullim i Tubit te pakten 90/180°  
Te kete kycje elektromagnetike  
Tavoline Radiografie me bucky  
Tavolina me suprinen e siperme te levizshme me frena elektrike  
Permasat e suprines se tavolines min : 220 cm x 75 cm  
Lartesia approx. 60 cm  
Diapazoni i levizjes se suprines se tavolines min : gjatesore approx. 80 cm, transversale approx. 20 cm  
Bucky vertical,  
Diapazon levizje vertikale 130 cm  
Mbajtje vertikale te kunderbalancuar,  
Frena elektrike per pozicionim te lehte dhe fiksim  
Receptor imazhi

## Dokumentat Standarde të Tenderit

Dedektori dixhital  
 Permasa 43X35 cm  
 Pixel matrix 2800 x 2300  
 Pixel pitch 140 µm  
 Sistemi i marrjes se te dhenave  
 Software per marrjen e te dhenave, Lidhje PACS dhe DICOM 3.0  
 Mundesi zgjedhjeje per nderfaqe te thjeshte  
 Modulet diagnostikuese, software per imazhet, ndertim te listes se punes, perpunim, printim,  
 DICOM  
 Perfshire nje PC, tastjere, mouse dhe kabllot e nevojshem.  
 Procesor dual core ose me i mire, min 2 GB RAM, 500 GB hard disk ose me shume  
 Printer dixhital dry  
 Monitor LCD min 19"

### LOT 4 - Pajisje Hotelerie Spitalore

1	<b>Shtrat pacienti</b>	<p><b>Specifikime teknike</b></p> <p>a. Lëvizja e prapme dhe lëvizja e këmbëve të kontrollohen nga 2 manivelat në fund të kembeve                  b. Kokën dhe tabelat e këmbëve të jenë bërë prej plastike PP                  c. 2 copa binarët anësor të shkrirë janë bërë prej alumini                  d. 4 copa hedhjen sipërfaqe të jetë bërë nga ABS plastike                  e. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatisht                  f. Këmbët e kokës dhe këmbës së shtratit të jenë të shkëputshme.                  G. Shasia e metalit të jetë poliesteri e ngjyrosur elektrostatisht dhe i mbuluar me ABS plastike.                  h. Sistemi kryq i frenave: Të ketë levat frenuese ne rrotat kryq te krevatit                  j. Të ketë 4 vrima serumi IV në 4 qoshet e shtratit të pacientit dhe një pol të rregullueshme IV.                  k. Të ketë 4 bumpers në 4 qoshet e shtratit të pacientit.                  l. Lëvizja e pasme kontrollohet nga foleja e majtë.                  m. Lëvizja e këmbës kontrollohet nga fiksimi i duhur.                  n. Këmbët e zbërthyera mund të montohen lehtësisht.</p> <p>2. DIMENSIONET:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gjatësia e plotë: 210 cm</li> <li>• Gjerësia e plotë: 101 cm</li> <li>• Gjatësia: 48 cm</li> <li>• Madhësia e dyshekut: 190 cm</li> <li>• Gjerësia dyshek: 80 cm</li> <li>• Kapaciteti Peshë: 250 kg</li> </ul> <p>3. LEVIZJET KENDORE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lëvizja e pasme: 0 ° -70 °</li> <li>• Lëvizja këmbë: 0 ° -30 °</li> <li>• Vaskulare</li> <li>• Lëvizja e gjurit</li> </ul> <p>4. DYSHEKU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veshje papërshkueshëm nga uji dhe i zipuar,</li> <li>• CNC prerë,</li> <li>• I përshtatshëm për të gjitha lëvizjet</li> <li>• Shkumë densitet prej 28 kg / m<sup>3</sup></li> </ul> <p>5. SISTEMI I LEVIZJES DHE FRENIMIT                  Ø125 mm, rotativ me kthesë 360 ° me mekanizëm kryq të frenimit.</p> <p>6. Te jete i pajisur me aksesor – Tryeze shtrati- i montueshem/cmontueshem tek mbajteset anesore</p>	cope
---	----------------------------	---	------



## Dokumentat Standarde të Tenderit

2	<b>Dollap pacienti</b>	<p>Struktura te jete materjal druri Dimensionet gj90xth40xh185 cm Me 2 ndarje te pavarura Me dy dyer</p>	cope
3	<b>Komodine Pacienti</b>	<p>Komodina te kete sirtar, dere, tavoline qe zgjatet mbi krevat Dimensionet 40x65xh67 cm Struktura te jete materjal druri Pjesa e sipërme te jete material MDF Sirtar i rreshqitshem Tavoline te rrotullueshme, e zgjatshme me lartesi te rregullueshme ne lartesine afersisht 85/105 cm Me kater rrota 2 prej te cilave me frena</p>	cope
4	<b>Shtrat reanimacioni</b>	<p>Krevati duhet të sigurojë lëvizje të paktën në tre seksioneve të bazamentit të krevatit përkatesisht zonës së sipërme të krahërorit, pjesës së barkut dhe këmbëve, rregullim të lartësisë, pozicioneve vaskulare te cilet kontrollohen nga minimum 3 motorë</p> <p>Pozicionet të kontrollohen nga panelet e kontrollit të vendosura në anët e jashtme dhe të brendshme të kufizueseve anësore CPR elektrike dhe karakteristikat e mbylljes së funksionit në kontrollin e mjekut (në anën e jashtme të kufizueseve anësore) Autoregression backtrest (min 11 cm)</p> <p>Kreu dhe fundi i këmbëve të krevatit jane prej polipropilenit (PP) i cmontueshem (opsion me panele me ngjyra)</p> <p>Binarët e ndarjes plastike PP me lëvizje të butë me treguesin e këndit minumi 4 pjesë të pavarura dhe të ndashme ABS Kornizë çeliku të veshur me pluhur elektrostatische antibakteriale ABS .</p> <p>Me rrota me rrotullim 360 ° me sistemin e frenimit qendror dhe bllokimin e drejtimit Adaptorë aksesorë në qoshe, mbajtëse serumi e rregullueshme me lartësi Mbajtësit e qeseve të urinës dhe grepa rrip në të dyja anët Aksesor plastike mbrojtës në qoshet Opsionet alternative të ngjyrave për binarët anësorë Dyshek me shkumë të dendur me mbulim antibakterial, të papërshkueshëm nga uji dhe me zippered</p>	cope
5	<b>Shtrat vizite</b>	<p>Shtrat vizitash me përmasa gjatësi 172 cm, gjerësi 60 cm dhe lartësi 76 cm (nga pjesa e dyshekut ne pjesen e trupit deri ne toke).</p> <p>Dysheku të jetë i ndarë në dy pjesë: pjesa e kokës e cila ka mundësi të lëvizë në disa pozicione, e paisur me dyshek të veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe lehtësisht të pastrueshëm, me përmasa 52 cm dhe gjerësi 60 cm me forme te harkuar në pjesen e kokës duke imituar jastëkun me lartësi max 12 cm.</p> <p>Pjesa fikse e trupit dhe këmbëve me dimensione 128 cm dhe gjerësi 60 cm.</p> <p>Kjo pjese të jetë e veshur me të njëjtin material si pjesa e kokës ka lartësi 6 cm.</p> <p>Skeleti i shtratit te vizitave të jetë formuar nga skeleti i sipërm me profil katror 40x40 mm dhe spesor 1.5 mm i lyer me bojë të bardhë elektrostatische dhe i pjekur në temperature 180 grade.</p> <p>Skeleti i sipërm të këtë katër kembëza me të njëjtin profil tëlyera njësoj si skeleti i sipërm me gjatësi 12 cm.</p> <p>Në katër këmbëzat duhet të futen këmbët e inoksit të shtratit të cilat të jenë prej profili katror 35x35</p>	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>mm me spesor 1.35 mm. Pjesa e dukshme e këmbës së inoksit të ketë gjatësinë 54 cm.</p> <p>Në pjesën e poshtme të çdo kembe të ketë mbështetje plastike e cila bën kontaktin me tokën.</p> <p>Në pjesën e kokës ose në pjesën e këmbëve të pacientit të vendoset një tub inoksi fi 25 mm dhe spesor 1.35 mm i cili shërben për mbajtjen e letres rulo universale.</p> <p>Mekanizmi ngrites i pjesës së sipërme (kokës) së dyshekut të përbëhet nga dy elemente në formë sharre të cilat janë të cernieruar dhe montuar në pjesën e poshtme të dyshekut dhe bllokohen nga një shufër metalike e montuar në thellesi 60 cm në skeletin e sipërm metalik.</p>	
6	<b>Shtrat lindje</b>	<p>Shtrat lindje dhe procedura obstetrikale</p> <p>E ndare në tre seksione: shpina, ndenjësja dhe kembet</p> <p>Me tre motore për rregullim elektronik të lartësive, shpines dhe pozicioneve Trendelenburg/Reverse Trendelenburg.</p> <p>Komandim nga një panel kontrolli dhe/ose telekomande.</p> <p>Pjesa e kembeve e zmontueshme lehtësisht.</p> <p>Trendelenburg / Reverse Trendelenburg</p> <p>Dyshek me tre seksione, me materiale antimikrobiale, rezistente ndaj ujit, të padjegeshme, të respirueshëm, dhe lehtësisht të pastrueshëm</p> <p>Bazamenti / platforma e dyshekut prej materiali ABS.</p> <p>Shina anesore (të zmontueshme) prej çeliku inox në seksionin e ndenjësjes, destinuar për montim aksesorësh.</p> <p>Pjesa e shtrirje (dysheku) i mbushur me shkumë-gomë për të ndjekur formën anatomike të trupit.</p> <p>Amortizatore goditjesh gjatë levizjeve.</p> <p>Lartësia e shtratit e rregullueshme në diapazonin 70 deri 85 cm</p> <p>Sipërfaqja e krevatit; gjatësia min 185 cm, gjerësia min 80 cm.</p> <p>Seksioni i shpines i rregullueshëm nga 0 në 70 deg.</p> <p>Trendelenburg/Reverse Trendelenburg i rregullueshëm deri në rreth +/- 13 deg.</p> <p>Pesha mbajtëse: 200 kg ± 10%</p> <p>Aksesore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mbajtëse kembesh (1 çift), me veshje materiali të gomuar, me lidhëse për fiksime kembesh, me konstrukcion me cerniere sferike për pozicionim këndor të rregullueshëm, dhe lartësi të rregullueshme</li> <li>- Mbajtëse anesore të pacientit (1 çift);</li> <li>- Bacinele inoksi me fiksuesin përkatës (1 cope);</li> </ul>	cope
7	<b>Shtrat egzaminimi gjinekologjik</b>	<p>Shtrat Ekzaminimi gjinekologjik me 3 ndarje</p> <p>Mbështetësja e kokës dhe kembeve të jetë e rregullueshme</p> <p>Permasat afersisht 60x180x80cm</p> <p>Mbuluar me lëkurë sintetike në pjesën e jashtme, lehtësisht e pastrueshme dhe që duron nxehtësinë</p> <p>Strukture metalike e kromuar në të katër kembet</p> <p>Me mbajtëse kembesh dhe bacinele</p>	cope
8	<b>Tavoline pune me komodine</b>	<p>Tavolinë pune me përmasat (gjatësi x gjerësi x lartësi): 140 x 80 x 72 cm dhe komodine</p> <p>Syprina melaminë me trashësi minimumi 2.5 cm.</p> <p>Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave.</p> <p>Këmbët duhet të jenë me planë të të njëjtit material dhe trashësi të syprinës.</p> <p>Bordet anësore të planit të punës dhe të këmbëve të jenë të rrethuara me material plastik PVC.</p> <p>Bashkimi i planit të punës me këmbët bëhet në mënyrë të tillë që i jep tavolinës pamje solide.</p> <p>Pjesa ballore duhet të jetë e pozicionuar e tillë që realizon bashkimin e planit të punës me këmbët e tavolinës dhe qëndron në një hapësirë 40 cm, nga plani i dyshemesë. Në pjesën e brendshme në njërin krah duhet të ndodhet posti i tastierës e fiksuar me shina rrëshqitëse, në krahun tjetër ndodhen dy sirtare</p>	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

		<p>me gjerësi 45 cm ku sirtari i parë të jetë i mbyllur me çeles. Montimi i tastierës duhet të jetë i thjeshtë dhe me mundësi zgjedhje të krahut të punës. Aksesorët që përdoren për montimin e elementëve të tavolinës të jenë cilësorë.</p> <p>Në planin e punës të jetë e hapur një vrimë, në të cilën fiksohet një mekanizëm plastik në formë cilindri dhe bën të mundur kalimin e kablllove nga lart poshtë dhe anasjelltas.</p> <p>Këmbët të jenë me mekanizëm nivelues. Montimi dhe çmontimi të jetë sa më i thjeshtë. Të gjitha pjesët e tavolinës me të cilën përdoruesi vjen në kontakt gjatë përdorimit, duhet të jenë të dizajnuara në mënyrë që të shmangen lëndimet fizike dhe dëmtimet.</p> <p>Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p> <p>Sirtarierja/Komodina</p> <p>Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 45 x 53 x 60 cm (lartësi se bashku me rrotat)</p> <p>Struktura e sirtarierës do jetë melaminë me trashësi 1.6 deri 1.8 cm. Veshje laminati me rezistencë të lartë kundër gërvishtjeve dhe njollave. Syprina dhe kapaket ballore të sirtareve duhet të jenë prej material melamine me spesor. Bordet anësore, fiankeve të jenë të rrethuara me material plastik PVC.</p> <p>Sirtariera duhet të ketë 4 rrota sferike në fund dhe të mund të lëvizë nën tavolinë. Sirtari i parë nga lart duhet të jetë më i vogël dhe i përshtatur për të mbajtur sende të imëta, pjesa tjetër të ndahet në 3 serrarë të barabartë.</p> <p>Sirtarët duhet të jenë të paisur me kyç që të realizojë mbyllje qendrore. Aksesorët e përdorur duhet të jenë cilësorë, në mënyrë që të sigurojnë një qëndrueshmëri të lartë të sirtarierës. Të paktohen që të mos dëmtohen gjatë transportit. Ngjyrat janë të ndryshme dhe përcaktimi i saktë i tyre do të bëhet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p>	
9	<b>Karrige te thjeshta</b>	<p>Karrige zyre te thjeshta, konmforte, e kornizuar me 4 këmbë metalike të palëvizshme. (pesha e përafert 7 kg), lartësia e shpinores jo më e vogël se 82cm, lartësia e ndenjësës jo më e vogël se 45cm, thellësia rreth 43cm, gjerësia rreth 53cm.). Konstruksioni metalik të sigurojë qëndrueshmëri.</p>	cope
10	<b>Karrige levizese per urgjence</b>	<p>Pjesët e poliuretanit dhe pjesët e ulëseve  Pjesë këmbimi poliuretani krahun lart dhe poshtë  Pjesë Mbështetëse e Këmbës së Palosshme  Të gjitha seksionet metalike të janë Stainless  Sistemi Qendror i Frenave Brake</p>	cope
11	<b>Karrel</b>	<p>Karrele prej materiale celik stainless (jo i ndryshkshem), me doreze per shtyrje, me 3 rafte dhe me rrota ne kater mbajteset. Dimensionet 70x50x80 cm, te suportoje peshe jo me te voges se 25 kg</p>	cope
12	<b>Barrele</b>	<p>Konstruksion metalik me tuba celiku të lyer me boje elektrostatische me dimensione 60x220x22cm. Të garantojë qëndrueshmëri në mbajtjen e peshes deri në 190 kg. doreza mbajttese në 4 cepat e saj</p>	cope

## Dokumentat Standarde të Tenderit

13	<b>Dollap me dy pjese</b>	<p>Konstruksioni i dollapit duhet të jetë me melamine me spesor jo me të vogël se 18 mm. Ngjyra do të përcaktohet në kushtet e lidhjes së kontratës.</p> <p>Pjesa e poshme deri në lartësi 85 cm me bango pune të laminuar me trashësi 4 cm në pjesën e sipërme dhe dimension 90x60xh85 cm me kapak dollapi dhe sirtariere si në figure.</p> <p>Pjesa e sipërme deri në lartësi 190 cm nga toka dhe gjerësi 25-30 cm me kapake me xham dhe dy ndarje që formojnë tre hapësira. Kapaket prej material MDF 18 mm të plastifikuar</p>	cope
14	<b>Stola pritje 3 vendsh</b>	Set Karrige Vizitorësh, të përbëra nga 3 karrige të lidhura bashkë, me material inoks/kromuar dhe me ndenjësë inoks/kromuar të lyera metalizato, me mbajtëse anësore.	cope
15	<b>Banak recepsioni</b>	<p>Reception me dy nivele, jo me të vogël se (250x70x 110cm) me lartësi të nivelit të dytë deri në 110 cm, me gjerësi jo me të vogël se 25 cm, i cili do të jetë në anën e vizitorit . Mobilja duhet të jetë e hapur nga ana e operatorit për pozicionim e këmbëve.</p> <p>Materiali do të jetë laminant me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar. Syprina e dytë duhet të jetë me material laminat me bordurë të plastifikuar.</p> <p>Në brendësi, recepsioni do të ketë komodina me nga 3 sirtarë, me përmasa jo më të vogla se (45x45xh65 cm) me material laminat me trashësi jo me të vogël se 2.5 cm me bordurë të plastifikuar, me 4 rrota.</p>	cope
16	<b>Dollap farmacie</b>	<p>Konstruksioni i dollapit duhet të jetë prej material melamine me spesor jo më të vogël se 18 mm me ngjyre të përcaktuar në kushtet e lidhjes së kontratës, me dy kapakë me xham nga lartësia 85 cm e sipër si dhe me dy kapakë dollapi në pjesën e poshtme.</p> <p>Pjesa e sipërme të ndahet në 4 hapësira nëpërmjet 3 sergjeneve, kurse pjesa e poshtme të ndahet në dy hapësira horizontale nëpërmjet 1 sergjeni. Sergjenet të jenë me melamine jo më të vogël se 18 mm. Dimensionet 80x45xh190 cm</p>	cope
17	<b>Kosha për mbetje urbane</b>	Kosh inoksi me volum mbi 8 L	cope
18	<b>Perde</b>	Perde-Roler me mekanizëm në anë, për uljen dhe ngritjen e saj, për dritare. Copa të jetë me material cilësor jo transparent dhe antibakterial.	metra
19	<b>Stativa serumi</b>	Stativa serumi me strukturë inoksi, me lartësi maksimale rreth 2m, të rregjistrueshme/të rregullueshme, me bazament plastikë të zezë me 5 këmbë me rrota, dhe me 4 grepa për varjen e mbajtëses së serumit.	cope

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Afati i garancise: 1 (nje ) vit për pajisjet e mobilimit,

2 (dy) vjet për pajisjet mjekesore.

**Në momentin e dorëzimit të pajisjeve, Kontraktori duhet t'a shoqërojë mallin me dokumentacionin përkatës që vërteton plotësimin e standardeve dhe specifikimeve teknike të kërkuara. Pajisjet duhet të jenë të shoqëruara me manualët e përdorimit dhe manualët e servisit/shërbimit.**

**Shtojca11**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

Mall: Kuadër		Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>		
<b>02</b>		
<b>03</b>		
<b>...</b>		

**Shtojca 12**

( Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

**SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**

**Sasia e mallit që kërkohet:**

<b>LOT 1 Pajisje te ndryshme mjekesore</b>		
N r.	Emertimi	Sasia
1	Aspirator Kirurgjikal	4
2	Defibrilator me monitor	2
3	Monitor pacienti	4
4	Monitor me kapnografi	3
5	Aparat anestezie	3
6	Modul sedatimi	2
7	Laringoskop adult	2
8	Laringoskop pediatrik	1
9	Respirator	2
10	Krevat kirurgjikal per salle operatore	3
11	Nebulizator	3
12	Shiringe lavazhi set metalik	2
13	Otoskop profesional me ekran	1
14	Lupe binokulare	1
15	Sharre kirurgjikale Ortopedike	1
16	Set Aparat AMBU	2
17	Shiringe elektrike	4
18	Elektrobisturi	3
19	Llampe operatore	3
20	Llampe ultraviolet	3

## Dokumentat Standarde të Tenderit

2		
1	Peshore dixhitale neonati	1
2		
2	Peshore pacienti	1
2		
3	Aspirator per neonate	3
2		
4	Kardiotokograf	3
2		
5	Ambu per neonate	4
2		
6	Aparature Cpap per neonate me lageshtues	1
2		
7	Sistem mjekesor per salla	3
2		
8	Dyshek fototerapie	1
2		
9	Llambe ngrohese me njesi reanimimi	1
3		
0	Mates transkutan per biliribinen	1
3		
1	Pajisje fototerapie	1
3		
2	Pajisje CR	1

<b>LOT 2 Pajisje mjekesore ekografike dhe endoskopike</b>		
Nr.	Emertimi	Sasia
1	Video Gastro-Kolonoskop	2
2	Eko e Pergjithshme	4

<b>LOT 3 Pajisje radiologjike</b>		
Nr.	Emertimi	Sasia
1	Mamografi	1
2	Aparat grafi dixhitale	1

<b>LOT 4 Pajisje hotelerie spitalore</b>			
Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Shtrat pacienti	cope	36
2	Dollap pacienti	cope	21
3	Komodine pacienti	cope	32
4	Shtrat reanimacioni	cope	3
5	Shtrat vizite	cope	10
6	Shtrat Lindje	cope	2
7	Shtrat Ekzaminimi Gjinekologjik	cope	2
8	Tavolina pune me komodine	cope	6

## Dokumentat Standarde të Tenderit

9	Karrige te thjeshta	cope	50
10	Karrige levizese per urgjencen	cope	3
11	Karrel	cope	4
12	Barrele	cope	2
13	Dollap me dy pjese	cope	2
14	Stola pritje tre vendeshe	cope	10
15	Banak recepsioni	cope	1
16	Dollap farmacie	cope	2
17	Kosha per mbetje urbane	cope	26
18	Perde	metra	119.45
19	Stativa serumi	cope	19

### **Afatet e lëvrim:**

Brenda 90 diteve nga data e lidhjes se kontrates.

### **Shpërndarja:**

#### **LOT 1 Pajisje te ndryshme mjekesore - Spitali Kukës**

#### **LOT 2 Pajisje mjekesore ekografike dhe endoskopike**

Art 1 Video Gastro-Kolonoskop - Spitali Kukës, Spitali Shkoder

Art 2 Eko e Pergjithshme - Spitali Kukës, Spitali Berat, Spitali Permet, Spitali Mallakaster

#### **LOT 3 Pajisje radiologjike**

Art 1 Mamografi – Spitali Fier

Art 2 Aparat grafi dixhitale – Spitali Lezhe

#### **LOT 4 Pajisje hotelerie spitalore - Spitali Kukës**



**Shtojca 13**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

**NJOFTIM STANDARD PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>1</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar, Z/Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi sic parashikohet në Kreun VII të LPP.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt

< **Emri** >

#### Shtojca 14

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* \_\_\_\_\_  
*numri i NIPT-it*

Dokumentat Standarde të Tenderit

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

\_\_\_\_\_

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_] është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 "Për prokurimin publik", i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

\* \* \*

## Dokumentat Standarde të Tenderit

[ Titullari i autoritetit kontraktor]

### Shtojca 15

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

## **FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit: \_\_\_\_\_

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomike më e favorshme çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. _____                        | _____                  |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 2. _____                        | _____                  |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

- |          |       |
|----------|-------|
| 1. _____ | _____ |
|----------|-------|

Dokumentat Standarde të Tenderit

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë se janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Emri i plotë i shoqërisë*

*numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/Vlera \_\_\_\_\_ / Pikët totale të marra \_\_\_\_\_  
(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqiteni pranë [emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit], brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi për të lidhur draft marrëveshjen.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

**[Titullari i autoritetit kontraktor]**

## Shtojca 16

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME Mallrat – Tender i Hapur**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për blerjen e Mallrave të prokuruar me anë të procedurës me negociim.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe Kontraktuesit që përbëhet nga Dokumentat e Tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha shtojcat dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.
- 2.2 “çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.3 “Incoterms” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë detyrimet përkatëse, kostot, dhe risqet e lidhura me transferimin e Mallrave nga shitësi tek blerësi.
- 2.4 “Lëvrimi” do të thotë të gjitha aktivitetet dhe veprimet që mundësojnë marrjen e Mallrave në vendin e shpërndarjes siç specifikohet në kontratë si paketimi, transportimi, sigurimi,

## Dokumentat Standarde të Tenderit

tarifat, procedura doganore, ngarkimi dhe shkarkimi, instalimi, mbledhja, bashkimi, kontrollimi i veprimeve dhe mbikëqyrja e gjithë kësaj veprimtarie.

- 2.5 “Autoriteti Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen Mallrat. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.6 “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon Mallrat.
- 2.7 “Palë (t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.8 “Mallrat” do të thotë materialet e papërpunuara, produktet, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë, të lëngshme ose të gaztë.
- 2.9 “Shërbimet e lidhura me to” do të thotë shërbimet ndihmëse ose të paparashikuara të furnizimit të Mallrave, si transportimi, instalimi, mirëmbajtja, trajnimi, shërbimet mbështetëse ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e Mallrave.
- 2.10 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Mallrat dhe Shërbimet e lidhura me to që Kontraktuesi do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.11 “Standarde Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një organ i posaçëm standardizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarde të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të parashikuar në Dokumentat e Tenderit.
- 3.2 Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke trupëzuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikant e Korrupsionit, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t'i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime korruptive. Veprimet korruptive përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktuesi nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ndonjë ent tjetër që ka marrë pjesë në përgatitjen e Dokumentave të Tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktuesi duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t'i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.



### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktuesi mund t'i japë nënkontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar për nënkontraktuesin të kryejë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, Kontraktuesi duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që parashikon ruajtjen e konfidencialitetit siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Pronësia Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës do t'i përkasin Autoritetin Kontraktor i cili mund t'i përdorë ato sipas gjykimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi, pas përfundimit të kontratës, duhet t'i parashtrijë Autoriteti Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramet, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës. Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, por nuk duhet t'i përdorë për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.
- 6.3 Kontraktuesi duhet të shkarkojë Autoritetin Kontraktor nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronësisë intelektuale që mund të dalin nga prodhimi ose shpërndarja e Mallrave sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronësisë intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i Mallrave të furnizuara sipas kontratës, Kontraktuesi duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të Kontraktuesit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

### **Neni 7: Origjina e Mallrave**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së mallrave, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktuesi mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e mallrave.
- 7.3 Për qëllime verifikimi, "origjinë" do të thotë vendi ku mallrat janë nxjerrë, ose prodhuar. Mallrat janë prodhuar kur, nëpërmjet përpunimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.

- 7.4 Origjina e mallrave ka dallim nga kombësia e Kontraktuesit ose nenkontraktuesit që siguron mallrat.

**Neni 8: Qëllimi i Furnizimit dhe Përshtatshmëria e Mallrave me Specifikimet**

- 8.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat në përputhje me cilësinë, sasinë dhe llojin e specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 8.2 Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën, nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin e posaçëm të parashikuar në kontratë. Kur nuk është e mundur të përcaktohet një gjë e tillë, thuhet se Mallrat nuk janë në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë të përshtatshme për përdorimin për të cilin shërbejnë zakonisht sendet e tjera të të njëjtit lloj.
- 8.3 Nëse shitja është bërë në bazë të një modeli ose kampioni, shitësi (Kontraktuesi) duhet të dorëzojë sendet që kanë të njëjtat cilësi si të modelit ose kampionit.

**Neni 9: Përputhshmëria e Mallrave me Standardet Teknike**

- 9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë konform kodeve dhe Standardeve Teknike të parashikuara në specifikimet teknike. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në kodet përkatëse ose në Standardet Teknike, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pas aprovimit nga Autoriteti Kontraktor.
- 9.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë dispozite tjetër e kontratës, kur nuk është përcaktuar asnjë Standard Teknik përkatës në specifikimet teknike, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike ndërkombëtare. Nëse nuk ekzistojnë Standarde Teknike ndërkombëtare, Mallrat duhet të jenë konform Standardeve Teknike përkatëse Shqiptare.
- 9.3 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për gabime në skicim, të dhëna, vizatim ose çdo aspekt tjetër të specifikimeve teknike të dhëna nga Autoriteti Kontraktor me përjashtim të rastit kur gabimi ishte aq i dukshëm sa Kontraktuesi duhet ta kishte parë dhe këshilluar Autoritetin Kontraktor për të.
- 9.4 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mban përgjegjësi për defekte të Mallrave për të cilat Autoriteti Kontraktor ishte në dijeni në momentin e lidhjes së kontratës ose nuk ishte në dijeni për faj të tij, me përjashtim të rastit kur defektet kanë të bëjnë me cilësinë e Mallrave të specifikuar sipas kontratës ose përfaqësimin e reklamës se shitesit (Kontraktuesit).

**Neni 10: Pjesët e Këmbimit**

- 10.1 Nëse është e parashikuar në kontratë, Kontraktuesi duhet të përfshijë me Mallrat e lëvruara një sasi pjesësh këmbimi, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dispozitë përkatëse të kontratës.
- 10.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, pjesët e këmbimit do të dorëzohen bashkë me Mallrat.

- 10.3 Kontraktuesi duhet të garantojë disponueshmërinë e pjesëve të këmbimit për një periudhë të specifikuar në ofertën e tij dhe të barabartë me jetëgjatësinë e përdorimit të Mallrave.
- 10.4 Në rast të një vendimi të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një kohe të arsyeshme/mjaftueshme për t'i lënë mundësi atij që të prokurojë sasi të mjaftueshme për përdorim të mëvonshëm.
- 10.5 Pas ndërprerjes së prodhimit të pjesëve të këmbimit, Kontraktuesi duhet t'i japë pa pagesë Autoritetit Kontraktor, nëse ai e kërkon, çdo prodhim, vegël, skicim të pjesëve të këmbimit të përdorura në prodhimin dhe mirëmbajtjen e Mallrave.

#### **Neni 11: Ambalazhimi**

- 11.1 Kontraktuesi duhet të dorëzojë Mallrat të vendosura dhe të ambalazuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.
- 11.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet nga ndonjë nen tjetër i kontratës, mund të thuhet se Mallrat nuk janë vendosur dhe pakeluar në përputhje me kontratën nëse ato nuk janë vendosur dhe pakeluar në të njëjtën mënyrë që bëhet zakonisht për gjërat e të njëjtit lloj ose, nëse mënyra e zakonshme nuk është e disponueshme, në një mënyrë që është e përshtatshme për ruajtjen dhe mbrojtjen e Mallrave.

#### **Neni 12: Testimet dhe Inspektimet**

- 12.1 Kontraktuesi duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga Kontraktuesi brenda kushteve të çmimit të kontratës
- 12.2 Me shpenzimet e tij, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet.
- 12.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë Kontraktuesit të bëjë teste ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Mallrat janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testeve. Më tej, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Autoriteti Kontraktor do të pranojë të ndryshojë grafikun e lëvrimin.
- 12.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo Mall që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 12.5 Ekzekutimi i testeve, apo inspektimi i Mallrave nuk e shkarkojnë Kontraktuesin nga garancitë apo detyrimet e tjera sipas kontratës.

#### **Neni 13: Kushtet e Dorëzimit**

- 13.1 Kontraktuesi është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet dhe veprimet e dorëzimit

## Dokumentat Standarde të Tenderit

përveçse kur Kontraktuesi përjashtohet në mënyrë specifike nga një aktivitet ose veprim i tillë nga ndonjë dispozitë e kontratës. Nëse një Incoterm përdoret për të përshkruar detyrimet e palëve, termi do të ketë kuptimin që i ka dhënë botimi i fundit i *Incotermave* botuar nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

- 13.2 Vendi i dorëzimit të Mallrave do të jetë sipas specifikimit të kontratës.
- 13.3 Koha e dorëzimit të Mallrave dhe data e përfundimit të Shërbimeve të lidhura me to do të jetë sipas specifikimit në kontratë.
- 13.4 Dorëzimi i Mallrave duhet të bëhet gjatë orarit të punës me përjashtim të rastit kur kjo kërkesë bie ndesh me ndonjë dispozitë të kontratës.
- 13.5 Kontraktuesi është i detyruar të njoftojë Autoritetin Kontraktor brenda një periudhe kohore të arsyeshme për dorëzimin e Mallrave përpara arritjes së tyre.

### **Neni 14 Transportimi i Mallrave**

- 14.1 Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë ngarkimin dhe transportimin e Mallrave siç kërkohet, me qëllim që të plotësojë afatet dhe kushtet e dorëzimit të specifikuar në kontratë.
- 14.2 Në Autoritetin Kontraktor është i detyruar të marrë Mallrat nga ndonjë mjet transporti apo agjenci transporti, Kontraktuesi duhet të japë lajmërim paraprak të arsyeshëm për transportin dhe t'i dorëzojë Autoritetin Kontraktor të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave.
- 14.3 Nëse shitësi, [Kontraktuesi] është i detyruar t'i dorëzojë mallrat në mjetin e transportit në një vend të specifikuar në kontratë, risku i humbjes kalon tek Autoritetin Kontraktor vetëm kur mallrat i dorëzohen mjetit të transportit në vendin e specifikuar. Fakti se shitësi [Kontraktuesi] është i autorizuar të mbajë dokumentat përfaqësuese të mallrave nuk influencon në kalimin e rrishtit.

### **Neni 15: Siguracioni**

- 15.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, Kontraktuesi duhet të sigurojë që Mallrat që do të dorëzohen sipas kontratës janë plotësisht të siguruar ndaj humbjes ose dëmtimit gjatë transportit, magazinimit ose dorëzimit të tyre.

### **Neni 16: Verifikimi dhe Pranimi i Mallrave**

- 16.1 Përpara pranimit, Autoritetin Kontraktor ka të drejtë të verifikojë, inspektojë dhe testojë Mallrat. Këto veprime duhet të kryhen menjëherë pas dorëzimit të Mallrave. Kontraktuesi ka të drejtë të marrë pjesë në këtë proces dhe të shqyrtojë raportet përkatëse të prërgatitura nga Autoritetin Kontraktor ose agjentët e tij.
- 16.2 Autoritetin Kontraktor pranon ose refuzon Mallrat menjëherë pas dorëzimit duke njoftuar me shkrim Kontraktuesin në lidhje me vendimin e tij për të pranuar ose refuzuar Mallrat.

### **Neni 17: Garancitë**

- 17.1 Kontraktuesi garanton se Mallrat janë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se ato trupëzojnë përmirësimet e fundit në skicim dhe materiale, me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 17.2 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për çdo defekt ose mospërputhje që ekziston në momentin kur risku kalon tek Autoriteti Kontraktor, edhe kur defekti shfaqet pas këtij momenti.
- 17.3 Shitësi (Kontraktuesi) mban përgjegjësi për mospërputhjen që verifikohet pas momentit të treguar në paragrafin e mësipërm dhe që vjen nga mospërmbushja e ndonjë detyrimi, duke përfshirë garancinë që Mallrat duhet të jenë të përshtatshme për përdorimin e tyre të zakonshëm dhe specifik për një periudhë të caktuar kohe, ose se ato do të ruajnë cilësitë dhe karakteristikat e caktuara.
- 17.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë ose në ligj, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën e tij për të kundërshtuar lidhur me të metat e sendit nëse ai nuk i denoncon ato të shitësi (Kontraktuesi), duke specifikuar natyrën e tyre, brenda dhjetë ditëve nga zbulimi i tyre.
- 17.5 Autoriteti Kontraktor s i mundëson Kontraktuesit të gjitha mjetet e nevojshme për të inspektuar këto defekte.
- 17.6 Pas marrjes së këtij njoftimi, Kontraktuesi duhet të riparojë menjëherë ose të zëvendësojë Mallrat defektoze ose pjesët e tyre pa pagesë shtesë për Autoritetin Kontraktor.
- 17.7 Nëse pas marrjes së njoftimit, Kontraktuesi dështon në rregullimin e defektit brenda një periudhe të arsyeshme, Autoriteti Kontraktor mund të ndërmarrë veprime për rregullimin e nevojshëm, me shpenzimet e Kontraktuesit.
- 17.8 Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor humbet të drejtën për të kundërshtuar për të metat e sendit nëse ai nuk e ushtron të drejtën e tij brenda dy vjetësh nga data kur sendet i janë dorëzuar atij, po qe se ky afat nuk bie në kundërshtim me kohëzgjatjen e garancisë kontraktore.
- 17.9 Shitësi (Kontraktuesi) nuk mund të shfrytëzojë rregullat e parashikuara ketu nëse defektet kanë të bëjnë me fakte të njohura prej tij ose që nuk mund të ishin të panjohura për të dhe që nuk i janë vënë në dukje Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 18: Çmimi i Kontratës**

- 18.1 Çmimi i kontratës është çmimi i dhënë në ofertën e Kontraktuesit dhe i pranuar nga Autoriteti Kontraktor.
- 18.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, çmimi i kontratës përfshin kostot dhe tarifat, duke përfshirë taksat dhe tarifat doganore të lidhura me dorëzimin e Mallrave, pagesa për transportin, sigurimin, instalimin, testimet, ngarkimin, shkarkimin,

udhëzimet, manualët dhe dokumentat në gjuhën e specifikuar dhe të nevojshme për përdorim të rrëgullt, mirëmbajtje dhe riparime të Mallrave. Vlera e taksave dhe tarifave duhet të përcaktohet sipas legjislacionit përkatës, në fuqi 28 ditë para hapjes së ofertave.

#### **Neni 19: Afatet e Pagesës**

- 19.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.
- 19.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqipërisë i fiksuar në ditën e dërgimit për botim të njoftimit të kontratës.
- 19.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Mallrat e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.
- 19.4 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa për Mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar Mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.
- 19.5 Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

#### **Neni 20: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

#### **Neni 21: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

- 21.1 Nëse pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës.

#### **Neni 22: Forca Madhore**

- 22.1 Kontraktuesi nuk mban përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuiduara ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e detyrimeve të tij sipas kontratës vijnë si rezultat i verifikimit të rasteve të Forcës Madhore.
- 22.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të

Kontraktuesit mbi fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme nga ana e tij. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk janë të limituara nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor goftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.

- 22.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep direktiva të ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

### **Neni 23: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**

- 23.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 23.2 Me përjashtim të rasteve kur Autoriteti Kontraktor është dakord për zgjatje të afatit të kontratës, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të likuidojë dëmet për vonesën në zbatim nëse Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së zbatimit të specifikuar në kontratë.
- 23.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuiduara që duhet paguar nga shumata e pagesës ndaj Kontraktuesit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë Kontraktuesin me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 23.4 Autoriteti Kontraktor pranon zgjatjen e afatit në rastin e Forcës Madhore.
- 23.5 Autoriteti Kontraktor mund pranojë zgjatjen e afatit edhe në rrethana të tjera nëse është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë me përpikmëri Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkaku dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakord me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi.

### **Neni 24: Likuidimi i Dëmeve për Dorëzimin e Vonuar**

- 24.1 Dëmet e likuiduara për dorëzimin e vonuar do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore::
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

**Neni 25: Negociatat dhe Amendamentet**

- 25.1 Palët nuk mund të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës që do të sillnin ndryshime thelbësore në kushtet bazë për përzgjedhjen e Kontraktuesit.
- 25.2 Asnjë amendament ose ndryshim tjetër i kontratës nuk është i vlefshëm nëse ai nuk bëhet me shkrim apo nuk ka një datë të përcaktuar, si edhe nëse ai nuk i referohet shprehimisht kontratës apo nuk nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 25.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

**Neni 26: Ndryshimi i Porosisë**

- 26.1 Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të porosisë Mallra ose Shërbime shtesë deri në një masë që nuk i kalon 20% të çmimit total të kontratës. Çdo porosi shtesë duhet të bëhet në mënyrë konsistente me rregullat dhe procedurat e parashikuara në Ligjin mbi Prokurimin Publik.

**Neni 27: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 27.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 27.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japë Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime korruptive ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.

**Neni 28: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 28.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Kontraktuesi falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 28.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

**Neni 29: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 29.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 29.2 Autoriteti Kontraktor duhet të njoftojë me shkrim Kontraktuesin për ndërprerjen..



29.3 Autoriteti kontraktor duhet të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Mallrat e pranuar dhe Shërbimet e lidhura me to të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë Kontraktuesit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Mallrave dhe Shërbimeve të lidhura me to. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, Kontraktuesit do t'i kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

### **Neni 30: Nënkontraktimi**

30.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrëveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.

30.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor dhe jo më shumë se 40% të vlerës së kontratës. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacionin që provon aftësinë e nën kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.

30.3 Çdo nënkontraktor ka të drejtë të marrë pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për mallrat që do të furnizojë.

30.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nënkontraktorit.

### **Neni 31: Transferimi i të Drejtave**

31.1 Kontraktuesi nuk mund të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak i Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 32: Sigurimi i Kontratës**

32.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet t'i dorëzojë Autoritetit Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

32.2 Shuma e sigurimit të kontratës duhet t'i paguhet Autoritetit Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i Kontraktuesit në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

32.3 Garancia e sigurimit të kontratës do t'i kthehet Kontraktuesit jo më vonë se 30 ditë pas datës së pranimit të Mallrave. Megjithatë, pesë (5) përqind e depozitës do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të kontratës.

### **Neni 33: Baza Ligjore**

33.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 34: Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve**

- 34.1 Autoriteti Kontraktor dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrëveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrëveshje me negociata direkte.
- 34.2 Në se palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ose konfliktit, problemet do të konsiderohen me anë të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 35: Përfaqësimi i Palëve**

- 35.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose post organizativ, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me ekzekutimin e kontratës.
- 35.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.
- 35.3 Palët mund të emërojnë persona ose njësi organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta, rast në të cilin njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 36: Lajmërimet**

- 36.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.
- 36.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 37: Llogaritja e Afateve**

- 37.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike.

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### **KUSHTET E VEÇANTA Mallrat – Procedurë e Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës hartohen në përputhje me objektin konkret të kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtet e veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktuesi është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i Kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjehere Kontraktuesit sipas formularit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Fillimi i Zbatimit**

- 3.1 Zbatimi i kontratës duhet të fillojë më \_\_\_\_\_. Nëse data nuk është e përcaktuar, zbatimi do të fillojë në datën që Kontraktuesi nënshkruan formularin e kontratës.

#### **Neni 4: Inspektimet dhe Testimet**

- 4.1 Inspektimet dhe testimet para pranimit të Mallrave do të bëhen: \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### **Neni 5: Kushtet e Dorëzimit**

- 5.1 Data (t) dhe vendi (et) i dorëzimit të Mallrave do të bëhet sipas Grafikut të Lëvrimit të parashikuar në këtë kontratë.
- 5.2 Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor \_\_\_\_\_ ditë para çdo dorëzimi të Mallrave.

5.3 Lajmërimi i dorëzimit duhet të bëhet me shkrim, faks, postë, e-mail etj, tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.4 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, lajmërimi i dorëzimit duhet të përfshijë listën e dokumentave të nevojshme për marrjen e Mallrave dhe të tregojë se ku dhe kur do t'i jepen dokumentat Autoriteti Kontraktor.

5.5 Nëse Autoriteti Kontraktor i merr Mallrat nga një palë e tretë, Kontraktuesi duhet të dorëzojë të gjitha dokumentat e nevojshme për marrjen e Mallrave tek: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Kushtet e Pagesës**

6.1 Pagesa e Mallrave duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data e pranimit të Mallrave ose nga data e marrjes së kërkesës me shkrim të pagesës, sado vonë që të vije. Nëse nuk është specifikuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

6.2 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse është lënë e paplotësuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

#### **Neni 7. Pagesa Paraprake**

7.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë paraprake.

7.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

7.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 8. Shërbimet në Lidhje me to**

8.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 9. Zbritja e garancisë së kontratës**

9.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.

**Shtojca 18**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË  
NËNSHKRUAR**

Seksioni 1 **Autoriteti Kontraktor**

**1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

Institucion Qëndror

Institucion i Pavarur

Njesi e Qeverisjes Vendore

Tjetër

Seksioni 2. **Objekti i Kontratës**

**2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**2.2 Lloji i “Kontratave Publike për Mallra”**

Blerje    Qira    Leasing    Blerje me këste    Një kombinim i tyre

**2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Po

Jo

**Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër**

**Me 1 Operator Ekonomik**

**Me disa operatorë ekonomikë**

**Të gjitha kushtet janë të përcaktuara** Po Jo

**2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës**

- 1 Fondi limit \_\_\_\_\_
2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_
3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

**2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:**

Kohëzgjatja në muaj ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

**2.6 Ndarja në LOTE:**

Po

Jo

*Nëse Po*, numri i LOTEVE:

**2.7 Opsionet:**

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga në

**2.8 Kontrate me nenkontraktim:**

Po

Jo

**Seksioni 3. Procedura**

**3.1 Lloji i procedurës: E Hapur**

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi pikë  
etj. pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

Numri i ofertave të rregullta:

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po

Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po

Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës: \_\_\_\_\_ Data e Kontratës //**

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):**

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit : \_\_\_\_\_**

Vlera \_\_\_\_\_ (pa TVSH) Monedha \_\_\_\_\_  
Vlera \_\_\_\_\_ (me TVSH) Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi //



**Shtojca 18/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

**1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**2. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër** \_\_\_\_\_

**4.Numri i referencës së procedurës/lotit** \_\_\_\_\_

**5. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**6. Vlera totale përfundimtare e kontratës** *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera \_\_\_\_\_ *(me TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ *me Tvsh* Monedha \_\_\_\_\_

**7. Data e lidhjes së kontratës** \_\_\_\_\_

**7. Emri dhe adresa e kontraktorit /nenkontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_

## Shtojca 19

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit: [lloji i procedurës ]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [ objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

**Shtojca 20**

**FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR**

*Ankesë drejtuar:      Autoriteti Kontraktor*

**Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqëror).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi  
Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe  
prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe  
prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e  
zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e  
zonës)

## **Seksioni II. Informacion për Procedurën**

### **1. Numër Identifikimi**

*Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë llojin e procedurës së përdorur për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulencë (SHK), Konkurs Projektimi (KP).*

### **2. Autoriteti Kontraktor**

*Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.*

### **3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit**

*Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)*

### **4. Objekti i Kontratës**

*Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.*

### **5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës**

*Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.*

*Data (viti/muaji/dita)*

### **6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese**

*Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet*

## **Seksioni III. Përshkrimi i ankesës**

### **1. Baza Ligjore e Ankesës**

*(shkruani shkëlqen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)*

### **2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve**

## Dokumentat Standarde të Tenderit

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet përkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë. Bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj**. Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e ankuesit**

**Shtojca 21**

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
( KU TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marrëveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet  
Kontraktore që do të përdorin marrëveshjen kuadër]

Nr \_\_

**DATA:**

Kjo kontratë lidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të furnizojë mallrat, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontratë
- Formularin e Deklarimit të Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularin e çmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/sherbimeve/puneve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertë tek operatorët ekonomikë, palë në marrëveshje. P.sh. kurdoherë që Autoriteti Kontraktor i përfshirë në këtë marrëveshje, do të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate, duhet që të dërgojë “ftesën për ofertë” tek kontraktuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe NUK e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parashikuara.

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor

## Dokumentat Standarde të Tenderit

vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

### Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra /shërbime janë treguar në Formularin e Cmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njërive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

### Nënshkrimet dhe Datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
**( KU JO TË GJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)**  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

**Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nënshkruajnë këtë Marrëveshje kuadër për objektin :** < vendosni titullin > me numrin identifikues : <*vendosni Numrin e Prokurimit*>

**Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marreveshje kuadër është të vendosë rregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkursit vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete, por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët e marrëveshjes kuadër.

**Neni 2 Detyrimet e Palëve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdo që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

**Neni 4 Procesi i mini-konkurrencës**

4.1 Procesi i mini- konkursit do të kryhet me të gjithë operatorët ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherë që paraqitet nevoja për punë /mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapë konkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të



## Dokumentat Standarde të Tenderit

kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherë që paraqitet nevoja për punë/mall /shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë Ftesat për Oferte dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomike, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në Ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

Për Kontraktuesin		Për Autoritetin Kontraktues	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

#### Shtojca 23

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

#### FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT

##### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_

Dokumentat Standarde të Tenderit

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

a) ;

b) ;

c) ;

ç) ;

d) ;

dh) ;

**Etj.** \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi.