



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E SHËNDETËSISË
OPERATORI I SHËRBIMEVE TË KUJDESIT SHËNDETËSOR
DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL LEZHË

Nr. ___ Prot.

Date 11.03.2021

Njoftimi i kontratës për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Lezhe
Adresa Lagja : Varosh
Tel/Fax 021523421
E-mail spitalilezhe@shendetesia.gov.al
Adresa e Internetit srlezhe.gov.al

Emri dhe adresa e personit përgjegjës:

Emri Ardiana Barbullushi
Adresa Lezhë
Tel/Fax 0693953050
E-mail ardianabarbullushi@yahoo.com

2. Lloji i procedurës së prokurimit: E HAPUR

3. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-89721-03-11-2021

4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Blerje materiale ortopedike - Marrëveshje Kuadër me nje operatorë ekonomik - ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 2 vjeçar (24 muaj) ”.

5. Fondi limit : 18.000.000,00 (tetmbedhete milion) lekë pa TVSH.

Duke qene se objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj: **shumatorja e çmimeve për njësi është: 538,100 (peseqind e tridhjetete e tete mije e njeqind) lekë pa TVSH.**

GRUPI	ARTIKULLI	SPECIFIKIME TEKNIKE	Njesia	Cmimi	Sasi e planifikuar per 24 Muaj	Fondi limit 24 muaj (vlera e pritshme e kontratave) Leke pa TVSH
-------	-----------	---------------------	--------	-------	--------------------------------	--

1	Komponenti Femoral pa cement	Stemi femoral duhet te jete me dy lloje offset: standart dhe i lateralizuar;Seria te kete 10 permasa per stemin standart dhe 10 permasa per stemin e lateralizuar me nje gjatesi 132mm deri ne 160mm me nje devijacion maksimal +/- 10% ;komponenti femoral te kete perberje Titanium alloy,te kete te aplikuar plasma spray porous-coating ose ekuivalent I cili realizon funksionin per produktin e kerkuar e cila siguron fiksimin afatgjate te komponentit me kocken,;Konusi i qafes duhet te jete 12/14 dhe stemi te kete nje kend cerviko-diafizar 132 ose133 grade me deviacion +/-5% ; Stemi duhet te jete pa kollare dhe ne majen e tij duhet te kete nje vrimen te filetuar per te lejuar sigurin ne implantimin e tij dhe gjithashtu per ekstraktimin ne rast revizionimi,ose teknologji ekuivalente e cila realizon funksionin per produktin e kerkuar .	Cope	132,850	45	5,978,250
2	Komponenti Femoral me cement	Stemi femoral me cement duhet te jete me dy offsete: standart dhe i lateralizuar,te kete perberje Co-Cr ose ekuivalent I cili realizon funksionin per produktin e kerkuar . Konusi i qafes te jete 12/14 dhe kendi cerviko diafizar te jete 132 ose133 grade me deviacion +/-5% . Stemi femoral duhet te kete 6 permasa me nje gjatesi 135mm deri ne 160mm me nje devijacion maksimal +/- 10% . Ne majen e tij te kete nje vrimen te filetuar ose teknologji ekuivalente e cila realizon funksionin per produktin e kerkuar .	Cope	101,500	10	1,015,000
3	Komponenti acetabular pa cement	Shelli te kete perberje titanium alloy dhe te kete te pakten 13 permasa qe fillojne nga 40mm deri ne 64mm.Te kete te aplikuar teknologjine porous-coating ose ekuivalent I cili realizon funksionin per produktin e kerkuar e cila siguron fiksimin afatgjate te komponentit me kocken.Te kete te pakten tre vrima periferike dhe nje qendrore ne pjesen e brendshme te cilat sherbejne per fiksimin e komponentit me kocken ne saje te vidave ku rrisin stabilitetin primar. Polietileni perkates i komponentit acetabular duhet te jete tre llojesh: standart , antiluxim 10-20 grade dhe me bregore(me buze,me kapuc ose me vesh). Diametri i tij i jashtem duhet ti pershtatet diametrit te brendshem te shellit kurse diametri i brendshem i polietilenit duhet te jete 22mm ose 28mm ose 32mm sipas madhesis se shellit. Komponenti acetabular duhet te shoqerohet me vida perkatese qe fillojne nga 15-50 mm me deviacion +/-10%	Cope	138,500	45	6,232,500
4	Komponenti acetabular me cement	Te jete ne variantet normal dhe antiluksim me permasa qe levizin nga 42mm deri ne 62mm per variantin normal dhe 43mm deri ne 61mm per variantin me antiluksim dhe diametri I brendshem I tij ti korrespondoje kokes femorale.Perberja e materialit te jete Polyethylene.	Cope	41,750	1	41,750

5	Kokat Femorale	Kokat Femorale te jene me perberje CoCr ose cdo material tjetër ekuivalent i cili realizon funksionin për produktin e kerkuar.Koni i brendshëm të jetë 12/14 . Diametri duhet të jetë 22mm ose 28mm ose 32mm.Diametri 22mm të ketë të pakten 3 permasa S,M,L ndërsa diametrat e tjere të kenë të pakten 5 permasa S, M, L, XL, XXL .	Cope	43,000	70	3,010,000
6	Koka Bipolare	Perberja e sipërfaqes së kokës bipolare të ketë perberje co-cr ose cdo material tjetër ekuivalent I cili realizon funksionin për produktin e kerkuar.Seria të fillojë nga numri 41mm dhe të vazhdojë deri në numrin 61mm me deviacion +/- 10%..	Cope	109,750	10	1,097,500
7	Cementi Kockorë	Cementi për kockën duhet të jetë në paketime nga 40g dhe të ketë në perberje të tij një antibiotik të tipit gentamicine ose refobacin ose ekuivalent që produkti të kryejë funksionin e tij. Afati i skadencës të kalojë 1 (një) vite.Cementi për kockën duhet të jetë i të njëjtes kompani me perberësit e tjere të protezes.	Cope	12,500	50	625,000
			Cmim Njesi Total	579,850	Vlera Totale 24 muaj	18,000,000

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: Kontratat mund të lidhen nga AK brenda afatit 24 muaj nga data e neshkrimit të MK ..

7. Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/04/2021 (dd/mm/vvvv) , Ora: 09:00.

8. Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: Data: 12/04/2021, Ora: 09:00.

**TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR
Leon KAZA**