

Njoftimi i shkurtuar i Kontratës
(Për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në
Buletinin e Njoftimeve Publike)

1. Emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor

Emri **Poliklinika e Specialiteteve Paskuqan, Tirane**

Adresa Rruga "Demokracia" Paskuqan

Tel/Faks 067 20 41 772

E-mail ash_r_cani@hotmail.com

Ueb-faqe www.app.gov.al

2. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedure e Hapur e Theshtuar

3. Numri i referencës së procedurës: REF-04054-08-27-2021

4. Objekti i kontratës: Blerje Paisje Mjekesore per ORL dhe Pneumologjine.

Nr	Pershkrimi I artikullit	Njesia	Sasia
1	<p>Sistem video otofaringoskop</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistem me cilesi te larte pamje High resolution• Te kete deri ne 18.000 piksel per nje qartesi optimale te pamjes• Te mundesoje fokusim te pamjes• Te kete diameter te jashtem deri ne 4 mm• Te kete thellesi te pamjes 2 , 5 - 5 0 m m• Te kete drejtimin e shikimit 0 °• Te kete gjatesine e pjeses punuese 185 mm• Te jete e pajisur me fiber optike me diameter deri ne 4.8 mm dhe gjatesi 1.8 metra• Te jete e pajisur me burimin e drites LED me fuqi te larte• Minimumi 60.000 Ore perdorimi• Fuqia e drites 10.000Klux• Te jete ne gjendje te emertoje 2 lloj	cope	1

	<p>ndricimi te bardhe te forte dhe ndricim dite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete e pajisur me filtra jeshile dhe te verdhe • Te jete e pajisur me ventilator te dyfishte dhe me shpejtesi automatike • Te kete dalje per konektore Storz ose te tjere 		
2	<p>Spirometer spitalor me software</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPIROMETER PER PERDORIM PNEUMOLOGJIK DHE ALERGOLOGJIK • Me Display LCD minimum 5.5 inch me ngjyra dhe touch screen • Me Interface USB, Bluetooth me Frekuence: 2402-2480 MHz, me tolerance: 20 ppm • Kohezgjatja e baterise te pakten 1.5 ore pune • Me Flow/volume sensor Bi-directional turbine • Me sensor semiconductor Temperature (0-45°C) • Menyra e dedektimit me rreze infra te kuqe • Parametrat spirometrike • FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FEF75-85, Lung Age, Extrap. Volume, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FEV1/PEF, FEV1/FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT • Volumi maksimal I 	cope	1

	<p>matjes 10 L• Me Flow rate 0 ± 16 l/s; Volume 0 to 10 l• Me saktesi matje volumi\pm 3% or 50 mL• Me saktesi matje rrjedhje (BTPS): Flow 5% or 200 ml/s; Volume: 3% or 50ml; PEF: 10% or 300ml/s (ATS/ERS)• Me rezistence dinamike per <1.47 hPa (<1.5 cmH₂O) / (l/s) at 14 l/s• Me Memorje rregjistrimi te pakten 3,000 teste spirometrike me grafika• No. I manovrave per pacient 8 FVC, 8 VC, 8 MVV</p>		
3	<p>Drite mjeku per ORL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete e pajisur me mbajtese per vendosje ne koke me bateri. • Te kete ndricimin minimum 10.000 Lux. • Me Drite te bardhe LED te fokusueshme nga Diameter 40-200 mm. • Intensiteti I drites LED 6000°K, 140 lumen • Distanca e punes 400 mm/200 mm • Permasat e rrethit te drites max Ø: 200 mm/120 mm min Ø: 40 mm/30 mm. • Me bateri te Rikarikueshme minimum 90 min 	cope	1

4	<p>Aspirator Veshi • Te jete I pershtatshem per aspirimin gjate procedurave te ORL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete me fuqi te larte dhe me piston per nje funksion te qete • Te jete me pompe per nje rrjedhje ajri deri ne 45 litra /min • Te jete me rregullues vakumi : 0÷ -0.85 bar (0÷ -85 kPa) • Te jete e pajisur me shishe te autoklavueshme 1000 cc me valve mbrojtese • Te jete e pajisur me 99% Antibacterial hydrophobic filter • Te jete e pajisur me Setin e tubave te sterilizueshem 	cope	1
5	<p>Otoskop • Otoskop 3.5 V me drite Halogjen ose LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te jete I pajisur regjistues te zmadhimit te pamjes per vizualizim maksimal. • Te kete pamje te qarta me Kontrast te larte. • Te jete I lehte per comfort te mjekut. • Te jete I pajisur me fibra optike per qartesi te drites e te pamjes. • Te kete opsionin e berjes se testit pneumatic. • Te jete me bateri 3.5 V per nje autonomi me te madhe te mjekut. 	cope	1
6	<p>Lente egzaminuese 3 pasqyra • Te jete e pajisur me 3 pasqyrat per egzaminimin e fundusit dhe dhomes anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendet e pasqurave 60°/ 66 ° / 76° • Zmadhimi I pamjes . 1.06x • Zmadhimi I spotit te lazerit .94x • Diameter Kontakti 15 mm 	cope	1
7	<p>Kanjula Aspirimi veshi • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Rosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te kete permasat Ø 3 mm (16.1 cm) • Te jete e pajisur me adaptor tip luer dhe valvul per gishtin 	cope	9
8	<p>Kanjula Aspirimi hunde • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Rosen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te kete permasat Ø 4 mm (18 cm). 	cope	10

	<ul style="list-style-type: none"> • Te jete e pajisur me guiden metalike te brendshme 		
9	<p>Shiringa Lavazhi • Te jete prej metali/xhami me nje kapacitet min 100ml.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E pajisur me te pakten 2 kanjula . • Te kete pershkallezim 100 cc - 14 x Ø 4.7 cm • Te jete e pajisur me 2 canjula Konike dhe ovale 	cope	3
10	<p>Sistem Irigim aspirim veshi me sensor presioni • Sistem per larjen, irigim/aspirim te veshit • Te jete e montueshme direkt ne lavamanin e dedikuar • Te jete e pajisur me sensor te temperatures per te treguar nese arin 90Grade • Te jete e pajisur me rregullator fluksi per nje rrjedhje uniforme te ujit • Te kete rrjedhjen e ujit 7.5 l/min • Te kete presionin e ujit 40–100 Psi (275 kPa–690 kPa) • Te kete presionin e ujit prej veshit 10–13 Psi (69 kPa–90 kPa)</p>	cope	1
11	<p>Pasqyre Laringu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te kete diametrin ne diapazonin 10-24 mm. • Me doreze metalike te drejte min 13 cm 	cope	15
12	<p>Spekulum hunde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Killian/Hartmann • Te kete permasat 14/50 cm. 	cope	15
13	<p>Spekulum veshi • Material I sterilizueshem celik inoksidant model Hartmann • Te kete diametrat 4-6 mm.</p>	cope	15
14	<p>Spatula metalike • Spatul gjuhe celik inoksidant model Mayo- 17 cm</p>	cope	10
15	<p>Gershere Veshi • Te kete permasat 6-8 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te kete majen prerese minimum 4 mm 	cope	3
16	<p>Pinca Bajonete • Te jete model Lucae me permasat 14 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material I sterilizueshem celik 	cope	3

inoksidant		
------------	--	--

5. Fondi limit: 2,099,500 (dy milion e nentedhete e nente mije e peseqind leke) leke pa tvsh.

6.Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 5(pese) dite duke filluar nga nenshkrimi i kontrates

7. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave: 14.09.2021 Ora: 09:00

Drejtori
Hane HAKORJA