

Data 29 /08/2022

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PROCEDURËS: Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër;

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Shërbime Mirëmbajtje dhe Riparimi: 50000000-5;

Shërbime të ndryshme çër Riparim dhe Mirëmbajtje: 50800000-3

VLERA E FONDIT LIMIT:

- **312 443 222,60 (treqind e dymbëdhjetë milion e katërqind e dyzet e tre mijë e dyqind e njëzete e dy presje gjashte) Leke pa TVSH.**
- **Fondi limit/vlera e pritshme e kontratave për të gjitha lotet, i konvertuar ne euro sipas kursit zyrtar te Bankes se Shqiperise date (bazuar në kursin 117.17 euro, datë: 29.08.2022) pa TVSH për 24 muaj (730 ditë): 2,666,580.38 Euro pa TVSH,**

Numri i referencës së procedurës/Lotit (eve): REF-39816-08-25-2022, numri i referencës së Loteve:

| Nr. Loti | Emërtim loti | Referencë: |
|-----------------|--|-----------------------------|
| 1 | Loti 1 - Pajisje mjekësore prodhues Aeonmed ose ekuivalent | REF-39826-08-26-2022 |
| 2 | Loti 2 - Pajisje mjekësore prodhues Aesculap/ B-Broun ose ekuivalent | REF-39828-08-26-2022 |
| 3 | Loti 3 - Pajisje mjekësore prodhues Alcon ose ekuivalent | REF-39830-08-26-2022 |
| 4 | Loti 4 - Pajisje mjekësore prodhues Alpinion ose ekuivalent | REF-39832-08-26-2022 |
| 5 | Loti 5 - Pajisje mjekësore prodhues Alsa ose ekuivalent | REF-39834-08-26-2022 |
| 6 | Loti 6 - Pajisje mjekësore prodhues Alvo ose ekuivalent | REF-39836-08-26-2022 |
| 7 | Loti 7 - Pajisje mjekësore prodhues Arrow ose ekuivalent | REF-39838-08-26-2022 |
| 8 | Loti 8 - Pajisje mjekësore prodhues Atom medical ose ekuivalent | REF-39840-08-26-2022 |
| 9 | Loti 9 - Pajisje mjekësore prodhues Biolight ose ekuivalent | REF-39842-08-26-2022 |

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 10 | Loti 10 - Pajisje mjekësore prodhues Bowa ose ekuivalent | REF-39844-08-26-2022 |
| 11 | Loti 11 - Pajisje mjekësore prodhues Cardioline ose ekuivalent | REF-39846-08-26-2022 |
| 12 | Loti 12 - Pajisje mjekësore prodhues Carl Zeiss ose ekuivalent | REF-39848-08-26-2022 |
| 13 | Loti 13 - Pajisje mjekësore prodhues Chest ose ekuivalent | REF-39850-08-26-2022 |
| 14 | Loti 14 - Pajisje mjekësore prodhues Comecer ose ekuivalent | REF-39852-08-26-2022 |
| 15 | Loti 15 - Pajisje mjekësore prodhues Comen ose ekuivalent | REF-39854-08-26-2022 |
| 16 | Loti 16 - Pajisje mjekësore prodhues Datex - Ohmeda ose ekuivalent | REF-39856-08-26-2022 |
| 17 | Loti 17 - Pajisje mjekësore prodhues De souter ose ekuivalent | REF-39858-08-26-2022 |
| 18 | Loti 18 - Pajisje mjekësore prodhues Drager ose ekuivalent | REF-39860-08-26-2022 |
| 19 | Loti 19 - Pajisje mjekësore prodhues Esaote ose ekuivalent | REF-39862-08-26-2022 |
| 20 | Loti 20 - Pajisje mjekësore prodhues Escaman ose ekuivalent | REF-39864-08-26-2022 |
| 21 | Loti 21 - Pajisje mjekësore prodhues FUJI ose ekuivalent | REF-39866-08-26-2022 |
| 22 | Loti 22 - Pajisje mjekësore prodhues Fujinon ose ekuivalent | REF-39868-08-26-2022 |
| 23 | Loti 23 - Pajisje mjekësore prodhues Fukuda Denshi ose ekuivalent | REF-39870-08-26-2022 |
| 24 | Loti 24 - Pajisje mjekësore prodhues GE ose ekuivalent | REF-39872-08-26-2022 |
| 25 | Loti 25 - Pajisje mjekësore prodhues GMM ose ekuivalent | REF-39874-08-26-2022 |
| 26 | Loti 26 - Pajisje mjekësore prodhues Hemokron ose ekuivalent | REF-39876-08-26-2022 |
| 27 | Loti 27 - Pajisje mjekësore prodhues Heyer Medical ose ekuivalent | REF-39878-08-26-2022 |
| 28 | Loti 28 - Pajisje prodhues Hydrocllave ose ekuivalent | REF-39880-08-26-2022 |
| 29 | Loti 29 - Pajisje mjekësore prodhues IMS ose ekuivalent | REF-39883-08-26-2022 |
| 30 | Loti 30 - Pajisje mjekësore prodhues Infimed ose ekuivalent | REF-39885-08-26-2022 |
| 31 | Loti 31 - Pajisje mjekësore prodhues Innomed ose ekuivalent | REF-39887-08-26-2022 |
| 32 | Loti 32 - Pajisje mjekësore prodhues INTEGRA LifeSciences ose ekuivalent | REF-39890-08-26-2022 |
| 33 | Loti 33 - Pajisje mjekësore prodhues Interacoustics ose ekuivalent | REF-39892-08-26-2022 |
| 34 | Loti 34 - Pajisje mjekësore prodhues Italray ose ekuivalent | REF-39894-08-26-2022 |
| 35 | Loti 35 - Pajisje mjekësore prodhues JPI Health ose ekuivalent | REF-39896-08-26-2022 |
| 36 | Loti 36 - Pajisje mjekësore prodhues Karl Storz ose ekuivalent | REF-39898-08-26-2022 |
| 37 | Loti 37 - Pajisje mjekësore prodhues Koushin ose ekuivalent | REF-39900-08-26-2022 |
| 38 | Loti 38 - Pajisje mjekësore prodhues Maquet ose ekuivalent | REF-39902-08-26-2022 |
| 39 | Loti 39 - Pajisje mjekësore prodhues Martin ose ekuivalent | REF-39904-08-26-2022 |
| 40 | Loti 40 - Pajisje mjekësore prodhues Medec ose ekuivalent | REF-39906-08-26-2022 |
| 41 | Loti 41 - Pajisje mjekësore prodhues Mediso ose ekuivalent | REF-39908-08-26-2022 |
| 42 | Loti 42 - Pajisje mjekësore prodhues Medivators ose ekuivalent | REF-39911-08-26-2022 |
| 43 | Loti 43 - Pajisje mjekësore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent | REF-39913-08-26-2022 |
| 44 | Loti 44 - Pajisje mjekësore prodhues Mennen ose ekuivalent | REF-39915-08-26-2022 |
| 45 | Loti 45 - Pajisje mjekësore prodhues Micros ose ekuivalent | REF-39917-08-26-2022 |
| 46 | Loti 46 - Pajisje mjekësore prodhues Mikromed ose ekuivalent | REF-39919-08-26-2022 |
| 47 | Loti 47 - Pajisje mjekësore prodhues Mindray ose ekuivalent | REF-39921-08-26-2022 |
| 48 | Loti 48 - Pajisje mjekësore prodhues Nakamura ose ekuivalent | REF-39923-08-26-2022 |
| 49 | Loti 49 - Pajisje mjekësore prodhues Nidek ose ekuivalent | REF-39926-08-26-2022 |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 50 | Loti 50 - Pajisje mjekësore prodhues Nihon Kohden ose ekuivalent | REF-39929-08-26-2022 |
| 51 | Loti 51- Pajisje mjekësore prodhues Olympus ose ekuivalent | REF-39931-08-26-2022 |
| 52 | Loti 52 - Pajisje mjekësore prodhues Osteosys C ose ekuivalent | REF-39933-08-26-2022 |
| 53 | Loti 53 - Pajisje mjekësore prodhues Philips ose ekuivalent | REF-39935-08-26-2022 |
| 54 | Loti 54 - Pajisje mjekësore prodhues Progetti Medical Equipment ose ekuivalent, | REF-39937-08-26-2022 |
| 55 | Loti 55 - Pajisje mjekësore prodhues Siemens ose ekuivalent | REF-39939-08-26-2022 |
| 56 | Loti 56 - Pajisje mjekësore prodhues Sonosite ose ekuivalent | REF-39941-08-26-2022 |
| 57 | Loti 57 - Pajisje mjekësore prodhues Sockert ose ekuivalent | REF-39944-08-26-2022 |
| 58 | Loti 58 - Pajisje mjekësore prodhues Storz ose ekuivalent | REF-39946-08-26-2022 |
| 59 | Loti 59 - Pajisje mjekësore prodhues Shimadzu ose ekuivalent | REF-39948-08-26-2022 |
| 60 | Loti 60 - Pajisje mjekësore prodhues Terumo ose ekuivalent | REF-39950-08-26-2022 |
| 61 | Loti 61 - Pajisje mjekësore prodhues Toshiba ose ekuivalent | REF-39952-08-26-2022 |
| 62 | Loti 62 - Pajisje mjekësore prodhues Viasys Healthcare ose ekuivalent | REF-39954-08-26-2022 |

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **”Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

(TE NJEJTA PER TE GJITHA LOTET)

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formularin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;

Argumentimi: Ky kriter u vendos sipas nenit 29 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në të cilën është e parashikuar se: 1. Oferta ekonomike përmban vlerën ekonomike pa TVSH. 2. Operatori ekonomik duhet të hartojë në mënyrë të pavarur, ofertën ekonomike.

b. Lista e cmimeve të artikujve, sipas Shtojcës 2;

Argumentimi: Kjo shtojcë është pjesë e setit të dokumenteve standarte të tenderit për procedurën e prokurimit të sipërcituar.

c. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

Argumentimi: Ky kriter u vendos me mbeshtetje ne nenin 76 të Ligjit nr. 162/2020“Për Prokurimin Publik“, dhe nenin 26 te VKM nr. 285, date 19.05.2021 ”Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ne te cilen eshte e percaktuar se: “1. Bashkë me dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje ose të ofertave, autoriteti/enti kontraktor pranon si provë paraprake, në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike ose palë të treta, formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas përcaktimit në nenin 82, të LPP-së, dhe në këto rregulla.”.

d. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

a) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqesë *Certifikaten ISO 9001:2015 mbi “Sistemet e menaxhimit të cilësisë”* ose *ISO 13485:2016 mbi “Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë për Pajisjet Mjekësore”*, në përputhje me objektin e prokurimit, lëshuar nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose nga organizma nderkombetare akreditues, te njohur nga Republika e Shqiperise. **Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, si dhe eshte e percaktuar ne piken b) dhe c) eshte vendosur ne perputhje me piken 1 te nenit 79 te Ligjit nr.162/2020”Per Prokurimin Publik”, ne te cilen gjejme te percaktuar se:

1. Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.

Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje dhe ne rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr. 145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise”.

1.2 2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2. a) Vërtetim nga Dega e Tatimeve për xhiron vjetore të realizuar gjate 3 (tre) viteve te fundit financiare (2019, 2020 dhe 2021) ku vlere e tyre te jete jo me vogel se **40% e vlerës së fondit limit* të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori.**

Shënim:* Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, vlere mesatare do te aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve

për të cilën ofertohet, konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” ne piken 2.10 /ose/ 2.14

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, vlera mesatare do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.

Nëse operatorët ekonomikë, për lotin/lotet që konkurrojnë, arrijnë vlerën e xhiros minimale të kërkuar në këto DT, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar, kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur ne perputhje me piken 3 te nenit 77 te Ligjit nr 162/2020, “Per Prokurimin Publik” i ndryshuar, ne te cilin gjejme te percaktuar se: **3. Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës.**; ne piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku percaktohet se: **Pika 1. Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Pika 2/b: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;**

Vendosja e ketij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, per aftesine ekonomike dhe financiare te OE ofertues, duke vertetuar nepermjet dokumenteve te kerkuara me poshte, se zoterojne kapacitet ekonomike dhe financiare per te permbushur kontraten sic eshte parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Legjislatori në piken 1 dhe piken 2/b te nenit 43 te VKM nr. 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ka parashikuar marzhin maksimal për vlerën e xhiros, që mund të kërkohet në Procedurën e Hapur, ku percaktohet; **Pika 2/b: 2. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;** Duke qene se kjo procedure prokurimi bazuar ne vleren e fondit limit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar. AK është e vetmja qendër terciare në RSH për këtë arsye praktika e vendosur ndër vite e cila ka rezultuar e suksesshme, është ajo e marzheve maksimale të përcaktuara nga legjislatori në Rregullat e Prokurimit Publik si dhe në Legjislacionin e Prokurimit Publik në tërësi.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43 të VKM 285/2021 ‘Mbi Rregullat e Prokurimit Publik’ ku përcaktohet se: Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të

deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare**; si dhe nenit 13 të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 'Për Tatimin Mbi të Ardhurat' i ndryshuar, ku përcaktohen kushtet dhe afatet e dorëzimit për Deklaratat individuale vjetore e të ardhurave; (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

a) Dëshmi nga operatori ekonomik për furnizime të mëparshme të ngjashme në një vlerë **sa 20% e vlerës së fondit limit* të lotit apo shumës së loteve për të cilat konkurron operatori dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

- Si dëshmi për përvojën e mëparshme me një ent publik, kërkohen **vërtetime* të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, së bashku me kontratën përkatëse, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe/ose fatura tatimore të shitjes ku të evidentohen artikujt.**

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm **fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore**, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Shënim*: Për efekt të përlllogaritjes së vlerës së kërkuar sipas këtij kriteri, 20% do të aplikohet mbi vlerën e fondit limit të parashikuar sipas sasive të pritshme të lotit/loteve për të cilin ofertohej, **konkretisht mbi vlerat e kolonës “Vlera e pritshme e kontratave” në piken 2.10 / 2.14.**

Kur konkurohet për më shumë se 1 lot, 20% do të aplikohet mbi shumën totale të vlerës së pritshme të kontratave për lotet që konkurrohet.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në përputhje me piken 4 të nenit 77 të Ligjit nr. 162/2020, "Per Prokurimin Publik", ne të cilin gjejmë të përcaktuar se: *4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvojë që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën. Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; si dhe nenit 41 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", ne të cilin është e përcaktuar se: *[...]3. Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave për shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të**

madhe se 40% të vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara. Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” nenit 41 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më të vogël se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Autoriteti Kontraktor QSU “Nënë Tereza” Tiranë është institucion terciar Shëndetësor Publik Kombëtar në shërbim të shëndetit të popullatës, të cilës i siguron shërbim shëndetësor parandalues, diagnostikues dhe kurues sipas Kushtetutës së Shqipërisë dhe ligjeve të shëndetit publik. Vendosja e këtij kriteri behet me qellim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor, për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përputhje me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

- b) Operatori Ekonomik duhet të vërtetojë që ka të paktën **2(dy)* Inxhinierë/Specialistë** në stafin e vet të trajnuar për pajisjet mjekësore të cilët do të kryejnë shërbimin e mirëmbajtjes dhe furnizim vendosjes së pjesëve të këmbimit, të vërtetuar nëpërmjet: diplomës, çertifikatës së trajnimit, CV-së, kontratës individuale të punës. Vetëm ky staf do të kryejë ndërhyrjet e mirëmbajtjes parandaluese, korrigjuese dhe kalibruese të pajisjeve mjekësore.

***Shënim:** Me këtë numër minimal të kërkuar synohet të garantohet gjatë gjithë kohës ofrimi i shërbimit dhe parandalohen rastet e pamundësisë së prezencës së stafit për arsye të ndryshme objektive (leje vjetore, raport mjekësor, trajnime etj).

***Shënim:** Ky kriter në fazën e ofertimit të operatoreve ekonomik do të konsiderohet i përmbushur me dorëzimin/paraqitjen e formularit përmbledhës të vetdeklarimit sipas shtojcës 9 të DST. Në rastet kur OE do të shpallet fitues duhet të paraqesë dokumentacionin provues sipas këtij kriteri.

Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses shkresës nr.264/54 prot..., datë 07/07/2022 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr.264/53 prot..., datë 05/07/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt: Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote “Argumentimi i Nevojave, Specifikimeve teknike dhe Llogaritjen e Fondit limit:” *Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 63 (246/8prot) datë 03/02/2022, “Për ngritjen e komisionit për riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, u argumentua/hartuar nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetet perkatese ne lidhje me kriteret teknike, si kriter i vendosur ne perputhje me piken 4 te nenit 77 te Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, ne nenit 41, të VKM 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, ku përcaktohen të gjitha kriteret e mundshme që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese. Për këtë procedure objekti i prokurimit eshte: **Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote,** Ky kriter konkretisht, është vendosur në mënyrë që e gjithë procedura të bëhet nga persona të kualifikuar të cilët garantojnë zbatimin e kontratës plotësisht dhe në mënyrën e duhur, gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj. Ky kriter eshte miratuar dhe vendosur nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me Kërkesat për kualifikim, në përputhje me Nenin 77 pika 4, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”,..Ky kriter mbeshtetet edhe ne Rekomandimin e APP Nr. 8197, date 03.09.2018 Prot “Mbi hartimin e kriterëve per kualifikim per procedurat e prokurimit mallra, pune, sherbime”.Ky kriter gjen mbeshtetje ne VKM nr.285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” te nenit 41 “Kërkesa të veçanta për kontratat e shërbimeve”, piken 4, ku percaktohet se: *Për të provuar përshatshmërinë për të kryer veprimtarinë profesionale, kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a)licenca profesionale për realizimin e shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore; dhe /ose, b)një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit dhe/ose komponentët e saj. Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe licencat profesionale, kur kanë të tilla sipas legjislacionit përkatës; dhe/ose, c)fuqinë punëtore të operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose, ç)mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.**

- c) Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqes **Autorizim nga prodhuesi / MAH / ose nga distributori zyrtar i autorizuar nga prodhuesi (ku të provohet/dokumentohet lidhja e tyre**

me prodhuesin), për të garantuar mirëmbajtjen cilësore, të sigurtë dhe pjesë origjinale të pajisjeve mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Autorizimi duhet te jete original ose kopje e perkthyer dhe noterizuar si dhe i vlefshem ne momentin e hapjes se ofertave.

Argumentimi: Ky kriter u vendos ne mbeshtetje te Shkreses shkresës nr.264/54 prot..., datë 07/07/2022 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 264/53 prot..., datë 05/07/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për proçedurën e prokurimit me objekt:”**Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote** “Argumentimi i Nevojave, Specifikimeve teknike dhe Llogaritjen e Fondit limit Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, me Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me 63 (246/8prot) datë 03/02/2022, “Për ngritjen e komisionit për riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për proçedurën e prokurimit me objekt Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote , u miratua nga anetaret e Njesise se Prokurimit qe kane specialitetin perkates ne lidhje me kriteret teknike. Gjithashtu ky kriter gjen mbeshtetje ne pikat 2 dhe 4 te nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe piken 5 te nenit 44 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, ku eshte e cituar: 5. Kur është e dukshme që një operator ekonomik e ka të pamundur të marrë etiketën specifike, të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor ose një etiketë ekuivalente, brenda afateve kohore përkatëse, për shkaqe që nuk lidhen me atë operator ekonomik, autoriteti ose enti kontraktor pranon mënyra të tjera vërtetimi të përshtatshme, që mund të përfshijnë një dosje teknike nga prodhuesi, nëse operatori ekonomik në fjalë vërteton se punët, furnizimet ose shërbimet që ai duhet të ofrojë përmbushin kërkesat e etiketës specifike ose kërkesat specifike të cilësuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Autorizimi per OE ofertues nga firma prodhuese ose nga distributori i autorizuar prej prodhuesit është një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që disponon këtë dokument, garanton mirëmbajtjen cilësore, të sigurtë dhe pjesë origjinale të pajisjeve mjekësore objekt në këtë procedurë prokurimi. Si dhe gjithashtu ky kriter u vendos ne mbeshtetje te **Rekomandimit nr. 3341/1 prot. Date 20.03.2018 te Agjensise se Prokurimit Publik** (Drejtoria Juridike dhe Monitorimit) drejtuar Autoriteteve Kontraktore **”Rekomandim mbi hartimin e krITEREVE per kualifikim ne dokumentet e tenderit te procedurave te prokurimit publik”**.

d) OE duhet të paraqesë Autodeklarate që merr përsipër furnizimi/zevendesimin me pjesë këmbimi dhe aksesore dhe se:

- Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.

- Të jenëtë certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun European.
 - Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesoret duhet të kenë manual instalimi shoqërues sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij mauali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
 - Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre. (*Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit.*)
- e) OE duhet të paraqesë **Autodeklarate ku deklaron se do të bëjë inspektimin e sigurisë së pajisjeve mjekësore, të paktën** 1(një) një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745, kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar, kur kjo është e zbatueshme. Inspektimi përfshin:
- Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
 - Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
 - Në përfundim të cdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
 - Pas cdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
 - Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
 - Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të veçanta, në kushte apo sipas nevojave të veçanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Argumentimi: Ky kriter është hartuar nga anetari i Njesise se Prokurimit qe ka specialitetin perkatese ne lidhje me kriteret teknike dhe u vendosur referuar kërkesës me nr.264/54 prot., date 07/07/2022 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën, referuar Relacion per argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike nr. 264/53 prot., date 05/07/2022, për Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote nga Komisioni i argumentimit. Gjithashtu vendosja e këtij kriteri gjen si dhe është ne perputhje me nenin 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne

nenin 41 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, i ndryshuar, rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”, rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise“,Autodeklarate nga ofertuesi që merr përsipër zëvendësimin e pjesëve të këmbimit dhe konsumit, që ato do jenë të reja dhe origjinale dhe në përputhje me ato të përdorura fillimisht (te garantuara nepermjet certifikimit CE ose FDA) eshte një dokument i domosdoshëm për t’u paraqitur, në mënyrë që autoriteti kontraktor të sigurohet që subjekti/shoqëria që do te kryeje shërbimin e mirembajtje/riparimit, jep garancinë e riparimit te ketyre pajisjeve, ne rastet e nevojshme, sipas kerkesave te percaktuara ne dokumentat e tenderit. Theksojme se pajisjet mjekesore jane shume specifike dhe riparimi i tyre kerkon pjese specifike origjinale te vete pajisjes, per nje funksionimin te plote, te certifikuar me CE per te garantuar cilesia e tyre te plote.

- f) OE duhet të paraqesë Autodeklarate ku garanton se në rast të shpalljes fitues, do të kryejë **shërbimin e mirëmbajtjes**, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjesë të mundshme/gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesorëve **të cilat janë të lidhura me pajisjen**, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit dhe të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
- g) Ofertuesi (Operatori Ekonomik) duhet të lëshojë një Deklaratë me anë të së cilës **merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij** gjatë kohës së punës në ambientet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura punonjësve të Operatorit Ekonomik në ambientet e saj.
- h) OE duhet të paraqesë **Autodeklarate** me anë të së cilës **të përcaktojë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve** dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email). Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambjentet e Kontraktuesit dhe te shoqerohet nga stafi i Sektorit te Inxhinierise Klinike.

Argumentimi: Kriteret e vendosura ne DST ne pikat f), g), dhe h) jane vendosur nga anetaret e NjP qe kane specialitet perkatese ne lidhje me kriteret teknike si dhe eshte ne perputhje me nenin 38, nenin 36 dhe 77 te Ligjit nr. 162/2020, “Per Prokurimin Publik”, ne nenin 41 te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik“, rekomandimin e APP nr. 3341/1 prot, date 20.03.2018 “Mbi hartimin e kriterëve për kualifikim në dokumentat e tenderit të procedurave të prokurimit publik”, rekomandimin e APP dhe Drejtorise se pergjithshme te Akreditimit nr. 3330 prot, date 20.03.2018 dhe nr.145 prot, date 16.03.2018 “Rekomandim mbi hartimin e kerkesave te cilesise“, si dhe referuar Relacion per argumentimin e fondit limit dhe hartimin e specifikimeve teknike nr.264/53 prot.,date 05/07/2022 për **Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote** nga Komisioni i argumentimit, bashkelidhur kërkesës “Për hapje procedure” nr. 264/54 prot, datë 07/07/2022 të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierise Klinike. Deklarata e garancise per, **shërbimin e mirëmbajtjes**, riparimin dhe zëvendësimin e çdo

| | sjes | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---|--|--|
| 34600 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E))XZZV1 826 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34076 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E))XZZU3 172 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34110 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E))XZZV1 811 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34038 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E))XZZV1 887 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34033 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E))XZZU3 091 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| Loti 2 - Pajisje mjekesore prodhues Aesculap/ B-Broun ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11705 | SHARRE OS HILANTE | Sharre Oshilante Neuro | Micro speed Uni | 4245 | AESC ULAP/ B-Braun | Spitali Neurokirurgjise | Salle | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 21465 | Kullë Neuro Endoskopie | Sistem Neuro Endoskopie | PV 890 | 1216 | AESC ULAP/ B-Braun | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/35 | | |

| Loti 3 - Pajisje mjekesore prodhues Alcon ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|-------------|----------|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 20149 | FAKO | Fako | INFINITI | 1202711301X | ALCON | Spitali Francez | Shërbi mi i Okulistikës | Kontrata nr.173/39 | | |
| 20010 | LAZERI RETINES | LAZERI RETINES | PURE POINT | 1202755401X | ALCON | PAI SPITALI FRANCEZ | OKULISTIKE | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 4 - Pajisje mjekesore prodhues Alpinion ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31651 | EKO | Echodoppler color Flow, duplex qe kryen echo dhe dopler transcraniale | ECUBE 15-EX | D01222 | ALPINION | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 34660 | Eko | Eko | E-CUBE 9 | S04285 | Alpinion | Semundjet e Brendshme | PL_02/53 (RADIOLOGJIA ECHO ABDOMINALE SPITALI 1) | 03.09.2020 | | |
| Loti 5 - Pajisje mjekesore prodhues Alsa ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 33666 | Njësia e radiografisë | Njësia e radiografisë | EXCELL 350 MCD Se | 2530055 | Alsa | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33667 | Njësia e radiografisë | Njësia e radiografisë | EXCELL 350 MCD | 2530420 | Alsa | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | kuencës | | Se | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Loti 6 - Pajisje mjekesore prodhues Alvo ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 32666 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SONATA | S190000 326577 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32693 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SONATA | S190000 326587 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32678 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SONATA | S190000 326576 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33642 | Tavoline, Operacioni | Shtrat Operator | SONATA | S190000 326579 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---------|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | oni, kirurgjia e përgjithshme, baza | | | | | | | | | |
| 33619 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326382 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33601 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326580 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33720 | Tavoline, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326578 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

Loti 7 - Pajisje mjekesore prodhues Arrow Teleflex ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Paji | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
|--------------|-----------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|----------|--------|--|--|
|--------------|-----------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|----------|--------|--|--|

| | sjes | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------|---------------------------|--|---|------------------------|--|--|
| 19796 | PO MP E INT RA AO RTI KE | IABP (INTRA AORTIK BALLO N POMP) | AUT OCA T II | 60946V | ARRO W Telefle x | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | | |
| Loti 8 - Pajisje mjekesore prodhues Atom medical ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19394 | Inku bato r | Inkubato r | V-850 | 10605 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 20946 | Inku bato r Kiru rgjik al | Inkubato r | V-88 | 1163377 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 20963 | Inku bato r Kiru rgjik al | Inkubato r | V-88 | 1163378 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 21234 | Inku bato r | Inkubato r | INCU i | 26X078 3 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 21243 | Inku bato r | Inkubato r | INCU i | 26X075 9 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| Loti 9 - Pajisje mjekesore prodhues Biolight ose ekuivalent | | | | | | | | | | |

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|-----------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| 34543 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037224 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34554 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037222 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34538 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037226 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34536 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037223 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34540 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037235 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34563 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037234 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|
| | tipar ametrik | | | | | | | | | |
| 34553 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37220 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34549 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37237 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34542 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37233 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34539 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37236 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34556 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37228 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34555 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37240 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---|--|--|
| | ame trik | | | | | | | | | |
| 34541 | Mon itor Paci enti Mul tipar ame trik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37219 | Bioligh t | Polival ent | REA e Pergjith shme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34544 | Mon itor Paci enti Mul tipar ame trik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37229 | Bioligh t | Polival ent | REA e Pergjith shme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34196 | Mon itor Paci enti Mul tipar ame trik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37216 | Bioligh t | Semun djet e Brends hme | Lab.Kar diokirur gji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34548 | Mon itor Paci enti Mul tipar ame trik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37231 | Bioligh t | Semun djet e Brends hme | Lab.Kar diokirur gji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34545 | Mon itor Paci enti Mul tipar ame trik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E0 37221 | Bioligh t | Semun djet e Brends hme | Lab.Kar diokirur gji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| Loti 10 - Pajisje mjekesore prodhues Bowa ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| 34734 | Elektrobisturi | Elektrobisturi | ARC 350 | 900-351 | BOWA | Semundjet e Brendshme | SALLA KARDI OKIRU RGJISE | Garancia2-vite nga data 11.08.2020 | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| Loti 11 - Pajisje mjekesore prodhues Cardioline ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 21800 | TreadMill | TreadMill | CCXR600 | 6412007 | CARDIOLINE | Spitali Semundjet e Brendshme | Repartimi Hemodinamikes | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 21958 | TreadMill | TreadMill | CXR600 | 6412009 | CARDIOLINE | Spitali Polivalent | Mjekesia Interne HTA | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 31507 | TreadMill | TreadMill | XR600M | 6312000 | CARDIOLINE | Qendra Konsultave Ambulatore | Qendra Konsultave Ambulatore | Kontrata nr. 173/37 | | |
| Loti 12 - Pajisje mjekesore prodhues Carl Zeiss ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19900 | MIKROSKOP | MIKROSKOP KIRURGJIKAL | S7 | -1938 | CARL ZEISS | Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr.173/32 | | |
| 19881 | MIKROSKOP | MIKROSKOP KIRURGJIKAL | S88 | 6213 | CARL ZEISS | Francez | Sherbimi i Okulistikes | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21467 | Mikroskop | Mikroskop Kirurgjikal | OPMI PENTERO | 6,631E+09 | CARL ZEISS | Neuroshkence | PAI - Neuroshkence | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 13 - Pajisje mjekesore prodhues Chest ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31067 | SPIROMETER | SPIROMETER | CHEST GRAPH | 1451856 | CHEST | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatri | Kontrata Nr.173/40 | | |

| | | | | | | | ke | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---|---|--|--|--|
| Loti 14 - Pajisje mjekesore prodhues Comecer ose ekuivalent | | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | | |
| 21551 | Kapë Radiofarmaceutike | Kapë Radiofarmaceutike Laminare | FGH LAF | 40CIB/0111/V11288 | Comecer | Spitali Polivalent | Mjekësi a Nukleare | Nuk ka kontratë të ngjashme | | | |
| Loti 15 - Pajisje mjekesore prodhues Comen ose ekuivalent | | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | | |
| 34757 | Defibrilator/Monitor | Defibrilator/Monitor | S8 | S8200613024 | COMEN | PAI Infektiv | Covid 3 Seksioni C | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | | |
| 34756 | Defibrilator/Monitor | Defibrilator/Monitor | S8 | S8200613041 | COMEN | PAI Infektiv | Covid 3 Seksioni C | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | | |
| Loti 16 - Pajisje mjekesore prodhues Datex - Ohmeda ose ekuivalent | | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | | |
| 20090 | Aparat Anestezi | Aparat Anestezi | AESTIVA/57100 | AMVE00353 | DATEX-OHMEIDA | Spitali Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Kontratë të ngjashme | | | |
| Loti 17 - Pajisje mjekesore prodhues De souter ose ekuivalent | | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | | |
| 31059 | SHARREOSHILANTE | SHARRE Oshilante CardioThoracic | DBR-700 | 14/00519 | DESOUTER | Kardio kirurgjia | Shërbi mi i Kardio kirurgjis (Salle Operacioni) | Kontrata nr. 173/34 | | | |

| Loti 18 - Pajisje mjekesore prodhues Drager ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11729 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASBL-0308 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 11791 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 5,308E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 11796 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASBL-0309 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19270 | Respirator | Respirator/Ventilator | EVITAXL | ASBL-0353 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19272 | Respirator | Respirator/Ventilator | EVITAXL | ABSL-0351 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19349 | Respirator | Respirator/Ventilator | EVITAXL | ASBL-0350 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19352 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19355 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19361 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19362 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELT | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|
| | | | A XL | | | | | | | |
| 19363 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19364 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19411 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19735 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASCD-0094 | DRAGER | Shërbi mi I Djegje Plastikës | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19760 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0085 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19788 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07 ARRD-0035 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19794 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19808 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19809 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19815 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASBL-0310 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------|---|---------------------|--|--|
| 19935 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19936 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19947 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASCF-0026 | DRAGER | Godine Djegie Plastikes | Shërbi mi I Djegie Plastikës | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19948 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASCF-0027 | DRAGER | Godine Djegie Plastikes | Shërbi mi I Djegie Plastikës | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19949 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCE-0131 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21157 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0072 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21158 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0078 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21166 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0081 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21189 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0074 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------------|---|---------------------|--|--|
| 21371 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0077 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21682 | Respirator | Respirator/Ventilator | EVITAXL | ASBL - 0352 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 21683 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTAXL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 30991 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07ARRD-0033 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |

Loti 19 - Pajisje mjekesore prodhues Esaote ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|
| 19445 | EKO | EKO | MYLAB 50 XVISION | 1524 | ESAOTE | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbi mi i Urologjise | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 20768 | EKO | EKO | MEGAS GPX | 1089 | ESAOTE | Spitali Polivalent | Sherbi mi I Urgjences Imazheria | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 30930 | EKO KARDIAKE | EKO Kardiake Portative | MyLAB30 CV | 30930 | ESAOTE | Sherbi mi i Kardio kirurgjise | Kardiokirurgjia (salle, Reanimacion) | Kontrata Nr.173/40 | | |

Loti 20 - Pajisje mjekesore prodhues Escaman ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|-------------|----------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|
| 21195 | Shtrat operacioni | Shtrat operacioni | ESCAMAN | J21189 | ESCAMAN | PAI QKA / BLOK OPERATOR DJEGIE | Salle Kirurgjike | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | PLAST IKE | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|

Loti 21 - Pajisje mjekesore prodhues FUJI ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|---------------------------------------|--|---------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| 20457 - 20350 | PACS Server & 10 kliente Dicom Viewer | SISTEM INFOR MATIK PACS & DICOM Viewer | Synapse | Synapse | FUJI | Spitali I Urgjencë Pranimi | Shërbi mi i Imazherisë | Kontrata nr. 173/37 | | |

Loti 22 - Pajisje mjekesore prodhues Fujinon ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|------------------------|--------------------|-------|-------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 21916 | Kabineti I Endoskopisë | Gastro-Kolonoskop* | NDS | 12207287 | FUJINON | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Sherbi mi i Gastrohepatologjise * | Kontrata 173/66 Prot. datë 16.02.2021 | | |

Loti 23 - Pajisje mjekesore prodhues Fukuda Denshi ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| 21235 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300728 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21236 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300725 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21239 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300729 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21240 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300726 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21241 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300727 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21242 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100 | 50300724 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| | OR | | N | | | | Pediatri | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---|---|--|--|
| Loti 24 - Pajisje mjekesore prodhues GE ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19262 | Aparat Anestezi e | Aparat Anestezi e | AESP IRE VIEW | APHR00580 | GE | Spitali Pediatrik | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata 173/36 | | |
| 19657 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID S5 | 0523VS5 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Pediatri se se Pergjith shme | Kontrata 173/36 | | |
| 20953 | INKUBATOR | Inkubator | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR52844 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatri ke | Kontrata 173/36 | | |
| 20979 | INKUBATOR | Inkubator | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR52731 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatri ke | Kontrata 173/36 | | |
| 21037 | EKO | ECHO | VIVID S5 | 1428VS5 | GE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Urgjenc es e Sëmund jeve te Brendës hme | Kontrata 173/36 | | |
| 21970 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID E9 | GA314938-02 | GE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Mjekesi a Interne (HTA) | Kontrata 173/36 | | |
| 31380 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID T8 | 606348WX0 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Pediatri se se Pergjith shme | Kontrata 173/36 | | |
| 34670 | ECG | ECG | MAC600 | SS519380002PA | GE | Pediatri | Reanim acioni Pediatri | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-----------------|---------------|----|--------------------|--------------------|---|--|--|
| 34671 | ECG | ECG | MAC 600 | SS519370099PA | GE | Infektiv | REA Infektiv | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 33652 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200021WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33653 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200020WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33846 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200016WA | GE | Reanimacioni | Reanimacioni | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32712 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200022WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32682 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200019WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32711 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200013WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33636 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200014WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33624 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200018WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33739 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200017WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33728 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM619200015WA | GE | Salle Kirurgjikale | Salle Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------------|-----------|----|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 33755 | Njësia e ultrasound, intraoperative Eko inv 33755, shoqërohet me sondat: model C15RS, serial 1759609WX1 inv 33754, model L39IRS serial 1BP190002 inv 33753, model L818IRS serial 1278312YP4 inv 337 | Eko (me pjeset perberese) | LOGIQ P9R3 | LP9004077 | GE | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
|-------|---|---------------------------|------------|-----------|----|---|---|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|-----------------|-------------|----|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | 52 | | | | | | | | | |
| 33797 | Njësia e ultrasound, reanimacioni Eko inv 33797, shoqerohet me sondat: model L6-12-RS, serial 1748724WX2 inv 33798, model | Eko (me pjeset perberese) | LOGIQ V5 Expert | 6043516 WXo | GE | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjike | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---|--|--|
| | 4C-RS seria l 762 788 WX 8 inv 337 99, mod el 3SC -RS seria l 764 890 WX 0 inv 338 00 | | | | | | | | | |
| 34638 | Eko Fiks e | Eko (me pjeset perberese) | Versa na Premi um VS | Sn 6036855 WXO | GE | Polival ent | REA e Kardiol ogjise | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34645 | Eko Fiks e | Eko (me pjeset perberese) | Versa na Premi um VS | Sn 6036837 WXO | GE | Polival ent | | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34640 | Eko port ativ e | Eko (me pjeset perberese) | Versa na Activ e | Sn 6054210 WXO | GE | Polival ent | Reanim acion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34630 | Eko port ativ e | Eko (me pjeset perberese) | Versa na Activ e | Sn 6054221 WXO | GE | Polival ent | Reanim acion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 34828 | Res pirat or | Respirato r | CAR ESCA PE R860 | WBRZ0 2303 | GE Healthc are | Polival ent | Reanim acioni Qendro r | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34829 | Res pirat or | Respirato r | CAR ESCA PE R860 | WBRZ0 2313 | GE Healthc are | Polival ent | Reanim acioni Qendro r | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34825 | Res pirat or | Respirato r | CAR ESCA PE R860 | WBR02 307 | GE Healthc are | Polival ent | Reanim acioni Qendro r | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| 34826 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2312 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34827 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2295 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34823 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | CBRZ80 022 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34822 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2300 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34820 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2302 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34830 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2306 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34831 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2296 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34832 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2316 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34833 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2137 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34834 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2314 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34849 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2310 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34835 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2304 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34851 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2299 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34850 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE | WBRZ0 2294 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--|--------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | R860 | | | | r | | | |
| 34852 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2308 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34837 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2297 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34836 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2301 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34838 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2298 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34839 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2305 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34840 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2311 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34841 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2315 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | | |
| 34841 | Eko | Eko portabel | Ge Helthcare Versana Active Ultrasound | 5820934 5210300 14 | Ge Helthcare | Infektiv | Covid 3 | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |
| 34848 | Eko | Eko portabel | Ge Helthcare Versana Active Ultrasound | 5820934 5210200 04 | Ge Helthcare | Onkologjik | Imazheri | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |
| 34648 | Eko | Eko portabel | Ge Helthcare Versana Active | 5820934 5210200 25 | Ge Helthcare | Pediatri | Urgjencia | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|--|--------------------------|---------------------|----------|------------------|---|--|--|
| | | | e Ultras ound | | | | | | | |
| 35021 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versa na Activ e Ultras ound | 5820934 5210300 03 | Ge Helthca re | Pediatri | Imazher i | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |
| 34960 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versa na Activ e Ultras ound | 5820934 5210300 20 | Ge Helthca re | Pediatri | Reanim acioni | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |

Loti 25 - Pajisje mjekesore prodhues GMM ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| 20666 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR* | Calyp so | 1825 (AM125 07J09 | GMM | Spitali I Urgjen cë Pranimi Kati -1 | Shërbi mi I Imazher isë | Kontratë të ngjashme | | |
| 20691 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR | Calyp so | Calypso | GMM | Spitali I Urgjen cë Pranimi Kati-0 | Shërbi mi I Imazher isë | Kontratë të ngjashme | | |
| 31235 | C- AR M | C-Arm | MCA PRIM E | 65-12- 04-08 | GMM | Spitali Pediatri k | Shërbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontratë të ngjashme | | |
| 20669 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR* | GMM | Calypso | GMM | Shërbi mi I Imazhe risë | | Kontratë të ngjashme | | |
| 20686 | Sist em Fluo | Fluorosc opi^ | GMM | OPERA T90 CEX | GMM | Polival ent | Shërbi mi I Imazher | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| | rosk opie | | | | | | isë | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 34624 | Graf i Port ative | Grafi Portative | ACC ORD DR40 | 972-20- 057-147 | GMM | Polival ent | Reanim acioni i sallave te reja kirurgji kale | Garancia fillon nga 30.12.2020 | | |
| 34625 | Graf i Port ative | Grafi Portative | ACC ORD DR40 | 972-20- 056-146 | GMM | Polival ent | Reanim acioni Qendro r | Garancia fillon nga 30.12.2020 | | |
| Loti 26 - Pajisje mjekesore prodhues Hemokron ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 30702 | MA TES AC T | MATES ACT HEMOK ROM | 401 | T 17190- 5 | HEMO KRON | Semun djet e Brends hme | Reparti i Hemodi namikë s | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 27 - Pajisje mjekesore prodhues Heyer Medical ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 32655 | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1166 | HEYE R MEDI CAL | Onkolo gjik | Onkolo gjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 32660 | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1167 | HEYE R MEDI CAL | Onkolo gjik | Onkolo gjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1165 | HEYE R MEDI CAL | Urgjen ca Kirurgji | Urgjenc a Kirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 28 - Pajisje prodhues Hydrocllave ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19250 | Hidr okla ve | Hidrokla ve | H-15 | HSC- 0912151 2 | Hydroc llave | Spitali Francez | Spitali Francez | Kontrata nr. 173/36 | | |
| Loti 29 - Pajisje mjekesore prodhues IMS ose ekuivalent | | | | | | | | | | |

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 19853 | Mamograf | Mamograf | Giotto 3DL | 6401-12M2 | IMS | Spitali Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Kontrata nr 173/32 | | |
| Loti 30 - Pajisje mjekesore prodhues Infimed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31963 | Shtrat Operimi | Shtrat Operimi | OT - 02-552 | | Infimed | Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 31 - Pajisje mjekesore prodhues Innomed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31386 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206335 | Innomed Medical Zrt | Urgjence Pranimi | Mjekesia Interne (HTA) | Kontrata nr 173/33 | | |
| 34740 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206334 | Innomed Medical Zrt | Urgjence Pranimi | Urgjencat e Semundjeve të Brendshme | Kontrata nr 173/33 | | |
| 34741 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206333 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Kardiologji I | Kontrata nr 173/33 | | |
| 34742 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206336 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise | Kontrata nr 173/33 | | |
| 34743 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206332 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Hemodinamika | Kontrata nr 173/33 | | |
| Loti 32 - Pajisje mjekesore prodhues INTEGRA LifeSciences ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| 19431 | Aspirator UltraSonic | AspUltra Sonic Kirurgjikal | Disse tron | FCL100 0103 | INTEGRA LifeSciences | Spitali Neurokirurgjise | Ssalle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/35 | | |
|---|--|----------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Loti 33 - Pajisje mjekesore prodhues Interacoustics ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 35023 | Eclipse Ep 15A SSR prodh,m odel i Eclipse, Sn, Nr inv | Eclipse E | Eclipse EP 15ASR | .0954575 | Interacoustics | Spitali Francez | Kabineti ORL | 01.07.2021 | | |
| 35024 | Timpanometer4(aparat i shoqerohet me baze ne kari kimi t) | Timpanometer, | Intertek | 4005727 | Interacoustics | Spitali Francez | Kabineti ORL | 01.07.2021 | | |
| Loti 34 - Pajisje mjekesore prodhues Italray ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---|--|--|
| 33719 | <p>Ska ner C- arm I den tifik ues C- AR M me nr seria l 190 719- 19- 000 01 dhe inv 337 19, pjes et perb eres e te tjera jane : Tubi seria l 160 747 5 dhe inv 337 18, Mon itori l seria l 721 908 320 575 dhe inv 337 17, Mon itori</p> | C-arm | Carm ex 12F | 190719- 19- 00001 | Italray | Salle Kirurgj ikale | Salle Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
|-------|--|-------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---|--|--|

| | 2 seria 1 782 190 832 058 4 dhe inv 337 16 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 33827 | Njësie rrezetike X, e lëvizshme | Grafi Portative | Corsix 32 Energy | 260619-19-00001 | Italray | Reanimacioni i sallave të reja Kirurgjike | Reanimacioni i sallave të reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33804 | Njësie rrezetike X, e lëvizshme | Grafi Portative | Corsix 32 Energy | 260619-19-00002 | Italray | COVID 3 | COVID 3 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| Loti 35 - Pajisje mjekesore prodhues JPI Health ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 34689 | Digital X-ray | Grafi dixhitale | Dre 150 | Dre 1502103002 | JPI Health | Onkologjik | Imazheri | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | | |
| Loti 36 - Pajisje mjekesore prodhues Karl Storz ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|-----------------|--|--|
| 11669 | Kull a e End osko pise -1 | Litotripto r Ultrasoni c | Calcu son | BK1547 | KARL STORZ | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Urologj ise | Kontrata 173/36 | | |
| 19265 | Kull a e End osko pise -2 | Gastro- Kolonos kop | XEN ON 100/2 01362 20 | NX1722 | KARL STORZ | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | | |
| 19436 | Kull a e End osko pise -2 | Litotripto r Pneumati c | Calcu split | GF2916 | KARL STORZ | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Urologj ise | Kontrata 173/36 | | |
| 19576 | Kull a e End osko pise -1 | Fibro- Bronkos kop | Telep ack-X | WX2882 | KARL STORZ | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i NeuroP ed,Gast ro,Endo krinolo gji | Kontrata 173/36 | | |
| 19234 | Kull ë End osko pie | Gastro- Kolonos kop | XEN ON 20132 620 | UX1843 | KARL STORZ | Spitali Infektiv | Shërbi mi Infektiv | Kontrata 173/36 | | |
| 31218 | Kull a e End osko pise -3 | Sistem Laparosk opie | XEN ON NOV A 300/2 01340 20 | PX 0679630 | KARL STORZ | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | | |

Loti 37 - Pajisje mjekesore prodhues Koushin ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| 20925 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Shërbi mi Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20926 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Shërbi mi Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20927 | NE BU LIZ | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Urgjenc e | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| | AT OR | | | 400 | | | | | | |
| 20928 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Urgjenc e | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20929 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20930 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20931 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20932 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20933 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20934 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

Loti 38 - Pajisje mjekesore prodhues Maquet ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|-----------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 20171 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1131, 12 | 94 | MAQU ET | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/34 | | |
| 20180 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1131. 12BO | .00095 | MAQU ET | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/34 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|---------------|------------|-------------------------|--|------------------------|--|--|
| 30703 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | DELT A CLAS SIC 1115. 01CO | 8057 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | | |
| 30949 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 11150 1CO | 8059 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | | |
| 31278 | Ekst rako rpor al | Ekstrako rporal | HL 20 | 9400421 1 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | | |
| 31280 | Ngr ohes /Fto hës Gja ku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | HCU3 0 | 101689 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | | |
| 31283 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1115. 01CD | 1115.01 CD | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | | |

Loti 39 - Pajisje mjekesore prodhues Martin ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------|---|--------------------------------|--|--|
| 11732 | ELE KT RO BIS TU RI | Elektrobi sturi | ME 81 | ME8110 2009911 19 | MART IN | Neuro skence | Shërbi mi I Neuroki rurgjise (salle, Reanim acion | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

Loti 40 - Pajisje mjekesore prodhues Medec ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 11640 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | NEPT UNE | 12/2751 9 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | | |

| 19817 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-04140 | MEDE C | Spitali Neurokirurgjise | Sherbimi I Neurokirurgjise (salle, Reanimacion) | Kontrata nr. 173/37 | | |
|---|-------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 19837 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05440 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19838 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05439 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19839 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05441 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19840 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 18-05487 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i Okulistikes | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 30701 | Aparat Anestezi e | APARAT NARKOZE | NEPTUNE | 10/17042 | MEDE C | Semundjete Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 30948 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12/28972 | MEDE C | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/37 | | |
| Loti 41 - Pajisje mjekesore prodhues Mediso ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Sherbimi | Shënim | | |
| 21558 | GAMA KA | MEDISO | NULLINE | TH-108196-33 | MEDISO | Sherbimi i Imazhe | Mjekesia Nukleare | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | ME RA E TIR OID ES | | | | | rise | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|

Loti 42 - Pajisje mjekesore prodhues Medivators ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|-------------------|------------------|---------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33661 | Endoskopi, single | Endoskopi kolone | SSD-102 | 13099156 | Medivators | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33745 | Endoskopi, single | Endoskopi kolone | SSD-102 | 13099934 | Medivators | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|-----------------------|--------|--------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| 34010 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030271 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 34011 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030266 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 34012 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030280 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 34661 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030277 | Medtronic-Newport | Semundjet e Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 34662 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030270 | Medtronic-Newport | Semundjet e Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 34663 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030276 | Medtronic-Newport | Semundjet e Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 20965 | Respirator | Respirator/Ventilator | eE360e | M11360117608 | NEW PORT | Godine Pediatrise se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrise | Kontrata nr. 173/35 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | ke | | | |
| 20986 | Respirator | Respirator/Ventilator | eE360e | eE360e | NEW PORT | Godine Pediatrise Re | Sherbimi Kirurgjise Pediatrike | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 19762 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | N6361110580 | NEW PORT | Kardio kirurgjia | Sherbimi Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 19774 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | 6,361E+09 | NEW PORT | Kardio kirurgjia | Sherbimi Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 21267 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | G142090005 | NEW PORT | Godine Pediatrise Re | Sherbimi Kirurgjise Pediatrike | Kontrata nr. 173/35 | | |
| 32664 | Ligasure , 3 funksione | Ligasur | LS10 | L15E0918GX | Covidien | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32698 | Ligasure , 3 funksione | Ligasur | LS10 | L19C0302GX | Covidien | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

Loti 44 - Pajisje mjekesore prodhues Mennen ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|
| 31610 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300003 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 31611 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300007 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 31616 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300001 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |

| 31638 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300004 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 31639 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300005 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 31640 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300006 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 45 - Pajisje mjekesore prodhues Micros ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 33756 | Mikrotomë, rrotullues, Patologji | Mikrotomë, rrotullues, Patologji | RAZOR-E Fully Automatic Rotary Microtome | 100206 | Micros, | PAI POLIVALENT | Reanimacioni i pergjithshem | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| Loti 46 - Pajisje mjekesore prodhues Mikromed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 21690 | NJESIQENDRORE EMG+PE | EMG | MATRIX 1009 | MX3-0016/02-08 | MIKROMED | Spitali Neurokirurgjise | Repartit Konsultave Neurokirurgjike | Kontrata nr. 173/36 | | |
| Loti 47 - Pajisje mjekesore prodhues Mindray ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 34664 | Eko | Eko | Z50 | HH6-03000238 | Mindray | Semundjet e Brendshme | GASTRO | Te filloje sherbimi i mirembajtjes ne 07/03/2022 | | |
| 33811 | Defibrilator | Defibrilator | BeneHeart D6 | DZ-96004830 | Mindray | Reanimacion | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33843 | Defibrilator | Defibrilator | BeneHeart D6 | DZ-96004829 | Mindray | Reanimacion | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33899 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004821 | Mindray | Albana Klinika III | Albana Klinika III | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32695 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004825 | Mindray | Salla 1 | Salla 1 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32681 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004828 | Mindray | Salla 2 | Salla 2 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32661 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004822 | Mindray | Salla 3 | Salla 3 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33643 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004823 | Mindray | Salla 4 | Salla 4 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33615 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004824 | Mindray | Salla 5 | Salla 5 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33614 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004826 | Mindray | Salla 6 | Salla 6 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33723 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004827 | Mindray | Salla 7 | Salla 7 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33669 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec 12 Patient monitor | Ev-96046786 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33688 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec 12 Patient monitor | Ev-96046784 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33689 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec 12 Patient monitor | Ev-96046785 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33690 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec 12 Patient monitor | Ev-96046782 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33691 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec 12 Patient monitor | Ev-96046781 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33821 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046789 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33816 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046790 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33824 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046791 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33803 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046792 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33817 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046793 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33806 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046794 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33842 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046795 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33791 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046796 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33841 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046797 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33794 | Monitor, multipar ametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046798 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33847 | Monitor, multipar ametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046799 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33848 | Monitor, multipar ametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046800 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33830 | Monitor, multipar ametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046801 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32703 | Monitor, multipar ametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007034 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32683 | Monitor, multipar ametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007039 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 32677 | Monitor, multipar ametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007033 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33637 | Monitor, multipar ametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007036 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33620 | Monitor, mult | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007037 | Mindray | Sallate reja Kirurgj | Sallate reja Kirurgji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--|--|---|--|--|
| | ipar ame trikc SO | | | | | ikale | kale | | | |
| 33610 | Mon itor, mult ipar ame trikc SO | Monitor Pacienti | Benev ision N15 | F5- 9600703 5 | Mindra y | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33725 | Mon itor, mult ipar ame trikc SO | Monitor Pacienti | Benev ision N15 | F5- 9600703 8 | Mindra y | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33668 | Ven tilat or, rean imac ion , per te rritu r | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600- 44-70 | Mindra y | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33684 | Ven tilat or, rean imac ion , per te rritu r | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600- 44-72 | Mindra y | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33905 | Ven tilat or, rean imac ion , per te rritu r | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600- 44-73 | Mindra y | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33904 | Ven tilat or, rean imac ion , per te | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600- 44-74 | Mindra y | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------------------|--------------|---------|--|--|-------------------------------------|--|--|
| | rritur | | | | | | | | | |
| 33769 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-77 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33825 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-69 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33820 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-71 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33840 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-75 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33809 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-76 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------|--------------------------|--------------|---------|---|---|-------------------------------------|--|--|
| 33802 | Ventilat or, reanimacion , per te rritur | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600-44-78 | Mindray | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33670 | Ventilat or, reanimacion , per te rritur | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600-44-79 | Mindray | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
| 33832 | Ventilat or, reanimacion , per te rritur | Ventilato r | Synov ent E5 Ventil ator | ee9600-44-80 | Mindray | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Reanim acioni i sallave te reja Kirurgj ikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

Loti 48 - Pajisje mjekesore prodhues Nakamura ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------------|--|--|
| 20936 | Inkubator A | Inkubator | H-1000 | US00448591 | Nakamura | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 20952 | Inkubator A | Inkubator | H-1000 | 1523 | Nakamura | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REA) | Kontrata Nr.173/40 | | |

Loti 49 - Pajisje mjekesore prodhues Nidek ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|
|--------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|

| 20103 | OPHTHALMIC YAG LASER SYSTEM | OPHTHALMIC YAG LASER SYSTEM | YC-1800 | 13706-M802-B | NIDEK | PAI Francez | PAI Francez | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| Loti 50 - Pajisje mjekesore prodhues Nihon Kohden ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 20922 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | BSM-4101K | 85 | NIHON KOHDEN | Pediatri | REANIMACIONI Pediatri | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 30855 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | BSM 3763 | 855 | NIHON KOHDEN | Semundjet e Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjis e/ Salla | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 30944 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | LIFESCOP E BSM 3663K | 334 | NIHON KOHDEN | Semundjet e Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjis e/ Salla | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 11513 | Defibrilator | Defibrilator | CARDIO LIFE TEC-7721K | 80547 | NIHON-KOHDEN | Godine Djetegje Plastikes | Shërbi mi I Djetegje Plastikës | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 18773 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113K | 1627 | NIHON-KOHDEN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjis e (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19723 | Defibrilator | Defibrilator | TEC-7721K | 80551 | NIHON-KOHDEN | Kirurgjia e Pergjithshme (djetegje Plastika) | Shërbi mi I Djetegje Plastikës | Kontrata Nr. 173/34 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|------------------|---|---------------------|--|--|
| 19753 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1628 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19754 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 675 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19766 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 890 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19775 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1726 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19778 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1629 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19787 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-5105 K | 1720 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19793 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 859 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 19796 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 60946 V | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | | |

| 20958 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIOLIFE TEL-7521K | 2930 | NIHON-KOHDEN | Spitali Pediatrik | Sherbimi i Pediatrikse se Pergjithshme(Rea) | Kontrata Nr. 173/34 | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|---|---------------------|--|--|
| 20984 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101K | 93 | NIHON-KOHDEN | Godine Pediatrikse se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 20988 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101K | 19 | NIHON-KOHDEN | Godine Pediatrikse se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 20999 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101K | 88 | NIHON-KOHDEN | Godine Pediatrikse se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 21981 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIOLINE TEC7721K | 80548 | NIHON-KOHDEN | Spitali Urgjence Pranimit | Mjekesia Interne HTA | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 31057 | Defibrilat | Defibrilat | TECSS21K | 87092 | NIHON-KOHDEN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| 31292 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIOLIFE ACTIBIPHASIC TEC 5521K | 11467 | NIHON-KOHDEN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata Nr. 173/34 | | |
| Loti 51- Pajisje mjekesore prodhues Olympus ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11953 | Kullë Endoskopie-2 | Sistem Laparoskopie | CLV-180 | 7110397 | OLYMPUS | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Kirurgjise Digjesteve | Kontrata 173/38 | | |

| 30900 | Kullë Endoskopi | Gastro-Fibroskop | EVIS EXERA | 7011515 | OLYMPUS | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Kirurgjise Digjesteve | Kontrata 173/38 | | |
|---|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--|
| Loti 52 - Pajisje mjekesore prodhues Osteosys C ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 34693 | DEXA | Densitometria kockore | DEXA | 2100119 | Osteosys C | PAI POLIVALENT | Imazheri | 19.11.2021 - fillon garancia | | |
| Loti 53 - Pajisje mjekesore prodhues Philips ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11635 | C-ARM | C-Arm | BV LIBRA | 118 | PHILIPS | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Kirurgjise Digjesteve | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 11676 | C-ARM | C-Arm | BV LIBRA | 121 | PHILIPS | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Urologjisë | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 19763 | Grafi Portative | Grafi Portative | Practix 160 | P3-438 (9890-010-83711) | Philips | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 19942 | C-ARM | C-Arm | BV LIBRA | 120 | PHILIPS | Spitali Neurokirurgjise | Shërbi mi I Neurokirurgjise (salle, Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 20096 | Defibrilator | Defibrilator | HEARTSTART MRX | US 00559537 | PHILIPS | Spitali Patologjik | Hemodinamika | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21471 | Defibrilator | Defibrilator | HEARTSTART MRX | US 00559532 | PHILIPS | Spitali Patologjik | Hemodinamika | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21488 | C-ARM | C-Arm | BV LIBRA | 119 | PHILIPS | Spitali I Kardio | Shërbi mi I Kirurgji | Kontrata Nr. 173/32 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|------------------------------------|---|------------------------|--|--|
| | | | | | | kirurgji se | se Vaskula re | | | |
| 21489 | Grafi Portative | Grafi Portative | Practix 300 | .000000 254 | Philips | Spitali Neurok irurgjis e | Sherbi mi Neurov askular (Stroke) | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21747 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 4 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Kardiolo gjji Kati 2 | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21751 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 3 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Kardiolo gjji Kati 2 | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21790 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 5 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Kardiolo gjji Kati 1 | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21797 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 0 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Kardiolo gjji Kati 1 | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21900 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 1 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjji | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21975 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 6 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjji | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 21976 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 8 | PHILIPS | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjji | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| 31502 | Defibrilat tor | Defibrilat tor | HEARTST ART MRX | US 0055953 9 | PHILIPS | QKA | Prova Ushtrim ore Ambula tor | Kontrata Nr. 173/32 | | |
| | Sistemi Monitimi pacienti (Server + 19 Monit pacienti) | Sistemi Monitimi Pacient eh | UT48 00 | UT4800 | Philips | Spitali Patolog jik | Reanim acioni Kardiolo gjji | Kontrata Nr. 173/32 | | |

| | +infrastrukturi) | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---|--|--|
| 34718 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100352752 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34716 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100354470 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 34717 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100384903 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | | |
| 19958 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Kabineti Grafi-Skopi | Duo Diagnost | Philips | Spitali Infektiv | Spitali Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 20219 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Kabineti Grafi-Skopi | Duo Diagnost | Philips | Spitali Neuroshkencës | Shërbimi I Neurologjisë | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 54 - Pajisje mjekesore prodhues Progetti Medical Equipment Solutions ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 33862 | Defibrilator | Defibrilator | Rescue Life | RL-20013469 | Progetti | Neuroshkencës | Reanimacioni i Neurokirurgjisë | 14.04.2020 | | |
| 33884 | Defibrilator | Defibrilator | Rescue 230 | RS-17112098 | Progetti | Semundjet e Brendshme | Kardiologji I | 14.04.2020 | | |
| Loti 55 - Pajisje mjekesore prodhues Siemens ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|----------------|----------|---------|--------------------------------|---|-----------------|--|--|
| 20228 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 317447 | SIEMENS | Spitali Neuroshkencës | Reparti I Konsultave Neurokirurgjike | Kontrata 173/38 | | |
| 21449 | C-ARM | C-Arm | ARCADIS ORBITC | 22534 | SIEMENS | Spitali Neurokirurgjise | Shërbi I Neurokirurgjise (salle, Reanimacion) | Kontrata 173/38 | | |
| 21757 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 342760 | SIEMENS | Spitali i Neuroshkencës | Neurologjia | Kontrata 173/38 | | |
| 21784 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 342739 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Kardiologji I | Kontrata 173/38 | | |
| 31051 | EKOKARDIAKE | EKO | ACUSON X300 PE | 348958 | SIEMENS | Kardio kirurgjia | Sherbi i Kardio kirurgjise | Kontrata 173/38 | | |
| 31957 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 10566144 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reanimacioni Kardiolgjise | Kontrata 173/38 | | |
| 21879 | EKOKARDIAKE | EKO | ACUSON SC 2000 | 400935 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Sherbi i Kardiolgjisë II | Kontrata 173/38 | | |

Loti 56 - Pajisje mjekesore prodhues Sonosite ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 21402 | EKO Kar diake | EKO | M-TURBO | WR 1290 | SONOSITE | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reparti i Hemodinamikës | Kontrata 173/66 Prot. datë 16.02.2021 | | |

Loti 57 - Pajisje mjekesore prodhues Sockert ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|

| 30998 | Ekst rako rpor al | APARA T EKSTR AKORP ORAL | | 45458 | STOC KERT | Semun djet e Brends hme | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e/ Salla | 31.12.2015 | | |
|--|--|---------------------------|---|---|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Loti 58 - Pajisje mjekesore prodhues Storz ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 32679 | Pak eta e end osko pisë, e plot ë, me Vid eo Iden tifik ues Buri mi i Drit es seria l SQ0 538 3 dhe inv 326 79, pjes et perb eres e te tjera jane : Proc esor Ima zhi seria l OQ 187 2 dhe inv | Endosko p, Paketa e plote | UG23 0 + UG50 0 + 13991 ET + UG63 1 + UG61 8 + 20400 021 + 26400 090 + LMD- 2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP21 0 + TL30 0 + 495N E + WD1 00 + UP- 25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0227 5+RQ10 06691+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 589+806 073- P+OQ00 6845- k+RQ03 326+RQ 01354+S Q05383 +LOTO Q17+O Q1872+ 740496+ 121ADE +SQ01/ RQ13/S Q12/RQ 02+RQ1 9/RQ19/ SQ02/R Q04+SQ 04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ 19/RQ44 | Storz | PAI Polival ent | PAI Polivale nt | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 326 71, Prin ter seria l 740 496 dhe inv 326 74, Pom pe Irrig imi seria l RQ0 135 4 dhe inv 327 02, Kok a e Ka mer es seria l RQ8 060 73 - P dhe inv 326 80, Mon itori seria l 800 258 9 dhe inv 326 73, Karr eli mba jtes seria | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 32669 | Paketa e endoskopes, plotë, me VideoIdentifikues Buri i Drites serial SQ05378 dhe inv 32669, pjesë të perberes të tjera jance : Processor Imazhi serial OQ1865 dhe inv 32707, Printer serial 740514 dhe inv | Endoskopi, Paketa e plote | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400021 + 26400090 + LMD-2435 MD + 20213011U + 20212030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02256+RQ1006692+L OT51085327+L OTZR01+LOTO Q+8002532+806075- P+OQ005599+R Q03324+RQ01358+SQ05378+L OTOQ17+OQ1865+740514+121 AJQ+SQ01/RQ13/SQ12/R Q02+RQ19/RQ19/SQ02/R Q04+SQ04/RQ01/SQ01+S Q05/SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
|-------|---|---------------------------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 326 88, Pom pe Irrig imi seria 1 RQ0 135 8 dhe inv 326 92, Kok a e Ka mer es seria 1 RQ8 060 75 - P dhe inv 326 68, Mon itori seria 1 800 253 2 dhe inv 327 08, Karr eli mba jtes seria 1 PQ0 225 6 dhe inv 326 87, End oflat | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 32690 | Paketa e endoskopes, plotë, me Video Identifikues Buri mi i Drites serial SQ05375 dhe inv 32690, pjeset perberes te tjera jane : Procesori Ima zhi serial OQ1871 dhe inv 33649, Printer serial 740516 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02276+RQ1006711+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 594+806 072- P+PQ00 6846- K+RQ03 337+RQ 01355+S Q05375 +LOTO Q17+O Q1871+ 740516+ 121AK1 +SQ01/ RQ13/S Q12/RQ 02+RQ1 9/RQ19/ SQ02/R Q04+SQ 04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ 19/RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjike | Sallate reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 |
|-------|--|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 336 45, Pom pe Irrig imi seria l RQ0 135 5 dhe inv 336 50, Kok a e Ka mer es seria l RQ8 060 72 - P dhe inv 336 48, Mon itori seria l 800 259 4 dhe inv 336 44, Karr eli mba jtes seria l PQ0 227 6 dhe inv 336 46, End oflat | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33627 | Paketa e endoskopesë, plotë, me Video Identifikues Buri mi i Drites serial SQ05385 dhe inv 33627, pjeset perberesete tjera jane : Procesori Ima zhi serial OQ1885 dhe inv 33626, Printer serial 740510 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0225 8+RQ10 06699+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 523+RQ 806081- P+PQ00 6839K+ RQ0333 5+RQ01 357+SQ 05385+L OTOQ1 7+OQ18 85+7405 10+121 AC3+S Q01/RQ13/SQ12 /RQ02+ RQ19/RQ19/SQ02/RQ04 +SQ04/ RQ01/S Q01+SQ05/SQ19 /RQ44+ | Storz | Sallate reja Kirurgjike | Sallate reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
|-------|---|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 336 35, Pom pe Irrig imi seria 1 RQ0 135 7 dhe inv 336 29, Kok a e Ka mer es seria 1 RQ8 060 81 - P dhe inv 336 28, Mon itori seria 1 800 252 3 dhe inv 336 34, Karr eli mba jtes seria 1 PQ0 225 8 dhe inv 336 31, End oflat | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 33609 | Paketa e endoskopes, plotë, me Video Identifikues Buri mi i Drites serial SQ05380 dhe inv 33609, pjeset perberesete tjera jane : Processor Imazhi serial OQ1869 dhe inv 33613, Printer serial 740520 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0227 7+RQ10 06690+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 570+806 078- P+OQ00 6097+R Q03327 +RQ013 52+SQ0 5380+L OTOQ1 7+OQ18 69+7405 20+121 AAQ+S Q01/RQ 13/SQ12 /RQ02+ RQ19/R Q19/SQ 02/RQ04 +SQ04/ RQ01/S Q01+SQ 05/SQ19 /RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjike | Sallate reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | | |
|-------|---|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 336 04, Pom pe Irrig imi seria 1 RQ0 135 2 dhe inv 336 08, Kok a e Ka mer es seria 1 RQ8 060 78 - P dhe inv 336 12, Mon itori seria 1 800 257 0 dhe inv 336 05, Karr eli mba jtes seria 1 PQ0 227 7 dhe inv 336 06, End oflat | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 33733 | Paketa e endoskopesë, plotë, me Video Identifikues Buri mi i Drites serial SQ05386 dhe inv 33733, pjeset perberes te tjera jane : Procesori Ima zhi serial OQ1895 dhe inv 33735, Printer serial 740506 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400021 + 26400090 + LMD-2435 MD + 20213011U + 20212030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003AA + 30103MP + 30160MP + 31331MLM + 34351MS | PQ02278+RQ1006702+L OT51085327+L OTZR01+LOTO Q+8002593+80680- P+PQ006841- K+RQ03334+RQ01356+S Q05386+LOTO Q17+O Q1895+740506+121ABY +SQ01/RQ13/S Q12/RQ02+RQ19/RQ19/SQ02/R Q04+SQ04/RQ01/SQ01+S Q05/SQ19/RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjike | Sallate reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 |
|-------|---|---|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 337 36, Pom pe Irrig imi seria 1 RQ0 135 6 dhe inv 337 32, Kok a e Ka mer es seria 1 RQ8 060 80 - P dhe inv 337 31, Mon itori seria 1 800 259 3 dhe inv 337 37, Karr eli mba jtes seria 1 PQ0 227 8 dhe inv 337 38, End oflat | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 33712 | Paketa e endoskopes, plotë, me Video Identifikues Buri mi i Drites serial SQ05382 dhe inv 33712, pjeset perberes te tjera jane : Procesori Ima zhi serial OQ1896 dhe inv 33714, Printer serial 740495 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0225 7+RQ10 06698+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 521+806 076- P+PQ00 6838R+ RQ0332 1+RQ01 362+SQ 05382+L OTOQ1 7+OQ18 96+7404 95+121 ABT+S Q01/RQ 13/SQ12 /RQ02+ RQ19/R Q19/SQ 02/RQ04 +SQ04/ RQ01/S Q01+SQ 05/SQ19 /RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjike | Sallate reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 |
|-------|--|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

337
13,
Pom
pe
Irrig
imi
seria
1
RQ0
136
2
dhe
inv
337
09,
Kok
a e
Ka
mer
es
seria
1
RQ8
060
76 -
P
dhe
inv
337
11,
Mon
itori
seria
1
800
252
1
dhe
inv
337
08,
Karr
eli
mba
jtes
seria
1
PQ0
225
7
dhe
inv
337
15,
End
oflat

| | or seria l RQ0 332 1 dhe inv 337 10 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|--|--|
| 19241 | Lithotriptor C-Arm | Lithotriptor | Modulith SLX-F2 | OR.547 | STORZ Medica l | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Urologjise | Kontrata nr. 173/36 | | |
| Loti 59 - Pajisje mjekesore prodhues Shimadzu ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19912 | Grafi portative | Grafi Portative | MUX-10 | 0462P81610 | Shimadzu | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| Loti 60 - Pajisje mjekesore prodhues Terumo ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|
| 30854 | Ekst rako rpor al | Ekstrako rpor al | Sarns 8000 | 1307 | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 30951 | Ngr ohes /Fto hës Gja ku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | Hemo therm 400M R | 064-12586M | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19651 | Ngr ohes /Fto hës Gja ku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | Hemo therm 400M R | 064-12585M | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | | |

Loti 61 - Pajisje mjekesore prodhues Toshiba ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|--|
| 21660 | EKO Dop pler | EKO | Power vision 6000 | A15628 17 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 31986 | EKO | EKO | XARIO 200 | W5D176 2940 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | | |
| 31995 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi/Sk opi DR | Plessa rt VIVO DRE X-PV 50 | E2C176 2060 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | | |

Loti 62 - Pajisje mjekesore prodhues Viasys Healthcare ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| 19203 | | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT041 25 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19204 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH | AKT042 15 | VIASY S HEAL THCA | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit | Kontrata nr. 173/37 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|
| | | | ENSI VE 16532 -02 | | RE | | Infektiv | | | |
| 19211 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02053 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19212 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 01916 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19214 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02016 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19215 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02052 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19217 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02029 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19218 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02040 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19299 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH | AKT004 218 | VIASY S HEAL THCA | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/37 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|---|--------------|----------------------------------|---|---|------------------------|--|--|
| | | | ENSI VE 16532 -02 | | RE | | Infektiv | | | |
| 19509 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT041 51 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19929 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT04 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 19986 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT042 02 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 21173 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT019 70 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |
| 21193 | Res pirat or | RESPIR ATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02034 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | | |

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCËS:

Specifikimet Teknike të Përgjithshme

1. Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Autorizimin nga prodhuesi / MAH / ose distributori i
2. Operatori Ekonomik duhet të ketë më shumë se një person kontakti për raportimin e defekteve dhe çështjeve administrative, për të cilët duhet të bëje me dije Autoritetin Kontraktor (telefon dhe email).

3. Çdo ndryshim kontakti duhet të raportohet menjëherë me shkrim palëve.
4. Stafi (i të Kontraktuarit) duhet të jetë i pajisur me kartë (mjet) identifikimi personal gjatë vizitave në ambjentet e Kontraktuesit dhe të shoqerohet nga stafi i Sektorit të Inxhinierise Klinike.
5. Ofertuesi (Operatori Ekonomik) duhet të lëshojë një Deklaratë me anë të së cilës merr përsipër sigurimin teknik të stafit të tij gjatë kohës së punës në ambjentet e QSUNT, dhe kjo e fundit nuk mban asnjë përgjegjësi për aksidentet e ndodhura të punonjësve të Operatorit Ekonomik në ambjentet e saj.

*Me këtë numër minimal të kërkuar synohet të garantohet gjatë gjithë kohës ofrimi i shërbimit dhe parandalohen rastet e pamundësisë së prezencës së stafit për arsye të ndryshme objektive (leje vjetore, raport mjekësor, trajnime etj).

Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore

1. Mirëmbajtja parandaluese apo preventive të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërimi apo përkeqësimi i performancës.
2. Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollat që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.
3. Me lidhjen e kontratës duhet kryer për çdo pajise mirëmbajtja preventive, sipas planit të paraqitur. Operatori Ekonomik (OE) duhet të planifikojë dhe koordinojë mirëmbajtjen preventive në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe përdoruesin (stafin mjekësor), dhe ta kryejë jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i kontratës.
4. Pavarësisht planit të parashikuar të mirëmbajtjes preventive, OE duhet të kryejë kontroll periodik mujor të funksionimit të pajisjes.
5. Në përfundim të çdo kontrolli apo mirëmbajtjeje preventive të kryer, duhet të mbahet një raport për faktin. Raporti duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i OE i cili do të kryejë kontrollin/mirëmbajtjen. Modeli i këtij raporti është i standartizuar nga AK.
6. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë kontrole apo verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore

1. Ndërrhyrjet e mirëmbajtjes korigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.
2. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund të jenë: Tuba X-ray, Dedektorë, Kompjuterë, Hard Drive, DVD-CD, Keyboard, Monitor,

- RAM, Ups, Bllok ushqimi, printer, infrastrukture rrjeti, fisha, sonda, mansheta, sensorë, elektroda, Ingranazhe, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, rrota, pistonë, motorrë etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
3. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar e verifikuar defektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Sektori i Inxhinierisë Klinike për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.
 4. Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas marrjes së njoftimit.
 5. Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit, të standartizuar nga AK, për nevojën e pjesëve të këmbimit të firmosur nga specialisti i Sektorit të Inxhinierisë Klinike, Stafi mjekësor përdorues i pajisjes dhe inxhinieri i Shoqërisë së kontraktuar (OE).
 6. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të garantojë që nuk do të kalojë afatin prej 10 ditësh për vendosjen në funksion të pajisjes/ve.
 7. Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
 8. Pas çdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, pajisja duhet të rivendoset në gjendje të plotë pune.
 9. Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korrigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të kontraktuarit .
 10. Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal (i standartizuar nga AK) apo Raport Servisi, formati i të cilit miratohet dhe unifikohet nga AK, që përshkruan në mënyrë të detajuar dhe të qartë defektin/problemin, pjesët e zëvendësuara në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i Servisit duhet të firmoset nga Shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja ose persona të autorizuar prej tij (staf mjekësor përdorues i pajisjes), specialisti i Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
 11. Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë

1. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
2. Të jenë të certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun Europian.
3. Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqëruar sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
4. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjeçar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arritjen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)

Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore

Operatori Ekonomik duhet të kryejë të paktën 1(një) një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745, kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar, kur kjo është e zbatueshme.

1. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
2. Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
3. Në përfundim të çdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
4. Pas çdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
5. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
6. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Argumentimi: Ky kriter u vendos në mbështetje të Shkresës nr.264/54 prot., datë 07/07/2022 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 264/53 prot., datë 05/07/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, bazuar në Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me nr. 63 (246/8) datë 03/02/2022, të “Për ngritjen e komisionit për riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt “Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, si dhe në përputhje me nenin 4, pika 38 të Ligjit nr. 162/2020, “Për Prokurimin Publik”, nenin 41, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKUT TË EKZEKUTIMIT

Shërbimi që kërkohet: Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote.

| Loti 1 - Pajisje mjekësore prodhues Aeonmed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------------|----------|---|-------|--------------|
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | Sasia | |
| 34600 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E)XZZV1826 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34076 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E)XZZU3172 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34110 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E)XZZV1811 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34038 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E)XZZV1887 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34033 | Respirator | Respirator | VG70 | VG70(E)XZZU3091 | Aeonmed | PAI Infektiv | Covid 3 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| Loti 2 - Pajisje mjekësore prodhues Aesculap/ B-Broun ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | Vlera ditore |
| 11705 | SHARRE OSHILANTE | Sharre Oshilante Neuro | Micro speed Uni | 4245 | AESC ULAP/ B-Braun | Spitali Neurokirurgjise | Salle | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |

| 21465 | Kullë Neuro Endoskopie | Sistem Neuro Endoskopie | PV 890 | 1216 | AESC ULAP/B-Braun | Spitali Neurokirurgjike | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
|--|------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|
| Loti 3 - Pajisje mjekesore prodhues Alcon ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 20149 | FAKO | Fako | INFINITI | 1202711301X | ALCON | Spitali Francez | Sherbimi i Okulistikes | Kontrata nr.173/39 | 1 | |
| 20010 | LAZERI RETINES | LAZERI RETINES | PURE POINT | 1202755401X | ALCON | PAI SPITALI FRANCEZ | OKULISTIKE | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 4 - Pajisje mjekesore prodhues Alpinion ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | Vleratoretore |
| 31651 | EKO | Echodopler color Flow, duplex qe kryen echo dhe dopler transcraniale | ECUBE 15-EX | D01222 | ALPINION | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 34660 | Eko | Eko | E-CUBE 9 | S04285 | Alpinion | Semundjet e Brendshme | PL_02/53 (RADIOLOGJI ECHO ABDOMINALE SPITALI 1) | 03.09.2020 | 1 | |
| Loti 5 - Pajisje mjekesore prodhues Alsa ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | Vleratoretore |
| 33666 | Njësia e radi | Njësia e radiofrekuencës | EXCELL 350 | 2530055 | Alsa | Sallate reja Kirurgj | Sallate reja Kirurgj | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | ofre kue ncës | | MCD Se | | | ikale | kale | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 33667 | Njës ia e radi ofre kue ncës | Njësia e radiofrek uencës | EXCE LL 350 MCD Se | 2530420 | Alsa | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| Loti 6 - Pajisje mjekesore prodhues Alvo ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 32666 | Tav olin e, Ope raci oni, kiru rgjia e përg jiths hme , baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326577 | Alvo | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32693 | Tav olin e, Ope raci oni, kiru rgjia e përg jiths hme , baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326587 | Alvo | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32678 | Tav olin e, Ope raci oni, kiru rgjia e përg jiths hme , | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326576 | Alvo | Sallat e reja Kirurgj ikale | Sallat e reja Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|---------|-------------------|------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | baza | | | | | | | | | |
| 33642 | Tavolin e, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326579 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33619 | Tavolin e, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326382 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33601 | Tavolin e, Operacioni, kirurgjia e përgjithshme, baza | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326580 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33720 | Tavolin e, Operacioni, kirurgjia e | Shtrat Operator | SON ATA | S190000 326578 | Alvo | Sallat e reja Kirurgjikale | Sallat e reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | përgjithshme, baza | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------|---------------------------|--|---|------------------------|---|--|
| Loti 7 - Pajisje mjekesore prodhues Arrow Teleflex ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19796 | PO MP E INT RA AO RTI KE | IABP (INTRA AORTIK BALLO N POMP) | AUT OCA T II | 60946V | ARRO W Telefle x | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgji e | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| Loti 8 - Pajisje mjekesore prodhues Atom medical ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19394 | Inku bato r | Inkubato r | V-850 | 10605 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 20946 | Inku bato r Kiru rgjik al | Inkubato r | V-88 | 1163377 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 12096 3 | Inku bato r Kiru rgjik al | Inkubato r | V-88 | 1163378 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 21234 | Inku bato r | Inkubato r | INCUI | 26X078 3 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 21243 | Inku bato r | Inkubato r | INCUI | 26X075 9 | ATOM MEDI CAL | Godina e Pediatri se se | Sherbi mi i Kirurgji se | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |

| | | | | | | Re | Pediatri ke (REA) | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Loti 9 - Pajisje mjekesore prodhues Biolight ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 34543 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037224 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34554 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037222 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34538 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037226 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34536 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037223 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34540 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037235 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----|-------------|----------|------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| 34563 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037234 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34553 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037220 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34549 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037237 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34542 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037233 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34539 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037236 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34556 | Monitor Pacienti Multiparametrik | Monitor Pacienti Multiparametrik | Q5 | Q068E037228 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|
| 34555 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037240 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34541 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037219 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34544 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037229 | Biolight | Polivalent | REA e Pergjithshme | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34196 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037216 | Biolight | Semundjet e Brendshme | Lab.Kardiokirurgji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34548 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037231 | Biolight | Semundjet e Brendshme | Lab.Kardiokirurgji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34545 | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Monitor Pacienti Multipar ametrik | Q5 | Q068E037221 | Biolight | Semundjet e Brendshme | Lab.Kardiokirurgji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

Loti 10 - Pajisje mjekesore prodhues Bowa ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 34734 | Elektrobisturi | Elektrobisturi | ARC 350 | 900-351 | BOWA | Semundjet e Brendshme | SALLA KARDI OKIRU RGJISE | Garancia2-vite nga data 11.08.2020 | | |
| Loti 11 - Pajisje mjekesore prodhues Cardioline ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 21800 | TreadMill | TreadMill | CC XR 600 | 6412007 | CARDIOLINE | Spitali Semundjet e Brendshme | Repartit Hemodinamikes | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 21958 | TreadMill | TreadMill | CXR 600 | 6412009 | CARDIOLINE | Spitali Polivalent | Mjekesia Interne HTA | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 31507 | TreadMill | TreadMill | XR600M | 6312000 | CARDIOLINE | Qendra e Konsultave Ambulatore | Qendra e Konsultave Ambulatore | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| Loti 12 - Pajisje mjekesore prodhues Carl Zeiss ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19900 | MIKROSKOP | MIKROSKOP KIRURGJIKAL | S7 | -1938 | CARL ZEISS | Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr.173/32 | | |
| 19881 | MIKROSKOP | MIKROSKOP KIRURGJIKAL | S88 | 6213 | CARL ZEISS | Francez | Sherbimi i Okulistikes | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| 21467 | Mikroskop | Mikroskop Kirurgjikal | OPMI PENTERO | 6,631E+09 | CARL ZEISS | Neuroshkence | PAI - Neuroshkence | Nuk ka kontratë të ngjashme | | |
| Loti 13 - Pajisje mjekesore prodhues Chest ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| 31067 | SPIROMETER | SPIROMETER | CHEST GRAPH | 1451856 | CHEST | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Pneumologjise Alergologji Pediatri ke | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------------|--|---|---|--|
| Loti 14 - Pajisje mjekesore prodhues Comecer ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 21551 | Kapë Radi ofar mac euti ke | Kapë Radiofarmaceutike Laminare | FGH LAF | 40CIB/0111/V11288 | Comecer | Spitali Polivalent | Mjekësi a Nukleare | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 15 - Pajisje mjekesore prodhues Comen ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 34757 | Defibrilat/Monitor | Defibrilat/Monitor | S8 | S8200613024 | COMEN | PAI Infektiv | Covid 3 Seksioni C | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34756 | Defibrilat/Monitor | Defibrilat/Monitor | S8 | S8200613041 | COMEN | PAI Infektiv | Covid 3 Seksioni C | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| Loti 16 - Pajisje mjekesore prodhues Datex - Ohmeda ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 20090 | Aparat Anestezi e | Aparat Anestezi e | AESTIVA/5/7100 | AMVE00353 | DATEX-OHMEDA | Spitali Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 17 - Pajisje mjekesore prodhues De souter ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| 31059 | SH AR RE OS HIL AN TE | SHARR E Oshilante CardioTh oratic | DBR- 700 | 14/0051 9 | DE SOUT ER | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e(Salle Operaci oni) | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
|---|---|---|------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|------------------------|---|--|
| Loti 18 - Pajisje mjekesore prodhues Drager ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11729 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | FABI US PLUS | ASBL- 0308 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 11791 | Mon itor paci enti | Monitor pacienti | INFI NITY DELT A XL | 5,308E+ 09 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 11796 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | FABI US PLUS | ASBL- 0309 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19270 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | EVIT A XL | ASBL- 0353 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19272 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | EVIT A XL | ABSL- 0351 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19349 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | EVIT A XL | ASBL- 0350 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19352 | Mon itor paci enti | Monitor pacienti | INFI NITY DELT A XL | 6,003E+ 09 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19355 | Mon itor paci enti | Monitor pacienti | INFI NITY DELT A XL | 6,003E+ 09 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------|---|--|
| 19361 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19362 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19363 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19364 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19411 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19735 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASCD-0094 | DRAGER | Shërbi mi I Djegje Plastikës | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19760 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0085 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | | |
| 19788 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07 ARRD-0035 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19794 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19808 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19809 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTA XL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19815 | APARAT | Aparat Anestezi e | FABIUS PLUS | ASBL-0310 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------|------------|--|---|------------------------|---|--|
| | AN EST EZI E | | | | | e | | | | |
| 19935 | Mon itor paci enti | Monitor pacienti | INFI NITY DELT A XL | 6,003E+ 09 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19936 | Mon itor paci enti | Monitor pacienti | INFI NITY DELT A XL | 6,003E+ 09 | DRAG ER | Spitali Neurok irurgjis e | Salle, Reanim acion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19947 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | FABI US PLUS | ASCF- 0026 | DRAG ER | Godina e Djegje Plastike s | Shërbi mi I Djegje Plastikë s | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19948 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | FABI US PLUS | ASCF- 0027 | DRAG ER | Godina e Djegje Plastike s | Shërbi mi I Djegje Plastikë s | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 19949 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | SAVI NA | ASCE- 0131 | DRAG ER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanim acionit | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21157 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | SAVI NA | ASCD- 0072 | DRAG ER | PAI Polival ent | Shërbi mi I Reanim acionit të Pergjith shëm | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21158 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | SAVI NA | ASCD- 0078 | DRAG ER | PAI Polival ent | Shërbi mi I Reanim acionit të Pergjith shëm | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21166 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | SAVI NA | ASCD- 0081 | DRAG ER | PAI Polival ent | Shërbi mi I Reanim acionit të Pergjith shëm | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21189 | Res pirat or | Respirato r/Ventilat or | SAVI NA | ASCD- 0074 | DRAG ER | PAI Polival ent | Shërbi mi I Reanim acionit | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------|-------------------------|---|---------------------|---|--|
| | | | | | | | të Pergjithshëm | | | |
| 21371 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | ASCD-0077 | DRAGER | PAI Polivalent | Shërbi mi I Reanimacionit të Pergjithshëm | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21682 | Respirator | Respirator/Ventilator | EVITAXL | ASBL - 0352 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 21683 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | INFINITY DELTAXL | 6,003E+09 | DRAGER | Spitali Neurokirurgjise | Salle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |
| 30991 | Respirator | Respirator/Ventilator | SAVINA | 8414000-07ARRD-0033 | DRAGER | Spitali Infektiv | Shërbi mi I Reanimacionit | Kontrata nr. 173/31 | 1 | |

Loti 19 - Pajisje mjekesore prodhues Esaote ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|
| 19445 | EKO | EKO | MYLAB 50 XVISION | 1524 | ESAOTE | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbi mi i Urologjise | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 20768 | EKO | EKO | MEGASGPX | 1089 | ESAOTE | Spitali Polivalent | Sherbi mi I Urgjences Imazheria | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 30930 | EKO KARDIAKE | EKO Kardiake Portative | MyLAB30 CV | 30930 | ESAOTE | Sherbi mi i Kardio kirurgjise | Kardiokirurgjia (salle, Reanimacion) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |

Loti 20 - Pajisje mjekesore prodhues Escaman ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|---|------------------|-----------------------------|---|--|
| 21195 | Shtrat operacioni | Shtrat operacioni | ESCAMAN | J21189 | ESCAMAN | PAI QKA / BLLOKU OPERATOR DJEJIE PLASTIKE | Salle Kirurgjike | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
|-------|-------------------|-------------------|---------|--------|---------|---|------------------|-----------------------------|---|--|

Loti 21 - Pajisje mjekesore prodhues FUJI ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------|---|--|
| 20457 - 20350 | PACS Server & 10 kliente Dicom Viewer | SISTEM INFORMATIK PACS & DICOM Viewer | Synapse | Synapse | FUJI | Spitali I Urgjencë Pranimi | Shërbi mi i Imazherisë | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

Loti 22 - Pajisje mjekesore prodhues Fujinon ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 21916 | Kabineti I Endoskopisë | Gastro-Kolonoskop* | NDS | 12207287 | FUJINON | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Sherbi mi i Gastrohepatologjise * | Kontrata 173/66 Prot. datë 16.02.2021 | 1 | |

Loti 23 - Pajisje mjekesore prodhues Fukuda Denshi ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|------------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| 21235 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300728 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 21236 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300725 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 21239 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300729 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 21240 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300726 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

| 21241 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300727 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|
| 21242 | MONITOR | Monitor Pacienti | DS 8100N | 50300724 | Fukuda Denshi | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 24 - Pajisje mjekesore prodhues GE ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19262 | Aparat Anestezi e | Aparat Anestezi e | AESP IRE VIEW | APHR00580 | GE | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 19657 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID S5 | 0523VS5 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Pediatri se se Pergjith shme | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 20953 | INKUBATOR | Inkubator | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR52844 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 20979 | INKUBATOR | Inkubator | GIRAFFE INCUBATOR | HDHR52731 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 21037 | EKO | ECHO | VIVID S5 | 1428VS5 | GE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Urgjenc es e Sëmund jeve te Brendës hme | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 21970 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID E9 | GA314938-02 | GE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Mjekesi a Interne (HTA) | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 31380 | EKO Kar diak e | ECHO | VIVID T8 | 606348WX0 | GE | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i Pediatri se se Pergjith shme | Kontrata 173/36 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----|------------------|-----------------------|---|---|--|
| 34670 | ECG | ECG | MAC 600 | SS51938 0002PA | GE | Pediatri | Reanimacioni Pediatri | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34671 | ECG | ECG | MAC 600 | SS51937 0099PA | GE | Infektiv | REA Infektiv | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 33652 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00021WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33653 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00020WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33846 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00016WA | GE | Reanimacioni | Reanimacioni | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32712 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00022WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32682 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00019WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32711 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00013WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33636 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00014WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33624 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00018WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33739 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00017WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33728 | Makinë anestezie | Makinë anestezie | Carestation 620 | SM6192 00015WA | GE | Salle Kirurgjike | Salle Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|------------|-----------|----|---|---|-------------------------------------|---|
| 33755 | Njësia e ultrasound, intraoperative Eko inv 33755, shoqerohet me sondat: model C15RS, serial 1759609WX1 inv 33754, model L39IRS serial 1BP190002 inv 33753, model L818IRS serial 1278312YP4 inv 337 | Eko (me pjeset perberese) | LOGIQ P9R3 | LP9004077 | GE | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|---|---------------------------|------------|-----------|----|---|---|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|-----------------|------------|----|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | 52 | | | | | | | | | |
| 33797 | Njësia e ultrasound, reanimacioni Eko inv 33797, shoqerohet me sondat: model L6-12-RS, serial 1748724WX2 inv 33798, model | Eko (me pjeset perberese) | LOGIQ V5 Expert | 6043516WXo | GE | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | 4C-RS seria l 762 788 WX 8 inv 337 99, mod el 3SC -RS seria l 764 890 WX 0 inv 338 00 | | | | | | | | | |
| 34638 | Eko Fikse | Eko (me pjeset perberese) | Versana Premium VS | Sn 6036855 WXO | GE | Polivalent | REA e Kardiologjise | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34645 | Eko Fikse | Eko (me pjeset perberese) | Versana Premium VS | Sn 6036837 WXO | GE | Polivalent | | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34640 | Eko portative | Eko (me pjeset perberese) | Versana Active | Sn 6054210 WXO | GE | Polivalent | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34630 | Eko portative | Eko (me pjeset perberese) | Versana Active | Sn 6054221 WXO | GE | Polivalent | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 34828 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2303 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34829 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2313 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34825 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBR02 307 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| 34826 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2312 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34827 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2295 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34823 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | CBRZ80 022 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34822 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2300 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34820 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2302 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34830 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2306 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34831 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2296 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34832 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2316 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34833 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2137 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34834 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2314 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34849 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2310 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34835 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2304 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34851 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2299 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34850 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE | WBRZ0 2294 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendro | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|---|--------------------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | R860 | | | | r | | | |
| 34852 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2308 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34837 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2297 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34836 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2301 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34838 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2298 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34839 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2305 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34840 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2311 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34841 | Respirator | Respirator | CAR ESCAPE R860 | WBRZ0 2315 | GE Healthcare | Polivalent | Reanimacioni Qendror | Garancia 2-vite nga data 17.12.2020 | 1 | |
| 34841 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versana Active Ultrasound | 5820934 5210300 14 | Ge Helthcare | Infektiv | Covid 3 | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |
| 34848 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versana Active Ultrasound | 5820934 5210200 04 | Ge Helthcare | Onkologjik | Imazheri | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |
| 34648 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versana Activ | 5820934 5210200 25 | Ge Helthcare | Pediatri | Urgjencia | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----------------|--|--------------------------|---------------------|----------|------------------|---|---|--|
| | | | e Ultras ound | | | | | | | |
| 35021 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versa na Activ e Ultras ound | 5820934 5210300 03 | Ge Helthca re | Pediatri | Imazher i | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |
| 34960 | Eko | Eko portabel | Ge Helth care Versa na Activ e Ultras ound | 5820934 5210300 20 | Ge Helthca re | Pediatri | Reanim acioni | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |

Loti 25 - Pajisje mjekesore prodhues GMM ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| 20666 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR* | Calyp so | 1825 (AM125 07J09 | GMM | Spitali I Urgjen cë Pranimi Kati -1 | Shërbi mi I Imazher isë | Kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20691 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR | Calyp so | Calypso | GMM | Spitali I Urgjen cë Pranimi Kati-0 | Shërbi mi I Imazher isë | Kontratë të ngjashme | 1 | |
| 31235 | C- AR M | C-Arm | MCA PRIM E | 65-12- 04-08 | GMM | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20669 | Sist em Radi ogra fie DR | Grafi DR* | GMM | Calypso | GMM | Shërbi mi I Imazhe risë | | Kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20686 | Sist em Fluo | Fluorosc opi^ | GMM | OPERA T90 CEX | GMM | Polival ent | Shërbi mi I Imazher | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

| | rosk opie | | | | | | isë | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| 34624 | Graf i Port ativ e | Grafi Portative | ACC ORD DR40 | 972-20- 057-147 | GMM | Polival ent | Reanim acioni i sallave te reja kirurgji kale | Garancia fillon nga 30.12.2020 | 1 | |
| 34625 | Graf i Port ativ e | Grafi Portative | ACC ORD DR40 | 972-20- 056-146 | GMM | Polival ent | Reanim acioni Qendro r | Garancia fillon nga 30.12.2020 | 1 | |
| Loti 26 - Pajisje mjekesore prodhues Hemokron ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 30702 | MA TES AC T | MATES ACT HEMOK ROM | 401 | T 17190- 5 | HEMO KRON | Semun djet e Brends hme | Reparti i Hemodi namikës | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 27 - Pajisje mjekesore prodhues Heyer Medical ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 32655 | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1166 | HEYE R MEDI CAL | Onkolo gjik | Onkolo gjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 32660 | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1167 | HEYE R MEDI CAL | Onkolo gjik | Onkolo gjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| | Apa rat Ane stezi e | Aparat Anestezi e | Pasith ek | 0835- 0718- 1165 | HEYE R MEDI CAL | Urgjen ca Kirurgji | Urgjenc a Kirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 28 - Pajisje prodhues Hydroclave ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19250 | Hidr okla ve | Hidrokla ve | H-15 | HSC- 0912151 2 | Hydroc llave | Spitali Francez | Spitali Francez | Kontrata nr. 173/36 | 1 | |
| Loti 29 - Pajisje mjekesore prodhues IMS ose ekuivalent | | | | | | | | | | |

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---|----------------------|----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 19853 | Mamograf | Mamograf | Giotto 3DL | 6401-12M2 | IMS | Spitali Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Kontrata nr 173/32 | 1 | |
| Loti 30 - Pajisje mjekesore prodhues Infimed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31963 | Shtrat Operimi | Shtrat Operimi | OT - 02-552 | | Infimed | Onkologjik | Shërbi mi Onkologjik | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 31 - Pajisje mjekesore prodhues Innomed ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31386 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206335 | Innomed Medical Zrt | Urgjence Pranimi | Mjekesia Interne (HTA) | Kontrata nr 173/33 | 1 | |
| 34740 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206334 | Innomed Medical Zrt | Urgjence Pranimi | Urgjencat e Semundjeve të Brendshme | Kontrata nr 173/33 | 1 | |
| 34741 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206333 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Kardiologji I | Kontrata nr 173/33 | 1 | |
| 34742 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206336 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Reanimacioni i Kardiologjise | Kontrata nr 173/33 | 1 | |
| 34743 | Defibrilator Bifazik | Defibrilator | Cardio-Aid 360-B | 19206332 | Innomed Medical Zrt | Patologjik | Hemodinamika | Kontrata nr 173/33 | 1 | |
| Loti 32 - Pajisje mjekesore prodhues INTEGRA LifeSciences ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| 19431 | Aspirator UltraSonic | AspUltra Sonic Kirurgjikal | Disseptron | FCL100 0103 | INTEGRA LifeSciences | Spitali Neurokirurgjike | Ssalle, Reanimacion | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
|---|--|----------------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| Loti 33 - Pajisje mjekesore prodhues Interacoustics ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 35023 | Eclipse Ep 15A SSR prodh, model i Eclipse, Sn, Nr inv | Eclipse E | Eclipse EP 15ASR | .0954575 | Interacoustics | Spitali Francez | Kabineti ORL | 01.07.2021 | 1 | |
| 35024 | Timpanometer4(aparat shoqerohet me baze ne kari kimitt) | Timpanometer, | Intertek | 4005727 | Interacoustics | Spitali Francez | Kabineti ORL | 01.07.2021 | 1 | |
| Loti 34 - Pajisje mjekesore prodhues Italray ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---|---|
| 33719 | <p>Ska ner C- arm Iden tifik ues C- AR M me nr seria l 190 719- 19- 000 01 dhe inv 337 19, pjes et perb eres e te tjera jane : Tubi seria l 160 747 5 dhe inv 337 18, Mon itori l seria l 721 908 320 575 dhe inv 337 17, Mon itori</p> | C-arm | Carm ex 12F | 190719- 19- 00001 | Italray | Salle Kirurgj ikale | Salle Kirurgji kale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|---|-------|-------------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---|---|

| | 2 seria 1 782 190 832 058 4 dhe inv 337 16 | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 33827 | Njësie rrezet X, e lëvizshme | Grafi Portative | Corsi x 32 Energy | 260619-19-00001 | Italray | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjike | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33804 | Njësie rrezet X, e lëvizshme | Grafi Portative | Corsi x 32 Energy | 260619-19-00002 | Italray | COVID 3 | COVID 3 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| Loti 35 - Pajisje mjekesore prodhues JPI Health ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 34689 | Digital X-ray | Grafi dixhitale | Dre 150 | Dre 1502103002 | JPI Health | Onkologjik | Imazheri | Garancia 2-vite nga data 06.04.2021 | 1 | |
| Loti 36 - Pajisje mjekesore prodhues Karl Storz ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--|--|-----------------|---|--|
| 11669 | Kull a e End osko pise -1 | Litotripto r Ultrasoni c | Calcu son | BK1547 | KARL STORZ | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Urologj ise | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 19265 | Kull a e End osko pise -2 | Gastro- Kolonos kop | XEN ON 100/2 01362 20 | NX1722 | KARL STORZ | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 19436 | Kull a e End osko pise -2 | Litotripto r Pneumati c | Calcu split | GF2916 | KARL STORZ | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Urologj ise | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 19576 | Kull a e End osko pise -1 | Fibro- Bronkos kop | Telep ack-X | WX2882 | KARL STORZ | Godina e Pediatri se se Re | Sherbi mi i NeuroP ed,Gast ro,Endo krinolo gji | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 19234 | Kull ë End osko pie | Gastro- Kolonos kop | XEN ON 20132 620 | UX1843 | KARL STORZ | Spitali Infektiv | Shërbi mi Infektiv | Kontrata 173/36 | 1 | |
| 31218 | Kull a e End osko pise -3 | Sistem Laparosk opie | XEN ON NOV A 300/2 01340 20 | PX 0679630 | KARL STORZ | Spitali Pediatri k | Sherbi mi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata 173/36 | 1 | |

Loti 37 - Pajisje mjekesore prodhues Koushin ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| 20925 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Shërbi mi Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20926 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Shërbi mi Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20927 | NE BU LIZ | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Urgjenc e | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|--|
| | AT OR | | | 400 | | | | | | |
| 20928 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Urgjenc e | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20929 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20930 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20931 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20932 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20933 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20934 | NE BU LIZ AT OR | NEBULI ZATOR | KOU SHIN | CONFO RT 2000KU 400 | KOUS HIN | Spitali Pediatri k | Spitali Pediatri k | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

Loti 38 - Pajisje mjekesore prodhues Maquet ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|---------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------------------|---|--|
| 20171 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1131, 12 | 94 | MAQU ET | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
| 20180 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1131. 12BO | .00095 | MAQU ET | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |

| 30703 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | DELT A CLAS SIC 1115. 01CO | 8057 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
|---|---|--|---|-------------------------|---------------|-------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| 30949 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 11150 1CO | 8059 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
| 31278 | Ekst rako rporal | Ekstrako rporal | HL 20 | 9400421 1 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
| 31280 | Ngr ohes /Fto hës Gjaku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | HCU3 0 | 101689 | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
| 31283 | SHT RA T Ope raci oni | SHTRA T PACIEN TI OPERA CIONI | 1115. 01CD | 1115.01 CD | MAQU ET | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/34 | 1 | |
| Loti 39 - Pajisje mjekesore prodhues Martin ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11732 | ELE KT RO BIS TU RI | Elektrobi sturi | ME 81 | ME8110 2009911 19 | MART IN | Neuros hkence | Shërbi mi I Neuroki rurgjise (salle, Reanim acion | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 40 - Pajisje mjekesore prodhues Medec ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11640 | AP AR AT AN EST EZI E | Aparat Anestezi e | NEPT UNE | 12/2751 9 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbi mi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

| 19817 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-04140 | MEDE C | Spitali Neurokirurgjise | Sherbimi I Neurokirurgjise (salle, Reanimacion) | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
|---|-------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|---|----------------------------|---|--|
| 19837 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05440 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19838 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05439 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19839 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12-05441 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i ORL | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19840 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 18-05487 | MEDE C | Spitali Francez | Sherbimi i Okulistikes | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 30701 | Aparat Anestezi e | APARAT NARKOZE | NEPTUNE | 10/17042 | MEDE C | Semundjete Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 30948 | APARAT ANESTEZIE | Aparat Anestezi e | NEPTUNE | 12/28972 | MEDE C | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| Loti 41 - Pajisje mjekesore prodhues Mediso ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 21558 | GAMA KA | MEDISO | NULLINE | TH-108196-33 | MEDISO | Sherbimi i Imazhe | Mjekesia Nukleare | Nukka kontratë të ngjashme | 1 | |

| | ME RA E TIR O I D E S | | | | | rise | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Loti 42 - Pajisje mjekesore prodhues Medivators ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 33661 | Endoskopi, single | Endoskopi kolone | SSD-102 | 13099156 | Medivators | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33745 | Endoskopi, single | Endoskopi kolone | SSD-102 | 13099934 | Medivators | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| Loti 43 - Pajisje mjekesore prodhues New Port/ Covidien/Medtronic ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 34010 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030271 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 34011 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030266 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 34012 | Respirator | Respirator | e-360T | G172030280 | Medtronic-Covidien | Pediatri | REA Pediatri | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 34661 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030277 | Medtronic-Newport | Semundjete Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 34662 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030270 | Medtronic-Newport | Semundjete Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 34663 | Respirator | Respirator | e360-T | G172030276 | Medtronic-Newport | Semundjete Brendshme | REA Kardiokirurgji | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 20965 | Respirator | Respirator/Ventilator | eE360e | M11360117608 | NEW PORT | Godine Pediatrise se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrice | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |

| | | | | | | | ke | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 20986 | Respirator | Respirator/Ventilator | eE360e | eE360e | NEW PORT | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 19762 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | N6361110580 | NEW PORT | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 19774 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | 6,361E+09 | NEW PORT | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 21267 | Respirator | Respirator/Ventilator | e360 | G142090005 | NEW PORT | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike | Kontrata nr. 173/35 | 1 | |
| 32664 | Ligasure, 3 funksione | Ligasur | LS10 | L15E0918GX | Covidien | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32698 | Ligasure, 3 funksione | Ligasur | LS10 | L19C0302GX | Covidien | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| Loti 44 - Pajisje mjekesore prodhues Mennen ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 31610 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300003 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 31611 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300007 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 31616 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300001 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgjine | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| 31638 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300004 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 31639 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300005 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 31640 | MONITOR | Monitor Kardiak | VITA LOGIK 6000 | 9974800300006 | MENNEN | Neuroshkence | Stroke Unit per Neurokirurgji | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |

Loti 45 - Pajisje mjekesore prodhues Micros ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 33756 | Mikrotomë, rrotullues, Patologji | Mikrotomë, rrotullues, Patologji | RAZOR-E Fully Automatic Rotary Microtome | 100206 | Micros, | PAI POLIVALENT | Reanimacioni i pergjithshëm | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

Loti 46 - Pajisje mjekesore prodhues Mikromed ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
|--------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| 21690 | NJESIQENDORRE EMG+PE | EMG | MATRIX 1009 | MX3-0016/02-08 | MIKROMED | Spitali Neurokirurgjike | Repartit Konsultave Neurokirurgjike | Kontrata nr. 173/36 | 1 | |

Loti 47 - Pajisje mjekesore prodhues Mindray ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------|--|---|--|
| 34664 | Eko | Eko | Z50 | HH6-03000238 | Mindray | Semundjet e Brendshme | GASTRO | Te filloje shërbimi i mirembajtjes ne 07/03/2022 | 1 | |
| 33811 | Defibrilator | Defibrilator | Bene Heart D6 | DZ-96004830 | Mindray | Reanimacion | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33843 | Defibrilator | Defibrilator | Bene Heart D6 | DZ-96004829 | Mindray | Reanimacion | Reanimacion | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 33899 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004821 | Mindray | Albana Klinika III | Albana Klinika III | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32695 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004825 | Mindray | Salla 1 | Salla 1 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32681 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004828 | Mindray | Salla 2 | Salla 2 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32661 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004822 | Mindray | Salla 3 | Salla 3 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33643 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004823 | Mindray | Salla 4 | Salla 4 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33615 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004824 | Mindray | Salla 5 | Salla 5 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33614 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004826 | Mindray | Salla 6 | Salla 6 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33723 | Defibrilat | Defibrilat | Bene Heart D6 | DZ-96004827 | Mindray | Salla 7 | Salla 7 | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33669 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046786 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33688 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046784 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33689 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046785 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33690 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046782 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33691 | Monitor, multi-parametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046781 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---|---|--|
| 33821 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604678 9 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33816 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 0 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33824 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 1 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33803 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 2 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33817 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 3 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33806 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 4 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33842 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 5 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33791 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 6 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33841 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec1 2 Patient monitor | Ev- 9604679 7 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 33794 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046798 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33847 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046799 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33848 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046800 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33830 | Monitor, multiparametrik | Monitor Pacienti | Imec12 Patient monitor | Ev-96046801 | Mindray | Reanimacion Kirurgjikal | Reanimacion Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32703 | Monitor, multiparametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007034 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32683 | Monitor, multiparametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007039 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 32677 | Monitor, multiparametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007033 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33637 | Monitor, multiparametrikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007036 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33620 | Monitor, mult | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007037 | Mindray | Sallate reja Kirurgj | Sallate reja Kirurgji | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------|------------------------|--------------|---------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | iparame trikc SO | | | | | ikale | kale | | | |
| 33610 | Monitor, mult iparame trikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007035 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33725 | Monitor, mult iparame trikc SO | Monitor Pacienti | Benevision N15 | F5-96007038 | Mindray | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33668 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-70 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33684 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-72 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33905 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-73 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33904 | Ventilator, reanimacion, per te | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-74 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------------------|--------------|---------|--|--|-------------------------------------|---|--|
| | rritur | | | | | | | | | |
| 33769 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-77 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33825 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-69 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33820 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-71 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33840 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-75 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33809 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-76 | Mindray | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallavete reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------------------|--------------|---------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| 33802 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-78 | Mindray | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33670 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-79 | Mindray | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |
| 33832 | Ventilator, reanimacion, per te rritur | Ventilator | Synovent E5 Ventilator | ee9600-44-80 | Mindray | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Reanimacioni i sallave te reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

Loti 48 - Pajisje mjekesore prodhues Nakamura ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--|--------------------|---|--|
| 20936 | Inkubator A | Inkubator | H-1000 | US00448591 | Nakamura | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 20952 | Inkubator A | Inkubator | H-1000 | 1523 | Nakamura | Godine Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgjise Pediatrike (REA) | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |

Loti 49 - Pajisje mjekesore prodhues Nidek ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|
|--------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|

| 20103 | OPHTALMIC YAG LASER SYSTEM | OPHTALMIC YAG LASER SYSTEM | YC-1800 | 13706-M802-B | NIDEK | PAI Francez | PAI Francez | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| Loti 50 - Pajisje mjekesore prodhues Nihon Kohden ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 20922 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | BSM-4101K | 85 | NIHON KOHDEN | Pediatri | REANIMACIONI Pediatri | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 30855 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | BSM 3763 | 855 | NIHON KOHDEN | Semundjet e Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjisë/ Salla | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 30944 | MONITOR | MONITOR PACIENTI | LIFESCOP E BSM 3663K | 334 | NIHON KOHDEN | Semundjet e Brendshme | Sherbimi i Kardiokirurgjisë/ Salla | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 11513 | Defibrilatort | Defibrilatort | CARDIO LIFE TEC-7721K | 80547 | NIHON-KOHDEN | Godina e Djetje Plastike s | Shërbi mi I Djetje Plastikës | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 18773 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113K | 1627 | NIHON-KOHDEN | Kardiokirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjisë (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19723 | Defibrilatort | Defibrilatort | TEC-7721K | 80551 | NIHON-KOHDEN | Kirurgjia e Pergjithshme (djetje Plastika) | Shërbi mi I Djetje Plastikës | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|----------------|------------------|---|---------------------|---|--|
| 19753 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1628 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19754 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 675 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19766 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 890 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19775 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1726 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19778 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4113 K | 1629 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19787 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-5105 K | 1720 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19793 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 859 | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 19796 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-3763 K | 60946 V | NIHO N-KOHD EN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise (Reanimacion) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |

| 20958 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIO LIFE TEL-7521 K | 2930 | NIHON-KOHDEN | Spitali Pediatrik | Sherbimi i Pediatri se se Pergjithshme (Rea) | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|--|---------------------|---|--|
| 20984 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101 K | 93 | NIHON-KOHDEN | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 20988 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101 K | 19 | NIHON-KOHDEN | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 20999 | Monitor pacienti | Monitor pacienti | BSM-4101 K | 88 | NIHON-KOHDEN | Godina e Pediatri se se Re | Sherbimi i Kirurgji se Pediatri ke | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 21981 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIO LINE TEC7 721K | 80548 | NIHON-KOHDEN | Spitali I Urgjence Pranimi | Mjekesia Interne HTA | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 31057 | Defibrilat | Defibrilat | TEC-SS21 K | 87092 | NIHON-KOHDEN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| 31292 | Defibrilat | Defibrilat | CARDIO LIFE ACTI BIPHASIC TEC 5521 K | 11467 | NIHON-KOHDEN | Kardio kirurgjia | Sherbimi i Kardiokirurgjise | Kontrata Nr. 173/34 | 1 | |
| Loti 51- Pajisje mjekesore prodhues Olympus ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11953 | Kullë Endoskopi-2 | Sistem Laparoskopie | CLV-180 | 7110397 | OLYMPUS | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Kirurgji se Digestive | Kontrata 173/38 | 1 | |

| 30900 | Kull ë End osko pie- l | Gastro- Fibrosko p | EVIS EXER A | 7011515 | OLYM PUS | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Kirurgji se Digjesti ve | Kontrata 173/38 | 1 | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Loti 52 - Pajisje mjekesore prodhues Osteosys C ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 34693 | DE XA | Densito metria kockore | DEX A | 2100119 | Osteos ys C | PAI POLIV ALEN T | Imazher i | 19.11.2021 - fillon garancia | 1 | 1 |
| Loti 53 - Pajisje mjekesore prodhues Philips ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 11635 | C- AR M | C-Arm | BV LIBR A | 118 | PHILIP S | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Kirurgji se Digjesti ve | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 11676 | C- AR M | C-Arm | BV LIBR A | 121 | PHILIP S | Kirurgj ia e Pergjith shme | Sherbi mi i Urologj isë | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 19763 | Graf i Port ative | Grafi Portative | Practi x 160 | P3-438 (9890- 010- 83711) | Philips | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e (Reani macion) | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 19942 | C- AR M | C-Arm | BV LIBR A | 120 | PHILIP S | Spitali Neurok irurgjis e | Shërbi mi I Neuroki rurgjise (salle, Reanim acion) | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 20096 | Defi brila tor | Defibrila tor | HEA RTST ART MRX | US 0055953 7 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Hemodi namika | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21471 | Defi brila tor | Defibrila tor | HEA RTST ART MRX | US 0055953 2 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Hemodi namika | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21488 | C- AR M | C-Arm | BV LIBR A | 119 | PHILIP S | Spitali I Kardio | Shërbi mi I Kirurgji | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | | | | kirurgji se | se Vaskula re | | | |
| 21489 | Grafi Portative | Grafi Portative | Practix 300 | .000000 254 | Philips | Spitali Neurok irurgjis e | Sherbi mi Neurov askular (Stroke) | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21747 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 4 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Kardiolo gji Kati 2 | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21751 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 3 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Kardiolo gji Kati 2 | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21790 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 5 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Kardiolo gji Kati 1 | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21797 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 0 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Kardiolo gji Kati 1 | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21900 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 1 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjise | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21975 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 6 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjise | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 21976 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 8 | PHILIP S | Spitali Patolog jik | Reanim acion Kardiolo gjise | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| 31502 | Defibrilat or | Defibrilat or | HEA RTST ART MRX | US 0055953 9 | PHILIP S | QKA | Prova Ushtrim ore Ambula tor | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |
| | Sistem Monitorim pacienti (Server + 19 Monitor pacienti | Sistem Monitorimi Pacientesh | UT48 00 | UT4800 | Philips | Spitali Patolog jik | Reanim acioni Kardiolo gjise | Kontrata Nr. 173/32 | 1 | |

| | +infrastruktura (rrjet) | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 34718 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100352752 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34716 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100354470 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 34717 | Ventilatorë C-PAP | Ventilatorë C-PAP | V60 Plus | 100384903 | Philips | Infektiv | Covid1 | Me lidhjen e marreveshjes kuader te lidhet kontrata, ka perfunduar garancia | 1 | |
| 19958 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Kabineti Grafi-Skopi | Duo Diagnost | Philips | Spitali Infektiv | Spitali Infektiv | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| 20219 | Grafi/Skopi | Grafi/Skopi | Kabineti Grafi-Skopi | Duo Diagnost | Philips | Spitali Neuroshkencës | Shërbimi I Neurologjisë | Nuk ka kontratë të ngjashme | 1 | |
| Loti 54 - Pajisje mjekesore prodhues Progetti Medical Equipment Solutions ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |
| 33862 | Defibrilator | Defibrilator | Rescue Life | RL-20013469 | Progetti | Neuroshkencë | Reanimacioni i Neurokirurgjisë | 14.04.2020 | 1 | |
| 33884 | Defibrilator | Defibrilator | Rescue 230 | RS-17112098 | Progetti | Semundjet e Brendshme | Kardiologji I | 14.04.2020 | 1 | |
| Loti 55 - Pajisje mjekesore prodhues Siemens ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbimi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--|-----------------|---|--|
| 20228 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 317447 | SIEMENS | Spitali Neuroshkencës | Reparti I Konsultave Neurokirurgjike | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 21449 | C-ARM | C-Arm | ARCADIS ORBITIC | 22534 | SIEMENS | Spitali Neurokirurgjisë | Shërbi mi I Neurokirurgjisë (salle, Reanimacion) | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 21757 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 342760 | SIEMENS | Spitali i Neuroshkencës | Neurologjia | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 21784 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 342739 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Kardiologji I | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 31051 | EKOKARDIOGRAFI | EKO | ACUSON X300 PE | 348958 | SIEMENS | Kardio kirurgjia | Sherbi mi i Kardio kirurgjisë | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 31957 | EKO | EKO | ACUSON X300 PE | 10566144 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reanimacioni Kardiologjisë | Kontrata 173/38 | 1 | |
| 21879 | EKOKARDIOGRAFI | EKO | ACUSON SC 2000 | 400935 | SIEMENS | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Sherbi mi i Kardiologjisë II | Kontrata 173/38 | 1 | |

Loti 56 - Pajisje mjekesore prodhues Sonosite ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|---------|-------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 21402 | EKO Kar diake | EKO | M-TURBO | WR 1290 | SONOSITE | Spitali Patologjik (6-kateshi) | Reparti i Hemodinamikës | Kontrata 173/66 Prot. datë 16.02.2021 | 1 | |

Loti 57 - Pajisje mjekesore prodhues Sockert ose ekuivalent

| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Modeli | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------|-----------|-----|-----------|--------|--|--|

| 30998 | Ekst rako rpor al | APARA T EKSTR AKORP ORAL | | 45458 | STOC KERT | Semund jet e Brend s hme | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e/ Salla | 31.12.2015 | 1 | |
|--|--|---------------------------|---|---|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Loti 58 - Pajisje mjekesore prodhues Storz ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Invent ari | Em ri Paji sjes | Lloji Pajisjes | Mode l | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 32679 | Pak eta e end osko pisë, e plot ë, me Vid eo Iden tifik ues Buri mi i Drit es seria l SQ0 538 3 dhe inv 326 79, pjes et perber es e te tjera jane : Proc esor Ima zhi seria l OQ 187 2 dhe inv | Endosko p, Paketa e plote | UG23 0 + UG50 0 + 13991 ET + UG63 1 + UG61 8 + 20400 021 + 26400 090 + LMD- 2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP21 0 + TL30 0 + 495N E + WD1 00 + UP- 25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0227 5+RQ10 06691+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 589+806 073- P+OQ00 6845- k+RQ03 326+RQ 01354+S Q05383 +LOTO Q17+O Q1872+ 740496+ 121ADE +SQ01/ RQ13/S Q12/RQ 02+RQ1 9/RQ19/ SQ02/R Q04+SQ 04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ 19/RQ44 | Storz | PAI Polival ent | PAI Polivale nt | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 32669 | Paketa e endoskopisë, e plotë, me VideoIdentifikues Buri i Dritës serial SQ05378 dhe inv 32669, pjesë të perberes të tjerave : Processor Imazhi serial OQ1865 dhe inv 32707, Printer serial 740514 dhe inv | Endoskop, Paketa e plote | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02256+RQ10 06692+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 532+806 075- P+OQ00 5599+R Q03324 +RQ013 58+SQ0 5378+L OTOQ17+OQ18 65+7405 14+121 AJQ+SQ01/RQ13 /SQ12/R Q02+RQ19/RQ19 /SQ02/R Q04+SQ04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ19/RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjike | Sallat e reja Kirurgjike | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|--|--------------------------|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 32690 | Paketa e endoskopesë, e plotë, me Video Identifikues Buri mi i Driteserial SQ05375 dhe inv 32690, pjeset perberesete tjera jane : Procesori Ima zhiserial OQ1871 dhe inv 33649, Printer serial 740516 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0227 6+RQ10 06711+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 594+806 072- P+PQ00 6846- K+RQ03 337+RQ 01355+S Q05375 +LOTO Q17+O Q1871+ 740516+ 121AK1 +SQ01/ RQ13/S Q12/RQ 02+RQ1 9/RQ19/ SQ02/R Q04+SQ 04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ 19/RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgj ikale | Sallate reja Kirurgj ikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|--|--|---|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 33627 | Paketa e endoskopesë, e plotë, me Video Identifikues Buri mi i Driteserial SQ05385 dhe inv 33627, pjeset perberesete tjera jane : Procesori Imazh serial OQ1885 dhe inv 33626, Printer serial 740510 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02258+RQ1006699+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 523+RQ 806081- P+PQ00 6839K+ RQ0333 5+RQ01 357+SQ 05385+L OTOQ1 7+OQ18 85+7405 10+121 AC3+S Q01/RQ 13/SQ12 /RQ02+ RQ19/R Q19/SQ 02/RQ04 +SQ04/ RQ01/S Q01+SQ 05/SQ19 /RQ44+ | Storz | Sallate reja Kirurgjikal | Sallate reja Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|---|--|---|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 33609 | Paketa e endoskopesë, e plotë, me Video Identifikues Buri mi i Driteserial SQ05380 dhe inv 33609, pjeset perberesete tjera : Processor Imazherial OQ1869 dhe inv 33613, Printer serial 740520 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02277+RQ1006690+L0T51085327+L0TZR01+L0TQ+8002570+806078-P+OQ006097+RQ03327+RQ01352+SQ05380+L0TQ017+OQ1869+740520+121AAQ+SQ01/RQ13/SQ12/RQ02+RQ19/RQ19/SQ02/RQ04+SQ04/RQ01/SQ01+SQ05/SQ19/RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|---|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 33733 | Paketa e endoskopesë, e plotë, me Video Identifikues Buri mi i Driteserial SQ05386 dhe inv 33733, pjeset perberesete tjera jane : Procesor Imazhiserial OQ1895 dhe inv 33735, Printer serial 740506 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ02278+RQ1006702+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 593+806 80- P+PQ00 6841- K+RQ03 334+RQ 01356+S Q05386 +LOTO Q17+O Q1895+ 740506+ 121ABY +SQ01/ RQ13/S Q12/RQ 02+RQ1 9/RQ19/ SQ02/R Q04+SQ 04/RQ01 /SQ01+S Q05/SQ 19/RQ44 | Storz | Sallate reja Kirurgjikale | Sallate reja Kirurgjikale | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|---|--|--|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|
| 33712 | Paketa e endoskopesë, e plotë, me Video Identifikues Buri mi i Driteserial SQ05382 dhe inv 33712, pjeset perberesete tjera jane : Procesori Ima zhiserial OQ1896 dhe inv 33714, Printer serial 740495 dhe inv | UG230 + UG500 + 13991 ET + UG631 + UG618 + 20400 021 + 26400 090 + LMD-2435 MD + 20213 011U + 20212 030 + UI400 + UP210 + TL300 + 495N E + WD100 + UP-25MD + 26003 AA + 30103 MP + 30160 MP + 31331 MLM + 34351 MS | PQ0225 7+RQ10 06698+L OT5108 5327+L OTZR01 +LOTO Q+8002 521+806 076- P+PQ00 6838R+ RQ0332 1+RQ01 362+SQ 05382+L OTOQ1 7+OQ18 96+7404 95+121 ABT+S Q01/RQ13/SQ12 /RQ02+ RQ19/RQ19/SQ02/RQ04 +SQ04/ RQ01/SQ01+SQ05/SQ19 /RQ44 | Storz | Sallat e reja Kirurgjikal | Sallat e reja Kirurgjikal | Garancia 3-vite nga data 08.11.2019 | 1 |
|-------|--|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|

| | or seria l RQ0 332 1 dhe inv 337 10 | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| 19241 | Lithotriptor C-Arm | Lithotriptor | Modulith SLX-F2 | OR.547 | STORZ Medica l | Kirurgjia e Pergjithshme | Sherbimi i Urologjise | Kontrata nr. 173/36 | 1 | |
| Loti 59 - Pajisje mjekesore prodhues Shimadzu ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
| 19912 | Grafi portative | Grafi Portative | MUX-10 | 0462P81610 | Shimadzu | Spitali Infektiv | Repartit I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| Loti 60 - Pajisje mjekesore prodhues Terumo ose ekuivalent | | | | | | | | | | |
| Nr Inventari | Emri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodhuesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|--------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---|--|
| 30854 | Ekst rako rpor al | Ekstrako rporal | Sarns 8000 | 1307 | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 30951 | Ngr ohes /Fto hës Gja ku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | Hemo therm 400M R | 064-12586M | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19651 | Ngr ohes /Fto hës Gja ku | Ngrohes/ Ftohës Gjaku | Hemo therm 400M R | 064-12585M | Terumo | Kardio kirurgji a | Sherbi mi i Kardiok irurgjis e | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

Loti 61 - Pajisje mjekesore prodhues Toshiba ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| 21660 | EKO Dop pler | EKO | Power vision 6000 | A15628 17 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 31986 | EKO | EKO | XARIO 200 | W5D176 2940 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |
| 31995 | Sistem Radi ogra fie DR | Grafi/Sk opi DR | Plessart VIVO DRE X-PV 50 | E2C176 2060 | Toshib a | Godina e Pediatri se se Re | Shërbi mi I Imazher isë | Kontrata Nr.173/40 | 1 | |

Loti 62 - Pajisje mjekesore prodhues Viasys Healthcare ose ekuivalent

| Nr Invent ari | Em ri Pajisjes | Lloji Pajisjes | Model | Nr i serise | Prodh uesi | PAI | Shërbi mi | Shënim | | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| 19203 | | RESPIRATOR | VELA COMPREHENSIVE 16532-02 | AKT041 25 | VIASYS HEALTHCARE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19204 | Res pirator | RESPIRATOR | VELA COMPREH | AKT042 15 | VIASYS HEALTHCARE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|---|---|------------------------|---|--|
| | | | ENSI VE 16532 -02 | | RE | | Infektiv | | | |
| 19211 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02053 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19212 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 01916 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19214 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02016 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19215 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02052 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19217 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02029 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali I Urgjen cë Pranimi | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19218 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02040 | VIASY S HEAL THCA RE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19299 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH | AKT004 218 | VIASY S HEAL THCA | Spitali Infektiv | Reparti I Reanim acionit | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | ENSI VE 16532 -02 | | RE | | Infektiv | | | |
| 19509 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT041 51 | VIASYS HEALTH CARE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19929 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT04 | VIASYS HEALTH CARE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 19986 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | AKT042 02 | VIASYS HEALTH CARE | Spitali Infektiv | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 21173 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT019 70 | VIASYS HEALTH CARE | Spitali I Urgjencë Pranimit | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |
| 21193 | Respirator | RESPIRATOR | VEL A COM PREH ENSI VE 16532 -02 | BAT 02034 | VIASYS HEALTH CARE | Spitali I Urgjencë Pranimit | Reparti I Reanimacionit Infektiv | Kontrata nr. 173/37 | 1 | |

Shënim: Për pajisjet e lehta, në rast defekti të pajisjeve përpara lidhjes së kontratës së shërbimit, OE me mjetet e veta duhet të riktheje në gjendje pune pajisjen. Disa nga pajisjet, për efekt të përfundimit të garancive të prodhuesit, do të hyjnë në regjim mirëmbajtje sipas kërkesave të AK.

Afatet e ekzekutimit:

Kohëzgjatja e kontratës: 24 muaj nga lidhja e Marrëveshjes Kuadër (ose 730 ditë nga lidhja e MK).

Kontratat do të jepen brenda periudhës, nga momenti i lidhjes së MK me OE fitues për çdo lot, me afat përfundimtar, 24 muaj ose 730 nga lidhja e MK.

Shtojca 7

FORMULARI I TERMAVE TË REFERENCËS

Objekti dhe qëllimi i shërbimeve: *Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote.*

Mirëmbajtja parandaluese/preventive e pajisjeve mjekësore

7. Mirëmbajtja parandaluese apo preventive të pajisjeve mjekësore duhet të kryhet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit përkatës për të parandaluar defektet që lidhen me përdorimin e tyre dhe pjesëve përbërëse, për të ruajtur pajisjet në gjendjen e duhur të funksionimit, për të siguruar cilësinë dhe besueshmërinë e rezultateve, për të evidentuar gjendje të tilla si vjetërimi apo përkeqësimi i performancës.
8. Operatori Ekonomik (Ofertuesi) duhet të paraqesë Rekomandimet nga prodhuesi i pajisjes/ve dhe një plan veprimesh të mirëmbajtjes parandaluese që përcakton periodicitetin, procedurat operative dhe protokollat që synon të përdorë, përfshirë kalibrimet.
9. Me lidhjen e kontratës duhet kryer për çdo pajisje mirëmbajtja preventive, sipas planit të paraqitur. Operatori Ekonomik (OE) duhet të planifikojë dhe koordinojë mirëmbajtjen preventive në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe përdoruesin (stafin mjekësor), dhe ta kryejë jo më vonë se 30 ditë nga fillimi i kontratës.
10. Pavarësisht planit të parashikuar të mirëmbajtjes preventive, OE duhet të kryejë kontroll periodik mujor të funksionimit të pajisjes.
11. Në përfundim të çdo kontrolli apo mirëmbajtjeje preventive të kryer, duhet të mbahet një raport për faktin. Raporti duhet të jetë i firmosur nga përfaqësuesi i Shërbimit ku ndodhet pajisja, përfaqësuesi i Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i OE i cili do të kryejë kontrollin/mirëmbajtjen. Modeli i këtij raporti është i standartizuar nga AK.
12. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë kontrolle apo verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Mirëmbajtja korigjuese e Pajisjeve mjekësore

12. Ndërhyrjet e mirëmbajtjes korigjuese konsistojnë në përcaktimin e pranisë së një defekti ose mosfunksionimi, në identifikimin e shkaqeve, eliminimin e tyre dhe rivendosjen e karakteristikave origjinale, për garantimin e integritetit të pajisjes, të funksionimit dhe sigurisë së saj.
13. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë shërbimin e mirëmbajtjes, riparimin dhe zëvendësimin e çdo defekti/pjese të mundshëm/e gjatë periudhës së kontratës, për pajisjen dhe të gjithë aksesoretë të cilat janë të lidhura me të, në mënyrë që ajo të jetë në shërbim të stafit mjekësor sic mund të jenë: Tuba X-ray, Dedektorë, Kompjuterë, Hard Drive, DVD-CD, Keyboard, Monitor, RAM, Ups, Bllok ushqimi, printer, infrastrukture rrjeti, fisha, sonda, mansheta, sensorë, elektroda,

- Ingranazhe, pjesë elektronike, elektrike, mekanike, hidraulike, valvula, pjesë mekanike, rrota, piston, motorrë etj, dhe ndikojnë drejtpërdrejt në funksionimin e pajisjes brenda standarteve të përcaktuara nga prodhuesi.
14. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të paraqitet për të kontrolluar e verifikuar defektin brenda 24 orëve nga marrja e njoftimeve (me e-mail dhe/ose telefon të dhënat e kontaktit të paraqitur) nga Sektori i Inxhinierisë Klinike për mosfunksionimin normal, probleme të ndryshme apo defekte të pajisjes.
 15. Në rastin kur nuk nevojiten pjesë këmbimi, korrigjimi i defektit duhet të realizohet jo më vonë se 48 orë pas marrjes së njoftimit.
 16. Në rast se konstatohet se për korrigjimin e një defekti nevojiten pjesë këmbimi, OE duhet të furnizojë dhe të vendosë pjesët e këmbimit, të riparojë defektin dhe të vendosë pajisjen në gjendje normale pune brenda 7 ditëve kalendarike nga data e hartimit të procesverbalit, të standartizuar nga AK, për nevojën e pjesëve të këmbimit të firmosur nga specialisti i Sektorit të Inxhinierisë Klinike, Stafi mjekësor përdorues i pajisjes dhe inxhinieri i Shoqërisë së kontraktuar (OE).
 17. Shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të garantojë që nuk do tejkalojë afatin prej 10 ditësh për vendosjen në funksion të pajisjes/ve.
 18. Pas riparimeve apo ndërhyrjeve të kryera, shoqëria e kontraktuar (OE) duhet të kryejë kalibrimet e nevojshme, verifikimin e parametrave sikurse e rekomandon prodhuesi, për garantimin e funksionimit normal të pajisjes.
 19. Pas çdo riparimi, zëvendësimi pjesësh këmbimi apo aksesorësh, pajisja duhet të rivendoset në gjendje të plotë pune.
 20. Lëvizja, spostimi, çmontimi dhe rimontimi i pjesëve të pajisjes gjatë mirëmbajtjes korrigjuese është në ngarkim dhe përgjegjësi të Kontraktuarit .
 21. Pas çdo riparimi apo zëvendësimi të pjesëve duhet të mbahet një procesverbal (i standartizuar nga AK) apo Raport Servisi, formati i të cilit miratohet dhe unifikohet nga AK, që përshkruan në mënyrë të detajuar dhe të qartë defektin/problemin, pjesët e zëvendësuara në qoftë se ka, kalibrimet dhe provën e funksionit. Raporti i Servisit duhet të firmoset nga Shefi i Shërbimit ku ndodhet pajisja ose persona të autorizuar prej tij (staf mjekësor përdorues i pajisjes), specialisti i Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe tekniku apo inxhinieri i shoqërisë së kontraktuar për mirëmbajtjen.
 22. Shoqëria e kontraktuar do mundësojë vetëm një herë për secilën pajisje të grupit të pajisjeve lëvizjen, spostimin, çmontimin dhe rimontimin nëse kjo kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

Furnizimi me pjesë këmbimi dhe aksesorë

5. Materialet dhe pjesët e këmbimit duhet të jenë të reja, origjinale ose nga prodhues të tjerë të certifikuar, dhe gjithmonë në përputhje me ato të përdorura fillimisht në pajisje, duke siguruar konformitet me udhëzimet e dhëna nga prodhuesi në dokumentacionin teknik furnizuar me pajisjen.
6. Të jenë të certifikuara me CE ose FDA sipas standarteve dhe direktivave të aprovuara në tregun Europian.
7. Kur është e aplikueshme, pjesët e këmbimit dhe aksesorët duhet të kenë manual instalimi shoqëruar sipas rekomandimeve të prodhuesit. Një kopje e këtij manuali i dorëzohet përfaqësuesit të Autoritetit Kontraktor.
8. Pjesët duhet të kenë jo më pak se 1 (një)* vit garanci ku të përfshihen të gjitha defektet e mundshme të tyre.

(Sqarim: Afati i garancisë së pjesëve të këmbimit mund të tejkalojë afatin e kësaj kontrate. I kontraktuari detyrohet të mirëmbajë, sipas kushteve të garancisë, pjesën e këmbimit edhe pas afatit

të përfundimit të kësaj kontrate nëse defekti i pjesës ndodh brenda afatit një vjekar të garancisë së pjesës së këmbimit/ ose arrijen e maksimumit të konsumit të vërtetuar nga prodhuesi.)

Inspektimi i sigurisë së pajisjeve mjekësore

Operatori Ekonomik duhet të kryejë të paktën 1(një) një inspektim sigurie sipas standartit ndërkombëtar elektrik IEC 62353 të specifikuar nga Direktiva e Pajisjeve Mjekësore MDD (ose MDR) 98/79 EC (të përditësuar), ose EU 2016/425 (të përditësuar) ose FDA ose (EU) 2017/745, kur është e aplikueshme, sipas Direktivave dhe klasifikimit të Keshillit të Europës, për çdo pajisje mjekësore dhe pjesëve përbërëse të saj gjatë periudhës së kësaj kontrate, nëpërmjet stafit të trajnuar dhe çertifikuar, kur kjo është e zbatueshme.

7. Operatori Ekonomik duhet të kryejë inspektim vizual, testime dhe matje me aparatura të kalibruara.
8. Operatori Ekonomik duhet të planifikojë kryerjen e këtyre testimeve në bashkëpunim me stafin e Sektorit të Inxhinierisë Klinike bazuar në specifikimet e prodhuesit.
9. Në përfundim të çdo inspektimi sigurie duhet të përpilohet një raport përshkrues dhe firmoset nga specialistët e Sektorit të Inxhinierisë Klinike dhe Inxhinieri/Tekniku i kompanisë (OE) që kryen testin.
10. Pas çdo testimi sigurie në pajisje duhet vendosur një shenjë treguese e gjendjes së sigurisë së pajisjes.
11. Përveç rasteve të sipërpërmendura, shërbimi i inspektimit e verifikimit të sigurisë duhet të kryhet edhe pas mirëmbajtjes korrigjuese, kur është e zbatueshme.
12. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të kërkojë verifikime përveç atyre të planifikuara, në raste të vecanta, në kushte apo sipas nevojave të vecanta dhe Kontraktuesi është i detyruar të pranojë këto kërkesa pa kushte.

Detyrat: Mirëmbajtja e plotë e pajisjeve do të thotë se duhet të kryejë mirëmbajtjen parandaluese/preventive sikurse e cilëson prodhuesi, mirëmbajtjen korrigjuese të secilës pajisje dhe pjesëve përbërëse për çdo defekt të mundshëm pa përjashtuar pjesë specifike, inspektimin e sigurisë elektrike të pajisjeve mjekësore, furnizim dhe ndërrimin e pjesëve të këmbimit dhe aksesorëve si dhe transferimin dhe instalimin me kërkesë nga Autoriteti Kontraktues.

Shpërndarja: Në godinat e QSUT “Nënë Tereza” Tiranë, në të gjitha shërbimet ku ndodhen pajisjet mjekësore të cilat janë përcaktuar në tabelat e detajuara dhe do të rifreskohen në momentin e lidhjes së kontratës me Operatorin Ekonomik fitues.

Shënim: Ndërprerja e Kontratës - Të parashikohet ndërprerja e kontratës për ato zëra kur përfundon supporti nga prodhuesi. Këto parashikime të jenë vetëm në rastet e paraqitjes së një dokumentacioni vërtetues nga prodhuesi. Afati i njoftimit të jetë jo më pak se 30 ditë.

Vendi i kryerjes së shërbimeve: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Tiranë.

Argumentimi: Kontratat do te jepen brenda periudhës: Afatet e ekzekutimit: Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote

Sasia dhe Grafiku i levrimit: jane vendosur ne baze te Shkreses nr.264/54 prot., datë 07/07/2022 “Kërkesë për Hapje Procedure” të Drejtorisë së IT dhe Inxhinierisë Klinike, bashkëlidhur me shkresën nr. 264/53 prot., datë 05/07/2022 “Argumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote, bazuar ne Urdhër të Titullarit të Përgjithshëm me 63 (246/8prot) datë 03/02/2022, të “Për ngritjen e komisionit për riargumentimin e fondit limit dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit me objekt *“Mirëmbajtja full risk e pajisjeve mjekësore në QSU “Nënë Tereza”, për periudhë 24 muaj, Marrëveshje Kuadër, e ndarë në 62 lote,* ne perputhje me **nenin 41** te **VKM-se Nr. 285, date 19.05.2021** “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, të ndryshuar, ne te cilen gjejme te percaktuar se: *1. Në procedurat e prokurimit për mallra, autoriteti/enti kontraktor parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë, si dhe grafikun e levrimit të mallrave.*

Njesia e Prokurimit: