
1. Karrige per infuzion

- Karrige per infuzion te jete me dimensione jo me te vogla se (70x 80/ h= 110) cm dhe maximum (80x 90/ h= 120) cm.
- Struktura te jete prej material çeliku te cilesise se larte (shtresezuar ne teftohte) veshur me pluhure poksi, tubolare me dimensione jo me te vogla se 1.2 mm.
- Pjesa e uleses dhe mbeshteteses te jene structure çeliku, e veshur me material sfungjer me densitet te larte dhe e pajisur me jastek ne pjesen e kokes.
- Veshja me material tecilesise se larte PVC. Te jete rezisten te gjate perdorimit, antibakteriale, te pastrohet lehte nga njollat dhe papastertite.
- Pjesa e mbeshteteses te jete me kend levizje (20-45°) grade.
- Pjesa e krahe vete jete prej te njejtit material si struktura dhe ne pjesen e sipërme te jete e pajisur me mbeshtetese material druri.
- Te jete e projektuar ne menyre te tille qete kurse jehapesiren e vendqendrimit.
- Te jete e pajisur me krahe stativi.
- Rezistente ndaj korrozionit.
- Te kete nje kapacitet mbajtes jo me pak se 200 kg.
- Pesha e saj te jete rreth 25 kg.
- Ngjyra do te vendoset nga kontraktori.
- Te paktohet ne menyre te tille qe te mos demtohet gjate transportit.
- Te plotesoje kerkesat sipas Standartit: **CE, ISO 13485, ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 13485: 2016 ose ekuivalentevetetyre.**



Foto reference

2. Karroce per persona me aftesite kufizuar/ femije

Karroce me rrota per persona me aftesite kufizuara:

Specifikat:

- Korniza: Kornize e drejte
- Kendi I hapur
- Gjeresia e uleses te jete jo me e vogel se (24-32) cm dheMax. (28- 36) cm
- Rrotat e pasme te kene hapje: (0 °-3°) grade.
- Lartesia e mbeshteteses te jete: (32- 39) cm.
- Lartesia nga dyshemeja e uleses te jete: (38-45) cm.
- Lartesia e gjunjeve: (9- 36) cm.
- Kendi I mbeshteteses nga dyshemeja: (85°- 95°) grade.
- Sistemi I frenave te jete:Bllokues gershere, Aria.
- Lloji I rrotave te pasme: Aluminianodizuar me goma Right Run.
- Mbeshtetese kraheve: ABS me fender.
- Mbeshtetese: Me tendosje, e rregullueshme, Aria.
- Ngjyra do te vendoset nga kontraktori.
- Te paktohet ne menyre te tille qe te shmangen demtimet gjate transportit.
- Te plotesoje kerkesat sipas Standarteve: **SSH ISO 7176-26:2008, SSH EN 13193:2006 CE, ISO ose ekuivalenteve te tij.**



Foto reference

3. Karroce per sherbime mergjence

- Karrocë për emergjencë me dimensione jo me te vogla se (600x 400)mm. Ajo është një dollap me rrota ose sirtarë i cili përmban të gjitha pajisjet e nevojshme për reanimacion, nga dorezat e latexit deri te adefibrilatori.
- Trupi i dollapit te jete me 2 sirtarë, poshtë ndarjes së hapur te jete me panel çeliku të poshtëm, përfshirë.
- Shufrat e infuzionit
- Raft magazinimi.

Pajisje shtesë opsionale:

- Bllokim qendror
- Barrierë anësor
- Fiksim për bombolat e oksigjenit
- Bord Reanimacioni
- Dalja e katërprizave
- Kabineti: Te kete ndërtim sanduiç me metal tëplotëvetë-mbështetës, dizajn me dymure, tingulli amortizuar, I izoluar nga mbrojtja termike.
- Dorezat e shiritave te jene: Diecast zinku, rezistent ndaj kimikateve, me shtresë anti-mikrobike në vermilionin RAL 2002. Pjesa e sipërme e tryezës te jete pa nyje e bërë nga material ABS, me buzë të ngritura, e mbyllur në pjesën e poshtme.
- Veshje antimikrobike në dorezat e sirtarëve dhe shiritin udhëzues.
- Te plotesoje kerkesat sipas standarteve: **CE, ISO13485-2016, ose ekuivalenteve te tij.**



Foto reference

Shenim:

Operatori Ekonomik që do të shpallet fitues për këtë procedurë, përpara se të prodhohen apo blihen mobiljet do të verifikohen në vend dimensionet e dhomave, instalimet e furnizimet dhe shkarkimet e ujit në mënyrë që të përshtatet sa më mire mobilimi dhe të jetë funksional.

Të përgjithshme

Çertifikimi

Çdo artikull mobilie duhet të dorëzohet së bashku me çertifikimin e cilesise, garancisë dhe sigurisë. Operatori ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë të Vlefshme për Konformitetin e produkteve sipas standarteve të lëshuar nga institucione të autorizuar si më poshtë:

- a) Per pajisjet spitalore: ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 13485: 2016 ose ekuivalente.
- b) Karrocë invalidi: SSH ISO 7176-26:2008 ose ekuivalente.

Siguria e dorëzimit dhe cilësisë

Mostra:

Pas nënshkrimit të kontratës përpara se të vendosen artikujt në objekt, kontraktuesi duhet të prezantojë mostra për zerat tecilat do të perzgjidhen / aprovohen nga Autoriteti Kontraktor.

Dorëzimi dhe Magazinimi:

Kontraktuesi duhet të minimizojë nevojën për magazinimin e mobiljeve në vendin e dorëzimit. Nuk do të lejohet magazinimi i mobiljeve në vendin e dorëzimit derisa të jetë dhënë aprovimi AK. Nëse magazinohen artikujt duhet të mbrohen nga dëmtimi dhe/ose ndotja, si dhe të ruhen në një ambient të sigurt.